



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

www.acquistiliguria.it

Dirigente Responsabile: Dottor Luigi Moreno Costa 010 548 8561
Funzionario Referente: Dott.ssa Isabella Levrieri 010 548 8549

luigimoreno.costa@regione.liguria.it
isabella.levrieri@regione.liguria.it

Prot. n. 28750 del 15/10/2020

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica SinTel, per l'affidamento della fornitura di vetreria e materiale per laboratorio in favore delle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi)_II edizione. Lotti n. 19. # gara 7548887

Verbale di verifica della documentazione TECNICA. Seduta riservata

Il giorno 15/10/2020, alle ore 9.30, presso la Sala riunioni dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in via D'Annunzio 64, 16121 Genova, si è riunita la commissione di esperti per continuare la verifica della congruità delle offerte tecniche pervenute.

Sono presenti i componenti della Commissione di esperti nominati con Determinazione n. 45 del 28/01/2020 Dott.ssa Giorgia ANSELMi e Dott.ssa Cristina CIOCCA.

È altresì presente la Dott.ssa Isabella Levrieri, Collaboratore tecnico professionale della Centrale in qualità di Funzionario referente e Segretario.

Gli esperti riprendono la verifica dei contenuti della documentazione tecnica concludendo il lotto 1 con le ditte Laboindustria, Aptaca, Biosigma e proseguendo con i lotti 2, 4, 5, 7.

LOTTO 1_ prodotti ref 1.11 e 1.12_Si prende subito atto della risposta della ditta LABOINDUSTRIA in merito al volume dei prodotti 1.11 e 1.12 al lotto 1. I prodotti e di conseguenza l'offerta tecnica della ditta Laboindustria risultano idonei

BIOSIGMA gli esperti chiedono alla ditta dove è reperibile nella doc tecnica l'informazione circa la sterilità del prodotto al ref 1.8.

LOTTO N. 2 - PROVETTE, VASCHETTE, PRODOTTI MONOUSO STERILI

Ditte offerenti: LABOINDUSTRIA, APTACA

Prodotto ref 2.5: le ditte APTACA E LABOINDUSTRIA offrono lo stesso prodotto della ditta APTACA. Sulla scheda tecnica della ditta LABOINDUSTRIA, nella sezione "Descrizione" viene indicato provetta da 4,5 ml, mentre nelle altre parti della scheda viene indicato il volume corretto di 5 ml. Gli esperti intendono che tale volume sia riferito al volume utilizzabile considerato il tappo a pressione inserito e che il volume di 5 ml sia riferito al volume della provetta senza tappo. Quindi il prodotto offerto da entrambe le ditte è idoneo.

LOTTO N. 4 - CONSUMABILI DA LABORATORIO NON STERILI

Ditte offerenti: KALTEK, APTACA, LABOINDUSTRIA

Prodotti ref 4.71 e 4.72: la ditta KALTEK offre i prodotti in polistirolo, anziché in polivinilcloruro (PVC). Gli esperti valutano che il prodotto composto dal materiale offert-o abbia la stessa funzione per la

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

destinazione d'uso richiesta dal capitolato ed inoltre una condizione migliorativa è che il polistirolo è meno tossico del PVC. Quindi i prodotti offerti sono idonei.

Prodotto ref 4.67 a 4.70_ la ditta Kaltek offre in acrilonitrilebutadienestirene (ABS) anziché in polistirolo. Gli esperti valutano l'equivalenza tecnica del prodotto poiché per la destinazione d'uso richiesta l'ABS presenta proprietà di maggiore resistenza agli urti.

Prodotti ref 4.59, 4.60, 4.64, 4.65: La ditta Laboindustria offre i in polietilene anziché in polipropilene. Gli esperti valutano l'equivalenza funzionale del materiale offerto con quello richiesto poiché per la destinazione d'uso i materiali presentano proprietà chimico-fisiche simili.

Quindi i prodotti offerti risultano idoneo.

Prodotti ref 4.67: La ditta Aptaca offre lo stesso prodotto della ditta Kaltek. Si veda descrizione dell'equivalenza dei prodotti sopra riportati.

Inoltre la commissione di esperti decide di inoltrare richiesta di chiarimento circa la reperibilità nei doc di gara della informazione circa:

- alla ditta Kaltek sulla capacità e la lunghezza del prodotto ref 4.28.
- alla ditta Aptaca circa la reperibilità nei doc di gara della informazione sul range di temperatura del prodotto ref 4.57.

LOTTO N. 5 - STRUMENTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE POLIUSO

Ditte partecipanti: KALTEK, CEA, LABOINDUSTRIA

Le schede di verifica delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti sono allegate al verbale conclusivo della commissione di esperti.

Ref 5.16 ditta CEA_ il codice del prodotto riportato in offerta economica silente ed in scheda tecnica non corrisponde per una cifra trascritta in modo errato (DF-19-274 vs DF-19-264). Il prodotto però corrisponde a quello richiesto "forbice enterotoma". Trattasi pertanto di mero errore materiale. La destinazione d'uso del prodotto è riportata nei doc di gara e corrisponde a "STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE" con CND L01040199.

LOTTO N. 7 - PIASTRE STERILI E FILM

Ditte offerenti: VWR INT, EUROCLONE, LABOINDUSTRIA

La ditta Laboindustria risulta idonea.

La ditta VWR_per mero errore materiale dichiara nella certificazione richiesta al req min all'art 2 lettera b) del capitolato la destinazione d'uso dei prodotti al lotto 6 (per la quale la ditta non partecipa), anziché al lotto 7. Il lotto corretto è riportato sia nell'offerta economica, sia nel mod M5. Quindi l'offerta tecnica risulta idonea, e, al termine della verifica dei requisiti, anche prodotti offerti. La ditta quindi risulta idonea.

La ditta EUROCLONE offre prodotti rispondenti alle specifiche tecniche, destinati all'uso di laboratorio/ricerca. Gli esperti preferiscono approfondire la destinazione d'uso dei prodotti, che non devono essere RUO, pena esclusione dalla gara.

Si precisa che gli esperti si riservano di valutare di confermare o meno alcune punti nel corso delle prossime riunioni, sino al termine dei lavori.

La seduta è tolta alle ore 16.30, al prossimo incontro si proseguirà con il lotto 7. Viene sottoscritto il presente verbale composto da 2 (due) pagine.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione di Esperti

- Dott.ssa Giorgia ANSELMINI

- Dott.ssa Cristina CIOCCA

Il Funzionario Referente

- Dott.ssa Isabella LEVRERI