



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

www.acquistiliguria.it

Dirigente Responsabile: Dottor Luigi Moreno Costa 010 548 8561  
Funzionario Referente: Dott.ssa Isabella Levrieri 010 548 8549

luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
isabella.levrieri@regione.liguria.it

Prot. n. 29588 del 23/10/2020

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica SinTel, per l'affidamento della fornitura di vetreria e materiale per laboratorio in favore delle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi)\_II edizione. Lotti n. 19. # gara 7548887**

### Verbale di verifica della documentazione TECNICA. Seduta riservata

Il giorno 23/10/2020, alle ore 9.30, presso la Sala riunioni dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in via D'Annunzio 64, 16121 Genova, si è riunita la commissione di esperti per continuare la valutazione della congruità delle offerte pervenute.

Sono presenti i componenti della Commissione di esperti nominati con Determinazione n. 45 del 28/01/2020 Dott.ssa Francesca GUERRA e Dott.ssa Cristina CIOCCA

È altresì presente la Dott.ssa Isabella Levrieri, Collaboratore tecnico professionale della Centrale in qualità di Funzionario referente e Segretario.

I componenti esperti presenti riprendono la verifica dei contenuti della documentazione tecnica iniziando dalla valutazione delle risposte ai quesiti inviati alle ditte:

- KALTEK\_ capacità e la lunghezza del prodotto ref 4.28: informazione tecnica integrata in quanto i dati richiesti non sono presenti nella documentazione tecnica offerta.
- APTACA\_ range di temperatura del prodotto ref 4.57: informazione tecnica integrata in quanto i dati richiesti non sono presenti nella documentazione tecnica offerta.
- BIOSIGMA sterilità del prodotto ref 1.8\_ il prodotto è sterile come da scheda tecnica e come da requisito minimo. Prodotto idoneo.

#### LOTTO 6 - MATERIALE PER COLTURE CELLULARI

Gli esperti iniziano la lettura tecnica delle offerte al lotto 6 e concludono inviando alle ditte le seguenti richieste di informazioni non reperite nei documenti di gara presentati:

##### BIOSIGMA:

- ref 6.1, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19: requisito di colture cellulari in adesione;
- ref. 6.19: requisiti di anelli di condensazione sul coperchio e la capacità max del pozzetto;
- ref. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.11 a 6.19 certificazione del prodotto offerto

##### EUROCLONE:

- ref 6.16, 6.17, 6.18 materiale del prodotto (polistirolo).
- ref 6.19 requisiti di anelli di condensazione sul coperchio e confezionamento

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it)

PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

Nelle schede tecniche dei prodotti offerti è riportato che la destinazione d'uso è quella di laboratorio/ricerca. Gli esperti decidono di inviare nota alla ditta per la relativa richiesta di chiarimenti. Gli esperti decidono di controllare le schede tecniche dei lotti per i quali la ditta partecipa nel dettaglio della destinazione d'uso, ed in effetti tutti riportano la stessa dicitura "ad uso di lab/ricerca. Quindi in previsione di verificare l'idoneità dei prodotti, la commissione di esperti invia richiesta di chiarimento per tutti i lotti partecipati dalla ditta Euroclone (6, 7, 12).

LABOINDUSTRIA:

- ref 6.5 certificazione del prodotto offerto.
- ref. 6.19 manca capacità max del pozzetto

LOTTO 9 - CONTENITORI PER CRIOGENIA

La verifica delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dall'unica concorrente ditta Laboindustria per il lotto 9 da esito positivo da parte degli esperti, pertanto la ditta risulta idonea.


Si precisa che la commissione di esperti si riserva di valutare di confermare o meno alcune punti nel corso delle prossime riunioni, sino al termine dei lavori.

La seduta è tolta alle ore 17.00, con la sottoscrizione del presente verbale composto da 2 (due) pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione di Esperti

- Dott.ssa Francesca GUERRA
- Dott.ssa Cristina CIOCCA



Il Funzionario Referente

- Dott.ssa Isabella LEVRERI

