



Dirigente Responsabile: Dottor Luigi Moreno Costa 010 548 8561
Funzionario Referente: Dott.ssa Isabella Levrieri 010 548 8549

luigimoreno.costa@regione.liguria.it
isabella.levrieri@regione.liguria.it

Prot. n. 14557 DEL 15/04/2021

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica SinTel, per l'affidamento della fornitura di vetreria e materiale per laboratorio in favore delle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi)_II edizione. Lotti n. 19. # gara 7548887.

Verbale di verifica della documentazione TECNICA. Seduta riservata

Il giorno 15/04/2021, alle ore 9.45, presso la Sala riunioni dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in via D'Annunzio 64, 16121 Genova, si è riunita la commissione di esperti per continuare la verifica della idoneità delle offerte tecniche pervenute.

Sono presenti i componenti della Commissione di esperti nominati con Determinazione n. 45 del 28/01/2020 Dott.ssa Francesca GUERRA, Dott.ssa Cristina CIOCCA, Dott.ssa Giorgia ANSELMINI

È altresì presente la Dott.ssa Isabella Levrieri, Collaboratore tecnico professionale della Centrale in qualità di Funzionario referente e Segretario

Gli esperti riprendono i lotti analizzati nella seduta precedente per concludere l'idoneità o la non idoneità dei prodotti sulla base delle risposte ai chiarimenti pervenute

Lotto 11: gli esperti non ricevono risposta ai chiarimenti alla ditta Carlo Erba circa la destinazione d'uso dei prodotti offerti, secondo il requisito minimo pena esclusione riportato nell'art 2 lettera b) del capitolato tecnico ed il fondo delle vial offerte. Quindi i prodotti offerti non risultano essere idonei

Lotto 12: Gli esperti, dopo approfondimento sulle caratteristiche dei prodotti offerti non esattamente corrispondenti ai requisiti minimi richiesti, valutano non idonei i prodotti in termini di diversa porosità e materiale di filtrazione da quelli in capitolato. Quindi in allegato al verbale conclusivo si riporta la scheda di verifica con le inidoneità per ditta.

Lotto 15: gli esperti valutano chiara ed esaustiva la risposta della ditta Kaltek alla richiesta di chiarimento inviata durante l'ultima seduta degli esperti. I prodotti offerti pertanto risultano idonei

Lotto 16_PVC vs PP: gli esperti reputano non equivalente il polivinilcloruro (PVC) con il polipropilene (PP) poiché il PVC offerto risulta essere vulnerabile ad alcuni solventi chimici. Quindi i prodotti offerti dalla ditta VWR INT ai ref 16.4 e 16.5 non risultano essere idonei.

Gli esperti iniziano la verifica dei contenuti della documentazione tecnica dei lotti 14, 17, 18, 19.



Lotto 14 LAME PER MICROTOMIA

Le ditte che partecipano sono: KALTEK, BIO OPTICA, AHSI

La verifica delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e l'esito della prova pratica sulla campionatura delle lame per microtomia sono allegate al verbale conclusivo del lavoro della commissione degli esperti.

LOTTO N. 17 MICROPROVETTE E PROVETTE

Partecipano le ditte: LABOINDUSTRIA, BIOSIGMA, CARLO ERBA

Le schede di verifica delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti sono allegate al verbale conclusivo della commissione di esperti.

LOTTO N. 18 PROVETTE TIPO EPPENDORF

Partecipano le ditte: BIOSIGMA, LABOINDUSTRIA

Gli esperti inviano richiesta di chiarimento alla ditta Biosigma circa le informazioni sul fondo delle provette offerte ai ref 18.1, 18.2, 18.3.

Lotto 19 LAME PER RIDUZIONE

Partecipano le ditte: KALTEK, BIO OPTICA

I prodotti offerti dalla ditta Bioptica ai ref 19.2 e 19.4 risultano essere non idonei poiché la commissione di esperti valuta non equivalente il materiale offerto, ossia l'"Acciaio Speciale" (ACCIAIO + CARBONIO come descritto nella scheda tecnica) con l'acciaio nichelato (o equivalente) richiesto dal capitolato tecnico. Il contenuto di nichel conferisce inossidabilità alla lega delle lame. Quindi i prodotti non sono idonei.

Inoltre la ditta Kaltek al ref 19.6 offre una sola lunghezza per la lama da dissezione, mentre il requisito minimo della lama è quella di essere offerte in diverse lunghezze. Quindi il prodotto non è idoneo

Si precisa che la commissione di esperti si riserva di valutare di confermare o meno alcune punti nel corso delle prossime riunioni, sino al termine dei lavori.

La seduta è tolta alle ore 17.00, con la sottoscrizione del presente verbale composto da 2 (due) pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione di Esperti

- Dott.ssa Francesca GUERRA

- Dott.ssa Cristina CIOCCA

-- Dott.ssa Giorgia ANSELMINI

Il Funzionario Referente

- Dott.ssa Isabella LEVRERI