



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Aggiudicazione.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante	Luigi Moreno COSTA
Responsabile Procedimento	Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile	Luigi Moreno COSTA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 recante "Disciplina delle attività contrattuali regionali" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la "razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione", il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.", convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante “Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 23 dicembre 2021 recante “Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l’anno 2022” integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 23/06/2022 recante “Aggiornamento programmazione SUAR per l'anno 2022”;

PREMESSO CHE:

- con decreto del Dirigente n. 6940/2021, successivamente rettificato con decreto n. 7809/2021, è stata indetta procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento della fornitura di “Materiale di consumo e strumentario per artroscopia” (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lotti da 1 a 46 e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lotti 47, 48 e 49;
- entro il termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 24/01/2022 ore 14:00 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1640181479923	CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	Forma singola
1642418940766	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	Forma singola
1642495743747	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	Forma singola
1642501559210	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Forma singola
1642502584026	ARTHREX ITALIA S.R.L	Forma singola
1642503371219	LIMACORPORATE	Forma singola
1642583213479	MEDACTA ITALIA SRL	Forma singola
1642602283451	N.B.A. MEDICA SRL	Forma singola

1642666493731	SMITH & NEPHEW SRL	Forma singola
1642686135746	CONMED ITALIA S.R.L.	Forma singola
1642755982753	DELTA SRL	Forma singola
1642774783239	PRO.MED. SRL	Forma singola

- con decreto n. 341/2022 si è proceduto alla costituzione del seggio di gara;
- in data 27/01/2022 si è tenuta presso la S.U.A.R. la seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al Verbale prot. NP/2022/57742 del 27/01/2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ed al cui contenuto integralmente si rinvia;
- in data 31/01/2022 e 01/02/2022 si sono svolte le sedute riservate del Seggio di gara, per la verifica di conformità della documentazione amministrativa alla *lex specialis* di gara, con le risultanze di cui ai Verbali prot. n. NP/2022/0068386 del 31/01/2022, NP/2022/75419 del 01/02/2022 e NP/2022/ 120316 del 10/02/2022, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto integralmente si rinvia;
- con decreto n. 869/2022 si è proceduto all'ammissione degli offerenti secondo lo schema seguente:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	LOTTE DI PARTECIPAZIONE
1642495743747	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	2 - 3 - 5 - 7 - 12 - 19 - 22 - 23 - 25 - 29 - 32 - 33 - 34 - 38 - 49
1642502584026	ARTHREX ITALIA S.R.L.	1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 49
1640181479923	CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	19 - 24 - 25 - 27 - 33 - 49
1642686135746	CONMED ITALIA S.R.L.	2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 15 - 19 - 23 - 25 - 28 - 29 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 39 - 47
1642755982753	DELTA SRL	27 - 34
1642501559210	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 14 - 16 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 37 - 38 - 41 - 49

1642503371219	LIMACORPORATE	16 – 19 - 24
1642583213479	MEDACTA ITALIA SRL	5 – 12 – 23 – 38 - 39
1642602283451	N.B.A. MEDICA SRL	3 – 5 – 7 – 9 – 14 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 35 – 36 – 37 – 40 – 44 - 49
1642774783239	PRO.MED. SRL	29 - 31 – 33 - 35
1642666493731	SMITH & NEPHEW SRL	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13 – 14 - 15 – 18 – 19 - 22 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 - 33 – 34 – 35 – 36 - 37 - 38 – 39 – 42 - 44 – 47 - 49
1642418940766	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 - 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 - 39

- con decreto del Direttore Generale n. 2040/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- in data 13/04/2022 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste tecniche sulla piattaforma Sintel, con gli esiti di cui al verbale Prot-2022-0280550 del 13/04/2022, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei seguenti verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice:

- NP/2022/0328077 del 06/05/2022;
- NP/2022/0363406 del 23/05/2022;
- NP/2022/0407881 del 09/06/2022;
- NP/2022/0412886 del 14/06/2022;
- NP/2022/0947636 del 06/09/2022;
- NP/2022/1021348 del 15/09/2022;
- NP/2022/1043810 del 20/09/2022;
- NP/2022/1069594 del 27/09/2022;
- NP/2022/1107341 del 04/10/2022;

DATO ATTO che ad esito dell'esame in seduta riservata della documentazione tecnica sono state escluse le seguenti Ditte per le motivazioni precisate nelle relative comunicazioni di esclusione:

- ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.: lotti 3 - 7 - 32
- ARTHREX ITALIA S.R.L.: lotti 1 – 8 – 11 – 19 – 24 – 30 - 32
- CITIEFFE SRL: lotti 19 – 24
- CONMED ITALIA S.R.L.: lotti 4 – 6 - 7 – 19 – 32 - 47

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.: lotti 6 – 32 – 41
- LIMACORPORATE SRL: lotto 19
- MEDACTA ITALIA SRL: lotto 23
- N.B.A. MEDICA SRL: lotto 32
- SMITH & NEPHEW SRL: lotti 12 – 19 – 25 – 29 – 32 – 33 – 34 – 35 - 44
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: lotti 15 - 19 – 32 – 34 – 35 - 37

DATO ALTRESI' ATTO che, ad esito dei lavori della Commissione, risultano deserti i seguenti lotti:

LOTTO 32 - TENDON STRIPPER (CIG 8970622774);
 LOTTO 48 - ASPIRATORI DA PAVIMENTO (CIG 8971394488);

PRESO ATTO del verbale della seduta pubblica del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice svoltasi in data 08/11/2022 (Prot-2022-1247725 del 08/11/2022), concernente l'apertura delle offerte economiche e l'individuazione dei migliori offerenti, nonché la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, all'esito delle operazioni svolte nel corso della seduta pubblica del 08/11/2022 poc'anzi richiamata, sono risultati i seguenti aggiudicatari per ciascun lotto di gara:

LOTTO 1 - CANNULE PER ARTROSCOPIA (CIG 896835697D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	64,00	38.160,00	30	94

LOTTO 2 - ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968378BA4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
CONMED ITALIA S.R.L.	70,00	144.560,00	30	100

LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968393806)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
--------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------	--

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	288.600,00	30	100
--------------------------------	-------	------------	----	-----

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968421F1F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	154.560,00	30	100

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 89684696BE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	153.472,00	28,25	98,25

LOTTO 6 - ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 89684810A7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	228.000,00	28,42	98,42

LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 8968497DD7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	148.200,00	30	100

LOTTO 8 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 89685097C0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	85.140,00	30	100

LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA (CIG 896852334F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	1.171.200,00	16,85	86,85

LOTTO 10 - UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA (CIG 8968536E06)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
SMITH & NEPHEW SRL	60,00	68.780,00	30	90

LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 896854771C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	95.977,60	25,24	95,24

LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP" (CIG 8968568870)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	15.840,00	27,20	97,20

LOTTO 13 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO AUTOMATICO (CIG 8968573C8F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	207.360,00	30	100

LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO (CIG 8968799711)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	59,50	256.872,00	28,16	87,66

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT (CIG 89688186BF)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	64.960,00	23,14	93,14

LOTTO 16 - FILO PASSA SUTURE TRANSOSSEO (CIG 896883766D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	52.788,00	22,20	92,20

LOTTO 17 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI PLURIUSO (CIG 89688701AA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE
---------------------	--	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------

				(TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	46.020,00	30	100

LOTTO 18 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI MONOUSO (CIG 8968888085)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	115.200,00	30	100

LOTTO 19 - VITI IN TITANIO AD INTERFERENZA PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP (CIG 8968907033)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	84.280,00	30	100

LOTTO 20 - SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA (CIG 8968921BBD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	187.000,00	30	100

LOTTO 21 - SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA (CIG 8968931400)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	266.400,00	30	100

LOTTO 22 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE (CIG 89689492DB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	116.620,00	30	100

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE (CIG 8968960BEC)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	70,00	149.800,00	27,21	97,21

LOTTO 24 - CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA (CIG 896897477B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
LIMACORPORATE	70,00	31.680,00	30	100

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG (CIG 8968985091)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
N.B.A. MEDICA SRL	70,00	45.568,00	26,37	96,37

LOTTO 26 - PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER) (CIG 8968997A75)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	249.600,00	27,52	97,52

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE (CIG 8969021E42)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
DELTA SRL	64,29	40.136,00	30	94,29

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE (CIG 896905497F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	176.800,00	22,11	92,11

LOTTO 29 - SPINGI NODI (CIG 8970533E00)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	28.672,00	30	100

LOTTO 30 – PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE (CIG 8970569BB6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	45,00	170.800,00	30	75

LOTTO 31 – PALPATORE, BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI (CIG 8970588B64)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE
---------------------	--	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------

				(TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	1.497.600,00	27,61	97,61

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER (CIG 8971119199)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	100.800,00	27,31	97,31

LOTTO 34 - SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE (CIG 897117931C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	112.320,00	30	100

LOTTO 35 - CURETTE AD ANELLO (CIG 8971189B5A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	106.400,00	18,14	88,14

LOTTO 36 - FRESE FLESSIBILI PER LCA (CIG 897119939D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
N.B.A. MEDICA SRL	70,00	843.720,00	27,40	97,40

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE (CIG 8971214FFA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	220.000,00	19,68	89,68

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP (CIG 8971227AB6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	104.960,00	22,61	92,61

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOMPOSITO PER LCA/LCP (CIG 8971241645)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	143.500,00	10,39	80,39

LOTTO 40 - CANNULE ARTROSCOPICHE SOFT (CIG 8971252F56)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	21.320,00	21,60	91,60

LOTTO 41 - PASSA SUTURE MONOUSO (CIG 8971267BB8)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	54.400,00	30	100

LOTTO 42 - ANCORA ARTROSCOPICA A BATTUTA PER RISCOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DEL POLSO (CIG 897129747C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	106.920,00	19,09	89,09

**LOTTO 43 - ANCORA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELLO
SCAFOLUNATO (CIG 89713131B1)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	98.696,00	30	100

**LOTTO 44 - NANO STRUMENTI PER ARTROSCOPIA PICCOLE ARTICOLAZIONI
E POLSO (CIG 8971329EE1)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	1.178.100,00	30	100

**LOTTO 45 - MICROSUTURE A LOOP PER LA FISSAZIONE TENDINEA (CIG
8971345C16)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	22.960,00	30	100

LOTTO 46 - PASSA TENDINI ARTROSCOPICO (CIG 89713586D2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	33.600,00	30	100

LOTTO 47 - SET DI TRAZIONE PER ARTROCOPIA DI POLSO

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO
SMITH & NEPHEW SRL	28.080,00

LOTTO 49 - BANCO DA LAVORO PER PREPARAZIONE DEL NEOLEGAMENTO

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO
SMITH & NEPHEW SRL	148.120,00

DATO ATTO che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia alla presente Determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE gli Uffici della SUAR hanno provveduto a richiedere la giustificazione delle offerte risultate anormalmente, nei tempi e secondo le modalità stabilite ex art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., alle seguenti Ditte:

- 1) ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.: lotti 19 – 22 – 34
- 2) ARTHREX ITALIA S.R.L.: lotti 4 – 6 – 12 – 13 – 17 – 26 – 31 – 33 – 41 – 43 – 44 – 45
- 3) CONMED ITALIA S.R.L.: lotto 2
- 4) DELTA SRL: lotto 27
- 5) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.: lotti 1 – 20 – 21 – 29
- 6) LIMACORPORATE SRL: lotto 24
- 7) N.B.A. MEDICA SRL: lotti 25 – 36
- 8) SMITH & NEPHEW SRL: lotti 10 – 18 – 49
- 9) ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: lotti 3 – 5 – 7 – 8 – 11 – 14 – 23

CONSIDERATO CHE la documentazione fornita dai sopracitati operatori economici attesta la congruità delle relative offerte ai sensi del citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., siccome risulta dalla relazione del RUP Prot-2022-1605663 del 21/12/2022, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE non esistono, per la fornitura in oggetto, convenzioni nazionali CONSIP;

RITENUTO DI procedere alla aggiudicazione della fornitura *de qua*, in conformità ai verbali allegati al presente decreto;

D E C R E T A

1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE i seguenti verbali, che vengono allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali:

- NP/2022/57742 del 27/01/2022;

- NP/2022/68386 del 31/01/2022;
- NP/2022/75419 del 01/02/2022;
- NP/2022/ 120316 del 10/02/2022;
- Prot-2022-0280550 del 13/04/2022;
- NP/2022/0328077 del 06/05/2022;
- NP/2022/0363406 del 23/05/2022;
- NP/2022/0407881 del 09/06/2022;
- NP/2022/0412886 del 14/06/2022;
- NP/2022/0947636 del 06/09/2022;
- NP/2022/1021348 del 15/09/2022;
- NP/2022/1043810 del 20/09/2022;
- NP/2022/1069594 del 27/09/2022;
- NP/2022/1107341 del 04/10/2022;
- Prot-2022-1247725 del 08/11/2022.

2. DI CONFERMARE l'esclusione delle seguenti Ditte, per le motivazioni indicate nelle relative comunicazioni ex art. 76 D.lgs. n. 50/2016:

- ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.: lotti 3 - 7 - 32
- ARTHREX ITALIA S.R.L.: lotti 1 – 8 – 11 – 19 – 24 – 30 - 32
- CITIEFFE SRL: lotti 19 – 24
- CONMED ITALIA S.R.L.: lotti 4 – 6 - 7 – 19 – 32 - 47
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.: lotti 6 – 32 – 41
- LIMACORPORATE SRL: lotto 19
- MEDACTA ITALIA SRL: lotto 23
- N.B.A. MEDICA SRL: lotto 32
- SMITH & NEPHEW SRL: lotti 12 – 19 – 25 – 29 – 32 – 33 – 34 – 35 - 44
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: lotti 15 - 19 – 32 – 34 – 35 - 37

3. DI PROCEDERE alla aggiudicazione della gara in oggetto secondo lo schema seguente:

LOTTO 1 - CANNULE PER ARTROSCOPIA (CIG 896835697D)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	38.160,00	94

LOTTO 2 - ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968378BA4)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
---------------------	-------------------------------------	---

CONMED ITALIA S.R.L.	144.560,00	100
-------------------------	------------	-----

LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968393806)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	288.600,00	100

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968421F1F)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	154.560,00	100

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 89684696BE)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	153.472,00	98,25

LOTTO 6 - ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 89684810A7)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	228.000,00	98,42

LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 8968497DD7)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	148.200,00	100

LOTTO 8 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 89685097C0)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	85.140,00	100

LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA (CIG 896852334F)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	1.171.200,00	86,85

LOTTO 10 - UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA (CIG 8968536E06)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
SMITH & NEPHEW SRL	68.780,00	90

LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 896854771C)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	95.977,60	95,24

**LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"
(CIG 8968568870)**

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	15.840,00	97,20

**LOTTO 13 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO
AUTOMATICO (CIG 8968573C8F)**

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	207.360,00	100

**LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO
CONTROLLATO (CIG 8968799711)**

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	256.872,00	87,66

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT (CIG 89688186BF)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	64.960,00	93,14

LOTTO 16 - FILO PASSA SUTURE TRANSOSSEO (CIG 896883766D)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
---------------------	---	---

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	52.788,00	92,20
--	-----------	-------

LOTTO 17 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI PLURIUSO (CIG 89688701AA)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	46.020,00	100

LOTTO 18 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI MONOUSO (CIG 8968888085)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
SMITH & NEPHEW SRL	115.200,00	100

LOTTO 19 - VITI IN TITANIO AD INTERFERENZA PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP (CIG 8968907033)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	84.280,00	100

LOTTO 20 - SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA (CIG 8968921BBD)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	187.000,00	100

LOTTO 21 - SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA (CIG 8968931400)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	266.400,00	100

LOTTO 22 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE (CIG 89689492DB)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	116.620,00	100

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE (CIG 8968960BEC)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	149.800,00	97,21

LOTTO 24 - CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA (CIG 896897477B)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
LIMACORPORATE	31.680,00	100

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG (CIG 8968985091)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
N.B.A. MEDICA SRL	45.568,00	96,37

LOTTO 26 - PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER) (CIG 8968997A75)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	249.600,00	97,52

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE (CIG 8969021E42)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
DELTA SRL	40.136,00	94,29

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE (CIG 896905497F)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	176.800,00	92,11

LOTTO 29 - SPINGI NODI (CIG 8970533E00)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	28.672.,00	100

LOTTO 30 – PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE (CIG 8970569BB6)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	170.800,00	75

LOTTO 31 - PALPATORE, BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI (CIG 8970588B64)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	1.497.600,00	97,61

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER (CIG 8971119199)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	100.800,00	97,31

LOTTO 34 - SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE (CIG 897117931C)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	112.320,00	100

LOTTO 35 - CURETTE AD ANELLO (CIG 8971189B5A)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	106.400,00	88,14

LOTTO 36 - FRESE FLESSIBILI PER LCA (CIG 897119939D)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
---------------------	-------------------------------------	---

N.B.A. MEDICA SRL	843.720,00	97,40
----------------------	------------	-------

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE (CIG 8971214FFA)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	220.000,00	89,68

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP (CIG 8971227AB6)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
SMITH & NEPHEW SRL	104.960,00	92,61

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOMPOSITO PER LCA/LCP (CIG 8971241645)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
SMITH & NEPHEW SRL	143.500,00	80,39

LOTTO 40 - CANNULE ARTROSCOPICHE SOFT (CIG 8971252F56)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	21.320,00	91,60

LOTTO 41 - PASSA SUTURE MONOUSO (CIG 8971267BB8)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)

ARTHREX ITALIA S.R.L	54.400,00	100
-------------------------	-----------	-----

LOTTO 42 - ANCORA ARTROSCOPICA A BATTUTA PER RISCOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DEL POLSO (CIG 897129747C)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	106.920,00	89,09

LOTTO 43 - ANCORA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELLO SCAFOLUNATO (CIG 89713131B1)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	98.696,00	100

LOTTO 44 - NANO STRUMENTI PER ARTROSCOPIA PICCOLE ARTICOLAZIONI E POLSO (CIG 8971329EE1)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	1.178.100,00	100

LOTTO 45 - MICROSUTURE A LOOP PER LA FISSAZIONE TENDINEA (CIG 8971345C16)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	22.960,00	100

LOTTO 46 - PASSA TENDINI ARTROSCOPICO (CIG 89713586D2)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE
--------------	------------------------------	------------------

		(TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	33.600,00	100

LOTTO 47 - SET DI TRAZIONE PER ARTROCOPIA DI POLSO

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO
SMITH & NEPHEW SRL	28.080,00

LOTTO 49 - BANCO DA LAVORO PER PREPARAZIONE DEL NEOLEGAMENTO

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO
SMITH & NEPHEW SRL	148.120,00

4. DI DARE ATTO CHE, ad esito dei lavori della Commissione, risultano deserti i seguenti lotti:

LOTTO 32 - TENDON STRIPPER (CIG 8970622774)
LOTTO 48 - ASPIRATORI DA PAVIMENTO (CIG 8971394488)

5. DI DARE ATTO CHE:

- l'aggiudicazione diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il termine dilatorio per la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data dell'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della gara;
- la Convenzione diventerà efficace all'esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- per i lotti aggiudicati in Accordo Quadro l'importo della garanzia definitiva è calcolato, per gli aggiudicatari diversi dal primo classificato, sulla quota parte di fornitura attribuibile in base alle previsioni del Capitolato Tecnico di Gara (40%);
- la garanzia definitiva da prestare da parte degli aggiudicatari è determinata nei seguenti importi:

LOTTO 1 - CANNULE PER ARTROSCOPIA (CIG 896835697D)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
---------------------	-------------------------------------	----------------------------

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	38.160,00	3.816,00 €
-------------------------------------	-----------	------------

LOTTO 2 - ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968378BA4)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
CONMED ITALIA S.R.L.	144.560,00	14.456,00 €

LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968393806)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	288.600,00	28.860,00 €

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968421F1F)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L.	154.560,00	15.456,00 €

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 89684696BE)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	153.472,00	15.347,20 €

LOTTO 6 - ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 89684810A7)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L.	228.000,00	22.800,00 €

LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 8968497DD7)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	148.200,00	14.820,00 €

LOTTO 8 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 89685097C0)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	85.140,00	8.514,00 €

LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA (CIG 896852334F)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	1.171.200,00	117.120,00 €

LOTTO 10 - UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA (CIG 8968536E06)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
SMITH & NEPHEW SRL	68.780,00	6.878,00 €

LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 896854771C)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	95.977,60	9.597,76 €

LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP" (CIG 8968568870)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	15.840,00	1.584,00 €

LOTTO 13 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO AUTOMATICO (CIG 8968573C8F)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	207.360,00	20.736,00 €

LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO (CIG 8968799711)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	256.872,00	25.687,20 €

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT (CIG 89688186BF)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	64.960,00	6.496,00 €

LOTTO 16 - FILO PASSA SUTURE TRANSOSSEO (CIG 896883766D)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	52.788,00	5.278,80 €

LOTTO 17 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI PLURIUSO (CIG 89688701AA)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	46.020,00	4.602,00 €

LOTTO 18 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI MONOUSO (CIG 8968888085)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
---------------------	-------------------------------------	----------------------------

SMITH & NEPHEW SRL	115.200,00	11.520,00 €
--------------------	------------	-------------

LOTTO 19 - VITI IN TITANIO AD INTERFERENZA PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP (CIG 8968907033)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	84.280,00	8.428,00 €

LOTTO 20 - SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA (CIG 8968921BBD)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	187.000,00	18.700,00 €

LOTTO 21 - SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA (CIG 8968931400)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	266.400,00	26.640,00 €

LOTTO 22 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE (CIG 89689492DB)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	116.620,00	11.662,00 €

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE (CIG 8968960BEC)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	149.800,00	14.980,00 €

LOTTO 24 - CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA (CIG 896897477B)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
LIMACORPORATE	31.680,00	3.168,00 €

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG (CIG 8968985091)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
N.B.A. MEDICA SRL	45.568,00	4.556,80 €

LOTTO 26 - PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER) (CIG 8968997A75)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	249.600,00	24.960,00 €

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE (CIG 8969021E42)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
DELTA SRL	40.136,00	4.013,60 €

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE (CIG 896905497F)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	176.800,00	17.680,00 €

LOTTO 29 - SPINGI NODI (CIG 8970533E00)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	28.672,00	2.867,20 €

LOTTO 30 – PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE (CIG 8970569BB6)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	170.800,00	17.080,00 €

LOTTO 31 – PALPATORE, BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI (CIG 8970588B64)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	1.497.600,00	149.760,00 €

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER (CIG 8971119199)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	100.800,00	10.080,00 €

LOTTO 34 - SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE (CIG 897117931C)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	112.320,00	11.232,00 €

LOTTO 35 - CURETTE AD ANELLO (CIG 8971189B5A)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	106.400,00	10.640,00 €

LOTTO 36 - FRESE FLESSIBILI PER LCA (CIG 897119939D)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
N.B.A. MEDICA SRL	843.720,00	84.372,00 €

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE (CIG 8971214FFA)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	220.000,00	22.000,00 €

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP (CIG 8971227AB6)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
SMITH & NEPHEW SRL	104.960,00	10.496,00 €

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOMPOSITO PER LCA/LCP (CIG 8971241645)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
SMITH & NEPHEW SRL	143.500,00	14.350,00 €

LOTTO 40 - CANNULE ARTROSCOPICHE SOFT (CIG 8971252F56)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	21.320,00	2.132,00 €

LOTTO 41 - PASSA SUTURE MONOUSO (CIG 8971267BB8)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	54.400,00	5.440,00 €

LOTTO 42 - ANCORA ARTROSCOPICA A BATTUTA PER RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DEL POLSO (CIG 897129747C)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	106.920,00	10.692,00 €

LOTTO 43 - ANCORA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELLO SCAFOLUNATO (CIG 89713131B1)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	98.696,00	9.869,60 €

LOTTO 44 - NANO STRUMENTI PER ARTROSCOPIA PICCOLE ARTICOLAZIONI E POLSO (CIG 8971329EE1)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	1.178.100,00	117.810,00 €

LOTTO 45 - MICROSUTURE A LOOP PER LA FISSAZIONE TENDINEA (CIG 8971345C16)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	22.960,00	2.296,00 €

LOTTO 46 - PASSA TENDINI ARTROSCOPICO (CIG 89713586D2)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
ARTHREX ITALIA S.R.L	33.600,00	3.360,00 €

LOTTO 47 - SET DI TRAZIONE PER ARTROSCOPIA DI POLSO

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
SMITH & NEPHEW SRL	28.080,00	2.808,00 €

LOTTO 49 - BANCO DA LAVORO PER PREPARAZIONE DEL NEOLEGAMENTO

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	GARANZIA DEFINITIVA
---------------------	-------------------------------------	----------------------------

SMITH & NEPHEW SRL	148.120,00	14.812,00 €
--------------------	------------	-------------

6. DI DARE ATTO CHE la Convenzione da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatarie sarà redatta in base allo schema tipo approvato con la Determinazione di indizione, mentre gli Odf saranno emessi dalle Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;

7. DI PROVVEDERE alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;


8. DI DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici, alle condizioni previste nella determinazione n. 303 del 01/07/2020:

- in forma integrale su:
 - Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
- per estratto su:
 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - Il Messaggero nell'edizione nazionale
 - Il Mattino nell'edizione nazionale
 - Repubblica – Il Lavoro edizione regionale
 - Il Giornale della Liguria
 - Osservatorio appalti Regione Liguria
 - Sito web ANAC (www.anticorruzione.it) - Sito Web Aziendale (www.acquistiliguria.it) - Sito web Consip (www.acquistinretepa.it)

9. DI DARE ATTO CHE al pagamento delle spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale si provvederà con separato provvedimento;

10. DI DARE INFINE ATTO CHE le spese di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. e per estratto sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012.

Avverso il presente provvedimento è esperibile unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al D.lgs. n. 53/2010 e n. 104/2010.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Genova, 27/01/2022

Prot. n. NP/2022/57742

Allegati:

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890

SEDUTA PUBBLICA

Verbale seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa

Il giorno 27/01/2022, alle ore 11:00 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per l'apertura sulla piattaforma telematica Sintel della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 341/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri della S.U.A.R. e la Dott.ssa Carolina Maria Raggi, Istruttore Amministrativo della S.U.A.R..

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dal Dott. Mauro Vestri, nominato con decreto del Direttore Generale n. 3306/2021.

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, la seduta pubblica si svolge a porte chiuse. Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso prot. n. 0047929 del 24/01/2022.

Il Presidente del Seggio di gara dà preliminarmente atto che con Decreto n. 6940/2021, successivamente rettificato con Decreto n. 7809/2021, è stata indetta la procedura di cui in epigrafe e fissato il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 24/01/2022, ore 14:00.

Il Presidente del Seggio di gara rileva che entro il predetto termine delle ore 14:00 del 24/01/2022 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1640181479923	CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	Forma singola
1642418940766	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	Forma singola
1642495743747	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	Forma singola
1642501559210	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Forma singola
1642502584026	ARTHREX ITALIA S.R.L	Forma singola
1642503371219	LIMACORPORATE	Forma singola
1642583213479	MEDACTA ITALIA SRL	Forma singola
1642602283451	N.B.A. MEDICA SRL	Forma singola
1642666493731	SMITH & NEPHEW SRL	Forma singola
1642686135746	CONMED ITALIA S.R.L.	Forma singola
1642755982753	DELTA SRL	Forma singola
1642774783239	PRO.MED. SRL	Forma singola

Il Presidente dà quindi lettura delle ditte partecipanti per ciascuno dei lotti di gara:

LOTTO 1 - CANNULE PER ARTROSCOPIA

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
SMITH & NEPHEW SRL
ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 2 - ANCORE BIOCAMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
Conmed Italia s.r.l.
SMITH & NEPHEW SRL
Anika Therapeutics S.r.l.

LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
Conmed Italia s.r.l.
SMITH & NEPHEW SRL
N.B.A. MEDICA SRL
Anika Therapeutics S.r.l.
ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
Conmed Italia s.r.l.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
SMITH & NEPHEW SRL
ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
SMITH & NEPHEW SRL
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
Anika Therapeutics S.r.l.
N.B.A. MEDICA SRL
ARTHREX ITALIA S.R.L

PR JB
m.v

MEDACTA ITALIA SRL

LOTTO 6 - ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

Conmed Italia s.r.l.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

SMITH & NEPHEW SRL

ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Conmed Italia s.r.l.

SMITH & NEPHEW SRL

Anika Therapeutics S.r.l.

N.B.A. MEDICA SRL

ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 8 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

SMITH & NEPHEW SRL

ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

SMITH & NEPHEW SRL

N.B.A. MEDICA SRL

ARTHREX ITALIA S.R.L

CR JB
L
m h

LOTTO 10 - UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
SMITH & NEPHEW SRL
Conmed Italia s.r.l.
ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
ARTHREX ITALIA S.R.L
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
Conmed Italia s.r.l.
SMITH & NEPHEW SRL

LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
Conmed Italia s.r.l.
SMITH & NEPHEW SRL
ARTHREX ITALIA S.R.L
Anika Therapeutics S.r.l.
MEDACTA ITALIA SRL

LOTTO 13 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO AUTOMATICO

SMITH & NEPHEW SRL
ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO

NOME PARTECIPANTE
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
SMITH & NEPHEW SRL



JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

ARTHREX ITALIA S.R.L

N.B.A. MEDICA SRL

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

Conmed Italia s.r.l.

SMITH & NEPHEW SRL

ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 16 - FILO PASSA SUTURE TRANSOSSEO

NOME PARTECIPANTE

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

LIMACORPORATE

ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 17 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI PLURIUSO

ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 18 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI MONOUSO

SMITH & NEPHEW SRL

ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 19 - VITI IN TITANIO AD INTERFERENZA PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

Conmed Italia s.r.l.

LIMACORPORATE

SMITH & NEPHEW SRL

ARTHREX ITALIA S.R.L

Anika Therapeutics S.r.l.

CR *13*
14
15

Citiefte S.r.l. a socio unico

LOTTO 20 - SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

LOTTO 21 - SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

LOTTO 22 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE

SMITH & NEPHEW SRL

Anika Therapeutics S.r.l.

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Conmed Italia s.r.l.

SMITH & NEPHEW SRL

ARTHREX ITALIA S.R.L

Anika Therapeutics S.r.l.

MEDACTA ITALIA SRL

LOTTO 24 - CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA

NOME PARTECIPANTE

LIMACORPORATE

ARTHREX ITALIA S.R.L

Citiefte S.r.l. a socio unico

CHR JB
h
m n

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
SMITH & NEPHEW SRL
Conmed Italia s.r.l.
Anika Therapeutics S.r.l.
N.B.A. MEDICA SRL
Citieffe S.r.l. a socio unico

LOTTO 26 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
DELTA SRL
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
SMITH & NEPHEW SRL
ARTHREX ITALIA S.R.L
Citieffe S.r.l. a socio unico

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
DELTA SRL
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
SMITH & NEPHEW SRL
ARTHREX ITALIA S.R.L
Citieffe S.r.l. a socio unico

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
ARTHREX ITALIA S.R.L
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
SMITH & NEPHEW SRL
Conmed Italia s.r.l.
N.B.A. MEDICA SRL

Handwritten signatures and initials:
ERK JB
B L
m n

LOTTO 29 - SPINGI NODI

NOME PARTECIPANTE
PRO.MED. SRL
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
SMITH & NEPHEW SRL
Conmed Italia s.r.l.
Anika Therapeutics S.r.l.
ARTHREX ITALIA S.R.L
N.B.A. MEDICA SRL

LOTTO 30 - PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
SMITH & NEPHEW SRL
ARTHREX ITALIA S.R.L
N.B.A. MEDICA SRL

LOTTO 31 - BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI

PRO.MED. SRL
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
ARTHREX ITALIA S.R.L
SMITH & NEPHEW SRL
N.B.A. MEDICA SRL

LOTTO 32 - TENDON STRIPPER

NOME PARTECIPANTE
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
SMITH & NEPHEW SRL
Conmed Italia s.r.l.
ARTHREX ITALIA S.R.L

OK B
L
M

Anika Therapeutics S.r.l.
N.B.A. MEDICA SRL

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER

PRO.MED. SRL
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
SMITH & NEPHEW SRL
Conmed Italia s.r.l.
ARTHREX ITALIA S.R.L
Anika Therapeutics S.r.l.
Citieffe S.r.l. a socio unico

LOTTO 34 - SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE

NOME PARTECIPANTE
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
DELTA SRL
SMITH & NEPHEW SRL
Anika Therapeutics S.r.l.

LOTTO 35 - CURETTE AD ANELLO

PRO.MED. SRL
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
Conmed Italia s.r.l.
SMITH & NEPHEW SRL
ARTHREX ITALIA S.R.L
N.B.A. MEDICA SRL

LOTTO 36 - FRESE FLESSIBILI PER LCA

NOME PARTECIPANTE
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
SMITH & NEPHEW SRL



 CR B

 AL

 m. n

N.B.A. MEDICA SRL

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

SMITH & NEPHEW SRL

Conmed Italia s.r.l.

ARTHREX ITALIA S.R.L

N.B.A. MEDICA SRL

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

ARTHREX ITALIA S.R.L

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Conmed Italia s.r.l.

SMITH & NEPHEW SRL

Anika Therapeutics S.r.l.

MEDACTA ITALIA SRL

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOMPOSITO PER LCA/LCP

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

ARTHREX ITALIA S.R.L

Conmed Italia s.r.l.

SMITH & NEPHEW SRL

MEDACTA ITALIA SRL

LOTTO 40 - CANNULE ARTROSCOPICHE SOFT

ARTHREX ITALIA S.R.L

N.B.A. MEDICA SRL

OK
[Handwritten signatures]
m.m

LOTTO 41 - PASSA SUTURE MONOUSO

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 42 - ANCORA ARTROSCOPICA A BATTUTA PER RISCOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DEL POLSO

ARTHREX ITALIA S.R.L

SMITH & NEPHEW SRL

LOTTO 43 - ANCORA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELLO SCAFOLUNATO

ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 44 - NANO STRUMENTI PER ARTROSCOPIA PICCOLE ARTICOLAZIONI E POLSO

SMITH & NEPHEW SRL

ARTHREX ITALIA S.R.L

N.B.A. MEDICA SRL

LOTTO 45 - MICROSUTURE A LOOP PER LA FISSAZIONE TENDINEA

ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 46 - PASSA TENDINI ARTROSCOPICO

ARTHREX ITALIA S.R.L

LOTTO 47 - SET DI TRAZIONE PER ARTROSCOPIA DI POLSO

SMITH & NEPHEW SRL

Conmed Italia s.r.l.

**LOTTO 48 - ASPIRATORI DA PAVIMENTO
NESSUNA OFFERTA**

Handwritten signatures and initials:
TB
M
m.v.
ER


LOTTO 49 - BANCO DA LAVORO PER PREPARAZIONE DEL NEOLEGAMENTO

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
ARTHREX ITALIA S.R.L
SMITH & NEPHEW SRL
Anika Therapeutics S.r.l.
N.B.A. MEDICA SRL
Citiefte S.r.l. a socio unico

Il Seggio di gara, operando attraverso il Sistema, procede quindi alla verifica sulla piattaforma SINTEL per ciascuna Ditta concorrente, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara:

- 1) della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- 2) della mera presenza dei sotto riportati documenti richiesti nella Documentazione amministrativa dalla *lex specialis* (art. 14.2.1 del Disciplinare) come di seguito elencati:
 - a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)
 - b) DGUE (come da modello M-2)
 - c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
 - d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
 - e) impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
 - f) Documento PASSOE firmato digitalmente;
 - g) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7)
 - h) (eventuale) procura
 - i) (eventuale) certificazioni riduzione cauzione
 - j) (eventuale) referenze bancarie
 - k) (eventuale) documentazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente;
 - l) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente;
 - m) F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)

Successivamente, in seduta riservata, il Seggio di Gara procederà alla verifica del contenuto e della regolarità della documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti rispetto alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.



Al termine delle operazioni il presidente del Seggio dà atto che per tutte le Ditte offerenti risultano conformi la ricezione dell'offerta presentata, la validità della firma digitale rispettivamente apposta e la presenza dei documenti nei campi Sintel.


Alle ore 11:13 il Presidente, avendo il Seggio esaurito gli adempimenti previsti dalla lex specialis di gara nella presente fase, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il presente Verbale, composto da 14 (quattordici) pagine, sarà pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 27/01/2022


RUP e Presidente del Seggio

Dott. Luigi Moreno COSTA




Ufficiale Rogante

Dott. Mauro VESTRI




Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



Supporto Informatico


Dott.ssa Carolina RAGGI



Supporto Informatico

Sig. Alessandro VALDISERRI





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Genova, 31/01/2022

Prot. n. NP/2022/0068386

Allegati:

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890

I ^ SEDUTA RISERVATA

Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 31/01/2022, alle ore 8,30 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 341/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Il Seggio di gara inizia a valutare la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti a seguito dell'apertura in seduta pubblica dei plichi telematici pervenuti sulla piattaforma Sintel (verbale seduta pubblica prot. n. NP/2022/57742 del 27/01/2022).

Il Disciplinare di Gara prevedeva i seguenti documenti:

- a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)
- b) DGUE (come da modello M-2)
- c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

- d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
- e) impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- f) Documento PASSOE firmato digitalmente;
- g) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7)
- h) (eventuale) procura
- i) (eventuale) certificazioni riduzione cauzione
- j) (eventuale) referenze bancarie
- k) (eventuale) documentazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente;
- l) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente;
- m) F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)

ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.		
Lotti di partecipazione:	2 - 3 - 5 - 7 - 12 - 19 - 22 - 23 - 25 - 29 - 32 - 33 - 34 - 38 - 49	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A. Padova n. 01510440744	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 7.039.230,00 fatturato specifico medio annuo: € 887.658,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 012808-8200-00861701 rilasciata da Intesa Sanpaolo importo € 15.397,80	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	No. Art. 93, comma 8 ultimo periodo D.lgs. n. 50/2016	CONFORME
PASSOE	8876-0735-1946-3086	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	Presenti	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----

Subappalto (eventuale)	NO	
F23 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

ARTHREX ITALIA S.R.L		
Lotti di partecipazione:	1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 49	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI N. Iscrizione 09301330966	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 16.813.004,21 fatturato specifico medio annuo: 10.547.643,99 €	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. GT002464/22 rilasciata da Bank of America importo € 93.374,72	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	No. Art. 93, comma 8 ultimo periodo D.lgs. n. 50/2016	CONFORME
PASSOE	5556-9822-9312-3131	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F23 pagamento imposta di bollo	CONFORME	

Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME
ESITO:	AMMESSO

CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO		
Lotti di partecipazione:	19 – 24 – 25 – 27 – 33 - 49	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A. Bologna n. 00574250379	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 10.856.602,00 fatturato specifico medio annuo: Lotti 19-24-27: 8.602.710,61 € Lotti 25-33-49: 590.497,19 €	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 407823880 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.a. importo € 3.465,80	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	1331-6001-1265-8565	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F23 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

CONMED ITALIA S.R.L.		
Lotti di partecipazione:	2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 15 - 19 - 23 - 25 - 28 - 29 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 39 - 47	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CCIAA DI MILANO AL NR.05297730961	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 20.230.333,33 fatturato specifico medio annuo: € 4.664.364,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti *	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. PC324607 rilasciata da Zurich Insurance importo € 20.579,60	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	7345-3016-6568-0090	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F23 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

* Si dà atto che la Ditta ha dichiarato un rinvio a giudizio del novembre 2020 per il reato di cui agli artt. 217 comma 1 nr 4 e 224 n. 2 del r.d. n. 267/1942 nei riguardi di un Sindaco supplente, il quale ha poi rassegnato le proprie dimissioni.

Con riferimento a quanto sopra, la Stazione appaltante ritiene che il rinvio a giudizio dichiarato dalla Ditta non possa comportare l'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. n. 50/2016, in quanto, anche alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 6866/2018), i membri supplenti del Collegio sindacale non svolgono alcuna funzione di «vigilanza» né, tanto meno, possono essere qualificate come persone che esercitino in via di fatto poteri di «controllo», con conseguente inapplicabilità nei loro confronti degli obblighi dichiarativi di

cui all'art. 80 d.lvo n. 50/2016. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il Sindaco supplente ha subito dopo rassegnato le proprie dimissioni.

DELTA SRL		
Lotti di partecipazione:	27 - 34	
Istanza di partecipazione	<i>ASSENTE</i>	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	<i>Non indicata iscrizione CCCIA</i>	
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 446.882,33 fatturato specifico medio annuo: € 178.739,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 182941183 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni importo € 2.064,80	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	5286-1086-5077-3776	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F23 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	VERRA' ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO	

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.		
Lotti di partecipazione:	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 14 - 16 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 37 - 38 - 41 - 49	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CCIAA di Roma al n. 08082461008	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 506.668.474,67 fatturato specifico medio annuo: € 12.845.247,86	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti *	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 08312/8200/00861422/564309/82-2022 rilasciata da Intesa Sanpaolo importo € 20.494,60	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	3523-7444-1463-0976	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F23 pagamento imposta di bollo	Allega imposta bollo virtuale	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

* In allegato all'Istanza di partecipazione e al DGUE la Ditta ha dichiarato:

- ✓ una risoluzione per parziale inadempimento di un contratto di fornitura intervenuta nel 2018 a causa della sopravvenuta cessazione della produzione dei prodotti forniti decisa dal fabbricante legale. La Ditta ha precisato che la Stazione Appaltante ha provveduto ad assegnare la fornitura al secondo aggiudicatario senza ravvisare la gravità dell'inadempimento e senza riconoscere che tale inadempimento, tenuto conto delle circostanze del caso e della tenuità degli importi, potesse essere tale da pregiudicare l'elemento fiduciario e l'affidabilità che caratterizza la capacità operativa della Johnson & Johnson Medical S.p.a. in tal modo

implicitamente riconoscendo l'assenza di grave colpa o dolo e non procedendo ad alcuna segnalazione ad ANAC;

- ✓ intervenuto rinvio a giudizio nei confronti di Johnson & Johnson Medical S.p.A. per l'ipotizzato illecito amministrativo previsto dall'art. 25, comma 2, d. lgs. n. 231/2001, con riferimento al reato presupposto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli art. 319, 319 bis c.p., in ipotesi commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), d.D.lgs. n. 231/2001. A tale riguardo, la Johnson & Johnson Medical S.p.a. ha precisato che, benchè all'epoca dei fatti contestati avesse già adottato e attuato un modello organizzativo e gestionale ex d. lgs. n. 231/01, ha provveduto all'aggiornamento dell'assetto organizzativo e procedurale delle aree interessate dal procedimento penale sopraccitato, così adottando misure idonee, ex art. 17, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 231 del 2001, a prevenire la commissione di reati della specie di quello contestato, come anche previsto in tema di self cleaning dalle Linee Guida n. 6 dell'ANAC.

Orbene, alla luce della causa dell'inadempimento che ha portato alla risoluzione del contratto (sopravvenuta cessazione della produzione dei prodotti forniti decisa dal fabbricante legale, quindi causa non prevista, né prevedibile, né direttamente imputabile alla Ditta) e del tempo trascorso (tre anni), il Seggio non ritiene che siffatta risoluzione sia tale da comportare l'esclusione dell'operatore economico, non configurando, a giudizio della Stazione appaltante, per le anzidette ragioni, né un grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. n. 50/2016, né *"significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento"* ex art. 80, comma 5, lett. c ter).

Per quanto concerne il rinvio a giudizio, la Stazione appaltante ritiene che lo stesso non possa comportare l'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto delle misure di self cleaning adottate con riferimento all'aggiornamento dell'assetto organizzativo e procedurale delle aree interessate dal procedimento penale.

LIMACORPORATE S.P.A.		
Lotti di partecipazione:	16 – 19 - 24	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	Registro delle Imprese di Pordenone-Udine n. di iscrizione 01427710304	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 152.277.376,67 fatturato specifico medio annuo: € 152.239.391,40	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1830489 rilasciata da Elba Assicurazioni importo € 1.160,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME

Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	7109-1821-3735-3508	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F23 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

MEDACTA ITALIA SRL		
Lotti di partecipazione:	5 - 12 - 23 - 38 - 39	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi n. 00514240142	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 16.004.202,00 fatturato specifico medio annuo: € 14.773.475,33	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 0947000000066920 rilasciata da BNL importo € 4.564,40	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	7142-8413-5169-3022	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----

Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F23 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

N.B.A. MEDICA SRL		
Lotti di partecipazione:	3 - 5 - 7 - 9 - 14 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 35 - 36 - 37 - 40 - 44 - 49	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A. di Milano n. 07091970967	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 2.170.606,67 fatturato specifico medio annuo: 25.252,33 € (Allega 2 referenze bancarie)	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1842015 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a. importo € 48.822,80	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	5610-9321-3215-4044	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	Presenti	CONFORME
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	

F23 pagamento imposta di bollo	CONFORME
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME
ESITO:	AMMESSO

PRO.MED. SRL		
Lotti di partecipazione:	29 - 31 - 33 - 35	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A. Torino	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 3.726.375,00 fatturato specifico medio annuo: € 584.978,67 (Allega 2 referenze bancarie)	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 420376094 rilasciata da Generali importo € 12.928,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	2264-4450-8072-4570	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	Presenti	CONFORME
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F23 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	


La seduta si chiude alle ore 13,00


Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 31/01/2022

RUP e Presidente del Seggio
Dott. Luigi Moreno COSTA



Funzionario referente e Segretario
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Genova, 01/02/2022

Prot. n. NP/2022/75419

Allegati:

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890

II ^ SEDUTA RISERVATA

Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 01/02/2022, alle ore 13,15 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per proseguire la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 341/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Il Seggio di gara prosegue la valutazione della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti a seguito dell'apertura in seduta pubblica dei plichi telematici pervenuti sulla piattaforma Sintel (verbale seduta pubblica prot. n. NP/2022/57742 del 27/01/2022).

SMITH & NEPHEW SRL	
Lotti di partecipazione:	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 - 44 - 47 - 49

Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi N° iscrizione: 09331210154	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 89.396.553,33 fatturato specifico medio annuo: € 21.220.353,71	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 9800894 rilasciata da Credit Agricole importo € 58.988,40 (importo inferiore al dovuto)	<i>VERRA' ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO</i>
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:		CONFORME
PASSOE	1413-6616-3454-8922	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F23 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	VERRA' ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO PER IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA	


ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	
Lotti di partecipazione:	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Istanza di partecipazione	CONFORME
DGUE	CONFORME

Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CCIAA di Milano (sezione ORDINARIA) al n. 09012850153.	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 148.333.413,00 fatturato specifico medio annuo: € 496.091,42 (fatturato specifico medio annuo insufficiente)	VERRA' ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 5492800485 rilasciata da Citibank importo € 51.943,60	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	7720-1140-3873-4923	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F23 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	VERRA' ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO PER FATTURATO SPECIFICO	


La seduta si chiude alle ore 14,30


Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 01/02/2022

RUP e Presidente del Seggio
Dott. Luigi Moreno COSTA



Funzionario referente e Segretario
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0120316
del 10/02/2022

Genova, 10/02/2022

Prot. n. NP/2022/120316

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890

III ^ SEDUTA RISERVATA

Verbale di verifica della documentazione amministrativa. Esame risultanze soccorso istruttorio

Il giorno 10/02/2022, alle ore 9,00 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto al fine di esaminare la documentazione trasmessa dalle Ditte partecipanti alla procedura in oggetto, nei riguardi delle quali era stato attivato il soccorso istruttorio.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 341/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Il Presidente ricorda anzitutto che al termine dell'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti alla presente procedura si era disposto di attivare il soccorso istruttorio nei riguardi dei seguenti Operatori economici:

- 1) DELTA s.r.l.: mancanza del Modello M1 e mancata indicazione nel DGUE dei riferimenti dell'iscrizione alla Camera di Commercio per dimostrare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (sezione A del DGUE, art. 16 Disciplinare);
- 2) SMITH & NEPHEW S.R.L.: importo garanzia provvisoria
- 3) ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: insufficienza del fatturato medio annuo specifico

DB *u*

Con note prot. n. 0083099, 0083107 e 0083121 del 02/02/2022 è stato conseguentemente attivato il soccorso istruttorio per le carenze sopra indicate.

Il Seggio inizia dunque ad esaminare la documentazione trasmessa dalle predette Ditte.

- 1) DELTA s.r.l.: ha trasmesso Modello M1 e DGUE completo dei riferimenti dell'iscrizione alla Camera di Commercio (prot. n. 0104501 del 04/02/2022);
- 2) SMITH & NEPHEW S.R.L.: ha trasmesso appendice di polizza al fine di integrare l'importo della garanzia provvisoria (prot. n. 0116898 del 09/02/2022);
- 3) ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: ha allegato 2 referenze bancarie (prot. 0116867 del 09/02/2022).

La DELTA s.r.l., la SMITH & NEPHEW S.R.L e la ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l., avendo trasmesso quanto richiesto nel termine previsto, risultano ammesse al prosieguo della procedura.

La seduta si chiude alle ore 9,40.

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 10/02/2022


RUP e Presidente del Seggio

Dott. Luigi Moreno COSTA



Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA

Genova, 13/04/2022

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Prot. n. NP/2022/0280550

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE
 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
 Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 - gara n. 8339844. Id Sintel 147495890

SEDUTA PUBBLICA

Verbale seduta pubblica di apertura della documentazione tecnica

Il giorno 13/04/2022, alle ore 14,43 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per procedere all'apertura, sulla piattaforma Sintel, della documentazione tecnica delle Ditte partecipanti.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 341/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN - Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Partecipano alla seduta tramite collegamento Skype i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale n. 2040/2022:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda
Presidente	Dott. Luca Pandolfo	ASL I "Imperiese"

Componente	Dott. Matteo Coviello	E.O. Ospedali Galliera
Componente	Dott. Gianluca Stennardo	ASL 2 "Savonese"

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri della S.U.A.R..
Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dal Dott. Mauro Vestri, nominato con decreto del Direttore Generale n. 3306/2021.

Come previsto dalla lex specialis, la seduta pubblica si svolge a porte chiuse. Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2022-0268046 del 07/04/2022.

Il Presidente del Seggio di gara dà preliminarmente atto che:

- con Decreto n. 6940/2021, successivamente rettificato con Decreto n. 7809/2021 è stata indetta la procedura di cui in epigrafe.
- entro il termine delle ore 14:00 del 24/01/2022 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1640181479923	CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	Forma singola
1642418940766	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	Forma singola
1642495743747	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	Forma singola
1642501559210	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Forma singola
1642502584026	ARTHREX ITALIA S.R.L	Forma singola
1642503371219	LIMACORPORATE	Forma singola
1642583213479	MEDACTA ITALIA SRL	Forma singola
1642602283451	N.B.A. MEDICA SRL	Forma singola
1642666493731	SMITH & NEPHEW SRL	Forma singola
1642686135746	CONMED ITALIA S.R.L.	Forma singola
1642755982753	DELTA SRL	Forma singola
1642774783239	PRO.MED. SRL	Forma singola

➤ con decreto n. 869/2022 si è provveduto ad ammettere le seguenti Ditte offerenti al prosieguo della presente procedura di gara secondo lo schema seguente:

Handwritten signatures and initials, including a large 'R' and several other scribbles.

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	LOTTE DI PARTECIPAZIONE
1642495743747	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	Forma singola	2-3-5-7-12-19-22-23-25-29-32-33-34-38-49
1642502584026	ARTHREX ITALIA S.R.L.	Forma singola	1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-24-26-27-28-29-30-31-32-33-35-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-49
1640181479923	CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	Forma singola	19-24-25-27-33-49
1642686135746	CONMED ITALIA S.R.L.	Forma singola	2-3-4-6-7-10-11-12-15-19-23-25-28-29-32-33-35-37-38-39-47
1642755982753	DELTA SRL	Forma singola	27-34
1642501559210	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Forma singola	1-2-3-4-5-6-7-11-12-14-16-20-21-23-25-26-27-28-29-30-32-33-37-38-41-49
1642503371219	LIMACORPORATE	Forma singola	16-19-24
1642583213479	MEDACTA ITALIA SRL	Forma singola	5-12-23-38-39
1642602283451	N.B.A. MEDICA SRL	Forma singola	3-5-7-9-14-25-26-28-29-30-31-32-35-36-37-40-44-49
1642774783239	PRO.MED. SRL	Forma singola	29-31-33-35
1642666493731	SMITH & NEPHEW SRL	Forma singola	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-19-22-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-42-44-47-49
1642418940766	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	Forma singola	1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-14-15-19-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39

Come previsto dal Disciplinare di Gara, la documentazione tecnica doveva essere sottomessa attraverso la piattaforma telematica SinTel raggiungibile dal sito www.ariaspa.it.

Handwritten signatures and initials, including a large 'R' and 'PS' followed by several other signatures and the initials 'm.v.' at the bottom right.

Il Seggio di Gara, alla presenza della Commissione Giudicatrice, procede quindi all'apertura delle buste tecniche telematiche presentate dalle Ditte sopra indicate.

Il Disciplinare di Gara (art. 14.2.2.) prevedeva che la busta tecnica dovesse contenere i seguenti documenti:

- a.i.1.a.i.1. Dichiarazione offerta tecnica (Modello M-5);
- a.i.1.a.i.2. Scheda tecnica
- a.i.1.a.i.3. Certificato CE
- a.i.1.a.i.4. Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti tecnologici (allegato M-4)
- a.i.1.a.i.5. Offerta Economica Silente
- a.i.1.a.i.6. Dichiarazione di secretazione offerta tecnica

Il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice valutate rilevano quanto segue:
in tutti i lotti è regolarmente presente la documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara.

La seduta pubblica è tolta alle ore 15,42.

Il presente verbale, composto da n. 5 (cinque) pagine, sarà pubblicato sul sito informatico della SUAR www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 13/04/2022

Presidente Commissione Giudicatrice
Dott. Luca PANDOLFO

Componente
Dott. Matteo COVIELLO


Presidente Commissione Giudicatrice
Dott. Gianluca STENNARDO

RUP e Presidente del Seggio
Dott. Luigi Moreno COSTA


Ufficiale Rogante
Dott. Mauro Vestri

Funzionario referente e Segretario
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

Supporto Informatico
Sig. Alessandro VALDISERRI



Luca Pandolfo
Matteo Covello
Gianluca Stennardo
Luigi Moreno Costa
Mauro Vestri
Rossana Brandolin
Alessandro Valdiserri



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, 06/05/2022

Prot. n. NP/2022/0328077

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
 Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890

1^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 1^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 06/05/2022

Il giorno 06/05/2022, alle ore 9,00 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per la valutazione delle offerte tecniche delle ditte partecipanti, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale n. 2040/2022:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda
Presidente	Dott. Luca Pandolfo	ASL 1 "Imperiese"
Componente	Dott. Matteo Coviello	E.O. Ospedali Galliera
Componente	Dott. Gianluca Stennardo	ASL 2 "Savonese"

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.


La Commissione inizia ad esaminare la documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti per ciascun lotto.

LOTTO 1 - CANNULE PER ARTROSCOPIA

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L.	CANNULA TWIST-IN	La Ditta ha offerto 4 prodotti differenti (TripleDam Twist-in Cannulas, low profile cannula, Crystal cannula e Twist-in cannulas), il che configura un'offerta alternativa, meritevole di esclusione per violazione dell'art. 32, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016. La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto de quo.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	CANNULE	X
SMITH & NEPHEW SRL	CLEAR TRAC	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	SISTEMA CANNULE HYDRODAM	X

LOTTO 2 - ANCORE BIOCAMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	TWIST	X
CONMED ITALIA S.R.L.	CROSS FT	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	HEALIX ADVANCE PEEK	X
SMITH & NEPHEW SRL	TWINFIX	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	Quattro X e X3	X



LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	DRAW TIGHT	X
ARTHREX ITALIA S.R.L.	FIBERTAK	X
CONMED ITALIA S.R.L.	YKNOT	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	VERSALOOP	X
N.B.A. MEDICA SRL	ICONIX	X
SMITH & NEPHEW SRL	Q-Fix con 2 #2 MAGNUM-WIRE	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	JUGGERKNOT	X

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L.	FiberTak	X
CONMED ITALIA S.R.L.	CROSS FT	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	HEALIX TRANSTEND BR	X
SMITH & NEPHEW SRL	HEALICOIL REGENSORB	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	ComposiTCP	

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	V-Lox	X
ARTHREX ITALIA S.R.L.	Corkscrew	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	FASTIN	X
MEDACTA ITALIA SRL	MectaLock TI	X
N.B.A. MEDICA SRL	Wedge Anchor II	X
SMITH & NEPHEW SRL	TWINFIX	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	ALLthread™	X

FASTIN


Handwritten signatures and initials.

LOTTO 6 - ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L.	SutureTak	X
CONMED ITALIA S.R.L.	GENESYS PRESSFT	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	LUPINE	Offre solo un diametro da 2,9 mm. La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto <i>de quo</i> in quanto il Capitolato prevede quale caratteristica tecnica di minima a pena di esclusione l'offerta di "almeno 2 misure di diametri da 1,5 mm a 3,5 mm".
SMITH & NEPHEW SRL	OSTEORAPTOR BIORAPTOR	X

LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	DRAW TIGHT	La Commissione rileva che il prodotto offerto non possiede la caratteristica di essere "a tutta sutura" come richiesto dal Capitolato a pena di esclusione, presentando una piccola punta in Peek. La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto <i>de quo</i>
ARTHREX ITALIA S.R.L.	FIBERTAK	X
CONMED ITALIA S.R.L.	YKNOT	La Ditta offre due diversi sistemi (SISTEMA "Y-KNOT PRO FLEX " PER IL TRATTAMENTO DELLE INSTABILITA' SISTEMA "Y-KNOT FLEX " CON RIBBON) il che configura un'offerta alternativa, meritevole di esclusione per violazione dell'art. 32, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016. La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto <i>de quo</i>
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	VERSALOOP	X
N.B.A. MEDICA SRL	ICONIX	X
SMITH & NEPHEW SRL	SUTUREFIX ULTRA	X



 A large handwritten signature is visible on the right side of the page, along with several initials and marks.

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	JuggerKnot All-Suture	X
-----------------------------	-----------------------	---

LOTTO 8 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	FASTak II e TITANIUM CORKSCREW	La Ditta offre due prodotti diversi (FASTak II e TITANIUM CORKSCREW) il che configura un'offerta alternativa, meritevole di esclusione per violazione dell'art. 32, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016. La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto de quo
SMITH & NEPHEW SRL	TWINFIX™	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	Ti-Screw	X

LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	RHINO SUTURE PASSER FLUSHPORT	La Commissione non riesce a rinvenire il dato relativo all'offerta di una "pinza ad anelli". Manca scheda tecnica della "raspa". Verrà pertanto trasmessa richiesta di chiarimenti in merito.
N.B.A. MEDICA SRL	PENETRATING GRASPER	X
SMITH & NEPHEW SRL	ARTHRO PIERCE ARTHRO ROUND	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	Precision II Series – hand Instruments	La Ditta non ha offerto una "pinza recupera suture angolata destra" ma solo angolata sinistra. La Ditta verrà pertanto esclusa per mancato rispetto delle caratteristiche di minima previste dal Capitolato a pena di esclusione in quanto la lex specialis prevede l'offerta di "pinza penetrante recupera suture angolata destra e sinistra".

LOTTO 10 - UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	SUTURELASSO	X
CONMED ITALIA S.R.L.	SPECTRUM II	X
SMITH & NEPHEW SRL	ACCUPASS	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	SPEEDSNARE	X

LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	SutureSnare™	La Commissione rileva che il prodotto offerto non presenta le seguenti caratteristiche di minima previste dal Capitolato a pena di esclusione: <i>“tagliente in punta con vari gradi di curvatura”</i> . La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto de quo.
CONMED ITALIA S.R.L.	SPECTRUM MVP	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Suture Grasper	X
SMITH & NEPHEW SRL	TRANSPORTER PASSA SUTURE	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	EzPass Suture Passers	X

La seduta si interrompe alle ore 13,20 per la pausa pranzo e riprende alle ore 14,15

LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI “ONE STEP”

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	AGO PER PTS	X
ARTHREX ITALIA S.R.L	SCORPION	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alle caratteristiche della pinza (lunghezza operativa, diametro stelo, apertura morso, lunghezza morso, aghi monouso dedicati). Si ritiene necessario trasmettere una richiesta di chiarimenti in merito

CONMED ITALIA S.R.L.	SPECTRUM AUTOPASS	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alle caratteristiche della pinza (apertura morso e diametro stelo). Si ritiene necessario trasmettere una richiesta di chiarimenti in merito
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	EXPRESS W III	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alle caratteristiche della pinza (lunghezza operativa, diametro stelo, apertura morso, lunghezza morso, aghi monouso dedicati). Si ritiene necessario trasmettere una richiesta di chiarimenti in merito
MEDACTA ITALIA SRL	FASTSHUTTLE	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alle caratteristiche della pinza (lunghezza operativa, diametro stelo, apertura morso, lunghezza morso, aghi monouso dedicati). Si ritiene necessario trasmettere una richiesta di chiarimenti in merito
SMITH & NEPHEW SRL	FIRSTPASS	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alle caratteristiche della pinza (lunghezza operativa, diametro stelo, apertura morso, lunghezza morso, aghi monouso dedicati). Si ritiene necessario trasmettere una richiesta di chiarimenti in merito
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	QUATTRO GT SUTURE PASSER	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alle caratteristiche della pinza (lunghezza operativa, diametro stelo, apertura morso, lunghezza morso, aghi monouso dedicati). Si ritiene necessario trasmettere una richiesta di chiarimenti in merito

LOTTO 13 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO AUTOMATICO

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L.	FiberStitch	X
SMITH & NEPHEW SRL	ULTRA FAST-FIX	X

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right side and several smaller initials (AO, LR, BS) at the bottom right.

LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	AR-4501	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	TRUESPAN	X
N.B.A. MEDICA SRL	AIR+ MENISCAL SYSTEM	X
SMITH & NEPHEW SRL	FAST-FIX 360	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	JUGGERSTITCH	X

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	FiberWire	X
CONMED ITALIA S.R.L.	ZONE SPECIFIC	X
SMITH & NEPHEW SRL	MENISCAL STITCHER SET	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	BroadBand Meniscal Suture	La Commissione ritiene necessario chiedere un chiarimento in merito al fatto che il prodotto offerto sia indicato per le suture meniscali.

LOTTO 16 - FILO PASSA SUTURE TRANSOSSEO

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	AR-4068-05SD / SutureLasso SD Wireloop SU	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	CHIA PERPASSER	X
LIMACORPORATE	Filo fori passanti per suture	X

LOTTO 17 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI PLURIUSO

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	Scorpion Needle Knee	X

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'P. S. G.' and several smaller initials.

LOTTO 18 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI MONOUSO

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	Meniscal Viper	X
SMITH & NEPHEW SRL	FirstPass	X

La seduta è tolta alle ore 16,15.




Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 06/05/2022

Presidente Commissione Giudicatrice
Dott. Luca PANDOLFO

Componente
Dott. Matteo COVIELLO

Componente
Dott. Gianluca STENNARDO

Funzionario referente e Segretario
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, 23/05/2022

Prot. n. NP/2022/0363406

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890

2^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 2^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 23/05/2022

Il giorno 23/05/2022, alle ore 9,00 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per proseguire la valutazione delle offerte tecniche delle ditte partecipanti, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale n. 2040/2022:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda
Presidente	Dott. Luca Pandolfo	ASL 1 "Imperiese"
Componente	Dott. Matteo Coviello	E.O. Ospedali Galliera
Componente	Dott. Gianluca Stennardo	ASL 2 "Savonese"

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

Si dà anzitutto atto del fatto che con nota Prot-2022-0332687 del 09/05/2022 era stata comunicata alla Arthrex Italia la propria esclusione dai lotti 1 – 8 – 11 in quanto:

- LOTTO 1 e LOTTO 8: la Ditta offerto, rispettivamente, 4 prodotti differenti (TripleDam Twist-in Cannulas, low profile cannula, Crystal cannula e Twist-in cannulas) e 2 prodotti differenti (FASTak II e TITANIUM CORKSCREW), il che configura un'offerta alternativa, meritevole di esclusione per violazione dell'art. 32, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016
- LOTTO 11: il prodotto offerto non presenta le seguenti caratteristiche di minima previste dal Capitolato a pena di esclusione: *“tagliente in punta con vari gradi di curvatura”*.

A seguito di tale comunicazione, con nota acquisita agli atti Prot-2022-0333335 del 09/05/2022 la Arthrex ha contestato l'esclusione dai lotti 1 e 8 e ha chiesto la riammissione, sostenendo che tutti i prodotti offerti rientrano nell'oggetto dei lotti di cui trattasi, *“possiedono tutte le medesime caratteristiche tecniche indicate nel capitolato e sono stati offerti per rispondere alla gamma di misure richieste, anche se presentano un nome commerciale differente tra loro”*.

La Commissione, esaminate le contestazioni di Arthrex e riesaminata la documentazione tecnica allegata all'offerta (lotto 1), conferma la propria decisione in quanto trattasi di prodotti che presentano caratteristiche tecniche diverse, quali la presenza/assenza di guarnizione di tenuta (elemento richiesto quale caratteristica di minima dal Capitolato), nonché filetti per l'avvitamento diversi.

Con riferimento al lotto 8, la Commissione, esaminate le contestazioni di Arthrex e riesaminata la documentazione tecnica allegata all'offerta, conferma la propria decisione in quanto trattasi di prodotti che presentano caratteristiche tecniche diverse, siccome risulta dalla descrizione e dalle indicazioni tecniche presenti in scheda tecnica, quali il passo del filetto; inoltre, in scheda tecnica non è indicato l'utilizzo delle TITANIUM CORKSCREW nel trattamento delle instabilità di spalla.

Si dà altresì atto che con nota Prot-2022-0332652 del 09/05/2022 è stata comunicata l'esclusione della Zimmer Biomet Italia dal lotto 9 per non aver offerto una *“pinza recupera suture angolata destra”* ma solo una pinza recupera suture angolata sinistra, in violazione di quanto previsto dal Capitolato a pena di esclusione, laddove si prevedeva l'offerta di *“pinza penetrante recupera suture angolata destra e sinistra”*.

Con comunicazione del 19/05/2022, acquisita agli atti Prot-2022-0359695 del 20/05/2022, la Ditta conferma l'offerta di una *“pinza recupera suture angolata destra”* ed indica i punti della documentazione tecnica ove è indicata tale offerta, precisando che per mero errore materiale il codice della pinza recupera suture angolata destra (910080) non era stato inserito nell'offerta silente.

La Commissione, riesaminata la documentazione tecnica allegata alla dichiarazione di offerta tecnica, riscontra quanto precisato dalla Ditta in merito all'offerta della pinza recupera suture angolata destra e decide conseguentemente di riammettere la Zimmer al lotto 9.

La Commissione prosegue a questo punto ad esaminare la documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti per ciascun lotto al fine di verificare la presenza delle caratteristiche di minima previste dal Capitolato.

LOTTO 19 - VITI IN TITANIO AD INTERFERENZA PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	Vite ad interferenza in Titanio	X
ARTHREX ITALIA S.R.L.	Interference Screw	La Ditta non ha offerto diametro superiore a 10 mm pertanto verrà esclusa per carenza di un requisito di minima previsto dal Capitolato a pena di esclusione (<i>“disponibile nei diametri 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm e superiori”</i>)
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	Vite interferenziale	La Ditta non ha offerto diametro 10 mm e superiori pertanto verrà esclusa per carenza di un requisito di minima previsto dal Capitolato a pena di esclusione (<i>“disponibile nei diametri 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm e superiori”</i>)
CONMED ITALIA S.R.L.	EZSTART	La Ditta non ha offerto diametro superiore a 10 mm pertanto verrà esclusa per carenza di un requisito di minima previsto dal Capitolato a pena di esclusione (<i>“disponibile nei diametri 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm e superiori”</i>)
LIMACORPORATE	Modello per half tunnel cannulato	La Ditta non ha offerto diametro 10 mm e superiori pertanto verrà esclusa per carenza di un requisito di minima previsto dal Capitolato a pena di esclusione (<i>“disponibile nei diametri 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm e superiori”</i>)
SMITH & NEPHEW SRL	Vite SoftSilk	La Ditta non ha offerto diametro 10 mm e superiori pertanto verrà esclusa per carenza di un requisito di minima previsto dal Capitolato a pena di esclusione (<i>“disponibile nei diametri 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm e superiori”</i>)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	TUNNELOC	La Ditta non ha offerto diametro superiore a 10 mm pertanto verrà esclusa per carenza di un requisito di minima previsto dal Capitolato a pena di esclusione (<i>“disponibile nei diametri 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm e superiori”</i>)

Handwritten signature and initials on the right margin of the table.

LOTTO 20 - SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Intrafix advance	X

LOTTO 21 - SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	RIGIDFIX	X

LOTTO 22 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	GSF mini con Loop fisso	X
SMITH & NEPHEW SRL	Endobutton	X

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	GFS Ultimate	X
ARTHREX ITALIA S.R.L	TightRope	X
CONMED ITALIA S.R.L.	GraftMax™ Button Adjustable Loop Button per STG	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	RIGIDLOOP ADJUSTABLE	X
MEDACTA ITALIA SRL	FairFix Adjustable Button	X
SMITH & NEPHEW SRL	ULTRABUTTON	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Toggleloc ZipLoop	X

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LOTTO 24 - CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L.	Low Profile Spiked/Spikeless Ligament Staple	Il prodotto offerto presenta solo un'altezza di 20 mm e quindi non rispetta tutte le caratteristiche di minima previste dal Capitolato a pena di esclusione ("L'altezza dei rebbi dovrà essere di <i>misure crescenti con lunghezza minima 15 mm</i> "). La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto de quo.
Citieffe S.r.l. a socio unico	Cambra per legamenti in titanio con denti	La Commissione non riesce a rinvenire nella documentazione tecnica i dati relativi all'altezza dei rebbi. Decide pertanto di chiedere un chiarimento al riguardo.
LIMACORPORATE	Cambra per legamenti (Ti6Al4V) - con dentini	La Commissione non riesce a rinvenire nella documentazione tecnica i dati relativi all'altezza dei rebbi. Decide pertanto di chiedere un chiarimento al riguardo.

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	Fresa endoscopica	X
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	Fresa cannulata	La Commissione non riesce a rinvenire nella documentazione tecnica i dati relativi alla lunghezza delle frese offerte. Decide pertanto di chiedere un chiarimento al riguardo.
CONMED ITALIA S.R.L.	Frese tipo BADGER	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Strumentario Restore	La Commissione non riesce a rinvenire nella documentazione tecnica i dati relativi alla lunghezza delle frese offerte. Decide pertanto di chiedere un chiarimento al riguardo.
N.B.A. MEDICA SRL	Femora Alesatore femorale	La Commissione non riesce a rinvenire nella documentazione tecnica i dati relativi alla

		lunghezza delle frese offerte. Decide pertanto di chiedere un chiarimento al riguardo.
SMITH & NEPHEW SRL	Fresa da trapano cannulata ad elicoide distale	La Commissione non riesce a rinvenire nella documentazione tecnica i dati relativi alla lunghezza delle frese offerte. Decide pertanto di chiedere un chiarimento al riguardo.
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Frese femorali cannulate ACORN	La Commissione non riesce a rinvenire nella documentazione tecnica i dati relativi alla lunghezza delle frese offerte. Decide pertanto di chiedere un chiarimento al riguardo.

LOTTO 26 - PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	TTG Femoral Drill Guide	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	STRUMENTARIO RESTORE PER L.C.A	X
N.B.A. MEDICA SRL	NUOVA GUIDA FEMORALE ACL	X
SMITH & NEPHEW SRL	Aimer femorale	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Guida femorale	X

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	GUIDE PIN WIRE SUTURE EYE 2.4 MM	X
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	Filo guida con asola punta trocar	X
DELTA SRL	Filo guida asolato per LCA	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fili guida asolati	X
SMITH & NEPHEW SRL	Filo guida asolato	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Filo guida	X

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L.	Pinze e Basket con connessione Flushport	X
CONMED ITALIA S.R.L.	Pinza recupera suture	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Strumentario SAS	X
N.B.A. MEDICA SRL	Manipolatore per suture	X
SMITH & NEPHEW SRL	Pinza ad anello Elite Premium con loop orizzontale	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Pinza afferra suture Vampire	X

LOTTO 29 - SPINGI NODI

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	Spinginodo chiuso ad anello	X
ARTHREX ITALIA S.R.L.	Knot Pusher Closed End	X
CONMED ITALIA S.R.L.	Spinginodo ad anello secondo Snyder (anche per Mini Revo)	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	S.A.S. (strumentario artroscopico di spalla)	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla lunghezza ed all'impugnatura del prodotto offerto. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
N.B.A. MEDICA SRL	Knot Manip Manipolatore nodi ad ansa completa	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla lunghezza ed all'impugnatura del prodotto offerto. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
PRO.MED. SRL	Spinginodo chiuso	X
SMITH & NEPHEW SRL	Elite Premium spinginodo chiuso	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla lunghezza ed all'impugnatura del prodotto offerto. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Spinginodo ad anello chiuso	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla lunghezza ed all'impugnatura del prodotto offerto. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo

LOTTO 30 – PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	Suture Cutter	La Ditta viene esclusa in quanto il prodotto offerto non presenta dispositivo scorrevole a ghigliottina per operare il taglio di due suture contemporanee richiesto dal Capitolato a pena di esclusione.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	CORDCUTTER	X
N.B.A. MEDICA SRL	SUTURE CUTTER	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla presenza nel prodotto offerto di un dispositivo scorrevole a ghigliottina per operare il taglio di due suture contemporanee e della levetta di sicurezza. La Commissione decide di chiedere chiarimenti al riguardo
SMITH & NEPHEW SRL	Tagliasuture a ghigliottina con manico ad anelli	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	Pinza taglia suture Precision II	La Ditta viene esclusa in quanto il prodotto offerto non presenta dispositivo scorrevole a ghigliottina per operare il taglio di due suture contemporanee richiesto dal Capitolato a pena di esclusione.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

LOTTO 31 – PALPATORE, BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	FlushPort	X
N.B.A. MEDICA SRL	basket, pinze da presa e forbici	X
PRO.MED. SRL	basket, pinze da presa e forbici	X
SMITH & NEPHEW SRL	basket, pinze da presa e forbici	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	Precision II Series – hand Instruments	X

[Handwritten mark 'B3' at the bottom right]

LOTTO 32 - TENDON STRIPPER

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	Tendon harvester chiuso	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla lunghezza dello stelo. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo.
ARTHREX ITALIA S.R.L.	Semitendinosus Stripper	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla lunghezza dello stelo. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo.
CONMED ITALIA S.R.L.	Tendon stripper	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla lunghezza dello stelo. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Strumentario Restore per LCA	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla lunghezza dello stelo. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
N.B.A. MEDICA SRL	Semi-T Stripper	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla lunghezza dello stelo. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
SMITH & NEPHEW SRL	Tendon stripper	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla lunghezza dello stelo. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Scollatendine chiuso	La Ditta viene esclusa dal lotto in quanto il prodotto offerto presenta una sola lunghezza dello stelo (30 cm) e non due lunghezze (cm. 30 e cm. 35) come richiesto dal Capitolato a pena di esclusione.

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	Tendon harvester	X
ARTHREX ITALIA S.R.L.	Pigtail Tendon Stripper	X
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	Scollatendini aperto	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla misura del diametro del prodotto offerto. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
CONMED ITALIA S.R.L.	Tendon Stripper ad anello aperto	X

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Tendon stripper a ricciolo	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla misura del diametro del prodotto offerto. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
PRO.MED. SRL	Stripper aperto	X
SMITH & NEPHEW SRL	Tendon stripper aperto	La Ditta viene esclusa in quanto il prodotto offerto ha diametro 5 mm e quindi non rispetta la seguente caratteristica di minima prevista dal Capitolato a pena di esclusione: "diametro uguale o maggiore a 6 mm".
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Scollatendini aperto	X

[Handwritten signature]

La seduta si interrompe alle ore 13,00 per la pausa pranzo e riprende alle ore 14,00

LOTTO 34 - SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	Perforatore Pleuristick monouso per guida nanofix 15°	X
DELTA SRL	Kit di foratura Nanofx Pleuristick	X
SMITH & NEPHEW SRL	Punte e Manico per microfratture condrali	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alle misure del diametro delle microfratture e della capacità di penetrazione nonché se il prodotto offerto sia composto da manipolo riutilizzabile e filo guida. Decide pertanto di chiedere chiarimenti al riguardo
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Puntale lungo microfratture retto per anca	La Ditta deve essere esclusa in quanto il prodotto offerto, presentando una punta conica, non può garantire una microfrattura regolare di diametro non superiore a 1 mm, richiesta dal Capitolato quale caratteristica di minima a pena di esclusione ("sistema per esecuzione manuale di microfratture da potersi usare in chirurgia artroscopica o mini invasiva di diametro non superiore ad 1 mm"); inoltre il composto non presenta filo guida associato, richiesto dal Capitolato a pena di esclusione

LOTTO 35 - CURETTE AD ANELLO

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	Curette	X
Conmed Italia s.r.l.	Curette	X
N.B.A. MEDICA SRL	Curette	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alle misure dei diametri del prodotto offerto. Decide di inviare richiesta di chiarimenti al riguardo.
PRO.MED. SRL	Meniscotomo anello	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi delle angolare del prodotto offerto. Decide di inviare richiesta di chiarimenti al riguardo.
SMITH & NEPHEW SRL	Curette	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi delle angolature del prodotto offerto. Decide di inviare richiesta di chiarimenti al riguardo.
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	Curetta ad anello	La Zimmer deve essere esclusa dal lotto in quanto il prodotto offerto presenta un solo diametro ed una sola angolatura, in violazione di quanto previsto dal Capitolato a pena di esclusione (" <i>diversi diametri e angolature</i> ")

LOTTO 36 - FRESE FLESSIBILI PER LCA

NOME PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
N.B.A. MEDICA SRL	Flexible Reamer	X
SMITH & NEPHEW SRL	Frese flessibili	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	Fresa sterile flessibile Precision	X

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	FlipCutter II Short	X
CONMED ITALIA S.R.L.	Infinity Retro-Reamer	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Strumentario LCA/LCP e fresa retrograda	La Commissione non riesce a rinvenire nella documentazione

		tecnica la caratteristica della fresa di essere "monouso". La Commissione decide di chiedere chiarimenti al riguardo
N.B.A. MEDICA SRL	Retrograde Reamer	X
SMITH & NEPHEW SRL	Acufex Trunav	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Fresa retrograde Switchcut	La Ditta deve essere esclusa dal lotto in quanto il prodotto offerto non presenta diametro 6 mm, richiesto dal Capitolato a pena di esclusione ("Diametri 6-7-8-9-10 mm").

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	Vite ad interferenza in EEK CF	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
ARTHREX ITALIA S.R.L.	BC IFS w/Sheath	X
CONMED ITALIA S.R.L.	Viti bioscrew tipo 'PROPEL'	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Milagro Advance	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
MEDACTA ITALIA SRL	MectaScrew B	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
SMITH & NEPHEW SRL	Vite BIORCI-HA	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Gentle Threads vite - interferenza Lactosorb	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOMPOSITO PER LCA/LCP

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	BC IF SCRW, VENTED	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità e relativi alla presenza di struttura con finestratura interna. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
CONMED ITALIA S.R.L.	Genesys Matrixx	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità e relativi alla presenza di struttura con finestratura interna. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
MEDACTA ITALIA SRL	MectaScrew C	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità e relativi alla presenza di struttura con finestratura interna. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
SMITH & NEPHEW SRL	Vite Biosure Regenesorb	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Compositcp	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità e relativi alla presenza di struttura con finestratura interna. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo

LOTTO 40 - CANNULE ARTROSCOPICHE SOFT

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	PassPort Button	X
N.B.A. MEDICA SRL	Gateway silicone cannula	X

LOTTO 41 - PASSA SUTURE MONOUSO

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	Suturelasso	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Ideal Suture Shuttle	La Ditta deve essere esclusa in quanto il prodotto offerto non presenta angoli di 30° e 70° richiesti dal Capitolato a pena di esclusione ("Angolazioni: retta 25°-30°-45°-70°-90°")

LOTTO 42 - ANCORA ARTROSCOPICA A BATTUTA PER RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DEL POLSO

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	Mini PEEK PushLock® Anchor	X
SMITH & NEPHEW SRL	Perno senza nodo BIORAPTOR Knotless in PEEK	X

LOTTO 43 - ANCORA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELLO SCAFOLUNATO

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	DX Swivelock SL	X

LOTTO 44 - NANO STRUMENTI PER ARTROSCOPIA PICCOLE ARTICOLAZIONI E POLSO

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	NanoBiter Str Tip	X
N.B.A. MEDICA SRL	forbici small joint 2.0m m basket 2,1mm retto smuss o pinza da presa 2,5mm palpatore 90° small j angled ring curette pinza presa del.+ cremag .2.7mm	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alle misure delle lunghezze offerte. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo.
SMITH & NEPHEW SRL	Curette di Ferkel - Palpatore	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi alle misure delle lunghezze offerte nonché l'offerta di forbici, come richiesto dal Capitolato. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo.

LOTTO 45 - MICROSUTURE A LOOP PER LA FISSAZIONE TENDINEA

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L.	FiberLoop	X

LOTTO 46 - PASSA TENDINI ARTROSCOPICO

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L.	QuickPass	X

LOTTO 47 - SET DI TRAZIONE PER ARTROCOPIA DI POLSO

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
CONMED ITALIA S.R.L.	HANDSTAND	La Ditta deve essere esclusa perché il tiradita offerto presenta solo 2 misure e non 3 misure come richiesto dal Capitolato a pena di esclusione (“tiradita sterili di almeno 3 misure”)
SMITH & NEPHEW SRL	Kit stabilizzazione polso, attacco per trazione e accessori	X

LOTTO 48 - ASPIRATORI DA PAVIMENTO
NESSUNA OFFERTA**LOTTO 49 - BANCO DA LAVORO PER PREPARAZIONE DEL NEOLEGAMENTO**

	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	Stazione di preparazione per neolegamento	X
ARTHREX ITALIA S.R.L.	GWS Stationary Posts Harm	X
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	Stazione di lavoro Swing Bridge	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi al materiale del prodotto offerto. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Graft Board	X
N.B.A. MEDICA SRL	Base Auflageplatte	La Commissione non riesce a rinvenire i dati relativi al materiale

		del prodotto offerto. Decide di chiedere chiarimenti al riguardo.
SMITH & NEPHEW SRL	Base di preparazione Graftmaster III	X

La seduta è tolta alle ore 16,30.

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 23/05/2022

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Luca PANDOLFO

Componente





Dott. Matteo COVIELLO

Componente


Dott. Gianluca STENNARDO

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

10

**REGIONE LIGURIA**

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario Referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0407881
del 09/06/2022

Genova, 09/06/2022

Prot. n. NP/2022/0407881

3^ SEDUTA RISERVATA**Verbale 3^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 09/06/2022**

Il giorno 09/06/2022, alle ore 9,30 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per la valutazione delle offerte tecniche delle ditte partecipanti.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale n. 2040/2022:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda
Presidente	Dott. Luca Pandolfo	ASL 1 "Imperiese"
Componente	Dott. Matteo Coviello	E.O. Ospedali Galliera
Componente	Dott. Gianluca Stennardo	ASL 2 "Savonese"

53

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

Si dà anzitutto atto del fatto che con nota Prot-2022-0371199 del 25/05/2022 era stata comunicata alla Zimmer Biomet Italia S.r.l. la propria esclusione dai lotti 19 – 30 – 32 – 35 – 37. Per quanto concerne l'esclusione dal lotto 30, essa era stata determinata dal fatto che il prodotto offerto non presenta dispositivo scorrevole a ghigliottina per operare il taglio di due suture contemporanee richiesto dal Capitolato a pena di esclusione.

A seguito di tale comunicazione, con nota acquisita agli atti Prot-2022-0381362 del 30/05/2022 la Zimmer Biomet Italia S.r.l. ha contestato l'esclusione dal lotto 30 e ha chiesto la riammissione, sostenendo che *“la pinza taglia suture proposta (cod. 910086) dispone del meccanismo a ghigliottina per operare il taglio di due suture contemporaneamente”*. Dichiara inoltre che *“nell'immagine è chiaramente illustrato il meccanismo a ghigliottina della pinza ed è dichiarata la possibilità di tagliare due suture contemporaneamente (“cuts ups to limbs of suture”)*”.

La Commissione, esaminate le precisazioni di Zimmer Biomet Italia Srl e riesaminata la documentazione tecnica allegata all'offerta, decide di riammettere la Ditta dalla partecipazione al lotto 30 in quanto il prodotto offerto soddisfa tutti i requisiti di minima previsti dal Disciplinare.

La Commissione ricorda che ad esito dell'esame delle offerte tecniche delle ditte partecipanti, concluso alla precedente seduta riservata, rispettivamente con note Prot-2022-0375078, Prot-2022-0375093, Prot-2022-0375107, Prot-2022-037119, Prot-2022-0375142, Prot-2022-0375150 e Prot-2022-0375163, Prot-2022-0375190, Prot-2022-0375203, Prot-2022-0375213, Prot-2022-0375230 del 26/05/2022 erano state inviate richieste di chiarimenti in merito a dati che la Commissione non era riuscita a rinvenire.

La Commissione procede pertanto ad esaminare i riscontri pervenuti.

1) ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.:


Lotto 32: dati relativi alla lunghezza dello stelo. La Ditta precisa la pagina della scheda tecnica ove è presente il dato richiesto. In considerazione del fatto che il Capitolato prevedeva, quale caratteristica di minima a pena di esclusione, l'offerta di 2 lunghezze dello stelo (30 cm e 35 cm) mentre la Ditta offre solo una lunghezza (cm 35), sarà esclusa dal lotto 32.

Lotto 38: dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità.

La Ditta precisa la pagina della scheda tecnica ove è presente il dato richiesto. La Commissione si riserva in ogni caso di verificare la percentuale di lunghezza della conicità in sede di esame della campionatura.

2) ARTHREX ITALIA S.R.L (Prot-2022-04000189 del 06/06/2022)

- Lotto 9: dato relativo all'offerta di una “pinza ad anelli”; scheda tecnica della “raspa”.
La Ditta precisa i dati richiesti.
- Lotto 12: dati relativi alle caratteristiche della pinza indicate nel Capitolato (lunghezza operativa, diametro stelo, apertura del morso, lunghezza minima del morso, aghi monouso dedicati)
La Ditta precisa i dati richiesti da Capitolato relativi alle caratteristiche della pinza
- Lotto 32: dati relativi alla lunghezza dello stelo



La Ditta precisa i dati relativi alla lunghezza dello stelo, pari a 30 cm. In considerazione del fatto che il Capitolato prevedeva, quale caratteristica di minima a pena di esclusione, l'offerta di 2 lunghezze dello stelo (30 cm e 35 cm) mentre la Ditta offre solo una lunghezza, sarà esclusa dal lotto 32.

- Lotto 39: dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità e relativi alla presenza di struttura con finestratura interna.

La Ditta ha precisato la presenza della struttura con finestratura interna. La Commissione si riserva di verificare la percentuale di lunghezza della conicità in sede di esame della campionatura.

3) CITIEFFE S.r.l. a socio unico (Prot-2022-0377307 del 27/05/2022):

- Lotto 24: dati relativi all'altezza dei rebbi.

La Ditta indica il punto della documentazione tecnica ove è presente il dato richiesto (19 mm). I rebbi offerti non presentano peraltro altezza "di misure crescenti" come richiesto dal Capitolato a pena di esclusione. La ditta verrà pertanto esclusa dal lotto 24.

- Lotto 25: dati relativi alla lunghezza delle frese offerte

La Ditta indica il punto della documentazione tecnica ove è presente il dato richiesto (lunghezza frese 180 mm)

- Lotto 33: dati relativi alla misura del diametro del prodotto offerto. La Ditta rileva che i dati relativi alla misura del diametro del prodotto offerto non sono reperibili nei documenti presentati in sede di gara. La Commissione si riserva di verificare la percentuale di lunghezza della conicità in sede di esame della campionatura

- Lotto 49: dati relativi al materiale del prodotto offerto.

La Ditta indica il punto della documentazione tecnica ove è presente il dato richiesto (materiale acciaio)

4) CONMED ITALIA S.R.L (Prot-2022-0399078 del 06/06/2022):

- Lotto 12: dati relativi alle caratteristiche della pinza indicate nel Capitolato (lunghezza operativa, diametro stelo, apertura del morso, lunghezza minima del morso, aghi monouso dedicati).

La Ditta indica il punto della documentazione tecnica ove è presente il dato richiesto e fornisce precisazioni in merito alla presenza di tutti i requisiti di minima previsti dal capitolato.

- Lotto 32: dati relativi alla lunghezza dello stelo. La Ditta precisa che la lunghezza dello stelo offerto è pari a 30,5 cm. In considerazione del fatto che il Capitolato prevedeva, quale caratteristica di minima a pena di esclusione, l'offerta di 2 lunghezze dello stelo (30 cm e 35 cm) mentre la Ditta offre solo una lunghezza, sarà esclusa dal lotto 32.

- Lotto 38: dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità. La Ditta precisa che la percentuale di lunghezza della conicità è pari a 23% della lunghezza totale. La Commissione si riserva in ogni caso di valutare l'equivalenza dei prodotti offerti ex art. 68 D.lgs. n. 50/2016 in sede di esame della campionatura

- Lotto 39: dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità e relativi alla presenza di struttura con finestratura interna.

La Ditta precisa che la percentuale di lunghezza della conicità è pari a 28% della lunghezza totale. La Commissione si riserva in ogni caso di valutare l'equivalenza dei prodotti offerti ex art. 68 D.lgs. n. 50/2016 in sede di esame della campionatura

5) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. (Prot-2022-0391508 del 01/06/2022):

- Lotto 12: dati relativi alle caratteristiche della pinza indicate nel Capitolato (lunghezza operativa, diametro stelo, apertura del morso, lunghezza minima del morso, aghi monouso dedicati).
La Ditta indica il punto della documentazione ove sono presenti i dati richiesti
- Lotto 25: dati relativi alla lunghezza delle frese offerte.
La Ditta conferma la presenza del requisito; la Commissione si riserva di verificare la lunghezza delle frese in sede di esame della campionatura
- Lotto 29: dati relativi alla lunghezza ed all'impugnatura del prodotto offerto.
La Ditta indica il punto della documentazione ove sono presenti i dati richiesti, tuttavia la Commissione non riesce a rinvenire tali dati e si riserva pertanto di verificare la presenza delle caratteristiche di minima in sede di esame della campionatura.
- Lotto 32: dati relativi alla lunghezza dello stelo.
La Ditta non ha fornito alcun riscontro pertanto verrà esclusa dal lotto 32.
- Lotto 33: dati relativi alla misura del diametro del prodotto offerto
La Ditta conferma la presenza del requisito; la Commissione si riserva di verificare la misura del diametro in sede di esame della campionatura
- Lotto 37: caratteristica della fresa di essere "monouso".
La Ditta indica il punto della documentazione ove sono presenti i dati richiesti (fresa monouso)
 - Lotto 38: dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità
La Ditta indica il punto della documentazione ove sono presenti i dati richiesti (totalmente conico)

6) LIMACORPORATE S.R.L (Prot-2022-0396024 del 03/06/2022):

- Lotto 24 dati relativi all'altezza dei rebbi.
La Ditta indica il punto della documentazione ove è presente il dato richiesto.

7) MEDACTA ITALIA SRL (Prot-2022-0382339 del 30/05/2022)

- Lotto 12: dati relativi alle caratteristiche della pinza indicate nel Capitolato (lunghezza operativa, diametro stelo, apertura del morso, lunghezza minima del morso, aghi monouso dedicati)
- Lotto 38: dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità
- Lotto 39: dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità e relativi alla presenza di struttura con finestratura interna

La Ditta precisa che le informazioni tecniche disponibili sono quelle rilevabili nella documentazione presentata. La Commissione, non riuscendo a rinvenire i dati di cui sopra, si riserva di verificare la presenza dei predetti requisiti di minima in sede di esame della campionatura

8) N.B.A. MEDICA SRL (Prot-2022-0386200 del 31/05/2022):

- Lotto 25: dati relativi alla lunghezza delle frese offerte

- Lotto 29: dati relativi alla lunghezza ed all'impugnatura del prodotto offerto
- Lotto 30: dati relativi alla presenza nel prodotto offerto di un dispositivo scorrevole a ghigliottina per operare il taglio di due suture contemporanee e della levetta di sicurezza.
- Lotto 32: dati relativi alla lunghezza dello stelo
- Lotto 35: dati relativi alle misure dei diametri del prodotto offerto
- Lotto 44: dati relativi alle misure delle lunghezze offerte
- Lotto 49: dati relativi al materiale del prodotto offerto

La Ditta riconosce che le schede tecniche presentate in gara sono scarse e non contengono tutti i predetti dati. La Commissione si riserva di verificare la presenza dei predetti requisiti di minima in sede di esame della campionatura

La seduta si interrompe alle ore 13,00 per la pausa pranzo. Riprende alle ore 14,00

9) PRO.MED. SRL (Prot-2022-0391486 del 01/06/2022):

- Lotto 35 dati relativi alle angolature del prodotto offerto.

La Ditta ha confermato che i dati relativi alle angolature del prodotto offerto non sono reperibili nei documenti presentati in sede di gara. La Commissione si riserva di verificare la presenza dei predetti requisiti di minima in sede di esame della campionatura

10) SMITH & NEPHEW (Prot-2022-0400010 del 06/06/2022)

- Lotto 12: dati relativi alle caratteristiche della pinza indicate nel Capitolato (lunghezza operativa, diametro stelo, apertura del morso, lunghezza minima del morso, aghi monouso dedicati)
- Lotto 25: dati relativi alla lunghezza delle frese offerte
- Lotto 29: dati relativi alla lunghezza ed all'impugnatura del prodotto offerto
- Lotto 32: dati relativi alla lunghezza dello stelo
- Lotto 34: dati relativi a
 - ✓ misure del diametro delle microfratture
 - ✓ capacità di penetrazione nonché
 - ✓ se il prodotto offerto sia composto da manipolo riutilizzabile e filo guida
- Lotto 35: dati relativi delle angolature del prodotto offerto
- Lotto 38: dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità
- Lotto 39: dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità
- Lotto 44: dati relativi a
 - ✓ misure delle lunghezze offerte
 - ✓ offerta di forbici

La Ditta ha fornito riscontro solo con riguardo ai lotti 38 e 39, invocando l'applicazione del principio di equivalenza. In considerazione del fatto che tuttavia la Ditta non ha dimostrato l'equivalenza dei prodotti offerti, la Commissione si riserva di valutare siffatta equivalenza in sede di esame della campionatura.

Non avendo fornito riscontro relativamente ai lotti 12-25-29-32-34-35-44 verrà esclusa da tali lotti.

11) ZIMMER BIOMET ITALIA (Prot-2022-0406557 del 08/06/2022):

- Lotto 12: dati relativi alle caratteristiche della pinza indicate nel Capitolato (lunghezza operativa, diametro stelo, apertura del morso, lunghezza minima del morso, aghi monouso dedicati)
- Lotto 15: indicazione del prodotto offerto per suture meniscali
- Lotto 25: dati relativi alla lunghezza delle frese offerte
- Lotto 29: dati relativi alla lunghezza ed all'impugnatura del prodotto offerto
- Lotto 38: dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità
- Lotto 39: dati relativi alla percentuale di lunghezza della conicità e relativi alla presenza di struttura con finestratura interna

Per ciascun lotto la Ditta indica il punto della documentazione ove è presente il dato richiesto. Con riguardo ai lotti 29 – 38 - 39, la Commissione non riesce tuttavia a rinvenire i dati richiesti, che si riserva di verificare in sede di esame della campionatura

La seduta è tolta alle ore 16,30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 09/06/2022

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Luca PANDOLFO

Componente


Dott. Matteo COVIELLO

Componente


Dott. Gianluca STENNARDO

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



The image shows four handwritten signatures on horizontal lines. From top to bottom: 1. A signature that appears to be 'Luca Pandolfo'. 2. A signature that appears to be 'Matteo Covello'. 3. A signature that appears to be 'Gianluca Stennardo'. 4. A signature that appears to be 'Rossana Brandolin'. To the right of these signatures, there is a vertical handwritten mark that looks like a stylized 'P' or 'B'.

**REGIONE LIGURIA**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, 14/06/2022

Prot. n. NP/2022/0412886

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.itFunzionario Referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890

4^ SEDUTA RISERVATA**Verbale 4^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 14/06/2022**

Il giorno 14/06/2022, alle ore 9,00 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per la valutazione delle offerte tecniche delle ditte partecipanti.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale n. 2040/2022:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda
Presidente	Dott. Luca Pandolfo	ASL 1 "Imperiese"
Componente	Dott. Matteo Coviello	E.O. Ospedali Galliera
Componente	Dott. Gianluca Stennardo	ASL 2 "Savonese"

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

Nella seduta odierna la Commissione svolge attività istruttoria al fine di estrapolare dalla documentazione tecnica i dati relativi alla gamma di misure offerte.

La seduta è tolta alle ore 11,30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 14/06/2022

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Luca PANDOLFO

Componente


Dott. Matteo COVIELLO

Componente


Dott. Gianluca STENNARDO

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



The image shows four handwritten signatures on a document, each on a horizontal line. From top to bottom, the signatures are: Luca Pandolfo, Matteo Covello, Gianluca Stennardo, and Rossana Brandolin. To the right of these signatures, there is a vertical signature that appears to be 'R. Brandolin'.



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

Genova, 06/09/2022

Prot. n. NP/2022/0947636

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario Referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890

5^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 5^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 06/09/2022

Il giorno 06/09/2022, alle ore 9,00 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per l'esame della campionatura ed attribuzione dei punteggi relativi ai criteri discrezionali dei prodotti offerti dalle Ditte:

- 1) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.: lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7
- 2) SMITH & NEPHEW S.R.L: lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
- 3) ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8
- 4) ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.: lotti 2 – 3 – 5 – 12
- 5) CONMED ITALIA S.R.L.: lotti 2 – 3 – 4 – 6
- 6) N.B.A. MEDICA SRL: lotti 3 – 5 – 7 – 9 - 14

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale n. 2040/2022:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda
Presidente	Dott. Luca Pandolfo	ASL 1 "Imperiese"

Componente	Dott. Matteo Coviello	E.O. Ospedali Galliera
Componente	Dott. Gianluca Stennardo	ASL 2 "Savonese"

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice ai parametri *de quibus* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Alle ore 9,05 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.** Per la Ditta sono presenti Davide Olivero e Lorenzo Ferrero

LOTTO 1 - CANNULE PER ARTROSCOPIA

Prodotto offerto: Clear Cannula.

Codici colore

Diametri 5,5, 7 e 8,5

Lunghezze 55, 75 e 90.

La Ditta evidenzia la presenza di un introduttore risterilizzabile

Alle 9,15 termina la presentazione.

1. Trasparenza: Attribuzione del valore in relazione alla trasparenza della cannula

Osservazioni: il materiale consente un'ottima trasparenza visiva

2. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al range di misure offerte.

Osservazioni: ottimo range di misure (3 diametri e 9 lunghezze)

3. Facilità d'inserimento: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di inserimento della cannula.

Osservazioni: la Commissione rileva che il prodotto offerto ha un'ottima capacità di inserimento grazie alla punta smussa ed alla filettatura

Alle ore 9,22 inizia la presentazione dei prodotti offerti al lotto 2

LOTTO 2 - ANCORE BIOCAMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Healix Advance

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

Vengono evidenziate in particolare le seguenti caratteristiche: presenza di doppia filettatura: corticale e spongiosa; inseritore più lungo; vite cannulata; ampio parco di suture all'interno.

Presenza di due colori differenti delle suture.

La Commissione prova la scorrevolezza del filo

Viene mostrato il punzone che serve per l'alloggiamento

Alle 9,38 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo
Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)
Osservazioni: presenti

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)
Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, poco ingombrante e quindi di facile stoccaggio

Alle ore 9,42 inizia la presentazione dei prodotti offerti al lotto 3 e lotto 7. Il prodotto offerto in tali lotti è il medesimo

LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

Prodotto offerto: Versalooop

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

Parco suture e parco tape molto ampio

3 calibri

Viene mostrato anche lo strumentario

La Commissione prova la scorrevolezza del filo

Viene inoltre illustrata la tecnica chirurgica

Alle 9,49 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo
Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)
Osservazioni: presenti

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)
Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

Alle ore 9,51 inizia la presentazione dei prodotti offerti al lotto 4

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Healix transtend BR

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione prova la scorrevolezza del filo

Viene mostrata la tecnica chirurgica

Alle 9,58 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo
Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, poco ingombrante e quindi di facile stoccaggio

Alle ore 10,00 inizia la presentazione dei prodotti offerti al lotto 5

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Fastin

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione prova la scorrevolezza del filo

Design conico dell'ancora

La Commissione rileva come la filettatura sia tagliente.

Fili perpendicolari tra loro, due asole separate

Alle 10,04 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: eccellente scorrevolezza del filo grazie anche al materiale ad alta resistenza e grazie al fatto che i fili sono perpendicolari tra loro, con due asole separate.

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presenti

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, poco ingombrante e quindi di facile stoccaggio

*** **

Alle ore 10,08 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **SMITH & NEPHEW S.R.L.** Per la Ditta è presente Consuelo Allegretta

LOTTO 1 - CANNULE PER ARTROSCOPIA

Prodotto offerto: Clear trac

7 diametri e 18 lunghezze, offerte le mezze misure per i diametri; cannule filettate e liscia

Codice colore a seconda delle misure

Alle 10,11 termina la presentazione.

1. Trasparenza: Attribuzione del valore in relazione alla trasparenza della cannula

Osservazioni: il materiale consente un'ottima trasparenza visiva

2. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al range di misure offerte.

Osservazioni: eccellente range di misure, 7 diametri e 18 lunghezze, offerte le mezze misure per i diametri; cannule filettate e liscia

3. Facilità d'inserimento: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di inserimento della cannula.

Osservazioni: la Commissione rileva che il prodotto offerto ha un'ottima capacità di inserimento grazie alla punta smussa ed alla filettatura

Alle ore 10,16 inizia la presentazione dei prodotti offerti nel lotto 2

LOTTO 2 - ANCORE BIOCAMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Twinfix

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione prova la scorrevolezza del filo

Alle 10,19 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presenti

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: l'apertura della confezione è molto agevole e packaging di dimensioni notevolmente ridotte che agevola lo stoccaggio; presenza di etichettature di facile lettura

Alle ore 10,22 inizia la presentazione dei prodotti offerti nel lotto 3.

LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Q-Fix

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Viene mostrata la tecnica chirurgica. Viene evidenziato il fatto che le ancore offerte sono a trazionamento meccanico.

Alle 10,28 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura ma packaging un po' ingombrante; presenza di etichettature di facile lettura

Alle ore 10,32 inizia la presentazione dei prodotti offerti nel lotto 4

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Healicoil Regensorb

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Si evidenzia come l'ancora sia vuota

Alle 10,36 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging di dimensioni ridotte che pertanto agevola lo stoccaggio, etichette di facile lettura

Alle ore 10,38 inizia la presentazione dei prodotti offerti nel lotto 5

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto:

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Alle 10,40 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging di dimensioni ridotte che pertanto agevola lo stoccaggio, etichette di facile lettura

Alle ore 10,42 inizia la presentazione dei prodotti offerti nel lotto 6

LOTTO 6 - ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

Prodotto offerto: Osteoraptor Bioraptor

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Alle 10,45 termina la presentazione.


1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: la commissione valuta che la scorrevolezza è buona per il posizionamento del filo a livello dell'apice; l'uscita dei due capi è in prossimità dell'apice dell'ancora, con possibilità di rischio di incarceration del filo

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)



Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging di dimensioni ridotte che pertanto agevola lo stoccaggio, etichette di facile lettura

Alle ore 10,50 inizia la presentazione dei prodotti offerti nel lotto 7

LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

Prodotto offerto: Suturefix

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Alle termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging non ingombrante; presenza di etichettature di facile lettura

Alle ore 10,55 inizia la presentazione dei prodotti offerti nel lotto 8

LOTTO 8 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

Prodotto offerto: Twinfix

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Alle 10,59 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging non ingombrante; presenza di etichettature di facile lettura

*** **

Alle ore 11,25 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.** Per la Ditta sono presenti Davide Bagnasco e Pietro Garella

LOTTO 1 - CANNULE PER ARTROSCOPIA

Prodotto offerto: sistema Hydrodam

Viene mostrato lo strumentario, composto da

La Commissione prende in mano lo strumentario al fine di verificarne il peso.

Alle 11,29 termina la presentazione.

1. Trasparenza: Attribuzione del valore in relazione alla trasparenza della cannula

Osservazioni: la Commissione ritiene che la trasparenza sia buona, con leggera opacità

2. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al range di misure offerte.

Osservazioni: 2 diametri (7 e 8,5) e 5 lunghezze (75, 85, 100, 115 e 130); la Commissione non valuta positivamente il fatto che il diametro minimo sia 7 mm, che è una misura elevata

3. Facilità d'inserimento: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di inserimento della cannula.

Osservazioni: la Commissione rileva che il prodotto offerto abbia un'ottima capacità di inserimento grazie alla punta smussa ed alla filettatura

Alle ore 11,34 inizia l'esame della campionatura del lotto 2

LOTTO 2 - ANCORE BIOCAMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Cayenne - Quattro x

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Suture al 100% in polietilene ad altissimo peso molecolare. Suture sliding.

Viene mostrato anche lo strumentario

Alle 11,42 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging di dimensioni ridotte che pertanto agevola lo stoccaggio, etichette di facile lettura

Alle ore 11,45 inizia l'esame della campionatura del lotto 3 e del lotto 7. Il prodotto offerto in tali lotti è il medesimo

LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

Prodotto offerto: Juggerknot

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Suture al 100% in polietilene ad altissimo peso molecolare

Viene mostrato anche lo strumentario (punzone, guida)

Alle 11,54 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging di dimensioni estremamente ridotte, etichette di facile lettura

Alle ore 11,57 inizia l'esame della campionatura del lotto 4

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: CompositTCP

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto (doppio packaging).

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Suture ad altissimo peso molecolare, sliding

Alle 12,02 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging di dimensioni estremamente ridotte, lettura delle etichette molto semplice; la Commissione valuta molto positivamente il doppio confezionamento

Alle ore 12,06 inizia l'esame della campionatura del lotto 5

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: ALLthread

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Non è necessario strumentario, sono ancora autofilettanti

Alle 12,14 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging di dimensioni estremamente ridotte, lettura delle etichette molto semplice

Alle ore 12,17 inizia l'esame della campionatura del lotto 8

LOTTO 8 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

Prodotto offerto: Ti-Screw

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto



La Commissione prova la scorrevolezza del filo.
Alle 12,21 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo
Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)
Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)
Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging di dimensioni estremamente ridotte, lettura delle etichette molto semplice.

*** **

Alle ore 12,53 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.** Per la Ditta sono presenti Gianluca Ruffi e Alessandra Canepa

LOTTO 2 - ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Twist

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Viene mostrato lo strumentario (punzone)

Alle 13,00 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo
Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)
Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)
Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging di dimensioni ridotte ed etichette di facile lettura

Alle ore 13,03 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 12
LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"

Prodotto offerto: Ago per PTS

La Commissione prova a montare l'ago ed utilizzare il sistema presentato

Alle 13,09 termina la presentazione.

1. Semplicità di utilizzo: Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di utilizzo
Osservazioni: l'impugnatura ergonomica consente un facile utilizzo;

2. Facilità di montaggio dell'ago monouso: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio dell'ago monouso
Osservazioni: montaggio dell'ago monouso semplice ed intuitivo, con buona scorrevolezza dell'ago stesso



3. Basso profilo: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza
Osservazioni: la pinza presenta un buon profilo che ne agevola l'utilizzo

4. Precisione fuoriuscita del filo: Attribuzione del valore in relazione alla precisione fuoriuscita del filo
Osservazioni: nella prova pratica svolta dalla Commissione apprezza un'ottima corrispondenza fra il punto di uscita ed il punto prescelto

5. Presenza di uncino distale per recupero della sutura (Q5)
Osservazioni: non presente

Alle ore 13,15 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 3
LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Draw Tight

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Presenza di 3 suture.

Dall'esame del prodotto offerto emerge che lo stesso non possiede la caratteristica di essere "a tutta sutura" come richiesto dal Capitolato a pena di esclusione, presentando una piccola punta in Peek.

La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto *de quo*

Alle 13,22 termina la presentazione.

Alle ore 13,23 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 5
LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: V-lox

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Alle 13,28 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo
Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)
Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)
Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging di dimensioni ridotte ed etichette di facile lettura

La seduta si interrompe alle ore 13,35 per la pausa pranzo e riprende alle ore 14,25

*** **

Alle ore 14,30 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **CONMED ITALIA S.R.L.** Per la Ditta sono presenti Alessandra Piano e Paola Provini
LOTTO 2 - ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI



Prodotto offerto: Cross FT

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Ancore completamente filettate di tre misure differenti;

Alle 14,39 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging di dimensioni ridotte; la lettura delle etichette risulta facile in quanto i caratteri delle stesse sono piuttosto grandi

Alle ore 14,42 inizia la presentazione della campionatura del lotto 3

LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Yknot

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Le ancore sono autoperforanti

Alle 14,52 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presenti

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging di dimensioni ridotte; la lettura delle etichette risulta facile in quanto i caratteri delle stesse sono piuttosto grandi

Con riguardo ai lotti 4 e 6 la Ditta dichiara che i prodotti offerti sono in ricertificazione e che le tempistiche per ottenere la certificazione non sono prevedibili. La Ditta verrà pertanto esclusa dai lotti 4 e 6.

*** **

Alle ore 15,00 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **N.B.A. MEDICA SRL**. Per la Ditta è presente Pietro Arnulfo

LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Iconix

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

La Commissione prova la scorrevolezza del filo.

Viene mostrato lo strumentario, che è curvo
Alle 15,10 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo
Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori
differenti delle suture (Q5)
Osservazioni: presenti

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)
Osservazioni: confezione di facile apertura; packaging di dimensioni ridotte, etichettatura di facile
lettura

Alle ore 15,11 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 5
LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
Prodotto offerto: Wedge Anchor II
La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto
La Commissione prova la scorrevolezza del filo.
Alle 15,15 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo
Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori
differenti delle suture (Q5)
Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)
Osservazioni: confezione di facile apertura, packaging di dimensioni ridotte ed etichette facilmente
leggibili. La commissione non valuta positivamente il fatto che c'è una confezione che comprende
più ancore in packaging morbido, il che può portare a problematiche legate alla sicurezza ed allo
stoccaggio

Alle ore 15,18 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 7
LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE
Prodotto offerto: Iconix
La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto
La Commissione prova la scorrevolezza del filo.
Alle 15,22 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo
Osservazioni: la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori
differenti delle suture (Q5)
Osservazioni: presenti

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)
Osservazioni: confezione di facile apertura; packaging di dimensioni ridotte, etichettatura di facile
lettura

Alle ore 15,27 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 9
LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA

Prodotto offerto: Penetrating grasper.

Vengono mostrati: pinza ad anelli, scollatore, raspa, pinza penetrante recupera suture retta, pinza angolata destra e sinistra, pinze con 2 curvature (30 e 45)

Alle 15,37 termina la presentazione

1. Maneggevolezza ed ergonomia: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia

Osservazioni: alla prova pratica le pinze presentano buone caratteristiche di ergonomia e maneggevolezza

2. Basso profilo del morso: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso

Osservazioni: le pinze presentano un basso profilo ottimale per l'utilizzo

3. Varietà di inclinazione e angolature del morso: Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso

Osservazioni: il set presenta un'ottima varietà sia di inclinazioni che di angolazioni del morso (1 retta, due curve, una destra e una sinistra)

Alle ore 15,45 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 14

LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO

Prodotto offerto: Air

Viene mostrato lo strumentario

La Commissione prova la tecnica chirurgica

Alle 15,56 termina la presentazione

1. Possibilità di riduzione della lesione: Attribuzione del valore in relazione alla possibilità di riduzione della lesione.

Osservazioni: presente

2. Flessibilità del sistema: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del sistema

Osservazioni: nonostante la curvatura sia 30 gradi up e down la flessibilità del prodotto permette di rendere lo strumentario con gradazione retta o comunque parzialmente flessibile a piacere

3. Strumentario ridotto: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di utilizzo e di gestione dello strumentario

Osservazioni: strumentario minimale ma adeguato alla funzione e di facile utilizzo. La Commissione ha particolarmente apprezzato lo strumento di spingi nodo e taglia suture (tutto in uno)

4. Sutura a lento riassorbimento documentata

Osservazioni: non è riassorbibile

Al presente verbale sono allegate le tabelle riepilogative dei punteggi dei lotti 1 - 2 - 8


La seduta è tolta alle ore 16,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 06/09/2022


Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Luca PANDOLFO




Componente

Dott. Matteo COVIELLO



Componente

Dott. Gianluca STENNARDO



Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

LOTTO 1 - CANNULE PER ARTROSCOPIA

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.		
1 - Trasparenza	Attribuzione del valore in relazione alla trasparenza della cannula.	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
2 - Range di misure	Attribuzione del valore in relazione al range di misure offerte.	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo	14,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			0,700	COEFF.	
3 - Facilità d'inserimento	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di inserimento della cannula.	30	0,7	Dott. Luca Pandolfo	30,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
Totale punteggio					64,000
Punteggio riparametrato a punti 70					64,000



SMITH & NEPHEW SRL				ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000		0,5	Dott. Luca Pandolfo	14,286
	0,7	Dott. Matteo Coviello					
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo					
	0,700	MEDIA					
	1,000	COEFF.					
	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000		0	Dott. Luca Pandolfo	0,000
	1	Dott. Matteo Coviello					
	1	Dott. Gianluca Stennardo					
	1,000	MEDIA					
	1,000	COEFF.					
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	30,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	30,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello					
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo					
	0,700	MEDIA					
	1,000	COEFF.					

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

	70,000		44,286
	70,000		44,286

FORNITURA DI "MATE

LOTTO 2 - ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ANIKI THERAPEUTICS S.R.L.		
1 - Scorrevolezza del filo	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
3 - Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento..	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'B' on the right.

ERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA”

N° gara 8339844

CONMED ITALIA S.R.L.				JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.				SMITH & NEPHEW SRL			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,700	MEDIA			0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.			1,000	COEFF.			1,000	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000		0,5	Dott. Luca Pandolfo	17,857		0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,5	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,5	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,500	MEDIA			0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.			0,714	COEFF.			1,000	COEFF.	

Handwritten signatures and initials:
 L/10 [Signature] [Initials]

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.			
	0,7	Dott. Danilo Chiapale	25,000
	0,7	Dott. Alberto Eminente	
	0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia	
	0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
	0,7	Dott. Danilo Chiapale	25,000
	0,7	Dott. Alberto Eminente	
	0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia	
	0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.	

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

[Handwritten signatures]

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Se presente	se non presente	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	NOTE	CONMED ITALIA S.R.L.	NOTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	NOTE	SMITH & NEPHEW SRL	NOTE	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	NOTE
2 - Riconoscibilità delle suture	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture	20	0	20,000		20,000		20,000		20,000		20,000	

Handwritten signature and initials:
 SL 10 [Signature] 13

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

LOTTO 2 - ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA
CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

CRITERIO	PUNTI MAX	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l
1 - Scorrevolezza del filo	25	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
2 - Riconoscibilità delle suture	20	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3 - Confezionamento	25	25,000	25,000	17,857	25,000	25,000
		ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l
PUNTEGGIO TOTALE		70,000	70,000	62,857	70,000	70,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		70,000	70,000	62,857	70,000	70,000

Handwritten signatures and initials:


 103

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCC
N° gara 8339844**

LOTTO 8 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	SMITH & NEPHEW SRL		
1 - Scorrevolezza del filo	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
3 - Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			0,700	COEFF.	

PIA"

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	1	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.	

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

ll 10 *[Signature]*

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	se presente	se non presente	SMITH & NEPHEW S.R.L.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
2 - Riconoscibilità delle suture	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture	20	0	20,000	20,000


[Handwritten signatures and initials]


**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

LOTTO 8 - ANCORE METALLICHE PER LA
CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

CRITERIO	PUNTI MAX	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
1 - Scorrevolezza del filo	25	25,000	25,000
2 - Riconoscibilità delle suture	20	20,000	20,000
3 - Confezionamento	25	17,500	25,000
		SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
PUNTEGGIO TOTALE		62,500	70,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		62,500	70,000





REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Genova, 15/09/2022

Prot. n. NP/2022/1021348

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario Referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890

6^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 6^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 15/09/2022

Il giorno 15/09/2022, alle ore 9,00 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per l'esame della campionatura ed attribuzione dei punteggi relativi ai criteri discrezionali dei prodotti offerti dalle Ditte:

- 1) CONMED ITALIA S.R.L.: lotti 10 – 11 – 12 – 15
- 2) ARTHREX ITALIA S.R.L.: lotti 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15
- 3) SMITH & NEPHEW S.R.L.: lotti 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15
- 4) ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: lotti 9 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15
- 5) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.: lotti 11 – 12 – 14
- 6) MEDACTA ITALIA SRL: lotti 5 - 12

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale n. 2040/2022:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda
Presidente	Dott. Luca Pandolfo	ASL 1 "Imperiese"

TB

Componente	Dott. Matteo Coviello	E.O. Ospedali Galliera
Componente	Dott. Gianluca Stennardo	ASL 2 "Savonese"

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice ai parametri *de quibus* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Alle ore 9,00 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **CONMED ITALIA S.R.L.** Per la Ditta è presente Tatiana Ghiglione

LOTTO 10 - UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA

Prodotto offerto: Spectrum II

Vengono mostrati vari tipi di uncino

La Commissione prova ad inserire l'uncino su materiale plastico e prova la scorrevolezza dei fili

Alle 9,17 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza dei fili: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza dei fili all'interno del suturatore.

Osservazioni: buona scorrevolezza del filo attraverso il manipolo e l'uncino. La presenza di rotelle rallenta la fluidità dello scorrimento

2. Semplicità innesto su manipolo: Attribuzione del valore in relazione alla semplicità innesto su manipolo

Osservazioni: la Commissione, provando lo strumentario, valuta semplice ed abbastanza intuitivo l'innesto dell'uncino sul manipolo

Capacità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di perforazione

Osservazioni: la Commissione valuta molto positivamente la capacità di perforazione degli uncini nelle varie angolature

Alle ore 9,22 inizia l'esame della campionatura del lotto 11

LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Spectrum MVP

La Commissione prova la tecnica chirurgica

Alle 9,28 termina la presentazione.

1. Robustezza e possibilità di bloccaggio dell'asola: Attribuzione del valore in relazione alla robustezza e alla possibilità di bloccaggio dell'asola

Osservazioni: molto buona la possibilità di bloccaggio dell'asola, tuttavia lo strumento appare eccessivamente malleabile e quindi di limitata robustezza

2. Maneggevolezza: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza

Osservazioni: lo strumento presenta buona maneggevolezza nei vari step di effettuazione del passaggio della sutura attraverso la cuffia, pulsanti di attivazione di facile utilizzo

3. Ergonomicità dell'impugnatura: Attribuzione del valore in relazione alla maggiore ergonomicità dell'impugnatura

Osservazioni: buona ergonomicità dell'impugnatura

4 - Angoli curvatura punte

Osservazioni: 3 angoli (retto, 45° destro e 45° sinistro)

Alle ore 9,37 inizia l'esame della campionatura del lotto 12

LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"

Prodotto offerto: Spectrum Autopass

Viene mostrata la tecnica chirurgica.

La Commissione prova l'utilizzo della pinza ed il montaggio e smontaggio del filo

Alle 9,45 termina la presentazione.

1. Semplicità di utilizzo: Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di utilizzo

Osservazioni: l'impugnatura ergonomica consente un facile utilizzo

2. Facilità di montaggio dell'ago monouso: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio dell'ago monouso

Osservazioni: la Commissione, alla prova pratica, riscontra che l'innesto dell'ago risulta abbastanza semplice

3. Basso profilo: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza

Osservazioni: la pinza presenta un ottimo profilo che ne agevola l'utilizzo

4. Precisione fuoriuscita del filo: Attribuzione del valore in relazione alla precisione fuoriuscita del filo

Osservazioni: nella prova pratica svolta dalla Commissione apprezza un'ottima corrispondenza fra il punto di uscita ed il punto prescelto

5. Presenza di uncino distale per recupero della sutura: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di uncino distale per recupero della sutura (Q5)

Osservazioni: non presente

Alle ore 9,58 inizia l'esame della campionatura del lotto 15

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT


Prodotto offerto: Zone specific

Vengono mostrate le guide e le cannule (6 tipi diversi di un unico diametro)

La Commissione prova ad inserire l'ago su materiale plastico e prova la tecnica chirurgica

Alle 10,06 termina la presentazione.

1. Capacità di penetrazione dell'ago: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione dell'ago.



Osservazioni: alla prova pratica l'ago presenta ottima capacità di penetrazione grazie alla sua foggia

2. Diametro cannula: Attribuzione del valore in relazione al diametro della cannula.

Osservazioni: le cannule offerte (6 tipi) presentano un solo diametro di 3,2 mm

3. Gamma misure diametri del filo di sutura: Attribuzione del valore in relazione alla gamma di misure di diametri del filo di sutura offerte.

Osservazioni: 1 diametro

*** **

Alle ore 10,10 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ARTHREX ITALIA S.R.L** Per la Ditta è presente Claudio Corò e Simon Iacopino

LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Fibertak

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

La Commissione prova la tecnica chirurgica e la scorrevolezza dei fili.

Alle 10,27 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza del filo

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

Alle ore 10,30 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 4

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Fibertak

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

La Commissione prova la tecnica chirurgica e la scorrevolezza dei fili.

Alle 10,36 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza del filo

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità d. apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio. Molto apprezzata la presenza di un marker di temperatura sulla confezione.

Alle ore 10,40 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 5
LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Corkscrew

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

La Commissione prova la tecnica chirurgica e la scorrevolezza dei fili.

Alle 10,45 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo
Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'eccellente scorrevolezza del filo grazie anche al sistema interno (asola in filo)

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

Alle ore 10,47 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 6

LOTTO 6 - ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

Prodotto offerto: SutureTak

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

La Commissione prova la tecnica chirurgica e la scorrevolezza dei fili.

Alle 10,51 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza del filo

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio. Molto apprezzata la presenza di un marker di temperatura sulla confezione.

Alle ore 10,54 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 7

LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

Prodotto offerto: Fibertak

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

La Commissione prova la tecnica chirurgica e la scorrevolezza dei fili.

Alle 11,00 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza del filo

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio.

Alle ore 11,02 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 9

LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA

Prodotto offerto: Rhino Suture Passer Flushport

Vengono mostrate varie pinze, la raspetta, lo scollatore

Alle 11,08 termina la presentazione.

1. Maneggevolezza ed ergonomicità: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomicità

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta che le pinze artroscopiche proposte presentano un'eccellente maneggevolezza grazie anche al basso peso e alla ghiera nonché eccellente ergonomicità dell'impugnatura che ne rendono molto agevole l'utilizzo

2. Basso profilo del morso: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso

Osservazioni: le pinze presentate presentano un bassissimo profilo consentendo limitatissimo ingombro durante l'atto chirurgico

3. Varietà di inclinazione e angolature del morso: Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso

Osservazioni: 3 inclinazioni e 3 altezze

Alle ore 11,13 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 10

LOTTO 10 - UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA

Prodotto offerto: Suturelasso

La Commissione prova la tecnica chirurgica

Alle 11,19 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza dei fili: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza dei fili all'interno del suturatore.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha riscontrato un'eccellente scorrevolezza dei fili all'interno del suturatore grazie anche al filo in nitinol.

2. Semplicità innesto su manipolo: Attribuzione del valore in relazione alla semplicità innesto su manipolo

Osservazioni: massima semplicità, essendo il manipolo già innestato all'uncino, rende subito fruibile il sistema

Capacità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di perforazione

Osservazioni: la Commissione valuta molto positivamente la capacità di perforazione degli uncini nelle varie angolature

Alle ore 11,30 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 12
LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"

Prodotto offerto: Scorpion

La Commissione prova la tecnica chirurgica

Alle 11,39 termina la presentazione.

1. Semplicità di utilizzo: Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di utilizzo
Osservazioni: eccellente semplicità di utilizzo in quanto la pinza presenta solo un'unica leva di azionamento essendo la seconda leva integrata nell'impugnatura
2. Facilità di montaggio dell'ago monouso: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio dell'ago monouso
Osservazioni: la facilità di montaggio dell'ago risulta eccellente in quanto lo scorrimento è massimale anche senza lubrificante e presenta una modalità di inserimento rettilineo con impugnatura molto ergonomica
3. Basso profilo: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza
Osservazioni: la pinza presenta un bassissimo profilo smusso che facilita l'utilizzo consentendo limitatissimo ingombro durante l'atto chirurgico
4. Precisione fuoriuscita del filo: Attribuzione del valore in relazione alla precisione fuoriuscita del filo
Osservazioni: nella prova pratica svolta dalla Commissione apprezza un'eccellente corrispondenza fra il punto di uscita ed il punto prescelto
5. Presenza di uncino distale per recupero della sutura: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di uncino distale per recupero della sutura (Q5)
Osservazioni: non presente

Alle ore 11,53 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 13
LOTTO 13 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO AUTOMATICO

Prodotto offerto: Fiber stich

Viene mostrato lo strumentario

La Commissione prova a suturare un menisco di prova

Alle 12,01 termina la presentazione.

1. Possibilità di riduzione della lesione: Attribuzione del valore in relazione alla possibilità di riduzione della lesione.
Osservazioni: presente
2. Flessibilità del sistema: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del sistema.
Osservazioni: il sistema presenta un'eccellente flessibilità grazie alle diverse angolature del device e all'elevato grado di flessibilità dello strumento
3. Strumentario ridotto: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di utilizzo e di gestione dello strumentario.
Osservazioni: strumentario particolarmente ridotto e di utilizzo molto semplice ed agevole
4. Sutura a lento riassorbimento documentata: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta di tempo di lento riassorbimento della sutura.

Osservazioni: è un tessuto che non si riassorbe

Alle ore 12,05 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 14
LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO

Prodotto offerto: AR-4501

La Commissione prova a suturare un menisco di prova

Alle 12,12 termina la presentazione.

1. Possibilità di riduzione della lesione: Attribuzione del valore in relazione alla possibilità di riduzione della lesione.

Osservazioni: presente

2. Flessibilità del sistema: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del sistema.

Osservazioni: il sistema presenta un'unica curvatura di 12° e foggato in materiale rigido che ne riduce la flessibilità

3. Strumentario ridotto: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di utilizzo e di gestione dello strumentario.

Osservazioni: lo strumentario è ridotto ma non risulta agevole nel suo utilizzo perché la cannula non è integrata nel dispositivo per la gestione (misurazione) della profondità della lesione meniscale

4. Sutura a lento riassorbimento documentata: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta di tempo di lento riassorbimento della sutura.

Osservazioni: placca in peek non riassorbibile

Alle ore 12,19 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 15

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT

Prodotto offerto: Fiberwire

Viene illustrata la tecnica chirurgica

La Commissione prova a suturare un menisco di prova

Alle 12,26 termina la presentazione.

1. Capacità di penetrazione dell'ago: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione dell'ago.

Osservazioni: alla prova pratica l'ago presenta ottima capacità di penetrazione grazie alla sua foggia


2. Diametro cannula: Attribuzione del valore in relazione al diametro della cannula.

Osservazioni: 4 diverse cannule con un unico diametro di 2,75 mm

3. Gamma misure diametri del filo di sutura: Attribuzione del valore in relazione alla gamma di misure di diametri del filo di sutura offerte.

Osservazioni: 2 diametri (0,9 mm e 2-0)

*** **



Alle ore 12,33 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **SMITH & NEPHEW S.R.L.** Per la Ditta è presente Consuelo Allegretta

LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA

Prodotto offerto: Artho Pierce

La Ditta non ha portato in visione la campionatura completa dei prodotti offerti. La Commissione decide pertanto di riconvocare la Ditta a successiva seduta e rinviare la valutazione del lotto 9

Alle 12,38 termina la presentazione.

Alle ore 12,46 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 10

LOTTO 10 - UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA

Prodotto offerto: Accupass

La Commissione prova la scorrevolezza del filo

Alle 12,50 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza dei fili: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza dei fili all'interno del suturatore.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha riscontrato una buona scorrevolezza dei fili all'interno del suturatore tuttavia la presenza di rotelle rallenta la fluidità dello scorrimento

2. Semplicità innesto su manipolo: Attribuzione del valore in relazione alla semplicità innesto su manipolo

Osservazioni: massima semplicità, essendo il manipolo già innestato all'uncino, il che rende subito fruibile il sistema

Capacità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di perforazione

Osservazioni: la Commissione valuta molto positivamente la capacità di perforazione degli uncini nelle varie angolature

Alle ore 13,00 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 11

LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Transporter passa suture

Viene mostrato l'uncino

La Commissione prova a inserire l'uncino su materiale plastico

Alle 13,04 termina la presentazione.

1. Robustezza e possibilità di bloccaggio dell'asola: Attribuzione del valore in relazione alla robustezza e alla possibilità di bloccaggio dell'asola

Osservazioni: il device offerto non consente il bloccaggio dell'asola; discreta robustezza

2. Maneggevolezza: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza

Osservazioni: lo strumento presenta limitata maneggevolezza nei vari step di effettuazione del passaggio della sutura attraverso la cuffia per il meccanismo di scorrimento dell'asola che risulta poco pratico

3. Ergonomicità dell'impugnatura: Attribuzione del valore in relazione alla maggiore ergonomicità dell'impugnatura

Osservazioni: impugnatura poco ergonomica

4 - Angoli curvatura punte
Osservazioni: 1 angolo

Alle ore 13,11 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 13
LOTTO 13 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO AUTOMATICO

Prodotto offerto: Ultra Fast-fix

La Commissione prova la sutura di un menisco di prova

Viene mostrato ed utilizzato lo spinginodo

Alle 13,18 termina la presentazione.

1. Possibilità di riduzione della lesione: Attribuzione del valore in relazione alla possibilità di riduzione della lesione.

Osservazioni: presente

2. Flessibilità del sistema: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del sistema.

Osservazioni: il sistema presenta un'ottima flessibilità grazie alle diverse angolature del device e la parziale flessibilità dello strumento introduttivo

3. Strumentario ridotto: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di utilizzo e di gestione dello strumentario.

Osservazioni: strumentario ridotto e di facile utilizzo;

4. Sutura a lento riassorbimento documentata: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta di tempo di lento riassorbimento della sutura.

Osservazioni: fili di sutura non assorbibili

Alle ore 13,30 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 14

LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO

Prodotto offerto: Fast-fix 360

La Commissione prova a suturare un menisco di prova

Alle 13,36 termina la presentazione.

1. Possibilità di riduzione della lesione: Attribuzione del valore in relazione alla possibilità di riduzione della lesione.

Osservazioni: presente

2. Flessibilità del sistema: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del sistema.

Osservazioni: il sistema presenta un'eccellente flessibilità grazie alle diverse angolature del device e all'elevato grado di flessibilità dello strumento

3. Strumentario ridotto: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di utilizzo e di gestione dello strumentario.

Osservazioni: strumentario ridotto e di facile utilizzo con strumento a scivolamento per evitare impingement con tessuti molli, che risulta molto utile

4. Sutura a lento riassorbimento documentata: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta di tempo di lento riassorbimento della sutura.

Osservazioni: non è riassorbibile

Alle ore 13,38 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 15

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT

Prodotto offerto: Meniscal Stitcher set

Viene mostrato lo strumentario

La Commissione prova ad inserire l'ago su un materiale plastico; viene utilizzato anche lo spingi filo.

La Commissione prova a suturare un menisco di prova

Alle 13,45 termina la presentazione.

1. Capacità di penetrazione dell'ago: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione dell'ago.

Osservazioni: alla prova pratica l'ago presenta ottima capacità di penetrazione grazie alla sua foggia

2. Diametro cannula: Attribuzione del valore in relazione al diametro della cannula.

Osservazioni: sette tipologie di cannule (cannule due diametri e una cannula con un diametro di 2 mm); la Commissione valuta molto positivamente la presenza di strumentario che permette di modificare l'angolatura della cannula retta a seconda delle esigenze. Molto utile la foggia a canna di fucile

3. Gamma misure diametri del filo di sutura: Attribuzione del valore in relazione alla gamma di misure di diametri del filo di sutura offerte.

Osservazioni: un diametro (2-0)

La seduta si interrompe alle ore 13,55 per la pausa pranzo e riprende alle ore 14,40

Alle ore 14,40 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.**. Per la Ditta sono presenti Davide Olivero e Lorenzo Ferrero

LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Suture grasper

La Commissione prova la tecnica chirurgica

Alle 14,48 termina la presentazione.

1. Robustezza e possibilità di bloccaggio dell'asola: Attribuzione del valore in relazione alla robustezza e alla possibilità di bloccaggio dell'asola

Osservazioni: ottimale il meccanismo di bloccaggio dell'asola, device costituito con materiale resistenti alle sollecitazioni dell'operatore


2. Maneggevolezza: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza

Osservazioni: lo strumento presenta un'ottima maneggevolezza nei vari step di effettuazione del passaggio della sutura attraverso la cuffia, il cursore consente un facile utilizzo del device

3. Ergonomicità dell'impugnatura: Attribuzione del valore in relazione alla maggiore ergonomicità dell'impugnatura

Osservazioni: buona ergonomicità dell'impugnatura

4 - Angoli curvatura punte



Osservazioni: 4 angoli (15 – 30 – 45 – 60)

Alle ore 14,54 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 12
LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"

Prodotto offerto: Express W3

La Commissione prova l'utilizzo della pinza

Viene illustrato e provato il sistema autocapture

La Commissione prova ad inserire l'ago

Alle 15,04 termina la presentazione.

1. Semplicità di utilizzo: Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di utilizzo

Osservazioni: l'utilizzo non risulta semplice in quanto la pinza presenta 3 meccanismi di azionamento, necessita del montaggio del sistema di blocco del filo di sutura e per estrarre il filo è necessario applicare una forza notevole

2. Facilità di montaggio dell'ago monouso: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio dell'ago monouso

Osservazioni: la Commissione, alla prova pratica, riscontra che l'innesto dell'ago risulta non particolarmente semplice per l'impugnatura del filo di piccole dimensioni con caratteristiche minimali

3. Basso profilo: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza

Osservazioni: la pinza presenta un profilo basso ma non particolarmente smusso

4. Precisione fuoriuscita del filo: Attribuzione del valore in relazione alla precisione fuoriuscita del filo

Osservazioni: nella prova pratica svolta dalla Commissione apprezza un'ottima corrispondenza fra il punto di uscita ed il punto prescelto

5. Presenza di uncino distale per recupero della sutura: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di uncino distale per recupero della sutura (Q5)

Osservazioni: presente

Alle ore 15,15 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 14

LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO

Prodotto offerto: Truespan

La Commissione prova a suturare un menisco di prova

Viene provato anche lo spingi nodi (che serve anche per tagliare) e la slittina

Alle 15,25 termina la presentazione.

1. Possibilità di riduzione della lesione: Attribuzione del valore in relazione alla possibilità di riduzione della lesione.

Osservazioni: presente

2. Flessibilità del sistema: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del sistema.

Osservazioni: il sistema presenta un'ottima flessibilità grazie alle diverse angolature del device, tuttavia presenta una modesta malleabilità

3. Strumentario ridotto: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di utilizzo e di gestione dello strumentario.

Osservazioni: strumentario ridotto e di facile utilizzo con strumento a scivolamento per evitare impingement con tessuti molli, che risulta molto utile

4. Sutura a lento riassorbimento documentata: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta di tempo di lento riassorbimento della sutura.

(Il valore che deve essere dichiarato dalla Ditta - Valore minimo sei mesi).

Osservazioni: il riassorbimento della sutura è di 6 mesi

*** **

Alle ore 15,36 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **MEDACTA ITALIA SRL**. Per la Ditta sono presenti Michele Pizzolli e Renato Frediani

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Meckta Lock it

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

La Commissione prova la scorrevolezza del filo

La Commissione prende in mano lo strumentario al fine di verificarne il peso.

Alle 15,41 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta un'ottima scorrevolezza dei fili

2. Riconoscibilità delle suture: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture (Q5)

Osservazioni: presente

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

Alle ore 15,43 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 12

LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"

Prodotto offerto: Fastshuttle

La Commissione prova l'utilizzo della pinza ed il montaggio dell'ago

Alle 15,48 termina la presentazione.

1. Semplicità di utilizzo: Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di utilizzo

Osservazioni: l'impugnatura ergonomica consente un facile utilizzo

2. Facilità di montaggio dell'ago monouso: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio dell'ago monouso

Osservazioni: la Commissione, alla prova pratica, riscontra che l'innesto dell'ago risulta abbastanza semplice

3. Basso profilo: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza

Osservazioni: il profilo della pinza risulta un po' ingombrante con possibile difficoltà nel gesto chirurgico

4. Precisione fuoriuscita del filo: Attribuzione del valore in relazione alla precisione fuoriuscita del filo

Osservazioni: nella prova pratica svolta dalla Commissione apprezza un'ottima corrispondenza fra il punto di uscita ed il punto prescelto

5. Presenza di uncino distale per recupero della sutura: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di uncino distale per recupero della sutura (Q5)

Osservazioni: non presente

Alle ore 15,53 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.** Per la Ditta sono presenti Davide Bagnasco e Pietro Galella

LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA

Prodotto offerto: Precision II Series

Vengono mostrate tutte le tipologie di pinze offerte, la raspa, lo scollatore

Alle 15,58 termina la presentazione.

1. Maneggevolezza ed ergonomia: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta che le pinze artroscopiche proposte presentano un'ottima maneggevolezza grazie anche al basso peso nonché ottima ergonomia dell'impugnatura che ne facilitano l'utilizzo

2. Basso profilo del morso: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso

Osservazioni: le pinze presentate presentano un bassissimo profilo consentendo limitatissimo ingombro durante l'atto chirurgico

3. Varietà di inclinazione e angolature del morso: Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso

Osservazioni: 4 tipi di inclinazione e angolature del morso (destra, sinistra, retto e 35° up)

Alle ore 16,03 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 10

LOTTO 10 - UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA

Prodotto offerto: Speedsnare

La Commissione prova la tecnica chirurgica

Alle 16,08 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza dei fili: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza dei fili all'interno del suturatore.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione riscontra una scarsa scorrevolezza del filo

2. Semplicità innesto su manipolo: Attribuzione del valore in relazione alla semplicità innesto su manipolo

Osservazioni: massima semplicità, essendo il manipolo già innestato all'uncino, rende subito fruibile il sistema

Capacità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di perforazione

Osservazioni: la Commissione valuta molto positivamente la capacità di perforazione degli uncini nelle varie angolature

Alle ore 16,11 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 11
LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Prodotto offerto: Ez Pass Suture Passers

La Commissione prova la tecnica chirurgica

Alle 16,15 termina la presentazione.

1. Robustezza e possibilità di bloccaggio dell'asola: Attribuzione del valore in relazione alla robustezza e alla possibilità di bloccaggio dell'asola

Osservazioni: eccellente il meccanismo di scorrimento dell'asola, asta molto rigida ben integrata col manipolo che resiste in maniera eccellente ai test di flessione

2. Maneggevolezza: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza

Osservazioni: lo strumento presenta un'eccellente maneggevolezza nei vari step di utilizzazione, molto valido il cursore di scorrimento dell'asola

3. Ergonomicità dell'impugnatura: Attribuzione del valore in relazione alla maggiore ergonomicità dell'impugnatura

Osservazioni: l'impugnatura risulta estremamente ergonomica e facilitante l'utilizzo del sistema di scorrimento dell'asola

4 - Angoli curvatura punte

Osservazioni: 7 curvature (90 up – 45 up – 45 doppio – 70 right – 70 left – 30 right e 30 left)

Alle ore 16,22 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 12
LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"

Prodotto offerto: Quattro GT Suture Passer

La Commissione prova l'utilizzo della pinza.

La Commissione prova il montaggio dell'ago

Alle 16,27 termina la presentazione.

1. Semplicità di utilizzo: Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di utilizzo

Osservazioni: l'impugnatura ergonomica consente un facile utilizzo

2. Facilità di montaggio dell'ago monouso: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio dell'ago monouso

Osservazioni: la Commissione, alla prova pratica, riscontra che l'innesto dell'ago risulta abbastanza semplice

3. Basso profilo: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza

Osservazioni: la pinza presenta un profilo basso ma non particolarmente smusso

4. Precisione fuoriuscita del filo: Attribuzione del valore in relazione alla precisione fuoriuscita del filo

Osservazioni: nella prova pratica svolta dalla Commissione apprezza un'ottima corrispondenza fra il punto di uscita ed il punto prescelto

5. Presenza di uncino distale per recupero della sutura: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di uncino distale per recupero della sutura (Q5)
Osservazioni: non presente

Alle ore 16,32 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 14

LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO

Prodotto offerto: Juggerstitch

La Commissione prova a suturare il menisco di prova

Alle 16,41 termina la presentazione.

1. Possibilità di riduzione della lesione: Attribuzione del valore in relazione alla possibilità di riduzione della lesione.

Osservazioni: presente

2. Flessibilità del sistema: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del sistema.

Osservazioni: il sistema presenta un'ottima flessibilità grazie alle diverse angolature del device e al grado di flessibilità dello strumento

3. Strumentario ridotto: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di utilizzo e di gestione dello strumentario.

Osservazioni: strumentario minimale ma adeguato alla funzione e di facile utilizzo

4. Sutura a lento riassorbimento documentata: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta di tempo di lento riassorbimento della sutura.

Osservazioni: non riassorbibile

Alle ore 16,49 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 15

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT

Prodotto offerto: BroadBand Meniscal Suture

La Commissione riscontra che il sistema offerto non presenta cannule come richiesto dal Capitolato a pena di esclusione. La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto 15 per mancato rispetto dei requisiti di minima stabiliti dal Capitolato.

Alle 15,53 termina la presentazione.

*** **

Al presente verbale sono allegate le tabelle riepilogative dei punteggi dei lotti 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15


La seduta è tolta alle ore 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 15/09/2022

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Luca PANDOLFO



Componente


Dott. Matteo COVIELLO

Componente


Dott. Gianluca STENNARDO

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



Handwritten signature of Matteo Covello, written in black ink above a horizontal line.



Handwritten signature of Gianluca Stennardo, written in black ink above a horizontal line.



Handwritten signature of Rossana Brandolin, written in black ink above a horizontal line.



Handwritten signature, possibly of the secretary, written in black ink.

FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRU

N° gara 8339844

LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L		
1 - Scorrevolezza del filo	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
3 - Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			0,700	COEFF.	

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right with the number '103' written below it.

UMENTARIO PER ARTROSCOPIA”

CONMED ITALIA S.R.L.				JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.				N.B.A. MEDICA SRL			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,700	MEDIA			0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.			1,000	COEFF.			1,000	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500		0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500		0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,700	MEDIA			0,700	MEDIA	
	0,700	COEFF.			0,700	COEFF.			0,700	COEFF.	

SMITH & NEPHEW SRL				ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.			1,000	COEFF.	
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500		1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	0,5	Dott. Matteo Coviello			1	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo			1	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA			1,000	MEDIA	
	0,500	COEFF.			1,000	COEFF.	

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

[Handwritten signature]

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	se presente	se non presente	ARTHREX ITALIA S.R.L.
2 - Riconoscibilità delle suture	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture	20	0	20,000

Handwritten signature: S. M. [unclear]

CONMED ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	N.B.A. MEDICA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

Handwritten signatures and initials:
A stylized signature, followed by initials "N" and "P", and a large signature with a small "B" to its right.

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO
E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

**LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA
CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI**

CRITERIO	PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	N.B.A. MEDICA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
1 - Scorrevolezza del filo	25	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
2 - Riconoscibilità delle suture	20	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3 - Confezionamento	25	17,500	17,500	17,500	17,500	12,500	25,000
		ARTHREX ITALIA S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	N.B.A. MEDICA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
PUNTEGGIO TOTALE		62,500	62,500	62,500	62,500	57,500	70,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		62,500	62,500	62,500	62,500	57,500	70,000

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STF
N° gara 833984**

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.		
1 - Scorrevolezza del filo	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
3 - Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.	25	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			1	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.	

DOCUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

4

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.				SMITH & NEPHEW SRL			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.			1,000	COEFF.	
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500		0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
	0,5	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA			0,700	MEDIA	
	0,500	COEFF.			0,700	COEFF.	

[Handwritten signature]

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	1	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.	

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

Handwritten signature and initials

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	SA PRESENTE	SA NON PRESENTE	ARTHREX ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
2 - Riconoscibilità delle suture	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture	20	0	20,000	20,000	20,000	20,000

[Handwritten signature]

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA
CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

CRITERIO	PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l
1 - Scorrevolezza del filo	25	25,000	25,000	25,000	25,000
2 - Riconoscibilità delle suture	20	20,000	20,000	20,000	20,000
3 - Confezionamento	25	25,000	12,500	17,500	25,000
PUNTEGGIO TOTALE		70,000	57,500	62,500	70,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		70,000	57,500	62,500	70,000

FORNITURA DI "MATEF"

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L		
1 - Scorrevolezza del filo	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			0,700	COEFF.	
3 - Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			0,700	COEFF.	

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and another signature with the letter 'B' above it on the right.

RIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

ARTHREX ITALIA S.R.L			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.			MEDACTA ITALIA SRL		
1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
1	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
1	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
1,000	MEDIA		1,000	MEDIA		0,700	MEDIA	
1,000	COEFF.		1,000	COEFF.		0,700	COEFF.	
0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
0,7	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
0,700	MEDIA		0,500	MEDIA		0,700	MEDIA	
0,700	COEFF.		0,500	COEFF.		0,700	COEFF.	

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and another signature with initials 'BZ' on the right.

N.B.A. MEDICA SRL				SMITH & NEPHEW SRL			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500		0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,700	MEDIA	
	0,700	COEFF.			0,700	COEFF.	
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500		0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
	0,5	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA			0,700	MEDIA	
	0,500	COEFF.			0,700	COEFF.	

Handwritten signatures of three individuals, likely representing the parties involved in the agreement.

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	0,700	COEFF.	
	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	1	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.	

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

h. M. ART

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	se presente	se non presente	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.
2 - Riconoscibilità delle suture	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture	20	0	20,000

Handwritten signature and initials

ARTHREX ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICALS p.A.	MEDACTA ITALIA SRL	N.B.A. MEDICA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

Handwritten signature

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA
CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

CRITERIO	PUNTI MAX	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	ARTHREX ITALIA S.R.L	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	MEDACTA ITALIA SRL	N.B.A. MEDICA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
1 - Scorrevolezza del filo	25	17,500	25,000	25,000	17,500	17,500	17,500	17,500
2 - Riconoscibilità delle suture	20	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3 - Confezionamento	25	17,500	17,500	12,500	17,500	12,500	17,500	25,000
		ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	ARTHREX ITALIA S.R.L	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	MEDACTA ITALIA SRL	N.B.A. MEDICA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
PUNTEGGIO TOTALE		55,000	62,500	57,500	55,000	50,000	55,000	62,500
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		61,600	70,000	64,400	61,600	56,000	61,600	70,000

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPI
N° gara 8339844**

LOTTO 6 - ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L		
1 - Scorrevolezza del filo	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
3 - Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.	25	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			1	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.	


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

PIA"

SMITH & NEPHEW SRL			
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	17,857
	0,5	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA	
	0,714	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	0,700	COEFF.	

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------



CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	se presente	se non presente	ARTHREX ITALIA S.R.L.	SMITH & NEPHEW SRL
2 - Riconoscibilità delle suture	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture	20	0	20,000	20,000

Handwritten signature and initials:
 S. N. [Signature] B

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

LOTTO 6 - ANCORE RIASSORBIBILI PER LA
CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

CRITERIO	PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.	SMITH & NEPHEW SRL
1 - Scorrevolezza del filo	25	25,000	17,857
2 - Riconoscibilità delle suture	20	20,000	20,000
3 - Confezionamento	25	25,000	17,500
		ARTHREX ITALIA S.R.L.	SMITH & NEPHEW SRL
PUNTEGGIO TOTALE		70,000	55,357
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		70,000	55,357



FORNITURA DI "MATERIA

LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L		
1 - Scorrevolezza del filo	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
3 - Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			0,700	COEFF.	

“ALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA”

N° gara 8339844

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.				N.B.A. MEDICA SRL				SMITH & NEPHEW SRL			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,700	MEDIA			0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.			1,000	COEFF.			1,000	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500		0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500		0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,700	MEDIA			0,700	MEDIA	
	0,700	COEFF.			0,700	COEFF.			0,700	COEFF.	

Handwritten signatures and initials, including a prominent 'B' at the top right of the signature area.

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	1	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.	

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

[Handwritten signature]

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Puntaggio massimo per sotto-criterio se Presente	Puntaggio per sotto-criterio se Assente	ARTHREX ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	N.S.A. MEDICA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.p.A.
2 - Riconoscibilità delle suture	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti della suture	20	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

[Handwritten signature] ^B

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

**LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA
CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE**

CRITERIO	PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	N.B.A. MEDICA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
1 - Scorrevolezza del filo	25	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
2 - Riconoscibilità delle suture	20	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3 - Confezionamento	25	17,500	17,500	17,500	17,500	25,000
		ARTHREX ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	N.B.A. MEDICA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
PUNTEGGIO TOTALE		62,500	62,500	62,500	62,500	70,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		62,500	62,500	62,500	62,500	70,000

FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

LOTTO 10 - UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.		
1 - Scorrevolezza dei fili	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza dei fili all'interno del suturatore	20	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000
			1	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
2 - Semplicità innesto su manipolo	Attribuzione del valore in relazione alla semplicità innesto su manipolo.	20	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000
			1	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
3 -Capacità di perforazione	Attribuzione del valore in relazione alla capacità di perforazione	30	0,7	Dott. Luca Pandolfo	30,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
Totale punteggio				70,000	
Punteggio riparametrato a punti 70				70,000	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

CONMED ITALIA S.R.L.				SMITH & NEPHEW SRL			
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,000		0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,000
	0,5	Dott. Matteo Coviello			0,5	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo			0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA			0,500	MEDIA	
	0,500	COEFF.			0,500	COEFF.	
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,000		1	Dott. Luca Pandolfo	20,000
	0,5	Dott. Matteo Coviello			1	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo			1	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA			1,000	MEDIA	
	0,500	COEFF.			1,000	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	30,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	30,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.			1,000	COEFF.	

	50,000		60,000
	50,000		60,000

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a smaller signature in the middle, and initials 'B' on the right.


ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l			
	0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000
	0,3	Dott. Matteo Coviello	
	0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,300	MEDIA	
	0,300	COEFF.	
	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000
	1	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	30,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.	

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

	56,000
	56,000

103


FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Scala dei coefficienti:

eccellente: coeff. 1,0
 ottimo: coeff. 0,7
 buono: coeff. 0,5
 discreto: coeff. 0,3
 sufficiente: coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	CONMED ITALIA S.R.L.		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.			
1 - Robustezza e possibilità di bloccaggio dell'asola	Attribuzione del valore in relazione alla robustezza e alla possibilità di bloccaggio dell'asola.	20	0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	14,000
			0,5	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA		0,700	MEDIA	
			0,500	COEFF.		0,700	COEFF.	
2 - Maneggevolezza	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza	15	0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500	0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500
			0,5	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA		0,700	MEDIA	
			0,500	COEFF.		0,700	COEFF.	
3 - Ergonomicità dell'impugnatura	Attribuzione del valore in relazione alla maggiore ergonomicità dell'impugnatura	15	0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500	0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500
			0,5	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA		0,500	MEDIA	
			0,500	COEFF.		0,500	COEFF.	

SMITH & NEPHEW SRL				ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.			
	0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000		1	Dott. Luca Pandolfo	20,000
	0,3	Dott. Matteo Coviello			1	Dott. Matteo Coviello	
	0,3	Dott. Gianluca Stennardo			1	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,300	MEDIA			1,000	MEDIA	
	0,300	COEFF.			1,000	COEFF.	
	0,3	Dott. Luca Pandolfo	4,500		1	Dott. Luca Pandolfo	15,000
	0,3	Dott. Matteo Coviello			1	Dott. Matteo Coviello	
	0,3	Dott. Gianluca Stennardo			1	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,300	MEDIA			1,000	MEDIA	
	0,300	COEFF.			1,000	COEFF.	
	0,3	Dott. Luca Pandolfo	4,500		1	Dott. Luca Pandolfo	15,000
	0,3	Dott. Matteo Coviello			1	Dott. Matteo Coviello	
	0,3	Dott. Gianluca Stennardo			1	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,300	MEDIA			1,000	MEDIA	
	0,300	COEFF.			1,000	COEFF.	

B4 1,000 MAX tra le medie

B5 1,000 MAX tra le medie

B5 1,000 MAX tra le medie

[Handwritten signatures]

CRITERIO DI VALUTAZIONE	
4 - Angoli curvatura punte	
DITTE	Valore Peso Parametro Punteggio Note
CONMED ITALIA S.R.L.	3 20,000 7,097
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	4 20,000 10,323
SMITH & NEPHEW SRL	1 20,000 0,645
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	7 20,000 20,000
Valore Max	7
Base d'asta	1

Handwritten signatures and initials, including a stylized signature on the left, a large 'M' in the middle, and a signature with a circled 'B' on the right.

**FORNITURA DI "MATERIALE DI
CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA
RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

CRITERIO	PUNTI MAX	CONMED ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
1 - Robustezza e possibilità di bloccaggio dell'asola	20	10,000	14,000	6,000	20,000
2 - Maneggevolezza	15	7,500	10,500	4,500	15,000
3 - Ergonomia dell'impugnatura	15	7,500	7,500	4,500	15,000
4 - Angoli curvatura punte	20	7,097	10,323	0,645	20,000
		CONMED ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
PUNTEGGIO TOTALE		32,10	42,32	15,65	70,00
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		32,10	42,32	15,65	70,00

FORNITURA DI "MA"

LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ANIKI THERAPEUTICS S.R.L.			
1 - Semplicità di utilizzo	Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di utilizzo.	10		0,5	Dott. Luca Pandolfo	5,000
				0,5	Dott. Matteo Coviello	
				0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
				0,500	MEDIA	
				0,500	COEFF.	
2 - Facilità di montaggio dell'ago monouso	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio dell'ago monouso.	15		0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500
				0,5	Dott. Matteo Coviello	
				0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
				0,500	MEDIA	
				0,500	COEFF.	
3 - Basso profilo	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza	25		0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500
				0,5	Dott. Matteo Coviello	
				0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
				0,500	MEDIA	
				0,500	COEFF.	
4 - Precisione fuoriuscita del filo	Attribuzione del valore in relazione alla precisione fuoriuscita del filo	15		0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500
				0,7	Dott. Matteo Coviello	
				0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
				0,700	MEDIA	
				0,700	COEFF.	

03 

TERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

ARTHREX ITALIA S.R.L.				CONMED ITALIA S.R.L.				JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.			
	1	Dott. Luca Pandolfo	10,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	5,000	0,3	Dott. Luca Pandolfo	3,000		
	1	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello			
	1	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo			
	1,000	MEDIA		0,500	MEDIA		0,300	MEDIA			
	1,000	COEFF.		0,500	COEFF.		0,300	COEFF.			
	1	Dott. Luca Pandolfo	15,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500	0,3	Dott. Luca Pandolfo	4,500		
	1	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello			
	1	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo			
	1,000	MEDIA		0,500	MEDIA		0,300	MEDIA			
	1,000	COEFF.		0,500	COEFF.		0,300	COEFF.			
	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500		
	1	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello			
	1	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo			
	1,000	MEDIA		0,700	MEDIA		0,500	MEDIA			
	1,000	COEFF.		0,700	COEFF.		0,500	COEFF.			
	1	Dott. Luca Pandolfo	15,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500	0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500		
	1	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello			
	1	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo			
	1,000	MEDIA		0,700	MEDIA		0,700	MEDIA			
	1,000	COEFF.		0,700	COEFF.		0,700	COEFF.			

Handwritten signature and initials, possibly representing the contractor or a representative of the company.

MEDACTA ITALIA SRL

0,5	Dott. Luca Pandolfo	5,000
0,5	Dott. Matteo Coviello	
0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
0,500	MEDIA	
0,500	COEFF.	

0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500
0,5	Dott. Matteo Coviello	
0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
0,500	MEDIA	
0,500	COEFF.	

0,3	Dott. Luca Pandolfo	7,500
0,3	Dott. Matteo Coviello	
0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
0,300	MEDIA	
0,300	COEFF.	

0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500
0,7	Dott. Matteo Coviello	
0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
0,700	MEDIA	
0,700	COEFF.	

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

0,5	Dott. Luca Pandolfo	5,000
0,5	Dott. Matteo Coviello	
0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
0,500	MEDIA	
0,500	COEFF.	

0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500
0,5	Dott. Matteo Coviello	
0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
0,500	MEDIA	
0,500	COEFF.	

0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500
0,5	Dott. Matteo Coviello	
0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
0,500	MEDIA	
0,500	COEFF.	

0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500
0,7	Dott. Matteo Coviello	
0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
0,700	MEDIA	
0,700	COEFF.	

B4 | 1,000 | MAX tra le medie

B5 | 1,000 | MAX tra le medie

B4 | 1,000 | MAX tra le medie

B5 | 1,000 | MAX tra le medie

[Handwritten signature]

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUIE CRITERI DI VALUTAZIONE			ANIMA THERAPEUTICS	APTHREX ITALIA S.R.L.	COMED ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON	MEDACTA ITALIA SRL	ZIMMER BIOMET
		se presente	se non presente	S.R.L.			MEDICAL S.p.A.	ITALIA S.R.L.	ITALIA S.R.L.
5 - Presenza di uncino distale per recupero della sutura	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di uncino distale per recupero della sutura	5	0	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000

[Handwritten signature]

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA
CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"

CRITERIO	PUNTI MAX	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	ARTHREX ITALIA S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	MEDACTA ITALIA SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
1 - Semplicità di utilizzo	10	5,000	10,000	5,000	3,000	5,000	5,000
2 - Facilità di montaggio dell'ago monouso	15	7,500	15,000	7,500	4,500	7,500	7,500
3 - Basso profilo	25	12,500	25,000	17,500	12,500	7,500	12,500
4 - Precisione fuoriuscita del filo	15	10,500	15,000	10,500	10,500	10,500	10,500
5 - Presenza di uncino distale per recupero della sutura	5	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000
PUNTEGGIO TOTALE		35,500	65,000	40,500	35,500	30,500	35,500
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		38,231	70,000	43,615	38,231	32,846	38,231

FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

LOTTO 13 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO AUTOMATICO

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.		SMITH & NEPHEW SRL					
1 - Flessibilità del sistema	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del sistema.	20		1 Dott. Luca Pandolfo		0,7 Dott. Luca Pandolfo	14,000	B4	1,000	MAX tra le medie
				1 Dott. Matteo Coviello		0,7 Dott. Matteo Coviello				
				1 Dott. Gianluca Stennardo		0,7 Dott. Gianluca Stennardo				
				1,000 MEDIA	20,000	0,700 MEDIA				
				1,000 COEFF.		0,700 COEFF.				
2 - Strumentario ridotto	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza	15		1 Dott. Luca Pandolfo		0,7 Dott. Luca Pandolfo	10,500	B5	1,000	MAX tra le medie
				1 Dott. Matteo Coviello		0,7 Dott. Matteo Coviello				
				1 Dott. Gianluca Stennardo		0,7 Dott. Gianluca Stennardo				
				1,000 MEDIA	15,000	0,700 MEDIA				
				1,000 COEFF.		0,700 COEFF.				





CRITERIO DI VALUTAZIONE	
4 - Sutura a lento riassorbimento documentata	
DITTE	Valore Peso Parametro Punteggio Note
ARTHREX ITALIA S.R.L	Valore 15,000 15,000 sutura non riassorbibile
SMITH & NEPHEW SRL	Valore 15,000 15,000 sutura non riassorbibile
Valore Max	0
Base d'asta	6

h. *[Handwritten signature]* P3

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	se Presente	se Assente	ARTHREX ITALIA S.R.L	SMITH & NEPHEW SRL
1 - Possibilità di riduzione della lesione	Attribuzione del valore in relazione alla possibilità di riduzione della lesione.	20	0	20,000	20,000

Handwritten signature: R. G. S. L. A.

**FORNITURA DI "MATERIALE DI
CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 13 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI
ALL INSIDE A SGANCIO AUTOMATICO

CRITERIO	PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L	SMITH & NEPHEW SRL
1 - Possibilità di riduzione della lesione	20	20,000	20,000
2 - Flessibilità del sistema	20	20,000	14,000
3 - Strumentario ridotto	15	15,000	10,500
4 - Sutura a lento riassorbimento documentata	15	15,000	15,000
		ARTHREX ITALIA S.R.L	SMITH & NEPHEW SRL
PUNTEGGIO TOTALE		70,00	59,50
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		70,00	59,50

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'P. A. L.' and a smaller signature to its right, followed by the initials 'B'.

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**


LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.			
2 - Flessibilità del sistema	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del sistema.	20	0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	14,000
			0,3	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,3	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,300	MEDIA		0,700	MEDIA	
			0,300	COEFF.		0,700	COEFF.	
3- Strumentario ridotto	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di utilizzo e di gestione dello strumentario	15	0,3	Dott. Luca Pandolfo	4,500	1	Dott. Luca Pandolfo	15,000
			0,3	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
			0,3	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,300	MEDIA		1,000	MEDIA	
			0,300	COEFF.		1,000	COEFF.	

Handwritten signatures and initials: A stylized signature, 'M', a large signature, and the letter 'B'.

N.B.A. MEDICA SRL			SMITH & NEPHEW SRL			ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.		
	0,7	Dott. Luca Pandolfo		1	Dott. Luca Pandolfo		0,7	Dott. Luca Pandolfo
	0,7	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo
	0,700	MEDIA		1,000	MEDIA		0,700	MEDIA
	0,700	COEFF.		1,000	COEFF.		0,700	COEFF.
		14,000			20,000			14,000
	0,7	Dott. Luca Pandolfo		1	Dott. Luca Pandolfo		0,7	Dott. Luca Pandolfo
	0,7	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo
	0,700	MEDIA		1,000	MEDIA		0,700	MEDIA
	0,700	COEFF.		1,000	COEFF.		0,700	COEFF.
		10,500			15,000			10,500



I

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

[Handwritten signatures and initials]

CRITERIO DI VALUTAZIONE	
4 - Sutura a lento riassorbimento documentata	
DITTE	Valore Peso Parametro Punteggio Note
ARTHREX ITALIA S.R.L.	15,000 15,000 non riassorbibile
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	6 15,000 0,000 6 mesi
N.B.A. MEDICA SRL	15,000 15,000 non riassorbibile
SMITH & NEPHEW SRL	15,000 15,000 non riassorbibile
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	15,000 15,000 non riassorbibile
Valore Max	6
Base d'asta	6






CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo per sotto-criterio se Presente	Punteggio per sotto-criterio se Assente	ARTHREX ITALIA S.R.L	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	N.B.A. MEDICA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
1 - Possibilità di riduzione della lesione	Attribuzione del valore in relazione alla possibilità di riduzione della lesione	20	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

Handwritten signatures of three individuals, likely representing the companies listed in the table above.

**FORNITURA DI "MATERIALE DI
CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI
ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO

CRITERIO	PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	N.B.A. MEDICA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
1 - Possibilità di riduzione della lesione	20	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2 - Flessibilità del sistema	20	6,000	14,000	14,000	20,000	14,000
3 - Strumentario ridotto	15	4,500	15,000	10,500	15,000	10,500
4 - Sutura a lento riassorbimento documentata	15	15,000	0,000	15,000	15,000	15,000
		ARTHREX ITALIA S.R.L	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	N.B.A. MEDICA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
PUNTEGGIO TOTALE		45,50	49,00	59,50	70,00	59,50
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		45,50	49,00	59,50	70,00	59,50

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT

Scala dei coefficienti:
 eccellente: coeff. 1,0
 ottimo: coeff. 0,7
 buono: coeff. 0,5
 discreto: coeff. 0,3
 sufficiente: coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.			CONMED ITALIA S.R.L.		
1 - Capacità di penetrazione dell'ago	Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione dell'ago.	30	0,7	Dott. Luca Pandolfo	30,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	30,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.	
2 - Diametro cannula	Attribuzione del valore in relazione al diametro della cannula	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo	14,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	14,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA	
			0,700	COEFF.		0,700	COEFF.	

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'ARL' and other smaller marks.

SMITH & NEPHEW SRL			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	30,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000
	1	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.	

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

[Handwritten signature]

CRITERIO DI VALUTAZIONE				
3 - Gamma misure diametri del filo di sutura				
DITTE	Valore	Peso Parametro	Punteggio	Note
ARTHREX ITALIA S.R.L.	2	20,000	20,000	
CONMED ITALIA S.R.L.	1	20,000	3,333	
SMITH & NEPHEW SRL	1	20,000	3,333	
Valore Max			2	
Base d'asta			1	








**FORNITURA DI "MATERIALE DI
CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI
INSIDE OUT

CRITERIO	PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	SMITH & NEPHEW SRL
1 - Capacità di penetrazione dell'ago	30	30,000	30,000	30,000
2 - Diametro cannula	20	14,000	14,000	20,000
3 - Gamma misure diametri del filo di sutura	20	20,000	3,333	3,333
		ARTHREX ITALIA S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	SMITH & NEPHEW SRL
PUNTEGGIO TOTALE		64,00	47,33	53,33
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		70,00	51,77	58,33



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE



Genova, 20/09/2022

Prot. n. NP/2022/1043810

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario Referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890

7^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 7^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 20/09/2022

Il giorno 20/09/2022, alle ore 8,30 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per l'esame della campionatura ed attribuzione dei punteggi relativi ai criteri discrezionali dei prodotti offerti dalle Ditte:

- 1) ARTHREX ITALIA S.R.L: lotti 16 – 17 – 18 – 23 – 26 – 27 – 28
- 2) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.: lotti 16 – 20 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28
- 3) LIMACORPORATE: lotti 16 – 24
- 4) SMITH & NEPHEW S.R.L: lotti 18 – 22 – 23 – 26 – 27 – 28
- 5) MEDACTA ITALIA SRL: lotto 23
- 6) ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: lotti 23 – 25 – 26 – 27 – 28
- 7) CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO: lotti 25 – 27
- 8) N.B.A. MEDICA SRL.: lotti 25 – 26 – 28
- 9) DELTA SRL: lotto 27
- 10) ANIKA THERAPEUTICS S.r.l.: lotti 19 – 22 – 23 – 25
- 11) CONMED ITALIA SRL: lotti 23 – 25 – 28

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale n. 2040/2022:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda
Presidente	Dott. Luca Pandolfo	ASL 1 "Imperiese"
Componente	Dott. Matteo Coviello	E.O. Ospedali Galliera
Componente	Dott. Gianluca Stennardo	ASL 2 "Savonese"

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice ai parametri *de quibus* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Alle ore 8,35 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ARTHREX ITALIA S.R.L.** Per la Ditta è presente Claudio Corò e Simon Iacopino

LOTTO 16 - FILO PASSA SUTURE TRANSOSSEO

Prodotto offerto: Suturelasso SD Wireloop SU

La Commissione prende in mano il filo e prova ad inserirlo in un canale

Alle 8,44 termina la presentazione.

1. Capacità di penetrazione: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione.
Osservazioni: alla prova pratica è risultata un'ottima capacità di penetrazione

2. Diametro asola: Attribuzione del valore in relazione al diametro dell'asola
Osservazioni: 1,8 mm

3. Memoria di forma del filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di ritorno alla forma originale del filo guida.
Osservazioni: alla prova pratica è risultata un'ottima memoria di forma del filo guida

Alle ore 8,47 inizia l'esame della campionatura del lotto 17

LOTTO 17 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI PLURIUSO

Prodotto offerto: Scorpion Needle Knee

La Commissione prova la tecnica chirurgica del prodotto offerto

Alle 8,50 termina la presentazione.

1. Semplicità di utilizzo: Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di utilizzo
Osservazioni: eccellente semplicità di utilizzo in quanto la pinza presenta solo un'unica leva di azionamento essendo la seconda leva integrata nell'impugnatura

2. Facilità di montaggio dell'ago monouso: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio dell'ago monouso

Osservazioni: la facilità di montaggio dell'ago risulta eccellente in quanto lo scorrimento è massimale anche senza lubrificante e presenta una modalità di inserimento rettilineo con impugnatura molto ergonomica

3. Basso profilo: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza

Osservazioni: la pinza presenta un bassissimo profilo smusso che facilita l'utilizzo consentendo limitatissimo ingombro durante l'atto chirurgico

4. Precisione fuoriuscita del filo: Attribuzione del valore in relazione alla precisione fuoriuscita del filo

Osservazioni: nella prova pratica svolta dalla Commissione apprezza un'eccellente corrispondenza fra il punto di uscita ed il punto prescelto

5. Presenza di uncino distale per recupero della sutura: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di uncino distale per recupero della sutura (Q5)

Osservazioni: non presente

Alle ore 8,52 inizia l'esame della campionatura del lotto 18

LOTTO 18 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI MONOUSO

Prodotto offerto: Meniscal Viper

È un kit monouso con tutto lo strumentario necessario. Già precaricato

Viene illustrata la tecnica chirurgica

La Commissione prova a suturare un menisco di prova

Alle 8,59 termina la presentazione.

1. Semplicità di utilizzo: Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di utilizzo

Osservazioni: la Commissione alla prova pratica valuta la strumentazione di facile utilizzo

2. Facilità di montaggio dell'ago monouso: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio dell'ago monouso

Osservazioni: eccellente, in quanto l'ago monouso è già montato sul device

3. Basso profilo: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza

Osservazioni: la pinza presenta un valido basso profilo

4. Precisione fuoriuscita del filo: Attribuzione del valore in relazione alla precisione fuoriuscita del filo

Osservazioni: il dispositivo alla prova pratica dimostra una buona corrispondenza fra il punto scelto e la fuoriuscita del filo

5. Presenza di uncino distale per recupero della sutura: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di uncino distale per recupero della sutura (Q5)

Osservazioni: presente

Alle ore 9,03 inizia l'esame della campionatura del lotto 23

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE

Prodotto offerto: TightRope

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

Viene mostrato lo strumentario (fresa, misuratore e filo guida di trasporto e della fresa cannulata, tutto in uno)

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone

Alle 9,14 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: lo strumentario risulta estremamente in quanto la fresa ha la funzione anche di misuratore e filo guida di trasporto e della fresa cannulata, tutto in uno. Filo guida molto flessibile

2. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

3. Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb: Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb.(L'adattabilità del sistema verrà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).(Q5)

Osservazioni: presente

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili

Osservazioni: ottimo range di misure in quanto il device consente di modulare la lunghezza a seconda delle esigenze e le necessità cliniche (misura unica perché modulabile, da 0 all'infinito)

Alle ore 9,18 inizia l'esame della campionatura del lotto 26

LOTTO 26 - PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)

Prodotto offerto: TTG Femoral Drill Guide

La Commissione prova ad introdurre il device offerto nel tunnel del saw bone

Alle 9,22 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure.

Osservazioni: le misure risultano facilmente leggibili sul puntatore; presenza inoltre di codici colore

2. Maneggevolezza: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza.

Osservazioni: impugnatura molto ergonomica, alla prova pratica il device presenta eccellente maneggevolezza

3. Facilità di introduzione nei tunnel: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di introduzione nei tunnel

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha apprezzato un'eccellente capacità del device di introdursi nel tunnel

Alle ore 9,26 inizia l'esame della campionatura del lotto 27

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

Prodotto offerto: Guide pin wire suture eye

La Commissione prova ad inserire il filo guida offerto nel saw bone

Alle 9,31 termina la presentazione.

1. Capacità di penetrazione: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha riscontrato un'eccellente capacità di penetrazione grazie alla punta estremamente lanciata

2. Diametro asola: Attribuzione del valore in relazione al diametro dell'asola.

Osservazioni: il diametro dell'asola è ampio e consente un facile passaggio dei fili che rimangono protetti dalla scanalatura

3. Memoria di forma del filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di ritorno alla forma originale del filo guida.

Osservazioni: al termine della prova pratica il filo presenta un'ottima memoria di forma senza deformazioni del suo profilo

Alle ore 9,36 inizia l'esame della campionatura del lotto 28

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE

Prodotto offerto: Pinze e basket con connessione flushport

La Commissione prende in mano e prova la pinza

Alle 9,40 termina la presentazione.

1. Profilo della pinza: Attribuzione del valore in relazione al profilo della pinza.

Osservazioni: la pinza presenta un basso profilo

2. Atraumaticità delle chele: Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità delle chele.

Osservazioni: alla prova pratica le chele si dimostrano atraumatiche ma comunque efficaci

3. Profilo smusso: Attribuzione del valore in relazione al profilo smusso.

Osservazioni: presente

*** **

Alle ore 9,57 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.** Per la Ditta sono presenti Davide Olivero e Lorenzo Ferrero

LOTTO 16 - FILO PASSA SUTURE TRANSOSSEO

Prodotto offerto: Chia Perpasser

La Commissione prende in mano il filo e prova ad inserirlo in un canale

Alle 10,03 termina la presentazione.

1. Capacità di penetrazione: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione.

Osservazioni: alla prova pratica è risultata un'eccellente capacità di penetrazione grazie anche alla sua conformazione (intrecciato)

2. Diametro asola: Attribuzione del valore in relazione al diametro dell'asola

Osservazioni: diametro unico di 5 mm

3. Memoria di forma del filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di ritorno alla forma originale del filo guida.

Osservazioni: alla prova pratica è risultata un'eccellente memoria di forma del filo guida

Alle ore 10,06 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 20

LOTTO 20 - SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA

Prodotto offerto: Intrafix Advance

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Alle 10,15 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: alla prova pratica il filo guida è risultato di ottima flessibilità

2. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature molto chiare e di facile lettura, codici colore, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

3. Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb: Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb. (L'adattabilità del sistema verrà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura). (Q5)

Osservazioni: non presente

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili

Osservazioni: 10 misure di diametri per 3 lunghezze

Alle ore 10,16 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 21

LOTTO 21 - SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA

Prodotto offerto: Rigidfix

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Alle 10,25 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: alla prova pratica il filo guida è risultato di ottima flessibilità

2. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

3. Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb: Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb. (L'adattabilità del sistema verrà

testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).(Q5)

Osservazioni: presente

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili

Osservazioni: 11 misure

Alle ore 10,28 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 23

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE

Prodotto offerto: Rigidloop Adjustable

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

Viene mostrato lo strumentario

3 fili che fungono anche da codice colore

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone

Alle 10,46 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: lo strumentario risulta estremamente ridotto in quanto la fresa ha la funzione anche di misuratore e filo guida di trasporto e della fresa cannulata, tutto in uno. Filo guida molto flessibile

2. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

3. Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb: Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb. (L'adattabilità del sistema verrà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).(Q5)

Osservazioni: presente

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili

Osservazioni: eccellente in quanto il device consente di modulare la lunghezza a seconda delle esigenze e le necessità cliniche (3 misure di adjustable (90-60-30) regolabili fino a 0)

Alle ore 10,50 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 25

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG

Prodotto offerto: restore

La Commissione prende in mano una fresa e prova ad inserirla in un saw bone

La Commissione prova la scorrevolezza di un filo guida

La Commissione verifica la misura della lunghezza frese (18 cm)

Alle 10,55 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.

Osservazioni: le misure delle frese sono facilmente leggibili

2. Aggressività e rapidità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso. (L'aggressività e rapidità di perforazione sarà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).

Osservazioni: alla prova pratica la fresa presenta una buona capacità di perforazione

3. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico.

Osservazioni: alla prova pratica il filo guida scorre agevolmente all'interno dell'anima della fresa

Alle ore 10,58 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 26

LOTTO 26 - PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)

Prodotto offerto: Restore

La Commissione prova ad introdurre il device offerto nel tunnel del saw bone

Alle 11,04 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure.

Osservazioni: le misure risultano leggibili in maniera adeguata

2. Maneggevolezza: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza.

Osservazioni: l'impugnatura del device non ne agevola l'utilizzo

3. Facilità di introduzione nei tunnel: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di introduzione nel tunnel

Osservazioni: si apprezza una buona facilità di introduzione del device nel tunne osseo

Alle ore 11,09 inizia l'esame della campionatura del lotto 27

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

Prodotto offerto: fili guida asolati

La Commissione prova ad inserire il filo guida offerto nel saw bone

Alle 11,12 termina la presentazione.

1. Capacità di penetrazione: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha riscontrato un'ottima capacità di penetrazione

2. Diametro asola: Attribuzione del valore in relazione al diametro dell'asola.

Osservazioni: il diametro dell'asola è ampio e consente un facile passaggio dei fili

3. Memoria di forma del filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di ritorno alla forma originale del filo guida.

Osservazioni: al termine della prova pratica il filo presenta un'ottima memoria di forma senza deformazioni del suo profilo

L'esame della campionatura del lotto 28 viene rinviata al pomeriggio

Alle ore 11,20 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **LIMACORPORATE**. Per la Ditta è presente Andrea Budassi

LOTTO 16 - FILO PASSA SUTURE TRANSOSSEO

Prodotto offerto: filo fori passanti per suture

La Commissione prende in mano il filo e prova ad inserirlo in un canale

Alle 11,23 termina la presentazione.

1. Capacità di penetrazione: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione.

Osservazioni: alla prova pratica è risultata una discreta capacità di penetrazione, legata alle sue dimensioni elevate che ne rendono difficoltoso l'utilizzo

2. Diametro asola: Attribuzione del valore in relazione al diametro dell'asola

Osservazioni: l'asola appare di dimensioni estremamente ridotte che rendono difficoltoso l'inserimento di unico filo

3. Memoria di forma del filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di ritorno alla forma originale del filo guida.

Osservazioni: la Commissione riscontra che una sufficiente memoria di forma in quanto dopo la prova di flessione rimane un'eccessiva deformazione

Alle ore 11,30 inizia l'esame della campionatura del lotto 24

LOTTO 24 - CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA

Prodotto offerto: cambra per legamenti

La Commissione prova la facilità di montaggio e stabilità sul manipolo fornito dalla ditta.

Alle 11,43 termina la presentazione.

*** **

Alle ore 11,55 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **MEDACTA ITALIA SRL**. Per la Ditta è presente Claudio Sabbatini

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE

Prodotto offerto: Fairfix Adjustable Button

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

Viene mostrato lo strumentario (filo guida di due misure)

La Ditta non ha portato il modello sul quale provare l'adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e bfb.

Alle 12,05 termina la presentazione.

La Commissione, riesaminando la scheda tecnica del prodotto, riscontra che il sistema offerto non è adattabile alla tecnica di ricostruzione stg e bfb, come invece richiesto dal Capitolato quale caratteristica di minima a pena di esclusione.

La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto 23.

La seduta si interrompe alle ore 12,15 per la pausa pranzo e riprende alle ore 13,10

*** **

Alle ore 13,12 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.** Per la Ditta sono presenti Davide Bagnasco e Pietro Garella

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE

Prodotto offerto: Toggleloc Ziploop

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

Viene mostrato lo strumentario costituito dal filo guida

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone e prova la flessibilità del filo guida

Alle 13,43 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: alla prova pratica è risultata un'ottima flessibilità del filo guida

2. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature molto chiare e di facile lettura, codici colore, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

3. Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb: Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb. (L'adattabilità del sistema verrà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura). (Q5)

Osservazioni: presente

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili

Osservazioni: 6 diverse versioni e quindi 6 misure regolabili

Alle ore 13,49 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 25

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG

Prodotto offerto: Acorn

La Commissione prende in mano una fresa e prova ad inserirla in un saw bone

La Commissione prova la scorrevolezza di un filo guida

Alle 13,52 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.

Osservazioni: le misure delle frese sono chiaramente leggibili, nella parte inferiore è indicato il diametro della fresa, presenza di codici colore che ne facilitano l'utilizzo

2. Aggressività e rapidità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso. (L'aggressività e rapidità di perforazione sarà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).

Osservazioni: alla prova pratica la fresa presenta un'ottima capacità di perforazione

3. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico.

Osservazioni: nella prova pratica si apprezza un'ottima scorrevolezza del filo guida metallico all'interno della cannula

Alle ore 13,56 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 26
LOTTO 26 - PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)

Prodotto offerto: Guida femorale

La Commissione prova ad introdurre il device offerto nel tunnel del saw bone

Alle 14,00 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure.

Osservazioni: le misure non risultano scritte in maniera evidente, risultano non facilmente leggibili

2. Maneggevolezza: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza.

Osservazioni: l'impugnatura del device è piccola ed il manico è unico (intercambiabile), il che ne rallenta l'utilizzo

3. Facilità di introduzione nei tunnel: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di introduzione nel tunnel

Osservazioni: si apprezza una buona facilità di introduzione del device nel tunnel osseo

Alle ore 14,03 inizia l'esame della campionatura del lotto 27

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

Prodotto offerto: Filo guida

La Commissione prova ad inserire il filo guida offerto nel saw bone

Alle 14,07 termina la presentazione.

1. Capacità di penetrazione: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha riscontrato un'ottima capacità di penetrazione

2. Diametro asola: Attribuzione del valore in relazione al diametro dell'asola.

Osservazioni: il diametro dell'asola è ampio e consente un facile passaggio dei fili

3. Memoria di forma del filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di ritorno alla forma originale del filo guida.

Osservazioni: al termine della prova pratica il filo presenta un'ottima memoria di forma senza deformazioni del suo profilo

Alle ore 14,08 inizia l'esame della campionatura del lotto 28

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE

Prodotto offerto: Vampire

La Commissione prende in mano e prova la pinza

Alle 14,10 termina la presentazione.

1. Profilo della pinza: Attribuzione del valore in relazione al profilo della pinza.

Osservazioni: la pinza presenta un basso profilo

2. Atraumaticità delle chele: Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità delle chele.

Osservazioni: alla prova pratica le chele si dimostrano efficaci ma presentano un profilo appuntito anteriormente che potrebbe rendere difficoltosa la penetrazione nelle parti molli

3. Profilo smusso: Attribuzione del valore in relazione al profilo smusso.

Osservazioni: presente

*** **

Alle ore 14,20 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO**. Per la Ditta sono presenti

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG

Prodotto offerto: Fresa cannulata

Si dà atto che l'unica fresa portata in visione di misura 5,5 non presenta la caratteristica tipica della fresa a ghianda tipo Rosenberg. La Commissione decide pertanto di riconvocare la Ditta affinché porti in visione tutte le frese offerte e poter pertanto verificare il rispetto di tutte le caratteristiche richieste dal Capitolato.

Alle 14,30 termina la presentazione.

Alle ore 14,35 inizia l'esame della campionatura del lotto 27

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

Prodotto offerto: filo guida con asola punta trocar

La Commissione prova ad inserire il filo guida offerto nel saw bone

Alle 14,40 termina la presentazione.

1. Capacità di penetrazione: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha riscontrato un'ottima capacità di penetrazione

2. Diametro asola: Attribuzione del valore in relazione al diametro dell'asola.

Osservazioni: il diametro dell'asola è sufficientemente ampio

3. Memoria di forma del filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di ritorno alla forma originale del filo guida.

Osservazioni: al termine della prova pratica il filo presenta un'ottima memoria di forma senza deformazioni del suo profilo

*** **

Alle ore 14,44 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **SMITH & NEPHEW S.R.L.** Per la Ditta è presente Consuelo Allegretta

LOTTO 18 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI MONOUSO

Prodotto offerto: Firstpass

La Commissione prova a suturare un menisco di prova

Alle 14,52 termina la presentazione.

1. Semplicità di utilizzo: Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di utilizzo

Osservazioni: la Commissione alla prova pratica valuta la strumentazione di utilizzo estremamente semplice per le caratteristiche del morso della pinza, favorita anche dalla variante destra e sinistra

2. Facilità di montaggio dell'ago monouso: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio dell'ago monouso

Osservazioni: eccellente, in quanto l'ago monouso è già montato sul device

3. Basso profilo: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza

Osservazioni: la pinza presenta un eccellente profilo che ne favorisce l'utilizzo

4. Precisione fuoriuscita del filo: Attribuzione del valore in relazione alla precisione fuoriuscita del filo

Osservazioni: anche con crescente resistenza del materiale di prova la fuoriuscita è sempre perfettamente corrispondente al punto prescelto, anche modificando l'orientamento della pinza

5. Presenza di uncino distale per recupero della sutura: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di uncino distale per recupero della sutura (Q5)

Osservazioni: presente

Alle ore 15,00 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 22

LOTTO 22 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE

Prodotto offerto: Endobutton

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone e prova la flessibilità del filo guida

Alle 15,08 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: buona la flessibilità del filo guida alla prova pratica

2. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta etichettature di carattere tuttavia piccolo e quindi non facile lettura, scatola sottile e quindi di facile stoccaggio

3. Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb: Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb.(L'adattabilità del sistema verrà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).(Q5)

Osservazioni: presente

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili

Osservazioni: ottimo range di misure 11 misure (dal 10 fino al 60)

Alle ore 15,10 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 23

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE

Prodotto offerto: Ultrabutton

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone e prova la flessibilità del filo guida

Alle 15,22 termina la presentazione

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: buona la flessibilità del filo guida alla prova pratica

2. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta etichettature di carattere tuttavia piccolo e quindi non facile lettura, scatola sottile e quindi di facile stoccaggio

3. Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb: Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb. (L'adattabilità del sistema verrà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura). (Q5)

Osservazioni: presente

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili

Osservazioni: una sola misura

Alle ore 15,40 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 26 e 27 (il filo guida è il medesimo in entrambi i lotti)

LOTTO 26 - PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

Prodotto offerto: Aimer femorale

La Commissione prova ad introdurre il device offerto nel tunnel del saw bone

Alle 15,50 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure.

Osservazioni: le misure sono scarsamente visibili sul gambo e sulla punta

2. Maneggevolezza: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza.

Osservazioni: l'impugnatura del device è unica per più misure per cui necessita la sostituzione del manipolo il che non ne agevola l'utilizzo

3. Facilità di introduzione nei tunnel: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di introduzione nei tunnel

Osservazioni: buona scorrevolezza nel tunnel

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

1. Capacità di penetrazione: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione.

Osservazioni: alla prova pratica il filo presenta buona capacità di penetrazione

2. Diametro asola: Attribuzione del valore in relazione al diametro dell'asola.

Osservazioni: il diametro dell'asola è ampio e consente un facile passaggio dei fili

3. Memoria di forma del filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di ritorno alla forma originale del filo guida.

Osservazioni: al termine della prova pratica il filo presenta un'ottima memoria di forma senza deformazioni del suo profilo

Alle ore 15,57 inizia l'esame della campionatura del lotto 28

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE

Prodotto offerto: Elite premium

La Commissione prende in mano e prova la pinza

Alle 16,00 termina la presentazione.

1. Profilo della pinza: Attribuzione del valore in relazione al profilo della pinza.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione apprezza un basso profilo della pinza

2. Atraumaticità delle chele: Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità delle chele.

Osservazioni: alla prova pratica le chele si dimostrano atraumatiche ma comunque efficaci

3. Profilo smusso: Attribuzione del valore in relazione al profilo smusso.

Osservazioni: presente

*** **

Alle ore 16,05 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **N.B.A. MEDICA SRL**. Per la Ditta sono presenti Pietro Arnulfo e Mattia Pranzitelli

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG

Prodotto offerto: Femora alesatore

La Commissione prende in mano una fresa e prova ad inserirla in un saw bone

La Commissione prova la scorrevolezza di un filo guida

Alle 16,11 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.

Osservazioni: le misure delle frese sono chiaramente leggibili, nella parte inferiore è indicato il diametro della fresa, presenza di codici colore che ne facilitano l'utilizzo

2. Aggressività e rapidità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso. (L'aggressività e rapidità di perforazione sarà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).

Osservazioni: alla prova pratica la fresa presenta un'eccellente capacità di perforazione

3. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico.

Osservazioni: nella prova pratica si apprezza un'eccellente scorrevolezza del filo guida metallico all'interno della cannula senza alcuna resistenza

Alle ore 16,15 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 26

LOTTO 26 - PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)

Prodotto offerto: ACL

La Commissione prova ad introdurre il device offerto nel tunnel del saw bone

Alle 16,19 termina la presentazione.



1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure.

Osservazioni: le misure risultano facilmente leggibili sul puntatore; presenza inoltre di codici colore

2. Maneggevolezza: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza.

Osservazioni: impugnatura ergonomica, alla prova pratica il device presenta ottima maneggevolezza

3. Facilità di introduzione nei tunnel: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di introduzione nei tunnel

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha apprezzato un'ottima capacità del device di introdursi nel tunnel

Alle ore 16,22 inizia l'esame della campionatura del lotto 28

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE

Prodotto offerto: manipolatore per suture

La Commissione prende in mano e prova la pinza

Alle 16,25 termina la presentazione.

1. Profilo della pinza: Attribuzione del valore in relazione al profilo della pinza.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione apprezza un basso profilo della pinza

2. Atraumaticità delle chele: Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità delle chele.

Osservazioni: la conformazione della pinza risulta avere una buona atraumaticità delle chele

3. Profilo smusso: Attribuzione del valore in relazione al profilo smusso.

Osservazioni: presente

*** **

Alle ore 16,27 inizia l'esame della campionatura del lotto 28 della **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.** Per la Ditta è presente Lorenzo Ferrero

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE

Prodotto offerto: Grasper Grabber

La Commissione prende in mano e prova la pinza

Alle 16,31 termina la presentazione.

1. Profilo della pinza: Attribuzione del valore in relazione al profilo della pinza.

Osservazioni: la pinza presenta un profilo altamente performante

2. Atraumaticità delle chele: Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità delle chele.

Osservazioni: alla prova pratica le chele si dimostrano altamente atraumatiche e con duplice funzione di presa e recupero della sutura

3. Profilo smusso: Attribuzione del valore in relazione al profilo smusso.

Osservazioni: presente

*** **

Alle ore 16,34 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **DELTA SRL**
Per la Ditta è presente Lorenzo Ferrero

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

Prodotto offerto: filo guida asolato

La Commissione prova ad inserire il filo guida offerto nel saw bone

Alle 16,38 termina la presentazione.

1. Capacità di penetrazione: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha riscontrato un'ottima capacità di penetrazione

2. Diametro asola: Attribuzione del valore in relazione al diametro dell'asola.

Osservazioni: il diametro dell'asola è ampio e consente un facile passaggio dei fili

3. Memoria di forma del filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di ritorno alla forma originale del filo guida.

Osservazioni: al termine della prova pratica il filo presenta un'ottima memoria di forma senza deformazioni del suo profilo

*** **

Alle ore 16,40 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ANIKA THERAPEUTICS SRL**. Per la Ditta è presente Gianluca Ruffi e Paolo Vitali

LOTTO 19 - VITI IN TITANIO AD INTERFERENZA PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP

Prodotto offerto: viti ad interferenza in titanio

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

La Commissione prova il filo guida

Alle 16,46 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: il filo guida risulta molto flessibile

2. Press-fit e contatto innesto osseo a 360°: Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

Osservazioni: perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

3. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta etichettature chiare di facile lettura, scatola sottile e quindi di facile stoccaggio

3. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili.

Osservazioni: ottimo range di misure

Alle ore 16,48 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 22

LOTTO 22 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE

Prodotto offerto: GSF mini

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

Viene mostrato strumentario (filo guida e fresa)

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone e prova la flessibilità del filo guida

Alle 16,56 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: ottima la flessibilità del filo guida alla prova pratica

2. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta etichettature chiare e di facile lettura, scatola sottile e quindi di facile stoccaggio

3. Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb: Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb. (L'adattabilità del sistema verrà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura). (Q5)

Osservazioni: presente (c'è strumento ad hoc)

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili

Osservazioni: ottimo range di misure 11 misure (dal 10 fino al 60)

Alle ore 17,05 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 23

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE

Prodotto offerto: GFS

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone

Alle 17,16 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: ottima la flessibilità del filo guida alla prova pratica

2. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta etichettature chiare e di facile lettura, scatola sottile e quindi di facile stoccaggio

3. Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb: Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb. (L'adattabilità del sistema verrà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura). (Q5)

Osservazioni: presente

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili

Osservazioni: un'unica misura dell'asola

Alle ore 17,19 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 25

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG

Prodotto offerto: fresa endoscopica

La Commissione prende in mano una fresa e prova ad inserirla in un saw bone. La Commissione prova ad inserire un filo guida all'interno della fresa

Alle 17,22 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.

Osservazioni: le misure delle frese sono molto chiare e facilmente leggibili

2. Aggressività e rapidità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso. (L'aggressività e rapidità di perforazione sarà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).

Osservazioni: alla prova pratica la fresa presenta un'ottima capacità di perforazione

3. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico.

Osservazioni: alla prova pratica il filo guida scorre molto agevolmente all'interno dell'anima della fresa

Alle ore 17,26 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **CONMED ITALIA SRL**. Per la Ditta è presente Tatiana Ghiglione

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE

Prodotto offerto: Graft Max

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone

Alle 17,38 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: buona la flessibilità del filo guida alla prova pratica

2. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta etichettature di carattere tuttavia piccolo e quindi non facile lettura, scatola sottile e quindi di facile stoccaggio

3. Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb: Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb. (L'adattabilità del sistema verrà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura). (Q5)

Osservazioni: presente

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili

Osservazioni: unica misura regolabile

Alle ore 17,42 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 25

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG

Prodotto offerto: Badger

La Commissione prende in mano una fresa e prova ad inserirla in un saw bone. La Commissione prova ad inserire un filo guida all'interno della fresa

Alle 17,44 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.

Osservazioni: le misure delle frese sono chiaramente leggibili, nella parte inferiore è indicato il diametro della fresa, presenza di codici colore che ne facilitano l'utilizzo

2. Aggressività e rapidità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso. (L'aggressività e rapidità di perforazione sarà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).

Osservazioni: alla prova pratica la fresa presenta un'ottima capacità di perforazione

3. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico.

Osservazioni: nella prova pratica si apprezza un'ottima scorrevolezza del filo guida metallico all'interno della cannula

Alle ore 17,48 inizia l'esame della campionatura del lotto 28

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE

Prodotto offerto: pinza recupera suture

La Commissione prende in mano e prova la pinza

Alle 15,52 termina la presentazione.

1. Profilo della pinza: Attribuzione del valore in relazione al profilo della pinza.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione apprezza un basso profilo della pinza

2. Atraumaticità delle chele: Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità delle chele.

Osservazioni: alla prova pratica le chele si dimostrano atraumatiche ma comunque efficaci

3. Profilo smusso: Attribuzione del valore in relazione al profilo smusso.

Osservazioni: presente

Al presente verbale sono allegare le tabelle riepilogative dei punteggi dei lotti 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28


La seduta è tolta alle ore 18,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 20/09/2022

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Luca PANDOLFO



Componente



Dott. Matteo COVIELLO

Componente

Dott. Gianluca STENNARDO

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 16 - FILO PASSA SUTURE TRANSOSSEO

Scala dei coefficienti:
 eccellente: coeff. 1,0
 ottimo: coeff. 0,7
 buono: coeff. 0,5
 discreto: coeff. 0,3
 sufficiente: coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L		
1 - Capacità di penetrazione	Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione	30	0,7	Dott. Luca Pandolfo	21,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			0,700	COEFF.	
2 - Diametro asola	Attribuzione del valore in relazione al diametro dell'asola	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
3 - Memoria di forma del filo guida	Attribuzione del valore in relazione alla capacità di ritorno alla forma originale del filo guida.	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo	14,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			0,700	COEFF.	

Totale punteggio		55,000
Punteggio riparametrato a punti 70		55,000

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.			LIMACORPORATE		
	1	Dott. Luca Pandolfo		0,3	Dott. Luca Pandolfo
	1	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello
	1	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo
	1,000	MEDIA		0,300	MEDIA
	1,000	COEFF.		0,300	COEFF.
		30,000			9,000
	0,7	Dott. Luca Pandolfo		0	Dott. Luca Pandolfo
	0,7	Dott. Matteo Coviello		0	Dott. Matteo Coviello
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0	Dott. Gianluca Stennardo
	0,700	MEDIA		0,000	MEDIA
	1,000	COEFF.		0,000	COEFF.
		20,000			0,000
	1	Dott. Luca Pandolfo		0	Dott. Luca Pandolfo
	1	Dott. Matteo Coviello		0	Dott. Matteo Coviello
	1	Dott. Gianluca Stennardo		0	Dott. Gianluca Stennardo
	1,000	MEDIA		0,000	MEDIA
	1,000	COEFF.		0,000	COEFF.
		20,000			0,000

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

	70,000		9,000
	70,000		9,000

[Handwritten signatures and initials]

FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

LOTTO 17 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI PLURIUSO

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0


CRITERIO	PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L		
1 - Semplicità di utilizzo	10		1 Dott. Luca Pandolfo	10,000
			1 Dott. Matteo Coviello	
			1 Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000 MEDIA	
			1,000 COEFF.	
2 - Facilità di montaggio dell'ago monouso	15		1 Dott. Luca Pandolfo	15,000
			1 Dott. Matteo Coviello	
			1 Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000 MEDIA	
			1,000 COEFF.	
3 - Basso profilo	25		1 Dott. Luca Pandolfo	25,000
			1 Dott. Matteo Coviello	
			1 Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000 MEDIA	
			1,000 COEFF.	
4 - Precisione fuoriuscita del filo	15		1 Dott. Luca Pandolfo	15,000
			1 Dott. Matteo Coviello	
			1 Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000 MEDIA	
			1,000 COEFF.	

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------





B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------



CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo per sotto-criterio se Presente	Punteggio per sotto-criterio se Assente	ARTHREX ITALIA S.R.L.
5 - Presenza di uncino distale per recupero della sutura	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di uncino distale per recupero della sutura	5	0	0,000

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO
E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

**LOTTO 17 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE
ONE STEP PER SUTURE MENISCALI
PLURIUSO**

CRITERIO	PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L
1 - Semplicità di utilizzo	10	10,000
2 - Facilità di montaggio dell'ago monouso	15	15,000
3 - Basso profilo	25	25,000
4 - Precisione fuoriuscita del filo	15	15,000
5 - Presenza di uncino distale per recupero della sutura	5	0,000
PUNTEGGIO TOTALE		65,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		70,000

FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

LOTTO 18 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI MONOUSO

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L		
1 - Semplicità di utilizzo	Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di utilizzo.	10	0,5	Dott. Luca Pandolfo	5,000
			0,5	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA	
			0,500	COEFF.	
2 - Facilità di montaggio dell'ago monouso	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio dell'ago monouso.	15	1	Dott. Luca Pandolfo	15,000
			1	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
3 - Basso profilo	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza	25	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500
			0,5	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA	
			0,500	COEFF.	
4 - Precisione fuoriuscita del filo	Attribuzione del valore in relazione alla precisione fuoriuscita del filo	15	0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500
			0,5	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA	
			0,500	COEFF.	



SMITH & NEPHEW SRL			
	1	Dott. Luca Pandolfo	10,000
	1	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
	1	Dott. Luca Pandolfo	15,000
	1	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	1	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
	1	Dott. Luca Pandolfo	15,000
	1	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.	

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

Handwritten signatures and initials:
 A stylized signature on the left, followed by the initials "RQ", a large signature in the middle, and a small mark resembling the letter "B" on the right.

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo per sotto-criterio se Presente	Punteggio per sotto-criterio se Assente	ARTHREX ITALIA S.R.L.	SMITH & NEPHEW SRL
5 - Presenza di uncino distale per recupero della sutura	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di uncino distale per recupero della sutura	5	0	5,000	5,000

Handwritten signatures and initials: R, M, [Signature], B

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO
E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

**LOTTO 18 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE
ONE STEP PER SUTURE MENISCALI
MONOUSO**

CRITERIO	PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.	SMITH & NEPHEW SRL
1 - Semplicità di utilizzo	10	5,000	10,000
2 - Facilità di montaggio dell'ago monouso	15	15,000	15,000
3 - Basso profilo	25	12,500	25,000
4 - Precisione fuoriuscita del filo	15	7,500	15,000
5 - Presenza di uncino distale per recupero della sutura	5	5,000	5,000
PUNTEGGIO TOTALE		45,000	70,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		45,000	70,000



**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO F
N° gara 8339844**

LOTTO 19 - VITI IN TITANIO AD INTERFERENZA PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX
1 - Strumentario ridotto corredato da filo guida	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.	15
2 - Press-fit e contatto innesto osseo a 360°	Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.	20
3 - Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.	10
4 - Range di misure	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili	25

Totale punteggio
Punteggio riparametrato a punti 70

R. N. C. S. L. P. S.

PER ARTROSCOPIA"

ANIKATHERAPEUTICS S.R.L.			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	15,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
		70,000	
		70,000	

B4 | 0,700 | MAX tra le medie

B5 | 0,700 | MAX tra le medie

B5 | 0,700 | MAX tra le medie

B5 | 0,700 | MAX tra le medie

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

LOTTO 20 - SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	
1 - Strumentario ridotto corredato da filo guida	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA
			1,000	COEFF.
2 - Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento	15	1	Dott. Luca Pandolfo
			1	Dott. Matteo Coviello
			1	Dott. Gianluca Stennardo
			1,000	MEDIA
			1,000	COEFF.
4 - Range di misure	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili	15	0,7	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA
			1,000	COEFF.

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo per sotto-criterio se Presente	Punteggio per sotto-criterio se Assente	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
3 -Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb	Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb.	20	0	0,000

Handwritten signature

**FORNITURA DI "MATERIALE DI
CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"**
N° gara 8339844

LOTTO 20 - SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE
LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-
ST CON VITE + GUAINA

CRITERIO	PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
1 - Strumentario ridotto corredato da filo guida	20	20,000
2 - Confezionamento	15	15,000
3 - Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb	20	0,000
4 - Range di misure	15	15,000
PUNTEGGIO TOTALE		50,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		70,000



FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

LOTTO 21 - SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	
1 - Strumentario ridotto corredato da filo guida	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA
			1,000	COEFF.
2 - Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento	15	0,7	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA
			1,000	COEFF.
4 - Range di misure	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili	15	0,7	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA
			1,000	COEFF.

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------




CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo per sotto-criterio se Presente	Punteggio per sotto-criterio se Assente	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
3 -Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb	Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb.	20	0	20,000

[Handwritten signature]

**FORNITURA DI "MATERIALE DI
CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 21 - SISTEMA DI FISSAZIONE
FEMORALE DEL NEO LCA

CRITERIO	PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
1 - Strumentario ridotto corredato da filo guida	20	20,000
2 - Confezionamento	15	15,000
3 - Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb	20	20,000
4 - Range di misure	15	15,000
PUNTEGGIO TOTALE		70,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		70,000



FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

LOTTO 22 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L			
1 - Strumentario ridotto corredato da filo guida	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.	20		0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000
				0,7	Dott. Matteo Coviello	
				0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
				0,700	MEDIA	
				1,000	COEFF.	
2 - Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.	15		0,7	Dott. Luca Pandolfo	15,000
				0,7	Dott. Matteo Coviello	
				0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
				0,700	MEDIA	
				1,000	COEFF.	
4 - Range di misure	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili	15		0,7	Dott. Luca Pandolfo	15,000
				0,7	Dott. Matteo Coviello	
				0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
				0,700	MEDIA	
				1,000	COEFF.	



SMITH & NEPHEW SRL			
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	14,286
	0,5	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA	
	0,714	COEFF.	
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,714
	0,5	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA	
	0,714	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	15,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.	

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

Handwritten signature

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo per sotto-criterio se Presente	Punteggio per sotto-criterio se Assente	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	SMITH & NEPHEW SRL
3 - Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb	Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb.	20	0	20,000	20,000


Handwritten signature and initials: ANIKA THERAPEUTICS

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

LOTTO 22 - SISTEMA PER FISSAZIONE
FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE

CRITERIO	PUNTI MAX	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	SMITH & NEPHEW SRL
1 - Strumentario ridotto corredato da filo guida	20	20,000	14,286
2 - Confezionamento	15	15,000	10,714
3 -Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb	20	20,000	20,000
4 - Range di misure	15	15,000	15,000
PUNTEGGIO TOTALE		70,000	60,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		70,000	60,000



FORNITURA DI "I

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L			
1 - Strumentario ridotto corredato da filo	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.	20		0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000
				0,7	Dott. Matteo Coviello	
				0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
				0,700	MEDIA	
				1,000	COEFF.	
2 - Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.	15		0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500
				0,7	Dott. Matteo Coviello	
				0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
				0,700	MEDIA	
				0,700	COEFF.	
4 - Range di misure	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili	15		0	Dott. Luca Pandolfo	0,000
				0	Dott. Matteo Coviello	
				0	Dott. Gianluca Stennardo	
				0,000	MEDIA	
				0,000	COEFF.	

Handwritten signature and initials, possibly representing the company or a representative.

VIATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

ARTHREX ITALIA S.R.L.				CONMED ITALIA S.R.L.				JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000		0,5	Dott. Luca Pandolfo	14,286		0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,5	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,5	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,500	MEDIA			0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.			0,714	COEFF.			1,000	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500		0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500		0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,5	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,5	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,500	MEDIA			0,700	MEDIA	
	0,700	COEFF.			0,500	COEFF.			0,700	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500		0	Dott. Luca Pandolfo	0,000		1	Dott. Luca Pandolfo	15,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0	Dott. Matteo Coviello			1	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0	Dott. Gianluca Stennardo			1	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,000	MEDIA			1,000	MEDIA	
	0,700	COEFF.			0,000	COEFF.			1,000	COEFF.	

Handwritten signature: R. NO. 1572

SMITH & NEPHEW SRL			ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.		
	0,5	Dott. Luca Pandolfo		0,7	Dott. Luca Pandolfo
	0,5	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo
	0,500	MEDIA		0,700	MEDIA
	0,714	COEFF.		1,000	COEFF.
		14,286			20,000
	0,5	Dott. Luca Pandolfo		1	Dott. Luca Pandolfo
	0,5	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo
	0,500	MEDIA		1,000	MEDIA
	0,500	COEFF.		1,000	COEFF.
		7,500			15,000
	0	Dott. Luca Pandolfo		1	Dott. Luca Pandolfo
	0	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello
	0	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo
	0,000	MEDIA		1,000	MEDIA
	0,000	COEFF.		1,000	COEFF.
		0,000			15,000

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

[Handwritten signature]

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo per sotto-criterio se Preside	Punteggio per sotto-criterio se Azienda	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	ARTHREX ITALIA S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICALS P.A.	SMITH & NEPHEW S.R.L.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.P.A.
3 - Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e tbb	Atribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e tbb.	20	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000





**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

**LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE
FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE
REGOLABILE**

CRITERIO	PUNTI MAX	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	ARTHREX ITALIA S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
1 - Strumentario ridotto corredato da filo guida	20	20,000	20,000	14,286	20,000	14,286	20,000
2 - Confezionamento	15	10,500	10,500	7,500	10,500	7,500	15,000
3 -Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb	20	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4 - Range di misure	15	0,000	10,500	0,000	15,000	0,000	15,000
PUNTEGGIO TOTALE		50,500	61,000	41,786	65,500	41,786	70,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		50,500	61,000	41,786	65,500	41,786	70,000

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 24 - CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	LIMACORPORATE		
1 - Facilità d'inserzione	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio e stabilità su adeguato manipolo (fornito dalla ditta).	25	0,5	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,5	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
2 - Profilo (spessore) della cambra	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo.	25	0,5	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,5	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
3 - Presa dei rebbi	Attribuzione del valore in relazione alla presa dei rebbi e alla loro deformabilità	20	0,5	Dott. Luca Pandolfo	20,000
			0,5	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA	
			1,000	COEFF.	

B4	0,500	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,500	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,500	MAX tra le medie
----	-------	------------------

Totale punteggio	70,000
Punteggio riparametrato a punti 70	70,000

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 26 - PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)

Scala dei coefficienti:

eccellente: coeff. 1,0
 ottimo: coeff. 0,7
 buono: coeff. 0,5
 discreto: coeff. 0,3
 sufficiente: coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.			
1 - Buona leggibilità delle misure	Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.	35	1	Dott. Luca Pandolfo	35,000	0,3	Dott. Luca Pandolfo	10,500
			1	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA		0,300	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,300	COEFF.	
2 - Maneggevolezza	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza	10	1	Dott. Luca Pandolfo	10,000	0	Dott. Luca Pandolfo	0,000
			1	Dott. Matteo Coviello		0	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo		0	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA		0,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,000	COEFF.	
3 - Facilità di introduzione nei tunnel	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di introduzione nei tunnel	25	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500
			1	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA		0,500	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,500	COEFF.	
Totale punteggio				70,000			23,000	
Punteggio riparametrato a punti 70				70,000			23,000	

N.B.A. MEDICA SRL				SMITH & NEPHEW SRL			
	1	Dott. Luca Pandolfo	35,000		0	Dott. Luca Pandolfo	0,000
	1	Dott. Matteo Coviello			0	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo			0	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA			0,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.			0,000	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	7,000		0	Dott. Luca Pandolfo	0,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,000	MEDIA	
	0,700	COEFF.			0,000	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500		0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,5	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,500	MEDIA	
	0,700	COEFF.			0,500	COEFF.	
			59,500				12,500
			59,500				12,500

Handwritten signature and initials


ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.			
	0,3	Dott. Luca Pandolfo	10,500
	0,3	Dott. Matteo Coviello	
	0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,300	MEDIA	
	0,300	COEFF.	
	0	Dott. Luca Pandolfo	0,000
	0	Dott. Matteo Coviello	
	0	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,000	MEDIA	
	0,000	COEFF.	
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500
	0,5	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA	
	0,500	COEFF.	

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

	23,000
	23,000



**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO
PER ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L		CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO			
1 - Capacità di penetrazione	Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione.	30	1	Dott. Luca Pandolfo	30,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	30,000
			1	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.	
2 - Diametro asola	Attribuzione del valore in relazione al diametro dell'asola	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000	0	Dott. Luca Pandolfo	0,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA		0,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,000	COEFF.	
3 - Memoria di forma del filo guida	Attribuzione del valore in relazione alla capacità di ritorno alla forma originale del filo guida	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.	
Totale punteggio				70,000			50,000	
Punteggio riparametrato a punti 70				70,000			50,000	

DELTA SRL				JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.				SMITH & NEPHEW SRL			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	30,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	30,000		0,5	Dott. Luca Pandolfo	21,429
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello			0,5	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,700	MEDIA			0,500	MEDIA	
	1,000	COEFF.			1,000	COEFF.			0,714	COEFF.	
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	14,286		0,5	Dott. Luca Pandolfo	14,286		0,5	Dott. Luca Pandolfo	14,286
	0,5	Dott. Matteo Coviello			0,5	Dott. Matteo Coviello			0,5	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo			0,5	Dott. Gianluca Stennardo			0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA			0,500	MEDIA			0,500	MEDIA	
	0,714	COEFF.			0,714	COEFF.			0,714	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,700	MEDIA			0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.			1,000	COEFF.			1,000	COEFF.	
			64,286				64,286				55,714
			64,286				64,286				55,714

Handwritten signatures and initials:
 R NO [Signature]

ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	30,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	14,286
	0,5	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA	
	0,714	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.	

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

	64,286
	64,286

Handwritten signatures and initials.

FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.			CONMED ITALIA S.R.L.		
1 - Profilo della pinza	Attribuzione del valore in relazione al profilo della pinza	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA	
			0,700	COEFF.		0,700	COEFF.	
2 - Atraumaticità delle chele	Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità delle chele	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA	
			0,700	COEFF.		0,700	COEFF.	

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page, likely representing the bidders or their authorized representatives.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.				N.B.A. MEDICA SRL				SMITH & NEPHEW SRL			
	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500		0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
	1	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA			0,700	MEDIA			0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.			0,700	COEFF.			0,700	COEFF.	
	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000		0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500		0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
	1	Dott. Matteo Coviello			0,5	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo			0,5	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA			0,500	MEDIA			0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.			0,500	COEFF.			0,700	COEFF.	

[Handwritten signature]




ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	0,700	COEFF.	
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500
	0,5	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA	
	0,500	COEFF.	

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

[Handwritten signatures]

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo per sotto-criterio se Presente	Punteggio per sotto-criterio se Assente	ANTHREX ITALIA S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	N.B.A. MEDICA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
3 - Profilo smusso	Attribuzione del valore in relazione al profilo smusso	20	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000






**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO
E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE

CRITERIO	PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	N.B.A. MEDICA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
1 - Profilo della pinza	25	17,500	17,500	25,000	17,500	17,500	17,500
2 - Atraumaticità delle chele	25	17,500	17,500	25,000	12,500	17,500	12,500
3 - Profilo smusso	20	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
PUNTEGGIO TOTALE		55,000	55,000	70,000	50,000	55,000	50,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		55,000	55,000	70,000	50,000	55,000	50,000



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario Referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890

8^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 8^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 27/09/2022

Il giorno 27/09/2022, alle ore 8,45 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per l'esame della campionatura ed attribuzione dei punteggi relativi ai criteri discrezionali dei prodotti offerti dalle Ditte:

- 1) ANIKA THERAPEUTICS S.r.l.: lotti 29 – 33 – 34 - 38
- 2) N.B.A. MEDICA SRL.: lotti 29 – 30 – 31 – 32 - 35
- 3) CONMED ITALIA SRL: lotti 29 – 33 - 35
- 4) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.: lotti 29 – 30 - 33
- 5) ARTHREX ITALIA S.R.L: lotti 29 – 31 – 33 - 35
- 6) PRO.MED. SRL
- 7) ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: lotti 29 – 30 – 31 - 33
- 8) SMITH & NEPHEW S.R.L: lotti 9 - 30 - 31
- 9) CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO: lotti 25 – 33
- 10) DELTA SRL: lotto 34

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale n. 2040/2022:



Genova, 27/09/2022

Prot. n. NP/2022/1069594

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda
Presidente	Dott. Luca Pandolfo	ASL 1 "Imperiese"
Componente	Dott. Matteo Coviello	E.O. Ospedali Galliera
Componente	Dott. Gianluca Stennardo	ASL 2 "Savonese"

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

La Commissione ricorda che alla seduta del 23/05/2022 la Commissione si era riservata di verificare la percentuale di lunghezza della conicità per il lotto 38 in sede di esame della campionatura. All'odierna seduta, pertanto, in sede di esame della campionatura del lotto 38, la Commissione verificherà la percentuale di conicità dei prodotti offerti al fine di verificare il rispetto delle caratteristiche di minima del capitolato.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice ai parametri *de quibus* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Alle ore 9,00 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ANIKA THERAPEUTICS SRL**. Per la Ditta è presente Alessandra Canepa e Gianluca Ruffi

LOTTO 29 - SPINGI NODI

Prodotto offerto: Spinginodo chiuso ad anello

La Commissione prova a far scorrere il filo nello spinginodo

Alle 9,05 termina la presentazione.

1. Atraumaticità sul filo: Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità sul filo
Osservazioni: alla prova pratica l'anello in cui scorre il filo presenta bordi abbastanza smussi tali da non ledere il filo

2. Ergonomicità dell'impugnatura manico: Attribuzione del valore in relazione alla ergonomicità dell'impugnatura manico
Osservazioni: buona ergonomicità dell'impugnatura

3. Scorrevolezza sul filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza sul filo e adeguate dimensioni del foro atte allo scopo
Osservazioni: nella prova pratica si apprezza un'ottima scorrevolezza del filo attraverso il foro dello spinginodo che risulta di adeguate dimensioni

Alle ore 9,09 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 33

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER

Prodotto offerto: Tendon harvester

La Commissione prende in mano il prodotto offerto

Alle 9,13 termina la presentazione.

1. Efficacia del tagliente: Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente
Osservazioni: il dispositivo presenta una buona efficacia del tagliente
2. Lucidatura della superficie interna: Attribuzione del valore in relazione alla lucidatura della superficie interna
Osservazioni: lucidatura interna risulta di buona qualità
3. Morfologia dell'asola: Attribuzione del valore in relazione alla morfologia dell'asola, che non deve essere tagliente
Osservazioni: la morfologia risulta appropriata per le caratteristiche del prodotto

Alle ore 9,17 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 34

LOTTO 34 - SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE

Prodotto offerto: Perforatore Pleuristick monouso per guida nanofix 15°

La Commissione

Alle 9,23 termina la presentazione.

1. Punta con capacità di autoblocco: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di punta con capacità di autoblocco (Q5)
Osservazioni: presente
2. Adeguata profondità della perforazione della punta: Attribuzione del valore in relazione alla profondità della perforazione della punta (non inferiore a 5 mm).
Osservazioni: 9 mm di profondità

Alle ore 9,24 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 38

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP

Prodotto offerto: Vite ad interferenza in EEK CF

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione verifica la conicità (50% della lunghezza)

La Commissione prova la flessibilità del filo guida ed il press-fit attraverso un saw bone

Alle 9,32 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.
Osservazioni: alla prova pratica lo strumentario appare ridotto con una buona flessibilità del filo guida
2. Press-fit e contatto innesto osseo a 360°: Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.
Osservazioni: alla prova pratica si apprezza una buona congruenza della vite al tunnel e all'innesto con un adeguato press-fit

3. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili.

Osservazioni: buon range di misure (diametri dal 7 mm al 12 mm e lunghezza dal 20 mm al 35 mm)

*** **

Alle ore 9,55 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **N.B.A. MEDICA SRL**. Per la Ditta sono presenti Pietro Arnulfo e Mattia Pranzitelli

LOTTO 29 - SPINGI NODI

Prodotto offerto: Knot Manip Manipolatore nodi ad ansa completa

La Commissione prende in mano il prodotto offerto e prova a far scorrere un filo

Alle 10,01 termina la presentazione.

1. Atraumaticità sul filo: Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità sul filo

Osservazioni: la foggia dell'anello spingifilo consente un'ottima atraumaticità durante lo scorrimento

2. Ergonomicità dell'impugnatura manico: Attribuzione del valore in relazione alla ergonomicità dell'impugnatura manico

Osservazioni: alla prova pratica l'impugnatura dello spinginodo presenta un'ottima ergonomicità facilitandone l'utilizzo

3. Scorrevolezza sul filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza sul filo e adeguate dimensioni del foro atte allo scopo

Osservazioni: nella prova pratica si apprezza un'ottima scorrevolezza del filo attraverso il foro dello spinginodo che risulta di adeguate dimensioni

Alle ore 10,05 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 30

LOTTO 30 – PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE

Prodotto offerto: SUTURE CUTTER

Il prodotto offerto funge da spingifilo e tagliasuture

La Commissione prova a far scorrere un filo e a tagliarlo

Alle 10,11 termina la presentazione.

1. Gamma di angolazioni della punta: Attribuzione del valore in relazione alla gamma di angolazioni della punta

Osservazioni: un'unica angolazione

2. Ergonomicità dell'impugnatura: Attribuzione del valore in relazione alla ergonomicità dell'impugnatura

Osservazioni: l'impugnatura della punta presenta una buona ergonomicità

3. Efficacia del tagliente: Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente

Osservazioni: alla prova pratica si apprezza una buona efficacia del tagliente nonostante il meccanismo di attivazione risulti non molto semplice

Alle ore 10,15 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 31
LOTTO 31 – PALPATORE, BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI

La Commissione esamina tutte le pinze portate in visione
Alle termina 10,20 la presentazione.

1. Maneggevolezza ed ergonomia: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia

Osservazioni: alla prova pratica le pinze presentano una discreta maneggevolezza ed ergonomia

2. Basso profilo del morso: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso

Osservazioni: alla prova pratica si apprezza un profilo non particolarmente basso

3. Varietà di inclinazione e angolature del morso: Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso

Osservazioni: buona varietà, 9: destro, sinistro, up, down, retrogrado, angolato destro, angolato sinistro, smusso verso destra e smusso verso sinistra

Alle ore 10,25 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 32

LOTTO 32 - TENDON STRIPPER

Prodotto offerto: Semi-T Stripper

La Commissione all'esame della campionatura riscontra che il prodotto offerto presenta solo una misura (30 cm) e non due misure (30 cm e 35 cm) come richiesto dal Capitolato a pena di esclusione. La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto de quo.

Alle 10,34 termina la presentazione.

Alle ore 10,37 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 35

LOTTO 35 - CURETTE AD ANELLO

Prodotto offerto: Curette

La Commissione prende in mano le curette presentate

Alle 10,40 termina la presentazione.

1. Ergonomia dell'impugnatura: Attribuzione del valore in relazione all'ergonomia dell'impugnatura

Osservazioni: l'impugnatura non risulta particolarmente ergonomica

2. Gamma diametri

Osservazioni: 3 diametri legati alla morfologia della curette che sono di dimensioni elevate

3. Gamma angolature

Osservazioni: 3 tipologie di angolature

*** **

Alle ore 10,45 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **CONMED ITALIA SRL**. Per la Ditta è presente Paola Provini

LOTTO 29 - SPINGI NODI

Prodotto offerto: Spinginodo ad anello secondo Snyder

La Commissione prova a far scorrere il filo nello spinginodo

Alle 10,48 termina la presentazione.

1. Atraumaticità sul filo: Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità sul filo
Osservazioni: la foggia dell'anello spingifilo consente un'ottima atraumaticità durante lo scorrimento

2. Ergonomicità dell'impugnatura manico: Attribuzione del valore in relazione alla ergonomicità dell'impugnatura manico

Osservazioni: alla prova pratica l'impugnatura dello spinginodo presenta un'eccellente ergonomicità facilitandone notevolmente l'utilizzo

3. Scorrevolezza sul filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza sul filo e adeguate dimensioni del foro atte allo scopo

Osservazioni: nella prova pratica si apprezza un'ottima scorrevolezza del filo attraverso il foro dello spinginodo che risulta di adeguate dimensioni

Alle ore 10,51 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 33

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER

Prodotto offerto: Tendon Stripper ad anello aperto

La Commissione prende in mano il prodotto offerto

Alle 10,56 termina la presentazione.

1. Efficacia del tagliente: Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente

Osservazioni: il dispositivo presenta una buona efficacia del tagliente

2. Lucidatura della superficie interna: Attribuzione del valore in relazione alla lucidatura della superficie interna

Osservazioni: la lucidatura interna risulta di discreta qualità

3. Morfologia dell'asola: Attribuzione del valore in relazione alla morfologia dell'asola, che non deve essere tagliente

Osservazioni: la morfologia risulta appropriata per le caratteristiche del prodotto

Alle ore 11,00 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 35

LOTTO 35 - CURETTE AD ANELLO

Prodotto offerto: Curette

La Commissione prende in mano le curette presentate

Alle termina la presentazione.

1. Ergonomicità dell'impugnatura: Attribuzione del valore in relazione all'ergonomicità dell'impugnatura

Osservazioni: alla prova pratica i device presentano un'eccellente ergonomicità dell'impugnatura che ne facilita l'utilizzo, grazie anche alla presenza della zigrinatura antiscivolo

2. Gamma diametri
Osservazioni: 2 diametri (3 mm – 4 mm)

3. Gamma angolature
Osservazioni: 2 angolature

*** **

Alle ore 11,25 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.** Per la Ditta è presente Lorenzo Ferrero

LOTTO 29 - SPINGI NODI

Prodotto offerto: S.A.S.

La Commissione prende in mano il prodotto offerto e prova a far scorrere un filo

Alle 11,30 termina la presentazione.

1. Atraumaticità sul filo: Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità sul filo
Osservazioni: la foggia dell'anello spingifilo consente un'eccellente atrumaticità durante lo scorrimento grazie alla sua conformazione molto smussa

2. Ergonomicità dell'impugnatura manico: Attribuzione del valore in relazione alla ergonomicità dell'impugnatura manico
Osservazioni: alla prova pratica l'impugnatura dello spinginodo presenta un'eccellente ergonomicità facilitandone notevolmente l'utilizzo

3. Scorrevolezza sul filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza sul filo e adeguate dimensioni del foro atte allo scopo
Osservazioni: nella prova pratica si apprezza un'eccellente scorrevolezza del filo attraverso il foro dello spinginodo che risulta di adeguate dimensioni, il caricamento del filo avviene senza difficoltà

Alle ore 11,35 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 30

LOTTO 30 – PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE

Prodotto offerto: CORDCUTTER

La Commissione prova a far scorrere un filo e a tagliarlo

Alle 11,40 termina la presentazione.

1. Gamma di angolazioni della punta: Attribuzione del valore in relazione alla gamma di angolazioni della punta
Osservazioni: un'unica angolazione

2. Ergonomicità dell'impugnatura: Attribuzione del valore in relazione alla ergonomicità dell'impugnatura
Osservazioni: l'impugnatura della punta presenta una buona ergonomicità

3. Efficacia del tagliente: Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente
Osservazioni: alla prova pratica si apprezza una buona efficacia del tagliente nonostante il meccanismo di attivazione risulti non molto semplice

Alle ore 11,43 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 33



LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER

Prodotto offerto: Tendon Stripper ad anello aperto
La Commissione prende in mano il prodotto offerto
Alle 11,48 termina la presentazione.

1. Efficacia del tagliente: Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente
Osservazioni: nel ricciolo distale dello strumento c'è doppia presenza di un bordo tagliente, il che agevola notevolmente l'efficacia del taglio
2. Lucidatura della superficie interna: Attribuzione del valore in relazione alla lucidatura della superficie interna
Osservazioni: la lucidatura interna risulta di qualità eccellente, in tutta la superficie interna la lucidatura risulta regolare e presente
3. Morfologia dell'asola: Attribuzione del valore in relazione alla morfologia dell'asola, che non deve essere tagliente
Osservazioni: la morfologia consente un ottimo ingresso del tendine all'interno dell'asola, garantendo una atraumaticità sul tendine

*** **

Alle ore 11,50 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **DELTA SRL**
Per la Ditta è presente Lorenzo Ferrero

LOTTO 34 - SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE

Prodotto offerto: Kit di foratura Nanofix Pleuristick
La Commissione
Alle 11,55 termina la presentazione.

1. Punta con capacità di autoblocco: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di punta con capacità di autoblocco (Q5)
Osservazioni: presente
2. Adeguata profondità della perforazione della punta: Attribuzione del valore in relazione alla profondità della perforazione della punta (non inferiore a 5 mm).
Osservazioni: 9 mm

*** **

Alle ore 11,57 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ARTHREX ITALIA S.R.L.** Per la Ditta è presente Claudio Corò

LOTTO 29 - SPINGI NODI

Prodotto offerto: Knot Pusher Closed End
La Commissione prende in mano il prodotto offerto e prova a far scorrere un filo
Alle 12,01 termina la presentazione.

1. Atraumaticità sul filo: Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità sul filo
Osservazioni: la foggia dell'anello spingifilo consente un'eccellente atraumaticità durante lo scorrimento grazie alla sua conformazione molto smussa

2. Ergonomia dell'impugnatura manico: Attribuzione del valore in relazione alla ergonomia dell'impugnatura manico

Osservazioni: alla prova pratica l'impugnatura dello spinginodo presenta un'eccellente ergonomia facilitandone notevolmente l'utilizzo

3. Scorrevolezza sul filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza sul filo e adeguate dimensioni del foro atte allo scopo

Osservazioni: nella prova pratica si apprezza un'eccellente scorrevolezza del filo attraverso il foro dello spinginodo che risulta di adeguate dimensioni, il caricamento del filo avviene senza difficoltà

Alle ore 12,05 inizia l'esame della campionatura del lotto 31

LOTTO 31 – PALPATORE, BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI

La Commissione esamina le pinze presentate, i palpatori, il basket e le forbici artroscopiche
Alle 12,12 termina la presentazione.

1. Maneggevolezza ed ergonomia: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia

Osservazioni: alla prova pratica i device presentano un'eccellente maneggevolezza ed ergonomia dell'impugnatura che ne favoriscono ed agevolano in maniera importante l'utilizzo

2. Basso profilo del morso: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso

Osservazioni: i device presentano nelle diverse conformazioni un profilo molto basso che facilita notevolmente l'ingresso in articolazione

3. Varietà di inclinazione e angolature del morso: Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso

Osservazioni: 15 varietà (retta, 45 destro, 45 sinistra, curva 45 destra e sinistra, up, narrow, 15° up, 30° destra e sinistra, 45 destra + 15 destra, 45 sinistra + 15 sinistra, 90° destra e sinistra, 45° in basso)

Alle ore 12,16 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 33

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER

Prodotto offerto: Tendon Stripper ad anello aperto

La Commissione prende in mano il prodotto offerto

Alle 12,20 termina la presentazione.

1. Efficacia del tagliente: Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente

Osservazioni: nel ricciolo distale dello strumento c'è doppia presenza di un bordo tagliente, il che agevola notevolmente l'efficacia del taglio

2. Lucidatura della superficie interna: Attribuzione del valore in relazione alla lucidatura della superficie interna

Osservazioni: la lucidatura interna risulta di qualità eccellente, in tutta la superficie interna la lucidatura risulta regolare e presente

3. Morfologia dell'asola: Attribuzione del valore in relazione alla morfologia dell'asola, che non deve essere tagliente

Osservazioni: la morfologia consente un eccellente ingresso del tendine all'interno dell'asola, garantendo una atraumaticità sul tendine. Avendo a disposizione due diametri differenti permette di utilizzare lo strumento in base alle caratteristiche del tendine

Alle ore 12,24 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 35

LOTTO 35 - CURETTE AD ANELLO

Prodotto offerto: Curette

La Commissione prende in mano le curette presentate

Alle 12,30 termina la presentazione.

1. Ergonomicità dell'impugnatura: Attribuzione del valore in relazione all'ergonomicità dell'impugnatura

Osservazioni: alla prova pratica i device presentano un'eccellente ergonomicità dell'impugnatura che ne facilita l'utilizzo

2. Gamma diametri

Osservazioni: ottima gamma di diametri, 5 varietà anche piccole misure (2,7 – 3 – 3,4 – 4 – 5,4)

3. Gamma angolature

Osservazioni: 3 angolature (40 – curva – reverse)

La seduta si interrompe alle ore 12,40 per la pausa pranzo e riprende alle ore 13,55

Alle ore inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **PRO.MED. SRL**
Per la Ditta è presente Michele Pastorini.

La Ditta dichiara che non ha portato in visione la campionatura del lotto 29 a causa di un problema con il corriere. Verrà pertanto riconvocata alla prossima seduta per tale lotto.

Alle ore 13,57 inizia l'esame della campionatura del lotto 31

LOTTO 31 – PALPATORE, BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI

La Commissione esamina i basket, le forbici, le pinze da presa

Alle 14,07 termina la presentazione.

1. Maneggevolezza ed ergonomicità: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomicità

Osservazioni: alla prova pratica le pinze presentano una discreta maneggevolezza ed ergonomicità

2. Basso profilo del morso: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso

Osservazioni: alla prova pratica si apprezza un profilo non particolarmente basso

3. Varietà di inclinazione e angolature del morso: Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso

Osservazioni: 20 - 30 – 45 – 60 – 90 – reverse, sia destre che sinistre

Alle ore 14,13 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 33

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER

Prodotto offerto: Stripper aperto

La Commissione prende in mano il prodotto offerto

Alle 14,17 termina la presentazione.

1. Efficacia del tagliente: Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente
Osservazioni: nel ricciolo distale dello strumento c'è doppia presenza di un bordo tagliente, il che agevola notevolmente l'efficacia del taglio
2. Lucidatura della superficie interna: Attribuzione del valore in relazione alla lucidatura della superficie interna
Osservazioni: la lucidatura interna risulta di qualità eccellente, in tutta la superficie interna la lucidatura risulta regolare e presente
3. Morfologia dell'asola: Attribuzione del valore in relazione alla morfologia dell'asola, che non deve essere tagliente
Osservazioni: la morfologia consente un ottimo ingresso del tendine all'interno dell'asola, garantendo una atraumaticità sul tendine

Alle ore 14,21 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 35

LOTTO 35 - CURETTE AD ANELLO

Prodotto offerto: Meniscotomo anello

La Commissione prende in mano le curette

Alle 14,29 termina la presentazione.

1. Ergonomicità dell'impugnatura: Attribuzione del valore in relazione all'ergonomicità dell'impugnatura
Osservazioni: Osservazioni: l'impugnatura non risulta particolarmente ergonomica
2. Gamma diametri
Osservazioni: 2 diametri (3 mm e 7 mm)
3. Gamma angolature
Osservazioni: 30°

*** **

Alle ore 14,37 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.** Per la Ditta sono presenti Davide Bagnasco e Pietro Garella

LOTTO 29 - SPINGI NODI

Prodotto offerto: Spinginodo ad anello chiuso

La Commissione prende in mano il prodotto offerto e prova a far scorrere un filo

Alle 14,42 termina la presentazione.

1. Atraumaticità sul filo: Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità sul filo
Osservazioni: la foggia dell'anello spingifilo consente un'eccellente atraumaticità durante lo scorrimento grazie alla sua conformazione molto smussa

2. Ergonomicità dell'impugnatura manico: Attribuzione del valore in relazione alla ergonomicità dell'impugnatura manico

Osservazioni: alla prova pratica l'impugnatura dello spinginodo presenta un'eccellente ergonomicità facilitandone notevolmente l'utilizzo

3. Scorrevolezza sul filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza sul filo e adeguate dimensioni del foro atte allo scopo

Osservazioni: nella prova pratica si apprezza un'ottima scorrevolezza del filo attraverso il foro dello spinginodo. La Commissione rileva un diametro del foro di dimensioni ridotte che potrebbe rendere meno agevole lo scorrimento di più fili in contemporanea.

Alle ore 14,47 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 30
LOTTO 30 – PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE

Prodotto offerto: Pinza taglia suture Precision II

La Commissione prova a tagliare dei fili di sutura

Alle 14,51 termina la presentazione.

1. Gamma di angolazioni della punta: Attribuzione del valore in relazione alla gamma di angolazioni della punta

Osservazioni: 1 sola angolazione della punta

2. Ergonomicità dell'impugnatura: Attribuzione del valore in relazione alla ergonomicità dell'impugnatura

Osservazioni: l'impugnatura della punta presenta una discreta ergonomicità

3. Efficacia del tagliente: Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente

Osservazioni: alla prova pratica si apprezza una discreta efficacia del tagliente, il meccanismo di attivazione non risulta agevole

Alle ore 14,54 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 31
LOTTO 31 – PALPATORE, BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI

La Commissione esamina i palpatori, basket, pinze da presa

Alle 15,00 termina la presentazione.

1. Maneggevolezza ed ergonomicità: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomicità


Osservazioni: alla prova pratica i device presentano un'eccellente maneggevolezza ed ergonomicità dell'impugnatura che ne favoriscono ed agevolano in maniera importante l'utilizzo

2. Basso profilo del morso: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso

Osservazioni: i device presentano nelle diverse conformazioni un buon profilo basso che facilita l'ingresso in articolazione

3. Varietà di inclinazione e angolature del morso: Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso

Osservazioni: 16 angolazioni del basket (up 15°, basket up 15° curvo sinistra e destra, 15° smusso, retto da 2,6 smusso, up da 15° 2.6, retto da 3.6, up da 15° 3.6, up da 3.6 curvo a sinistra e destra, up da 15+15, retto con morso 5 mm, retrogradi destro e sinistro, 90 destro e sinistro)



Alle ore 15,06 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 33

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER

Prodotto offerto: Tendon Stripper ad anello aperto

La Commissione prende in mano il prodotto e lo esamina

Alle 15,12 termina la presentazione.

1. Efficacia del tagliente: Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente
Osservazioni: il dispositivo presenta una discreta efficacia del tagliente
2. Lucidatura della superficie interna: Attribuzione del valore in relazione alla lucidatura della superficie interna
Osservazioni: lucidatura interna risulta di discreta qualità ma non differente rispetto alla parte esterna.
3. Morfologia dell'asola: Attribuzione del valore in relazione alla morfologia dell'asola, che non deve essere tagliente
Osservazioni: la morfologia dell'asola appare appropriata ma con ingombro sferico importante che ne potrebbe condizionare l'utilizzo

*** **

Alle ore 15,25 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO**. Per la Ditta è presente Andrea Budassi

La Commissione ricorda che alla precedente seduta riservata la Citieffe non aveva portato in visione la campionatura di tutti i prodotti offerti nel lotto 25, pertanto la Commissione ha deciso di riconvocarla.

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG

Prodotto offerto: Fresa cannulata

La Commissione prende in mano una fresa e prova ad inserirla in un saw bone

La Commissione prova la scorrevolezza di un filo guida

Alle 15,30 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese
Osservazioni: la commissione rileva uno scarso contrasto tra il metallo ed il colore della scritta che rende la lettura delle misure meno agevole
2. Aggressività e rapidità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso.
Osservazioni: alla prova pratica la fresa presenta una discreta capacità di perforazione
3. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico.
Osservazioni: alla prova pratica il filo guida scorre agevolmente all'interno dell'anima della fresa

Alle ore 15,35 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 33

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER

Prodotto offerto: Tendon Stripper ad anello aperto

La Commissione prende in mano il prodotto e lo esamina

Alle 15,39 termina la presentazione.

1. Efficacia del tagliente: Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente
Osservazioni: nel ricciolo distale dello strumento c'è doppia presenza di un bordo tagliente, il che agevola notevolmente l'efficacia del taglio
2. Lucidatura della superficie interna: Attribuzione del valore in relazione alla lucidatura della superficie interna
Osservazioni: la lucidatura interna risulta di qualità eccellente, in tutta la superficie interna la lucidatura risulta regolare e presente
3. Morfologia dell'asola: Attribuzione del valore in relazione alla morfologia dell'asola, che non deve essere tagliente
Osservazioni: la morfologia consente un ottimo ingresso del tendine all'interno dell'asola, garantendo una atraumaticità sul tendine

*** **

Alle ore 15,44 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **SMITH & NEPHEW S.R.L.** Per la Ditta è presente Consuelo Allegretta e Andrea Budassi

LOTTO 30 – PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE

Prodotto offerto: Tagliasuture a ghigliottina con manico ad anelli

La Commissione prova a tagliare dei fili di sutura

Alle termina la presentazione.

1. Gamma di angolazioni della punta: Attribuzione del valore in relazione alla gamma di angolazioni della punta
Osservazioni: un'unica angolazione
2. Ergonomia dell'impugnatura: Attribuzione del valore in relazione alla ergonomia dell'impugnatura
Osservazioni: alla prova pratica si rileva un'eccellente ergonomia dell'impugnatura che rende il device di facile utilizzo
3. Efficacia del tagliente: Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente
Osservazioni: alla prova pratica si rileva un'eccellente capacità di taglio, il meccanismo di attivazione del tagliente è estremamente fluido ed efficace anche nel taglio di due fili in contemporanea

Alle ore 15,52 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 31

LOTTO 31 – PALPATORE, BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI

La Commissione esamina basket, pinza da presa, palpatore e forbici artroscopiche

Alle 15,58 termina la presentazione.

B

1. Maneggevolezza ed ergonomia: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia

Osservazioni: alla prova pratica le pinze presentano una discreta maneggevolezza ed ergonomia

2. Basso profilo del morso: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso

Osservazioni: alla prova pratica si apprezza un buon profilo del morso che ne consente un adeguato inserimento all'interno dell'articolazione

3. Varietà di inclinazione e angolature del morso: Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso

Osservazioni: 6 varietà (retta, curva in alto, curva in alto a sinistra e destra, 90 destra e sinistra)

Alla precedente seduta riservata del 15/09/2022 la Ditta non aveva portato in visione la campionatura completa dei prodotti offerti nel lotto 9 e la Commissione ha deciso di riconvocarla per tale lotto. Alle ore 16,03 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 9

LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA

Prodotto offerto: Artho Pierce

La Commissione esamina le pinze, lo scollatore, la raspa

Alle 16,08 termina la presentazione.

1. Maneggevolezza ed ergonomia: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione valuta che le pinze artroscopiche proposte presentano un'ottima maneggevolezza grazie anche al basso peso nonché ottima ergonomia dell'impugnatura che ne facilitano l'utilizzo

2. Basso profilo del morso: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso

Osservazioni: le pinze presentate presentano un bassissimo profilo consentendo limitatissimo ingombro durante l'atto chirurgico

3. Varietà di inclinazione e angolature del morso: Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso

Osservazioni: 4 tipi di inclinazione e angolature del morso (stright, right, left, stright up)

*** **

Al presente verbale sono allegate le tabelle riepilogative dei punteggi dei lotti 9 - 25 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35


La seduta è tolta alle ore 16,30
Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 27/09/2022

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Luca PANDOLFO

Componente

Dott. Matteo COVIELLO



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Luca Pandolfo, and the bottom signature is for Matteo Covello. Both signatures are written over horizontal lines.

Componente

Dott. Gianluca STENNARDO

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN


FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.		
1 - Maneggevolezza ed ergonomia	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia	20	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000
			1	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
2 - Basso profilo del morso	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso	25	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			1	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
3 - Varietà di inclinazione e angolature del morso	Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso	25	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			1	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
Totale punteggio					70,000
Punteggio riparametrato a punti 70					70,000



N.B.A. MEDICA SRL				SMITH & NEPHEW SRL			
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	14,000
	0,5	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA			0,700	MEDIA	
	0,500	COEFF.			0,700	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500		1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello			1	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			1	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			1,000	MEDIA	
	0,700	COEFF.			1,000	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500		0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,700	MEDIA	
	0,700	COEFF.			0,700	COEFF.	
			45,000				56,500
			45,000				56,500

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	14,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	0,700	COEFF.	
	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	1	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	0,700	COEFF.	

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

	56,500
	56,500

h *AST* *MP* *12*

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO
PER ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**


LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.		CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO		
1 - Buona leggibilità delle misure	Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500	0,3	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA		0,300	MEDIA
			0,700	COEFF.		0,300	COEFF.
2 - Aggressività e rapidità di perforazione	Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso.	30	0,7	Dott. Luca Pandolfo	21,000	0,3	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA		0,300	MEDIA
			0,700	COEFF.		0,300	COEFF.
3 - Scorrevolezza del filo	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico.	15	0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500	0,5	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA		0,500	MEDIA
			0,700	COEFF.		0,500	COEFF.

Totale punteggio		49,000		24,000
Punteggio riparametrato a punti 70		49,000		24,000

CONMED ITALIA S.R.L.			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.		
	1	Dott. Luca Pandolfo		0,5	Dott. Luca Pandolfo
	1	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello
	1	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo
	1,000	MEDIA		0,500	MEDIA
	1,000	COEFF.		0,500	COEFF.
		25,000			12,500
	0,7	Dott. Luca Pandolfo		0,5	Dott. Luca Pandolfo
	0,7	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo
	0,700	MEDIA		0,500	MEDIA
	0,700	COEFF.		0,500	COEFF.
		21,000			15,000
	0,7	Dott. Luca Pandolfo		0,5	Dott. Luca Pandolfo
	0,7	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo
	0,700	MEDIA		0,500	MEDIA
	0,700	COEFF.		0,500	COEFF.
		10,500			7,500
		56,500			35,000
		56,500			35,000






N.B.A. MEDICA SRL				ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.			
	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000		1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	1	Dott. Matteo Coviello			1	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo			1	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA			1,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.			1,000	COEFF.	
	1	Dott. Luca Pandolfo	30,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	21,000
	1	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA			0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.			0,700	COEFF.	
	1	Dott. Luca Pandolfo	15,000		0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500
	1	Dott. Matteo Coviello			0,7	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA			0,700	MEDIA	
	1,000	COEFF.			0,700	COEFF.	

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

	70,000		56,500
	70,000		56,500






**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

LOTTO 30 – PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE

Scala dei coefficienti:

eccellente: coeff. 1,0

ottimo: coeff. 0,7

buono: coeff. 0,5

discreto: coeff. 0,3


sufficiente: coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX
1 - Gamma di angolazioni della punta	Attribuzione del valore in relazione alla gamma di angolazioni della punta	20
2 - Ergonomia dell'impugnatura	Attribuzione del valore in relazione alla ergonomia dell'impugnatura	20
3 - Efficacia del tagliente	Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente.	30

Totale punteggio
Punteggio riparametrato a punti 70

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials on the right.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.			N.B.A. MEDICA SRL			SMITH & NEPHEW SRL					
	0	Dott. Luca Pandolfo	20,000		0	Dott. Luca Pandolfo	20,000		0	Dott. Luca Pandolfo	20,000
	0	Dott. Matteo Coviello			0	Dott. Matteo Coviello			0	Dott. Matteo Coviello	
	0	Dott. Gianluca Stennardo			0	Dott. Gianluca Stennardo			0	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,000	MEDIA			0,000	MEDIA			0,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.			1,000	COEFF.			1,000	COEFF.	
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,000		0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,000		1	Dott. Luca Pandolfo	20,000
	0,5	Dott. Matteo Coviello			0,5	Dott. Matteo Coviello			1	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo			0,5	Dott. Gianluca Stennardo			1	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA			0,500	MEDIA			1,000	MEDIA	
	0,500	COEFF.			0,500	COEFF.			1,000	COEFF.	
	0,5	Dott. Luca Pandolfo	15,000		0,5	Dott. Luca Pandolfo	15,000		1	Dott. Luca Pandolfo	30,000
	0,5	Dott. Matteo Coviello			0,5	Dott. Matteo Coviello			1	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo			0,5	Dott. Gianluca Stennardo			1	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA			0,500	MEDIA			1,000	MEDIA	
	0,500	COEFF.			0,500	COEFF.			1,000	COEFF.	
		45,000			45,000			70,000			
		45,000			45,000			70,000			



ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.

	0	Dott. Luca Pandolfo	20,000
	0	Dott. Matteo Coviello	
	0	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.	

B4 0,000 MAX tra le medie

	0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000
	0,3	Dott. Matteo Coviello	
	0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,300	MEDIA	
	0,300	COEFF.	

B5 1,000 MAX tra le medie

	0,3	Dott. Luca Pandolfo	9,000
	0,3	Dott. Matteo Coviello	
	0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,300	MEDIA	
	0,300	COEFF.	

B5 1,000 MAX tra le medie

	35,000
	35,000

[Handwritten signatures and initials]

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 31 – PALPATORE, BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.		N.B.A. MEDICA SRL			
1 - Maneggevolezza ed ergonomia	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia	20	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000	0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000
			1	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA		0,300	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,300	COEFF.	
2 - Basso profilo del morso	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso	25	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0,3	Dott. Luca Pandolfo	7,500
			1	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA		0,300	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,300	COEFF.	
3 -Varietà di inclinazione e angolature del morso	Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso	25	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500
			1	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA		0,500	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,500	COEFF.	
Totale punteggio				70,000			26,000	
Punteggio riparametrato a punti 70				70,000			26,000	

PRO.MED. SRL				SMITH & NEPHEW SRL			
	0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000		0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000
	0,3	Dott. Matteo Coviello			0,3	Dott. Matteo Coviello	
	0,3	Dott. Gianluca Stennardo			0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,300	MEDIA			0,300	MEDIA	
	0,300	COEFF.			0,300	COEFF.	
	0,3	Dott. Luca Pandolfo	7,500		0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500
	0,3	Dott. Matteo Coviello			0,5	Dott. Matteo Coviello	
	0,3	Dott. Gianluca Stennardo			0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,300	MEDIA			0,500	MEDIA	
	0,300	COEFF.			0,500	COEFF.	
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500		0,3	Dott. Luca Pandolfo	7,500
	0,7	Dott. Matteo Coviello			0,3	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo			0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA			0,300	MEDIA	
	0,700	COEFF.			0,300	COEFF.	

	31,000		26,000
	31,000		26,000

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'ASL' and 'P'.

ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.

	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000
	1	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.	

B4 1,000 MAX tra le medie

	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	0,700	COEFF.	

B5 1,000 MAX tra le medie

	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
	1	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.	

B5 1,000 MAX tra le medie

	62,500
	62,500

[Handwritten signatures and initials]

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.		ARTHREX ITALIA S.R.L.			
1 - Efficacia del tagliente	Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente	25	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,5	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA		1,000	MEDIA	
			0,500	COEFF.		1,000	COEFF.	
2 - Lucidatura della superficie interna	Attribuzione del valore in relazione alla lucidatura della superficie interna	20	0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,000	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000
			0,5	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA		1,000	MEDIA	
			0,500	COEFF.		1,000	COEFF.	
3 - Morfologia dell'asola	Attribuzione del valore in relazione alla morfologia dell'asola, che non deve essere tagliente	25	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,5	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA		1,000	MEDIA	
			0,500	COEFF.		1,000	COEFF.	
Totale punteggio					35,000			70,000
Punteggio riparametrato a punti 70					35,000			70,000

Handwritten signature and initials, possibly 'CST' and 'M', with a small mark resembling a dollar sign and the number '3' to the right.

CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO			CONMED ITALIA S.R.L.			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.		
1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
1	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
1	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
1,000	MEDIA		0,500	MEDIA		1,000	MEDIA	
1,000	COEFF.		0,500	COEFF.		1,000	COEFF.	
1	Dott. Luca Pandolfo	20,000	0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000
1	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
1	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
1,000	MEDIA		0,300	MEDIA		1,000	MEDIA	
1,000	COEFF.		0,300	COEFF.		1,000	COEFF.	
0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
0,7	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
0,700	MEDIA		0,500	MEDIA		0,700	MEDIA	
0,700	COEFF.		0,500	COEFF.		0,700	COEFF.	
	62,500		31,000		62,500			
	62,500		31,000		62,500			

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Luca Pandolfo' and other initials.

PRO.MED. SRL			ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.		
	1	Dott. Luca Pandolfo	0,3	Dott. Luca Pandolfo	7,500
	1	Dott. Matteo Coviello	0,3	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	0,300	MEDIA	
	1,000	COEFF.	0,300	COEFF.	
		25,000			
	1	Dott. Luca Pandolfo	0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000
	1	Dott. Matteo Coviello	0,3	Dott. Matteo Coviello	
	1	Dott. Gianluca Stennardo	0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
	1,000	MEDIA	0,300	MEDIA	
	1,000	COEFF.	0,300	COEFF.	
		20,000			
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	0	Dott. Luca Pandolfo	0,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	0	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	0	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	0,000	MEDIA	
	0,700	COEFF.	0,000	COEFF.	
		17,500			
		62,500			13,500
		62,500			13,500

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

43

LOTTO 34 - SISTEMA PER
TRATTAMENTO LESIONI
CARTILAGINEE

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo per sotto-criterio se Presente	Punteggio per sotto-criterio se Assente	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	DELTA SRL
1 - Punta con capacità di autoblocco	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di punta con capacità di autoblocco	35	0	35,000	35,000

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'ASTL' and other smaller initials.

LOTTO 34 - SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE	CRITERIO DI VALUTAZIONE			
	2 - Adeguata profondità della perforazione della punta			
DITTE	Valore	Peso Parametro	Punteggio	Note
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	9	35,000	35,000	
DELTA SRL	9	35,000	35,000	
Valore Max			9	
Base d'asta			5	

Handwritten signature: h. COSTA / P

Small handwritten mark

**FORNITURA DI "MATERIALE DI
CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 34 - SISTEMA PER TRATTAMENTO
LESIONI CARTILAGINEE

CRITERIO	PUNTI MAX	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	DELTA SRL
1 - Punta con capacità di autoblocco	35	35,000	35,000
2 - Adeguata profondità della perforazione della punta	35	35,000	35,000
		ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	DELTA SRL
PUNTEGGIO TOTALE		70,00	70,00
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		70,00	70,00

Handwritten signature and initials, including a circled 'B'.

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 35 - CURETTE AD ANELLO

Scala dei coefficienti:

eccellente: coeff. 1,0
 ottimo: coeff. 0,7
 buono: coeff. 0,5
 discreto: coeff. 0,3
 sufficiente: coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.		Conmed Italia s.r.l.		
1 - Ergonomia dell'impugnatura	Attribuzione del valore in relazione all'ergonomia dell'impugnatura	20	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000	1	Dott. Luca Pandolfo
			1	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello
			1	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo
			1,000	MEDIA		1,000	MEDIA
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.
2 - Gamma diametri	Attribuzione del valore in relazione alla gamma di diametri offerti	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA		0,000	MEDIA
			1,000	COEFF.		0,000	COEFF.
3 - Gamma angolature	Attribuzione del valore in relazione alla gamma delle angolature offerte	25	0,3	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0	Dott. Luca Pandolfo
			0,3	Dott. Matteo Coviello		0	Dott. Matteo Coviello
			0,3	Dott. Gianluca Stennardo		0	Dott. Gianluca Stennardo
			0,300	MEDIA		0,000	MEDIA
			1,000	COEFF.		0,000	COEFF.
Totale punteggio				70,000			20,000
Punteggio riparametrato a punti 70				70,000			20,000


N.B.A. MEDICA SRL				PRO.MED. SRL			
	0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000		0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000
	0,3	Dott. Matteo Coviello			0,3	Dott. Matteo Coviello	
	0,3	Dott. Gianluca Stennardo			0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,300	MEDIA			0,300	MEDIA	
	0,300	COEFF.			0,300	COEFF.	
	0,3	Dott. Luca Pandolfo	10,714		0	Dott. Luca Pandolfo	0,000
	0,3	Dott. Matteo Coviello			0	Dott. Matteo Coviello	
	0,3	Dott. Gianluca Stennardo			0	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,300	MEDIA			0,000	MEDIA	
	0,429	COEFF.			0,000	COEFF.	
	0,3	Dott. Luca Pandolfo	25,000		0	Dott. Luca Pandolfo	0,000
	0,3	Dott. Matteo Coviello			0	Dott. Matteo Coviello	
	0,3	Dott. Gianluca Stennardo			0	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,300	MEDIA			0,000	MEDIA	
	1,000	COEFF.			0,000	COEFF.	

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,300	MAX tra le medie
----	-------	------------------

	41,714		6,000
	41,714		6,000



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

Genova, 04/10/2022

Prot. n. NP/2022/1107341

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario Referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890

9^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 9^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 04/10/2022

Il giorno 04/10/2022, alle ore 8,50 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per l'esame della campionatura ed attribuzione dei punteggi relativi ai criteri discrezionali dei prodotti offerti dalle Ditte:

- 1) N.B.A. MEDICA SRL: lotti 36 – 37 – 40 – 44
- 2) SMITH & NEPHEW S.R.L: lotti 36 – 37 – 38 – 39 – 42
- 3) ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: lotti 36 – 38 – 39
- 4) ARTHREX ITALIA S.R.L: lotti 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46
- 5) CONMED ITALIA SRL: lotti 37 – 38 – 39
- 6) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.: lotti 37 – 38
- 7) MEDACTA ITALIA SRL: lotti 38 – 39
- 8) PRO.MED. SRL: lotto 29

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale n. 2040/2022:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda
Presidente	Dott. Luca Pandolfo	ASL 1 "Imperiese"

Componente	Dott. Matteo Coviello	E.O. Ospedali Galliera
Componente	Dott. Gianluca Stennardo	ASL 2 "Savonese"

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

La Commissione ricorda che alla seduta del 23/05/2022 la Commissione si era riservata di verificare la percentuale di lunghezza della conicità per il lotto 38 e 39 in sede di esame della campionatura. All'odierna seduta, pertanto, in sede di esame della campionatura del lotto 38, la Commissione verificherà la percentuale di conicità dei prodotti offerti al fine di verificare il rispetto delle caratteristiche di minima del capitolato.

Si dà altresì atto che la PRO.MED. alla scorsa seduta non aveva portato in visione la campionatura del lotto 29 a causa di un problema con il corriere ed è stata riconvocata alla seduta odierna. Con comunicazione a mezzo piattaforma Sintel del 28/09/2022, acquisita a gli atti Prot-2022-1076328 in pari data, la Ditta in indirizzo ha comunicato di non essere "*in grado di consegnare la campionatura richiesta in quanto non sarà disponibile in tempi brevi*". Come comunicato con nota Prot-2022-1080909 del 29/09/2022, la Commissione attribuirà punteggio pari a 0 per tutti i criteri di valutazione del lotto 29, presupponendo gli stessi la visione della campionatura.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice ai parametri *de quibus* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Alle ore 9,15 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **N.B.A. MEDICA SRL**. Per la Ditta sono presenti Pietro Arnulfo e Mattia Pranzitelli

LOTTO 36 - FRESE FLESSIBILI PER LCA

Prodotto offerto: Flexible Reamer

Vengono mostrate le frese offerte ed il filo guida che ha memoria di forma

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone portato dalla ditta.

Alle 9,30 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.

Osservazioni: le frese presentano un'ottima leggibilità sia del calibro della fresa che della profondità della fresatura

2. Aggressività e rapidità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso.

Osservazioni: alla prova pratica le frese presentano un'ottima aggressività e rapidità di perforazione che facilitano la preparazione del tunnel osseo

3. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico

Osservazioni: alla prova pratica il filo guida presenta un'ottima scorrevolezza all'interno dell'aimer, la Commissione apprezza inoltre la memoria di forma del filo

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al range di misure offerte

Osservazioni : 18 misure, dalla 4,5 alla 12,5

Alle ore 9,35 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 37

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE

Prodotto offerto: Retrograde Reamer

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone portato dalla ditta.

Alle 9,46 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.

Osservazioni: le misure sono facilmente leggibili sulle frese; la fresa non presenta una numerazione centimetrata lungo l'asta della fresa stessa, ci sono solo delle tacche

2. Aggressività e rapidità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso.

Osservazioni: alla prova pratica le frese presentano un'ottima aggressività e rapidità di perforazione che facilitano la preparazione del tunnel osseo

3. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico

Osservazioni: il sistema offerto non presenta filo guida il che riduce notevolmente i passaggi e i tempi operatori

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al range di misure offerte

Osservazioni: 11 misure

Alle ore 9,51 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 40

LOTTO 40 - CANNULE ARTROSCOPICHE SOFT

Prodotto offerto: Gateway silicone cannula

La Commissione prende in mano le cannule offerte

Alle 9,58 termina la presentazione.

1. Gamma misure diametri: Attribuzione del valore in relazione alla gamma dei diametri offerti
Osservazioni: 2 misure diametri (8 e 12 mm). La Commissione rileva che i diametri proposti sono di calibro elevato, difficilmente utilizzabili per l'artroscopia di polso

2. Facilità di impiego: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di impiego (Q5)

Osservazioni: presente

Alle ore 10,00 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 44

LOTTO 44 - NANO STRUMENTI PER ARTROSCOPIA PICCOLE ARTICOLAZIONI E POLSO

Prodotto offerto: forbici small joint 2.0m m basket 2,1mm retto smuss o pinza da presa 2,5mm palpatore 90° small jangled ring curette pinza presa del.+ cremag .2.7mm
Vengono mostrati: palpatore, curette, alcune pinze da presa, alcuni basket
Alle 10,04 termina la presentazione.

1. Maneggevolezza ed ergonomia: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia.

Osservazioni: alla prova pratica le pinze presentano una discreta maneggevolezza ed ergonomia

2. Basso profilo del morso: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso

Osservazioni: alla prova pratica si apprezza un profilo non particolarmente basso

3. Varietà di inclinazione e angolature del morso: Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso.

Osservazioni: 12 varietà di inclinazione

*** **

Alle ore 10,20 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **SMITH & NEPHEW S.R.L.** Per la Ditta è presente Consuelo Allegretta

LOTTO 36 - FRESE FLESSIBILI PER LCA

Prodotto offerto: Clancy

Vengono mostrate le frese offerte ed il filo guida che ha memoria di forma

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone portato dalla ditta.

Alle 10,30 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.

Osservazioni: la numerazione delle frese è di non facile lettura sia per le dimensioni ridotte che per la tipologia di contrasto cromatico

2. Aggressività e rapidità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso.

Osservazioni: alla prova pratica le frese presentano una discreta aggressività e rapidità di perforazione in quanto il profilo è poco tagliente

3. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico

Osservazioni: alla prova pratica il filo non scorre agevolmente all'interno dell'aimer

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al range di misure offerte

Osservazioni: 16 misure, dalla 4,5 alla 11,5 mm

Alle ore 10,37 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 37

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE

Prodotto offerto: Acufex Trunav

Vengono mostrate le frese offerte ed il filo guida millimetrato

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone portato dalla ditta

Alle 10,45 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.

Osservazioni: le misure sono facilmente leggibili sulle frese

2. Aggressività e rapidità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso.

Osservazioni: alla prova pratica la fresa presenta una discreta aggressività e rapidità di perforazione, legate alla presenza di un solo dentino sulla fresa nella preparazione del retro tunnel

3. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico

Osservazioni: alla prova pratica il filo presenta una buona scorrevolezza all'interno della fresa; la Commissione apprezza la presenza del nitinol per il recupero della sutura

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al range di misure offerte

Osservazioni: 14 misure

Alle ore 10,52 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 38

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP

Prodotto offerto: Vite BIORCI-HA

Viene mostrato lo strumentario

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione verifica la conicità (50% della lunghezza)

La Commissione prova la flessibilità del filo guida ed il press-fit attraverso un saw bone

Alle ore 10,58 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: lo strumentario appare estremamente ridotto e di facile utilizzo; alla prova pratica è risultata un'eccellente flessibilità del filo guida, le cui caratteristiche ne permettono un'eccellente orientabilità per posizionare la vite nella sede prescelta

2. Press-fit e contatto innesto osseo a 360°: Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

Osservazioni: alla prova pratica la vite presenta un'eccellente press-fit e tenuta sul neo legamento con superficie di contatto ossea superlativa; eccellente congruenza della vite al tunnel e all'innesto

3. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili.

Osservazioni: 32 misure (diametro dalla 5 alla 12; lunghezze da 20 a 35)

Alle ore 11,05 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 39

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOSPOSITO PER LCA/LCP

Prodotto offerto: Vite Biosure

Viene mostrato lo strumentario

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione verifica la conicità (50% della lunghezza)

La Commissione prova la flessibilità del filo guida ed il press-fit attraverso un saw bone

Alle ore 11,10 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: lo strumentario appare estremamente ridotto e di facile utilizzo; alla prova pratica è risultata un'ottima flessibilità del filo guida; l'eccessiva flessibilità può tuttavia alterare la precisione di posizionamento

2. Press-fit e contatto innesto osseo a 360°: Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

Osservazioni: alla prova pratica la vite presenta un'eccellente press-fit e tenuta sul neo legamento con superficie di contatto ossea superlativa; eccellente congruenza della vite al tunnel e all'innesto

3. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili.

Osservazioni: 32 misure (diametro dalla 5 alla 12; lunghezze da 20 a 35)

Alle ore 11,13 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 42

LOTTO 42 - ANCORA ARTROSCOPICA A BATTUTA PER RISCOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DEL POLSO

Prodotto offerto: Perno senza nodo BIORAPTOR Knotless in PEEK

Viene mostrato lo strumentario

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

La Commissione prova la tecnica chirurgica e la scorrevolezza del filo nel saw bone messo a disposizione dalla Ditta

Alle 11,19 termina la presentazione.

1. Completezza del kit monouso per ottimizzazione la preparazione ossea: Attribuzione del valore in relazione alla completezza del kit monouso per ottimizzazione della preparazione ossea

Osservazioni: alla prova pratica lo strumentario appare completo e di facile utilizzo

2. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.

Osservazioni: alla prova pratica si apprezza una buona scorrevolezza del filo che favorisce il posizionamento dell'ancora

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

*** **

Alle ore 11,30 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.** Per la Ditta è presente Davide Bagnasco e Pietro Garella

LOTTO 36 - FRESE FLESSIBILI PER LCA

Prodotto offerto: Fresa sterile flessibile Precision

Vengono mostrate le frese offerte

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone portato dalla ditta.

La Ditta non ha portato in visione il filo guida pertanto la Commissione attribuisce 0 punti al parametro n. 3

Alle 11,37 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.

Osservazioni: la numerazione delle frese è di non facile lettura sia per le dimensioni ridotte che per la tipologia di contrasto cromatico

2. Aggressività e rapidità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso.

Osservazioni: alla prova pratica le frese presentano una buona aggressività e rapidità di perforazione grazie al suo profilo tagliente

3. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico

Osservazioni: la Ditta non ha portato in visione il filo guida

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al range di misure offerte

Osservazioni: 16 misure, dalla 4,5 alla 12

Alle ore 11,43 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 38

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP

Prodotto offerto: Lactosorb

Viene mostrato lo strumentario, in particolare cacciavite e filo guida

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione verifica la conicità (più del 50% della lunghezza)

La Commissione prova la flessibilità del filo guida ed il press-fit attraverso un saw bone

Alle ore 11,48 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: lo strumentario appare di ridotte dimensioni (numericamente), la Commissione ritiene che il filo guida sia eccessivamente flessibile, il che rende meno precisa la sede di inserzione della vite

2. Press-fit e contatto innesto osseo a 360°: Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

Osservazioni: l'eccessiva conicità della vite riduce il press-fit all'osso ed il contatto osseo

3. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili.

Osservazioni: 23 misure, dalla 7 mm alla 10 mm e lunghezze 20, 25 e 30 mm, sia testa tonda che tutto filetto

Alle ore 11,54 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 39

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOMPOSITO PER LCA/LCP

Prodotto offerto: Compositcp

Viene mostrato lo strumentario, in particolare cacciavite e filo guida

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione verifica la conicità (50% della lunghezza)

La Commissione prova la flessibilità del filo guida ed il press-fit attraverso un saw bone

Alle ore 12,00 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: lo strumentario appare ridotto e di facile utilizzo; alla prova pratica è risultata una buona flessibilità del filo guida;

2. Press-fit e contatto innesto osseo a 360°: Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

Osservazioni: alla prova pratica nel posizionamento della vite all'interno del tunnel si apprezza un ottimo press-fit e tenuta sul neo legamento con superficie di contatto ossea; ottima la congruenza della vite al tunnel e all'innesto

3. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili.

Osservazioni: 21 diametri dalla 6 mm alla 11 mm, lunghezza 20 mm, 25 mm, 30 mm e 35 mm, testa tonda e tutto filetto

Alle ore 11,25 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ARTHREX ITALIA S.R.L** Per la Ditta è presente Claudio Corò e Simon Iacopino

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE

Prodotto offerto: FlipCutter II Short

Viene mostrata la guida e i puntatori

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone portato dalla ditta.

Alle 12,17 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.

Osservazioni: la leggibilità delle misure sulle frese risulta molto semplice; la Commissione apprezza il fatto che sia riportato sulla punta della fresa la misura del calibro

2. Aggressività e rapidità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso.

Osservazioni: alla prova pratica la fresa presenta una discreta aggressività e rapidità di perforazione, legate alla presenza di un solo dentino sulla fresa nella preparazione del retro tunnel

3. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico

Osservazioni: il sistema offerto non presenta filo guida il che riduce notevolmente i passaggi e i tempi operatori

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al range di misure offerte

Osservazioni: 17 misure (da 5 mm a 13 mm con mezze misure)

Alle ore 12,24 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 38

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP

Prodotto offerto: BC IFS w/Sheath

Viene mostrato lo strumentario, in particolare cacciavite e filo guida

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione verifica la conicità (più del 50% della lunghezza)

La Commissione prova la flessibilità del filo guida ed il press-fit attraverso un saw bone

Alle ore 12,31 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: alla prova pratica lo strumentario appare ridotto con un'ottima flessibilità del filo guida

2. Press-fit e contatto innesto osseo a 360°: Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

Osservazioni: alla prova pratica nel posizionamento della vite nel tunnel osseo si apprezza un'ottima congruenza della vite al tunnel e all'innesto con un ottimo press-fit

3. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio. Molto apprezzata la presenza di un marker di temperatura sulla confezione.

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili.

Osservazioni: 19 varietà di misure (6 – 7 – 8 – 9 – 10 come lunghezza 23; 7 – 8 – 9 -10 - 11 - 12 come lunghezza 28; 9 -10-11-12 come lunghezza 35, testa tonda e testa piatta)

Alle ore 12,42 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 39

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOSPOSITO PER LCA/LCP

Prodotto offerto: BC IF SCRW, VENTED

Viene mostrato lo strumentario, in particolare cacciavite e filo guida

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione verifica la conicità (più del 50% della lunghezza)

La Commissione prova la flessibilità del filo guida ed il press-fit attraverso un saw bone

Alle ore 12,48 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: alla prova pratica lo strumentario appare ridotto con un'ottima flessibilità del filo guida

2. Press-fit e contatto innesto osseo a 360°: Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

Osservazioni: prova pratica nel posizionamento della vite nel tunnel osseo si apprezza un'ottima congruenza della vite al tunnel e all'innesto con un ottimo press-fit

3. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio. Molto apprezzata la presenza di un marker di temperatura sulla confezione.

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili.

Osservazioni: 6-7-8-9-10 mm nella misura 20 mm di lunghezza – da 7 a 12 mm lunghezza 30 mm

Alle ore 12,49 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 40

LOTTO 40 - CANNULE ARTROSCOPICHE SOFT

Prodotto offerto: PassPort Button

La Commissione prene in mano le cannule offerte

Alle 12,53 termina la presentazione.

1. Gamma misure diametri: Attribuzione del valore in relazione alla gamma dei diametri offerti

Osservazioni: 3 diametri (6-8-10 mm); la variabilità dei diametri proposti consente l'utilizzo della cannula anche per i piccoli distretti articolari, in primis il polso

2. Facilità di impiego: Attribuzione del valore in relazione alla facilità di impiego (Q5)

Osservazioni: presente

Alle ore 13,00 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 41

LOTTO 41 - PASSA SUTURE MONOUSO

Prodotto offerto: Suture lasso

La Commissione prova l'ago

Alle 13,03 termina la presentazione.

1. Capacità di penetrazione dell'ago: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione dell'ago.

Osservazioni: alla prova pratica risulta un'ottima capacità di penetrazione

2. Diametro ago: Attribuzione del valore in relazione al diametro della cannula

Osservazioni: da 16 a 20

3. Gamma angolazioni della punta: Attribuzione del valore in relazione alla gamma di angolazioni della punta offerte

Osservazioni: 16 varietà

Alle ore 13,04 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 42

LOTTO 42 - ANCORA ARTROSCOPICA A BATTUTA PER RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DEL POLSO

Prodotto offerto: Mini PEEK PushLock® Anchor

Viene mostrato lo strumentario

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

La Commissione prova la tecnica chirurgica nel saw bone messo a disposizione dalla Ditta

Alle 13,09 termina la presentazione.

1. Completezza del kit monouso per ottimizzazione della preparazione ossea: Attribuzione del valore in relazione alla completezza del kit monouso per ottimizzazione della preparazione ossea

Osservazioni: alla prova pratica lo strumentario appare completo e di estrema facilità di utilizzo; la Commissione apprezza lo strumento dedicato alla perforazione della corticale nelle ossa particolarmente dure e la presenza del guida punte monouso

2. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.

Osservazioni: il sistema offerto non prevede l'utilizzo di un filo guida il che semplifica notevolmente la tecnica e riduce i tempi di intervento

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

Alle ore 13,15 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 43

LOTTO 43 - ANCORA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELLO SCAFOLUNATO

Prodotto offerto: DX Swivelock SL

Viene mostrato lo strumentario

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

La Commissione prova la tecnica chirurgica nel saw bone messo a disposizione dalla Ditta

Alle 13,20 termina la presentazione.

1. Completezza del kit monouso per ottimizzazione della preparazione ossea: Attribuzione del valore in relazione alla completezza del kit monouso per ottimizzazione della preparazione ossea

Osservazioni: alla prova pratica lo strumentario appare completo e di estrema facilità di utilizzo

2. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione apprezza un'ottima scorrevolezza del filo

3. Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio):
Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

Alle ore 13,22 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 44

LOTTO 44 - NANO STRUMENTI PER ARTROSCOPIA PICCOLE ARTICOLAZIONI E POLSO

Prodotto offerto: NanoBiter Str Tip

La Commissione prova la pinza

Alle 13,26 termina la presentazione.

1. Maneggevolezza ed ergonomia: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione apprezza un'eccellente maneggevolezza delle pinze e l'impugnatura particolarmente ergonomica che ne facilita molto l'utilizzo

2. Basso profilo del morso: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso.

Osservazioni: la Commissione valuta molto positivamente il profilo del morso della pinza che appare estremamente basso (2 mm di diametro) e mini invasivo

3. Varietà di inclinazione e angolature del morso: Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso.

Osservazioni: 4 angolature che permettono comunque una buona capacità operativa

Alle ore 13,30 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 45

LOTTO 45 - MICROSUTURE A LOOP PER LA FISSAZIONE TENDINEA

Prodotto offerto: FiberLoop

La Commissione prova l'inserimento dell'ago e del filo

Alle 13,34 termina la presentazione.

1. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.

Osservazioni: alla prova pratica si apprezza un'ottima scorrevolezza del filo

2. Capacità di penetrazione dell'ago: Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione dell'ago.

Osservazioni: alla prova pratica è risultata un'ottima capacità di penetrazione dell'ago

3. Presenza di serigrafie e codici colore sulla confezione: Attribuzione del valore in relazione alla presenza di serigrafie e codici colore sulla confezione.

Osservazioni: sulla confezione sono presenti serigrafie molto chiare e codici colore

Alle ore 13,35 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 46

LOTTO 46 - PASSA TENDINI ARTROSCOPICO

Prodotto offerto: QuickPass

La Commissione prova il passa tendini

Alle 13,40 termina la presentazione.

1. Maneggevolezza ed ergonomia dell'impugnatura: Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia dell'impugnatura

Osservazioni: l'impugnatura risulta molto ergonomica e maneggevole

2. Basso profilo: Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza.

Osservazioni: la pinza presenta un ottimo basso profilo

3. Gamma misure lunghezze: Attribuzione del valore in relazione alla gamma di lunghezze offerte.

Osservazioni: small e large, si taglia poi a seconda delle esigenze

*** **

La seduta si interrompe alle 13,45 per la pausa pranzo e riprende alle ore 14,40

*** **

Alle ore 14,40 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.**. Per la Ditta è presente Lorenzo Ferrero e Davide Olivero

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE

Prodotto offerto: Twister

Viene illustrato il funzionamento dello strumentario: aimer di diversa tipologia in base all'aggancio, 2 puntatori che cambiano per il diametro, un otturatore forato

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone portato dalla ditta.

Alle 14,55 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.

Osservazioni: la Commissione ha molto apprezzato la unicità della fresa dotata di un sistema di regolazione che permette di scegliere il calibro della fresa retrograda; eccellente la leggibilità delle misure

2. Aggressività e rapidità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso.

Osservazioni: alla prova pratica la fresa ha dimostrato un'eccellente aggressività e rapidità di perforazione dell'osso. La Commissione ha molto apprezzato la capacità di perforazione del tunnel osseo retrogrado determinata dalle caratteristiche strutturali e morfologiche del dentino situato sulla fresa

3. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico

Osservazioni: alla prova pratica si apprezza un'eccellente scorrimento del filo all'interno della guida dell'aider senza subire deformazioni

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al range di misure offerte

Osservazioni: 12 misure (da 6 a 12 con le mezze misure)

Alle ore 15,04 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 38

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP

Prodotto offerto: Milagro Advance

Viene mostrato lo strumentario

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione prova la flessibilità del filo guida ed il press-fit attraverso un saw bone

Alle ore 15,11 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: alla prova pratica lo strumentario appare ridotto con un'ottima flessibilità del filo guida

2. Press-fit e contatto innesto osseo a 360°: Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

Osservazioni: alla prova pratica la vite presenta un'eccellente press-fit e un contatto con l'innesto a 360° che ne determina una grande stabilità

3. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili.

Osservazioni: da 5 mm a 12 mm, non ci sono le mezze misure

*** **

Alle ore 15,20 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **MEDACTA ITALIA SRL**. Per la Ditta è presente Michele Pizzoli

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP

Prodotto offerto: MectaScrew B

Viene mostrato lo strumentario

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione verifica la conicità (1/4 della lunghezza). Il Capitolato richiedeva quale requisito di minima che la vite presentasse profilo conico per almeno metà della lunghezza. La Commissione ritiene tuttavia che il prodotto offerto possa ritenersi equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, presentando una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara. Il prodotto offerto, infatti, pur non avendo conicità per metà della lunghezza, consente comunque di fissare il neolegamento al tunnel osseo.

La Commissione prova la flessibilità del filo guida ed il press-fit attraverso un saw bone

Alle ore 15,29 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: lo strumentario risulta ingombrante e numericamente consistente; il filo guida appare eccessivamente flessibile

2. Press-fit e contatto innesto osseo a 360°: Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione rileva uno scarso press-fit e congruenza della vite al tunnel ed all'innesto, determinate dalla morfologia della vite, conica solo per 1/4 e dalla perdita della filettatura a seguito dell'avvitamento nel tunnel

3. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio. Molto apprezzata la presenza di un marker di temperatura sulla confezione.

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili.

Osservazioni: dal 6 al 12 mm, lunghezze da 15 a 35 mm

Alle ore 15,38 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 39

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOMPOSITO PER LCA/LCP

Prodotto offerto: MectaScrew C

Prodotto offerto: MectaScrew B

Viene mostrato lo strumentario

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione verifica la conicità (1/4 della lunghezza). Il Capitolato richiedeva quale requisito di minima che la vite presentasse profilo conico per almeno metà della lunghezza. La Commissione ritiene tuttavia che il prodotto offerto possa ritenersi equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, presentando una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara. Il prodotto offerto, infatti, pur non avendo conicità per metà della lunghezza, consente comunque di fissare il neolegamento al tunnel osseo.

La Commissione prova la flessibilità del filo guida ed il press-fit attraverso un saw bone

Alle ore 15,43 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: lo strumentario risulta ingombrante e numericamente consistente; il filo guida appare eccessivamente flessibile

2. Press-fit e contatto innesto osseo a 360°: Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione rileva uno scarso press-fit e congruenza della vite al tunnel ed all'innesto, determinate dalla morfologia della vite, conica solo per ¼ e dalla perdita della filettatura a seguito dell'avvitamento nel tunnel

3. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio. Molto apprezzata la presenza di un marker di temperatura sulla confezione.

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili.

Osservazioni: dal 6 al 12 mm, lunghezze da 15 a 35 mm

*** **

Alle ore 15,50 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **CONMED ITALIA SRL**. Per la Ditta è presente Tatiana Ghiglione

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE

Prodotto offerto: Infinity Retro-Reamer

La Commissione prova la tecnica chirurgica su un saw bone portato dalla ditta.

Alle 16,00 termina la presentazione.

1. Buona leggibilità delle misure: Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.

Osservazioni: la facilità di lettura delle misure sulle frese risulta scarsa in quanto lo stelo della fresa non presenta numerazione, ci sono solo tacche non sufficientemente evidenti cromaticamente

2. Aggressività e rapidità di perforazione: Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso.

Osservazioni: alla prova pratica la fresa presenta una discreta aggressività e rapidità di perforazione, legate alla presenza di un solo dentino sulla fresa nella preparazione del retro tunnel

3. Scorrevolezza del filo: Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico

Osservazioni: il sistema offerto non presenta filo guida il che riduce notevolmente i passaggi e i tempi operatori

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al range di misure offerte

Osservazioni: 11 misure (da 6 a 12 mm con le mezze misure dalla 6 alla 9,5)

Alle ore 16,09 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 38

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP

Prodotto offerto: Viti bioscrew tipo 'PROPEL'

Viene mostrato lo strumentario

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione verifica la conicità (23% della lunghezza). Il Capitolato richiedeva quale requisito di minima che la vite presentasse profilo conico per almeno metà della lunghezza. La Commissione ritiene tuttavia che il prodotto offerto possa ritenersi equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, presentando una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara. Il prodotto offerto, infatti, pur non avendo conicità per metà della lunghezza, consente comunque di fissare il neolegamento al tunnel osseo.

La Commissione prova la flessibilità del filo guida ed il press-fit attraverso un saw bone

Alle ore 16,13 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: alla prova pratica lo strumentario appare ridotto ma il filo guida risulta eccessivamente flessibile

2. Press-fit e contatto innesto osseo a 360°: Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione rileva uno scarso press-fit e congruenza della vite al tunnel ed all'innesto, determinate dalla morfologia della vite, conica solo per 23% della lunghezza e dalla perdita della filettatura a seguito dell'avvitamento nel tunnel

3. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola abbastanza sottile

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili.

Osservazioni: 5 diametri (da 7 mm a 11 mm) e 3 lunghezze (20-25-30 mm); 10 mm e 11 mm lunghezza solo 25 mm e 30 mm

Alle ore 16,25 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti nel lotto 39

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOMPOSITO PER LCA/LCP

Prodotto offerto: Genesys Matryx

Viene mostrato lo strumentario

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto offerto.

La Commissione verifica la conicità (23% della lunghezza). Il Capitolato richiedeva quale requisito di minima che la vite presentasse profilo conico per almeno metà della lunghezza. La Commissione ritiene tuttavia che il prodotto offerto possa ritenersi equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, presentando una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara. Il prodotto offerto, infatti, pur non avendo conicità per metà della lunghezza, consente comunque di fissare il neolegamento al tunnel osseo.

La Commissione prova la flessibilità del filo guida ed il press-fit attraverso un saw bone

Alle ore 16,35 termina la presentazione.

1. Strumentario ridotto corredato da filo guida: Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.

Osservazioni: alla prova pratica lo strumentario appare ridotto ma il filo guida risulta eccessivamente flessibile

2. Press-fit e contatto innesto osseo a 360°: Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione rileva uno scarso press-fit e congruenza della vite al tunnel ed all'innesto, determinate dalla morfologia della vite, conica solo per 23% della lunghezza e dalla perdita della filettatura a seguito dell'avvitamento nel tunnel

3. Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio): Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.

Osservazioni: confezione di facile apertura, presenta varie etichettature di facile lettura, scatola molto sottile e quindi di facile stoccaggio

4. Range di misure: Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili.

Osservazioni: 8 diametri da 5,5 mm a 11 mm; lunghezze: dalla 5,5 mm alla 6,5 mm 4 lunghezze (dalla 15 mm alla 30 mm), dalla 7 alla 11 dalla 3 lunghezze 20 mm alla 30 mm e per la 10 mm e 11 mm anche lunghezza 35 mm

Al termine della valutazione tecnica risultano i seguenti punteggi:

LOTTO 1 - CANNULE PER ARTROSCOPIA

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	64,00	64,00
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	44,29	44,29

**LOTTO 2 - ANCORE BIOCAMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI
ROTATORI**

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	70,00
CONMED ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	62,86	62,86
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	70,00

**LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI
ROTATORI**

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	62,50	62,50
CONMED ITALIA S.R.L.	62,50	62,50
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	62,50	62,50
N.B.A. MEDICA SRL	62,50	62,50
SMITH & NEPHEW SRL	57,50	57,50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	70,00

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	57,50	57,50
SMITH & NEPHEW SRL	62,50	62,50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	70,00

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	55,00	61,60
ARTHREX ITALIA S.R.L.	62,50	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	57,50	64,40
MEDACTA ITALIA SRL	55,00	61,60
N.B.A. MEDICA SRL	50,00	56,00
SMITH & NEPHEW SRL	55,00	61,60
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	62,50	70,00

LOTTO 6 - ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
SMITH & NEPHEW SRL	55,36	55,36

LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	62,50	62,50

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	62,50	62,50
N.B.A. MEDICA SRL	62,50	62,50
SMITH & NEPHEW SRL	62,50	62,50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	70,00

LOTTO 8 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
SMITH & NEPHEW SRL	62,50	62,50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	70,00

LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00
N.B.A. MEDICA SRL	45,00	45,00
SMITH & NEPHEW SRL	56,50	56,50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	56,50	56,50

LOTTO 10 - UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00
CONMED ITALIA S.R.L.	50,00	50,00
SMITH & NEPHEW SRL	60,00	60,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	56,00	56,00

LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CONMED ITALIA S.R.L.	32,10	32,10
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	42,32	42,32
SMITH & NEPHEW SRL	15,65	15,65
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	70,00

LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	35,50	38,23
ARTHREX ITALIA S.R.L	65,00	70,00
CONMED ITALIA S.R.L.	40,50	43,61
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	35,50	38,23
MEDACTA ITALIA SRL	30,50	32,85
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	35,50	38,23

LOTTO 13 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO AUTOMATICO

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00
SMITH & NEPHEW SRL	59,50	59,50

LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	45,50	45,50
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	49,00	49,00
N.B.A. MEDICA SRL	59,50	59,50

SMITH & NEPHEW SRL	70,00	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	59,50	59,50

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	64,00	70,00
CONMED ITALIA S.R.L.	47,33	51,77
SMITH & NEPHEW SRL	53,33	58,33

LOTTO 16 - FILO PASSA SUTURE TRANSOSSEO

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	55,00	55,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	70,00
LIMACORPORATE	9,00	9,00

LOTTO 17 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI PLURIUSO

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	65,00	70,00

LOTTO 18 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI MONOUSO

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	45,00	45,00
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	70,00

LOTTO 19 - VITI IN TITANIO AD INTERFERENZA PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 20 - SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	50,00	70,00

LOTTO 21 - SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	70,00

LOTTO 22 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	70,00
SMITH & NEPHEW SRL	60,00	60,00

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	50,50	50,50
ARTHREX ITALIA S.R.L.	61,00	61,00
CONMED ITALIA S.R.L.	41,79	41,79
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	65,50	65,50
SMITH & NEPHEW SRL	41,79	41,79

ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
-----------------------------	-------	-------

LOTTO 24 - CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
LIMACORPORATE	70,00	70,00

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	49,00	49,00
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	24,00	24,00
CONMED ITALIA S.R.L.	56,50	56,50
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	35,00	35,00
N.B.A. MEDICA SRL	70,00	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56,50	56,50

LOTTO 26 - PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	23,00	23,00
N.B.A. MEDICA SRL	59,50	59,50
SMITH & NEPHEW SRL	12,50	12,50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	23,00	23,00

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	50,00	50,00

DELTA SRL	64,29	64,29
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	64,29	64,29
SMITH & NEPHEW SRL	55,71	55,71
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	64,29	64,29

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	55,00	55,00
CONMED ITALIA S.R.L.	55,00	55,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	70,00
N.B.A. MEDICA SRL	50,00	50,00
SMITH & NEPHEW SRL	55,00	55,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	50,00	50,00

LOTTO 29 - SPINGI NODI

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	40,00	40,00
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
CONMED ITALIA S.R.L.	55,00	55,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	70,00
N.B.A. MEDICA SRL	49,00	49,00
PRO.MED. SRL	0,00	0,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	62,50	62,50

LOTTO 30 - PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	45,00	45,00
N.B.A. MEDICA SRL	45,00	45,00
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	70,00

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	35,00	35,00
-----------------------------	-------	-------

LOTTO 31 – PALPATORE, BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
N.B.A. MEDICA SRL	26,00	26,00
PRO.MED. SRL	31,00	31,00
SMITH & NEPHEW SRL	26,00	26,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	62,50	62,50

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	35,00	35,00
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	62,50	62,50
CONMED ITALIA S.R.L.	31,00	31,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	62,50	62,50
PRO.MED. SRL	62,50	62,50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	13,50	13,50

LOTTO 34 - SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	70,00
DELTA SRL	70,00	70,00

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

Small handwritten mark at the bottom right corner.

LOTTO 35 - CURETTE AD ANELLO

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00
Conmed Italia s.r.l.	20,00	20,00
N.B.A. MEDICA SRL	41,71	41,71
PRO.MED. SRL	6,00	6,00

LOTTO 36 - FRESE FLESSIBILI PER LCA

NOME PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
N.B.A. MEDICA SRL	70,00	70,00
SMITH & NEPHEW SRL	27,86	27,86
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	33,57	33,57

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	50,00	56,00
CONMED ITALIA S.R.L.	34,50	38,64
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	62,50	70,00
N.B.A. MEDICA SRL	46,50	52,08
SMITH & NEPHEW SRL	34,00	38,08

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	49,50	58,23
ARTHREX ITALIA S.R.L	52,00	61,18
CONMED ITALIA S.R.L.	22,00	25,88
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	50,00	58,82

MEDACTA ITALIA SRL	27,50	32,35
SMITH & NEPHEW SRL	59,50	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	49,50	58,23

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOSPOSITO PER LCA/LCP

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	46,50	48,58
CONMED ITALIA S.R.L.	38,43	40,15
MEDACTA ITALIA SRL	22,50	23,50
SMITH & NEPHEW SRL	67,00	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	44,21	46,19

LOTTO 40 - CANNULE ARTROSCOPICHE SOFT

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00
N.B.A. MEDICA SRL	45,50	45,50

LOTTO 41 - PASSA SUTURE MONOUSO

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00

LOTTO 42 - ANCORA ARTROSCOPICA A BATTUTA PER RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DEL POLSO

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00
SMITH & NEPHEW SRL	45,00	45,00

LOTTO 43 - ANCORA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELLO SCAFO LUNATO

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00

LOTTO 44 - NANO STRUMENTI PER ARTROSCOPIA PICCOLE ARTICOLAZIONI E POLSO

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	62,86	70,00
N.B.A. MEDICA SRL	38,50	42,87

LOTTO 45 - MICROSUTURE A LOOP PER LA FISSAZIONE TENDINEA

	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00

LOTTO 46 - PASSA TENDINI ARTROSCOPICO


	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00

Al presente verbale sono allegate le tabelle riepilogative dei punteggi dei lotti 29 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46.

La seduta è tolta alle ore 18,00
Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 04/10/2022

Presidente Commissione Giudicatrice
Dott. Luca PANDOLFO

Componente
Dott. Matteo COVIELLO





15

Componente

Dott. Gianluca STENNARDO

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianluca Stennardo", written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rossana Brandolin", written over a horizontal line.A small, handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few loops, located on the right side of the page.


**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO
PER ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 29 - SPINGI NODI

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.			ARTHREX ITALIA S.R.L.		
1 - Atraumaticità sul filo	Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità sul filo.	25	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,5	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA		1,000	MEDIA	
			0,500	COEFF.		1,000	COEFF.	
2 - Ergonomia dell'impugnatura manico	Attribuzione del valore in relazione alla ergonomia dell'impugnatura manico.	20	0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,000	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000
			0,5	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA		1,000	MEDIA	
			0,500	COEFF.		1,000	COEFF.	
3 - Scorrevolezza sul filo	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza sul filo e adeguate dimensioni del foro atte allo scopo	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA		1,000	MEDIA	
			0,700	COEFF.		1,000	COEFF.	

Totale punteggio		40,000	70,000
Punteggio riparametrato a punti 70		40,000	70,000



CONMED ITALIA S.R.L.			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.			N.B.A. MEDICA SRL		
0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
0,7	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
0,7	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
0,700	MEDIA		1,000	MEDIA		0,700	MEDIA	
0,700	COEFF.		1,000	COEFF.		0,700	COEFF.	
1	Dott. Luca Pandolfo	20,000	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	14,000
1	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
1	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
1,000	MEDIA		1,000	MEDIA		0,700	MEDIA	
1,000	COEFF.		1,000	COEFF.		0,700	COEFF.	
0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
0,7	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
0,7	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
0,700	MEDIA		1,000	MEDIA		0,700	MEDIA	
0,700	COEFF.		1,000	COEFF.		0,700	COEFF.	
		55,000			70,000			49,000
		55,000			70,000			49,000

PRO.MED. SRL			ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.		
0	Dott. Luca Pandolfo	0,000	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
0	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
0	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
0,000	MEDIA		1,000	MEDIA	
0,000	COEFF.		1,000	COEFF.	
0	Dott. Luca Pandolfo	0,000	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000
0	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
0	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
0,000	MEDIA		1,000	MEDIA	
0,000	COEFF.		1,000	COEFF.	
0	Dott. Luca Pandolfo	0,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
0	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
0	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
0,000	MEDIA		0,700	MEDIA	
0,000	COEFF.		0,700	COEFF.	

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

	0,000		62,500
	0,000		62,500

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 36 - FRESE FLESSIBILI PER LCA

Scala dei coefficienti:

eccellente: coeff. 1,0
ottimo: coeff. 0,7
buono: coeff. 0,5
discreto: coeff. 0,3
sufficiente: coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	N.B.A. MEDICA SRL		SMITH & NEPHEW SRL		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	
1 - Buona leggibilità delle misure	Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000	0,3	Dott. Luca Pandolfo	8,571
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA		0,300	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,429	COEFF.	
2 - Aggressività e rapidità di perforazione	Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso.	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000	0,3	Dott. Luca Pandolfo	14,286
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA		0,300	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,429	COEFF.	
3 - Scorrevolezza del filo	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico.	15	0,7	Dott. Luca Pandolfo	15,000	0	Dott. Luca Pandolfo	0,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA		0,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,000	COEFF.	
4 - Range di misure	Attribuzione del valore in relazione al range di misure offerte	15	0,7	Dott. Luca Pandolfo	15,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,714
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA		0,500	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,714	COEFF.	
Totale punteggio				70,000		27,857		33,571
Punteggio riparametrato a punti 70				70,000		27,857		33,571

B4 | 0,700 | MAX tra le medie

B5 | 0,700 | MAX tra le medie

B5 | 0,700 | MAX tra le medie

B5 | 0,700 | MAX tra le medie

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L		CONMED ITALIA S.R.L			
1 - Buona leggibilità delle misure	Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo	14,000	0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA		0,300	MEDIA	
			0,700	COEFF.		0,300	COEFF.	
2 - Aggressività e rapidità di perforazione	Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso.	20	0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000	0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000
			0,3	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello	
			0,3	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,300	MEDIA		0,300	MEDIA	
			0,300	COEFF.		0,300	COEFF.	
3 - Scorrevolezza del filo	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico.	15	1	Dott. Luca Pandolfo	15,000	1	Dott. Luca Pandolfo	15,000
			1	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA		1,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.	
4 - Range di misure	Attribuzione del valore in relazione al range di misure offerte	15	1	Dott. Luca Pandolfo	15,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500
			1	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA		0,500	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,500	COEFF.	

Totale punteggio		50,000		34,500
Punteggio riparametrato a punti 70		56,000		38,640

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top and several initials below it.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.			N.B.A. MEDICA SRL			SMITH & NEPHEW SRL		
1	Dott. Luca Pandolfo	20,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,000
1	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello	
1	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
1,000	MEDIA		0,500	MEDIA		0,500	MEDIA	
1,000	COEFF.		0,500	COEFF.		0,500	COEFF.	
1	Dott. Luca Pandolfo	20,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	14,000	0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000
1	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello	
1	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
1,000	MEDIA		0,700	MEDIA		0,300	MEDIA	
1,000	COEFF.		0,700	COEFF.		0,300	COEFF.	
1	Dott. Luca Pandolfo	15,000	1	Dott. Luca Pandolfo	15,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500
1	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello	
1	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
1,000	MEDIA		1,000	MEDIA		0,500	MEDIA	
1,000	COEFF.		1,000	COEFF.		0,500	COEFF.	
0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500	0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500	0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500
0,5	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
0,500	MEDIA		0,500	MEDIA		0,700	MEDIA	
0,500	COEFF.		0,500	COEFF.		0,700	COEFF.	

B4	1,000
----	-------

B5	1,000
----	-------

B5	1,000
----	-------

B5	1,000
----	-------

	62,500		46,500		34,000
	70,000		52,080		38,080

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'P. S. T.' and other initials below it.

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.		ARTHREX ITALIA S.R.L.			
1 - Strumentario ridotto corredato da filo guida	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.	15	0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500	0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500
			0,5	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA		0,700	MEDIA	
			0,500	COEFF.		0,700	COEFF.	
2 - Press-fit e contatto innesto osseo a 360°	Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto	20	0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	14,000
			0,5	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA		0,700	MEDIA	
			0,500	COEFF.		0,700	COEFF.	
3 - Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento	10	0,7	Dott. Luca Pandolfo	7,000	1	Dott. Luca Pandolfo	10,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA		1,000	MEDIA	
			0,700	COEFF.		1,000	COEFF.	
4 - Range di misure	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili	25	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
			1	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA		0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,700	COEFF.	

Totale punteggio		49,500	52,000
Punteggio riparametrato a punti 70		58,235	61,176

CONMED ITALIA S.R.L.			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.			MEDACTA ITALIA SRL		
0,3	Dott. Luca Pandolfo	4,500	0,7	Dott. Luca Pandolfo	10,500	0	Dott. Luca Pandolfo	0,000
0,3	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello		0	Dott. Matteo Coviello	
0,3	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0	Dott. Gianluca Stennardo	
0,300	MEDIA		0,700	MEDIA		0,000	MEDIA	
0,300	COEFF.		0,700	COEFF.		0,000	COEFF.	
0	Dott. Luca Pandolfo	0,000	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000	0	Dott. Luca Pandolfo	0,000
0	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello		0	Dott. Matteo Coviello	
0	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo		0	Dott. Gianluca Stennardo	
0,000	MEDIA		1,000	MEDIA		0,000	MEDIA	
0,000	COEFF.		1,000	COEFF.		0,000	COEFF.	
0,5	Dott. Luca Pandolfo	5,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	7,000	1	Dott. Luca Pandolfo	10,000
0,5	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
0,500	MEDIA		0,700	MEDIA		1,000	MEDIA	
0,500	COEFF.		0,700	COEFF.		1,000	COEFF.	
0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500
0,5	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
0,500	MEDIA		0,500	MEDIA		0,700	MEDIA	
0,500	COEFF.		0,500	COEFF.		0,700	COEFF.	

	22,000		50,000		27,500
	25,882		58,824		32,353

[Handwritten signatures and initials]

SMITH & NEPHEW SRL				ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.			
	1	Dott. Luca Pandolfo	15,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	7,500	
	1	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello		
	1	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo		
	1,000	MEDIA		0,500	MEDIA		
	1,000	COEFF.		0,500	COEFF.		
	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,000	
	1	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello		
	1	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo		
	1,000	MEDIA		0,500	MEDIA		
	1,000	COEFF.		0,500	COEFF.		
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	7,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	7,000	
	0,7	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello		
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo		
	0,700	MEDIA		0,700	MEDIA		
	0,700	COEFF.		0,700	COEFF.		
	0,7	Dott. Luca Pandolfo	17,500	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	
	0,7	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello		
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo		
	0,700	MEDIA		1,000	MEDIA		
	0,700	COEFF.		1,000	COEFF.		

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

	59,500		49,500
	70,000		58,235

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOMPOSITO PER LCA/LCP

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.		
1 - Strumentario ridotto corredato da filo guida	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.	15	0,7	Dott. Luca Pandolfo	15,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
2 - Press-fit e contatto innesto osseo a 360°	Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo	14,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			0,700	COEFF.	
3 - Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento	10	1	Dott. Luca Pandolfo	10,000
			1	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
4 - Range di misure	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione al range di misure disponibili	25	0,3	Dott. Luca Pandolfo	7,500
			0,3	Dott. Matteo Coviello	
			0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,300	MEDIA	
			0,300	COEFF.	

Totale punteggio	46,500
Punteggio riparametrato a punti 70	48,582

CONMED ITALIA S.R.L.			MEDACTA ITALIA SRL			SMITH & NEPHEW SRL		
0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,429	0	Dott. Luca Pandolfo	0,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	15,000
0,3	Dott. Matteo Coviello		0	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
0,3	Dott. Gianluca Stennardo		0	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
0,300	MEDIA		0,000	MEDIA		0,700	MEDIA	
0,429	COEFF.		0,000	COEFF.		1,000	COEFF.	
0	Dott. Luca Pandolfo	0,000	0	Dott. Luca Pandolfo	0,000	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000
0	Dott. Matteo Coviello		0	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
0	Dott. Gianluca Stennardo		0	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
0,000	MEDIA		0,000	MEDIA		1,000	MEDIA	
0,000	COEFF.		0,000	COEFF.		1,000	COEFF.	
0,7	Dott. Luca Pandolfo	7,000	1	Dott. Luca Pandolfo	10,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	7,000
0,7	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
0,7	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
0,700	MEDIA		1,000	MEDIA		0,700	MEDIA	
0,700	COEFF.		1,000	COEFF.		0,700	COEFF.	
1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000
1	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello		1	Dott. Matteo Coviello	
1	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo		1	Dott. Gianluca Stennardo	
1,000	MEDIA		0,500	MEDIA		1,000	MEDIA	
1,000	COEFF.		0,500	COEFF.		1,000	COEFF.	
		38,429			22,500			67,000
		40,149			23,507			70,000

ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.		
-----------------------------	--	--

	0,5	Dott. Luca Pandolfo	10,714
	0,5	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA	
	0,714	COEFF.	

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

	0,7	Dott. Luca Pandolfo	14,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	0,700	COEFF.	

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

	0,7	Dott. Luca Pandolfo	7,000
	0,7	Dott. Matteo Coviello	
	0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,700	MEDIA	
	0,700	COEFF.	

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500
	0,5	Dott. Matteo Coviello	
	0,5	Dott. Gianluca Stennardo	
	0,500	MEDIA	
	0,500	COEFF.	

B5	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

	44,214
	46,194

FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 8339844

LOTTO 40 - CANNULE ARTROSCOPICHE SOFT

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.		N.B.A. MEDICA SRL			
1 - Gamma misure diametri	Attribuzione del valore in relazione alla gamma dei diametri offerti	35	1	Dott. Luca Pandolfo	35,000	0,3	Dott. Luca Pandolfo	10,500
			1	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA		0,300	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,300	COEFF.	
						B4	1,000	MAX tra le medie

LOTTO 40 - CANNULE
ARTROSCOPICHE SOFT

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo per sotto-criterio se Presente	Punteggio per sotto-criterio se Assente	ARTHREX ITALIA S.R.L	N.B.A. MEDICA SRL
2 - Facilità di impiego	2. Facilità di impiego	35	0	35,000	35,000

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and initials 'AP' and 'B' on the left.

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 8339844

**LOTTO 40 - CANNULE ARTROSCOPICHE
SOFT**

CRITERIO	PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L	N.B.A. MEDICA SRL
1 - Gamma misure diametri	35	35,000	10,500
2 - Facilità di impiego	35	35,000	35,000
PUNTEGGIO TOTALE		70,000	45,500
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		70,000	45,500



**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 41 - PASSA SUTURE MONOUSO

Scala dei coefficienti:

eccellente: coeff. 1,0
ottimo: coeff. 0,7
buono: coeff. 0,5
discreto: coeff. 0,3
sufficiente: coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L	
1 - Capacità di penetrazione dell'ago	Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione dell'ago.	30	0,7	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA
			1,000	COEFF.
2 - Diametro ago	Attribuzione del valore in relazione al diametro della cannula	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA
			1,000	COEFF.
3 - Gamma angolazioni della punta	Attribuzione del valore in relazione alla gamma di angolazioni della punta offerte	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA
			1,000	COEFF.

B4 | 0,700 | MAX tra le medie

B5 | 0,700 | MAX tra le medie

B5 | 0,700 | MAX tra le medie

Totale punteggio	70,000
Punteggio riparametrato a punti 70	70,000

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 42 - ANCORA ARTROSCOPICA A BATTUTA PER RISCOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DEL POLSO

Scala dei coefficienti:
 eccellente: coeff. 1,0
 ottimo: coeff. 0,7
 buono: coeff. 0,5
 discreto: coeff. 0,3
 sufficiente: coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L		SMITH & NEPHEW SRL						
1 - Completezza del kit monouso per ottimizzazione della preparazione ossea	Attribuzione del valore in relazione alla completezza del kit monouso per ottimizzazione della preparazione ossea	25	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500	B4	1,000	MAX tra le medie
			1	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello				
			1	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo				
			1,000	MEDIA		0,500	MEDIA				
			1,000	COEFF.		0,500	COEFF.				
2 - Scorrevolezza del filo	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.	25	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0,5	Dott. Luca Pandolfo	12,500	B5	1,000	MAX tra le medie
			1	Dott. Matteo Coviello		0,5	Dott. Matteo Coviello				
			1	Dott. Gianluca Stennardo		0,5	Dott. Gianluca Stennardo				
			1,000	MEDIA		0,500	MEDIA				
			1,000	COEFF.		0,500	COEFF.				
3 - Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000	B5	0,700	MAX tra le medie
			0,7	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello				
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo				
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA				
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.				
Totale punteggio					70,000			45,000			
Punteggio riparametrato a punti 70					70,000			45,000			

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 43 - ANCORA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELLO SCAFOLUNATO

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.		
1 - Completezza del kit monouso per ottimizzazione della preparazione ossea	Attribuzione del valore in relazione alla completezza del kit monouso per ottimizzazione della preparazione ossea	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
2 - Scorrevolezza del filo	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
3 - Confezionamento (etichettatura di tracciabilità, facilità di apertura, facilità stoccaggio)	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

Totale punteggio	70,000
Punteggio riparametrato a punti 70	70,000

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 44 - NANO STRUMENTI PER ARTROSCOPIA PICCOLE ARTICOLAZIONI E POLSO

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.		N.B.A. MEDICA SRL			
1 - Maneggevolezza ed ergonomia	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia	20	1	Dott. Luca Pandolfo	20,000	0,3	Dott. Luca Pandolfo	6,000
			1	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA		0,300	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,300	COEFF.	
2 - Basso profilo del morso	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso	25	1	Dott. Luca Pandolfo	25,000	0,3	Dott. Luca Pandolfo	7,500
			1	Dott. Matteo Coviello		0,3	Dott. Matteo Coviello	
			1	Dott. Gianluca Stennardo		0,3	Dott. Gianluca Stennardo	
			1,000	MEDIA		0,300	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,300	COEFF.	
3 -Varietà di inclinazione e angolature del morso	Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso	25	0,5	Dott. Luca Pandolfo	17,857	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,5	Dott. Matteo Coviello		0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,5	Dott. Gianluca Stennardo		0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,500	MEDIA		0,700	MEDIA	
			0,714	COEFF.		1,000	COEFF.	

B4 | 1,000 | MAX tra le medie

B5 | 1,000 | MAX tra le medie

B5 | 0,700 | MAX tra le medie

12 misure

Totale punteggio		62,857	38,500
Punteggio riparametrato a punti 70		70,000	42,875

Handwritten signature and initials, possibly 'A. M. B. T. L.' with a small 'B' below.

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 45 - MICROSUTURE A LOOP PER LA FISSAZIONE TENDINEA

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.		
1 - Scorrevolezza del filo	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
2 - Capacità di penetrazione dell'ago	Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione dell'ago	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo	25,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	
3 - Presenza di serigrafie e codici colore sulla confezione	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di serigrafie e codici colore sulla confezione	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo	20,000
			0,7	Dott. Matteo Coviello	
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo	
			0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.	

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

Totale punteggio		70,000
Punteggio riparametrato a punti 70		70,000

Handwritten signature and initials, possibly 'L. Pandolfo' and 'M. Coviello', with a small '103' written below.

**FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA"
N° gara 8339844**

LOTTO 46 - PASSA TENDINI ARTROSCOPICO

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0


CRITERIO		PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.	
1 - Maneggevolezza ed ergonomia dell'impugnatura	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia dell'impugnatura	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA
			1,000	COEFF.
				25,000
2 - Basso profilo	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza	25	0,7	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA
			1,000	COEFF.
				25,000
3 - Gamma misure lunghezze	Attribuzione del valore in relazione alla gamma di lunghezze offerte	20	0,7	Dott. Luca Pandolfo
			0,7	Dott. Matteo Coviello
			0,7	Dott. Gianluca Stennardo
			0,700	MEDIA
			1,000	COEFF.
				20,000

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B5	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

Totale punteggio		70,000
Punteggio riparametrato a punti 70		70,000



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, 08/11/2022

Prot. n. NP/2022/ 1247725

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
 Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890

SEDUTA PUBBLICA

Verbale seduta pubblica di apertura delle offerte economiche

Il giorno 08/11/2022, alle ore 14.42 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per procedere all'apertura, sulla piattaforma Sintel, delle offerte economiche delle Ditte partecipanti.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 341/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Partecipano alla seduta i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale n. 2040/2022:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	
Presidente	Dott. Luca Pandolfo	ASL 1 "Imperiese"	Tramite collegamento skype

Componente	Dott. Matteo Coviello	E.O. Ospedali Galliera	In presenza
Componente	Dott. Gianluca Stennardo	ASL 2 "Savonese"	Tramite collegamento skype

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri e la Dott.ssa Carolina Maria Raggi della S.U.A.R..

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dal Dott.ssa Noemi Betti, nominata con decreto del Direttore Generale n. 6772/2022.

Come previsto dalla lex specialis, la seduta pubblica si svolge a porte chiuse. Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2022-1229292 del 02/11/2022.

Il RUP rende anzitutto noti i punteggi di valutazione della qualità assegnati dalla Commissione giudicatrice a seguito della valutazione delle offerte tecniche.

Si precisa che tali punteggi sono stati imputati sulla piattaforma Sintel dal Segretario, sotto la supervisione del RUP della procedura, come previsto dall'art. 19 del Disciplinare.

LOTTO 1 - CANNULE PER ARTROSCOPIA (CIG 896835697D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	64,00	64,00
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	44,29	44,29

LOTTO 2 - ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968378BA4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	70,00
CONMED ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	62,86	62,86
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	70,00

CB

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968393806)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	62,50	62,50
CONMED ITALIA S.R.L.	62,50	62,50
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	62,50	62,50
N.B.A. MEDICA SRL	62,50	62,50
SMITH & NEPHEW SRL	57,50	57,50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	70,00

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968421F1F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	57,50	57,50
SMITH & NEPHEW SRL	62,50	62,50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	70,00

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 89684696BE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	55,00	61,60
ARTHREX ITALIA S.R.L.	62,50	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	57,50	64,40
MEDACTA ITALIA SRL	55,00	61,60
N.B.A. MEDICA SRL	50,00	56,00
SMITH & NEPHEW SRL	55,00	61,60
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	62,50	70,00

[Handwritten signatures and initials, including 'CB', 'R', 'M', 'N', 'M']

LOTTO 6 - ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 89684810A7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00
SMITH & NEPHEW SRL	55,36	55,36

LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 8968497DD7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	62,50	62,50
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	62,50	62,50
N.B.A. MEDICA SRL	62,50	62,50
SMITH & NEPHEW SRL	62,50	62,50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	70,00

LOTTO 8 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 89685097C0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
SMITH & NEPHEW SRL	62,50	62,50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	70,00

LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA (CIG 896852334F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00
N.B.A. MEDICA SRL	45,00	45,00
SMITH & NEPHEW SRL	56,50	56,50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	56,50	56,50

Handwritten signatures and initials, including 'P4R' and 'CAB'.

**LOTTO 10 - UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA
(CIG 8968536E06)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
CONMED ITALIA S.R.L.	50,00	50,00
SMITH & NEPHEW SRL	60,00	60,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	56,00	56,00

**LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI
ROTATORI (CIG 896854771C)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CONMED ITALIA S.R.L.	32,10	32,10
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	42,32	42,32
SMITH & NEPHEW SRL	15,65	15,65
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	70,00

**LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP" (CIG
8968568870)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	35,50	38,23
ARTHREX ITALIA S.R.L.	65,00	70,00
CONMED ITALIA S.R.L.	40,50	43,61
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	35,50	38,23
MEDACTA ITALIA SRL	30,50	32,85
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	35,50	38,23

LOTTO 13 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO AUTOMATICO (CIG 8968573C8F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00
SMITH & NEPHEW SRL	59,50	59,50

LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO (CIG 8968799711)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	45,50	45,50
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	49,00	49,00
N.B.A. MEDICA SRL	59,50	59,50
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	59,50	59,50

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT (CIG 89688186BF)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	64,00	70,00
CONMED ITALIA S.R.L.	47,33	51,77
SMITH & NEPHEW SRL	53,33	58,33

LOTTO 16 - FILO PASSA SUTURE TRANSOSSEO (CIG 896883766D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	55,00	55,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	70,00
LIMACORPORATE	9,00	9,00

LOTTO 17 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI PLURIUSO (CIG 89688701AA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	65,00	70,00

LOTTO 18 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI MONOUSO (CIG 8968888085)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	45,00	45,00
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	70,00

LOTTO 19 - VITI IN TITANIO AD INTERFERENZA PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP (CIG 8968907033)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 20 - SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA (CIG 8968921BBD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	50,00	70,00

LOTTO 21 - SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA (CIG 8968931400)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	70,00

LOTTO 22 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE (CIG 89689492DB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	70,00
SMITH & NEPHEW SRL	60,00	60,00

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE (CIG 8968960BEC)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	50,50	50,50
ARTHREX ITALIA S.R.L.	61,00	61,00
CONMED ITALIA S.R.L.	41,79	41,79
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	65,50	65,50
SMITH & NEPHEW SRL	41,79	41,79
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 24 - CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA (CIG 896897477B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
LIMACORPORATE	70,00	70,00

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG (CIG 8968985091)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	49,00	49,00
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	24,00	24,00
CONMED ITALIA S.R.L.	56,50	56,50
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	35,00	35,00
N.B.A. MEDICA SRL	70,00	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56,50	56,50

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 26 - PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER) (CIG 8968997A75)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	23,00	23,00
N.B.A. MEDICA SRL	59,50	59,50
SMITH & NEPHEW SRL	12,50	12,50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	23,00	23,00

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE (CIG 8969021E42)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	50,00	50,00
DELTA SRL	64,29	64,29
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	64,29	64,29
SMITH & NEPHEW SRL	55,71	55,71
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	64,29	64,29

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE (CIG 896905497F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	55,00	55,00
CONMED ITALIA S.R.L.	55,00	55,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	70,00
N.B.A. MEDICA SRL	50,00	50,00
SMITH & NEPHEW SRL	55,00	55,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	50,00	50,00

Handwritten signatures and initials, including 'CIB', 'M', 'K', 'EK', 'B', and 'A'.

LOTTO 29 - SPINGI NODI (CIG 8970533E00)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	40,00	40,00
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
CONMED ITALIA S.R.L.	55,00	55,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	70,00
N.B.A. MEDICA SRL	49,00	49,00
PRO.MED. SRL	0,00	0,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	62,50	62,50

LOTTO 30 – PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE (CIG 8970569BB6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	45,00	45,00
N.B.A. MEDICA SRL	45,00	45,00
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	35,00	35,00

LOTTO 31 – PALPATORE, BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI (CIG 8970588B64)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
N.B.A. MEDICA SRL	26,00	26,00
PRO.MED. SRL	31,00	31,00
SMITH & NEPHEW SRL	26,00	26,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	62,50	62,50

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER (CIG 8971119199)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	35,00	35,00
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	62,50	62,50
CONMED ITALIA S.R.L.	31,00	31,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	62,50	62,50
PRO.MED. SRL	62,50	62,50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	13,50	13,50

LOTTO 34 - SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE (CIG 897117931C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	70,00
DELTA SRL	70,00	70,00

LOTTO 35 - CURETTE AD ANELLO (CIG 8971189B5A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
Conmed Italia s.r.l.	20,00	20,00
N.B.A. MEDICA SRL	41,71	41,71
PRO.MED. SRL	6,00	6,00

LOTTO 36 - FRESE FLESSIBILI PER LCA (CIG 897119939D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
N.B.A. MEDICA SRL	70,00	70,00
SMITH & NEPHEW SRL	27,86	27,86
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	33,57	33,57

Handwritten signature and initials, including 'PUR' and 'MB'.

Handwritten initials and marks, including 'MB', 'B', and 'u'.

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE (CIG 8971214FFA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	50,00	56,00
CONMED ITALIA S.R.L.	34,50	38,64
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	62,50	70,00
N.B.A. MEDICA SRL	46,50	52,08
SMITH & NEPHEW SRL	34,00	38,08

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP (CIG 8971227AB6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	49,50	58,23
ARTHREX ITALIA S.R.L.	52,00	61,18
CONMED ITALIA S.R.L.	22,00	25,88
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	50,00	58,82
MEDACTA ITALIA SRL	27,50	32,35
SMITH & NEPHEW SRL	59,50	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	49,50	58,23

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOMPOSITO PER LCA/LCP (CIG 8971241645)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	46,50	48,58
CONMED ITALIA S.R.L.	38,43	40,15
MEDACTA ITALIA SRL	22,50	23,50
SMITH & NEPHEW SRL	67,00	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	44,21	46,19

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones (CB, M, etc.)

LOTTO 40 - CANNULE ARTROSCOPICHE SOFT (CIG 8971252F56)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
N.B.A. MEDICA SRL	45,50	45,50

LOTTO 41 - PASSA SUTURE MONOUSO (CIG 8971267BB8)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 42 - ANCORA ARTROSCOPICA A BATTUTA PER RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DEL POLSO (CIG 897129747C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00
SMITH & NEPHEW SRL	45,00	45,00

LOTTO 43 - ANCORA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELLO SCAFOLUNATO (CIG 89713131B1)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 44 - NANO STRUMENTI PER ARTROSCOPIA PICCOLE ARTICOLAZIONI E POLSO (CIG 8971329EE1)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	62,86	70,00
N.B.A. MEDICA SRL	38,50	42,87

LOTTO 45 - MICROSUTURE A LOOP PER LA FISSAZIONE TENDINEA (CIG 8971345C16)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00

LOTTO 46 - PASSA TENDINI ARTROSCOPICO (CIG 89713586D2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	70,00

Il RUP ricorda che l'aggiudicazione avverrà in base al metodo disposto all'art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, ossia a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi valutativi indicati nel Disciplinare di gara e del prezzo offerto.

Per l'attribuzione del relativo punteggio, al prezzo più basso saranno assegnati punti 30, gli altri punteggi saranno attribuiti secondo le seguenti formule:

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times 0,90 \times (R / R_{\text{Medio}})$$

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times \left[0,90 + (1,00 - 0,90) \times \frac{R - R_{\text{Medio}}}{R_{\text{Max}} - R_{\text{Medio}}} \right]$$

Dove:

p = punteggio;

R = ribasso in percentuale dell'offerta da valutare rispetto alla base d'asta;

RMax = ribasso in percentuale dell'offerta più bassa presentata rispetto alla base d'asta,

RMedio = media dei ribassi rispetto alla base d'asta in percentuale delle offerta ammesse.

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto fossero soltanto due, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

- **PREZZO:** massimo punti 30, secondo la seguente formula:

$$p = (30 \times P_{\text{min}}) / P$$

con:

Handwritten signatures and initials, including 'UB', 'R', 'M', 'P', 'K', and 'M', are present at the bottom right of the page.

P = prezzo dell'offerta presa in considerazione;
Pmin = prezzo dell'offerta con valore assoluto più basso

Il RUP ricorda che per i lotti 47, 48 e 49 trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e definite dal mercato di riferimento, l'aggiudicazione avverrà in applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e cioè a favore della Ditta che, avendo proposto prodotti corrispondenti alla richiesta e alle caratteristiche appositamente individuate nel Capitolato Tecnico e prestazionale, avrà offerto il minor prezzo.

Inoltre, si precisa che poiché il sistema SINTEL non consente di adattare la formula impostata per il calcolo del punteggio economico alla casistica sopra ipotizzata (solo due concorrenti ammessi alla fase economica), si procederà al calcolo del punteggio economico off line secondo la formula sopra riportata ed all'imputazione manuale a sistema del punteggio così ottenuto.

Si procederà off line per i lotti 6 - 8 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 34 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 essendo le offerte ammesse in numero inferiore a 3. Le tabelle riepilogative dei relativi punteggi economici verranno allegate al presente verbale del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.


Ciò precisato, la Commissione ed il Seggio di gara procedono all'apertura delle buste economiche telematiche presenti su SinTel con il seguente esito:

LOTTO 1 - CANNULE PER ARTROSCOPIA (CIG 896835697D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	64,00	38.160,00	30	94
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	42.400,00	23,68	93,68
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	44,29	42.188,00	24,16	68,45

LOTTO 2 - ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968378BA4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	154.960,00	28,35	98,35
CONMED ITALIA S.R.L.	70,00	144.560,00	30	100



JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	62,86	165.360,00	26,66	89,52
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	176.800,00	24,58	94,58
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	175.760,00	24,77	94,77

LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968393806)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	62,50	399.600,00	26,14	88,64
CONMED ITALIA S.R.L.	62,50	399.600,00	26,14	88,64
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	62,50	349.206,00	28,22	90,72
N.B.A. MEDICA SRL	62,50	397.424,00	26,35	88,85
SMITH & NEPHEW SRL	57,50	510.600,00	15,25	72,75
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	288.600,00	30	100

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968421F1F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	154.560,00	30	100
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	57,50	202.400,00	20,43	77,93
SMITH & NEPHEW SRL	62,50	193.200,00	22,98	85,48
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	164.680,00	28,74	98,74

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 89684696BE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	61,60	164.736,00	27,38	88,98
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	161.920,00	27,60	97,60
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	64,40	130.944,00	30	94,40
MEDACTA ITALIA SRL	61,60	236.966,40	8,43	70,03
N.B.A. MEDICA SRL	56,00	177.408,00	24,85	80,85
SMITH & NEPHEW SRL	61,60	161.920,00	27,60	89,20
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	153.472,00	28,25	98,25

LOTTO 6 - ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 89684810A7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	228.000,00	28,42	98,42
SMITH & NEPHEW SRL	55,36	216.00,00	30	85,36

LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 8968497DD7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	62,50	205.200,00	24,63	87,13

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	62,50	179.322,00	28,11	90,61
N.B.A. MEDICA SRL	62,50	204.082,80	24,97	87,47
SMITH & NEPHEW SRL	62,50	250.800,00	10,56	73,06
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	148.200,00	30	100

**LOTTO 8 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE
(CIG 89685097C0)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
SMITH & NEPHEW SRL	62,50	98.900,00	25,82	88,32
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	85.140,00	30	100

**LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA (CIG
896852334F)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	1.171.200,00	16,85	86,85
N.B.A. MEDICA SRL	45,00	1.065.792,00	22,91	67,91
SMITH & NEPHEW SRL	56,50	1.073.600,00	22,46	78,96
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	56,50	668.560,00	30	86,50

LOTTO 10 - UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA (CIG 8968536E06)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	104.980,00	11,20	81,20
CONMED ITALIA S.R.L.	50,00	72.400,00	28,98	78,98
SMITH & NEPHEW SRL	60,00	68.780,00	30	90
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	56,00	71.676,00	29,19	85,19

LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 896854771C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
CONMED ITALIA S.R.L.	32,10	81.880,00	30	62,10
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	42,32	99.680,00	23,99	66,31
SMITH & NEPHEW SRL	15,65	85.440,00	28,80	44,45
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	95.977,60	25,24	95,24

LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP" (CIG 8968568870)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	38,23	15.552,00	27,47	65,70
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	15.840,00	27,20	97,20

CONMED ITALIA S.R.L.	43,61	15.840,00	27,20	70,81
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	38,23	14.544,00	28,40	66,63
MEDACTA ITALIA SRL	32,85	21.750,00	8,75	41,60
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	38,23	12.816,00	30	68,23

LOTTO 13 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO AUTOMATICO (CIG 8968573C8F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	207.360,00	30	100
SMITH & NEPHEW SRL	59,50	257.472,00	24,16	83,66

LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO (CIG 8968799711)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	45,50	258.720,00	28,09	73,59
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	49,00	207.900,00	30	79,00
N.B.A. MEDICA SRL	59,50	363.686,40	1,95	61,45
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	351.120,00	6,09	76,09
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	59,50	256.872,00	28,16	87,66

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'PSTL' and several other initials and marks.

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT (CIG 89688186BF)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	64.960,00	23,14	93,14
CONMED ITALIA S.R.L.	51,77	55.680,00	26,04	77,81
SMITH & NEPHEW SRL	58,33	37.120,00	30	88,33

LOTTO 16 - FILO PASSA SUTURE TRANSOSSEO (CIG 896883766D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	55,00	44.820,00	27	82,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	52.788,00	22,20	92,20
LIMACORPORATE	9,00	36.852,00	30	39

LOTTO 17 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI PLURIUSO (CIG 89688701AA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	46.020,00	30	100

LOTTO 18 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI MONOUSO (CIG 8968888085)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	45,00	129.600,00	26,66	71,66

SMITH & NEPHEW SRL	70,00	115.200,00	30	100
--------------------	-------	------------	----	-----

LOTTO 19 - VITI IN TITANIO AD INTERFERENZA PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP (CIG 8968907033)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	84.280,00	30	100

LOTTO 20 - SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA (CIG 8968921BBD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	187.000,00	30	100

LOTTO 21 - SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA (CIG 8968931400)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	266.400,00	30	100

LOTTO 22 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE (CIG 89689492DB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	116.620,00	30	100

SMITH & NEPHEW SRL	60,00	203.840,00	17,16	77,16
--------------------	-------	------------	-------	-------

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE (CIG 8968960BEC)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIK THERAPEUTICS S.R.L.	50,50	111.300,00	30	80,50
ARTHREX ITALIA S.R.L.	61,00	171.500,00	18,16	79,16
CONMED ITALIA S.R.L.	41,79	140.000,00	27,92	69,71
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	65,50	154.000,00	26,41	91,91
SMITH & NEPHEW SRL	41,79	189.938,00	9,46	51,25
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	70,00	149.800,00	27,21	97,21

LOTTO 24 - CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA (CIG 896897477B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
LIMACORPORATE	70,00	31.680,00	30	100

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG (CIG 8968985091)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIK THERAPEUTICS S.R.L.	49,00	36.312,00	28,87	77,87
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	24,00	60.342,00	5,32	29,32

CONMED ITALIA S.R.L.	56,50	30.972,00	30	86,50
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	35,00	33.820,00	29,40	64,40
N.B.A. MEDICA SRL	70,00	45.568,00	26,37	96,37
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56,50	63.724,00	0,51	57,01

LOTTO 26 - PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER) (CIG 8968997A75)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	249.600,00	27,52	97,52
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	23,00	93.600,00	30	53,00
N.B.A. MEDICA SRL	59,50	617.760,00	0,49	59,99
SMITH & NEPHEW SRL	12,50	109.200,00	29,75	42,25
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	23,00	340.080,00	22,42	45,42

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE (CIG 8969021E42)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	58.128,00	16,71	86,71
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	50,00	49.201,20	27,57	77,57
DELTA SRL	64,29	40.136,00	30	94,29
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	64,29	55.360,00	20,89	85,18

Handwritten signatures and initials: AST, UB, EUR, etc.

SMITH & NEPHEW SRL	55,71	40,136,00	30	85,71
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	64,29	64.909,60	6,48	70,77

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE (CIG 896905497F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	55,00	201.280,00	2,21	57,21
CONMED ITALIA S.R.L.	55,00	122.128,00	30	85
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	176.800,00	22,11	92,11
N.B.A. MEDICA SRL	50,00	195.350,40	7,03	57,03
SMITH & NEPHEW SRL	55,00	198.560,00	4,42	59,42
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	50,00	130.560,00	29,48	79,48

LOTTO 29 - SPINGI NODI (CIG 8970533E00)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	40,00	35.840,00	27,67	67,67
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	48.640,00	15,89	85,89
CONMED ITALIA S.R.L.	55,00	35.584,00	27,75	82,75
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	28.672,00	30	100
N.B.A. MEDICA SRL	49,00	32.256,00	28,84	77,84
PRO.MED. SRL	0,00	47.247,36	17,34	17,34

ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	62,50	37.120,00	27,26	89,76
--------------------------------	-------	-----------	-------	-------

LOTTO 30 – PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE (CIG 8970569BB6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	45,00	170.800,00	30	75
N.B.A. MEDICA SRL	45,00	246.960,00	15,21	60,21
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	274.400,00	2,58	72,58
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	35,00	193.200,00	28,67	63,67

**LOTTO 31 – PALPATORE, BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE
PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI (CIG 8970588B64)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	1.497.600,00	27,61	97,61
N.B.A. MEDICA SRL	26,00	1.804.800,00	18,17	44,17
PRO.MED. SRL	31,00	1.812.646,40	17,84	48,84
SMITH & NEPHEW SRL	26,00	1.724.275,20	21,53	47,53
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	62,50	1.126.400,00	30	92,50

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER (CIG 8971119199)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIK THERAPEUTICS S.R.L.	35,00	50.400,00	30	65,00
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	100.800,00	27,31	97,31
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	62,50	127.152,00	2,88	65,38
CONMED ITALIA S.R.L.	31,00	100.800,00	27,31	58,31
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	62,50	126.720,00	3,39	65,89
PRO.MED. SRL	62,50	128.275,20	1,56	64,06
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	13,50	112.320,00	20,32	33,83

LOTTO 34 - SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE (CIG 897117931C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIK THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	112.320,00	30	100
DELTA SRL	70,00	116.064,00	29,03	99,03

LOTTO 35 - CURETTE AD ANELLO (CIG 8971189B5A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	106.400,00	18,14	88,14
Conmed Italia s.r.l.	20,00	106.400,00	18,14	38,14

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'P. S. H.' and other initials like 'B', 'M', 'P', 'E', 'K', 'M'.

N.B.A. MEDICA SRL	41,71	101.663,68	20,02	61,73
PRO.MED. SRL	6,00	21.973,12	30	36

LOTTO 36 - FRESE FLESSIBILI PER LCA (CIG 897119939D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
N.B.A. MEDICA SRL	70,00	843.720,00	27,40	97,40
SMITH & NEPHEW SRL	27,86	750.816,00	30	57,86
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	33,57	979.600,00	9,24	42,81

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE (CIG 8971214FFA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	56,00	123.200,00	29,09	85,09
CONMED ITALIA S.R.L.	38,64	99.000,00	30	68,64
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	220.000,00	19,68	89,68
N.B.A. MEDICA SRL	52,08	325.600,00	0,79	52,87
SMITH & NEPHEW SRL	38,08	127.600,00	28,93	67,01

[Handwritten signatures and initials]
 CUR VB M

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP (CIG 8971227AB6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	58,23	90.200,00	27,62	85,85
ARTHREX ITALIA S.R.L.	61,18	90.200,00	27,62	88,80
CONMED ITALIA S.R.L.	25,88	65.600,00	30	55,88
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	58,82	108.240,00	20,87	79,69
MEDACTA ITALIA SRL	32,35	128.125,00	10,32	42,67
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	104.960,00	22,61	92,61
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	58,23	89.380,00	27,70	85,93

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOMPOSITO PER LCA/LCP (CIG 8971241645)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	48,58	98.400,00	28,50	77,08
CONMED ITALIA S.R.L.	40,15	86.100,00	30	70,15
MEDACTA ITALIA SRL	23,50	128.125,00	18,19	41,69
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	143.500,00	10,39	80,39
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	46,19	97.580,00	28,60	74,79

LOTTO 40 - CANNULE ARTROSCOPICHE SOFT (CIG 8971252F56)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	21.320,00	21,60	91,60
N.B.A. MEDICA SRL	45,50	15.350,40	30	75,50

LOTTO 41 - PASSA SUTURE MONOUSO (CIG 8971267BB8)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	54.400,00	30	100

LOTTO 42 - ANCORA ARTROSCOPICA A BATTUTA PER RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DEL POLSO (CIG 897129747C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	106.920,00	19,09	89,09
SMITH & NEPHEW SRL	45,00	68.040,00	30	75,00

LOTTO 43 - ANCORA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELLO SCAFO LUNATO (CIG 89713131B1)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	98.696,00	30	100

LOTTO 44 - NANO STRUMENTI PER ARTROSCOPIA PICCOLE ARTICOLAZIONI E POLSO (CIG 8971329EE1)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	1.178.100,00	30	100
N.B.A. MEDICA SRL	42,87	1.308.714,00	27,006	69,876

LOTTO 45 - MICROSUTURE A LOOP PER LA FISSAZIONE TENDINEA (CIG 8971345C16)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	22.960,00	30	100

LOTTO 46 - PASSA TENDINI ARTROSCOPICO (CIG 89713586D2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	33.600,00	30	100

LOTTO 47 - SET DI TRAZIONE PER ARTROSCOPIA DI POLSO

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO
SMITH & NEPHEW SRL	28.080,00

LOTTO 49 - BANCO DA LAVORO PER PREPARAZIONE DEL NEOLEGAMENTO

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	193.200,00
ARTHREX ITALIA S.R.L	216.200,00

CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	180.448,80
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	167.532,00
N.B.A. MEDICA SRL	207.920,00
SMITH & NEPHEW SRL	148.120,00

Per quanto sopra esposto risultano aggiudicatarie in via provvisoria, salvo verifica di anomalia dell'offerta ex art. 97 D. Lgs. n. 50/2016, le seguenti Ditte:

LOTTO 1 - CANNULE PER ARTROSCOPIA (CIG 896835697D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	64,00	38.160,00	30	94

LOTTO 2 - ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968378BA4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
CONMED ITALIA S.R.L.	70,00	144.560,00	30	100

LOTTO 3 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968393806)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	288.600,00	30	100

LOTTO 4 - ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 8968421F1F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	154.560,00	30	100

LOTTO 5 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 89684696BE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	153.472,00	28,25	98,25

LOTTO 6 - ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 89684810A7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	228.000,00	28,42	98,42

LOTTO 7 - ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 8968497DD7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	148.200,00	30	100

**LOTTO 8 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE
(CIG 89685097C0)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	85.140,00	30	100

**LOTTO 9 - PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA (CIG
896852334F)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	1.171.200,00	16,85	86,85

**LOTTO 10 - UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA
(CIG 8968536E06)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
SMITH & NEPHEW SRL	60,00	68.780,00	30	90

**LOTTO 11 - UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI
ROTATORI (CIG 896854771C)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	95.977,60	25,24	95,24

LOTTO 12 - SISTEMA PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP" (CIG 8968568870)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	15.840,00	27,20	97,20

LOTTO 13 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO AUTOMATICO (CIG 8968573C8F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	207.360,00	30	100

LOTTO 14 - DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO (CIG 8968799711)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	59,50	256.872,00	28,16	87,66

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT (CIG 89688186BF)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	64.960,00	23,14	93,14

Handwritten signatures and initials, including 'CR', 'M', and other illegible marks.

LOTTO 16 - FILO PASSA SUTURE TRANSOSSEO (CIG 896883766D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	52.788,00	22,20	92,20

LOTTO 17 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI PLURIUSO (CIG 89688701AA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	46.020,00	30	100

LOTTO 18 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI MONOUSO (CIG 8968888085)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	115.200,00	30	100

LOTTO 19 - VITI IN TITANIO AD INTERFERENZA PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP (CIG 8968907033)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	84.280,00	30	100

LOTTO 20 - SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA (CIG 8968921BBD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	187.000,00	30	100

LOTTO 21 - SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA (CIG 8968931400)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	266.400,00	30	100

LOTTO 22 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE (CIG 89689492DB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	116.620,00	30	100

LOTTO 23 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE (CIG 8968960BEC)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	70,00	149.800,00	27,21	97,21

LOTTO 24 - CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA (CIG 896897477B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
LIMACORPORATE	70,00	31.680,00	30	100

LOTTO 25 - FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG (CIG 8968985091)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
N.B.A. MEDICA SRL	70,00	45.568,00	26,37	96,37

LOTTO 26 - PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER) (CIG 8968997A75)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	249.600,00	27,52	97,52

LOTTO 27 - FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE (CIG 8969021E42)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
DELTA SRL	64,29	40.136,00	30	94,29

LOTTO 28 - PINZE RECUPERA SUTURE (CIG 896905497F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	176.800,00	22,11	92,11

LOTTO 29 - SPINGI NODI (CIG 8970533E00)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	28.672.,00	30	100

LOTTO 30 – PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE (CIG 8970569BB6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	45,00	170.800,00	30	75

LOTTO 31 – PALPATORE, BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI (CIG 8970588B64)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	1.497.600,00	27,61	97,61

LOTTO 33 - OPEN TENDON STRIPPER (CIG 8971119199)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	100.800,00	27,31	97,31

LOTTO 34 - SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE (CIG 897117931C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ANIK THERAPEUTICS S.R.L.	70,00	112.320,00	30	100

LOTTO 35 - CURETTE AD ANELLO (CIG 8971189B5A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	106.400,00	18,14	88,14

LOTTO 36 - FRESE FLESSIBILI PER LCA (CIG 897119939D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
N.B.A. MEDICA SRL	70,00	843.720,00	27,40	97,40

LOTTO 37 - FRESE RETROGRADE (CIG 8971214FFA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	220.000,00	19,68	89,68

LOTTO 38 - VITI AD INTERFERENZA BIOCOMPATIBILI PER LCA/LCP (CIG 8971227AB6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	104.960,00	22,61	92,61

LOTTO 39 - VITI AD INTERFERENZA IN MATERIALE BIOCOMPOSITO PER LCA/LCP (CIG 8971241645)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
SMITH & NEPHEW SRL	70,00	143.500,00	10,39	80,39

LOTTO 40 - CANNULE ARTROSCOPICHE SOFT (CIG 8971252F56)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	21.320,00	21,60	91,60

LOTTO 41 - PASSA SUTURE MONOUSO (CIG 8971267BB8)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00	54.400,00	30	100

LOTTO 42 - ANCORA ARTROSCOPICA A BATTUTA PER RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DEL POLSO (CIG 897129747C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)

ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	106.920,00	19,09	89,09
-------------------------	-------	------------	-------	-------

LOTTO 43 - ANCORA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELLO SCAFOLUNATO (CIG 89713131B1)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	98.696,00	30	100

LOTTO 44 - NANO STRUMENTI PER ARTROSCOPIA PICCOLE ARTICOLAZIONI E POLSO (CIG 8971329EE1)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	1.178.100,00	30	100

LOTTO 45 - MICROSUTURE A LOOP PER LA FISSAZIONE TENDINEA (CIG 8971345C16)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	22.960,00	30	100

LOTTO 46 - PASSA TENDINI ARTROSCOPICO (CIG 89713586D2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
ARTHREX ITALIA S.R.L	70,00	33.600,00	30	100

LOTTO 47 - SET DI TRAZIONE PER ARTROCOPIA DI POLSO

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO
SMITH & NEPHEW SRL	28.080,00

LOTTO 49 - BANCO DA LAVORO PER PREPARAZIONE DEL NEOLEGAMENTO

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO
SMITH & NEPHEW SRL	148.120,00

La seduta pubblica è tolta alle ore 15.58

Il presente verbale, composto da n. 43 (quarantatré) pagine, oltre allegati, sarà pubblicato sul sito informatico della SUAR www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 08/11/2022

Presidente Commissione Giudicatrice
Dott. Luca PANDOLFO

Componente
Dott. Matteo COVIELLO

Presidente Commissione Giudicatrice
Dott. Gianluca STENNARDO

RUP e Presidente del Seggio
Dott. Luigi Moreno COSTA

Ufficiale Rogante
Dott.ssa Noemi BETTI

Funzionario referente e Segretario
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

Supporto Informatico
Sig. Alessandro VALDISERRI

Supporto informatico
Dott.ssa Carolina Maria RAGGI

Luca Pandolfo
Matteo Covello
Gianluca Stennardo
Luigi Moreno Costa
Noemi Betti
Rossana Brandolin
Alessandro Valdiserri
Carolina Maria Raggi

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA

N° gara 8339844

LOTTO 6 - ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 89684810A7)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70	70,000	€ 300.000,000	€ 228.000,000	24,000%	30	28,421	98,421	ARTHREX ITALIA S.R.L.	26,000%	28,000%	ANOMALIA
SMITH & NEPHEW SRL		55,360		€ 216.000,000	28,000%		30,000					85,360

h *PSA*
15 da ore 14

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
N° gara 8339844

LOTTO 8 - ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE (CIG 89685097C0)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
SMITH & NEPHEW SRL	70	62,500	€ 111.800,000	€ 98.900,000	11,538%	30	25,826	88,326	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	17,692%	23,846%
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.		70,000		€ 85.140,000	23,846%		30,000			100,000	17,692%

Anomalia delle offerte









[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
 103 *[Handwritten notes]*

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
 N° gara 8339844

LOTTO 17 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI PLURIUSO (CIG 89688701AA)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
ARTHREX ITALIA S.R.L	70	70,000	€ 47.200,000	46.020,00 €	2,500%	30	30,000	100,000	ARTHREX ITALIA S.R.L	2,500%	2,500%	ANOMALIA

[Handwritten signatures and initials]



 AB    

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA

N° gara 8339844

LOTTO 13 - DEVICE PER SUTURE MENISCAI ALL INSIDE A SGANCIO
AUTOMATICO (CIG 8968573C8F)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70	70,000	€ 259.200,000	€ 207.360,000	20,000%	30	30,000	100,000	ARTHREX ITALIA S.R.L.	10,333%	20,000%	ARTHREX
SMITH & NEPHEW SRL		59,500		€ 257.472,000	0,567%		24,161	83,661		10,333%	20,000%	SMITH & NEPHEW

[Handwritten signatures and initials]

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA

N° gara 8339844

LOTTO 18 - DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE
MENISCALI MONOUSO (CIG 8968888085)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
ARTHREX ITALIA S.R.L	70	45,000	€ 168.000,000	€ 129.600,000	22,857%	30	26,667	71,667	SMITH & NEPHEW SRL	27,143%	31,429%	OK
SMITH & NEPHEW SRL		70,000		€ 115.200,000	31,429%		30,000					100,000

[Handwritten signature]
 P. di cur. VB
 10/10

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
N° gara 8339844

LOTTO 19 - VITI IN TITANIO AD INTERFERENZA PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP (CIG 8968907033)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70	70,000	€ 129.000,000	84.280,00 €	34,667%	30	30,000	100,000	ANIKA THERAPEUTICS	34,667%	34,667%	ANCORATA

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones below it.

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
N° gara 8339844

LOTTO 20 - SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA (CIG 8968921BBD)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A	70	70,000	€ 200.000,000	187.000,00 €	6,500%	30	30,000	100,000	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	6,500%	6,500%	ANOMALIA

[Handwritten signatures and initials]

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
N° gara 8339844

LOTTO 21 - SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA (CIG 8968931400)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A	70	70,000	€ 296.000,000	266.400,00 €	10,000%	30	30,000	100,000	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	10,000%	10,000%	ANOMALIA

[Handwritten signatures and initials]
 UB
 10

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA

N° gara 8339844

LOTTO 24 - CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA (CIG 896897477B)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
LIMACORPORATE	70	70,000	€ 71.280,000	31.680,00 €	55,556%	30	30,000	100,000	LIMACORPORATE	55,556%	55,556%	ANOMALIA

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller initials (possibly 'PB', 'CK', 'UB', 'AP', 'h') on the right.

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
 N° gara 8339844

LOTTO 22 - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE (CIG 89689492DB)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	70	70,000	€ 274.400,000	€ 116.620,000	57,500%	30	30,000	100,000	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	41,607%	57,500%
SMITH & NEPHEW SRL		60,000		€ 203.840,000	25,714%		17,163				

Anomalia delle offerte
OK

[Handwritten signature and initials]
 B CUE VP
 AP M

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
 N° gara 8339844

LOTTO 40 - CANNULE ARTROSCOPICHE SOFT (CIG 8971252F56)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
ARTHREX ITALIA S.R.L	70	70,000	€ 22.960,000	€ 21.320,000	7,143%	30	21,600	91,600	ARTHREX ITALIA S.R.L	20,143%	33,143%	OK
N.B.A. MEDICA SRL		45,500		€ 15.350,400	33,143%		30,000	75,500		20,143%	33,143%	OK

[Handwritten signature and initials]

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
N° gara 8339844

LOTTO 34 - SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE (CIG 897117931C)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
ANIKI THERAPEUTICS S.R.L.	70	70,000	€ 137.280,000	€ 112.320,000	18,182%	30	30,000	100,000	ANIKI THERAPEUTICS S.R.L.	16,818%	18,182%	ANOMALIA
DELTA SRL		70,000		€ 116.064,000	15,455%		29,032	99,032		16,818%	18,182%	ANOMALIA

[Handwritten signatures and initials]

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
 N° Rara 8339844

LOTTO 41 - PASSA SUTURE MONOUSO (CIG 8971267BB8)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
ARTHREX ITALIA S.R.L	70	70,000	€ 54.400,000	54.400,00 €	0,000%	30	30,000	100,000	ARTHREX ITALIA S.R.L	0,000%	0,000%	

Handwritten signature and notes:
 n. 2/2/2013
 13/02/2013
 M

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
 N° para 8339844

LOTTO 41 - PASSA SUTURE MONOUSO (CIG 8971267B8)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
ARTHREX ITALIA S.R.L	70	70,000	€ 54.400,000	54.400,00 €	0,000%	30	30,000	100,000	ARTHREX ITALIA S.R.L	0,000%	0,000%	

Handwritten signature and notes:
 n n n n n n
 n n n n n n
 n n n n n n


MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA

N° gara 8339844

LOTTO 43 - ANCORA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELLO SCAFORUNATO (CIG 89713131B1)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
ARTHREX ITALIA S.R.L	70	70,000	€ 99.280,000	98.696,00 €	0,588%	30	30,000	100,000	ARTHREX ITALIA S.R.L	0,588%	0,588%	ANOMALIA

[Handwritten signature and notes]



 P. M. C. M. H.

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
 N° gara 8339844

LOTTO 44 - NANO STRUMENTI PER ARTROSCOPIA PICCOLE ARTICOLAZIONI E POLSO (CIG 8971329EE1)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70	70,000	€ 1.320.000,000	€ 1.178.100,000	10,750%	30	30,000	100,000	ARTHREX ITALIA S.R.L.	5,803%	10,750%	ANOMALIA
N.B.A. MEDICA SRL		42,870		€ 1.308.714,000	0,855%		27,006					69,876

[Handwritten signatures and initials]


[Handwritten initials: B, M, C, M, M]

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA


N° gara 8339844

LOTTO 45 - MICROSUTURE A LOOP PER LA FISSAZIONE TENDINEA (CIG 8971345C16)

Ditta	Totale max punti "Qualità"	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti "Prezzo"	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
ARTHREX ITALIA S.R.L.	70	70,000	€ 24.600,000	22.960,00 €	6,667%	30	30,000	100,000	ARTHREX ITALIA S.R.L.	6,667%	6,667%	ANOMALIA



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials or marks.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: **Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per artroscopia" (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 49 – gara n. 8339844. Id Sintel 147495890**
RELAZIONE VERIFICA
DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA.

A seguito dell'apertura delle offerte economiche della gara in oggetto (come da verbale Prot-2022-1247725 del 08/11/2022) si è reso necessario sottoporre a verifica di congruità ex art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 le offerte dei seguenti operatori economici:

- 1) ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.: lotti 19 – 22 – 34
- 2) ARTHREX ITALIA S.R.L.: lotti 4 – 6 – 12 – 13 – 17 – 26 – 31 – 33 – 41 – 43 – 44 – 45
- 3) CONMED ITALIA S.R.L.: lotto 2
- 4) DELTA SRL: lotto 27
- 5) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.: lotti 1 – 20 – 21 – 29
- 6) LIMACORPORATE SRL: lotto 24
- 7) N.B.A. MEDICA SRL: lotti 25 – 36
- 8) SMITH & NEPHEW SRL: lotti 10 – 18 – 49
- 9) ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: lotti 3 – 5 – 7 – 8 – 11 – 14 – 23

Con note Prot-2022-1262133, Prot-2022-1262065, Prot-2022-1262053, Prot-2022-1262217, Prot-2022-1262122, Prot-2022-1262113, Prot-2022-1262106, Prot-2022-1261990 e Prot-2022-1261970 del 14/11/2022 è stato pertanto chiesto agli Operatori economici sopra indicati di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 sopra citato, tutte le giustificazioni per le forniture offerte nei predetti lotti, utili a consentire la verifica della congruità dell'offerta presentata.

Gli Operatori testè menzionati hanno fornito riscontro nei termini fissati con note acquisite agli atti, rispettivamente Prot-2022-1270165 del 16/11/2022, Prot-2022-1262896 del 14/11/2022, Prot-2022-1293087 del 24/11/2022, Prot-2022-1331188 del 29/11/2022, Prot-2022-1331490 del 29/11/2022, Prot-2022-1276775 del 18/11/2022, Prot-2022-1285448 del 22/11/2022, Prot-2022-1262889 del 14/11/2022 e Prot-2022-1344832 del 30/11/2022.

Il sottoscritto RUP, dopo aver esaminato le giustificazioni pervenute, ha ritenuto necessario chiedere, rispettivamente con note Prot-2022-1357374, Prot-2022-1357380 e Prot-2022-1357396 del 01/12/2022 ulteriori giustificazioni a Arthrex Italia S.r.l., Delta S.r.l. e Johnson & Johnson Medical S.p.a. e, più precisamente, di meglio dettagliare le voci di costo, con relativa percentuale di incidenza, che compongono le rispettive offerte economiche.

A tali richieste i predetti Operatori economici hanno fornito riscontro rispettivamente con note Prot-2022-1357452 del 01/12/2022, Prot-2022-1374110 del 02/12/2022 e Prot-2022-1462766 del 12/12/2022.

Arthrex e Johnson hanno dettagliato tutte le voci di costo, con relativa percentuale di incidenza, che compongono le rispettive offerte economiche, mentre Delta ha precisato che l'incidenza è data solo dal costo di acquisto del filo guida che viene acquistato direttamente dal produttore. Il RUP ritiene in ogni caso di chiedere ulteriori precisazioni.

Con nota Prot-2022-1483425 del 13/12/2022 viene trasmessa alla Delta ulteriore richiesta di chiarimenti chiedendo di precisare la percentuale di utile. A tale richiesta la Ditta fornisce riscontro con nota acquisita agli atti Prot-2022-1521159 del 15/12/2022, precisando che il ricarico lordo applicato al prezzo di acquisto corrisponde al 40%.

Il sottoscritto RUP, dopo avere esaminato tutte le giustificazioni pervenute, ritiene le offerte di tutti gli operatori economici sopra indicati nel complesso sostenibili e congrue.

IL DIRIGENTE RUP
Dott. Luigi Moreno Costa



Identificativo atto: 2023-AM-52

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Luigi Moreno COSTA		-	11-01-2023 12:03
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luigi Moreno COSTA		-	11-01-2023 12:02
Approvazione legittimità	Marina CASSINERIO		Maria Franca FLORIS	10-01-2023 12:03
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luigi Moreno COSTA		-	10-01-2023 11:19

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria