



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura di Materiale per osteosintesi distretti vari e osteosintesi pediatrica, lotti deserti occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 24 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 9 – gara n. 8823655. Id Sintel 162735729. Aggiudicazione
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante	Luigi Moreno COSTA
Responsabile Procedimento	Rossana BRANDOLIN
Dirigente Responsabile	Luigi Moreno COSTA

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

### Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. "laddove ancora vigente in base all'articolo 226, comma 2 del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la "razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione", il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.", convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante "Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR";

**PREMESSO CHE:**

- con decreto n. 7933/2022, successivamente rettificato con decreto n. 283/2023, è stata indetta la procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura di Materiale per osteosintesi distretti vari e osteosintesi pediatrica, lotti deserti occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 24 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 9 – gara n. 8823655, Importo presunto di gara: 10.232.064,00 € (Iva esclusa) con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- entro il termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 08/02/2023 ore 14:00 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

<b>NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO</b>	<b>PARTECIPANTE</b>	<b>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</b>
1674724517757	CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO 00516271202	Forma singola
1675342700478	CORMED SAS 01030110991	Forma singola
1675679375016	EXAMEDICAL S.r.l. 07894650964	Forma singola
1675684621825	INTRAUMA SPA 09270550016	Forma singola
1675348408524	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. 08082461008	Forma singola
1675680009546	LIMACORPORATE 01427710304	Forma singola
1675435492266	ORTHOFIX SRL 08976680150	Forma singola
1675348455095	STRYKER ITALIA SRL S.U. 12572900152	Forma singola
1675171225082	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. 09012850153	Forma singola

- in data 09/02/2023 si è tenuta presso la S.U.A.R. la seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al verbale prot. NP/2023/158086 del 09/02/2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ed al cui contenuto integralmente si rinvia;

- in data 28/02/2023 si è svolta la seduta riservata per la verifica di conformità della documentazione amministrativa alla *lex specialis* di gara, con le risultanze di cui al verbale NP/2023/228178 del 28/02/2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto integralmente si rinvia;
- con decreto n. 1361/2023 si è proceduto all'ammissione degli offerenti secondo lo schema seguente:

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>LOTTE DI PARTECIPAZIONE</b>
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO 00516271202	1
CORMED SAS 01030110991	9
EXAMEDICAL S.r.l. 07894650964	2
INTRAUMA SPA 09270550016	1
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. 08082461008	6
LIMACORPORATE 01427710304	1 - 2
ORTHOFIX SRL 08976680150	9
STRYKER ITALIA SRL S.U. 12572900152	1 - 6 - 7
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. 09012850153	1 - 6 - 7

- con decreto del Direttore Generale n. 1940/2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- in data 17/04/2023 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste tecniche sulla piattaforma Sintel, con gli esiti di cui al verbale NP/2023/343613 del 17/04/2023, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** dei seguenti verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice:

- NP/2023/ 368640 del 04/05/2023;
- NP/2023/402153 del 25/05/2023;

**DATO ATTO CHE:**

- ad esito dell'esame in seduta riservata della documentazione tecnica è stata esclusa la Citieffe S.r.l. dal lotto 1 per le motivazioni precisate nella relativa comunicazione di esclusione;
- ad esito dei lavori della Commissione, risultano deserti i seguenti lotti:
  - Lotto 3\_VITE PLACCA MINIINVASIVA CON DUE VITI DI TENUTA SUL COLLO FEMORALE IN TITANIO (CIG 9518137720)
  - Lotto 4\_PLACCHE TRADIZIONALI IN TITANIO PER FEMORE (CIG 95181577A1)
  - Lotto 5\_PLACCHE TRADIZIONALI IN TITANIO PER TIBIA (CIG 9518183D14)
  - Lotto 8\_SISTEMA DI FISSAZIONE PER FRATTURE E FUSIONI DI LISFRANC IN ACCIAIO (CIG 951836641B)

**PRESO ATTO** del verbale della seduta pubblica svoltasi in data 07/06/2023 (NP/2023/604874), concernente l'apertura delle offerte economiche e l'individuazione dei migliori offerenti, nonché la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che, all'esito delle operazioni svolte nel corso della seduta pubblica del 24/05/2023 poc'anzi richiamata, sono risultati i seguenti aggiudicatari per ciascun lotto di gara (in Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii):

**Lotto 1\_SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERO (CIG 9518104BE3)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	790.704,00	30,00	100,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	64,57	1.001.376,00	27,77	92,34
LIMACORPORATE	61,24	1.121.760,00	25,68	86,92
INTRAUMA SPA	50,49	1.381.680,00	18,50	68,99

**Lotto 2\_SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI (CIG 9518124C64)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
LIMACORPORATE	70,00	1.057.500,00	30,00	100,00
EXAMEDICAL S.r.l.	54,15	1.335.340,50	23,76	77,91

**Lotto 6\_CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182081B9)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO</b>	<b>IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>	<b>PUNTEGGIO ECONOMICO</b>	<b>TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)</b>
STRYKER ITALIA SRL S.U.	69,39	422.940,00	23,16	92,55
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	56,37	278.250,00	30,00	86,37
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	516.899,46	1,84	71,84

**Lotto 7\_CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE CON ESTENSIONE ARTICOLARE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182471E8)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO</b>	<b>IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>	<b>PUNTEGGIO ECONOMICO</b>	<b>TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)</b>
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	63,07	311.640,00	30,00	93,07
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	473.692,80	19,74	89,74

**Lotto 9\_SISTEMA PER LA SINTESI DI FRAMMENTI OSSEI CON FILI FILETTATI (CIG 9518502456)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO</b>	<b>IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>	<b>PUNTEGGIO ECONOMICO</b>	<b>TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)</b>
ORTHOFIX SRL	70,00	27.452,25	30,00	100,00
CORMED SAS	56,92	69.720,00	11,81	68,73

**DATO ATTO** che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO CHE** gli Uffici della SUAR hanno provveduto a richiedere la giustificazione delle offerte risultate anormalmente, nei tempi e secondo le modalità stabilite ex art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., alle seguenti Ditte:

- 1) LIMACORPORATE SRL.: lotti 1 - 2;
- 2) ORTHOFIX s.r.l.: lotto 9 ;
- 3) STRYKER ITALIA SRL S.U.: lotto 1;
- 4) ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: lotti 1 – 6 - 7;

**CONSIDERATO CHE** la documentazione fornita dai sopracitati operatori economici attesta la congruità delle relative offerte ai sensi del citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., siccome risulta dalla relazione del RUP Prot-2023-0974302 del 07/07/2023, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO CHE** non esistono, per la fornitura in oggetto, convenzioni nazionali CONSIP;

**RITENUTO DI** procedere alla aggiudicazione della fornitura *de qua*, in conformità ai verbali allegati al presente decreto;

#### **D E C R E T A**

per quanto in premessa specificato e che si intende integralmente richiamato:

**1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i seguenti verbali, che vengono allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali:

- NP/2023/158086 del 09/02/2023;
- NP/2023/228178 del 28/02/2023;
- NP/2023/343613 del 17/04/2023;
- NP/2023/ 368640 del 04/05/2023;
- NP/2023/402153 del 25/05/2023;
- NP/2023/604874 del 07/06/2023;

**2. DI CONFERMARE** l'esclusione della Citieffe S.r.l. dal lotto 1, per le motivazioni indicate nella relativa comunicazione ex art. 76 D.lgs. n. 50/2016;

**3. DI PROCEDERE** alla aggiudicazione della gara in oggetto secondo lo schema seguente (in Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii):

**Lotto 1 SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERO (CIG 9518104BE3)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO</b>	<b>IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>	<b>PUNTEGGIO ECONOMICO</b>	<b>TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)</b>
---------------------	--	---	--------------------------------	---

STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	790.704,00	30,00	100,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	64,57	1.001.376,00	27,77	92,34
LIMACORPORATE	61,24	1.121.760,00	25,68	86,92
INTRAUMA SPA	50,49	1.381.680,00	18,50	68,99

**Lotto 2\_SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI (CIG 9518124C64)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
LIMACORPORATE	70,00	1.057.500,00	30,00	100,00
EXAMEDICAL S.r.l.	54,15	1.335.340,50	23,76	77,91

**Lotto 6\_CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182081B9)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	69,39	422.940,00	23,16	92,55
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	56,37	278.250,00	30,00	86,37
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	516.899,46	1,84	71,84

**Lotto 7\_CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE CON ESTENSIONE ARTICOLARE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182471E8)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	63,07	311.640,00	30,00	93,07

STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	473.692,80	19,74	89,74
----------------------------	-------	------------	-------	-------

**Lotto 9 SISTEMA PER LA SINTESI DI FRAMMENTI OSSEI CON FILI FILETTATI (CIG 9518502456)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ORTHOFIX SRL	70,00	27.452,25	30,00	100,00
CORMED SAS	56,92	69.720,00	11,81	68,73

**4. DI DARE ATTO CHE**, ad esito dei lavori della Commissione, risultano deserti i seguenti lotti:

- Lotto 3\_VITE PLACCA MINIINVASIVA CON DUE VITI DI TENUTA SUL COLLO FEMORALE IN TITANIO (CIG 9518137720)
- Lotto 4\_PLACCHE TRADIZIONALI IN TITANIO PER FEMORE (CIG 95181577A1)
- Lotto 5\_PLACCHE TRADIZIONALI IN TITANIO PER TIBIA (CIG 9518183D14)
- Lotto 8\_SISTEMA DI FISSAZIONE PER FRATTURE E FUSIONI DI LISFRANC IN ACCIAIO (CIG 951836641B)

**5. DI DARE ATTO CHE:**

- l'aggiudicazione diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la Convenzione diventerà efficace all'esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- l'importo della garanzia definitiva è calcolato, per gli aggiudicatari diversi dal primo classificato, sulla quota parte di fornitura attribuibile in base alle previsioni del Capitolato Tecnico di Gara (40%);
- la garanzia definitiva da prestare da parte degli aggiudicatari è determinata nei seguenti importi:

**Lotto 1 SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERO (CIG 9518104BE3)**

PARTECIPANTE	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA SRL S.U.	790.704,00 €	79.070,40 €
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	1.001.376,00 €	40.055,04 €

LIMACORPORATE	1.121.760,00 €	44.870,40 €
INTRAUMA SPA	1.381.680,00 €	55.267,20 €

**Lotto 2 \_SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI (CIG 9518124C64)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>	<b>IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA</b>
LIMACORPORATE	1.057.500,00	105.750,00 €
EXAMEDICAL S.r.l.	1.335.340,50	53.413,62 €

**Lotto 6 \_CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182081B9)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>	<b>IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA</b>
STRYKER ITALIA SRL S.U.	422.940,00	42.294,00 €
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	278.250,00	11.130,00 €
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	516.899,46	20.675,98 €

**Lotto 7 \_CHiodo ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE CON ESTENSIONE ARTICOLARE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182471E8)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>	<b>IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA</b>
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	311.640,00	31.164,00 €
STRYKER ITALIA SRL S.U.	473.692,80	18.947,71 €

**Lotto 9 \_SISTEMA PER LA SINTESI DI FRAMMENTI OSSEI CON FILI FILETTATI (CIG 9518502456)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>	<b>IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA</b>
ORTHOFIX SRL	27.452,25	2.745,23 €
CORMED SAS	69.720,00	2.788,80 €

**6. DI DARE ATTO CHE** la Convenzione da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatarie sarà redatta in base allo schema tipo approvato con la Determinazione di indizione, mentre gli OdF saranno emessi dalle Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;

**7. DI PROVVEDERE** alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;

**8. DI DISPORRE** la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici, alle condizioni previste nella determinazione n. 303 del 01/07/2020:

- in forma integrale su:
  - Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
- per estratto su:
  - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
  - Il Messaggero nell'edizione nazionale
  - Il Mattino nell'edizione nazionale
  - Repubblica – Il Lavoro edizione regionale
  - Il Giornale della Liguria
  - Osservatorio appalti Regione Liguria
  - Sito web ANAC ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)) - Sito Web Aziendale ([www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it)) - Sito web Consip ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it))

**9. DI DARE ATTO CHE** al pagamento delle spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale si provvederà con separato provvedimento;

**10. DI DARE INFINE ATTO CHE** le spese di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. e per estratto sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012.

*Avverso il presente provvedimento è esperibile unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al D.lgs. n. 53/2010 e n. 104/2010.*



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE**  
**ORGANIZZAZIONE**



aoorig - r\_liguri - Regione Liguria  
Prot-2023-0158086  
del 09/02/2023

*Genova, 09/02/2023*

*Prot. n. NP/2023/158086*

**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN  
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

**Oggetto:** Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura di Materiale per osteosintesi distretti vari e osteosintesi pediatrica, lotti deserti occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 24 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 9 – gara n. 8823655. Id Sintel 162735729

**SEDUTA PUBBLICA**

**Verbale seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa**

Il giorno 09/02/2023, alle ore 14,41 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto per l'apertura sulla piattaforma telematica Sintel della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Sono presenti:

- Dott.ssa Rossana Brandolin – Funzionario della S.U.A.R. – RUP della procedura anche con funzioni Segretario verbalizzante;
- Dott. David-Piero Burlando - Funzionario della S.U.A.R.

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Simone Manenti della S.U.A.R.  
Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dalla Dott.ssa Noemi Betti, nominata con decreto del Direttore Generale n. 6772/2022.

La seduta pubblica si svolge a porte chiuse. Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2023-0149944 del 07/02/2023.

Il RUP dà preliminarmente atto che con decreto n. 7933/2022, successivamente rettificato con Decreto n. 283/2023, è stata indetta la procedura di cui in epigrafe e fissato il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 08/02/2023, ore 14:00.

Il RUP rileva che entro il predetto termine delle ore 14:00 del 08/02/2023 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

<b>NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO</b>	<b>PARTECIPANTE</b>	<b>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</b>
1674724517757	CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO 00516271202	Forma singola
1675342700478	CORMED SAS 01030110991	Forma singola
1675679375016	EXAMEDICAL S.r.l. 07894650964	Forma singola
1675684621825	INTRAUMA SPA 09270550016	Forma singola
1675348408524	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. 08082461008	Forma singola
1675680009546	LIMACORPORATE 01427710304	Forma singola
1675435492266	ORTHOFIX SRL 08976680150	Forma singola
1675348455095	STRYKER ITALIA SRL S.U. 12572900152	Forma singola
1675171225082	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. 09012850153	Forma singola

Il RUP dà quindi lettura delle ditte partecipanti per ciascuno dei lotti di gara:

**Lotto 1\_SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERO (CIG 9518104BE3)**

<b>PARTECIPANTE</b>
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO 00516271202
INTRAUMA SPA 09270550016
LIMACORPORATE 01427710304

Handwritten signatures and initials, including a large 'gk' at the top, followed by several other initials and a signature at the bottom right of the page.

STRYKER ITALIA SRL S.U. 12572900152
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. 09012850153

**Lotto 2\_SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI (CIG 9518124C64)**

<b>PARTECIPANTE</b>
EXAMEDICAL S.r.l. 07894650964
LIMACORPORATE 01427710304

**Lotto 3\_VITE PLACCA MINIINVASIVA CON DUE VITI DI TENUTA SUL COLLO FEMORALE IN TITANIO (CIG 9518137720)**

NESSUNA OFFERTA

**Lotto 4\_PLACCHE TRADIZIONALI IN TITANIO PER FEMORE (CIG 95181577A1)**

NESSUNA OFFERTA

**Lotto 5\_PLACCHE TRADIZIONALI IN TITANIO PER TIBIA (CIG 9518183D14)**

NESSUNA OFFERTA

**Lotto 6\_CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182081B9)**

<b>PARTECIPANTE</b>
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. 08082461008
STRYKER ITALIA SRL S.U. 12572900152
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. 09012850153

Handwritten signatures and initials, including 'DSP', 'gl', 'AS', and 'RS'.

**Lotto 7\_CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE CON ESTENSIONE ARTICOLARE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182471E8)**

PARTECIPANTE
STRYKER ITALIA SRL S.U. 12572900152
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. 09012850153

**Lotto 8\_SISTEMA DI FISSAZIONE PER FRATTURE E FUSIONI DI LISFRANC IN ACCIAIO (CIG 951836641B)**

NESSUNA OFFERTA

**Lotto 9\_SISTEMA PER LA SINTESI DI FRAMMENTI OSSEI CON FILI FILETTATI (CIG 9518502456)**

PARTECIPANTE
CORMED SAS 01030110991
ORTHOFIX SRL 08976680150

Il RUP, operando attraverso il Sistema, procede quindi alla verifica sulla piattaforma SINTEL per ciascuna Ditta concorrente, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara:

- 1) della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- 2) della mera presenza dei sotto riportati documenti richiesti nella Documentazione amministrativa dalla *lex specialis* (art. 14.2.1 del Disciplinare) come di seguito elencati:

- a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)
- b) DGUE (come da modello M-2)
- c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
- e) impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- f) Documento PASSOE firmato digitalmente;

- g) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7)
- h) (eventuale) procura
- i) (eventuale) certificazioni riduzione cauzione
- j) (eventuale) referenze bancarie
- k) (eventuale) documentazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente;
- l) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente;
- m) F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)
- n) Patto d'integrità

Successivamente, in seduta riservata, il RUP procederà alla verifica del contenuto e della regolarità della documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti rispetto alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.

Al termine delle operazioni il RUP dà atto che per tutte le Ditte offerenti risultano conformi la ricezione dell'offerta presentata, la validità della firma digitale rispettivamente apposta e la presenza dei documenti nei campi Sintel.


Alle ore 14,45 il RUP, avendo esaurito gli adempimenti previsti dalla *lex specialis* di gara nella presente fase, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il presente Verbale, composto da 5 (cinque) pagine, sarà pubblicato sul sito [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Genova, 09/02/2023

**RUP**

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



**Ufficiale Rogante**

Dott.ssa Noemi BETTI



**Funzionario**


Dott. David-Piero BURLANDO



**Supporto Informatico**

Sig. Simone MANENTI





**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE**  
**ORGANIZZAZIONE**



Genova, 28/02/2023

Prot. n. NP/2023/228178

**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN  
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

**Oggetto:** Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura di Materiale per osteosintesi distretti vari e osteosintesi pediatrica, lotti deserti occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 24 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 9 – gara n. 8823655. Id Sintel 162735729

**I ^ SEDUTA RISERVATA**

**Verbale di verifica della documentazione amministrativa**

Il giorno 28/02/2023, alle ore 8,30 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto, Dott.ssa Rossana Brandolin, per procedere alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.  
È altresì presente il Dott. Pietro Levaggi, Funzionario della S.U.A.R., che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Il RUP inizia a valutare la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti a seguito dell'apertura in seduta pubblica dei plichi telematici pervenuti sulla piattaforma Sintel (verbale seduta pubblica prot. n. NP/2023/158086 del 09/02/2023).

Il Disciplinare di Gara prevedeva i seguenti documenti:

- a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)
- b) DGUE (come da modello M-2)
- c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
- e) impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale)

- informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- f) Documento PASSOE firmato digitalmente;
  - g) (eventuale) procura
  - h) (eventuale) certificazioni riduzione cauzione
  - i) (eventuale) referenze bancarie
  - j) (eventuale) documentazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente;
  - k) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente;
  - l) F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)
  - m) Patto d'integrità firmato digitalmente

\*\*\*

CITIEFFE SRL		
Lotti di partecipazione:	1	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI Bologna CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 00574250379	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 10.847.627,67 fatturato specifico medio annuo: 8.760.313,05	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 2371133 rilasciata da Coface S.A. importo Euro 12.312,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente certificazione ISO (in fase di rinnovo) PMI	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	4768-9326-9673-8573	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	

F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME
Patto d'Integrità	CONFORME
<b>ESITO:</b>	<b>AMMESSO</b>

\*\*\*

<b>CORMED DI CORO' CLAUDIO E C. SAS</b>		
Lotti di partecipazione:	9	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI Genova CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 01030110991	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 850.322,00 fatturato specifico medio annuo: € 850.322,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 409342572 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. importo Euro 418,32	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	5709-1176-8851-8630	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
<b>ESITO:</b>	<b>AMMESSO</b>	

*Ru* *DB*

\*\*\*

<b>EXAMEDICAL S.R.L.</b>		
Lotti di partecipazione:	<b>2</b>	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI MILANO MONZA BRIANZA LODI CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 07894650964	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 1.576.183,66 fatturato specifico medio annuo: € 1.508.956,66	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 505054111 rilasciata da Allianz S.p.A. importo Euro 18.612,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	0711-6457-8766-5096	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
<b>ESITO:</b>	<b>AMMESSO</b>	

\*\*\*

*M* *B*

INTRAUMA S.P.A.		
Lotti di partecipazione:	1	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI TORINO CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE : 09270550 016	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 14.164.183 fatturato specifico medio annuo: € 9.766.035	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. F52.071.0000010725 rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.A. importo Euro 12.312,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	5260-1164-6583-9345	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
<b>ESITO:</b>	<b>AMMESSO</b>	

\*\*\*

JOHNSON & JOHNSON SPA	
Lotti di partecipazione:	6
Istanza di partecipazione	CONFORME

*M* *B*

DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI ROMA n. Iscrizione 08082461008 - Data di iscrizione: 13/07/2004	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 336.346.372,33 fatturato specifico medio annuo: € 43.261.558,57	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 0947000000080528 rilasciata da Banca nazionale del Lavoro S.p.A. importo Euro 2.205,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	4077-7159-8857-3632	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	CONFORME
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	NO	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
<b>ESITO:</b>	<b>AMMESSO</b>	

\* In allegato all'Istanza di partecipazione e al DGUE la Ditta ha dichiarato:

- ✓ una risoluzione per parziale inadempimento di un contratto di fornitura intervenuta nel 2018 a causa della sopravvenuta cessazione della produzione dei prodotti forniti decisa dal fabbricante legale. La Ditta ha precisato che la Stazione Appaltante ha provveduto ad assegnare la fornitura al secondo aggiudicatario senza ravvisare la gravità dell'inadempimento e senza riconoscere che tale inadempimento, tenuto conto delle circostanze del caso e della tenuità degli importi, potesse essere tale da pregiudicare l'elemento fiduciario e l'affidabilità che caratterizza la capacità operativa della Johnson & Johnson Medical S.p.a. in tal modo implicitamente riconoscendo l'assenza di grave colpa o dolo e non procedendo ad alcuna segnalazione ad ANAC;
- ✓ intervenuto rinvio a giudizio nei confronti di Johnson & Johnson Medical S.p.A. per l'ipotizzato illecito amministrativo previsto dall'art. 25, comma 2, d. lgs. n. 231/2001, con

riferimento al reato presupposto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli art. 319, 319 bis c.p., in ipotesi commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), d.D.lgs. n. 231/2001. A tale riguardo, la Johnson & Johnson Medical S.p.a. ha precisato che, benchè all'epoca dei fatti contestati avesse già adottato e attuato un modello organizzativo e gestionale ex d. lgs. n. 231/01, ha provveduto all'aggiornamento dell'assetto organizzativo e procedurale delle aree interessate dal procedimento penale sopraccitato, così adottando misure idonee, ex art. 17, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 231 del 2001, a prevenire la commissione di reati della specie di quello contestato, come anche previsto in tema di self cleaning dalle Linee Guida n. 6 dell'ANAC.

Orbene, alla luce della causa dell'inadempimento che ha portato alla risoluzione del contratto (sopravvenuta cessazione della produzione dei prodotti forniti decisa dal fabbricante legale, quindi causa non prevista, né prevedibile, né direttamente imputabile alla Ditta) e del tempo trascorso (quattro anni), il RUP non ritiene che siffatta risoluzione sia tale da comportare l'esclusione dell'operatore economico, non configurando, a giudizio della Stazione appaltante, per le anzidette ragioni, né un grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. n. 50/2016, né *"significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento"* ex art. 80, comma 5, lett. c ter). Per quanto concerne il rinvio a giudizio, la Stazione appaltante ritiene che lo stesso non possa comportare l'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto delle misure di self cleaning adottate con riferimento all'aggiornamento dell'assetto organizzativo e procedurale delle aree interessate dal procedimento penale.

\*\*\*

LIMACORPORATE SPA		
Lotti di partecipazione:	1 - 2	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	Registro delle Imprese di Pordenone-Udine numero REA: UD - 173824 (data iscrizione 18/03/1986)	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 156.307.503,27 fatturato specifico medio annuo: € 156.265.171,53	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1952063 rilasciata da REVO INSURANCE S.p.A. importo Euro 24.739,20	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME

PASSOE	6818-4865-5272-0798	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
<b>ESITO:</b>	<b>AMMESSO</b>	

\*\*\*

ORTHOFIX SRL		
Lotti di partecipazione:	9	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI Milano Monza Brianza Lodi CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 08976680150 dal 19/02/1996	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 57.723.346,33 fatturato specifico medio annuo: € 52.624.324,94	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1953245 rilasciata da B REVO INSURANCE S.p.A . importo Euro 836,64	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	7708-5908-6612-0071	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----

*M*

*DB*

Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
<b>ESITO:</b>	<b>AMMESSO</b>	

\*\*\*

STRYKER ITALIA SRL		
Lotti di partecipazione:	1 - 6 - 7	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI ROMA CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 908791 dal 12/04/2000	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 142.437.384,00 fatturato specifico medio annuo: € 9.951.549,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti*	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1952741 rilasciata da REVO Insurance S.p.A. importo Euro 37.980,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	3866-9515-1987-9788	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	CONFORME
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	

M

103

F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME
Patto d'Integrità	CONFORME
<b>ESITO:</b>	<b>AMMESSO</b>

\* Stryker Italia dichiara di essere incorsa, ad ottobre 2019, nella revoca di una fornitura di lieve entità, per cause legate alla cessata produzione del device aggiudicato. A seguito della mancata accettazione del prodotto sostitutivo, la stazione appaltante ha disposto la revoca dell'affidamento senza ulteriore onere di spesa.

Dichiara inoltre di aver subito, ad agosto 2022, il recesso contrattuale di una fornitura di lieve entità, per cause legate alla mancata disponibilità di materiale presso lo stabilimento di produzione. La Stazione appaltante, cui sono stati comunicati i tempi presunti di risoluzione della problematica, ha ritenuto di recedere dal contratto in considerazione dell'urgenza, senza ulteriore onere di spesa a carico di Stryker.

Considerate le ragioni alla base della revoca e del recesso, nonché l'assenza di oneri a carico della Ditta, il RUP ritiene che tali fattispecie non configurino "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili" e, dunque, non integrino un'ipotesi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

In relazione all'art. 80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, la Stryker Italia dichiara di aver ricevuto dalla Direzione Provinciale di Varese in data 1 giugno u.s., degli inviti a comparire concernenti accertamenti per anni di imposta 2016/2017/2018 relativi alle dichiarazioni presentate dalla società incorporata da Stryker Italia S.r.l. il 1/10/2019. A tale riguardo, la Ditta dichiara di aver già versato quanto richiesto dall'Agenzia delle entrate e di essere in attesa dell'invio da parte dell'Agenzia della documentazione che attesti la definizione di quanto richiesto. Allega in ogni caso certificato dei carichi pendenti rilasciato in data 15/07/2022 dall'Agenzia delle Entrate.

Alla luce di quanto dichiarato in merito all'avvenuto pagamento di quanto dovuto, non si ravvisa alcuna causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

\*\*\*

<b>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</b>		
Lotti di partecipazione:	<b>1 - 6 - 7</b>	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI MILANO CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 09012850153	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 148.333.413,00 fatturato specifico medio annuo: € 60.818.623,77	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME

*R*

*OB*

Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 5493800539 rilasciata da rilasciato da Citibank N:A. . importo Euro 18.990,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente (certificazione ISO 13485 che, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria del 50%, si ritiene equivalente al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000)	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	4531-7088-0434-2795	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/ConSORZI (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo		CONFORME
Patto d'Integrità		CONFORME
<b>ESITO:</b>		<b>AMMESSO</b>

La seduta si chiude alle ore 12,45.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Genova, 28/02/2023


**RUP**

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

**Segretario verbalizzante**

Dott. Pietro LEVAGGI

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE  
ORGANIZZAZIONE

Genova, 17/04/2023

Prot. n. NP/2023/343613

SETTORE  
STAZIONE UNICA APPALTANTE  
REGIONALE
 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
 Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN  
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

**Oggetto:** Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura di Materiale per osteosintesi distretti vari e osteosintesi pediatrica, lotti deserti occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 24 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 9 – gara n. 8823655. Id Sintel 162735729

## SEDUTA PUBBLICA

## Verbale seduta pubblica di apertura della documentazione tecnica

Il giorno 17/04/2023, alle ore 15,01 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto per l'apertura sulla piattaforma telematica Sintel della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Sono presenti:

- Dott.ssa Rossana Brandolin – Funzionario della S.U.A.R. – RUP della procedura anche con funzioni Segretario verbalizzante;
- Dott. Pietro Levaggi - Funzionario della S.U.A.R.

Partecipano alla seduta i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 1940/2023 (il Dott. Chiapale e il Dott Tartaglia tramite collegamento skype):

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Danilo Chiapale	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia 2 P.O. Levante

REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851

Componente	Dott. Lorenzo Tartaglia	ASL 4 "Chiavarese"	Dirigente Medico S.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Lavagna
Componente	Dott. Marco Stella	E.O. Ospedali Galliera	Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri della S.U.A.R.  
Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dalla Dott.ssa Noemi Betti, nominata con decreto del Direttore Generale n. 6772/2022.

La seduta pubblica si svolge a porte chiuse. Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2023-0322484 del 03/04/2023.

Il RUP dà preliminarmente atto che:

- con decreto n. 7933/2022, successivamente rettificato con Decreto n. 283/2023, è stata indetta la procedura di cui in epigrafe e fissato il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 08/02/2023, ore 14:00;
- entro il predetto termine delle ore 14:00 del 08/02/2023 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1674724517757	CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO 00516271202	Forma singola
1675342700478	CORMED SAS 01030110991	Forma singola
1675679375016	EXAMEDICAL S.r.l. 07894650964	Forma singola
1675684621825	INTRAUMA SPA 09270550016	Forma singola
1675348408524	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. 08082461008	Forma singola
1675680009546	LIMACORPORATE 01427710304	Forma singola
1675435492266	ORTHOFIX SRL 08976680150	Forma singola
1675348455095	STRYKER ITALIA SRL S.U. 12572900152	Forma singola
1675171225082	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. 09012850153	Forma singola

Con decreto n. 1361/2023 le Ditte sopra indicate sono state ammesse al proseguo della procedura

REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851

Come previsto dal Disciplinare di Gara, la documentazione tecnica doveva essere sottomessa attraverso la piattaforma telematica SinTel raggiungibile dal sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Il RUP, alla presenza della Commissione Giudicatrice, procede quindi all'apertura delle buste tecniche telematiche presentate dalle Ditte sopra indicate.

Il Disciplinare di Gara (art. 15.2.4.) prevedeva che la busta tecnica dovesse contenere i seguenti documenti:

1. Denominazione commerciale prodotto offerto
2. Dichiarazione offerta tecnica (Modello M-5);
3. Scheda tecnica
4. Certificazione resistenza alla fatica
5. Istruzioni d'uso
6. Confezionamento
7. Certificato CE
8. Eventuali dichiarazioni di equivalenza
9. Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti tecnologici (allegato M-4)
10. Offerta Economica Silente

Il RUP e la Commissione Giudicatrice valutate rilevano quanto segue:  
in tutti i lotti è regolarmente presente la documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara.

Alle ore 15,07 il RUP, avendo esaurito gli adempimenti previsti dalla *lex specialis* di gara nella presente fase, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il presente Verbale, composto da 3 (tre) pagine, sarà pubblicato sul sito [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Genova, 17/04/2023

**RUP**

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



**Ufficiale Rogante**

Dott.ssa Noemi BETTI



**Funzionario**

Dott. Pietro LEVAGGI



**Supporto Informatico**


Sig. Alessandro VALDISERRI




**Presidente Commissione Giudicatrice**  
Dott. Danilo CHIAPALE

**Componente Commissione Giudicatrice**  
Dott. Lorenzo TARTAGLIA

**Componente Commissione Giudicatrice**  
Dott. Marco STELLA



Three handwritten signatures are written over three horizontal lines. The top signature is 'Danilo Chiapale', the middle one is 'Lorenzo Tartaglia', and the bottom one is 'Marco Stella'.

**REGIONE LIGURIA**

**DIREZIONE CENTRALE  
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE  
STAZIONE UNICA APPALTANTE  
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN  
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorig - r\_liguri - Regione Liguria  
Prot-2023-0368640  
del 04/05/2023

Genova, 04/05/2023

Prot. n. NP/2023/368640

**Oggetto:** Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura di Materiale per osteosintesi distretti vari e osteosintesi pediatrica, lotti deserti occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 24 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 9 – gara n. 8823655. Id Sintel 162735729

**1^ SEDUTA RISERVATA**

**Verbale 1^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 04/05/2023**

Il giorno 04/05/2023, alle ore 9,15 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per la valutazione delle offerte tecniche delle ditte partecipanti, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 1940/2023 (il Dott. Danilo Chiapale partecipa alla seduta tramite collegamento Skype):

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Danilo Chiapale	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia 2 P.O. Levante
Componente	Dott. Lorenzo Tartaglia	ASL 4 "Chiavarese"	Dirigente Medico S.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Lavagna
Componente	Dott. Marco Stella	E.O. Ospedali Galliera	Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di RUP della procedura e segretario verbalizzante.

La Commissione inizia ad esaminare la documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti per ciascun lotto al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

**Lotto 1 SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERO (CIG 9518104BE3)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>PRODOTTO OFFERTO</b>	<b>PRESENZA REQUISITI DI MINIMA</b>
CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	Dinamic T	Il prodotto offerto presenta una sola misura di diametro (7 mm) e non rispetta pertanto la seguente caratteristica di minima prevista dal Capitolato a pena di esclusione: " <i>disponibile in vari diametri: da 5,5 mm a 9,5 mm.</i> ". La Ditta verrà pertanto esclusa
INTRAUMA SPA	Telegraph evolution	X
LIMACORPORATE	Diphos	X
STRYKER ITALIA SRL S.U.	T2	Il prodotto offerto presenta una sola misura di diametro (8 mm) e non rispetta pertanto la seguente caratteristica di minima prevista dal Capitolato a pena di esclusione: " <i>disponibile in vari diametri: da 5,5 mm a 9,5 mm.</i> ". La Ditta verrà pertanto esclusa
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	Affixus® Natural Nail®	X

**Lotto 2 SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI (CIG 9518124C64)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>PRODOTTO OFFERTO</b>	<b>PRESENZA REQUISITI DI MINIMA</b>
EXAMEDICAL S.r.l.	Salgina	X
LIMACORPORATE	VRP	X

**Lotto 6\_CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182081B9)**

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	RFN-Advanced™	X
STRYKER ITALIA SRL S.U.	T2 Alpha Femore Retrogrado	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	ZNN - Chiodo Femorale Retrogrado	X

**Lotto 7\_CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE CON ESTENSIONE ARTICOLARE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182471E8)**

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
STRYKER ITALIA SRL S.U.	T2 Alpha Femore Retrogrado	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	ZNN - Chiodo Femorale Retrogrado	La Commissione ritiene necessario chiedere un chiarimento in merito al possesso del seguente requisito: <i>“deve prevedere di eseguire compressione interframmentaria a livello dei condili attraverso sistemi di vite boccola”</i>

**Lotto 9\_SISTEMA PER LA SINTESI DI FRAMMENTI OSSEI CON FILI FILETTATI (CIG 9518502456)**

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
CORMED SAS	Fili CSB	X
ORTHOFIX SRL	SISTEMA DI FISSAZIONE DEI FRAMMENTI	X


La seduta si chiude alle ore 11,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Genova, 04/05/2023

**Presidente Commissione Giudicatrice**

Dott. Danilo CHIAPALE

Handwritten signature of Danilo Chiapale on a horizontal line.

**Componente Commissione Giudicatrice**

Dott. Lorenzo TARTAGLIA

Handwritten signature of Lorenzo Tartaglia on a horizontal line.

**Componente Commissione Giudicatrice**


Dott. Marco STELLA

Handwritten signature of Marco Stella on a horizontal line.

**RUP**

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

Handwritten signature of Rossana Brandolin on a horizontal line.A large, complex handwritten signature or stamp, possibly including initials 'RS', located at the bottom right of the page.



## REGIONE LIGURIA

 DIREZIONE CENTRALE  
 ORGANIZZAZIONE

Genova, 25/05/2023

Prot. n. NP/2023/ 402153

 SETTORE  
 STAZIONE UNICA APPALTANTE  
 REGIONALE

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
 Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN  
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

**Oggetto:** Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura di Materiale per osteosintesi distretti vari e osteosintesi pediatrica, lotti deserti occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 24 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 9 – gara n. 8823655. Id Sintel 162735729

## 2^ SEDUTA RISERVATA

## Verbale 2^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 25/05/2023

Il giorno 25/05/2023, alle ore 9,20 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per l'esame della campionatura ed attribuzione dei punteggi relativi ai criteri discrezionali dei prodotti offerti dalle Ditte partecipanti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 1940/2023:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Danilo Chiapale	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia 2 P.O. Levante
Componente	Dott. Lorenzo Tartaglia	ASL 4 "Chiavarese"	Dirigente Medico S.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Lavagna
Componente	Dott. Marco Stella	E.O. Ospedali Galliera	Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di RUP della procedura e segretario verbalizzante.

La Commissione dà anzitutto atto che ad esito della precedente seduta riservata aveva ritenuto necessario inviare alla Zimmer Biomet Italia per il lotto 7 un chiarimento in merito al possesso del seguente requisito: “*deve prevedere di eseguire compressione interframmentaria a livello dei condili attraverso sistemi di vite boccola*”. La Zimmer ha fornito riscontro con comunicazione acquisita agli atti Prot-2023-0373363 del 08/05/2023, indicando il punto della documentazione tecnica ove era reperibile il dato richiesto.

La Commissione verifica la presenza del requisito de quo nel prodotto offerto dalla Zimmer.

Il RUP riferisce poi alla Commissione che la Stryker Italia, a seguito della comunicazione di esclusione dal lotto 1, ha inviato un'istanza di annullamento in autotutela, acquisita agli atti Prot-2023-0376359 del 09/05/2023, nella quale precisa il punto della documentazione tecnica ove sono indicati tutti i codici offerti e, in particolare, varie misure di diametro.

La Commissione accerta quindi che il prodotto offerto dalla Stryker nel lotto 1 presenta tutte le caratteristiche di minima richieste dal Capitolato. La Ditta viene pertanto riammessa al lotto 1.

La Commissione inizia a questo punto l'esame della campionatura delle Ditte partecipanti.

Decide di procedere all'attribuzione dei punteggi dei criteri da valutare con il criterio Q1 subito dopo la visione delle varie campionature e rinviare al termine della seduta l'attribuzione dei punteggi con il metodo del confronto a coppie.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice ai parametri de quibus vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

\*\*\*

Alle ore 9,45 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **INTRAUMA s.p.a.** per il lotto 1

Per la Ditta sono presenti Fulvio Finetto

### **Lotto 1 SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERO**

Prodotto offerto: Telegraph evolution

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

Vengono in particolare mostrati: alesatori, fili guida, perforatore, guida

Viene mostrata la tecnica chirurgica

La Commissione prende in mano lo strumentario al fine di verificarne il peso.

Alle 10,00 termina la presentazione.

#### **Reperi (Q5)**

Osservazioni: presente


#### **Finitura (Q1)**

Osservazioni: buona finitura, l'estremità distale del chiodo risulta smussa

\*\*\*

Alle ore 10,10 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **LIMACORPORATE** per i lotti 1 e 2

Per la Ditta sono presenti Consuelo Allegretta e Antonio Burgio



### **Lotto 1 SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERO**

Prodotto offerto: Diphos

Viene mostrato lo strumentario, composto da 2 cassette

La Commissione prova il montaggio de chiodo

La Commissione prende in mano lo strumentario al fine di verificarne il peso.

Alle 10,25 termina la presentazione.

#### **Reperi (Q5)**

Osservazioni: presente

#### **Finitura (Q1)**

Osservazioni: buona finitura, l'estremità distale del chiodo risulta smussa

\*\*\*

Alle ore 10,30 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti per il lotto 2

### **Lotto 2 SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI**

Prodotto offerto: VRP

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

Viene illustrata la tecnica chirurgica

La Commissione prende in mano lo strumentario al fine di verificarne il peso.

Alle 10,38 termina la presentazione.

#### **Precisione**

Osservazioni: c'è un misuratore

#### **Maneggevolezza**

Osservazioni: strumentario di peso molto contenuto, manici ergonomici

#### **Identificazione dei componenti**

Osservazioni: viti con codici colore e chiare serigrafie sulla cassetta

#### **Container**

Osservazioni: una cassetta di peso e dimensioni contenuti

#### **Maschere dedicate (Q5)**

Osservazioni: presente

#### **Tipologia foro**

Osservazioni: foro tradizionale con possibilità di variare l'angolo grazie alle proprietà del materiale

#### **Possibilità di utilizzo di viti poliassiali (Q5)**

Osservazioni: presente

#### **Possibilità di utilizzo nello stesso foro di viti di diversa funzione (Q5)**

Osservazioni: presente

#### **Tipologia e tenuta della viti a stabilità all'interno del foro**

Osservazioni: buona tenuta



**Possibilità di estrazione della vite dopo eventuale iper-serraggio**

Osservazioni: buona grazie al materiale con mancanza di fusione tra vite e materiale

**Basso contatto della placca sull'osso**

Osservazioni: la placca presenta un buon basso contatto

**Gamma misure delle placche**

Osservazioni: ottima gamma (8 misure)

**Gamma delle lunghezze delle viti (Q3\*)**

Osservazioni: n. 22

**Possibilità di sistemi di ancoraggio per le componenti articolari capsulo legamentose. (Q5)**

Osservazioni: presente

**Confezione sterile(Q5)**

Osservazioni: presente

\*\*\*

Alle ore 10,48 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.** per il lotto 1  
Per la Ditta è presente Davide Bagnasco

**Lotto 1 SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERO**

Prodotto offerto: Affixus Natural nail

Viene mostrato lo strumentario, composto da 2 cassette

Vengono in particolare mostrati: frese, strumento per la rimozione de chiodo, alesatori, guida, filo guida

La Commissione prova il montaggio del chiodo

La Commissione prende in mano lo strumentario al fine di verificarne il peso.

Alle 11,02 termina la presentazione.

**Reperi (Q5)**

Osservazioni: presente

**Finitura (Q1)**

Osservazioni: buona finitura, punta smussa

\*\*\*

Alle ore 11,08 inizia la presentazione della campionatura relativa al lotto 6 e lotto 7 (il prodotto offerto è il medesimo)


**Lotto 6 CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO**

Prodotto offerto: ZNN

Viene mostrato lo strumentario, composto da 2 cassette

La Commissione valuta l'alloggiamento della vite/chiodo nel corpo principale mediante un bone model

La Commissione prende in mano lo strumentario al fine di verificarne il peso.



Alle 11,20 termina la presentazione.

**Efficienza nell'utilizzo (Q1)**

Osservazioni: strumentario molto preciso, semplice, maneggevole

**Sistemi di bloccaggio distale (Q1)**

Osservazioni: il prodotto offerte consente diverse opzioni di bloccaggio distale

**Finitura (Q1)**

Osservazioni: ottimale finitura della vite/chiodo nel corpo principale, che garantisce ottima stabilità delle viti di bloccaggio, varie opzioni di bloccaggio distale

**Perfetto alloggiamento (Q1)**

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha riscontrato un perfetto e stabile alloggiamento della vite/chiodo nel corpo principale

**Possibilità di scelta dell'angolo distale del chiodo per accesso più posteriore in presenza di protesi di ginocchio**

Osservazioni: non presente

\*\*\*

**Lotto 7 CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE CON ESTENSIONE ARTICOLARE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO**

**Efficienza nell'utilizzo**

Osservazioni: strumentario molto preciso, semplice, maneggevole

**Identificazione dei componenti**

Osservazioni: sono presenti serigrafie e codici colore

**Sistemi di bloccaggio distale**

Osservazioni: il prodotto offerto consente diverse opzioni di bloccaggio distale

**Container**

Osservazioni: 2 cassette di peso contenuto

**Finitura**

Osservazioni: ottimale finitura della vite/chiodo nel corpo principale, che garantisce ottima stabilità delle viti di bloccaggio, varie opzioni di bloccaggio distale

**Perfetto alloggiamento**

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha riscontrato un perfetto e stabile alloggiamento della vite/chiodo nel corpo principale

**Gamma misure (diametri e lunghezze)**

Osservazioni: buona gamma (33 misure)

\*\*\*

Alle ore 11,35 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **EXAMEDICAL S.R.L.** per il lotto 2  
Per la Ditta è presente Andrea Budassi

**Lotto 2 SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI**

Prodotto offerto: Salgina

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

Viene provata la tecnica chirurgica

La Commissione prende in mano lo strumentario al fine di verificarne il peso.

Alle 11,47 termina la presentazione.

**Precisione**

Osservazioni: c'è un misuratore e punte millimetriche

**Maneggevolezza**

Osservazioni: strumentario molto leggero, manici ergonomici

**Identificazione dei componenti**

Osservazioni: ci sono codici colore, non serigrafie

**Container**

Osservazioni: una cassetta di peso e dimensioni contenuti

**Maschere dedicate (Q5)**

Osservazioni: presente

**Tipologia foro**

Osservazioni: foro adeguato per impianti standard e viti a stabilità angolare

**Possibilità di utilizzo di viti poliassiali (Q5)**

Osservazioni: presente

**Possibilità di utilizzo nello stesso foro di viti di diversa funzione (Q5)**

Osservazioni: presente

**Tipologia e tenuta della viti a stabilità all'interno del foro**

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha riscontrato una discreta tenuta delle viti

**Possibilità di estrazione della vite dopo eventuale iper-serraggio**

Osservazioni: discreta possibilità in considerazione del materiale

**Basso contatto della placca sull'osso**

Osservazioni: la placca presenta un sufficiente basso contatto

**Gamma misure delle placche**

Osservazioni: ottima gamma (n. 8 misure)

**Gamma delle lunghezze delle viti (Q3\*)**

Osservazioni: n. 9 misure

**Possibilità di sistemi di ancoraggio per le componenti articolari capsulo legamentose. (Q5)**

Osservazioni: presente

**Confezione sterile(Q5)**

Osservazioni: presente

\*\*\*

Alle ore 11,55 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.** per il lotto 6

Per la Ditta sono presenti Danilo Petrachi e Alessandro Panzica

**Lotto 6\_CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO**

Prodotto offerto: RFN Advanced

Viene mostrato lo strumentario, composto da 4 cassette

La Commissione valuta l'alloggiamento della vite/chiodo nel corpo principale mediante un bone model

La Commissione prende in mano lo strumentario al fine di verificarne il peso.

Alle 12,22 termina la presentazione.

**Efficienza nell'utilizzo (Q1)**

Osservazioni: strumentario estremamente completo, molto semplice ed intuitivo, maneggevole

**Sistemi di bloccaggio distale (Q1)**

Osservazioni: il sistema offerto presenta sette opzioni di guida di bloccaggio distale

**Finitura (Q1)**

Osservazioni: la vite/chiodo presenta un'eccellente finitura, il sistema offerto presenta sette opzioni di bloccaggio distale e le viti di bloccaggio risultano estremamente stabili

**Perfetto alloggiamento (Q1)**

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha riscontrato che la stabilità dell'alloggiamento della vite/chiodo nel corpo principale risulta eccellente

**Possibilità di scelta dell'angolo distale del chiodo per accesso più posteriore in presenza di protesi di ginocchio**

Osservazioni: presente

\*\*\*

Alle ore 12,30 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **Stryker Italia srl S.U.** per il lotto 1

Per la Ditta è presente Fabiana Maulu


**Lotto 1 SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERO**

Prodotto offerto: T2

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

La Commissione prende in mano lo strumentario al fine di verificarne il peso.

Alle 12,50 termina la presentazione.



**Reperi (Q5)**

Osservazioni: presente

**Finitura (Q1)**

Osservazioni: ottima finitura, punta molto smussa

\*\*\*

Alle ore 13,00 inizia la presentazione della campionatura relativa al lotto 6 e 7 (il prodotto offerto è il medesimo nei due lotti)

**Lotto 6\_CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO**

Prodotto offerto: T2 Alpha femore retrogrado

Viene mostrato lo strumentario, composto da 3 cassette

La Commissione valuta l'alloggiamento della vite/chiodo nel corpo principale mediante un bone model

La Commissione prende in mano lo strumentario al fine di verificarne il peso.

Alle 13,20 termina la presentazione.

**Efficienza nell'utilizzo (Q1)**

Osservazioni: strumentario estremamente completo, molto semplice ed intuitivo, maneggevole

**Sistemi di bloccaggio distale (Q1)**

Osservazioni: prodotto offerto consente diverse opzioni di bloccaggio distale

**Finitura (Q1)**

Osservazioni: ottimale finitura della vite/chiodo nel corpo principale, che garantisce ottima stabilità delle viti di bloccaggio, varie opzioni di bloccaggio distale

**Perfetto alloggiamento (Q1)**

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha riscontrato che la stabilità dell'alloggiamento della vite/chiodo nel corpo principale risulta eccellente

**Possibilità di scelta dell'angolo distale del chiodo per accesso più posteriore in presenza di protesi di ginocchio**

Osservazioni: non presente

\*\*\*

**Lotto 7 CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE CON ESTENSIONE ARTICOLARE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO****Efficienza nell'utilizzo**

Osservazioni: strumentario estremamente completo, molto preciso, semplice, maneggevole

**Identificazione dei componenti**

Osservazioni: sono presenti codici colore e chiare serigrafie

**Sistemi di bloccaggio distale**

Osservazioni: il prodotto offerto consente diverse opzioni di bloccaggio distale

**Container**

Osservazioni: 3 cassette di peso abbastanza contenuto

**Finitura**

Osservazioni: ottimale finitura della vite/chiodo nel corpo principale, che garantisce ottima stabilità delle viti di bloccaggio, varie opzioni di bloccaggio distale

**Perfetto alloggiamento**

Osservazioni: alla prova pratica la Commissione ha riscontrato che la stabilità dell'alloggiamento della vite/chiodo nel corpo principale risulta eccellente

**Gamma misure (diametri e lunghezze)**

Osservazioni: eccellente gamma (132 misure)

\*\*\*

Alle ore 13,35 la seduta si interrompe per la pausa pranzo e riprende alle ore 14,20

Alle ore 14,30 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **CORMED** per il lotto 9

Per la Ditta è presente Claudio Corò

**Lotto 9 SISTEMA PER LA SINTESI DI FRAMMENTI OSSEI CON FILI FILETTATI**

Prodotto offerto: CSB

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

Vengono in particolare mostrati: estrattore, taglia-filo, misuratori di diametro, tronchese, pinze e un mandrino

La Commissione prende in mano lo strumentario al fine di verificarne il peso.

Alle 14,45 termina la presentazione.

**Maneggevolezza**

Osservazioni: componenti dello strumentario di peso contenuto, manici ergonomici; ci sono pinze e un mandrino per facilitare la rimozione del filo

**Presenza di tronchese dedicato**

Osservazioni: è presente un tronchese dedicato; il filo risulta di facile taglio

**Identificazione dei componenti**

Osservazioni: i componenti sono facilmente identificabili all'interno della cassetta. Confezionamento con etichettatura chiara e precisa

**Gamma dei fili**

Osservazioni: discreta gamma (n. 4 misure)

**Affilatura della punta**

Osservazioni: la punta risulta molto affilata

\*\*\*

Alle ore 15,00 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ORTHOFIX S.R.L.** per il lotto 9. Per la Ditta è presente Mauro Bonaria

**Lotto 9 SISTEMA PER LA SINTESI DI FRAMMENTI OSSEI CON FILI FILETTATI**

Prodotto offerto: sistema di fissazione dei frammenti

Viene mostrato lo strumentario

Vengono in particolare mostrati: estrattori; manici e chiave a brugola per rimozione del filo nell'offerta è ricompreso un tronchese che tuttavia non è stato portato in visione, pertanto la Commissione deve attribuire 0 al relativo parametro

Alle xxxx termina la presentazione.

**Maneggevolezza**

Osservazioni: i componenti risultano di peso molto contenuto, i manici sono estremamente ergonomici; sono presenti manici e chiave a brugola per rimozione del filo

**Presenza di tronchese dedicato**

Osservazioni: non è stato portato in visione

**Identificazione dei componenti**

Osservazioni: i componenti risultano di facile identificazione

**Gamma dei fili**

Osservazioni: ottima gamma (n. 28 misure)

**Affilatura della punta**

Osservazioni: la punta risulta molto affilata

\*\*\*

La Commissione procede ora ad attribuire i punteggi ai criteri da valutare con il metodo del confronto a coppie.

**Q2 LOTTO 1**

**Precisione**

Tutti gli strumentari presentano strumenti di misura

**Semplicità**

Tutti gli strumentari presentano un ridotto numero di componenti

**Maneggevolezza**

Gli strumentari presentati risultano di peso contenuto, i manici sono ergonomici (meno ergonomici quelli della Intrauma), sono presenti sistemi che facilitino l'inserzione e la rimozione del chiodo


**Identificazione dei componenti**

Gli strumentari di Intrauma, Limacorporate e Zimmer Biomet presentano chiare serigrafie e codici colore; quello di Stryker non ha codici colore

**Container**

Gli strumentari di Intrauma e Stryker presentano una cassetta di peso contenuto, quelli di Limacorporate e Zimmer Biomet 2 cassette di peso contenuto

**Gamma dei chiodi**



Intrauma 25 misure  
Limacorporate 26 misure  
Stryker 61 misure  
Zimmer 34 misure

\*\*\*

## Q2 LOTTO 6

### Identificazione dei componenti

Tutti gli strumentari presentano codici colore e chiare serigrafie

### Container

Zimmer 2 cassette  
Johnson 4 cassette + 1 cestello per la rimozione  
Stryker 3 cassette

### Gamma misure (diametri e lunghezze)

Johnson 88 misure  
Stryker 132 misure  
Zimmer 24 misure

\*\*\*

Al termine della valutazione qualitativa risultano i seguenti punteggi:

### Lotto 1 SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERI (CIG 9518104BE3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
INTRAUMA SPA	45,44	50,49
LIMACORPORATE	55,11	61,24
STRYKER ITALIA SRL S.U.	63,00	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	58,11	64,57

### Lotto 2 SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI (CIG 9518124C64)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
EXAMEDICAL S.r.l.	52,60	54,15
LIMACORPORATE	68,00	70,00

**Lotto 6\_CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182081B9)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	57,00	70,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	56,500	69,39
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	45,90	56,37

**Lotto 7\_CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE CON ESTENSIONE ARTICOLARE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182471E8)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
STRYKER ITALIA SRL S.U.	67,14	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	60,50	63,07

**Lotto 9\_SISTEMA PER LA SINTESI DI FRAMMENTI OSSEI CON FILI FILETTATI (CIG 9518502456)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CORMED SAS	52,86	56,92
ORTHOFIX SRL	65,00	70,00

Al presente verbale vengono allegare le schede riepilogative dei punteggi dei lotti 1 - 2 - 6 - 7 - 9

La seduta si chiude alle ore 16,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 25/05/2023

**Presidente Commissione Giudicatrice**

Dott. Danilo CHIAPALE

**Componente Commissione Giudicatrice**

Dott. Lorenzo TARTAGLIA

**Componente Commissione Giudicatrice**

Dott. Marco STELLA

**RUP**

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

**Materiale per Osteosintesi distretti vari e  
Osteosintesi pediatrica (lotti deserti) II ED**  
**N° gara 8823655**

**LOTTO 1 - SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMEMO (CIG 9518104BE3)**

**Scala dei coefficienti:**  
 eccellente: coeff. 1,0  
 ottimo: coeff. 0,7  
 buono: coeff. 0,5  
 discreto: coeff. 0,3  
 sufficiente: coeff. 0,1  
 non valutabile coeff. 0,0

		PUNTI MAX	INTRAUMA SPA			LIMACORPORATE		
Finitura	Attribuzione del peso in relazione alla finitura dell'estremità di infissione del chiodo che faciliti il suo inserimento	15	0,5	Dott. Danilo CHIAPALE	10,714	0,5	Dott. Danilo CHIAPALE	10,714
			0,5	Dott. Marco STELLA		0,5	Dott. Marco STELLA	
			0,5	Dott. Lorenzo TARTAGLIA		0,5	Dott. Lorenzo TARTAGLIA	
			0,500	MEDIA		0,500	MEDIA	
			0,714	COEFF.		0,714	COEFF.	



  
 7

STRYKER ITALIA SRL S.U.			ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.		
0,7	Dott. Danilo CHIAPALE	15,000	0,5	Dott. Danilo CHIAPALE	10,714
0,7	Dott. Marco STELLA		0,5	Dott. Marco STELLA	
0,7	Dott. Lorenzo TARTAGLIA		0,5	Dott. Lorenzo TARTAGLIA	
0,700	MEDIA		0,500	MEDIA	
1,000	COEFF.		0,714	COEFF.	

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------





**Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi pediatrica (lotti  
deserti) II ED  
N° gara 8823655**

LOTTO 1 - SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERO (CIG 9518104BE3)

Dott. Danilo CHIAPALE							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Precisione								Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE		STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l		
INTRAUMA SPA		1	1	1	1	1	1	
LIMACORPORATE				1	1	1	1	
STRYKER ITALIA SRL S.U.						1	1	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l								
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		

Semplicità								Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE		STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l		
INTRAUMA SPA		1	1	1	1	1	1	
LIMACORPORATE				1	1	1	1	
STRYKER ITALIA SRL S.U.						1	1	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l								
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		

Maneggevolezza								Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE		STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l		
INTRAUMA SPA		0	2	0	2	0	2	
LIMACORPORATE				1	1	1	1	
STRYKER ITALIA SRL S.U.						1	1	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l								
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>4</b>		

Identificazione dei componenti								Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE		STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l		
INTRAUMA SPA		1	1	2	0	1	1	
LIMACORPORATE				2	0	1	1	
STRYKER ITALIA SRL S.U.						0	2	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l								
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>0</b>		<b>4</b>		

Container								Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE		STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l		
INTRAUMA SPA		2	0	1	1	2	0	
LIMACORPORATE				0	2	1	1	
STRYKER ITALIA SRL S.U.						2	0	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l								
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>1</b>		<b>5</b>		<b>1</b>		

Gamma dei chiodi								Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE		STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l		
INTRAUMA SPA		1	1	0	4	0	2	
LIMACORPORATE				0	4	0	2	
STRYKER ITALIA SRL S.U.						2	0	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l								
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>10</b>		<b>4</b>		

Dott. Marco STELLA

Precisione							Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE	STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l		
INTRAUMA SPA		1	1	1	1	1	
LIMACORPORATE			1	1	1	1	
STRYKER ITALIA SRL S.U.					1	1	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.							
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		

Semplicità							Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE	STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l		
INTRAUMA SPA		1	1	1	1	1	
LIMACORPORATE			1	1	1	1	
STRYKER ITALIA SRL S.U.					1	1	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.							
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		

Maneggevolezza							Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE	STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l		
INTRAUMA SPA		0	2	0	2	0	2
LIMACORPORATE			1	1	1	1	
STRYKER ITALIA SRL S.U.					1	1	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.							
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		

Identificazione dei componenti							Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE	STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l		
INTRAUMA SPA		1	1	2	0	1	1
LIMACORPORATE			2	0	1	1	
STRYKER ITALIA SRL S.U.					0	2	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.							
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>4</b>		

Container							Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE	STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l		
INTRAUMA SPA		2	0	1	1	2	0
LIMACORPORATE			0	2	1	1	
STRYKER ITALIA SRL S.U.					2	0	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.							
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>1</b>		

Gamma dei chiodi							Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE	STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l		
INTRAUMA SPA		1	1	0	4	0	2
LIMACORPORATE			0	4	0	2	
STRYKER ITALIA SRL S.U.					2	0	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.							
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>		<b>4</b>		

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several initials on the right.

Dott. Lorenzo TARTAGLIA

## Precisione

							Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE		STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l	
INTRAUMA SPA		1	1	1	1	1	1
LIMACORPORATE				1	1	1	1
STRYKER ITALIA SRL S.U.						1	1
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.							
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	

## Semplicità

							Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE		STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l	
INTRAUMA SPA		0	2	0	2	0	2
LIMACORPORATE				1	1	1	1
STRYKER ITALIA SRL S.U.						1	1
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.							
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	

## Maneggevolezza

							Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE		STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l	
INTRAUMA SPA		1	1	1	1	1	1
LIMACORPORATE				1	1	1	1
STRYKER ITALIA SRL S.U.						1	1
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.							
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	

## Identificazione dei componenti

							Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE		STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l	
INTRAUMA SPA		1	1	2	0	1	1
LIMACORPORATE				2	0	1	1
STRYKER ITALIA SRL S.U.						0	2
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.							
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>0</b>		<b>4</b>	

## Container

							Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE		STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l	
INTRAUMA SPA		2	0	1	1	2	0
LIMACORPORATE				0	2	1	1
STRYKER ITALIA SRL S.U.						2	0
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.							
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>1</b>		<b>5</b>		<b>1</b>	

## Gamma dei chiodi

							Note
Aziende	INTRAUMA SPA	LIMACORPORATE		STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l	
INTRAUMA SPA		1	1	0	4	0	2
LIMACORPORATE				0	4	0	2
STRYKER ITALIA SRL S.U.						2	0
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.							
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>10</b>		<b>4</b>	




Media		Valore p.ti item	Punteggio	
INTRAUMA SPA	3	10	INTRAUMA SPA	10
LIMACORPORATE	3		LIMACORPORATE	10
STRYKER ITALIA SRL S.U.	3		STRYKER ITALIA SRL S.U.	10
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	3		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	10

Media		Valore p.ti item	Punteggio	
INTRAUMA SPA	2	10	INTRAUMA SPA	6,000
LIMACORPORATE	3,3333333		LIMACORPORATE	10,000
STRYKER ITALIA SRL S.U.	3,3333333		STRYKER ITALIA SRL S.U.	10
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	3,3333333		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	10

Media		Valore p.ti item	Punteggio	
INTRAUMA SPA	1	10	INTRAUMA SPA	2,7272727
LIMACORPORATE	3,6666667		LIMACORPORATE	10
STRYKER ITALIA SRL S.U.	3,6666667		STRYKER ITALIA SRL S.U.	10
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	3,6666667		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	10

Media		Valore p.ti item	Punteggio	
INTRAUMA SPA	4	7	INTRAUMA SPA	7,000
LIMACORPORATE	4		LIMACORPORATE	7,000
STRYKER ITALIA SRL S.U.	0		STRYKER ITALIA SRL S.U.	0
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	4		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	7,000

Media		Valore p.ti item	Punteggio	
INTRAUMA SPA	5	2	INTRAUMA SPA	2
LIMACORPORATE	1		LIMACORPORATE	0,4
STRYKER ITALIA SRL S.U.	5		STRYKER ITALIA SRL S.U.	2
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	1		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	0,4

Media		Valore p.ti item	Punteggio	
INTRAUMA SPA	1	10	INTRAUMA SPA	1,000
LIMACORPORATE	1		LIMACORPORATE	1,000
STRYKER ITALIA SRL S.U.	10		STRYKER ITALIA SRL S.U.	10
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	4		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	4,000

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'B' on the left and several other cursive signatures on the right.

**Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi pediatrica  
(lotti deserti) II ED  
N° gara 8823655**

<b>LOTTO 1 - SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERO (CIG 9518104BE3)</b>	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	
	Reperi	
<b>DITTE</b>	<b>SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	
	Attribuzione del peso in ordine alla presenza di reperi che indichino allo strumentista la direzione ed il verso per l'infissione del chiodo Se PRESENTE 6 PUNTI Se ASSENTE 0 Punti	
<b>INTRAUMA</b>	6,000	
<b>LIMACORPORATE</b>	6,000	
<b>STRYKER ITALIA SRL S.U.</b>	6,000	
<b>ZIMMER BIOMET</b>	6,000	

**Materiale per Osteosintesi  
distretti vari e Osteosintesi  
pediatrica (lotti deserti) II ED  
N° gara 8823655**

**LOTTO 1 - SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERO (CIG 9518104BE3)**

Criteria di valutazione	INTRAUMA	LIMACORPORATE	STRYKER ITALIA SRL S.U.	ZIMMER BIOMET ITALIA
Precisione	10,000	10,000	10,000	10,000
Semplicità	6,000	10,000	10,000	10,000
Reperi	6,000	6,000	6,000	6,000
Maneggevolezza	2,727	10,000	10,000	10,000
Identificazione dei componenti	7,000	7,000	0,000	7,000
Container	2,000	0,400	2,000	0,400
Finitura	10,714	10,714	15,000	10,714
Gamma dei chiodi	1,000	1,000	10,000	4,000
<b>TOTALE</b>	<b>45,442</b>	<b>55,114</b>	<b>63,000</b>	<b>58,114</b>
<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>	<b>50,491</b>	<b>61,238</b>	<b>70,000</b>	<b>64,571</b>

Handwritten signatures and initials, likely representing the participants in the tender process.

**Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi  
pediatrica (lotti deserti) II ED  
N° gara 8823655**

**Lotto 2\_SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI (CIG 9518124C64)**

Scala coefficienti:  
eccellente coeff. 1,0  
ottimo coeff. 0,7  
buono coeff. 0,5  
discreto coeff. 0,3  
sufficiente coeff. 0,1  
non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	EXAMEDICAL S.r.l.		LIMACORPORATE						
Precisione	Attribuzione del peso in ordine alla presenza di punte millimetriche e di strumenti di misura di facile utilizzo	7	0,7	Dott. Danilo Chiapale	7,000	0,5	Dott. Danilo Chiapale	5,000	B4	0,700	MAX tra le medie
			0,7	Dott. MarcoStella		0,5	Dott. MarcoStella				
			0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,5	Dott. Lorenzo Tartaglia				
			0,700	MEDIA		0,500	MEDIA				
			1,000	COEFF.		0,714	COEFF.				
Maneggevolezza	Attribuzione del peso in ordine al peso dello strumentario e dei vari componenti, all'ergonomia dei manici, alla presenza di sistemi che facilitino l'inserzione e la rimozione delle viti, all'ingombro	7	0,7	Dott. Danilo Chiapale	7,000	0,7	Dott. Danilo Chiapale	7,000	B5	0,700	MAX tra le medie
			0,7	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella				
			0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia				
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA				
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.				
Identificazione dei componenti	Attribuzione del peso in ordine alla presenza di codici colore e serigrafie sul contenitore	6	0,5	Dott. Danilo Chiapale	4,286	0,7	Dott. Danilo Chiapale	6,000	B5	0,700	MAX tra le medie
			0,5	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella				
			0,5	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia				
			0,500	MEDIA		0,700	MEDIA				
			0,714	COEFF.		1,000	COEFF.				
Container	Attribuzione del peso in ordine al peso e numero di container	3	0,7	Dott. Danilo Chiapale	3,000	0,7	Dott. Danilo Chiapale	3,000	B5	0,700	MAX tra le medie
			0,7	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella				
			0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia				
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA				
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.				
Tipologia foro	Attribuzione del peso in relazione alla tipologia del foro	8	0,3	Dott. Danilo Chiapale	3,429	0,7	Dott. Danilo Chiapale	8,000	B7	0,700	MAX tra le medie
			0,3	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella				
			0,3	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia				
			0,300	MEDIA		0,700	MEDIA				
			0,429	COEFF.		1,000	COEFF.				
Tipologia e tenuta della vite a stabilità all'interno del foro	Attribuzione del peso in relazione alla tipologia e tenuta della vite a stabilità all'interno del foro	5	0,3	Dott. Danilo Chiapale	3,000	0,5	Dott. Danilo Chiapale	5,000	B7	0,500	MAX tra le medie
			0,3	Dott. MarcoStella		0,5	Dott. MarcoStella				
			0,3	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,5	Dott. Lorenzo Tartaglia				
			0,300	MEDIA		0,500	MEDIA				
			0,600	COEFF.		1,000	COEFF.				
Possibilità di estrazione della vite dopo eventuale lper-serraggio	Attribuzione del peso in relazione alla possibilità di estrazione della vite dopo eventuale lper-serraggio	4	0,3	Dott. Danilo Chiapale	2,400	0,5	Dott. Danilo Chiapale	4,000	B7	0,500	MAX tra le medie
			0,3	Dott. MarcoStella		0,5	Dott. MarcoStella				
			0,3	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,5	Dott. Lorenzo Tartaglia				
			0,300	MEDIA		0,500	MEDIA				
			0,600	COEFF.		1,000	COEFF.				
Basso contatto della placca sull'osso	Attribuzione del peso in relazione al basso contatto della placca sull'osso	5	0,1	Dott. Danilo Chiapale	1,000	0,5	Dott. Danilo Chiapale	5,000	B7	0,500	MAX tra le medie
			0,1	Dott. MarcoStella		0,5	Dott. MarcoStella				
			0,1	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,5	Dott. Lorenzo Tartaglia				
			0,100	MEDIA		0,500	MEDIA				
			0,200	COEFF.		1,000	COEFF.				
Gamma misure delle placche	Attribuzione del peso in relazione al maggior numero di lunghezza delle placche offerte	4	0,7	Dott. Danilo Chiapale	4,000	0,7	Dott. Danilo Chiapale	4,000	B7	0,700	MAX tra le medie
			0,7	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella				
			0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia				
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA				
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.				

**Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi pediatrica (lotti deserti) II ED**

**N° gara 8823655**

Lotto 2_ SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI (CIG 9518124C64)		CRITERIO DI VALUTAZIONE			
		Gamma delle lunghezze delle viti			
DITTE	Valore	Peso Parametro	Punteggio	Note	
EXAMEDICAL S.R.L.	9	4,000	0,486		
LIMACORPORATE S.R.L.	22	4,000	4,000		
Valore Max			22		
Base d'asta			7		



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi pediatrica (lotti deserti) II ED**  
**N° gara 8823655**

**Lotto 2\_SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI (CIG 9518124C64)**

	CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE	
	Maschere dedicate		Possibilità di utilizzo di viti poliassiali		Possibilità di utilizzo nello stesso foro di viti di diversa funzione		Possibilità di sistemi di ancoraggio per le componenti articolari capsulo legamentose		Confezione sterile	
DITTE	Peso Parametro	Punteggio	Peso Parametro	Punteggio	Peso Parametro	Punteggio	Peso Parametro	Punteggio	Peso Parametro	Punteggio
EXAMEDICAL S.R.L.	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000
LIMACORPORATE S.R.L.	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000

**Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi pediatrica (lotti deserti) II ED - N°  
gara 8823655**  
**Lotto 2 SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE  
/FRAMMENTI MARGINALI (CIG 9518124C64)**

CRITERIO	PUNTI MAX	ID
Precisione	7	Q1
Maneggevolezza	7	Q2
Identificazione dei componenti	6	Q2
Container	3	Q2
Maschere dedicate	3	Q5
Tipologia foro	8	Q1
Possibilità di utilizzo di viti poliassiali	4	Q5
Possibilità di utilizzo nello stesso foro di viti di diversa funzione	4	Q5
Tipologia e tenuta della viti a stabilità all'interno del foro	5	Q1
Possibilità di estrazione della vite dopo eventuale iper-serraggio	4	Q2
Basso contatto della placca sull'osso	5	Q2
Gamma misure delle placche	4	Q2
Gamma delle lunghezze delle viti	4	Q3*
Possibilità di sistemi di ancoraggio per le componenti articolari capsulo legamentose.	4	Q5
Confezione sterile	2	Q5

EXAMEDICAL S.R.L.
7,000
7,000
4,286
3,000
3,000
3,429
4,000
4,000
3,000
2,400
1,000
4,000
0,486
4,000
2,000
52,601
<b>54,148</b>

LIMACORPORATE S.R.L.
5,000
7,000
6,000
3,000
3,000
8,000
4,000
4,000
5,000
4,000
5,000
4,000
4,000
4,000
2,000
68,000
<b>70,000</b>

<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>



**Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi pediatrica (lotti deserti) II ED**

**Lotto 6\_CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182081B9)**

Scala coefficienti:  
 eccellente coeff. 1,0  
 ottimo coeff. 0,7  
 buono coeff. 0,5  
 discreto coeff. 0,3  
 sufficiente coeff. 0,1  
 non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.		STRYKER ITALIA SRL S.U.			
<b>Efficienza nell'utilizzo</b>	Attribuzione del peso rapportata ai seguenti parametri: precisione, semplicità, maneggevolezza	10	1	Dott. Danilo Chiapale	10,000	1	Dott. Danilo Chiapale	10,000
			1	Dott. Marco Stella		1	Dott. Marco Stella	
			1	Dott. Lorenzo Tartaglia		1	Dott. Lorenzo Tartaglia	
			1,000	MEDIA		1,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.	
<b>Sistemi di bloccaggio distale</b>	Attribuzione del peso in relazione all'offerta di diverse opzioni di guida di bloccaggio distale.	8	0,7	Dott. Danilo Chiapale	8,000	0,7	Dott. Danilo Chiapale	8,000
			0,7	Dott. Marco Stella		0,7	Dott. Marco Stella	
			0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia	
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.	
<b>Finitura</b>	Attribuzione del peso in relazione alla finitura della vite/chiodo nel corpo principale, tenendo conto delle diverse opzioni di bloccaggio distale e delle caratteristiche in grado di aumentare la stabilità delle viti di bloccaggio	15	1	Dott. Danilo Chiapale	15,000	0,7	Dott. Danilo Chiapale	10,500
			1	Dott. Marco Stella		0,7	Dott. Marco Stella	
			1	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia	
			1,000	MEDIA		0,700	MEDIA	
			1,000	COEFF.		0,700	COEFF.	
<b>Perfetto alloggiamento</b>	Attribuzione del peso in relazione al perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo principale (è richiesto un bone model per la valutazione).	7	1	Dott. Danilo Chiapale	7,000	1	Dott. Danilo Chiapale	7,000
			1	Dott. Marco Stella		1	Dott. Marco Stella	
			1	Dott. Lorenzo Tartaglia		1	Dott. Lorenzo Tartaglia	
			1,000	MEDIA		1,000	MEDIA	
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.	

ZIMMER BIOMET ITALIA

0,7	Dott. Danilo Chiapale	7,000
0,7	Dott. Marco Stella	
0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia	
0,700	MEDIA	
0,700	COEFF.	

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

0,7	Dott. Danilo Chiapale	8,000
0,7	Dott. Marco Stella	
0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia	
0,700	MEDIA	
1,000	COEFF.	

B4	0,700	MAX tra le medie
----	-------	------------------

0,7	Dott. Danilo Chiapale	10,500
0,7	Dott. Marco Stella	
0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia	
0,700	MEDIA	
0,700	COEFF.	

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

0,7	Dott. Danilo Chiapale	4,900
0,7	Dott. Marco Stella	
0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia	
0,700	MEDIA	
0,700	COEFF.	

B4	1,000	MAX tra le medie
----	-------	------------------

B

Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi pediatrica (lotti deserti) II

ED  
N° rara 8923655

Lotto 6\_CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE  
DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182081B9)

Dott. Danilo Chiapale					
Identificazione del componenti					
Attribuzione del peso in ordine alla presenza di codici colore e serigrafie sul contenitore					Nota
Aziende	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	STRYKER ITALIA SRL S.U.	ZIMMER BIOMET ITALIA		
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.		1	1	1	1
STRYKER ITALIA SRL S.U.				1	1
ZIMMER BIOMET ITALIA					
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
Container					
Attribuzione del peso in relazione al peso e al numero di container					
Aziende	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	STRYKER ITALIA SRL S.U.	ZIMMER BIOMET ITALIA		
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.		0	2	0	4
STRYKER ITALIA SRL S.U.				0	2
ZIMMER BIOMET ITALIA					
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		
Gamma misure (diametri e lunghezze)					
Attribuzione del peso in relazione alla gamma di misure (diametri e lunghezze) offerte					
Aziende	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	STRYKER ITALIA SRL S.U.	ZIMMER BIOMET ITALIA		
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.		0	3	0	2
STRYKER ITALIA SRL S.U.				5	0
ZIMMER BIOMET ITALIA					
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		

Dott. Marco Stella					
Identificazione del componenti					
Attribuzione del peso in ordine alla presenza di codici colore e serigrafie sul contenitore					Nota
Aziende	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	STRYKER ITALIA SRL S.U.	ZIMMER BIOMET ITALIA		
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.		1	1	1	1
STRYKER ITALIA SRL S.U.				1	1
ZIMMER BIOMET ITALIA					
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
Container					
Attribuzione del peso in relazione al peso e al numero di container					
Aziende	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	STRYKER ITALIA SRL S.U.	ZIMMER BIOMET ITALIA		
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.		0	2	0	4
STRYKER ITALIA SRL S.U.				0	2
ZIMMER BIOMET ITALIA					
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		
Gamma misure (diametri e lunghezze)					
Attribuzione del peso in relazione alla gamma di misure (diametri e lunghezze) offerte					
Aziende	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	STRYKER ITALIA SRL S.U.	ZIMMER BIOMET ITALIA		
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.		0	3	0	2
STRYKER ITALIA SRL S.U.				5	0
ZIMMER BIOMET ITALIA					
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		

Dott. Lorenzo Terzaglia					
Identificazione del componenti					
Attribuzione del peso in ordine alla presenza di codici colore e serigrafie sul contenitore					Nota
Aziende	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	STRYKER ITALIA SRL S.U.	ZIMMER BIOMET ITALIA		
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.		1	1	1	1
STRYKER ITALIA SRL S.U.				1	1
ZIMMER BIOMET ITALIA					
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
Container					
Attribuzione del peso in relazione al peso e al numero di container					
Aziende	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	STRYKER ITALIA SRL S.U.	ZIMMER BIOMET ITALIA		
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.		0	2	0	4
STRYKER ITALIA SRL S.U.				0	2
ZIMMER BIOMET ITALIA					
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		
Gamma misure (diametri e lunghezze)					
Attribuzione del peso in relazione alla gamma di misure (diametri e lunghezze) offerte					
Aziende	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	STRYKER ITALIA SRL S.U.	ZIMMER BIOMET ITALIA		
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.		0	3	0	2
STRYKER ITALIA SRL S.U.				5	0
ZIMMER BIOMET ITALIA					
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		

Media	Valore p.t/Item	Punteggio	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	2	10	10
STRYKER ITALIA SRL S.U.	2		10
ZIMMER BIOMET ITALIA	2		10

Media	Valore p.t/Item	Punteggio	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	0	3	0
STRYKER ITALIA SRL S.U.	2		1
ZIMMER BIOMET ITALIA	6		3

Media	Valore p.t/Item	Punteggio	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	0	10	0
STRYKER ITALIA SRL S.U.	8		10
ZIMMER BIOMET ITALIA	2		2,5

**Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi pediatrica**

**(lotti deserti) II ED**

**N° gara 8823655**

<b>Lotto 6_CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182081B9)</b>	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	
	Possibilità di scelta dell'angolo distale del chiodo per accesso più posteriore in presenza di protesi di ginocchio	
<b>DITTE</b>	<b>SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	
	Attribuzione del peso in relazione alla possibilità di scelta dell'angolo distale del chiodo per accesso più posteriore in presenza di protesi di ginocchio Se PRESENTE 7 PUNTI Se ASSENTE 0 Punti	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	7,000	
STRYKER ITALIA SRL S.U.	0,000	
ZIMMER BIOMET	0,000	



**Materiale per Osteosintesi  
distretti vari e Osteosintesi  
pediatrica (lotti deserti) II ED  
N° gara 8823655**

**Lotto 6\_CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182081B9)**

<b>STRUMENTARIO</b>	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL S.p.A.</b>	<b>STRYKER ITALIA SRL S.U.</b>	<b>ZIMMER BIOMET ITALIA</b>
criteri di valutazione			
Efficienza nell'utilizzo	10,000	10,000	7,000
Identificazione dei componenti	10,000	10,000	10,000
Sistemi di bloccaggio distale	8,000	8,000	8,000
Container	0,000	1,000	3,000
Finitura	15,000	10,500	10,500
Perfetto alloggiamento	7,000	7,000	4,900
Gamma misure (diametri e lunghezze)	0,000	10,000	2,500
Possibilità di scelta dell'angolo distale del chiodo per accesso più posteriore in presenza di protesi di ginocchio	7,000	0,000	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>57,000</b>	<b>56,500</b>	<b>45,900</b>
<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>	<b>70,000</b>	<b>69,386</b>	<b>56,368</b>

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are approximately four distinct marks, including a large stylized signature and several smaller initials.

**Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi  
pediatrica (lotti deserti) II ED  
N° gara 8823655**

**Lotto 7\_CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE CON ESTENSIONE ARTICOLARE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG**

Scala coefficienti:  
eccellente coeff. 1,0  
ottimo coeff. 0,7  
buono coeff. 0,5  
discreto coeff. 0,3  
sufficiente coeff. 0,1  
non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	STRYKER ITALIA SRL S.U.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.F.I.					
Efficienza nell'utilizzo	Attribuzione del peso rapportata ai seguenti parametri: precisione, semplicità, maneggevolezza	10	1	Dott. Danilo Chiapale	10,000	0,7	Dott. Danilo Chiapale	7,000	B5	1,000 MAX tra le medie
			1	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella			
			1	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia			
			1,000	MEDIA		0,700	MEDIA			
			1,000	COEFF.		0,700	COEFF.			
Identificazione dei componenti	Attribuzione del peso in ordine alla presenza di codici colore e serigrafie sul contenitore	10	0,7	Dott. Danilo Chiapale	10,000	0,7	Dott. Danilo Chiapale	10,000	B5	0,700 MAX tra le medie
			0,7	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella			
			0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia			
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA			
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.			
Sistemi di bloccaggio distale	Attribuzione del peso in relazione all'offerta di diverse opzioni di guida di bloccaggio distale	10	0,7	Dott. Danilo Chiapale	10,000	0,7	Dott. Danilo Chiapale	10,000	B5	0,700 MAX tra le medie
			0,7	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella			
			0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia			
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA			
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.			
Container	Attribuzione del peso in relazione al peso e al numero di container	10	0,5	Dott. Danilo Chiapale	7,143	0,7	Dott. Danilo Chiapale	10,000	B7	0,700 MAX tra le medie
			0,5	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella			
			0,5	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia			
			0,500	MEDIA		0,700	MEDIA			
			0,714	COEFF.		1,000	COEFF.			
Finitura	Attribuzione del peso in relazione alla finitura della vite/chiodo nel corpo principale, tenendo conto delle diverse opzioni di bloccaggio distale e delle caratteristiche in grado di aumentare la stabilità delle viti di bloccaggio	15	0,7	Dott. Danilo Chiapale	15,000	0,7	Dott. Danilo Chiapale	15,000	B7	0,700 MAX tra le medie
			0,7	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella			
			0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia			
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA			
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.			
Perfetto alloggiamento	Attribuzione del peso in relazione al perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo principale (è richiesto un bone model per la valutazione).	5	1	Dott. Danilo Chiapale	5,000	0,7	Dott. Danilo Chiapale	3,500	B7	1,000 MAX tra le medie
			1	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella			
			1	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia			
			1,000	MEDIA		0,700	MEDIA			
			1,000	COEFF.		0,700	COEFF.			
Gamma misure (diametri e lunghezze)	Attribuzione del peso in relazione alla gamma di misure (diametri e lunghezze) offerte	10	1	Dott. Danilo Chiapale	10,000	0,5	Dott. Danilo Chiapale	5,000	B7	1,000 MAX tra le medie
			1	Dott. MarcoStella		0,5	Dott. MarcoStella			
			1	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,5	Dott. Lorenzo Tartaglia			
			1,000	MEDIA		0,500	MEDIA			
			1,000	COEFF.		0,500	COEFF.			

**Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi pediatrica (lotti deserti) II**

**ED - N° gara 8823655**

**Lotto 7 CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE CON ESTENSIONE**

**ARTICOLARE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182471E8)**

CRITERIO	PUNTI MAX	STRYKER ITALIA SRL S.U.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
Efficienza nell'utilizzo	10	10,000	7,000
Identificazione dei componenti	10	10,000	10,000
Sistemi di bloccaggio distale	10	10,000	10,000
Container	10	7,143	10,000
Finitura	15	15,000	15,000
Perfetto alloggiamento	5	5,000	3,500
Gamma misure (diametri e lunghezze)	10	10,000	5,000
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>		<b>67,143</b>	<b>60,500</b>
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>		<b>70,000</b>	<b>63,074</b>



**Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi  
pediatrica (lotti deserti) II ED  
N° gara 8823655**

**Lotto 9 SISTEMA PER LA SINTESI DI FRAMMENTI OSSEI CON FILI FILETTATI (CIG 9518502456)**

Scala coefficienti:  
eccellente coeff. 1,0  
ottimo coeff. 0,7  
buono coeff. 0,5  
discreto coeff. 0,3  
sufficiente coeff. 0,1  
non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO		PUNTI MAX	CORMED SAS		ORTHOFIX SRL					
Maneggevolezza	Attribuzione del peso in ordine al peso dello strumentario e dei vari componenti, alla ergonomia dei manici, alla presenza di sistemi che facilitino l'inserzione e la rimozione del filo	20	0,5	Dott. Danilo Chiapale	14,286	0,7	Dott. Danilo Chiapale	20,000	B5	0,700 MAX tra le medie
			0,5	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella			
			0,5	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia			
			0,500	MEDIA		0,700	MEDIA			
			0,714	COEFF.		1,000	COEFF.			
Presenza di tronchese dedicato	Attribuzione del peso in ordine alla presenza di tronchese dedicato ed alla facilità di taglio	5	0,5	Dott. Danilo Chiapale	5,000	0	Dott. Danilo Chiapale	0,000	B5	0,500 MAX tra le medie
			0,5	Dott. MarcoStella		0	Dott. MarcoStella			
			0,5	Dott. Lorenzo Tartaglia		0	Dott. Lorenzo Tartaglia			
			0,500	MEDIA		0,000	MEDIA			
			1,000	COEFF.		0,000	COEFF.			
Identificazione dei componenti	Attribuzione del peso in base alla facilità di identificazione dei componenti	5	0,7	Dott. Danilo Chiapale	5,000	0,7	Dott. Danilo Chiapale	5,000	B5	0,700 MAX tra le medie
			0,7	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella			
			0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia			
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA			
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.			
Gamma dei fili	Attribuzione del peso in relazione alla gamma dei fili offerti (lunghezze e diametri).	20	0,3	Dott. Danilo Chiapale	8,571	0,7	Dott. Danilo Chiapale	20,000	B7	0,700 MAX tra le medie
			0,3	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella			
			0,3	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia			
			0,300	MEDIA		0,700	MEDIA			
			0,429	COEFF.		1,000	COEFF.			
Affilatura della punta	Attribuzione del peso in relazione alla capacità di penetrazione della punta all'interno dell'osso	20	0,7	Dott. Danilo Chiapale	20,000	0,7	Dott. Danilo Chiapale	20,000	B7	0,700 MAX tra le medie
			0,7	Dott. MarcoStella		0,7	Dott. MarcoStella			
			0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia		0,7	Dott. Lorenzo Tartaglia			
			0,700	MEDIA		0,700	MEDIA			
			1,000	COEFF.		1,000	COEFF.			

**Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi pediatrica (lotti deserti) II**

**ED - N° gara 8823655**

**Lotto 9 SISTEMA PER LA SINTESI DI FRAMMENTI OSSEI CON FILI FILETTATI (CIG**


**9518502456)**

CRITERIO	PUNTI MAX
Maneggevolezza	20
Presenza di tronchese dedicato	5
Identificazione dei componenti	5
Gamma dei fili	20
Affilatura della punta	20

<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>

CORMED SAS
14,286
5,000
5,000
8,571
20,000
52,857
56,923

ORTHOFIX S.R.L
20,000
0,000
5,000
20,000
20,000
65,000
70,000





**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE**  
**ORGANIZZAZIONE**

Genova



aoorig - r\_liguri - Regione Liguria  
 Prot-2023-0604874  
 del 07/06/2023

23

Prot. n. NP/2023/604874

**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
 Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN  
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

**Oggetto:** Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura di Materiale per osteosintesi distretti vari e osteosintesi pediatrica, lotti deserti occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 24 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 9 – gara n. 8823655. Id Sintel 162735729

**SEDUTA PUBBLICA**

**Verbale seduta pubblica di apertura delle offerte economiche**

Il giorno 07/06/2023, alle ore 14,27 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto per l'apertura sulla piattaforma telematica Sintel delle offerte economiche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Sono presenti:

- Dott.ssa Rossana Brandolin – Funzionario della S.U.A.R. – RUP della procedura anche con funzioni Segretario verbalizzante;
- Dott. David Piero Burlando - Funzionario della S.U.A.R.

Partecipano alla seduta tramite collegamento skype i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 1940/2023;

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
----------	------------	---------	-----------------

Presidente	Dott. Danilo Chiapale	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia 2 P.O. Levante
Componente	Dott. Lorenzo Tartaglia	ASL 4 "Chiavarese"	Dirigente Medico S.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Lavagna
Componente	Dott. Marco Stella	E.O. Ospedali Galliera	Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri della S.U.A.R.

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dalla Dott.ssa Noemi Betti, nominata con decreto del Direttore Generale n. 6772/2022.

La seduta pubblica si svolge a porte chiuse. Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2023-0411051 del 30/05/2023.

Il RUP rende anzitutto noti i punteggi di valutazione della qualità assegnati dalla Commissione giudicatrice a seguito della valutazione delle offerte tecniche.

Si precisa che tali punteggi sono stati imputati sulla piattaforma Sintel dal RUP della procedura, come previsto dal Disciplinare di gara.

**Lotto 1 SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERI (CIG 9518104BE3)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
INTRAUMA SPA	45,44	50,49
LIMACORPORATE	55,11	61,24
STRYKER ITALIA SRL S.U.	63,00	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	58,11	64,57

**Lotto 2 SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI (CIG 9518124C64)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
EXAMEDICAL S.r.l.	52,60	54,15
LIMACORPORATE	68,00	70,00

**Lotto 6\_CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182081B9)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	57,00	70,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	56,500	69,39
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	45,90	56,37

**Lotto 7\_CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE CON ESTENSIONE ARTICOLARE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182471E8)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
STRYKER ITALIA SRL S.U.	67,14	70,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	60,50	63,07

**Lotto 9\_SISTEMA PER LA SINTESI DI FRAMMENTI OSSEI CON FILI FILETTATI (CIG 9518502456)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CORMED SAS	52,86	56,92
ORTHOFIX SRL	65,00	70,00

Il RUP ricorda che l'aggiudicazione avverrà in base al metodo disposto all'art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, ossia a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi valutativi indicati nel Disciplinare di gara e del prezzo offerto.

Per l'attribuzione del relativo punteggio, al prezzo più basso saranno assegnati punti 30, gli altri punteggi saranno attribuiti secondo le seguenti formule:

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times 0,90 \times (R / R_{\text{Medio}})$$

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times \left[ 0,90 + (1,00 - 0,90) \times \frac{R - R_{\text{Medio}}}{\dots} \right]$$

RMax - RMedio

Dove:

p = punteggio;

R = ribasso in percentuale dell'offerta da valutare rispetto alla base d'asta;

RMax = ribasso in percentuale dell'offerta più bassa presentata rispetto alla base d'asta,

RMedio = media dei ribassi rispetto alla base d'asta in percentuale delle offerte ammesse.

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto fossero soltanto due, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

- **PREZZO:** massimo punti 30, secondo la seguente formula:

$$p = (30 \times P_{\min}) / P$$

con:

P = prezzo dell'offerta presa in considerazione;

Pmin = prezzo dell'offerta con valore assoluto più basso

Inoltre, si precisa che poiché il sistema SINTEL non consente di adattare la formula impostata per il calcolo del punteggio economico alla casistica sopra ipotizzata (solo due concorrenti ammessi alla fase economica), si procederà al calcolo del punteggio economico off line secondo la formula sopra riportata ed all'imputazione manuale a sistema del punteggio così ottenuto.

Si procederà off line per i lotti 2 - 7 - 9 essendo le offerte ammesse in numero inferiore a 3. Le tabelle riepilogative dei relativi punteggi economici verranno allegate al presente verbale del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Ciò precisato, la Commissione ed il RUP procedono all'apertura delle buste economiche telematiche presenti su SinTel con il seguente esito:


**Lotto 1 SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER Omero (CIG 9518104BE3)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
INTRAUMA SPA	50,49	1.381.680,00	18,50	68,99
LIMACORPORATE	61,24	1.121.760,00	25,68	86,92
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	790.704,00	30,00	100,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	64,57	1.001.376,00	27,77	92,34

**Lotto 2 SISTEMA DI PLACCHIE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI (CIG 9518124C64)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	IMPORTO TRIENNALE	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
--------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------

REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851



	RIPARAMETRATO	OFFERTO (EURO)		(TECNICO + ECONOMICO)
EXAMEDICAL S.r.l.	54,15	1.335.340,50	23,76	77,91
LIMACORPORATE	70,00	1.057.500,00	30,00	100,00

**Lotto 6\_CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182081B9)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	516.899,46	1,84	71,84
STRYKER ITALIA SRL S.U.	69,39	422.940,00	23,16	92,55
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	56,37	278.250,00	30,00	86,37

**Lotto 7\_CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE CON ESTENSIONE ARTICOLARE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182471E8)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	473.692,80	19,74	89,74
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	63,07	311.640,00	30,00	93,07

**Lotto 9\_SISTEMA PER LA SINTESI DI FRAMMENTI OSSEI CON FILI FILETTATI (CIG 9518502456)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CORMED SAS	56,92	69.720,00	11,81	68,73
ORTHOFIX SRL	70,00	27.452,25	30,00	100,00

Per quanto sopra esposto risultano aggiudicatarie in via provvisoria, salvo verifica di anomalia dell'offerta ex art. 97 D. Lgs. n. 50/2016, le seguenti Ditte

REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851

**Lotto 1 SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER OMERO (CIG 9518104BE3)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	790.704,00	30,00	100,00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	64,57	1.001.376,00	27,77	92,34
LIMACORPORATE	61,24	1.121.760,00	25,68	86,92
INTRAUMA SPA	50,49	1.381.680,00	18,50	68,99

**Lotto 2 SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI (CIG 9518124C64)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
LIMACORPORATE	70,00	1.057.500,00	30,00	100,00
EXAMEDICAL S.r.l.	54,15	1.335.340,50	23,76	77,91

**Lotto 6 CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182081B9)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	69,39	422.940,00	23,16	92,55
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	56,37	278.250,00	30,00	86,37
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	516.899,46	1,84	71,84

**Lotto 7 CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE CON ESTENSIONE ARTICOLARE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (CIG 95182471E8)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
--------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	--

REGIONE LIGURIA • Via Pleschi, 15 • 16121 GENOVA • Tel. (010) 54851

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	63,07	311.640,00	30,00	93,07
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	473.692,80	19,74	89,74

**Lotto 9 SISTEMA PER LA SINTESI DI FRAMMENTI OSSEI CON FILI FILETTATI  
(CIG 9518502456)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ORTHOFIX SRL	70,00	27.452,25	30,00	100,00
CORMED SAS	56,92	69.720,00	11,81	68,73

Alle ore 14,37 il RUP, avendo esaurito gli adempimenti previsti dalla *lex specialis* di gara nella presente fase, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il presente Verbale, composto da 7 (sette) pagine, sarà pubblicato sul sito [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Genova, 07/06/2023

Presidente Commissione Giudicatrice  
Dott. Danilo CHIAPALE

Componente Commissione Giudicatrice  
Dott. Lorenzo TARTAGLIA




Componente Commissione Giudicatrice  
Dott. Marco STELLA

RUP  
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Noemi BETTI

Funzionario  
Dott. David Piero BURLANDO

A.S.L. n° 2 SAVONESE  
Ospedale San Paolo di Savona  
S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
IL DIRETTORE  
Dott. Danilo CHIAPALE  
C.F./CHP DNL 07611 D205Y

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

MATERIALE PER OSTEOSINTESI - DISTRIBUITI VIANI FERRAMENTALI PERIPLASTICI  
 N. FARM. 8523553

Tab. 2, COMPRESO PROCOMPENSARE PER RILASCIO DI FARMACI CON ESTENSIONE ARTICOLORE DISTALE CON APPROCCIO RETROGRADO (C2)  
 31/02/2016

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORI IN GIRO	VALORI IN STOCK														
STERIMER ITALIA SRL S.R.L.	78	70,000	6.472.672,000	13,4604	20	33,74	30,00	30,74	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
ZIMMER BIOMETT ITALIA S.R.L.		63,076	4.111.640,000	47,0006	20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

*[Handwritten signature]*

A.S.L. n. 1 SAVONESE  
 Ospedale San Paolo di Sarmna  
 S.C. ORTOFEDIA TRAUMATOLOGIA  
 IL DIRETTORE  
 Dott. Danilo GIAPPALE  
 C.F. CARBONI/57111 DZOSY

*[Handwritten signature]*

**MATERIALE PER OSTEOGENTI - RISTRUTTI VARI E FEDERATICA LOTTI MESSEI I.E.R.**  
**IN PERIZIA**

nome e indirizzo di MADRE COMPONENTE PER OSTEOGENTI PER MANO DESTRA / MANI SINISTRE MATERIALI (CG 811824004)

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale															
MANDRILLI S.1	70	34.120	2.388.400,00	50	13,25	662,50	100	13,25	1.325,00	100	13,25	1.325,00	100	13,25	1.325,00	100	13,25	1.325,00
MATERIALE		70.000	4.970.000,00															
			7.358.400,00															

**A.S.L. 0° PAVONESE**  
 Ospedale San Paolo di Savona  
 S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
 IL DIRETTORE  
 Dott. Danilo CHIOFALO  
 C.F. CHIOFALO DANILIO


**MATERIALE PER OSTEOSINTESI - DISTINTI VARI E PEDAGOGICA LOTTI DESCRITTI ED**  
**N° PRTA 8823655**

LEMO S. SISTEMA PER LA SINTESI DI FRANGIMENTI OSSII CON FILI RETTATI (CIG 6541892488)

DESCRIZIONE MATERIALE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	PREZZO UNITARIO	TOTALE	PREZZO UNITARIO	TOTALE	PREZZO UNITARIO	TOTALE	PREZZO UNITARIO	TOTALE	PREZZO UNITARIO	TOTALE	PREZZO UNITARIO	TOTALE	PREZZO UNITARIO	TOTALE	
OSTEOSINTESI	78		54,376		€ 4.242.908	0,000%		50	11,81	€ 5.905	OSTEOSINTESI	30,319K	€ 60,638K						
OSTEOSINTESI		70,000			€ 27.452,250	60,625%		30,00	€ 900	€ 2.700	OSTEOSINTESI	30,319K	€ 60,638K						
<b>OSTEOSINTESI</b>																			

**A.S.L. n° SAVONESE**  
 Ospedale San Paolo di Savona  
 S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
 IL DIRETTORE  
 Dott. Carlo Canale  
 C.F. CHYDNL051105057

*(Handwritten signatures and initials)*



**REGIONE LIGURIA**

**DIREZIONE CENTRALE  
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE  
STAZIONE UNICA APPALTANTE  
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Rossana BRANDOLIN  
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

**Oggetto:** Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura di Materiale per osteosintesi distretti vari e osteosintesi pediatrica, lotti deserti occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 24 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 9 – gara n. 8823655. Id Sintel 162735729

**RELAZIONE VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA**

A seguito dell'apertura delle offerte economiche della gara in oggetto (come da verbale NP/2023/604874 del 07/06/2023) si è reso necessario sottoporre a verifica di congruità ex art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 le offerte dei seguenti operatori economici:

- 1) LIMACORPORATE SRL.: lotti 1 - 2
- 2) ORTHOFIX s.r.l.: lotto 9
- 3) STRYKER ITALIA SRL S.U.: lotto 1
- 4) ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: lotti 1 – 6 - 7


Con note Prot-2023-0774721, Prot-2023-0774695, Prot-2023-0774738 e Prot-2023-0774759 del 16/06/2023 è stato pertanto chiesto agli Operatori economici sopra indicati di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 sopra citato, tutte le giustificazioni per le forniture offerte nei predetti lotti, utili a consentire la verifica della congruità dell'offerta presentata.

Gli Operatori testè menzionati hanno fornito riscontro nei termini fissati con note acquisite agli atti, rispettivamente Prot-2023-0859924 del 26/06/2023, Prot-2023-0860524 del 26/06/2023, Prot-2023-0870765 del 27/06/2023 e Prot-2023-0816922 del 20/06/2023, dettagliando in maniera puntuale tutte le voci di costo che compongono le proprie offerte.

Il sottoscritto RUP, dopo avere esaminato tutte le giustificazioni pervenute, ritiene le offerte di tutti gli operatori economici sopra indicati nel complesso sostenibili e congrue.

IL RUP

Dott.ssa Rossana Brandolin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rossana Brandolin', written in a cursive style.

Identificativo atto:

2023-AM-4933

Area tematica:

Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

#### Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Luigi Moreno COSTA		-	11-07-2023 17:18
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luigi Moreno COSTA		-	11-07-2023 17:18
Approvazione legittimità	Giorgia CATTI		-	11-07-2023 15:21
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Rossana BRANDOLIN		-	11-07-2023 11:47

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

#### Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria