

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/8492214
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Estensore del documento: Roberto BORETTI tel. 010/8492579
e-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it
Estensore del documento: Caterina MERLO tel. 010/84902336
e-mail: Caterina..merlo@regione.liguria.it

Genova, 23/11/2012

Prot. n. 2131

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 163/2006 per l'affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per i laboratori analisi occorrenti alle AA.SS.LL. n° 2 "Savonese", n° 3 "Genovese", n° 5 "Spezzina", O.I. Evangelico, I.R.C.C.S. Gaslini e I.R.C.C.S. San Martino/IST e realizzazione, manutenzione e conduzione di un sistema completo per la gestione del Dipartimento di Patologia Clinica dell'A.S.L. n° 3 Genovese Regione Liguria per la durata di 36 (trentasei) mesi, con opzione di rinnovo di ulteriore ventiquattro mesi" – Lotti 14. Numero gara 4298136

SOSTITUISCE quesiti n. 93 e n. 95

In risposta ai quesiti pervenuti a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto, si rappresenta quanto segue:

QUESITO - 93 - : Lotto n. 8 (immunometria)

Si chiede di precisare quanto segue:

- Se il dosaggio HCG sia da intendersi quale Beta HCG;
- Se la seguente caratteristica prevista al punto 4b della tabella "Caratteristiche oggetto di valutazione (max 70 punti) – Parametri Strumentazione, Reattivi, Gestione (b)":

"Controllo dell'intero sistema (Area carico/scarico – Area analitica) da un'unica postazione e modalità di gestione dell'intero sistema in caso di malfunzionamento di una componente analitica del sistema o della piattaforma informatica (continuità operativa) (valutazione critica) debba intendersi quale sistema di controllo logico oppure fisico.

RISPOSTA – 93-: - Il dosaggio HCG è da intendersi come Beta Hcg.
- Deve intendersi controllo di tipo logico/fisico, come già indicato alla risposta n. 38 pubblicata sul sito della Centrale Regionale

Si sostituisce con**QUESITO - 93 - : Lotto n. 8 (immunometria)**

Si chiede di precisare quanto segue:

- Se il dosaggio HCG sia da intendersi quale Beta HCG;
- Se la seguente caratteristica prevista al punto 4b della tabella "Caratteristiche oggetto di valutazione (max 70 punti) – Parametri Strumentazione, Reattivi, Gestione (b)":

"Controllo dell'intero sistema (Area carico7scarico – Area analitica) da un'unica postazione e modalità di gestione dell'intero sistema in caso di malfunzionamento di una componente analitica del sistema o della piattaforma informatica (continuità operativa) (valutazione critica) debba intendersi quale sistema di controllo logico oppure fisico.

RISPOSTA - 93 - : - Il dosaggio HCG è da intendersi come Beta Hcg o Hcg (contente la frazione Beta)
- Deve intendersi controllo di tipo logico/fisico, come già indicato alla risposta n. 38 pubblicata sul sito della Centrale Regionale

QUESITO - 95 - : *In riferimento al Capitolato tecnico del Lotto 7 pag. 34, viene riportato nelle caratteristiche oggetto di valutazione "stabilità on-board dei reagenti dopo il caricamento sull'analizzatore" sia al punto 1b che al punto 7b con punteggi differenti: si richiede di indicare se trattasi di refuso oppure di specificare come è da intendersi la duplice richiesta.*

RISPOSTA - 95 - : Nelle caratteristiche oggetto di valutazione "stabilità on board dei reagenti dopo il caricamento sull'analizzatore" il punto 1b ed il punto 7b si attribuiscono punteggi (2 e 5) diversi alla stessa richiesta per un puro refuso. E' da intendersi un unico punto 1b con punteggio 7 come di seguito rappresentato nella rivisitazione della tabella Calibrazione e Reattivi:

	PARAMETRI	PUNTI	Criteri di valutazione
n. ord.	Calibrazioni e reattivi (b)	max 25 punti	
1b	Stabilità on-board dei reagenti dopo il caricamento sull'analizzatore (rapporto numerico)	2	Q3
2b	Stabilità delle calibrazioni per ogni singolo test (rapporto numerico)	2	Q3
3b	Percentuale di reagenti pronti all'uso (rapporto numerico)	2	Q3
4b	Modalità utilizzate per la verifica della validità dei reagenti e della reazione (valutazione critica)	7	Q2
5b	Numero di tests per confezione per tipologia d'esame (rapporto numerico)	2	Q3
6b	Numero di eventuali altre diagnostiche inseribili sul sistema in routine con particolare riferimento al Metabolismo osseo , Marcatori tumorali "rari" , diagnostiche a forte impatto in tema di prevenzione (rapporto numerico)	5	Q3

Si sostituisce con

QUESITO - 95 -: *In riferimento al Capitolato tecnico del Lotto 7 pag. 34, viene riportato nelle caratteristiche oggetto di valutazione "stabilità on-board dei reagenti dopo il caricamento sull'analizzatore" sia al punto 1b che al punto 7b con punteggi differenti: si richiede di indicare se trattasi di refuso oppure di specificare coem è da intendersi la duplice richiesta.*

RISPOSTA - 95-: Nelle caratteristiche oggetto di valutazione "stabilità on board dei reagenti dopo il caricamento sull'analizzatore" il punto 1b ed il punto 7b si attribuiscono punteggi (2 e 5) diversi alla stessa richiesta per un puro refuso. E' da intendersi un unico punto 1b con punteggio 7 come di seguito rappresentato nella rivisitazione della tabella Calibrazione e Reattivi:

n. ord.	PARAMETRI Calibrazioni e reattivi (b)	PUNTI max 25 punti	Criteri di valutazione
1b	Stabilità on-board dei reagenti dopo il caricamento sull'analizzatore (rapporto numerico)	2	Q3*
2b	Stabilità delle calibrazioni per ogni singolo test (rapporto numerico)	2	Q3*
3b	Percentuale di reagenti pronti all'uso (rapporto numerico)	2	Q3*
4b	Modalità utilizzate per la verifica della validità dei reagenti e della reazione (valutazione critica)	7	Q2
5b	Numero di tests per confezione per tipologia d'esame (rapporto numerico)	2	Q3*
6b	Numero di eventuali altre diagnostiche inseribili sul sistema in routine con particolare riferimento al Metabolismo osseo , Marcatori tumorali "rari" , diagnostiche a forte impatto in tema di prevenzione (rapporto numerico)	5	Q3

Si ricorda che tutta la documentazione è disponibile sul sito www.acquistiliguria.it.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Luigi Moreno COSTA)