arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0026311.02-12-2019

Alisa
Sistema Sanitario Regione Liguria

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 - D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite la piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura dei dispositivi per sterilizzazione – occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria, all'Azienda USL Valle d'Aosta e all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia di Trento - per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi)
LOTTI n. 30
Numero gara 7521664

QUESITI PERVENUTI A SEGUITO DELLA RETTIFICA DELL'INDIZIONE DI GARA – INTEGRAZIONE

Si precisa che il riscontro al quesito pervenuto dopo la scadenza del termine per la formulazione di richieste di chiarimenti (20/11/2019) è finalizzato a fornire informazioni utili alla corretta presentazione delle offerte.

QUESITO
buongiorno, visto che:
1) sono stati scorporati i lotti ex18 e ex19 in altri 2 lotti 20 e 21
2) che gli articoli campione richiesti del lotto 18 e 19 (container 60x30 x altezza media)sono gli stessi
3) che gli articoli campione richiesti del lotto 20 e 21 (container 31x18 x altezza media) sono gli stessi
E' possibile consegnare SOLO un campione per il lotto 18 e 19 e un SOLO campione per il lotto 20 e 21 specificando su questi campioni che è sono: il primo per il lotto 18/19 ed il secondo per il lotto 20/21. evitando di spendere altri soldi per l'acquisto di due campioni che sono gli stessi in due lotti "diversi" solo nelle quantità e che vengono mandati allo stesso indirizzo?
In attesa cordialmente saluto

RISPOSTA
Si conferma che occorre presentare in campionatura quanto indicato nel Capitolato per ogni lotto di partecipazione. Ciò in quanto i container oggetto dei lotti in questione si compongono di fondi e coperchi e questi ultimi si differenziano per il diverso sistema di barriera microbiologica impiegato, con conseguente diversità tanto delle specifiche tecniche che costituiscono requisiti di minima, quanto dei parametri oggetto di valutazione. Peraltro si conferma che, al termine delle operazioni di gara, le ditte offerenti potranno fare richiesta di ritiro dei prodotti pluriuso utilizzati per le verifiche della Commissione Giudicatrice, fatta eccezione per il caso dell'aggiudicatario.

Il Dirigente RUP
Dott. Luigi Moreno COSTA