

---

## AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/5488561  
e-mail: luigi.moreno.costa@regione.liguria.it  
Funzionario Referente: Dott. Pietro Levaggi tel. 010/5488548  
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

**Oggetto:** procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento della Fornitura e installazione di n. 5 acceleratori lineari nonché accessoristica complementare per un periodo di 12 mesi. Lotti n. 10 Numero gara 7667708

**Integrazione\_risposte quesiti n. 61 e n. 62**

### DOMANDA 61

#### E.O. OSPEDALI GALLIERA

Si chiede di confermare che i gruppi di continuità richiesti all'art. 2 del documento "specifico tecnica" siano da considerarsi limitatamente alla consolle, come indicato in fase di sopralluogo, e non alla parte in potenza.

#### RISPOSTA 61

Trattasi di gruppi di continuità finalizzati al "salvataggio" delle procedure in atto al momento del black-out nonché alla piena garanzia della sicurezza dei pazienti.

### DOMANDA 62

#### E.O. OSPEDALI GALLIERA

Si chiede di confermare se i gas medicali siano effettivamente richiesti e in quale bunker. In caso positivo, precisare la distanza del punto di connessione, la tipologia dei Gas disponibili e se trattasi di connessione di primo oppure secondo stadio.

#### RISPOSTA 62

Per quanto concerne la tipologia di gas trattasi di ossigeno medicale; si precisano le seguenti distanze di massima di secondo stadio: 20 metri nell'ex bunker "600" e 40 metri nel bunker 2100.

IL DIRIGENTE RUP

(dott. Luigi Moreno Costa)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n. 82 e norme collegate*