

Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016 relativa alla fornitura di protesi di anca occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO. , I.R.C.C.S. della Regione Liguria

A - ABC Medical s.r.l. - Via Aquila n° 8 - 10144 Torino

**1. Quesito:**

lotto 3 sub D) - Cotile doppia mobilità cementato  
lotto 6 sub A) - cotile cementato in polietilene  
entrambe hanno lo stesso prezzo a base d'asta di € 70,00. È corretto? Inoltre, sempre il lotto 3 il cotile doppia mobilità cementato dovrebbe costare € 70,00 mentre il non cementato € 600,00. Vi preghiamo di verificare

**1. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi adeguati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzino uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna.

**2. Quesito:**

Lotto 10 e lotto 11 Vi preghiamo di riconsiderare tutti i prezzi a base d'asta da Voi proposti. Alcuni sono molto inferiori alle correnti quotazioni di mercato.

**2. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzino uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna.

B - Adler Ortho S.r.l Via dell'Innovazione 9 20032 Cormano (Milano)

**1. Quesito:**  
Meccanismo attribuzione punteggio economico. Notiamo che l'attribuzione del punteggio economico verrebbe eseguito utilizzando due formule matematiche differenti a seconda che lo sconto offerto, rispetto alla base d'asta sia inferiore o superiore rispetto allo sconto medio offerto dalle aziende che hanno deciso di concorrere al lotto. Ci chiediamo se questo approccio sia corretto, dato che (i) normalmente il punteggio economico viene assegnato utilizzando una formula matematica univoca e (ii) i coefficienti di correzione introdotti per le formule di calcolo non consentono di determinare i punteggi economici di ciascun concorrente in modo uniforme, rischiando di penalizzare significativamente alcuni concorrenti a discapito degli altri.

**1. Risposta:**  
Si precisa che a norma del disciplinare di gara la formula per il calcolo del punteggio economico è differenziata in relazione al numero delle offerte ammesse alla fase economica e non all'entità delle sconto offerto

**2. Quesito:**  
Definizione delle basi d'asta. Ci sembra che nella stragrande maggioranza dei casi i prezzi base d'asta siano stati definiti utilizzando come fonte la lista dei prezzi di riferimento Nazionali definiti da AVCP nel 2012. Non riteniamo questo riferimento affidabile, dato che nello stesso anno il TAR del Lazio con tre differenti ordinanze (N° 4238-2012; N° 4245-2012; N° 4247-2012, che troverete allegate alla presente) aveva disposto la sospensione della suddetta lista, avendo constatato vari vizi sia nel campione statistico, che nelle formule per il calcolo utilizzate per definire i prezzi di riferimento.

**2. Risposta:**  
A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzino uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna.

**3. Quesito:**  
Definizione del punteggio tecnico-qualitativo. Constatiamo come in molti casi il punteggio sia assegnato utilizzando definizioni molto generiche, e per questo opinabili. Per esempio vengono assegnati 2 punti sulla base della "Massima facilità" di apertura della confezione sterile, oppure altri 5 punti, a fronte della "facilità di apertura dei container" per lo strumentario. Riteniamo che queste definizioni andrebbero meglio circostanziate in modo da renderle più oggettive.

**3. Risposta:**  
Si confermano i criteri di valutazione indicati

<p><b>4. Quesito</b> <b><u>Definizione del punteggio tecnico-qualitativo.</u></b> Vengono assegnati comunque 5 punti alla “possibilità di effettuare impianti con la navigazione computerizzata” anche per lotti (Es. lotti 1-2-3-4-5-6-7) per i quali questa opzione non è mai utilizzata.</p>
<p><b>4. Risposta:</b></p> <p>Il riferimento alla navigazione computerizzata costituisce un refuso e quindi si provvede ad eliminarlo dal Capitolato Tecnico. Per quanto riguarda gli altri criteri di valutazione la Commissione ritiene di confermarli nell’attuale formulazione</p>
<p><b>5. Quesito:</b> <b><u>Lotto 8.</u></b> Riteniamo che la definizione “Tipo Spotorno” unitamente alla esatta determinazione degli angoli cervico-diafisari (125° - 145°) sia una descrizione troppo specifica, anche perché gli angoli cervico-diafisari sono definiti solamente per il lotto 8 e per il successivo, ma non per gli altri lotti relativi a steli protesici.</p>
<p><b>5. Risposta:</b></p> <p>La Commissione ritiene di confermare la descrizione della specifica tecnica in quanto trattasi di dicitura comunemente utilizzata. Inoltre, ai sensi dell’art. 68, comma 6 D. Lgs. n. 50/2016, è presente nella descrizione del Lotto la dicitura “o equivalente”</p>
<p><b>6. Quesito:</b> <b><u>Lotto 9.</u></b> Valgono le considerazioni fatte relativamente al lotto 8, in più non ci è chiara la definizione “Senza Causare Dismetria”. Questa caratteristica normalmente non dipende dallo stelo, ma dalla tecnica chirurgica. Inoltre nello stesso lotto viene richiesto esclusivamente l’inserito acetabolare arricchito con vitamina E, e questo è una caratteristica tipica solamente di poche aziende. Una definizione “arricchito con Vitamina E, od a lunga durata” potrebbe essere meno specifica.</p>
<p><b>6. Risposta:</b></p> <p>La Commissione ritiene di confermare la descrizione della specifica tecnica del lotto essendo peraltro presente, ai sensi dell’art. 68, comma 6 D. Lgs. n. 50/2016, la dicitura “o equivalente” Inoltre l’osservazione relativa alla caratteristica “senza causare dismetria” non appare corretta in quanto la Commissione osserva che ci sono protesi nelle quali variando l’angolo non varia la lunghezza, ad esempio - invece - nella protesi “Spotorno” variando l’angolo varia la lunghezza. LA Commissione ritiene, infine, di confermare la dicitura “stabilizzato con vitamina E”</p>
<p><b>7. Quesito:</b> <b><u>Lotto 12.</u></b> Analogamente a quanto notato per il lotto 8, la definizione “Tipo Zweimuller” ci sembra troppo specifica.</p>
<p><b>7. Risposta:</b></p> <p>La Commissione ritiene di confermare la descrizione della specifica tecnica in quanto trattasi di dicitura comunemente utilizzata. Inoltre, ai sensi dell’art. 68, comma 6 D. Lgs. n. 50/2016, è presente nella descrizione del Lotto la dicitura “o equivalente”</p>
<p><b>8. Quesito:</b> <b><u>Lotto 18.</u></b> La descrizione recita: “Cotile press-fit da revisione con macro-porosità (preferibilmente in tantalio)”. Facciamo notare come l’utilizzo del Tantalio sia appannaggio esclusivo di una sola Azienda</p>

**8. Risposta:**

Si precisa che il materiale in Tantalio non è previsto come requisito escludente ma come elemento premiante e pertanto non può essere considerato limitativo della concorrenza.

**9. Quesito:**

Notiamo come nessun lotto contempla la possibilità di utilizzare steli per l'anca cementati o non con collo modulare, pur essendo questa una tipologia di impianto affermata in Italia, tanto da essere anche incluse nella pur annullata lista di prezzi di riferimento AVCP.

**9. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati.

**C - B. Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo Da Seregno 14 20161 Milano**

**1. Quesito:**

Con riferimento alla pubblicazione dell'avviso in oggetto ed in particolare alla bozza di capitolato tecnico, dove è riportato che "le basi d'asta indicate sono state individuate tenuto conto dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici pubblicati sul sito dell'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), da cui ci sembra risultare per una parte dei CND da voi elencati un'equivalenza rispetto ai prezzi di riferimento ANAC del 2012, si evidenzia:

- che i prezzi di riferimento ANAC pubblicati con delibera del 2012 risultano annullati con sentenza del TAR del Lazio n. 4401/2013.
- che i prezzi di riferimenti ANAC pubblicati con delibera del 2016 riguardano solo i seguenti dispositivi medici: siringhe, ovatta di cotone e cerotti. Invece, non vi è evidenza di nessuna tipologia di protesi ortopediche e sistemi di cementazione cemento.

Pertanto, non c'è alcuna ragione per la quale uniformare le basi d'asta con i prezzi di riferimento.

Fermo restando quanto sopra esposto, si evidenzia altresì che, facendo un raffronto con le recenti gare di altri enti appaltanti per la medesima categoria di dispositivi medici, i prezzi a base d'asta da voi proposti risultano inferiori alla media del mercato nazionale, quindi, non permettono l'offerta del materiale da voi richiesto e, soprattutto, non garantiscono al paziente il giusto livello di innovazione.

**1. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzino uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna.

**D - Corin Italia s.r.l. (a socio unico) Via Spilimbergo, 184/B - 33034 Fagagna (UD)**

**1. Quesito:**

tale proposta, in particolare per quanto concerne l'aumento dei prezzi posti a base d'asta, viene avanzata in ragione del fatto che la procedura di gara in oggetto non si traduce in una mera fornitura di prodotti, ma comporta l'espletamento da parte degli operatori economici di una serie molteplice di servizi accessori, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione di depositi di materiale impiantabile e strumentario correlato (quest'ultimo fornito in comodato d'uso gratuito) presso la sede della struttura utilizzatrice, l'obbligo di fornire assistenza tecnica qualificata mediante personale specializzato per l'effettuazione degli impianti (presenta della Specialist in sala operatoria), l'obbligo di formazione, training e aggiornamento del personale sanitario coinvolto nell'utilizzo del materiale protesico fornito, l'obbligo di fornire in fase di esecuzione contrattuale prodotti tecnologicamente aggiornati con caratteristiche di rendimento e funzionalità migliorative alle stesse condizioni economiche dei dispositivi medici originariamente offerti in fase di gara.

**1. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzia uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna.

**2. Quesito:**

- All'art. 4 "Modalità di presentazione dell'offerta" Busta n° 1 Documentazione Amministrativa - lettera a) si richiede, ne caso in cui l'istanza di partecipazione alla gara sia sottoscritta da un procuratore abilitato, di presentare copia autentica dell'atto che attesti il potere di firma di chi sottoscrive  
Si chiede di poter presentare, invece di copia autentica dell'atto, una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, di conformità all'originale della Procura Speciale del firmatario dell'istanza

**2. Risposta:**

Poiché la procedura di gara sarà espletata tramite la piattaforma telematica di CONSIP si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di Gara al paragrafo "Procure"

**3. Quesito:**

- All'art. 4 "Modalità di presentazione dell'offerta" Busta n° 2 Documentazione Tecnica - Campionatura - punto 2 si richiede, la presentazione di campionatura "nella confezione e negli imballaggi originali", poiché la presentazione di campioni in confezione originale di vendita risulta eccessivamente onerosa, si chiede di aggiungere al disciplinare di gara la possibilità di presentare campionatura in versione "demo" unitamente ad un campione di confezione per la verifica del "packaging"

**3. Risposta:**

La campionatura, da esibire secondo il calendario che sarà deciso dalla Commissione Giudicatrice dovrà essere presentata nella confezione di vendita ai fini di consentire le valutazioni di idoneità e qualitative riservate alla Commissione stessa.

**4. Quesito:**

- All'art. 6.1 *“Modalità di conclusione dell'accordo quadro e di affidamenti della fornitura”* si prevede che *il 60% della fornitura verrà affidato al concorrente aggiudicatario dell'accordo quadro che risulterà primo classificato nella graduatoria finale*, si chiede di prendere in considerazione un abbassamento della percentuale di fornitura da affidare al concorrente aggiudicatario primo classificato, in quanto la percentuale del 60% appare eccessivamente elevata

**4. Risposta:**

Si conferma la percentuale di 60% per ogni lotto dell'accordo quadro. Si precisa, inoltre, che la possibilità di affidamento del restante 40% della fornitura (per ciascun Lotto dell'Accordo Quadro) è comunque subordinata alla presenza di specifiche richieste, debitamente motivate, formulate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere aderenti alla presente procedura di gara.

**5. Quesito:**

- All'art. 7 *“Modalità di svolgimento della gara”* si richiede che i *“rappresentanti delle ditte interessate alla procedura di gara, presenti alle sedute pubbliche della I°, II°, IV° fase, dovranno essere muniti di procura speciale notarile, qualora dovessero impegnare le stesse ditte in ogni qualsivoglia forma*, si chiede di permettere la partecipazione alle sedute pubbliche di gare a rappresentanti aziendali muniti di delega e non necessariamente di procura speciale costituita ad hoc

**5. Risposta:**

Poiché la procedura di gara sarà espletata tramite la piattaforma telematica di CONSIP si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di Gara al paragrafo *“Procedura di Gara”*

E - Cormed S.a.s - Via Sant'Anna 7 - 16035 Rapallo

**1. Quesito:**

non sono presenti i lotti per ENDOPROTESI NON CEMENTATE (attualmente usate in Liguria): da aggiungere dopo 1 e 2

**1. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati.

**2. Quesito:**

LOTTO attualmente 3: chiediamo di suddividere in 2 lotti distinti:

- In un lotto LO STELO per Artroprotesi a doppia mobilità, con inserimento di steli appropriati per finiture particolari atte all'utilizzo con cotile a doppia mobilità (cementati/non cementati ad unico strumentario);
- Un secondo lotto CON COTILE A DOPPIA MOBILITA' cementato/non cementato (nel disciplinare provvisorio manca anche l'indicazione dell'inserto). Si specifica inoltre che il cotile a doppia mobilità non può avere alloggiamento per viti o peg.

**2. Risposta:**

La Commissione ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione formulata inserendo nel Lotto 3 la componente *“Inserto in polietilene ad alto peso molecolare”*. Non ritiene invece necessario sdoppiare il Lotto ritenendo l'attuale configurazione dei Lotti esauriente rispetto ai fabbisogni regionali stimati. Si procede a rettificare la griglia di valutazione relativa al cotile eliminando il riferimento ad alloggiamento per viti o peg.

<p><b>3. Quesito:</b> Si fa presente che non è previsto neppure un lotto con steli a collo modulare</p>
<p><b>3. Risposta:</b> La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati.</p>
<p><b>4. Quesito:</b> LOTTO attualmente 7 (gara precedente era il lotto 10) COTILE CEM. POLIET. RITENTIVO. Attualmente il più utilizzato in Liguria è il <b>modello ad auto ritenzione</b>, differente dal punto di vista tecnico dal semplice ritentivo inserito in capitolato tecnico provvisorio. Per il prezzo rimandiamo al punto B)</p>
<p><b>4. Risposta:</b> La Commissione ritiene di confermare la formulazione del lotto 7</p>
<p><b>5. Quesito:</b> per tutti i lotti, dal n° 8 (attuale) in poi, vengono richiesti polietilene <b>cross linkati o con vitamina E</b>. Questo determina una riduzione dei concorrenti, mentre le ditte che possiedono polietilene a lunga durata non possono partecipare. Si richiede pertanto una descrizione più generica.</p>
<p><b>5. Risposta:</b> La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l'osservazione formulata e di sostituire alla descrizione "<i>polietilene cross-linked</i>" la dicitura "<i>polietilene di lunga durata</i>". La qualità del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale.</p>
<p><b>6. Quesito:</b> non è presente la tipologia di cotile <b>TIPO ESPANSIONE</b> attualmente in uso presso (ad esempio) ASL3 Genovese e ASL 5 Spezzino, Osp. Galliera</p>
<p><b>6. Risposta:</b> La Commissione ritiene di non inserire nel Capitolato Tecnico la tipologia "cotile tipo espansione" in quanto non più in uso.</p>
<p><b>7. Quesito:</b> nell'attuale lotto 18, lo stesso va diviso in due lotti: uno con il COTILE DA REVISIONE PRIMARIA (PRESS-FIT) senza deficienze ossee (attualmente da noi fornito vedi lotto 55 vecchia gara), mantenendo l'attuale da Voi proposto per grandi revisioni, anche se precisiamo che lo spessore per deficienze ossee, così indicato (con modalità interna), identifica un solo concorrente. Quindi si precisa l'opportunità di usarla, eventualmente, come opzione per un maggior punteggio (oppure inserire un lotto con spessori). Si richiede la possibilità di offrire prodotti con soluzioni tecnologiche alternative alla macro struttura</p>

**7. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare la descrizione del Lotto 18

**8. Quesito:**

la centrale fa riferimento ad un tariffario A.N.A.C. già contestato da associazioni di categoria quali Assobiomedica, ed ormai sorpassato dalle maggiori trattative in Accordo Quadro o gare, riguardanti Aree Vaste in Italia. Precisiamo che i prezzi sono DI MOLTO inferiori alle ultime gare di Toscana, Emilia, Piemonte, Lombardia, regioni dove vi è una maggior facilità di spostamento dei materiali con costi di trasporto più contenuti che non vengono presi in considerazione, e consumi molto superiori (si allega documento ANAC per ricorsi al TAR del Lazio)

**8. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzino uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**9. Quesito:**

alcuni prezzi dei pezzi singoli sono mancanti o incompleti

**9. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzino uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**10. Quesito:**

premettiamo che se tali basi d'asta venissero confermate, oltre a creare un problema a livello nazionale Assobiomedica, ridurrebbero di molto la possibilità di partecipare a queste nuove gare, con un elenco di materiali incompleti e non innovativi



**10. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzino uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**11. Quesito:**

sono presenti dei criteri valutativi che dal nostro punto di vista creano dei dubbi, già presenti anche nella precedente gara regionale: come vengono aperte le confezioni; pulizia e sterilizzazione, degli strumentari; ed in particolare la navigazione computerizzata, ad oggi inutilizzata in Liguria; assistenza post vendita che aveva già creato delle problematiche nella gara precedente (es. dichiarazione di personale non qualificato nel ramo specifico protesico e non presente nella reale disponibilità della Regione).

**11. Risposta:**

Il riferimento alla navigazione computerizzata costituisce un refuso e quindi si provvede ad eliminarlo dal Capitolato Tecnico. Per quanto riguarda gli altri criteri di valutazione la Commissione ritiene di confermarli nell'attuale formulazione

**F - Finceramica Faenza S.p.A. - Via Granarolo 177/3 - 48018 Faenza (Ra)**

**1. Quesito:**

nei lotti ancora notiamo che manca il seguente lotto utilizzato in molti ospedali italiani ed anche in Liguria.  
ARTROPROTESI D'ANCA NON CEMENTATA A COLLI MODULARI (PREZZO CONSIGLIATO: STELO 1.200€ E COLLO MODULARE 350€) A CUI AGGIUNGERE LE CONSUETE TESTINE E COTILI A PRESS-FIT CON INSERTI IN POLIETILENE DI LUNGA DURATA E IN CERAMICA  
Crediamo sia meglio poterlo inserire per evitarvi procedure di acquisto successive

**1. Risposta:**

La Commissione ritiene di non inserire tale dispositivo in quanto non più utilizzato.

**G - Johnson & Johnson Medical S.p.A. - Via del Mare 56 - 00071 Pomezia (Rm)**

**1. Quesito:**

**LOTTO 3:**  
sdoppiare il lotto 3 in 2 lotti distinti: un lotto per stelo cementato + cotile doppia mobilità cementato; un altro lotto per stelo non cementato + cotile doppia mobilità non cementato

**1. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati.

**2. Quesito:****LOTTO 5:**

chiarire se il prodotto richiesto sia uno stelo cementato anatomico, come da titolo oppure uno stelo retto, come da descrizione del lotto stesso

**2. Risposta:**

La Commissione precisa che trattasi di refuso in quanto si richiede uno stelo anatomico. Pertanto si procede alla correzione della descrizione del lotto.

**3. Quesito:****LOTTO 15:**

eliminare la descrizione della sezione conica dello stelo in quanto limitante nella risposta, oppure in alternativa aggiungere un altro specifico lotto avente ad oggetto prodotti per displasia d'anca che non contenga indicazioni sulla forma dello stelo

**3. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare la specifica tecnica della sezione conica in quanto necessaria all'esatta identificazione del dispositivo richiesto per tale lotto

**4. Quesito:****LOTTO 16:**

eliminare la dicitura "stelo conico stellato", in quanti unico lotto in cui si parla di stelo da revisione MONOBLOCCO. Si potrebbe altrimenti inserire la previsione di un ulteriore specifico lotto di stelo da revisione monoblocco, che non abbia indicazioni sulla forma dello stelo che possano risultare discriminanti e precludenti di un'ampia partecipazione e concorsualità.

**4. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare le specifiche del lotto in questione in quanto necessarie all'esatta identificazione del dispositivo richiesto per tale lotto

**5. Quesito:****LOTTO 18:**

sostituire la dicitura "preferibilmente in tantalio" con "rivestimento di ultima generazione", in quanto il tantalio potrebbe identificare, per quanto a propria conoscenza, una sola azienda attualmente presente sul mercato, la quale dunque si troverebbe in un'ingiustificata posizione di vantaggio competitivo rispetto a tutte le altre. Modificare la dicitura generica "con spessore per colmare deficienze ossee", senza specificare interne ed esterne perché pregiudicherebbe la partecipazione al lotto.

**5. Risposta:**

La Commissione evidenzia come il materiale in Tantalio non è richiesto come requisito escludente ma come elemento premiante e pertanto non può essere considerato limitativo della concorrenza. La Commissione ritiene altresì di confermare la descrizione delle specifiche tecniche relative allo spessore per deficienze ossee.

**6. Quesito:****SU TUTTI I LOTTI:**

con riferimento ai lotti in cui sono previsti gli inserti definiti “cross-linked” o “con vitamina E”, sostituire tali definizioni con quella più generica di “inserti in polietilene” per non pregiudicare la partecipazione a tutte le ditte interessate-

**6. Risposta:**

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l’osservazione formulata e di sostituire alla descrizione “*polietilene cross-linked*” la dicitura “*polietilene di lunga durata*”. La qualità del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale.

**7. Quesito:****CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:**

eliminare tra i parametri di valutazione qualitativa la possibilità di Navigazione computerizzata in quanto elemento non significativo.

Prevedere l’assegnazione di punteggi qualità più significativi rispetto a seguenti parametri:

- Caratteristiche tecniche del prodotto e tecnica chirurgica
- Gamma taglie disponibili
- Strumentario- affidabilità e precisione nell’identificazione dei componenti
- Referenze tecnico scientifiche dei prodotti offerti
- Valutazione del servizio post vendita e del progetto di curva di apprendimento e aggiornamento

**7. Risposta:**

Il riferimento alla navigazione computerizzata costituisce un refuso e quindi si provvede ad eliminarlo dal Capitolato Tecnico. Per quanto riguarda gli altri criteri di valutazione la Commissione ritiene di confermarli nell’attuale formulazione.

**8. Quesito:****BASI D’ASTA:**

con riferimento alle basi d’asta previste per il capitolato, si vuol far presente che da un’analisi dei prezzi attualmente praticati sul mercato, per quanto a propria conoscenza, le stesse appaiono evidentemente al di sotto del costo medio e comunque inferiori anche alle basi d’asta proposte in gare regionali i cui volumi sono di molto superiori a quelli della Regione Liguria (ad esempio ARCA Regione Lombardia).

Tra l’altro, si fa presente che appare inopportuno fare riferimento ai prezzi di riferimento dei dispositivi medici pubblicati dall’ANAC per l’individuazione delle basi d’asta posto che - come tra l’altro evidenziato dalla stessa ANAC sul proprio sito - la determinazione di tali prezzi è stata oggetto di diverse sentenze del TAR Lazio che hanno riconosciuto la loro illegittimità in quanto il relativo prezzo di riferimento per ogni dispositivo medico individuato “*non poteva essere elaborato in relazione a categorie generali di dispositivi medici pena la sua non significatività o non riferibilità (o meglio confrontabilità) con i concreti oggetti delle singole forniture*” così che il prezzo che ne era risultato scontava il limite insuperabile di essere stato determinato “*... in modo sostanzialmente avulso dalle caratteristiche dei contratti (si pensi solo ai profili della durata del contratto, dei volumi e del più o meno ampio contenuto della fornitura, specie sotto il profilo della eventuale prestazione di servizi accessori, che evidentemente non può non influire sui calcoli di convenienza del concorrente)*” (si veda, tra le tante, sent. TAR Lazio n° 4856 del 2013).

Non può, inoltre, farsi a meno di notare che la determinazione di prezzi posti a base d’asta al di sotto di quelli praticati sul mercato rischia di indurre i concorrenti ad offrire prodotti e sistemi non di ultima generazione e, dunque, di determinare l’approvvigionamento da parte delle strutture sanitarie e ospedaliere afferenti a codesta spettabile Azienda di prodotti non rappresentati quelli più innovativi e/o maggiormente qualitativi disponibili sul

mercato.

Si invita, pertanto, codesta rispettabile Azienda a verificare la congruità dei prezzi posti a base d'asta alla luce di quelli praticati sul mercato ovvero posti a base d'asta in gare aventi ad oggetto volumi comparabili a quelli cui si fa riferimento nella presente procedura.

#### 8. Risposta:

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzia uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

H - Kos Biomedica s.r.l. - Via Orsini, 47 - 16146 Genova

#### 1. Quesito:

inserimento di un lotto da Endoprotesi con stelo non cementato

#### 1. Risposta:

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati.

#### 2. Quesito:

suddivisione tra un lotto di steli da Endoprotesi cementati e non cementati ed un altro lotto comprendete cotili a doppia mobilità cementati e non cementati

#### 2. Risposta:

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati.

#### 3. Quesito:

inserimento di un lotto con stelo a colli modulari

#### 3. Risposta:

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati.

#### 4. Quesito:

cotile con inserto ritentivo in un lotto diverso da quello comprendente lo spessore per colmare deficienze ossee

**4. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati.

**5. Quesito:**

nei lotti in cui vengono richiesti in polietilene va eliminato il cross-linked o la Vitamina E: essi possono esseri proposti solo da alcune ditte, mentre la maggior parte delle ditte può offrire inserti in polietilene a “lunga durata” descrizione che risulta più generica

**5. Risposta:**

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l’osservazione formulata e di sostituire alla descrizione “*polietilene cross-linked*” la dicitura “*polietilene di lunga durata*”. La qualità del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale.

**6. Quesito:**

Cotili: inserire l’opzione “e/o inserto in ceramica” in alternativa a quello in polietilene

**6. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**7. Quesito:**

LE BASI D’ASTA indicate sono per lo più non pertinenti né a quelle della gara precedente e nemmeno ai prezzi oggi praticati dalle Ditte aggiudicatarie nella gara oggi in proroga.  
Se questi valori indicati venissero confermati si rischierebbe di avere un ventaglio di offerte limitato, incompleto e poco innovativo.  
Alcuni prezzi singoli sono poi mancanti o incompleti

**7. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**8. Quesito:**

le voci relative ai criteri valutativi sono in molti casi poco significative o di dubbia valutazione (Navigazione computerizzata, oggi completamente abbandonata in Liguria)

**8. Risposta:**

Il riferimento alla navigazione computerizzata costituisce un refuso e quindi si provvede ad eliminarlo dal Capitolato Tecnico. Per quanto riguarda gli altri criteri di valutazione la Commissione ritiene di confermarli nell'attuale formulazione

**I - Limacorporate S.p.A. - Via Nazionale 52 - 33038 Villanova di San Daniele del Friuli****1. Quesito:**

Le basi d'asta risultano assolutamente inadeguate in quanto individuate tenuto conto, in massima parte, dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici anno 2012 AVCP (ora ANAC), già oggetto di forte contestazioni e interessanti sentenze di annullamento del TAR Lazio per evidente difetto di istruttoria in relazione all'iter logico seguito per l'individuazione dello specifico prezzo tabellare dei singoli dispositivi medici.

Le basi d'asta, probabilmente ricavate da un non corretto utilizzo della CND, appaiono non allineate alla realtà del mercato: ad esempio nel lotto 3 il "cotile doppia mobilità cementato" ha la stessa CND e base d'asta del "cotile cementato in polietilene" del lotto 6. Codesta Azienda dovrebbe considerare gli effettivi prezzi di mercato per analoghe recenti forniture, così da consentire al maggior numero possibile di aziende la partecipazione.

**1. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzia uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**2. Quesito:**

La "navigazione computerizzata" inserita tra i criteri di valutazione come "possibile" (5 punti) risulta essere una tecnica in disuso

**2. Risposta:**

Il riferimento alla navigazione computerizzata costituisce un refuso e quindi si provvede ad eliminarlo dal Capitolato Tecnico. Per quanto riguarda gli altri criteri di valutazione la Commissione ritiene di confermarli nell'attuale formulazione

**3. Quesito:**

la specifica tecnica degli inserti in polietilene, sempre al fine di garantire la massima partecipazione, dovrebbe essere generica (ad esempio "lunga durata"), riservando alla valutazione tecnica l'attribuzione di un differente punteggio in funzione delle soluzioni tecniche adottate nei diversi prodotti presenti sul mercato (esempio cross-linked, UHMWPE, Vitamina E, ecc.)

**3. Risposta:**

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l'osservazione formulata e di sostituire alla descrizione "polietilene cross-linked" la dicitura "polietilene di lunga durata. La qualità del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale.

**4. Quesito:**

Il lotto 3 parrebbe riferirsi ad una protesi totale d'anca a "doppia mobilità" e non ad una endoprotesi; in tal caso mancherebbe l'inserito in polietilene che assicura la "doppia mobilità" tra la "testa in metallo" e il "cotile". Senza tale inserto l'impianto risulterebbe essere un endoprotesi con cupola (e non cotile) biarticolare, simile al lotto 2; in tal seconda ipotesi il "cotile doppia mobilità cementato" non avrebbe alcun senso.

**4. Risposta:**

La Commissione ritiene di accogliere l'osservazione formulata e modifica la descrizione del Lotto 3 inserendo il componente "inserto"

**5. Quesito:**

Nel lotto 4 è richiesto uno stelo cementato retto "lucido e/o macrostrutture"; poiché il termine "macrostrutture" è di norma utilizzato per identificare elementi che favoriscono la fissazione dei dispositivi non cementati, è necessario un chiarimento in merito.

**5. Risposta:**

La Commissione accoglie l'osservazione formulata ed elimina la dicitura "e/o macrostrutture" dalla descrizione del Lotto 4

**6. Quesito:**

Nel lotto 5, relativo ad un "stelo cementato anatomico" è richiesto uno "stelo retto lucido e/o macrostrutture"; è necessario prima di tutto correggere l'errore sostituendo "retto" con "anatomico" nella voce sub A; inoltre, poiché il termine "macrostrutture" è di norma utilizzato per identificare elementi che favoriscono la fissazione dei dispositivi non cementati, è necessario un chiarimento in merito.

**6. Risposta:**

La Commissione ritiene di accogliere l'osservazione formulata procedendo ad eliminare dalla descrizione del Lotto 5 la dicitura "e/o macrostrutture" e la dicitura "retto"

**7. Quesito:**

Nel lotto 8 sub A le specifiche indicate, in particolare i due angoli 125° - 145°, ben identificano un unico stelo femorale, il termine "o equivalenti" sembrerebbe però consentire la presentazione in offerta di steli femorali che rispecchiano la filosofia del progetto originario ("tipo Spotorno" appunto) anche se con angoli leggermente differenti. Ritiene necessaria, sempre al fine di garantire la massima partecipazione, una conferma di tale interpretazione.

**7. Risposta:**

La Commissione conferma l'esattezza dell'interpretazione formulata

**8. Quesito:**

Nel lotto 9 sub A la richiesta di due angoli ben precisi (125° - 145) non risulta giustificata da dati oggettivi; sarebbe opportuno, sempre al fine di garantire la massima partecipazione, inserire il termine "o equivalenti". Inoltre ritiene che la specifica "senza causare dismetria" sia un refuso da eliminare o parte del testo da completare.

**8. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare la descrizione del Lotto 9. La dicitura "senza causare dismetria" non è un refuso ma corrisponde ad una specifica tecnica ben precisa.

**9. Quesito:**

Nel lotto 17 la base d'asta del "corpo prossimale" dello stelo da revisione modulare è assolutamente non in linea con le attuali quotazioni di mercato. Tale rilevazione deriva probabilmente dal non corretto riferimento ad una CND generica (P09088099 protesi di anca- accessori)

**9. Risposta:**

La Commissione ritiene di modificare la descrizione del Lotto 17 inserendo il corpo prossimale nella descrizione della componente relativa allo stelo e riformulando in maniera più congrua la base d'asta complessiva

**10. Quesito:**

Nel lotto 18 la specifica "preferibilmente in tantalio" che identifica un unico fornitore dovrebbe essere eliminata

**10. Risposta:**

Si precisa che il materiale in Tantalio non è previsto come requisito escludente ma come elemento premiante e pertanto non può essere considerato limitativo della concorrenza

J - Link Italia S.p.A. - Via Cascina Belcasule 11 - 20141 Milano

**1. Quesito:**

segnaliamo che il punteggio tecnico attribuito alle singole voci in alcuni casi risulta incongruente: ai lotti 5, 6 e 7 a nostro avviso non è corretto attribuire un punteggio tecnico per il rivestimento "tipologia del materiale di rivestimento" in quanto solitamente per i cotili e steli cementati non è previsto alcun rivestimento.

**1. Risposta:**

La Commissione accoglie l'osservazione formulata e procede ad eliminare dalla griglia di valutazione il riferimento al materiale di rivestimento.



**2. Quesito:**  
lotto 12 - la doppia specifica per lo stelo “a conservazione trocantere tipo Zweymuller” identifica pressoché univocamente un prodotto, pertanto chiediamo che venga eliminata

**2. Risposta:**

La Commissione ritiene che la specifica tecnica indicata non sia preclusiva della concorrenza. Ai sensi dell’art. 68, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è presente l’inciso “o equivalente”.

**3. Quesito:**  
chiediamo di implementare i lotti con l’inserimento di un lotto di Endoprotesi che preveda lo stelo non cementato

**3. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**4. Quesito:**  
“cotile con macrostruttura” - si richiede l’uso della dicitura più generica “a press-fit”; chiediamo quindi di uniformare i lotti 13, 14 e 15 a tutti gli altri in cui è già prevista

**4. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare la specifica “con macrostruttura” in quanto i cotili sono tutti a press fit

**5. Quesito:**  
in riferimento ai lotti 13 e 14 “stelo corto non cementato”, essendo disponibili nel mercato, sia a conservazione del collo femorale che non, anche steli corti anatomici , chiediamo che venga inserito un lotto che li preveda

**5. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**6. Quesito:**  
segnaliamo che il riferimento ai prezzi di ANAC non è corretto in quanto gli stessi sono stati più volte “contestati” da Assobiomedica e non sono pertanto da ritenersi come valido punto di riferimento

**6. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzino uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle

Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**7. Quesito:**

riteniamo che le basi d'asta siano incongrue in quanto non tengono conto di costi accessori a cui le Aziende sono sottoposte in relazione a conti deposito di merce, strumentari e del servizio di supporto tecnico e logistico

**7. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzino uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**8. Quesito:**

segnaliamo che le basi d'asta sono nettamente inferiori rispetto ad altre gare regionali ad es. GARA ARCA LOMBARDIA dove volumi di impianti/annui eseguiti sono nettamente superiori

**8. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzino uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**9. Quesito:**

segnaliamo oltretutto che non viene fatta distinzione tra i prezzi a base d'asta di "teste in ceramica" e "teste in ceramica da revisione"

**9. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali

di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzia uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**K - Medacta Italia s.r.l. - Via G. Stephenson 94 - 20157 Milano**

**1. Quesito:**  
valutare l'inserimento di un lotto da "endoprotesi" con stelo non cementato

**1. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**2. Quesito:**  
suddivisione del lotto 3 creando un lotto di steli da Endoprotesi cementati e non cementati, ed un altro lotto riferito ai cotili a doppia mobilità cementati e non cementati

**2. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**3. Quesito:**  
valutare l'inserimento di un lotto con stelo a colli modulari

**3. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**4. Quesito:**  
cotile con inserto ritentivo in un lotto diverso da quello comprendente lo spessore per colmare deficienze ossee

**4. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**5. Quesito:**  
valutare l'eliminazione, nei lotti in cui vengono richiesti inserti polietilene, dei termini "cross-linked" e/o "Vitamina E": D. M. con queste caratteristiche possono essere proposti solo da alcune ditte, mentre sono presenti sul mercato ditte in grado di offrire inserti di "lunga durata" che quindi come descrizione risulta più generica

**5. Risposta:**

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l'osservazione formulata e di sostituire alla descrizione "polietilene cross-linked" la dicitura "polietilene di lunga durata". La qualità del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale.

**6. Quesito:**

nel lotto 18 la modularità interna identifica un solo concorrente, quindi può essere offerta in opzione allo spessore per colmare le deficienze ossee indicato, eliminando anche la dicitura "preferibilmente in tantalio"

**6. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare la descrizione del Lotto 18. Si precisa, inoltre, che il materiale in Tantalio non è previsto come requisito escludente ma come elemento premiante e pertanto non può essere considerato limitativo della concorrenza

**Rimodulazione dei prezzi a Base d'Asta****7. Quesito:**

gli importi a Base d'Asta indicati sono per lo più non pertinenti né a quelli della gara precedente e nemmeno ai prezzi oggi praticati dai fornitori risultati primi classificati nella gara attualmente in proroga.

Si fa riferimento ad un tariffario dell'ANAC già contestato da Assobiomedica e ormai non più considerato nei maggiori accordi-quadro o trattative riguardanti aree vaste italiane in quanto oggetto di ricorsi con relative sentenze (vedere allegato ANAC in merito ai ricorsi al TAR Lazio).

Inoltre, sono anche molto al ribasso rispetto alle recenti gare Area Vasta Toscana (Estar) Emilia (Avec), Piemonte (A.I.C.), Lombardia (ARCA).

Se i valori indicati in bozza di Capitolato Tecnico venissero confermati non solo scatenerebbero un caso nazionale a livello Assobiomedica ma ridurrebbero molte possibilità di partecipazione alla nuova gara fornendo poi un elenco di prodotti aggiudicati incompleti, non diversificato né innovativo.

Infine, riteniamo che alcuni prezzi unitari sono mancanti e/o incompleti.

**7. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzia uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**8. Quesito:**

le voci relative ai criteri valutativi sono in molti casi poco significative o di dubbia valutazione già presentatesi nella precedente edizione della gara regionale attualmente in proroga:

- Apertura della confezione,
- Materiale,
- Pulizia e sterilizzazione dello strumentario,

- Navigazione computerizzata (oggi completamente abbandonata in Liguria)
- Assistenza

**8. Risposta:**

Il riferimento alla navigazione computerizzata costituisce un refuso e quindi si provvede ad eliminarlo dal Capitolato Tecnico. Per quanto riguarda gli altri criteri di valutazione la Commissione ritiene di confermarli nell'attuale formulazione

L - MicroPort Scientific s.r.l. - Via Liguria, 18 - 20068 Peschiera Borromeo

**1. Quesito:**

l'inserimento di un lotto da endoprotesi con stelo cementato

**1. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**2. Quesito:**

la suddivisione tra un lotto di steli di endoprotesi cementati e non cementati e un altro lotto comprendente cotili a doppia mobilità cementati e non cementati

**2. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**3. Quesito:**

l'inserimento di lotti specifici per steli a colli modulari, sia da primo impianto che da revisione

**3. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**4. Quesito:**

chiediamo di eliminare la richiesta di Vitamina E, nei lotti in cui vengono richiesti gli inserti in polietilene

**4. Risposta:**

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l'osservazione formulata e di sostituire alla descrizione "polietilene cross-linked" la dicitura "polietilene di lunga durata". La qualità del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale. La richiesta di vitamina E è presente solo nella descrizione del Lotto 9 e corrisponde ad una specifica esigenza di fornitura.

**5. Quesito:**

nel lotto 18 la modularità interna identifica un solo concorrente, quindi può essere offerta in opzione allo

spessore per colmare deficienze ossee

**5. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare la descrizione del Lotto 18

**6. Quesito:**

si chiede di eliminare l'angolazione del collo, nei lotti di riferimento

**6. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare la descrizione delle angolazioni in quanto trattasi specifica tecnica fondamentale ed imprescindibile

**7. Quesito:**

nella descrizione nell'indice per il lotto 17 è indicata la versione monoblocco, mentre nella descrizione dello stesso lotto, è indicata la versione modulare

**7. Risposta:**

Si tratta di un refuso e conseguentemente si procede alla correzione dell'indice

**8. Quesito:**

nel lotto 3, al sub lotto D, è indicato un cotile cementato senza richiesta di inserto in polietilene. Dobbiamo ritenerlo un refuso?

**8. Risposta:**

La Commissione conferma che trattasi di un refuso. Si provvede pertanto alla correzione della descrizione del lotto 3 inserendo la component dell'inserto

**9. Quesito:**

paragonando la presente gara alla precedente gara regionale, riteniamo che il numero lotti (solo 20) sia insufficiente

**9. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**10. Quesito:**

inoltre, le basi d'asta indicate nel capitolato non sono pertinenti né a quelle della gara precedente, né ai prezzi praticati dalle Aziende risultanti prime classificate nella gara oggi in proroga tecnica e sono molto al di sotto di quelle delle ultime gare regionali di Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia.  
Sul capitolato tecnico viene precisato che le basi d'asta indicate sono state individuate tenuto conto dei prezzi

di riferimento dei dispositivi medici pubblicati sul sito ANAC.

Con la sentenza n° 4401 del 02.05.2013, il TAR Lazio ha annullato l'elenco dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici pubblicati sull'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità di Vigilanza (ex AVCP ora ANAC). Pertanto chiediamo che tutte le basi d'asta vengano rivalutate non considerando l'elenco sopraccitato.

#### 10. Risposta:

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzino uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**M - Permedica S.p.A. - Via Como 38 - 23807 Merate (Lc)**

#### 1. Quesito:

- Le basi d'asta estremamente ridotte rischiano di penalizzare molto l'innovazione tecnologica

#### 1. Risposta:

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzino uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

#### 2. Quesito:

- Medesimi dispositivi richiesti in lotti diversi corrispondono a basi d'asta differenti (es. testa metallica lotto 2, lotto 3 e altri)

#### 2. Risposta:

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzino uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**3. Quesito:**

- Lotto 3 cotile doppia mobilità cementato (metal-back metallico) base d'asta € 70,00\_impresentabile

**3. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**4. Quesito:**

- Lotto 4 e segg testa ceramica base d'asta € 266,40\_estremanate bassa;

**4. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**5. Quesito:**

- Lotto 6 \_ lotto 7 cotile cementato differenti (lotto 7 con ritenzione, dispositivo meccanico aggiuntivo) con medesima base d'asta

**5. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna



**6. Quesito:**

- Lotto 8 \_ lotto 9 e segg i polietileni con addizione Vitamina E dovrebbero avere basi d'asta differenti dai polietileni tradizionali

**6. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**7. Quesito:**

- Chiediamo, inoltre, la puntuale definizione di "impianto tipo" per ogni lotto per evitare equivoci nella presentazione delle offerte economiche

**7. Risposta:**

La Commissione ritiene che la descrizione dei Lotti sia esauriente

**N - Smith & Nephew s.r.l. - Via De Capitani 2A - 20864 Agrate Brianza (Mb)****1. Quesito:**

- Le basi d'asta proposte risultano troppo basse ed impediranno alle azienda di offrire i prodotti di punta e le soluzioni tecniche più innovative. Inoltre tali basi d'asta rischiano di generare uno scadimento del post vendita e dei servizi accessori al prodotto , che se non valorizzati a parte sono da aggiungere ai costi sostenuti dalle Aziende per fornitura del servizio.
- Sugeriamo una Differenziazione delle Base d'Asta per Protesi Nickel free rispetto a quelle in CoCr

**1. Risposta:**

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d'asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di mercato, la Commissione - al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d'asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di gara, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro sistema di classificazione) oggetto di gara che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatrici dell'Accordo Quadro, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall'ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna

**2. Quesito:**

- Al fine di poter accedere alle ultime innovazioni tecnologiche e di avere quindi in aggiudicazione una completezza di gamma secondo la domanda di mercato, suggeriamo introduzione lotti specifici per Tecnologia Avanzata con Base d'asta adeguate

**2. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**3. Quesito:**

- Consigliamo l'eliminazione della dicitura Cross-linked o Vitamina E per i Polietileni poiché non per tutte le tipologie di impianto è ancora dimostrato rappresenti un vantaggio in termini di sopravvivenza. Sostituire con "Polietilene di ultima generazione"

**3. Risposta:**

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l'osservazione formulata e di sostituire alla descrizione "*polietilene cross-linked*" la dicitura "*polietilene di lunga durata*". La qualità del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale.

**4. Quesito:**

- Consigliamo l'Attribuzione di un punteggio basato su dati riconosciuti dalla comunità scientifica Internazionale, nello specifico: Indice di sopravvivenza certificati da Registri Nazionali e Internazionali con Punteggio proposto da 12 a 15 pt.

**4. Risposta:**

La Commissione ritiene di non accogliere il suggerimento formulato, ritenendo più che esauritivi i criteri di valutazione già esplicitati

**5. Quesito:**

- Eliminazione della voce "possibilità di effettuare impianti con navigazione computerizzata". Non è chiaro cosa debba fornire l'Azienda e come. Inoltre la Navigazione oramai è una procedura marginalmente adottata.

**5. Risposta:**

Il riferimento alla navigazione computerizzata costituisce un refuso e quindi si provvede ad eliminarlo dal Capitolato Tecnico. Per quanto riguarda gli altri criteri di valutazione la Commissione ritiene di confermarli nell'attuale formulazione

**6. Quesito:**

- I criteri "Tipologia della Confezione e "possibilità di apertura della confezione" risultano estremamente soggettivi. Si propone di eliminarli o di sostituirli con criterio più oggettivo (i.e. doppio confezionamento etc)

**6. Risposta:**

Si confermano i criteri di valutazione indicati

**7. Quesito:**

- LOTTO 3: modifica da “Stelo a doppia Mobilita” a Protesi d’anca a Doppia Mobilità cementata e non cementata. Due componenti per il cotile a doppi mobilità: Cotile e Inserto. Base d’asta inadeguata per il cotile doppia mobilità cementato, in quanto dovrebbe essere identico o quasi a quello non cementato

**7. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**8. Quesito:**

- LOTTI 6 - 7: Criterio Valutazione Cotile “tipologia di materiale di rivestimento” con 20pt non applicabile al lotto

**8. Risposta:**

La Commissione accoglie l’osservazione e provvede ad eliminare dalla griglia di valutazione dei Lotti in questione il riferimento alla tipologia del materiale di rivestimento

**9. Quesito:**

- LOTTO 8 sub D: dicitura “Metallo Trabecolare” corrispondente a nome commerciale di un Azienda specifica. Sostituire con “Macrostruttura”

**9. Risposta:**

Alla Commissione non risulta quanto affermato. Conferma la descrizione del Lotto 8 sub D

**10. Quesito:**

- LOTTO 18 sub A: dicitura “preferibilmente in Tantalio ” corrispondente a nome commerciale di un Azienda specifica. Sostituire con “Tipo Tantalio” o eliminare

**10. Risposta:**

Si precisa che il materiale in Tantalio non è previsto come requisito escludente ma come elemento premiante e pertanto non può essere considerato limitativo della concorrenza

**11. Quesito:**

- Si chiede la possibilità di predisporre un'unica documentazione amministrativa per le 3 differenti consultazioni

**11. Risposta:**

Trattasi di procedure di gara distinte e, pertanto, ciascuna procedura deve essere corredata dalla rispettiva documentazione amministrativa, tecnica ed economica

**12. Quesito:**

- Si chiede la possibilità di presentare tutta la documentazione tecnica (schede tecniche-depliant-brochure-studi clinici-bibliografia etc.) unicamente su supporto CD

**12. Risposta:**

La procedura di gara verrà espletata attraverso la piattaforma telematica di Consip pertanto, per quanto riguarda le modalità di presentazione della documentazione tecnica, si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di Gara

O - Stryker Italia s.r.l. S.U. - Via degli Olmetti 1 - 00060 Formello (Rm)

**1. Quesito:**

Lotto 18 , ovvero “Cotile press-fit da revisione con macro porosità (*preferibilmente in tantalio*)”, chiediamo che non vengano penalizzate nella valutazione tecnica le offerte di prodotti realizzati con materiali diversi dal tantalio

**1. Risposta:**

Si precisa che il materiale in Tantalio non è previsto come requisito escludente ma come elemento premiante e pertanto non può essere considerato limitativo della concorrenza. La Valutazione è riservata alla Commissione Giudicatrice

P - Zimmer Biomet Italia s.r.l. - Via Milano, 6 - 20097 San Donato Milanese (Mi)

**1. Quesito:**

- Inserimento di un lotto da Endoprotesi con stelo non cementato

**1. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**2. Quesito:**

- Suddivisione tra un lotto di steli da Endoprotesi cementati e non cementati e un altro lotto comprendenti cotili a doppia mobilità cementati e non cementati

**2. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**3. Quesito:**

- Inserimento di un lotto con stelo a colli modulari

**3. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**4. Quesito:**

- Cotile con inserto ritentivo in un lotto diverso da quello comprendente lo spessore per colmare deficienze ossee

**4. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali stimati

**5. Quesito:**

- Nei lotti in cui vengono richiesti inserti in polietilene va eliminato il cross-linked o la Vitamina E: essi possono essere proposti solo da alcune ditte, mentre altre ditte possono offrire inserti di lunga durata che quindi come descrizione risulta più generica

**5. Risposta:**

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l'osservazione formulata e di sostituire alla descrizione "polietilene cross-linked" la dicitura "polietilene di lunga durata". La qualità del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale. La richiesta di vitamina E è presente solo nella descrizione del Lotto 9 e corrisponde ad una specifica esigenza di fornitura.

**6. Quesito:**

- Nel lotto 18 la modularità interna identifica un solo concorrente, quindi può essere offerta in opzione allo spessore per colmare deficienze ossee indicato

**6. Risposta:**

La Commissione ritiene di confermare la descrizione del Lotto 18 in quanto non risulta sia di pertinenza esclusiva di un unico concorrente

LA COMMISSIONE TECNICA