

Dirigente responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA
Funzionario referente: Dott. Maurizio CROVETTO

Determinazione n. 126 del 05/12/2013

Oggetto: gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs n. 163/2006, per la fornitura e installazione di complessivi tre acceleratori lineari con accessori e relativi sistemi di gestione informatica, occorrenti all' A.S.L. n. 2 Savonese e all' I.R.C.C.S. A.O.U. San Martino-IST. Lotti n. 2. Numero gara 5279318. Importo presunto di gara € 6.090.730,00 (IVA esclusa).
Integrazione del Capitolato tecnico a seguito di richiesta di chiarimenti.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 6.11.2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'1.1.2013 ad apposita area dell'Agazia Sanitaria Regionale (ARS);

Vista la deliberazione n. 87 del 1.2.2013 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell'ARS adottate con determinazione n. 91 del 28/12/2012 Commissario straordinario dell'ARS;

Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del direttore e dei dirigenti dell'Area CRA;

Richiamata la propria determinazione n. 114 del 31/10/2013 con la quale è stata indetta una gara a procedura aperta per la fornitura e installazione di complessivi tre acceleratori lineari con accessori e relativi sistemi di gestione informatica, occorrenti all' A.S.L. n. 2 Savonese e all' I.R.C.C.S. A.O.U. San Martino-IST;

Atteso che, a seguito di richiesta di chiarimenti pervenuta da una ditta interessata alla gara, la Commissione tecnica, interpellata informalmente dal RUP nominato con la Determinazione sopra citata, ha ritenuto opportuno integrare il Capitolato tecnico all'art. 2.2 "Compatibilità informatica nei confronti dei sistemi di Fisica Sanitaria", lotto 1, punto 60 delle caratteristiche necessarie pena l'esclusione, come di seguito indicato, con la frase evidenziata in neretto:

60. ... omissis Le integrazioni minime richieste sono da intendersi:

- a) *come importazione delle immagini prodotte dal simulatore ed anche come interfaccia specifica in grado di archiviare le impostazioni geometriche del simulatore (angolo gantry, angolo collimatore, dimensioni campo e posizioni lettino). **L'Offerente dovrà dichiarare nell'allegato F4 il proprio impegno a realizzare direttamente l'interfacciamento o, in alternativa, motivando le ragioni per cui non è in grado di realizzare l'interfacciamento, dichiarare l'impegno a rifondere integralmente la ASL2 Savonese degli eventuali oneri sostenuti per realizzare il medesimo (dettagliare al punto 2.2 dell'allegato F4. In occasione della verifica del sistema informatico, previsto all'art.10 7 del Capitolato speciale, sarà verificata anche questa funzionalità.***
- b) *come interfaccia specifica a proposito della matrice di dose del sistema Oncentra Brachy.*

Su proposta del Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Organizzazione funzionamento dell'ARS;

DETERMINA

1. Di integrare il Capitolato tecnico all'art. 2.2 "Compatibilità informatica nei confronti dei sistemi di Fisica Sanitaria", lotto 1, punto 60 delle caratteristiche necessarie pena l'esclusione, come di seguito indicato, con la frase evidenziata in neretto:
 60. ... omissis *Le integrazioni minime richieste sono da intendersi:*
 - a. *come importazione delle immagini prodotte dal simulatore ed anche come interfaccia specifica in grado di archiviare le impostazioni geometriche del simulatore (angolo gantry, angolo collimatore, dimensioni campo e posizioni lettino). **L'Offerente dovrà dichiarare nell'allegato F4 il proprio impegno a realizzare direttamente l'interfacciamento o, in alternativa, motivando le ragioni per cui non è in grado di realizzare l'interfacciamento, dichiarare l'impegno a rifondere integralmente la ASL2 Savonese degli eventuali oneri sostenuti per realizzare il medesimo (dettagliare al punto 2.2 dell'allegato F4. In occasione della verifica del sistema informatico, previsto all'art.10 7 del Capitolato speciale, sarà verificata anche questa funzionalità.***
 - b. *come interfaccia specifica a proposito della matrice di dose del sistema Oncentra Brachy.*
2. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI
ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)