CRA
Centrale Regionale di Acquisto

Dirigente responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA

REGIONE LIGURIA
Consorzio
Centrale Regionale Acquisti
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo n. 524
del 11/4/2012

REGIONE LIGURIA

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati da destinare all'assistenza integrativa esterna dei pazienti diabetici delle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - n. gara 3029786

Seduta della Commissione Giudicatrice del 19.3.2012 – Sub Commissione Laboratoristi

SEDUTA RISERVATA

Il giorno 19/03/2012, alle ore 10,00 presso l'Ospedale di Sestri Ponente (uffici laboratori di analisi) si è riunita, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, la Sub Commissione Giudicatrice n. 2 (componenti laboratoristi) della gara in oggetto, nominata con Deliberazione n. 74 del 07/11/2011, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.
Sono presenti i Signori:

➢ **BOTTARO**	Dott. Luigi C.	Direttore Dipartimento Patologia Clinica - Asl3 Genovese	Componente
➢ **PEDRAZZI**	Dott. Paolo	Laboratorio Patologia clinica - Ospedale P.A. Micone - Asl3 Genovese	Componente
➢ **GIACOPELLI**	Sig.ra Carmen	Laboratorio Patologia clinica - Ospedale P.A. Micone - Asl3 Genovese	Componente

E' presente altresì il sig. Ivo Gagliolo, coadiutore amministrativo della Centrale.
La seduta non è pubblica.
La Sub Commissione giudicatrice prende atto che con nota prot. n. 1855 del 22/12/2011 - regolarmente ricevuta da tutti i concorrenti - le ditte concorrenti, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, sono state invitate a fornire i sieri di controllo per l'effettuazione delle prove di precisione e un ulteriore quantitativo di 300 strisce reagenti.
Alle ditte è stato anche chiesto di precisare il tipo di anticoagulante da utilizzare.
I concorrenti sono stati resi edotti che in mancanza di invio di sieri di controllo la Commissione giudicatrice provvederà ad effettuare le misurazioni sulla precisione con sieri di controllo a titolo noto provenienti da fonte esterna.
I concorrenti sono stati altresì informati che in mancanza di comunicazione sul liquido anticoagulante da utilizzare il laboratorio utilizzerà l'anticoagulante eparina di litio.
Nel caso di dati già noti alla Centrale (perché comunicati in altra procedura) la Commissione si atterrà all'ultima comunicazione ufficiale già ricevuta.

Una sintesi delle risposte e del materiale pervenuto è riportata nella tabella sotto riportata:

Ditta	Nota del Acquisita al prot. gen.	lotti	Prodotti offerti	Liquido controllo ricevuto;			Anticoagulante
Svas Biosana S.r.l.		1,2,3,4, 5,6	Glucolab	40	120	250	EDTA
Roche Diagnostics	10/1/2012 Prot. n. 30	1	Accu-check Active	40	120	*	Per tutti: EDTA, Eparina di Litio, Fluoruro di sodio
		2,3,4,5	Accu-check Aviva	40	120	*	
		6	Accu-check Mobile	40	120	*	
Sanofi Aventis	11/1/2012 Prot. n. 36	2,4,6	BG Star	*	*	*	Eparina di litio
				Nessun controllo pervenuto			
Bayer		1, 5	Breeze 2	50	100	235	Per tutti: Eparina di litio
		2, 3, 4	Contour XT	45	125	380	
		6	Contour USB	40	120	360	
Abbott	3/1/2012 Prot. n. 41 del 12/1/2012	1, 3, 5	Optium X ceed	40	*	300	non necessari anticoagulanti
		2, 4, 6	Freestyle Insulinix	45	*	300	Eparina. EDTA
A.Menarini Diagnostics	10/1/2012 Prot. n. 23	3	Glucard G+ meter	35	275	530	Eparina di litio
		5	Glucome Lx Pus meter	40	260	290	Eparina di litio
Johnson & Johnson	13/1/2012 Prot. n. 49	1, 3	One touch Vita	*	128	*	Eparina di litio
		2, 4, 5, 6	One touch verio pro	*	115	*	Eparina di litio
B.C. Trade s.r.l.	12/1/2012 Prot. n. 52 del 13/1/2012	1	Fora GD 50	*	145	290	Eparina
		6	Fora GD 40	*	140	225	Eparina

* Qualora il liquido di controllo non fosse stato inviato, la Centrale utilizzerà sieri provenienti da fonte terza.

Copia delle note sopra evidenziate sono state trasmesse alla Sub Commissione in data 20 gennaio 2012 dal RUP.
La Sub Commissione prende altresì in carico, i campioni di glucometri allegati all'offerta tecnica già custoditi presso la Centrale Regionale di Acquisto, ad essa fatti pervenire per il tramite dei Signori PORCU Ilma (collaboratore amministrativo esperto della Centrale) e GAGLIOLO Ivo (coadiutore amministrativo della Centrale).
Essi saranno custoditi per tutto il periodo di svolgimento dei test laboratoristici all'interno di un armadio dotato di chiave collocato in locale chiuso da serratura osservando garanzie tali da assicurarne la genuinità di funzionamento e l'impossibilità di effettuare manomissioni, sottrazioni etc.
I sieri di controllo saranno conservati in frigorifero, o comunque, secondo le ordinarie modalità di conservazione consigliate e/o prescritte dal produttore.
Come già avvenuto per la procedura riguardante i sistemi di controllo della glicemia di utilizzo ospedaliero, la Sub Commissione decide di procedere dapprima allo svolgimento dei test di precisione e successivamente ai test di accuratezza e alle valutazioni di correlazione lineare.
La Commissione decide altresì, trattandosi di test ripetitivi, assolutamente standardizzati, per tutti i concorrenti di effettuare una unica verbalizzazione postuma al termine dello svolgimento dei test.
La seduta è tolta alle ore 15.30.

I Componenti della Commissione giudicatrice

Dott. BOTTARO Luigi Carlo Presidente

Sig.ra GIACOPELLI Carmen Componente

Dott. PEDRAZZI Paolo Componente

Per la Centrale Regionale di Acquisto

Sig. Ivo Gagliolo .....