ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo n. 4415
del 12/09/13 Entrata

Dirigente Responsabile: Dott.Luigi Moreno Costa
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dr.ssa Francesca Elia
e-mail: francesca.elia@regione.liguria.it
Referente: Ivo Gagliolo
e-mail: ivo.gagliolo@regione.liguria.it

OGGETTO:	Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 163/2006, per l'acquisto e l'installazione di Strumentazioni, software e hardware per imaging cellulare e citofluorimrtria occorrenti all'I.R.C.C.S. Giannina Gaslini Numero gara 5134485 **Verbale di valutazione delle offerte tecniche – Lotti 1 e 2. Seduta riservata**

Il giorno 12/09/2013, alle ore 11.25 presso la Sala Riunioni dell' ARS – Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, II piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con deliberazione n.83 del 10/09/2013 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Presidente:

GALIETTA Prof. Luis Juan Dirigente Biologo – U.O.C. Genetica Medica, Istituto G. Gaslini, Genova

Supplente del Componente effettivo Dr. Vassalli Massimo:

RAVAZZOLO Prof. Roberto Direttore U.O.C. - Genetica Medica, Istituto G. Gaslini, Genova

Componente:

ZARA Dott. Federico Dirigente Biologo – U.O.C. Genetica Medica, Istituto G. Gaslini, Genova

E' presente il sig. Ivo Gagliolo che svolge le funzioni di segretario della Commissione.

Il segretario dà preliminarmente atto che a seguito del riscontro della documentazione tecnica presentata sono state ammesse al prosieguo della procedura tutte le ditte concorrenti.

In considerazione del positivo esito delle verifiche di cui sopra Commissione decide di passare all'esame della documentazione tecnica ai fini della successiva valutazione qualitativa

Il segretario ricorda ai presenti che il Disciplinare di gara ed i relativi allegati prevedono che la procedura verrà esperita con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponderando perciò l'elemento prezzo con li parametri di qualità definiti in sede di capitolato tecnico e che ai parametri di qualità sono assegnati in ogni lotto 70 punti.

Il Presidente, sentito il segretario, puntualizza che le buste tecniche, nel lasso di tempo intercorrente dalla precedente seduta sono state custodite in armadio chiuso a chiave, in luogo chiuso.

Si passa alla valutazione delle offerte pervenute per il lotto 1.
Sarà esaminata preliminarmente la presenza delle caratteristiche definite indispensabili dal capitolato tecnico (pena esclusione) e solo successivamente si passerà alla valutazione degli item soggetti a valutazione qualitativa.

Dalla disamina preliminare delle caratteristiche definite indispensabili dal capitolato tecnico risulta che il prodotto della Ditta Ahsi (Cytation 3) non è conforme a quanto richiesto.
In particolare il capitolato richiedeva un "Corredo di obiettivi 20X e 40X a lunga distanza di lavoro" mentre suddetta offerta prevede la fornitura di due obiettivi tra quelli con ingrandimento: 2X,2.5X 4X 10X 20X.
Pertanto, non essendo previsto il Corredo dell'obiettivo 40X a lunga distanza di lavoro, si procede all'esclusione dell'offerta dal proseguo della gara.

Si passa quindi alla valutazione qualitativa delle offerte rimanenti.

Alle ore 13,30 le buste contenenti le offerte tecniche vengono ricomposte, sigillate e poste in armadio chiuso a chiave. La seduta viene interrotta per una pausa ristoro.

Alle ore 14,30 riprendono i lavori.
Il Presidente, sentito il segretario, puntualizza che le buste tecniche, nel lasso di tempo intercorrente la pausa ristoro, sono state custodite in armadio chiuso a chiave, in luogo chiuso.

Le valutazioni dei commissari per l'item "Potenza del Computer asservito allo strumento" per le quali era previsto il metodo di attribuzione del "confronto a coppie" sono allegate al presente verbale quale parte integrante dello stesso (allegati 1 e 2).

Alle ore 16,20 risulta completata la valutazione per la documentazione presentata per il lotto 1.

Alla fine dei lavori le valutazioni attribuite e i punteggi da esse derivanti vengono riepilogate in apposito schema sinottico allegato (allegato 3).

Le offerte tecniche vengono, quindi, raccolte in un plico, consegnato al Segretario che le consegna al RUP per la custodia in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

La commissione fissa il proseguo dei lavori per il giorno 13/09/2013 alle ore 9.30.

La seduta viene chiusa alle ore 16,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:
Prof. Luis Juan GALIETTA

Componente:
Dott. Federico ZARA

Componente / Supplente:
Prof. Roberto RAVAZZOLO

Segretario:
Ivo GAGLIOLO

Lotto 1 Potenza del computer asservito allo strumento Allegato 1

Nome FEDERICO ZARA

Euroclone spa	0	Nikon Instruments spa	2
Euroclone spa	0	PerkinElmer	5
Euroclone spa	0	Olympus Italia srl	2
Nikon Instruments spa	0	PerkinElmer	3
Nikon Instruments spa	2	Olympus Italia srl	0
PerkinElmer	4	Olympus Italia srl	0
Carl Zeiss spa	4	Euroclone spa	0
Carl Zeiss spa	2	Nikon Instruments spa	0
Carl Zeiss spa	0	PerkinElmer	2
Carl Zeiss spa	3	Olympus Italia srl	0

Firma

Lotto 1 Potenza del computer asservito allo strumento

Nome LUIS JUAN VICENTE GALIETTA

Euroclone spa	0	Nikon Instruments spa	2
Euroclone spa	0	PerkinElmer	5
Euroclone spa	0	Olympus Italia srl	2
Nikon Instruments spa	0	PerkinElmer	3
Nikon Instruments spa	2	Olympus Italia srl	0
PerkinElmer	4	Olympus Italia srl	0
Carl Zeiss spa	4	Euroclone spa	0
Carl Zeiss spa	2	Nikon Instruments spa	0
Carl Zeiss spa	0	PerkinElmer	2
Carl Zeiss spa	3	Olympus Italia srl	0

Firma

Lotto 1 Potenza del computer asservito allo strumento

Nome ROBERTO RAVAZZOLO

Euroclone spa	0	Nikon Instruments spa	2
Euroclone spa	0	PerkinElmer	5
Euroclone spa	0	Olympus Italia srl	2
Nikon Instruments spa	0	PerkinElmer	3
Nikon Instruments spa	2	Olympus Italia srl	0
PerkinElmer	4	Olympus Italia srl	0
Carl Zeiss spa	4	Euroclone spa	0
Carl Zeiss spa	2	Nikon Instruments spa	0
Carl Zeiss spa	0	PerkinElmer	2
Carl Zeiss spa	3	Olympus Italia srl	0

Firma

Allegato 2

GALIETTA

Potenza del computer asservito allo strumento	Euroclone spa	0	Nikon Instruments spa	2
	Euroclone spa	0	PerkinElmer	5
	Euroclone spa	0	Olympus Italia srl	2
	Nikon Instruments spa	0	PerkinElmer	3
	Nikon Instruments spa	2	Olympus Italia srl	0
	PerkinElmer	4	Olympus Italia srl	0
	Carl Zeiss spa	4	Euroclone spa	0
	Carl Zeiss spa	2	Nikon Instruments spa	0
	Carl Zeiss spa	0	PerkinElmer	2
	Carl Zeiss spa	3	Olympus Italia srl	0

ZARA

Euroclone spa	0	Nikon Instruments spa	2
Euroclone spa	0	PerkinElmer	5
Euroclone spa	0	Olympus Italia srl	2
Nikon Instruments spa	0	PerkinElmer	3
Nikon Instruments spa	2	Olympus Italia srl	0
PerkinElmer	4	Olympus Italia srl	0
Carl Zeiss spa	4	Euroclone spa	0
Carl Zeiss spa	2	Nikon Instruments spa	0
Carl Zeiss spa	0	PerkinElmer	2
Carl Zeiss spa	3	Olympus Italia srl	0

RAVAZZOLO

Euroclone spa	0	Nikon Instruments spa	2
Euroclone spa	0	PerkinElmer	5
Euroclone spa	0	Olympus Italia srl	2
Nikon Instruments spa	0	PerkinElmer	3
Nikon Instruments spa	2	Olympus Italia srl	0
PerkinElmer	4	Olympus Italia srl	0
Carl Zeiss spa	4	Euroclone spa	0
Carl Zeiss spa	2	Nikon Instruments spa	0
Carl Zeiss spa	0	PerkinElmer	2
Carl Zeiss spa	3	Olympus Italia srl	0

Potenza del computer asservito allo strumento	10	Euroclone	0	0
		Nikon Instruments spa	12	2,857
		PerkinElmer	42	10
		Olympus Italia srl	6	1,429
		Carl Zeiss spa	27	6,429

Allegato 3

	EUROCLONE IN Cell Analyzer	NIKON EclipseTi	PERKIN ELMER Operetta	ZEISS Lettore HCS Microscopio Axio Observer . Z1	Ashl Cytation 3	OLYMPUS Scan^R Lettore HCS Microscopio IX 83
Potenza del sistema di illuminazione (in Watt) con possibilità di modulazione dell'intensità luminosa	5	12	12	7	Esclusa per mancanza di requisito essenziale	12
Sensibilità e risoluzione (numero di pixel) del sistema di acquisizione (telecamera)	10	10	6	10		10
Sistema di miglioramento dell'immagine mediante deconvoluzione o simile	6	6	6	6		6
Possibilità di espansione a microscopia confocale	0	6	6	6		6
Garanzia con riparazione/sostituzione dello strumento o di sue componenti difettose entro 7 giorni lavorativi dalla chiamata	2,5	2,5	0,6	5		10
Eventuale corredo di obiettivi aggiuntivi dotati di alto ingrandimento e alta apertura numerica (60X – 100X)	10	10	6	10		10
Potenza del computer asservito allo strumento (risultanze del confronto a coppie all. 2)	0	2,857	10	6,429		1,429
Capacità di analisi delle immagini durante l'acquisizione	0	6	6	6		6
TOTALE	33,5	55,357	52,6	56,429		61,429
TOTALE NORMALIZZATO	38,174	63,081	59,939	64,302		70,000