ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Agenzia Sanitaria Regionale
della Liguria
REGISTRO UFFICIALE
Centrale Regionale di Acquisto 4451
del 13/9/13 Entrata

REGIONE LIGURIA

Dirigente Responsabile: Dott.Luigi Moreno Costa
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dr.ssa Francesca Ella
e-mail: francesca.ella@regione.liguria.it
Referente: Ivo Gagliolo
e-mail: ivo.gagliolo@regione.liguria.it

OGGETTO:	Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 163/2006, per l'acquisto e l'installazione di Strumentazioni, software e hardware per imaging cellulare e citofluorimrtria occorrenti all'I.R.C.C.S. Giannina Gaslini Numero gara 5134485 **Verbale di valutazione delle offerte tecniche – Lotto 2. Seduta riservata**

Il giorno 13/09/2013, alle ore 09.30 presso la Sala Riunioni dell' ARS – Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, II piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con deliberazione n.83 del 10/09/2013 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Presidente:

GALIETTA	Prof. Luis Juan	Dirigente Biologo – U.O.C. Genetica Medica, Istituto G. Gaslini, Genova

Componente:

VASSALLI	Dr. Massimo	Ricercatore – Istituto di Biofisica C.N.R. – Sede di Genova

Componente:

ZARA	Dott. Federico	Dirigente Biologo – U.O.C. Genetica Medica, Istituto G. Gaslini, Genova

È presente altresì il sig. Ivo Gagliolo in che svolge la funzione di segretario.

Il Presidente, puntualizza che le buste tecniche, nel lasso di tempo intercorrente dalla precedente seduta sono state custodite in armadio chiuso a chiave, in luogo chiuso.
Si passa alla valutazione delle offerte pervenute per il lotto 2.
Sarà esaminata preliminarmente la presenza delle caratteristiche definite indispensabili dal capitolato tecnico (pena esclusione) e solo successivamente si passerà alla valutazione degli item soggetti a valutazione qualitativa.

Dalla disamina preliminare delle caratteristiche definite indispensabili dal capitolato tecnico tutti gli strumenti offerti risultano conformi a quanto richiesto.

Si passa quindi alla valutazione qualitativa delle offerte.

Per quanto riguarda l'offerta della ditta Nikon Instruments, la commissione rileva incongruenza tra quanto dichiarato sulla scheda "Allegato F4" e quanto dichiarato sulla scheda tecnica dello strumento offerto quanto segue:

1 - nel parametro di valutazione "Risoluzione di scansione di ogni immagine", la risoluzione di ogni immagine dichiarata nella scheda tecnica, ovvero 4096x4096 pixels non corrisponde a quella dichiarata nell'allegato F4, ovvero "Oltre 6144x6144 Pixels".

La risoluzione massima per singola immagine, come dichiarato dalla ditta Nikon Instruments, è limitata a 4096x4096 pixels e pertanto viene attribuito il punteggio di zero punti come da capitolato.

2 - nel parametro di valutazione "Software di monitoraggio remoto delle funzioni hardware attraverso il web con notifica automatica e continua dei potenziali malfunzionamenti al help desk di assistenza tecnica specializzata con una immediata replica e risoluzione dei problemi", nella scheda tecnica non viene offerta la notifica automatica e continua dei potenziali malfunzionamenti dello strumento attraverso software di monitoraggio, come invece dichiarato nell'Allegato F4 e, pertanto, viene attribuito il punteggio di zero punti come da capitolato.

Alle ore 12,40 risulta completata la valutazione delle offerte presentate per il lotto 2.

Alla fine dei lavori le valutazioni attribuite e i punteggi da esse derivanti vengono riepilogate in apposito schema sinottico allegato (allegato 1).

Le offerte tecniche vengono, quindi, raccolte in un plico, consegnato al segretario per la custodia in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

La seduta viene chiusa alle ore 12,50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:
Prof. Luis Juan GALIETTA

Componente:
Dott. Federico ZARA

Componente:
Dott. Massimo VASSALLI

Il Segretario:
Ivo GAGLIOLO

Allegato 1	LEICA TCS Sp8 Aobs	NIKON Confocale A1R
Fotomoltiplicatori spettrali abbinati alla testa di scansione con efficienza quantica superiore al 40% a 500 nm, capaci di operare in modalità single photon counting	14	11
Scanner a risonanza con velocità di scansione non inferiore a 25 fps a 512x512 pixel	13	13
Campo di scansione superiore a 18 mm sul piano ottico intermedio	12	0
Risoluzione di scansione di ogni immagine migliore di 4096x4096 pixels	12	0
Sistema di rotazione degli assi di scansione di almeno 180 gradi operante sia in modalità di scansione convenzionale che a risonanza con formato di scansione almeno fino a 1024x1024 pixels	3	0
Pannello di controllo remoto delle funzioni di base per eseguire la scansione in confocalità	3	3
Software di monitoraggio remoto delle funzioni hardware attraverso il web con notifica automatica e continua dei potenziali malfunzionamenti al help desk di assistenza tecnica specializzata con una immediata replica e risoluzione dei problemi.	3	0
Gestione automatica delle componenti DIC (polarizzatore, analizzatore, prismi lato condensatore e lato obiettivi) in funzione dell'obiettivo e del metodo di contrasto in uso.	3	3
Linea laser aggiuntiva (457 nm o simile)	3	3
Garanzia maggiore di 12 mesi	0,667	4
TOTALE	66,667	37
TOTALE NORMALIZZATO	70,000	38,850