

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Ilma PORCU tel. 010/548 8557
e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it

**Procedura aperta per la fornitura di
"Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"
occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno**

Lotti n. 37

N° gara 5874801

QUARTA SEDUTA NON PUBBLICA

Verbale di verifica della idoneità tecnica

Il giorno primo del mese di Luglio dell'anno duemila quindici alle ore 9:00 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta non pubblica la Commissione giudicatrice per la verifica dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti dalle Ditte concorrenti alla gara per l'affidamento della fornitura a procedura aperta, gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - Lotti 37.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice - nominata con determinazione n. 90 del 17/04/2015 - incaricati degli adempimenti relativi alla seduta pubblica di verifica delle documentazioni tecniche presentate dalle Ditte concorrenti, composta dai signori:

ROGAI	Dott. Maurizio	Dirigente Medico - U.O. Ortopedia - A.S.L. 4 "Chiavarese" - Ospedale N.S. di Montallegro di Rapallo	Presidente
PIZZELLA	Dott. Luca	Dirigente Medico - S.C. Ortopedia e Traumatologia - E.O. Ospedale Evangelico Internazionale - Presidio S. Carlo - Voltri	Componente
RONCAGLIOLO	Dott. Federico	Dirigente Medico - S.C. Ortopedia e Traumatologia - E.O. Ospedali Galliera	Componente

E' presente il dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della Centrale RUP della procedura, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione, assistito dal Collaboratore Amm.vo Esperto della Centrale Ilma Porcu.

Centrale Regionale di Acquisto

La Commissione giudicatrice prende atto che dalle verifiche della documentazione amministrativa, tecnica e campionatura risultano ammesse alla fase di verifica dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti le sotto indicate Ditte:

LOTTO	BIOMET ITALIA srl	CONMED ITALIA srl	DELTA srl	DIMCO spa	D.P. MEDICAL srl	ID&CO srl	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	N.B.A. MEDICA srl	SMITH & NEPHEW srl
1				Ammessa			Ammessa		Ammessa
2		Ammessa		Ammessa				Ammessa	Ammessa
3	Ammessa	Ammessa					Ammessa		Ammessa
4		Ammessa		Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
5	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
6		Ammessa		Ammessa			Ammessa		
7	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa		Ammessa
8							Ammessa		
9	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
10		Ammessa		Ammessa			Ammessa		
11	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
12							Ammessa		
13	Ammessa			Ammessa					Ammessa
14				Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
15	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa		Ammessa
16	Ammessa			Ammessa			Ammessa		Ammessa
17	LOTTO ANDATO DESERTO								
18	LOTTO ANDATO DESERTO								
19				Ammessa					Ammessa
20	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa		
21	Ammessa			Ammessa					
22	LOTTO ANDATO DESERTO								
23	Ammessa								Ammessa
24		Ammessa					Ammessa		
25	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
26	Ammessa						Ammessa	Ammessa	Ammessa
27		Ammessa		Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
28		Ammessa					Ammessa	Ammessa	Ammessa
29	Ammessa	Ammessa		Ammessa	Ammessa		Ammessa	Ammessa	ESCLUSA

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 131621 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it

Centrale Regionale di Acquisto

30	Ammessa						Ammessa	Ammessa	ESCLUSA
31	Ammessa	Ammessa					Ammessa		Ammessa
32	Ammessa	Ammessa					Ammessa	Ammessa	ESCLUSA
33	Ammessa	Ammessa			Ammessa		Ammessa	Ammessa	Ammessa
34	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
35			Ammessa						Ammessa
36						Ammessa		Ammessa	
37		Ammessa		Ammessa				Ammessa	Ammessa

La Commissione Giudicatrice stabilisce di procedere in prima istanza all'esame, nel dettaglio, delle documentazioni tecniche presentate dalle Ditte concorrenti ed alla verifica che i prodotti offerti rispondano alle caratteristiche tecniche essenziali indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.

La Commissione giudicatrice prende preliminarmente atto che la documentazione tecnica è stata adeguatamente custodita in locali chiusi della Centrale Regionale di Acquisto, inserita nei plichi di trasmissione debitamente chiusi e sigillati.

La Commissione giudicatrice procede quindi alla verifica della documentazione tecnica fornita dalle Ditte concorrenti della rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste dalla "Sezione A - Capitolato tecnico".

Le risultanze della suddetta verifica sono dettagliatamente riportate nelle schede allegate al presente verbale come di seguito riportato:

LOTTO	BIOMET ITALIA srl	CONMED ITALIA srl	DELTA srl	DIMCO spa	D.P. MEDICAL srl	ID&CO srl	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	N.B.A. MEDICA srl	SMITH & NEPHEW srl
1				Ammessa			Ammessa		Ammessa
2		Ammessa		Ammessa				Ammessa	Ammessa
3	Ammessa	Ammessa					Ammessa		Ammessa
4		Ammessa		Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
5	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
6		Ammessa		Ammessa			Ammessa		
7	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa		Ammessa
8							Ammessa		
9	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
10		Ammessa		Ammessa			Ammessa		
11	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
12							Ammessa		
13	Ammessa			Ammessa					Ammessa
14				Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
15	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa		Ammessa

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 131621 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it

Centrale Regionale di Acquisto

16	Ammessa			Ammessa			Ammessa		Ammessa
17	LOTTO ANDATO DESERTO								
18	LOTTO ANDATO DESERTO								
19				Ammessa					Ammessa
20	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa		
21	Ammessa			Ammessa					
22	LOTTO ANDATO DESERTO								
23	NON AMMESSA								NON AMMESSA
24		Ammessa					Ammessa		
25	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
26	Ammessa						Ammessa	Ammessa	Ammessa
27		Ammessa		Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
28		Ammessa					Ammessa	Ammessa	Ammessa
29	Ammessa	Ammessa		Ammessa	Ammessa		Ammessa	Ammessa	ESCLUSA
30	Ammessa						Ammessa	Ammessa	ESCLUSA
31	Ammessa	Ammessa					Ammessa		Ammessa
32	Ammessa	Ammessa					Ammessa	Ammessa	ESCLUSA
33	Ammessa	Ammessa			Ammessa		Ammessa	Ammessa	Ammessa
34	Ammessa	Ammessa		Ammessa			Ammessa	Ammessa	Ammessa
35			Ammessa						Ammessa
36						Ammessa		Ammessa	
37		Ammessa		Ammessa				Ammessa	Ammessa

La Commissione giudicatrice prende atto che, per il LOTTO 23, le ditte BIOMET ITALIA srl e SMITH & NEPHEW srl hanno presentato prodotti non conformi a quanto previsto dalla "Sezione A – Capitolato Tecnico" e più precisamente:

Venivano richiesti uncini pluriuso e modulari.

Sono stati offerti uncini monouso e non modulari.

Sulla base di quanto sopra riportato le ditte BIOMET ITALIA srl e SMITH & NEPHEW srl non vengono ammesse alle fasi successive di gara relativamente al LOTTO 23.

La Commissione giudicatrice procede quindi a fissare le date in cui le Ditte concorrenti dovranno produrre in visione con oneri a proprio carico il materiale offerto e relativo strumentario per la pertinente valutazione tecnica e più precisamente:

Data	Dalle ore	Alle ore	Ditta
07/08/2015	9:00	10:00	BIOMET ITALIA srl
	10:00	11:30	CONMED ITALIA srl
	11:30	13:30	DIMCO spa
	14:00	14:30	DELTA srl
	14:30	15:00	ID & CO srl
11/08/2015	9:00	11:00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL srl
	11:00	12:30	N.B.A. MEDICA srl
	13:00	15:00	SMITH & NEPHEW srl

ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 131621 Genova

Tei +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito Web www.acquistiiliguria.it

Centrale Regionale di Acquisto

La Commissione giudicatrice stabilisce di aggiornare i lavori al giorno 07/08/2015 alle ore 9:00 presso gli uffici della Centrale Acquisti sito in via G. D'Annunzio 64 – Genova, per procedere alla visione delle campionature che verranno presentate dalle Ditte ai fini dell'idoneità delle stesse al prosieguo delle fasi di gara.

In sede di chiusura del presente verbale il Presidente della Commissione da' atto della regolare conservazione delle documentazioni tecniche e delle campionature (sempre custoditi, debitamente chiusi e sigillati, in luogo chiuso e durante le ore di ufficio sorvegliati visivamente) e da' atto della collegialità delle valutazioni, sempre assunte all'unanimità dei componenti.

La seduta è tolta alle ore 12:15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:

ROGAI

Dott. Maurizio

Componenti:

PIZZELLA

Dott. Luca

RONCAGLIOLO

Dott. Federico


Per la Centrale Regionale di Acquisto.

COSTA


Dott. Luigi Moreno

PORCU

Ilma



The image shows five horizontal lines representing signature lines. The first line has a large, stylized signature. The second line has a signature that appears to be 'Luca Pizzella'. The third line has a signature that appears to be 'Federico Roncagliolo'. The fourth line has a signature that appears to be 'Luigi Moreno'. The fifth line has a signature that appears to be 'Ilma Porcu'.



A large, stylized handwritten signature at the bottom of the page, likely belonging to the official responsible for the document.

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
 CIG 60619363D6

LOTTO 1

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	DIMCO spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	SMITH & NEPHEW srl
CANNULE PER ARTROSCOPIA	<ul style="list-style-type: none"> - Materiale plastico trasparente - con un ampio range di misure - non forate in punta - con filletto per l'avvicinamento - con rubinetto di deflusso - con guarnizione di tenuta irrimovibile 	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801

CIG 606195210B

LOTTO 2

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	CONMED ITALIA srl	DIMCO spa	N.B.A. MEDICA srl	SMITH & NEPHEW srl
CANNULE PER ARTROSCOPIA Cannule monouso artroscopiche per accessi chirurgici	- Materiale plastico trasparente - di vari diametri da 4,5 mm a 6,5 mm, e di varie lunghezze da 45 a 90 mm - con filetto per l'avvitamento - con rubinetto di deflusso - con guarnizione di tenuta	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 6061960743

LOTTO 3

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIOMET ITALIA srl	CONMED ITALIA srl	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	SMITH & NEPHEW srl
<p>ANCORE BICOCCENTRIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA DUFFA DE ROTATORI</p> <p>ANCORE radiotrasparenti per la fissazione omale (qualità eccellente) buoni dai tendini della cuffia dei ricambi</p>	<p>Biocompatibili e/o biocompatibili ad elevato pull-out, a doppio filo corticale e spong</p> <p>- diametro minimo 5,5 mm</p> <p>- in idrofilizzato o peek, di vari diametri (per medicare) o comunque osteoconduttivo</p> <p>- premontate su manico per l'avvicinamento all'osso</p> <p>- dotate di strumento per la inserzione nel foro</p> <p>- con almeno doppia sutura ad elevata resistenza meccanica di almeno cinque</p> <p>- con almeno doppia sutura ad elevata resistenza meccanica di diretto colore.</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 606197867E

LOTTO 4

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	CONMED ITALIA srl	DIWCO spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	N.B.A. MEDICA srl	SMITH & NEPHEW srl
<p>ANCHORE RADIOOPACI PER LA CHIRURGIA DELLA CUPOLA DEI ROTATORI</p>	<p>Alcune radioopacità per la fissazione ossea (qualità almeno buona) dei mandrini della cupola dei rotatori</p>	<p>- Ricambiabili ed elevato pull-out - In materiale biocompatibile a parete efficace incompilata o forata per migliorare l'osteointegrazione - premonitata su mandrino per l'inserimento nell'uso - cuneate ed instrumentate per la preparazione del foro - con almeno doppia cutura ed elevata robustezza scorrevole di diretto calore</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5974807
CIG 5061967DE9

LOTTO 5

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIOMET ITALIA s.r.l.	COMIED ITALIA s.r.l.	DIMIDO spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	N.B.A. MEDICA s.r.l.	SMITH & NEPHEW s.r.l.
<p>ANZORE RADIOOPACI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI</p>	<p>• biocompatibili per la sessione ortopedica • anche inoperabili per la sessione ortopedica (qualità del metallo) • con anelli in lega di titanio • anche se dotati di legni premoniali</p>	<p>• Biocompatibili ad osseme pulcritudine • anche di vari diametri • presentabile su stampo per l'installazione nel caso • di osseme di alluminio per la preparazione del foro • con allineo doppio bulare ad elevata robustezza strutturale di diversi colori • anche se dotati di legni premoniali</p>	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
 CIG 6061990067

LOTTO 6

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	CONMED ITALIA srl	DIMCO spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa
<p>ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI</p> <p>Descrizione</p> <p>Ancore in materiale radiotrasparente per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori</p>	<p>Caratteristiche tecniche minime</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biocompatibili ad elevato pull-out - In materiale radiotrasparente di vari diametri - pronte all'uso su manipolo per l'inserzione nell'osso - dotate di strumentario per la preparazione del foro - con doppio o singolo filo di sutura ad elevata robustezza scorrevole 	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5374801
 CIG 006199762C

LOTTO 7

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIONET ITALIA srl	COMMED ITALIA srl	DINICO spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	SMITH & NEPHEW srl
ALICONE SENZA VUOTO INDUOTROVARETTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DELTOIDICA	- idoneità in metallo inossidabile - idoneità in metallo inossidabile - idoneità in metallo inossidabile - idoneità in metallo inossidabile - idoneità in metallo inossidabile - idoneità in metallo inossidabile	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 60619986FF

LOTTO 8

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa
ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	<ul style="list-style-type: none">- Metalliche in titanio ad elevato pull-out- premontate su manipolo per l'inserimento nell'osso a battuta non avvitate- con filo di sutura ad elevata robustezza scorrevole e con la possibilità di aggiungere un secondo filo prima del posizionamento	Prodotto conforme

A

4

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 6674601
 CIG 600206037

LOTTO 9

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIOMET ITALIA srl	COMED ITALIA srl	DIMCO spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	N.B.A. MEDICA srl	SMITH & NEPHEW srl
<p>MANICHE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI</p>	<p>Maniche in titanio ad elevato pull-out * uguale o superiore a 5 mm. * preferibile su manufatto per avviamento nell'osso * con filo di sutura ad elevata robustezza singolo o doppio</p>	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874301
 CIG 6062009015

LOTTO 10

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	CONMED ITALIA srl	DIMCO spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa
<p>ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE</p> <p>Accore riassorbibili per la riparazione capsulare della glena scapolare.</p>	<p>Biorassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out premontate su manico per l'inserimento nell'osso a battuta non avvitata</p> <ul style="list-style-type: none"> - con filo di sutura ad elevata robustezza scorrevole - con la possibilità di sostituire il filo premontato con filo riassorbibile in pds 	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874804
 CIG 06620115B6

LOTTO 11

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIOMET ITALIA s.r.l.	COMMED ITALIA s.r.l.	DIMCO spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	N.B.A. MEDICA s.r.l.	SMITH & NEPHEW s.r.l.
ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Bicameralità se inserite sulla cuffia - premontate su manico per l'inserimento del cavo a battuta o a rotella - con filo di sutura singolo o doppio ad elevata robustezza scomposte di diverse code 	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 6062015507

LOTTO 12

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa
ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	<ul style="list-style-type: none">- Metalliche in titanio ad elevato pull-out- premontate su manipoio per l'inserimento nell'osso a battuta non avvitata- con filo di sutura ad elevata robustezza scorrevole e con la possibilità di agglungere un secondo filo prima del posizionamento	Prodotto conforme

A

M

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 6062020926

LOTTO 13

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIMET ITALIA srl	DIMCO spa	SMITH & NEPHEW srl
<p>SISTEMA PER SUTURE MENISCALI IN ZONE ARTICOLARI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI</p> <p>Set completo di materiale di impianto riassorbibile e strumentario per la sutura di lesioni meniscali in zone rosse e rosso/bianche premontate su manipolo con tecnica all'inside con varie per facilitarne l'introduzione</p>	<p>- Bioassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out - premontate su manipolo per l'inserimento reto/curvo ed inverso - con la possibilità di eseguire la sutura in un'unica manovra senza estrarre - Il manipolo dall'articolazione - con filo di sutura ad elevata robustezza</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>

A

h

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
 CIG 6062025D45

LOTTO 14

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	DIMCO spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	N.B.A. MEDICA srl	SMITH & NEPHEW srl
<p>CON INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/CP in acido polilattico + idrossiapatite</p> <p>1/01 interferenziali per la fissazione del tipo LCA/LCP a livello tibiale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bioassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out - complete di cinesivite ed eventuale masochistore - in acido polilattico + idrossiapatite con filo no cut - e profilo conturo per almeno mesi dalla lunghezza tibiale - ampio range di misure - di diametro da 7 mm a 12 mm. 	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme

A

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 606203230F

LOTTO 15

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIONET ITALIA srl	CONMED ITALIA srl	DIMCO spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	SMITH & NEPHEW srl
<p>VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LOCALCP o in bioassorbibile + pila o in bioassorbibile + pila</p> <p>Uti interferenziali per la fissazione del neo LOCALCP a livello ibale o in bioassorbibile + pila</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bioassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out - completa di arcavvite ed eventuale macchinazione - in bioassorbibile + pila o in bioassorbibile + pila con filetto no cut - a profilo conico - di varie misure da 22 mm a 36 mm - di diametro da 7 mm a 12 mm. 	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
 CIG 6062035688

LOTTO 16

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIOMET ITALIA srl	DIMCO spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	SMITH & NEPHEW srl
Viti interferenziali per la fissazione del neo LCA/LCP a livello tibiale in acido L-lattico e glicolico	- Bioreassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out - complete di cacciavite ed eventuale manichione - in acido L-lattico e glicolico - con filetto ro eul - a profilo conico in punta - di varie misure da 20 mm a 30 mm di vari diametri da 7 mm a 10 mm	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 60620398D4

LOTTO 17

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	
SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA	Sistema composto da guaina ad espansione + vite conica autofilettante in TCP+PLA di diametro variabile - materiale riassorbibile TCP+PLA lunghezza unica vari diametri	DESERTO

A

3

ALLEGATO VERBALE N. 4


GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 6062047F6C

LOTTO 18

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	DESCRIZIONE
SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA	- Biorassorbibili biocompatibili - trans femorale - in tricalciodossifato - utilizzabile sia per il tendine rotuleo che per il STG - strumentario dedicato	Sistema di fissazione extra articolare a doppio pin per il neo LCA completo di strumentario dedicato



ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 6062052390

LOTTO 19

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	DIMCO spa	SMITH & NEPHEW srl
<p>SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE</p>	<p>Sistema per la fissazione extracorticale femorale del neo LCA a barretta in titanio con loop per il caricamento del trapianto</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>

- Di varie misure fino a 60 mm.
- supportato da sistema correttivo per eventuale sfondamento della corticale femorale
- utilizzabile sia con BTB che con STC
- con suture di trasporto premontate ad elevato pull-out
- strumentario dedicato

AD

M

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 60620566DC

LOTTO 20

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIOMET ITALIA srl	CONMED ITALIA srl	DIMCO spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa
<p>SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NED LCA EXTRACORTICALE</p> <p>Sistema per la fissazione ortopedica femorale del nido LCA con sistema a tirante con loop ad alta resistenza per il caricamento del trapianto</p>	<p>Di varie misure e lunghezze - con aureole di trasporto pneumatiche ad elevato pull-out - strumentario dedicato</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 6062064D74

LOTTO 21

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIMET ITALIA srl	DIMCO spa
SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	- Misura unica - supportato da sistema correttivo per eventuale sfondamento della corticale femorale - utilizzabile sia con BTB che con suture di trasporto premontate ad elevato pull out - strumentario dedicato	Prodotto conforme	Prodotto conforme

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 6062066F1A

LOTTO 22

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione

Caratteristiche tecniche minime

CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA

Cambre per la fissazione del LCA.

Cambre in lega di titanio aventi profilo interno dotato di dentini per una sicura fissazione del neo legamento all'osso.
L'altezza dei rebbi dovrà essere da 15 mm a 20 mm, la gamma di larghezze dovrà prevedere misure di 6, 8, 10, 12 mm.
Strumentario dedicato

DESERTO

A

F

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 6062072411

LOTTO 23

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIOMET ITALIA srl	SMITH & NEPHEW srl
<p>UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA</p> <p>Uncini per la sutura della capsula articolare della spalla</p>	<p>Sistema costituito da un manico in cui sono integrato due rotelle che spingono il filo di sutura attraverso le punte ad uncino intercambiabili.</p> <p>Disponibilità di diverse lunghezze e curvature degli uncini in modo da poter agevolmente trattare qualunque tipo di lesione.</p> <p>La cannulazione del sistema permette il passaggio dei fili passa suture o fili di sutura monofilamento di dimensione da # 2-0 fino a # 1.</p> <p>Possibilità di sterilizzazione in autoclave. Sistema in grado di permettere l'utilizzo di una singola cannula operativa</p>	<p>Prodotto NON conforme.</p> <p>Venivano richiesti uncini plurifuso e modulari.</p> <p>Sono stati offerti uncini monouso e non modulari</p>	<p>Prodotto NON conforme.</p> <p>Venivano richiesti uncini plurifuso e modulari.</p> <p>Sono stati offerti uncini monouso e non modulari</p>

A

M

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 606207675D

LOTTO 24

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	CONMED ITALIA srl	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa
UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Uncino passa suture monouso per il recupero dei fili attraverso i lembi della lesione	Prodotto conforme	Prodotto conforme
	- Sottile, metallico ad elevata rigidità e robustezza in modo che sia consentita - agevolmente la penetrazione transcutanea - tagliente in punta con vari gradi di curvatura - con asola a estrazione in punta aperta		

A

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"
 N° gara 8074801
 CIG 6062092CAF

LOTTO 25

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIOMET ITALIA srl	COMMED ITALIA srt	DIMCO spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	N.B.A. MEDICA srt	SMITH & NEPHEW srt
<p>FRESSE CAVILLATE TIPO ROSENBERG</p> <p>Descrizione</p>	<p>Si intendono fresse cavillate artroscopiche a ghinaccio tipo Rosenberg per rettificazione di tunnel ossei nella ricostruzione del legamento crociato anteriore.</p> <p>Tali fresse, realizzate in acciaio inox medicale, dovranno essere di diametro Ø7,8; 8,0; 11,2 mm, di lunghezza totale minima di almeno 16 cm.</p> <p>A parte dalla punta dovranno essere calibrate con lastre ben visibili ogni 5 mm fino almeno alla lunghezza di 130 mm.</p> <p>La loro intesa dovrà poter essere liberamente un filo guida scabato di diametro 2,4 mm.</p> <p>Adattabilità a tutti i trepiedi in dotazione presso le Sale Operatorie Ortopediche</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG 8062088146

LOTTO 26

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIOMET ITALIA srl	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	N.B.A. MEDICA srl	SMITH & NEPHEW srl
<p>PUNTORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AMER)</p>	<p>Si richiedono due set completi di puntatori femorali aventi un offset di 5,6,7,8 mm da utilizzarsi per il posizionamento del filo guida femorale nella procedura di ricostruzione del legamento crociato anteriore. Tali puntatori artroscopici dovranno essere costituiti in acciaio medicale, ristabilizzabile in autoclave, avere una facile e sicura presa che consenta al chirurgo un preciso posizionamento. I puntatori dovranno essere cannulati al loro interno per consentire il passaggio del filo guida di diametro 2,4 mm e dovranno presentare lo stelo graduato con tacche ad ogni centimetro di lunghezza</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>

A

e

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5374801
 CIG 60820578B1

LOTTO 27

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	CONMED ITALIA srl	DIMCO spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	N.B.A. MEDICA srl	SMITH & NEPHEW srl
<p>FILI GUIDA ASSIATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE</p>	<p>Si richiede un filo metallico in acciaio inox medicale avente diametro 2,4 mm. ed una lunghezza da 38 a 40 cm. Tale filo, da utilizzarsi per il trasporto del neologamento all'interno del tunnel con fraullo di una sutura, dovrà possedere un'asta nella parte distale atta all'impugnazione di almeno 4 litri di sistema collare USP 2. La parte prossimale dovrà possedere una punta incastr per una facile perforazione ossea</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>

AD

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
 CIG 6062104E76

LOTTO 28

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	CONMED ITALIA srl	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	N.B.A. MEDICA srl	SMITH & NEPHEW srl
PINZE RECUPERA SUTURE Pinze recupera suture per la gestione artroscopica del recupero e spostamento delle suture dai vari portali	Il disegno della "caviglia" delle pinze dovranno garantire un'agile presa della suture preservandone l'integrità. Dovranno possedere le seguenti caratteristiche: - massima robustezza nei confronti delle rotture dell'estremità distale - impugnatura ergonomica con lunghezza della ganascia differenziata per ottenere il massimo confort	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"
 N° gara 5874801
 CIG 606210929A

LOTTO 29

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIOMET ITALIA srl	CONMED ITALIA srl	DIMCO spa	D.P. MEDICAL srl	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	N.B.A. MEDICA srl	SMITH & NEPHEW srl
Spirigi nocci	Spirigi nocci con anatomia chiusa ed un foro, lunghezza non inferiore a 20 cm con impugnatura ad anello, in acciaio medico sterilizzabile	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	ESCLUSA

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
 CIG 60621146B9

LOTTO 30

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIOMET ITALIA srl	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	N.B.A. MEDICA srl	SMITH & NEPHEW srl
<p>PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE</p> <p>Pinze taglia suture artroscopiche.</p>	<p>Si richiede una pinza idonea al taglio di tutte le tipologie di suture ad alta resistenza.</p> <p>Tale strumento dovrà essere realizzato in acciaio medicale risanizzabile, avere un diametro idoneo all'inserimento nelle cannule artroscopiche in cistazione e operare il taglio di due suture contemporanee (massimo calibro 2 USP) con dispositivo scorrevole a ghigliottina.</p> <p>La pinza dovrà inoltre essere dotata di dispositivo di sicurezza che garantisca il taglio delle suture solo a seguito ad innalzamento della levetta da parte del chirurgo.</p> <p>Tale pinza dovrà avere una lunghezza operativa minima di 16 cm.</p> <p>Indispensabile poter procedere ad un lavaggio e sterilizzazione accurati</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>ESCLUSA</p>

AD

M

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
 CIG 6062117932

LOTTO 31

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIOMET ITALIA srl	CONMED ITALIA srl	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	SMITH & NEPHEW srl
<p>BASKET E PINZE DA PRESA PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI</p>	<p>Una strumentazione dotata di impugnatura agile, ergonomica e sicura per essere utilizzata in grandi, medie e piccole articolazioni. L'articolazione del morso deve avvenire per scaldamento multibiforcuto della guarnizione superiore su quella inferiore azionata dall'impugnatura, in quanto la forza di taglio deve agire sul morso distale senza che questo si erigga su un unico piano. Varietà di spessore, profilo, larghezza, lunghezza e inclinazione dei morai taglienti. Le pinze devono avere leve di bloccaggio rapide con bocca a denti tipo squallio e lancia a denti retroragadi per catturare tessuti molli e fibrocartilaginei. Gli strumenti devono essere in acciaio satinato per evitare riflessi intralucidi.</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 58748D1
CIG 5062125FCA

LOTTO 32

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIOMET ITALIA srl	CONMED ITALIA srl	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	N.B.A. MEDICA srl	SMITH & NEPHEW srl
FORBICI ARTROSCOPICHE	Strumentazione scelta di impugnatura ergonomica e agile, utilizzabile in grandi piccole e medie articolazioni. L'articolazione del mano deve avvenire per scivolamento multibienfoco della ganascia superiore su quella inferiore scorrendo dall'impugnatura, in quanto la forza di taglio deve agire sul monco distale senza che questo si applichi su un unico punto, magari "serra". Gli strumenti devono essere in acciaio satinato per evitare riflessi intrinseci. Monco netto, monco infilabile a dx e moxet infilato a sx	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	ESCLUSA

A

5

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
 CIG 50621303EE

LOTTO 33

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIONET ITALIA srl	COMIET ITALIA srl	D.P. MEDICAL srl	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	M.B.A. MEDICA srl	SMITH & NERHEW srl
TENDON STRIPPER	Strumentario chirurgico per il prelievo endoscopico dei tendini graffiati e annodamento nella chirurgia ricostruttiva dei LCA e LCP						
	- Lunghezza utile da cm 30 a cm 35 - Chiusa e cassetta di affilatura attrezzata con sistema di cambi accidentali al terz'ordine	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

ALLEGATO VERBALE N. 4

**GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"**

N° gara 5674801
CIG 6062133667

LOTTO 34

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI								
Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	BIOMET ITALIA s.r.l.	CONMED ITALIA s.r.l.	DINICO s.p.a.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL s.p.a.	M.B.A. MEDICA s.r.l.	SMITH & NEPHEW s.r.l.	
<p>FORZE PER SIFUSSA DELLA CIFUFA DEI ROTA'DRI "ONE STOP"</p>	<p>Forze per la sezione della cuffia dei rotatori "One Stop".</p>	<p>Si definisce una pinza una "combinazione di tessuti della cuffia del rotatore della spalla che consente il passaggio di una sutura di cattura USP2 sutureless, fissata con un unico gesto chirurgico, ovvero in un solo passaggio attraverso un solo punto anatomico". Una pinza deve possedere nella parte distale un micro sito "single" a basso profilo.</p>	<p>Una pinza deve essere in grado di eseguire la presa di un unico punto di cattura di una sutura di cattura USP2 sutureless, fissata con un unico gesto chirurgico, ovvero in un solo passaggio attraverso un solo punto anatomico.</p>	<p>Una pinza deve essere in grado di eseguire la presa di un unico punto di cattura di una sutura di cattura USP2 sutureless, fissata con un unico gesto chirurgico, ovvero in un solo passaggio attraverso un solo punto anatomico.</p>	<p>Una pinza deve essere in grado di eseguire la presa di un unico punto di cattura di una sutura di cattura USP2 sutureless, fissata con un unico gesto chirurgico, ovvero in un solo passaggio attraverso un solo punto anatomico.</p>	<p>Una pinza deve essere in grado di eseguire la presa di un unico punto di cattura di una sutura di cattura USP2 sutureless, fissata con un unico gesto chirurgico, ovvero in un solo passaggio attraverso un solo punto anatomico.</p>	<p>Una pinza deve essere in grado di eseguire la presa di un unico punto di cattura di una sutura di cattura USP2 sutureless, fissata con un unico gesto chirurgico, ovvero in un solo passaggio attraverso un solo punto anatomico.</p>	
		<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>	

A

u

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
 CIG 6062143EA5

LOTTO 35

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	DELTA srl	SMITH & NEPHEW srl
<p>SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE</p> <p>Sistema per il trattamento delle lesioni cartilaginee</p>	<p>Sistema per esecuzione manuale di microfratture da potersi usare in chirurgia artroscopica o mini invasiva di lunghezza adeguata e di diametro non superiore ad 1 mm per ottenere la fuoriuscita di cellule midollari pluri-potenti e stimolare il processo di riparazione composti da manipoli riutilizzabili e filo guida. Strumentario dedicato</p>	<p>Prodotto conforme</p>	<p>Prodotto conforme</p>

ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
"MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
CIG6062146123

LOTTO 36

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	ID & CO srl	N.B.A. MEDICA srl
ASPIRATORI DA PAVIMENTO	Aspiratori da pavimento	Dispositivi progettati per garantire che il pavimento della sala operatoria rimanga asciutto durante le procedure chirurgiche. Costano di un disco di plastica dotato di incavi per asciugare il pavimento. Dovranno essere di dimensioni ridotte, di uso semplice	Prodotto conforme Prodotto conforme



ALLEGATO VERBALE N. 4

GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI
 "MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA"

N° gara 5874801
 CIG 606215588E

LOTTO 37

IDONEITA' PRODOTTI OFFERTI

Descrizione	Caratteristiche tecniche minime	DIMCO spa	N.B.A. MEDICA srl	SMITH & NEPHEW srl
CURETTE AD ANELLO	Curette ad anello Dispositivi progettati per curettage cartilagineo. Dotate di manici ergonomici con riferimento alla direzione della punta, diversi diametri e angolature	Prodotto conforme	Prodotto conforme	Prodotto conforme