



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Sergio Righetti tel. 010/548 8545
e-mail: sergiogiaco.righetti@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento di trapani elettrici ad alta velocità e materiale di consumo per neurochirurgia, chirurgia maxillo-facciale e otorinolaringoiatria e di un sistema completo di raccolta liquorale ermetica occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni). Lotti n. 2

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Verbale di presa visione dei contributi presentati dagli operatori economici partecipanti alla "Consultazione preliminare di mercato"

In risposta alle richieste di chiarimenti che sono giunti a questa Centrale Regionale di Acquisto (di seguito più brevemente indicata Centrale), l'esperto individuato per la definizione delle specifiche tecniche:

cognome	nome	incarico e struttura di provenienza
Zona	Dr. GianLuigi	Direttore U.O.C . Neurochirurgia e Neurotraumatologia Policlinico San Martino

presa visione delle osservazioni e dei contributi ricevuti, formula le seguenti controdeduzioni:


QUESITO N. 1

DOMANDA: al fine di rendere accessibile a più aziende, potendo così avere a disposizione le migliori tecnologie sul mercato, si richiede la suddivisione del lotto 1, che raggruppa diverse tipologie di motori, in più lotti distinti per ciascuna specialità. In questo modo si consentirebbe alle aziende che non possiedono l'intero parco motori richiesto di poter comunque rispondere ai lotti per i quali hanno prodotti di alta qualità. In particolare la nostra Azienda non possedendo craniotomo e perforatore craniale chiede che vengano creati tre diversi lotti, uno per neurochirurgia, uno per maxillo-facciale ed uno per otorinolaringoiatria.

RISPOSTA:

Si ritiene di non suddividere il lotto 1 per evitare l'eventualità di avere più centraline. Le caratteristiche sono state oggetto di discussione con i colleghi ORL e Maxillo-Facciali.

Handwritten signature and initials.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

QUESITO N. 2

DOMANDA: lotto 1 - centralina elettronica multidisciplinare per uso di almeno due motori
- microdebrider per chirurgia endoscopica nasale

Tali caratteristiche sono possedute, per quanto a propria conoscenza soltanto dai prodotti commercializzati da due operatori economici in Italia, limitando quindi la più ampia partecipazione alla procedura. Si chiede pertanto, al fine di garantire la più ampia concorsualità e competitività nella procedura di gara che verrà indetta, che le stesse vengano eliminate dal capitolato speciale.

RISPOSTA:

Non si configurano gli estremi di esclusività e, tenuto conto della multidisciplinarietà a cui la gara si riferisce, si confermano le caratteristiche essenziali richieste.

QUESITO N. 3

DOMANDA: Lotto 1 - capitolato tecnico - punto 10 - Criteri di attribuzione del punteggio qualitativo punto 5 - alcuni dati tecnici come la dissipazione termica del motore non sono facili da reperire, saranno a pena esclusione o semplicemente non si prenderanno punti se non li si dichiara?

RISPOSTA:

In caso di caratteristiche premiali senza indicazione dei dati da valutare, non sarà attribuito punteggio.

QUESITO N. 4

DOMANDA: Lotto 1 - capitolato tecnico - punto 10 - Criteri di attribuzione del punteggio qualitativo punto 7 - richiedete motore per fresa retta, motore per fresa angolata, motore per fresa per colonna, volete quindi un motore per ogni terminale o scrivendo motore per fresa intendete terminale per fresa?


RISPOSTA:

In capitolato l'aggettivo è riferito a motore. Il termine più corretto è motore, ma se si evince bene il senso della domanda, il termine motore può essere considerato sinonimo di terminale.

QUESITO N. 5

DOMANDA: Lotto 1 - capitolato tecnico - punto 10 - Criteri di attribuzione del punteggio qualitativo punto 11 - cosa intendete quando chiedete la presenza di attacco universale per posizionamento viti per placche di aziende varie? Noi abbiamo un terminale che monta frese con attacco universale, è quello che intendete voi?

h
l



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

RISPOSTA:

Si: terminale che monta frese con attacco universale

QUESITO N. 6

DOMANDA: *Lotto 1 - capitolato tecnico - punto 10 - Criteri di attribuzione del punteggio qualitativo punto 12 – richiedete che il monouso sia navigabile, il nostro può esserlo se il software del navigatore riconosce il ns manipolo e la nostra fresa. Chiediamo che non sia pena esclusione.*

RISPOSTA:

Non è pena esclusione

QUESITO N. 7

DOMANDA: *Lotto 1 - capitolato tecnico - punto 10 - Criteri di attribuzione del punteggio qualitativo punto 13 – non disponiamo di un sistema lava ottiche, è pena esclusione?*

RISPOSTA:

Non è pena esclusione

QUESITO N. 8

DOMANDA: *Lotto 1 - capitolato tecnico - punto 10 - Criteri di attribuzione del punteggio qualitativo punto 15 – cosa intendete chiedendo “tasto di centralina per attivazione motore in caso di guasto motore”.*

RISPOSTA:

Si accetta l'osservazione. Il capitolato viene corretto in : “presenza di tasto di attivazione del motore sulla centralina in caso di guasto del pedale di comando”

QUESITO N. 9

DOMANDA: *lotto 2 – tra le richieste indicate vi è una funzionalità allo stato invalidante per la nostra azienda ed estremamente “qualificante” quale il device specificato come debrider. Detto tool, altamente specifico, appunto, non è disponibile nella pur ampia gamma prodotto della linea NSK. Unitamente a ciò, la scrivente suggerisce di considerare il dispositivo “perforatore” distinto dal lotto del trapano. Questo, alla luce del fatto che circoscrivere un lotto separato, specifico per il perforatore, porrebbe le basi per una trattativa aperta a più fornitori, nell’interesse dell’Ente.*

Allo stato, così come poste le specifiche tecniche, la scrivente pur disponendo del “perforatore” più diffuso sul Mercato (Codman), e indiscusso leader del medesimo non è nelle condizioni di poter rispondere ad un eventuale bando di gara, correlato al Preliminare in parola.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

RISPOSTA:

Vale la risposta data ai quesiti 1 e 2

QUESITO N. 10

DOMANDA : lotto 2 – si richiede al fine di consentire il libero accesso del maggior numero di operatori economici alla gara, il reservoir graduato del Sistema di drenaggio dovrebbe essere da 75 ml e non 100 ml come viene richiesto dal capitolato tecnico.

RISPOSTA:

Si accetta la richiesta di ridurre la capacità del reservoir graduato da 100 ml a 75.

QUESITO N. 11

DOMANDA: lotto 1 – paragrafo 4, pagina 4: prevedere materiale di consumo "sterili e monouso e/o pluriuso" al posto di sterile e monouso.

RISPOSTA:

Si conferma la previsione di materiale sterile e monouso

QUESITO N. 12

DOMANDA: lotto 1 – paragrafo 4, pagina 4: aggiungere sistema di tubi di irrigazione per il raffreddamento, è nominato nel paragrafo 10, parametro qualità 6 a cui viene attribuito un punteggio massimo di.....

RISPOSTA:


Si conferma il capitolato tecnico. La presenza di un sistema di irrigazione del sito chirurgico sarà considerata nell'ambito delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione. In caso di offerta comprendente detto sistema la quotazione dovrà essere offerta comprensiva di tutte le componenti del medesimo (parti riutilizzabili e parti consumabili)

QUESITO N. 13

DOMANDA: lotto 1 - documentazione tecnica: richiedere la destinazione d'uso per ciascun materiale di consumo e per i motorizzati (si intende tipo di chirurgia).

RISPOSTA:

Handwritten signature/initials



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Si conferma capitolato tecnico

QUESITO N. 14

DOMANDA: lotto 1 – paragrafo 10, parametro qualità 7: si chiede di verificare se quando si scrive motore non si voglia intendere invece manipolo (cioè terminale che aggancia le frese da un lato e il micromotore brushless a filo dall'altro).

RISPOSTA:

Manipolo e motore possono essere considerati sinonimi

QUESITO N. 15

DOMANDA: lotto 1 – paragrafo 10, parametro qualità 8: si suggerisce di inserire la dicitura "sterili e monouso e/o pluriuso" al posto di sterile e monouso.

RISPOSTA:

Si conferma la previsione di materiale sterile e monouso

QUESITO N. 16

DOMANDA: lotto 1 – paragrafo 11, pagina 10, campionatura: si prega di precisare il significato di "punte per fori" indicando un codice "tipo" secondo il principio di equivalenza. Si tratta di referenza diversa da craniotomi e frese?

RISPOSTA:

Si intendono punte (eventualmente anche punte di craniotomo non protette) per foratura dell'osso attraverso cui fare passare i punti di sospensione durale 3.0

QUESITO N. 17

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

Handwritten signature and initials.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

DOMANDA: lotto 1 – paragrafo 11, pagina 10, campionatura: si prega di indicare un codice "tipo" secondo il principio di equivalenza. In particolare sarebbe utile conoscere diametro, lunghezza per perforatori, craniotomi e punta per fori e frese. Per le frese sarebbe utile anche conoscere granulometria (media, grossa, extra grossa, mega, per le diamantate), numero di taglienti (per il carburo di tungsteno e/o acciaio per frese multilama taglienti).

RISPOSTA:

Per la campionatura si intende diamantate con granulometria media 4 mm, perforatori per adulti, frese taglienti.

QUESITO N. 18

DOMANDA: lotto 2– paragrafo 4, pagina 4: si prega di indicare "rubinetto ad almeno 2 vie" per garantire che la concorrenza sia aperta a più aziende.

RISPOSTA:

Si modifica la descrizione nella seguente: distalmente al rubinetto a 2 vie al reservoir e a 3 vie prossimalmente al reservoir.

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo del committente (www.acquistiligura.it).

Dr. Luigi Moreno Costa

Sig. Sergio Righetti