

Galli

Centrale Regionale di Acquisto

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Silvia SIMONETTI tel. 010/4102214

e-mail: silvia.simonetti@villascassi.it

Funzionario referente: Ilma PORCU tel. 010/4102350

e-mail: ilma.porcu@villascassi.it

SS
Porcu

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre. Lotti n° 8

Verbale di valutazione della documentazione tecnica presentata dalle Ditte offerenti

Il giorno ventidue di Luglio dell'anno duemiladieci, alle ore 9,30 presso la Sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), si è riunita, in seduta non pubblica, la Commissione Giudicatrice della "Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria", nominata con deliberazione n. 42 del 28/06/2010, ai sensi - in analogia - e per gli effetti dell'art. 84 D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativamente al parametro qualità.

Sono presenti i Sigg.:

➤ LAVAGNINO	Prof. Giorgio	Direttore, U.O. Chirurgia Plastica, A.S.L. 3 "Genovese" A.O. Villa Scassi	Presidente
➤ BORMIOLI	Dott. Mariano	Direttore, S.C. Chirurgia Plastica e Maxillo Facciale, Ospedale S. Corona, A.S.L. 2 "Savonese"	Componente
➤ GALLI	Dott. Angelo	Dirigente Medico, S.C. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, I.S.T.	Componente

Sono altresì presenti la dott.ssa Silvia Simonetti, Dirigente della Centrale Regionale di Acquisto, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione, assistita dal Collaboratore Amm.vo Esperto della Centrale Regionale di Acquisto, Ilma Porcu.

Il Presidente dà lettura delle risultanze di idoneità delle documentazioni amministrative presentate dalle Ditte offerenti esaminate, in seduta pubblica, il 13 Luglio u.s..

A seguito di tale verifica risultano ammesse alla verifica delle documentazioni tecniche le sottoindicate Ditte:

REGIONE LIGURIA
Consorzio
Centrale Regionale Acquisti

REGISTRO UFFICIALE

Consorzio Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Corso Scassi, 1 - 16149 Genova - C.F. e P.I. 01829030996

Tel +39 010 4102336 - Fax +39 010 4102337

Protocollo n. 650

del 22/07/2010

Ditta	Note	Lotti per i quali viene presentata offerta
ALLERGAN spa	Idonea	1-2-3-4-5-7
A.M.-MEDICA srl	Idonea	1-2-4
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	Idonea	1-2-3-4-5
MEDICAL INSTRUMENTS spa	Idonea	8
VE.DI.SE. HOSPITAL spa	Idonea	1-2-3-4-6

La Commissione giudicatrice dà preliminarmente atto che sono stati ammesse al prosieguo della procedura tutte le Ditte concorrenti e che la ditta VE.DI.SE. HOSPITAL spa, sorteggiata ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs 163/2006, informata con nota prot. n. 579 del 07/07/2010 dell'esito del sorteggio ha prodotto con nota del 14/07/2010 - acquista agli atti con prot. n. 618 del 15/07/2010 - la documentazione richiesta a pena di esclusione e più precisamente:

- estratto dei bilanci dal quale si evinca il fatturato degli esercizi 2007-2008-2009.
- documentazione probatoria relativa alle principali forniture eseguite negli ultimi tre anni 2007-2008-2009.

In considerazione del positivo assolvimento degli adempimenti amministrativi la Commissione decide di passare all'esame della documentazione tecnica.

La Commissione prende atto che il Disciplinare di gara ed i relativi allegati prevedono che la procedura verrà esperita con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponderando perciò l'elemento prezzo con li parametri di qualità definiti in sede di Capitolato Tecnico e che ai parametri di qualità sono assegnati in ogni lotto 60 punti.

Prima di procedere all'apertura delle buste sigillate contenenti la documentazione tecnica la Commissione prende atto che gli Uffici della Centrale sulla base del Capitolato tecnico (Sezione A del Disciplinare di gara) hanno predisposto apposite schede ove appuntare i dati tecnici essenziali risultanti dall'esame della documentazione e relativi punteggi.

I parametri di valutazioni e punteggi erano stati integralmente definiti in sede di bando di gara, ai sensi dell'art. 83 comma 4 D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 1 comma 1, lett. u) D.Lgs 11/09/2008, n. 152.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei plichi pervenuti e procede ad aprire gli stessi ed accerta che in tutti i plichi sia presente la "BUSTA n. 3 – DOCUMENTAZIONE TECNICA" richiesta dal Disciplinare di gara.

I convenuti prendono atto che per ciascuna Ditta sono state predisposte apposite schede, allegate al presente verbale nel quale parte integrante e sostanziale (PROSPETTO A), riportanti l'elenco della documentazione tecnica richiesta, a pena di esclusione.

La Commissione per razionalizzare i propri lavori stabilisce di:

- verificare per ciascuna Ditta e per ciascun singolo lotto dalla stessa offerto la corretta presentazione della documentazione tecnica verificando siano presenti le "Caratteristiche tecniche indispensabili a pena di esclusione".

Tali operazioni vengono verbalizzate nel PROSPETTO A.

In mancanza di tali caratteristiche non si procederà alla valutazione degli item di punteggio.

Centrale Regionale di Acquisto

- passare quindi ad esaminare accuratamente (anche più di una volta se del caso) la documentazione tecnica presentata per ciascun lotto da ciascun concorrente al fine di attribuire il punteggio qualitativo.
Si effettuerà prima la verifica sulle offerte del lotto 1, successivamente quella sulle offerte del lotto 2 e così di seguito.
Verrà appuntato, contestualmente all'esame della documentazione, sul PROSPETTO B, all'uopo predisposto, per ciascuna Ditta:
 - il punteggio attribuito a ciascun item (colonna 3 della scheda)
 - verrà determinato, alla fine della valutazione tecnica della documentazione di ogni lotto, il punteggio ottenuto da ciascuna mediante la sommatoria dei punti attribuiti per singolo item qualitativo.

Alle ore 9,35 inizia l'esame della verifica della sussistenza della documentazione tecnica comune a tutti i lotti.

Completata positivamente la verifica si passa alla valutazione delle offerte dei singoli lotti, a partire dal lotto n. 1.

La verifica dei lotti da 1 a 8 viene completata alle ore 13,00.

La Commissione procede pertanto a riesaminare lotto per lotto le valutazioni effettuate. Valutazioni, rilievi, cause di esclusione sono riportate nelle singole schede costituenti parte integrante e sostanziale del presente verbale.


La Commissione sospende i lavori per riprenderli dopo alcuni minuti, una volta convocati i rappresentanti delle Ditte ammesse al prosieguo della gara, per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La seduta termina alle ore 13,45.

Letto, confermato e sottoscritto.


Presidente:

LAVAGNINO Prof. Giorgio



Componenti:

BORMIOLI Dott. Mariano



GALLI Dott. Angelo



Segretario:

SIMONETTI Dott.ssa Silvia



Dirigente Responsabile: Dott.ssa Silvia SIMONETTI tel. 010/4102214
e-mail: silvia.simonetti@villascaassi.it
Funzionario referente: Irma PORCU tel. 010/4102350
e-mail: irma.porcu@villascaassi.it

PROSPETTO A

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre. Lotti n° 8

Valutazione della documentazione tecnica presentata dalle Ditte offerenti

DITTA:

ALLERGAN spa

- Scheda tecnica (come da fac-simile previsto dal Disciplinare di gara) redatta in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della Ditta

LOTTO 1 *conforme*

LOTTO 2 *conforme*

LOTTO 3 *conforme*

LOTTO 4 *conforme*

LOTTO 5 *conforme*

LOTTO 7 *conforme*

- Catalogo illustrato, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B", in base alle quali sarà attribuito il punteggio di qualità

LOTTO 1 *conforme*

LOTTO 2 *conforme*

LOTTO 3 *conforme*

LOTTO 4 *conforme*

LOTTO 5 *conforme*
 LOTTO 7 *conforme*

➤ Copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42.

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 3 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*
 LOTTO 5 *conforme*
 LOTTO 7 *conforme*

➤ Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006.

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 3 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*
 LOTTO 5 *conforme*
 LOTTO 7 *conforme*

➤ Codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio relativo alle "Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 3 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*
 LOTTO 5 *conforme*
 LOTTO 7 *conforme*

➤ Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*

Centrale Regionale di Acquisto

LOTTO 3 *Carbone*LOTTO 4 *Carbone*LOTTO 5 *Carbone*LOTTO 7 *Carbone**Call**1/2**Ben*
SS

DITTA:

A.M. - MEDICA srl

- Scheda tecnica (come da fac-simile previsto dal Disciplinare di gara) redatta in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della Ditta

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*

- Catalogo illustrato, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B", in base alle quali sarà attribuito il punteggio di qualità

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*

- Copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*

- Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006

LOTTO 1
 LOTTO 2
 LOTTO 4

*non
presente*

- Codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio relativo alle "Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*

Centrale Regionale di Acquisto

- Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore.

LOTTO 1

confine

LOTTO 2

confine

LOTTO 4

confine

DITTA:

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa

- Scheda tecnica (come da fac-simile previsto dal Disciplinare di gara) redatta in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della Ditta

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 3 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*
 LOTTO 5 *conforme*

- Catalogo illustrato, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B", in base alle quali sarà attribuito il punteggio di qualità

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 3 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*
 LOTTO 5 *conforme*

- Copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 3 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*
 LOTTO 5 *conforme*

- Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*

Centrale Regionale di Acquisto

LOTTO 3 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*
 LOTTO 5 *conforme*

- Codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio relativo alle "Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 3 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*
 LOTTO 5 *conforme*

- Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 3 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*
 LOTTO 5 *conforme*

Handwritten signatures and initials:
 / K Calli
 BB
 SS

DITTA:

MEDICAL INSTRUMENTS spa

- Scheda tecnica (come da fac-simile previsto dal Disciplinare di gara) redatta in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della Ditta

LOTTO 8

conforme

- Catalogo illustrato, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B", in base alle quali sarà attribuito il punteggio di qualità

LOTTO 8

conforme

- Copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42

LOTTO 8

conforme

- Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006

LOTTO 8

conforme

- Codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio relativo alle "Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi

LOTTO 8

conforme

- Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore

LOTTO 8

conforme

all -
SS

DITTA:

VE.DI.SE. HOSPITAL spa

- Scheda tecnica (come da fac-simile previsto dal Disciplinare di gara) redatta in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della Ditta

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 3 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*
 LOTTO 6 *conforme*

- Catalogo illustrato, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B", in base alle quali sarà attribuito il punteggio di qualità

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 3 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*
 LOTTO 6 *conforme* *Call*

- Copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 3 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme*
 LOTTO 6 *conforme* *Free*

- Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006

LOTTO 1 *conforme*
 LOTTO 2 *conforme*
 LOTTO 3 *conforme*
 LOTTO 4 *conforme* *1/2*

LOTTO 6 conforme

- Codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio relativo alle "Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi"

LOTTO 1 conforme

LOTTO 2 conforme

LOTTO 3 conforme

LOTTO 4 conforme

LOTTO 6 conforme

- Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore

LOTTO 1 conforme

LOTTO 2 conforme

LOTTO 3 conforme

LOTTO 4 conforme

LOTTO 6 conforme

Handwritten notes:
 all
 58

Centrale Regionale di Acquisto

Dirigente Responsabile Dott.ssa Silvia SIMONETTI tel. 010/4102214

e-mail: silvia.simonetti@villascassi.it

Funzionario referente: Ilma PORCU tel. 010/4102350

e-mail: ilma.porcu@villascassi.it

PROSPETTO B

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre. Lotti n° 8

Valutazione tecnico qualitativa

DITTA:

ALLERGAN spa

LOTTO 1

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica)

max 60 punti

Criteria specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. qualità dell'involucro esterno e della testurizzazione	0 - 20	16
2. qualità del gel di silicone	0 - 20	20
3. varietà di scelta di profili e volumi	0 - 20	14
TOTALE PUNTEGGIO		50

LOTTO 2

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica)

max 60 punti

Criteria specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. qualità dell'involucro esterno in silicone	0 - 20	16
2. qualità e varietà della coesività del gel di silicone	0 - 20	18
3. varietà di scelta dei profili, dei volumi e delle forme	0 - 20	20
TOTALE PUNTEGGIO		54

Call
1/4
SS

LOTTO 3

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica) **max 60 punti**
 Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. qualità dell'involucro esterno	0 - 20	20
2. qualità della testurizzazione	0 - 20	16
3. profilo e tenuta del sistema valvolare integrato	0 - 20	20
TOTALE PUNTEGGIO		56

LOTTO 4

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica) **max 60 punti**
 Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. caratteristiche dell'elastomero di silicone	0 - 20	14
2. caratteristiche di sicurezza della valvola	0 - 20	10
3. disponibilità di varietà di forme	0 - 20	20
TOTALE PUNTEGGIO		44

LOTTO 5

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica) **max 60 punti**
 Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. caratteristiche del sistema valvolare a distanza	0 - 20	20
2. caratteristiche del gel di silicone	0 - 10	7
3. caratteristiche della superficie testurizzata	0 - 10	6
4. varietà di scelta di profili e volumi	0 - 20	20
TOTALE PUNTEGGIO		53

LOTTO 7 - ESCLUSIVO

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica) max 60 punti
 Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
<small>Colonna 1</small>	<small>Colonna 2</small>	<small>Colonna 3</small>
1. qualità dell'involucro esterno in silicone	0 - 20	20
2. qualità e varietà della coesività del gel di silicone	0 - 20	20
3. varietà di scelta dei profili, dei volumi e delle forme	0 - 20	20
TOTALE PUNTEGGIO		60

10/11/2011

Alberini

DITTA:

A.M. - MEDICA srl**LOTTO 1**

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica) **max 60 punti**
 Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. qualità dell'involucro esterno e della testurizzazione	0 - 20	18
2. qualità del gel di silicone	0 - 20	20
3. varietà di scelta di profili e volumi	0 - 20	11,8
TOTALE PUNTEGGIO		49,8

LOTTO 2

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica) **max 60 punti**
 Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. qualità dell'involucro esterno in silicone	0 - 20	16
2. qualità e varietà della coesività del gel di silicone	0 - 20	16
3. varietà di scelta dei profili, dei volumi e delle forme	0 - 20	7,1
TOTALE PUNTEGGIO		39,1

LOTTO 4

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica) **max 60 punti**
 Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. caratteristiche dell'elastomero di silicone	0 - 20	20
2. caratteristiche di sicurezza della valvola	0 - 20	20
3. disponibilità di varietà di forme	0 - 20	17,5
TOTALE PUNTEGGIO		57,5

DITTA:

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa**LOTTO 1**

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica) max 60 punti
 Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. qualità dell'involucro esterno e della testurizzazione	0 - 20	18
2. qualità del gel di silicone	0 - 20	14
3. varietà di scelta di profili e volumi	0 - 20	14
TOTALE PUNTEGGIO		46

LOTTO 2

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica) max 60 punti
 Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. qualità dell'involucro esterno in silicone	0 - 20	18
2. qualità e varietà della coesività del gel di silicone	0 - 20	16
3. varietà di scelta dei profili, dei volumi e delle forme	0 - 20	13
TOTALE PUNTEGGIO		47

LOTTO 3

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica) max 60 punti
 Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. qualità dell'involucro esterno	0 - 20	20
2. qualità della testurizzazione	0 - 20	8
3. profilo e tenuta del sistema valvolare integrato	0 - 20	10
TOTALE PUNTEGGIO		38

LOTTO 4

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica)		max 60 punti
Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa		
CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. caratteristiche dell'elastomero di silicone	0 - 20	20
2. caratteristiche di sicurezza della valvola	0 - 20	20
3. disponibilità di varietà di forme	0 - 20	10
TOTALE PUNTEGGIO		50

LOTTO 5

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica)		max 60 punti
Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa		
CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. caratteristiche del sistema valvolare a distanza	0 - 20	20
2. caratteristiche del gel di silicone	0 - 10	10
3. caratteristiche della superficie testurizzata	0 - 10	10
4. varietà di scelta di profili e volumi	0 - 20	12,15
TOTALE PUNTEGGIO		52,2

Handwritten signatures and initials:
 Call
 1/27
 Ben
 SS

DITTA:

MEDICAL INSTRUMENTS spa**LOTTO 8 - ESCLUSIVO****SCHEDA**

(Riservata alla Commissione Tecnica)

max 60 punti

Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. caratteristiche del gel	0 - 30	30
2. qualità dell'involucro esterno in silicone	0 - 30	30
	TOTALE PUNTEGGIO	60

W. Ben
SS

DITTA:

VE.DI.SE. HOSPITAL spa**LOTTO 1****SCHEDA** (Riservata alla Commissione Tecnica) **max 60 punti**

Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. qualità dell'involucro esterno e della testurizzazione	0 - 20	16
2. qualità del gel di silicone	0 - 20	14
3. varietà di scelta di profili e volumi	0 - 20	16,9
TOTALE PUNTEGGIO		46,9

LOTTO 2**SCHEDA** (Riservata alla Commissione Tecnica) **max 60 punti**

Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. qualità dell'involucro esterno in silicone	0 - 20	8
2. qualità e varietà della coesività del gel di silicone	0 - 20	20
3. varietà di scelta dei profili, dei volumi e delle forme	0 - 20	15,9
TOTALE PUNTEGGIO		43,9

LOTTO 3**SCHEDA** (Riservata alla Commissione Tecnica) **max 60 punti**

Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa

CRITERI VALUTATIVI	RANGE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
1. qualità dell'involucro esterno	0 - 20	10
2. qualità della testurizzazione	0 - 20	8
3. profilo e tenuta del sistema valvolare integrato	0 - 20	10
TOTALE PUNTEGGIO		28

Call

/ 27

H. Ben SS

LOTTO 4

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica)		max 60 punti
Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa		
CRITERI VALUTATIVI <small>Colonna 1</small>	RANGE PUNTEGGIO <small>Colonna 2</small>	PUNTEGGIO ATTRIBUITO <small>Colonna 3</small>
1. caratteristiche dell'elastomero di silicone	0 - 20	20
2. caratteristiche di sicurezza della valvola	0 - 20	20
3. disponibilità di varietà di forme	0 - 20	10
TOTALE PUNTEGGIO		50

LOTTO 6

SCHEDA (Riservata alla Commissione Tecnica)		max 60 punti
Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione Tecnica per la valutazione relativa		
CRITERI VALUTATIVI <small>Colonna 1</small>	RANGE PUNTEGGIO <small>Colonna 2</small>	PUNTEGGIO ATTRIBUITO <small>Colonna 3</small>
1. orientamento linea di reperi	0 - 30	30
2. varietà di altezze e di proiezioni	0 - 30	30
TOTALE PUNTEGGIO		60




 SS

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre. Lotti n° 8

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PUNTEGGIO DI QUALITA'

LOTTI	Ditta ALLERGAN spa	Ditta A.M.-MEDICA srl	Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa	Ditta MEDICAL INSTRUMENTS spa	Ditta VE.DI.SE. HOSPITAL spa
1	50	49,8	46		46,9
2	54	39,1	47		43,9
3	56		38		28 NON AMMESSA
4	44	57,5	50		50
5	53		52,2		
6					60
7 esclusivo	60				
8 esclusivo				60	

