



Sistema Sanitario Regione Liguria

**AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO**

Genova, data del protocollo

Dirigente Responsabile RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA

Funzionario Referente: Dott. Riccardo Capitani

**GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FILTRI ACQUA PER LEGIONELLA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LIGURIA, PER UN PERIODO DI MESI 36 (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI).**

**LOTTO UNICO - NUMERO GARA: 6807653 - CIG: 7155565F06.**

**VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

Il giorno 28/05/2018, alle ore 09,42 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di aggiudicazione della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 459 del 14/12/2017, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione di aggiudicazione:

Dott. MENTORE	Bruno	ASL 4	in qualità di Presidente
Dott.ssa DE FLORENTIIS	Daniela	San Martino	in qualità di Componente
Dott.ssa FEDERA	Francesca	ASL 3	in qualità di Componente

E' presente l'Ufficiale Rogante della Centrale, dott. Mauro VESTRI.

Sono presenti altresì il dott. Luigi Moreno COSTA, Dirigente RUP della procedura, ed il dott. Riccardo Capitani, Collaboratore amministrativo della Centrale.

La seduta è pubblica.

In rappresentanza delle Ditte offerenti sono presenti i Signori:

NOMINATIVO	DITTA
Aglisi Massimo	BIOH

Boccaccio Andrea

GADOMED

Il Presidente dà preliminarmente atto che, come risultante dal Verbale della seduta riservata, prot. 2823 del 13/02/2018, sono state escluse le seguenti Ditte, e che le stesse esclusioni sono state tempestivamente notificate via PEC alle Ditte interessate, ai sensi di legge, come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:


DITTA	DATA ESCLUSIONE	DATA NOTIFICA	PROT.
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.	13/02/2018	13/02/2018	2852
ACQUA SU MISURA S.R.L.	13/02/2018	13/02/2018	2853
STERIMED S.R.L.	13/02/2018	13/02/2018	2854
BIOH FILTRAZIONE S.R.L.	13/02/2018	13/02/2018	2855
SAPIO LIFE S.R.L.	13/02/2018	13/02/2018	2856

La Commissione richiamato il proprio Verbale di seduta riservata prot. 4859 del 12/03/2018, con il quale, valutata l'istanza di autotutela di BIOH, confermava l'esclusione della relativa offerta, prende atto che BIOH ha proposto ricorso nanti il TAR Liguria, notificato ad ALISA con prot. 5218 del 15/03/2018, per l'annullamento, previa sospensione incidentale dell'efficacia, della nota prot. n. 2855 del 13/2/2018, della nota prot. n. 4902 del 12/3/2018, nonché, per quanto occorra e per quanto di ragione, del Capitolato tecnico, nonché per il risarcimento dei danni ingiustamente subiti dalla ricorrente per effetto dei suddetti provvedimenti, in relazione alla procedura di gara per la fornitura di "Filtri acqua per legionella", e che ALISA si è costituita in giudizio con Determinazione n. 112 del 22/03/2018. La Commissione prende altresì atto dell'Ordinanza TAR Liguria N. 00088/2018 REG.PROV.CAU, N. 00197/2018 REG.RIC del 11/04/2018, con la quale lo stesso TAR Liguria dispone l'ammissione con riserva della ricorrente BIOH al prosieguo della procedura di gara, e fissa la trattazione di merito del ricorso alla pubblica udienza del 30 maggio 2018.

La Commissione dà altresì atto delle risultanze della riunione riservata del 15/05/2018, con la quale sono stati attribuiti i punteggi di qualità alle Ditte BIOH e GADOMED, di cui al Verbale prot. 9215 del 15/05/2015.

Le risultanze dei punteggi relativi sia alla qualità che al prezzo sono indicate nelle apposite tabelle, allegate al presente Verbale quali parti integranti e sostanziali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione provvederà quindi all'apertura delle buste economiche in seduta pubblica, al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto.





# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Il Presidente dà atto altresì che i Verbali delle sedute pubbliche sono stati pubblicati sul sito internet della Centrale, mentre i Verbali delle sedute riservate saranno allegati quali parti integranti e sostanziali alla Determinazione di aggiudicazione.

Il RUP puntualizza che le buste economiche sono state custodite in luoghi idonei provvisti di serratura.

A questo punto il Presidente invita i rappresentanti delle Ditte a verificare l'integrità delle singole buste.

Il RUP e il Presidente della Commissione di aggiudicazione domandano ai presenti se hanno qualcosa da eccepire sull'esito della custodia dei plichi. I designati e gli altri presenti confermano l'integrità del plico e delle singole buste, nulla avendo da eccepire sugli esiti di custodia dei plichi.

Il RUP invita i presenti a controllare l'integrità del plico. Si presentano i Sigg. Aglisi e Boccaccio che confermano l'integrità del Plico.

Il Presidente ricorda altresì che, pena esclusione dalla gara, i prezzi proposti dovranno essere per ciascun prodotto uguali o migliori rispetto ai prezzi base indicati.

Ciò determinato, previa positiva verifica della integrità del plico contenente le buste di offerta economica e regolarità delle buste e dei sigilli apposti sulle singole buste, il RUP procede all'operazione d'apertura dell'offerta economica (busta n. 2) e alla verifica della presenza degli elementi previsti dal Disciplinare di gara.

Indi la Commissione procede come segue:

1. Alla lettura dei punteggi qualità conseguiti in base alle risultanze di cui al Verbale prot. 9215 del 15/05/2015;
2. Alla lettura dei prezzi proposti dai concorrenti sopra indicati (in caso di difformità nell'offerta tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la Centrale).
3. A dichiarare i punteggi conseguiti per la qualità e per il prezzo, nonché i rispettivi punteggi finali.

Per quanto sopra esposto, emergono le risultanze indicate nelle apposite tabelle, allegate al presente Verbale quali parti integranti e sostanziali.

Verificati gli esiti dei punteggi conseguiti, la Commissione giudicatrice dichiara quale migliore offerente la Ditta GADOMED. Copia delle offerte economiche viene allegata al presente Verbale, quale parte integrante e sostanziale.

La Commissione concluse le operazioni rimette pertanto il presente Verbale alla Centrale.

La seduta è tolta alle ore 10,00.

Letto, confermato e sottoscritto,

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997 ----- Pag. 3 di 4

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563


MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it)

PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

Genova, 28/05/2018

La Commissione Giudicatrice:

PRESIDENTE: Dott. Bruno MENTORE




Componente: Dott.ssa Daniela DE FLORENTIIS



Componente: Francesca FEDERA




Ufficiale Rogante: Dott. Mauro VESTRI




---

*Personale amministrativo della Centrale presente alla seduta:*

Dirigente RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA



Funzionario Referente: Dr. Riccardo Capitani



FILTRI PER LEGIONELLA LOTTO UNICO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BIOH	GADOMED						ANNOTAZIONI / MOTIVAZIONI
Requisiti essenziali				NON IDONEA AMMESSA CON RISERVA (ORDINANZA TAR LIGURIA 88/2019)	IDONEA						
1) Modalità di confezionamento tale da garantire il mantenimento della sterilità dei filtri, anche durante le fasi di trasporto, stoccaggio, et similia.	3	Q1	MENTORE	1,000	3,000						GADOMED: PRESENTA UNA DICHIARAZIONE AL PUNTO (4F) INTERAMENTE DEDICATA GARANTENDO LA STERILITÀ E LA STABILITÀ FISICA DURANTE LE FASI TRASPORTO E STOCCAGGIO.  BIOH: ALL'INTERNO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI DOCUMENTO (B8) RIPORTA UN PARAGRAFO IN CUI NON FORNISCE GARANZIE ESPRESSE SUL MANTENIMENTO DELLA STERILITÀ.
			DE FLORENTIIS	1,000	3,000						
			FEDERA	1,000	3,000						
			Media coefficienti	1,000	3,000						
			riportata a 1	0,333	1,000						
Punteggio	1,000	3,000									
2) Progettazione e produzione dei filtri con sistemi di qualità certificata ISO	6	Q5	SI/NO	SI	SI						
			Punteggio	6,000	6,000						
3) Certificazione prodotta dal fabbricante sulla base di test effettuati da laboratori accreditati attestante l'assenza di contaminazione retrograda, per tutta la durata d'impiego del filtro, in ogni caso per un periodo non inferiore a 31 giorni	3	Q5	SI/NO	NO	SI						BIOH: IN CODA A M1 E' PRESENTE UN DOCUMENTO - SCHEDA TECNICA ATTESTANTE LA PROTEZIONE DA CONTAMINAZIONE RETROGRADA, CHE NON PRESENTA TEST DA PARTE DI LABORATORI ACCREDITATI.
			Punteggio	0,000	3,000						GADOMED: SCHEDA TECNICA (4D) PRESENTA UNO STUDIO EFFETTUATO DA SOCIETÀ ACCREDITATA
4) Portata minima certificata superiore a 5 l/min (per il periodo di utilizzo) misurata a 3 Bar per rubinetto.	6	Q3	PORTATA	10,200	13,100	BASE	MIN	MAX			
			Coefficienti	0,842	1,000	5,000	10,200	13,100			
			Punteggio	3,852	6,000						
5) Portata minima certificata superiore a 10 l/min (per il periodo di utilizzo) a 3 Bar per doccia.	4	Q3	PORTATA	N.D.	13,100	BASE	MIN	MAX			
			Coefficienti	#VALORE!	1,000	10,000	13,100	13,100			
			Punteggio	0,000	4,000						BIOH: NON E' POSSIBILE ATTRIBUIRE UN PUNTEGGIO SUL PUNTO 5, PERCHE' NON È CERTIFICATA LA PORTATA MINIMA DEL FILTRO DOCCIA ALLA PRESSIONE DI 3 BAR. LA SCHEDA DI VALIDAZIONE AL PUNTO 7 TESTA IL FLUSSO A DIFFERENTI PRESSIONI DELL'ACQUA IN INGRESSO SOLO PER IL MODELLO WFLC2-DPSHF2210 CHE CORRISPONDE AL FILTRO RUBINETTO.
6) Pressione massima d'esercizio certificata da laboratori accreditati superiore a 3 Bar (per il periodo di utilizzo).	4	Q3	PORTATA	N.D.	ND.	BASE	MIN	MAX			
			Coefficienti	#VALORE!	#VALORE!	3,000	0,000	0,000			
			Punteggio	0,000	0,000						NESSUNA DELLE 2 DITTE PRESENTAVA TEST DA PARTE DI LABORATORI ACCREDITATI.
7) Temperatura massima d'esercizio certificata da laboratori accreditati superiore a 60°.	5	Q3	TEMPERATURA	N.D.	ND.	BASE	MIN	MAX			
			Coefficienti	#VALORE!	#VALORE!	60,000	0,000	0,000			
			Punteggio	0,000	0,000						NESSUNA DELLE 2 DITTE PRESENTAVA TEST DA PARTE DI LABORATORI ACCREDITATI.
8) Durata (espressa in giorni) di esercizio del filtro maggiore di 31 giorni, senza decadimento delle prestazioni.	5	Q3	DURATA	62	62	BASE	MIN	MAX			
			Coefficienti	1,000	1,000	31,000	62,000	62,000			
			Punteggio	5,000	5,000						ENTRAMBE LE DITTE DICHIARANO UNA DURATA PARI A 62 GIORNI
9) Dichiarazione del fabbricante, rilasciata in conformità alla normativa europea da laboratorio accreditato e certificato, attestante l'efficacia del filtro alla rimozione di Brevundimonas diminuta e dei batteri Pseudomonas spp., Legionella spp, e Aspergillus spp.	10	Q5	SI/NO	NO	SI						BIOH: LA DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA VALIDA IN QUANTO È RIFERITA AD UN FILTRO GENERICO, INOLTRE LO STUDIO ALLEGATO NON TESTA BREVUNDIMONAS, LEGIONELLA, PSEUDOMONAS.
			Punteggio	0,000	10,000						GADOMED: PRESENTA LA DICHIARAZIONE DI UN LABORATORIO ACCREDITATO (LAB ANALYSIS, V. PUNTO 1D) CHE ATTESTA LA RIMOZIONE DI BREVUNDIMONAS DIMINUTA E PRESENTA UN CERTIFICATO DI GARANZIA DELLE PRESTAZIONI 1P CHE ATTESTA L'EFFICACIA SUGLI ALTRI MICROORGANISMI DI CUI AL PUNTO 9.
10) Dichiarazione del fabbricante, rilasciata in conformità alla normativa europea da laboratorio accreditato e certificato, attestante che il filtro, durante il periodo di esercizio, non rilascia sostanze o residui chimici che possano alterare la composizione dell'acqua diminuta e dei batteri Pseudomonas spp., Legionella spp, e Aspergillus spp.	4	Q5	SI/NO	NO	NO						
			Punteggio	0,000	0,000						ENTRAMBE LE DITTE NON PRODUCONO UNA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA LABORATORIO ACCREDITATO E CERTIFICATO.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

FILTRI PER LEGIONELLA LOTTO UNICO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BIOH	GADOMED					ANNOTAZIONI / MOTIVAZIONI	
11) Installazione dei filtri in un tempo inferiore alle 24 ore solari dalla richiesta.	4	Q4	TEMPO (ORE)	N.D.	1,250	BASE GARA	VALORE MINIMO			BIOH: NON SPECIFICA LA TEMPSTICA RICHIESTA	
			Coefficienti	#VALORE!	1,000	24,000	1,250				
			Punteggio	0,000	4,000						
12) Gestione dei filtri richiesti in caso di emergenza in un tempo inferiore alle 12 ore solari dalla richiesta.	4	Q4	TEMPO (ORE)	3,000	2,000	BASE GARA	VALORE MINIMO				
			Coefficienti	0,900	1,000	12,000	2,000				
			Punteggio	3,600	4,000						
13) Sistema informatico per la reportistica, fornito dalla Ditta aggiudicataria, capace di garantire l'invio e la conservazione "certificata e non modificabile" dei dati su PC, con possibilità di trasferimento dei dati ai sistemi informatici aziendali anche non dotati del software dedicato.	5	Q5	SINDO	SI	SI						
			Punteggio	5,000	5,000						
14) Controlli microbiologici di cui al punto 10) dei requisiti, su una percentuale di filtri superiore al 10%.	7	Q3	CONTROLLI (%)	20	25	BASE	MIN	MAX		GADOMED: PROPONE CONTROLLI MICROBIOLOGICI IN UNA PERCENTUALE PARI AL 25%, BIOH PARI AL 20%	
			Coefficienti	0,667	1,000	10,000	20,000	25,000			
			Punteggio	4,667	7,000						
Totale punteggio di qualità	70,000			29,119	57,000						
Totale punteggio di qualità riparametrato				35,760	70,000						
Prezzo offerto				€ 444.132,000	€ 840.960,000						
BASE ASTA (Prezzo 36 MESI-IVA esclusa)			€ 1.287.720,000								
Ribasso percentuale		Media Ribassi	50,102	65,510	34,694						
Punteggio offerta economica	30,00			30,000	15,844						
Punteggio totale	100,00			65,760	85,844						

M

SP

h

m. n. v.

Direzione: procedura aperta, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di FILTRI ACQUA PER LEGIONELLA

I prezzi offerti dovranno essere indicati con tre decimali													
FILTRO	Quantità	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	
	(m³)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	
FILTRO RUBINETTO	188	6.468	1.668	5.804	28.872	6.672	1.267.728,00	31.046	1.521.273,60	16.000	103.488,000	310.484,000	
FILTRO BOCCA	52	6.468	1.668	5.804	28.872	6.672	1.267.728,00	31.046	1.521.273,60	16.000	103.488,000	310.484,000	
FILTRO IN LINEA	52	6.468	1.668	5.804	28.872	6.672	1.267.728,00	31.046	1.521.273,60	16.000	103.488,000	310.484,000	
TOTALI		€ 428.240,00		€ 1.287.728,00		€ 1.716.880,00		€ 2.080.592,00		€ 148.044,000	€ 444.132,000	€ 592.176,000	
										IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO LOTTO (48 mesi + 1/5 obbligo) - IVA esclusa - IN LETTERE (EURO)		IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO LOTTO (48 mesi + 1/5 obbligo) - IVA esclusa - IN LETTERE (EURO)	
										€ 710.611,200		€ 710.611,200	

Offerta n° 1 del 06/09/2017

Nota: I prezzi offerti, prima esclusione, non potranno essere superiori alla base dasta indicata nel presente documento, nel MOD. A1 e negli altri atti di gara. In particolare costituiscono base dasta: i prezzi unitari di ogni componente, i prezzi unitari per m³ di acqua potabile, gli importi per periodo relativi ai periodi indicati per ciascuna tipologia di filtro, gli importi totali del lotto per ciascuno dei periodi indicati, nonché l'importo finale del lotto comprensibile al 115% di charge (overvalley).

Nota: Nell'offerta in cui il periodo minimo di esercizio del filtro offerto, sia migliore del 31 giorni minimi previsti dal Capitolato, dovrà comunque essere indicato l'importo mensile.

LE PRESENTI CONDIZIONI DI VENDITA SONO SOTTINTESA E SI RITERRANNO CHE IL CLIENTE HA ACCETTATO LE CONDIZIONI DI VENDITA E LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO DEL PREZZO OFFERTO, CON LA PRESENTAZIONE DEL PREZZO OFFERTO. (C.A. S. V. N. L. 113/1986 - art. 1459) (C.A. S. V. N. L. 113/1986 - art. 1459)

LE PRESENTI CONDIZIONI DI VENDITA SONO SOTTINTESA E SI RITERRANNO CHE IL CLIENTE HA ACCETTATO LE CONDIZIONI DI VENDITA E LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO DEL PREZZO OFFERTO, CON LA PRESENTAZIONE DEL PREZZO OFFERTO. (C.A. S. V. N. L. 113/1986 - art. 1459) (C.A. S. V. N. L. 113/1986 - art. 1459)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

DHA:  
BIOH FILTRAZIONE SRL  
P.IVA/CF: 09505370966  
Via T. Signorilli, 13 Cinisello Balsamo  
ITALIA

Produttore:  
HANGZHOU COBETTER FILTRATION EQUIPMENT Co., Ltd  
CNA

N. IDENTIFICATIVO DITTA: 3316390846  
15/F LONGHE INTERNATIONAL BUILDING No 1561 JIANGSHU ROAD, BINJIANG DISTRICT

Fabbricante:  
NUOVA SS SYSTEM SRL  
VIA DE VIZZI 90 CINISELLO BALSAMO  
P.IVA 0223180935  
ITALIA

BIOH FILTRAZIONE S.R.L.  
VIA T. SIGNORILLI n. 13  
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)  
P. IVA & C.F.: 09505370966



Pesidi chirurgici, elettromeccanici, assistenza tecnica  
Via Mome Zovatto, 29/1 - 16145 Genova Italy  
Tel: 010 362.93.55 - Fax: 010 31.38.36  
mail@gadomed.it - www.gadomed.it  
Part. I.V.A.: 02648250104

**ALLEGATO F2**

Numero gara: 6807653 - CIG: 715555F06 - LOTTO UNICO

Descrizione: procedura aperta, ai sensi dell'art. 80 DLgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di FILTRI ACQUA PER LEGIONELLA



Prezzi offerti dovranno essere indicati con tre cifre decimali																		
FILTRO RUBINETTO	Q212	6,488	€ 316.832,00	19,404	€ 950.798,00	25,672	€ 1.267.729,00	31,046	€ 1.521.273,60	€ 1.521.273,60	€ 32,000	€ 208.976,000	€ 220.928,000	€ 227.504,000	€ 258.472,000	€ 1.345.504,000	IMPORTO COMPRESSIVO OFFERTO LOTTO (48 mesi + 1/5 obbligo) -IVA esclusa- IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPRESSIVO OFFERTO LOTTO (48 mesi + 1/5 obbligo) -IVA esclusa- IN LETTERE (EURO)
FILTRO BOCCIA	GR212	1.698	€ 91.732,00	5,004	€ 245.198,00	6,672	€ 328.828,00	8,006	€ 392.313,60	€ 392.313,60	€ 32,000	€ 53.376,000	€ 140.128,000	€ 213.504,000	€ 258.192,000			
FILTRO IN LINEA	ADN	624	€ 30.976,00	1,672	€ 91.728,00	2,468	€ 122.304,00	2,995	€ 148.794,80	€ 148.794,80	€ 32,000	€ 19.968,000	€ 59.904,000	€ 79.872,000	€ 95.840,000			
<b>TOTALI</b>			<b>€ 423.540,00</b>		<b>€ 1.287.720,00</b>		<b>€ 1.716.860,00</b>		<b>€ 2.080.382,80</b>		<b>€ 32,000</b>	<b>€ 288.320,000</b>	<b>€ 640.960,000</b>	<b>€ 1.121.280,000</b>	<b>€ 1.345.504,000</b>			

Offerta n° 170FF-195 del 22 Settembre 2017

PRODUTTORE: **PALL NEWQUAY - Pall Manufacturing UK Ltd - St. Columb Major, Cornwall UK P.L. GB986525079**

Nota 1: I prezzi offerti, pena esclusione, non potranno essere superiori alla base d'asta indicata nel presente documento, nel MOD. A1 e negli altri atti di gara. In particolare costituiscono base d'asta: i prezzi unitari di ciascun filtro (filtro rubinetto, filtro doccia, filtro in linea), gli importi parziali riferiti ai fabbisogni relativi ai periodi indicati per ciascuna tipologia di filtro, gli importi totali del lotto per ciascuno dei periodi indicati, nonché l'importo finale del lotto comprendente il 1/5 d'obbligo (eventuale).

Nota: Nell'ipotesi in cui il periodo minimo di esercizio del filtro offerto, sia maggiore dei 31 giorni minimi previsti dal Capitolato, dovrà comunque essere indicato l'importo mensile.

La presente offerta è valida fino al 22/09/2017 alle ore 12:00 (in caso di mancata consegna) / per il presente lotto al paragrafo 2.1 (328.410 - IVA esclusa) (altrimenti l'offerta è nulla) (art. 211 del DLgs n. 50/2016).

La presente offerta è valida fino al 22/09/2017 alle ore 12:00 (in caso di mancata consegna) / per il presente lotto al paragrafo 2.1 (328.410 - IVA esclusa) (altrimenti l'offerta è nulla) (art. 211 del DLgs n. 50/2016).

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

**Dr. Fabio Patti**  
Amministratore Unico  
GADOMED S.R.L.

**22 SET. 2017**