



Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile RUP: Dott. Luigi Moreno Costa
Funzionario Referente: Dott. Riccardo Capitani

Gara a procedura aperta per la fornitura di “Filtri acqua per Legionella” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 36 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) – Lotto unico - Numero gara: 6807653 - CIG: 7155565F06.

Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata.

Il giorno 06/02/2018, alle ore 09,00 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D’Annunzio 64, 2° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione di aggiudicazione della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 459 del 14/12/2017 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

- ✓ Dott. Bruno Mentore - ASL 4;
- ✓ Dott.ssa Daniela De Florentiis - San Martino;
- ✓ Dott.ssa Francesca Federa - ASL 3;

La Commissione inizia con la disamina delle offerte per la verifica della presenza dei requisiti di idoneità, rilevando quanto segue:

ACQUA SU MISURA:

Nella scheda tecnica relativamente al filtroTSafe la Ditta stessa dichiara che è “prodotto in via di sviluppo” e che sarà disponibile nella versione non sterile dal 1° quadrimestre 2018 e nella versione sterile dal 2° quadrimestre 2018. Quanto sopra di fatto impedisce alla Commissione di potersi esprimere sul prodotto, in particolare in base alla suddetta dichiarazione dell’Offerente il prodotto offerto non risulterebbe esistente al momento della presentazione dell’istanza e della valutazione.

STERIMED:

Nella dichiarazione di efficacia dei filtri della Ditta MDI offerti da STERIMED sono citati i filtri CMK30-LS e DMK-30LS che vengono dichiarati monouso, antibatterici, terminali sterili, mentre non viene citato il filtro AseptiPrime KS il quale risulta essere, come riportato nella scheda tecnica, autoclavabile a 125° per 30’, mentre il capitolato richiede che tutti i filtri offerti siano monouso, sterili, non riprocessabili, dal che si evince la non conformità dell’offerta con i requisiti del capitolato stesso.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

AIR LIQUIDE:

la Commissione rileva che la ditta ha presentato come "filtro in linea" il filtro FILTRANIOS 2M, tuttavia non è stato possibile evincere dalla scheda tecnica se tale filtro sia o meno utilizzabile per "riuniti odontoiatrici" e per "vasche parto", come richiesto dal capitolato; pertanto la Commissione chiede che venga richiesto idoneo chiarimento alla ditta offerente, perché indichi in quale punto della documentazione presentata in offerta, ad esclusione di qualsivoglia integrazione, sia eventualmente possibile rinvenire tale precisazione.

La Commissione decide quindi di proseguire i lavori nella prossima seduta riservata del 13/02/2018, con inizio alle ore 9,00.

Il Presidente rassegna quindi il presente verbale agli atti della Centrale.

La seduta è tolta alle ore 12,35.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 06/02/2018

Presidente:	Dott. Bruno Mentore
Componente:	Dott.ssa Daniela De Florentiis
Componente:	Dott.ssa Francesca Federa
