



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile RUP: Dott. Luigi Moreno Costa
Funzionario Referente: Dott. Riccardo Capitani

Gara a procedura aperta per la fornitura di “Filtri acqua per Legionella” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 36 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) – Lotto unico - Numero gara: 6807653 - CIG: 7155565F06.

Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata.

Il giorno 13/02/2018, alle ore 09,15 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D’Annunzio 64, 2° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione di aggiudicazione della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 459 del 14/12/2017 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

- ✓ Dott. Bruno Mentore - ASL 4 - Presidente;
- ✓ Dott.ssa Daniela De Florentiis - San Martino - Componente;
- ✓ Dott.ssa Francesca Federa - ASL 3 - Componente;

La Commissione prende atto che, in base alle rilevazioni di cui al Verbale della precedente seduta riservata del 06/02/2018, gli Uffici della Centrale hanno provveduto a comunicare l’esclusione alle Ditte Sterimed (con prot. 2372 del 06/02/2018) ed Acqua su Misura (con prot. 2371 del 06/02/2018), nonché a formulare il seguente quesito, come richiesto dalla medesima Commissione, nei confronti di Air Liquide (con prot. 2342 e 2373 del 06/02/2018, fissando il termine per la risposta entro il 09/02/2018):

“la Commissione rileva che la ditta ha presentato come “filtro in linea” il filtro FILTRANIOS 2M, tuttavia non è stato possibile evincere dalla scheda tecnica se tale filtro sia o meno utilizzabile per “riuniti odontoiatrici” e per “vasche parto”, come richiesto dal capitolato; pertanto la Commissione chiede che venga richiesto idoneo chiarimento alla ditta offerente, perché indichi in quale punto della documentazione presentata in offerta, ad esclusione di qualsivoglia integrazione, sia eventualmente possibile rinvenire tale precisazione”, con indicazione tassativa per cui “le risposte fornite potranno essere prese in considerazione unicamente se riferite alla documentazione già presentata, non essendo ammissibili integrazioni di qualsiasi genere”.

La Commissione prende altresì atto che AIR LIQUIDE ha riscontrato entro il termine stabilito, con nota del 09/02/2018 agli atti con prot. 2655 del 12/02/2018.

La Commissione, preso atto e verificato il contenuto del chiarimento fornito da AIR LIQUIDE con nota del 09/02/2018 agli atti con prot. 2655 del 12/02/2018, valuta che dalla risposta fornita non sia dato evincere – nella relazione tecnica, così come indicato dalla Ditta, né l’adattabilità del filtro offerto ad uso di “filtro in linea” né una dichiarazione in merito; non è inoltre rinvenibile – né nella risposta, né nella documentazione


A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cr@pec.alisa.liguria.it

Sede operativa: Via G. D’Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

tecnica – la modalità di “adattabilità” di cui sopra. Il prodotto offerto non risulta pertanto corrispondente alle richieste del Capitolato quale “filtro in linea” essendo invece identificabile come un “filtro per rubinetto”.

Conseguentemente la Commissione, rilevata la non corrispondenza del prodotto offerto alle richieste del Capitolato tecnico in merito al “filtro in linea”, dichiara l’esclusione della Ditta AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.p.A. dalla procedura.

La Commissione prende atto inoltre che ACQUA SU MISURA S.R.L., con PEC del 09/02/2018 e relativi allegati, agli atti con prot. 2638 del 09/02/2018, ha proposto integrazioni documentali alla documentazione tecnica, motivando tale necessità con l’errata presentazione dei relativi documenti in sede di offerta, chiedendo la riammissione in gara.

La Commissione, valutata la nuova documentazione tecnica prodotta da Acqua su Misura con PEC del 09/02/2018, dà atto che la documentazione stessa non risulta presente nella documentazione tecnica presentata in sede di offerta, e costituisce chiaramente una integrazione dell’offerta stessa, per di più relativa ad un prodotto differente. Di conseguenza l’istanza di ACQUA SU MISURA non è accoglibile allo stato del procedimento, in quanto palese integrazione, sostanziale e non meramente accessoria o dimostrativa, dell’offerta tecnica, come tale eccedente rispetto alle finalità del soccorso istruttorio o di altri istituti giuridicamente riconosciuti, in base a quanto disciplinato dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara. Conseguentemente la Commissione giudicatrice conferma l’esclusione della ditta ACQUA SU MISURA S.R.L., come già comunicato dalla Centrale con prot. 2371 del 06/02/2018.

La Commissione prende atto altresì dell’istanza di riammissione formulata da STERIMED con nota PEC del 09/02/2018, comprensiva di dichiarazione allegata circa le caratteristiche tecniche del filtro offerto, agli atti con prot. 2673 del 12/02/2018.

La Commissione, valutata la nuova documentazione tecnica prodotta da STERIMED con nota del 09/02/2018 agli atti con prot. 2673 del 12/02/2018, dà atto che la documentazione fornita non risulta presente nella documentazione tecnica presentata in sede di offerta, e costituisce chiaramente un’integrazione dell’offerta stessa. Di conseguenza l’istanza di STERIMED non è accoglibile allo stato del procedimento, in quanto palese integrazione, sostanziale e non meramente accessoria o dimostrativa, dell’offerta tecnica, come tale eccedente rispetto alle finalità del soccorso istruttorio o di altri istituti giuridicamente riconosciuti, in base a quanto disciplinato dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara.


Conseguentemente la Commissione giudicatrice conferma l’esclusione della ditta STERIMED SRL, come già comunicato dalla Centrale con prot. 2372 del 06/02/2018.

La Commissione decide quindi di passare all’esame delle caratteristiche di idoneità delle altre Ditte offerenti.

BIOH FILTRAZIONE S.R.L.

Il Capitolato tecnico al Punto B richiede che il certificato di conformità rilasciato dal fabbricante attesti la rimozione di *Brevundimonas diminuta*. Tale requisito non è presente nella dichiarazione di conformità presentata dal fabbricante, ma è riportato nella guida di validazione. Quest’ultimo documento non è ritenuta idoneo dalla Commissione, in quanto la guida di validazione presentata al punto M1, è relativa al Mod. WF1C25-DPSHF2210 quale modello rappresentativo dei diversi prodotti offerti. Nel Capitolato tecnico al punto H è richiesto, al contrario, che “la documentazione debba essere fornita distintamente per ogni tipologia di filtro”. Inoltre dalle schede tecniche fornite si può evincere la resistenza al cloro dei prodotti offerti, ma non la resistenza agli altri agenti chimici indicati al punto H del Capitolato.

Conseguentemente la Commissione, valutata l’inidoneità dell’offerta rispetto ai requisiti del Capitolato tecnico, dichiara l’esclusione della Ditta BIOH FILTRAZIONE SRL dalla procedura.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

SAPIO LIFE S.R.L.

Come si evince dalla scheda tecnica presentata da SAPIO LIFE S.R.L., i filtri in linea per riunito odontoiatrico non rispondono ai requisiti previsti dal Capitolato tecnico al punto H, per quanto riguarda le caratteristiche della temperatura di esercizio e della temperatura di esposizione.

Conseguentemente la Commissione, valutata l'inidoneità dell'offerta rispetto ai requisiti del Capitolato tecnico, dichiara l'esclusione della Ditta SAPIO LIFE S.R.L. dalla procedura.

GADOMED S.R.L.

La Commissione valuta la Ditta GADOMED SRL idonea rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico; pertanto la Commissione ammette la Ditta GADOMED SRL al proseguimento della procedura.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 459 del 14/12/2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, rileva che la Ditta GADOMED SRL risulta essere l'unico concorrente ammesso alle fasi successive di gara.

La Commissione pertanto dà atto che, essendo rimasto un unico concorrente idoneo, non verrà effettuata la valutazione dei punteggi di qualità ai fini della graduatoria, ma si passerà direttamente all'apertura delle buste economiche, al fine dell'accertamento dell'idoneità dei prezzi offerti rispetto alla base d'asta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione provvederà quindi all'apertura delle buste economiche in seduta pubblica, al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto.

La Commissione decide di fissare la data di apertura delle buste economiche in seduta pubblica, al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto, per il giorno 20/02/2018 alle ore 9,30, presso la Centrale.

Il Presidente rassegna quindi il presente verbale agli atti della Centrale.
La seduta è tolta alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 13/02/2018

Presidente:	Dott. Bruno Mentore
Componente:	Dott.ssa Daniela De Florentiis
Componente:	Dott.ssa Francesca Federa

Three handwritten signatures on horizontal lines, corresponding to the names in the table above.