



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile RUP: Dott. Luigi Moreno Costa
Funzionario Referente: Dott. Riccardo Capitani

Gara a procedura aperta per la fornitura di “Filtri acqua per Legionella” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 36 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) – Lotto unico - Numero gara: 6807653 - CIG: 7155565F06.

Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata.

Il giorno 15/05/2018, alle ore 09,15 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D’Annunzio 64, 2° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione di aggiudicazione della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 459 del 14/12/2017 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.


Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

- ✓ Dott. Bruno Mentore - ASL 4 - Presidente;
- ✓ Dott.ssa Daniela De Florentiis - San Martino – Componente (ingresso ore 11,00);
- ✓ Dott.ssa Francesca Federa - ASL 3 – Componente (ingresso ore 10,00);

La Commissione, richiamato il proprio Verbale di seduta riservata prot. 4859 del 12/03/2018, con il quale, valutata l’istanza di autotutela di BIOH, confermava l’esclusione della relativa offerta, prende atto che BIOH ha proposto ricorso nanti il TAR Liguria, notificato ad ALISA con prot. 5218 del 15/03/2018, per l’annullamento, previa sospensione incidentale dell’efficacia, della nota prot. n. 2855 del 13/2/2018, della nota prot. n. 4902 del 12/3/2018, nonché, per quanto occorra e per quanto di ragione, del Capitolo tecnico, nonché per il risarcimento dei danni ingiustamente subiti dalla ricorrente per effetto dei suddetti provvedimenti, in relazione alla procedura di gara per la fornitura di “Filtri acqua per legionella”, e che ALISA si è costituita in giudizio con Determinazione n. 112 del 22/03/2018. La Commissione prende altresì atto dell’Ordinanza TAR Liguria N. 00088/2018 REG.PROV.CAU, N. 00197/2018 REG.RIC del 11/04/2018, con la quale lo stesso TAR Liguria dispone l’ammissione con riserva della ricorrente BIOH al prosieguo della procedura di gara, e fissa la trattazione di merito del ricorso alla pubblica udienza del 30 maggio 2018.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione giudicatrice decide di procedere alla valutazione di qualità per l’attribuzione dei punteggi, relativamente alla Ditta GADOMED, ammessa in base alle risultanze di idoneità di cui al verbale di seduta riservata prot. 2823 del 13/02/2018, e relativamente alla Ditta BIOH, ammessa con riserva dal TAR Liguria con Ordinanza N. 00088/2018 REG.PROV.CAU, N. 00197/2018 REG.RIC del 11/04/2018.

La Commissione inizia quindi le operazioni di attribuzione dei punteggi qualità, che vengono riassunte nelle schede allegate al presente Verbale quale parte integrante e sostanziale.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Terminate le operazioni di valutazione ed attribuzione dei punteggi, il Presidente rassegna quindi il presente Verbale agli atti della Centrale.

La seduta è tolta alle ore 15,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 15/05/2018

Presidente: Dott. Bruno Mentore
Componente: Dott.ssa Daniela De Florentiis
Componente: Dott.ssa Francesca Federa

Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be cursive. The first signature is the largest and most prominent, followed by two smaller ones below it.

A handwritten signature or stamp is located in the bottom right corner of the page. It consists of several overlapping, stylized lines in black ink, which could be a signature or a specific stamp.

FILTRI PER LEGIONELLA LOTTO UNICO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BIOH	GADOMED	ANNOTAZIONI / MOTIVAZIONI
Requisiti essenziali				ammessa con riserva (ORDINANZA TAR LIGURIA)	presenti	
1) Modalità di confezionamento tale da garantire il mantenimento della sterilità dei filtri, anche durante le fasi di trasporto, stoccaggio, et similia.	3	Q1	MENTORE	1,000	3,000	GADOMED: PRESENTA UNA DICHIARAZIONE AL PUNTO (4F) INTERAMENTE DEDICATA GARANTENDO LA STERILITÀ E LA STABILITÀ FISICA DURANTE LE FASI TRASPORTO E STOCCAGGIO. BIOH: ALL'INTERNO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI DOCUMENTO (B3) RIPORTA UN PARAGRAFO IN CUI NON FORNISCE GARANZIE ESPRESSE SUL MANTENIMENTO DELLA STERILITÀ.
			DE FLORENTIIS	1,000	3,000	
			FEDERA	1,000	3,000	
			Media coefficienti	1,000	3,000	
			riportata a 1	0,333	1,000	
			Punteggio	1,000	3,000	
2) Progettazione e produzione dei filtri con sistemi di qualità certificata ISO	6	Q5	SINO	SI	SI	
3) Certificazione prodotta dal fabbricante sulla base di test effettuati da laboratori accreditati attestante l'assenza di contaminazione retrograda, per tutta la durata d'impiego del filtro, in ogni caso per un periodo non inferiore a 31 giorni	3	Q5	SINO	NO	SI	BIOH: IN CODA A M1 E' PRESENTE UN DOCUMENTO SCHEDA TECNICA ATTESTANTE LA PROTEZIONE DA CONTAMINAZIONE RETROGRADA, CHE NON PRESENTA TEST DA PARTE DI LABORATORI ACCREDITATI.
			Punteggio	6,000	6,000	
			Punteggio	0,000	3,000	
4) Portata minima certificata superiore a 5 l/min (per il periodo di utilizzo) misurata a 3 Bar per rubinetto.	6	Q3	PORTATA	10,200	13,100	GADOMED: SCHEDA TECNICA (4D) PRESENTA UNO STUDIO EFFETTUATO DA SOCIETÀ ACCREDITATA
			Coefficienti	0,642	1,000	13,100
			Punteggio	3,852	6,000	MIN
						BASE
						5,000
						10,200
						13,100

FILTRI PER LEGIONELLA LOTTO UNICO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BIOH	GADOMED	BASE	MIN	MAX	ANNOTAZIONI / MOTIVAZIONI
5) Portata minima certificata superiore a 10 l/min (per il periodo di utilizzo) a 3 Bar per doccia.	4	Q3	PORTATA	N.D.	13,100	10,000	13,100	MAX	BIOH: NON E' POSSIBILE ATTRIBUIRE UN PUNTEGGIO SUL PUNTO 5, PERCHE' NON E' CERTIFICATA LA PORTATA MINIMA DEL FILTRO DOCCIA ALLA PRESSIONE DI 3 BAR. LA SCHEDA DI VALIDAZIONE AL PUNTO 7 TESTA IL FLUSSO A DIFFERENTI PRESSIONI DELL'ACQUA IN INGRESSO SOLO PER IL MODELLO WF1C2-DPSHF2210 CHE CORRISPONDE AL FILTRO RUBINETTO.
			Coefficienti	#VALOREI	1,000	10,000	13,100	MAX	
			Punteggio	0,000	4,000				
6) Pressione massima d'esercizio certificata da laboratori accreditati superiore a 3 Bar (per il periodo di utilizzo).	4	Q3	PORTATA	N.D.	ND.	BASE	MIN	MAX	NESSUNA DELLE 2 DITTE PRESENTAVA TEST DA PARTE DI LABORATORI ACCREDITATI.
			Coefficienti	#VALOREI	#VALOREI	3,000	0,000	0,000	
			Punteggio	0,000	0,000				
7) Temperatura massima d'esercizio certificata da laboratori accreditati superiore a 60°.	5	Q3	TEMPERATURA	N.D.	ND.	BASE	MIN	MAX	NESSUNA DELLE 2 DITTE PRESENTAVA TEST DA PARTE DI LABORATORI ACCREDITATI.
			Coefficienti	#VALOREI	#VALOREI	60,000	0,000	0,000	
			Punteggio	0,000	0,000				
8) Durata (espressa in giorni) di esercizio del filtro migliore di 31 giorni, senza decadimento delle prestazioni.	5	Q3	DURATA	62	62	BASE	MIN	MAX	ENTRAMBE LE DITTE DICHIARANO UNA DURATA PARI A 62 GIORNI
			Coefficienti	1,000	1,000	31,000	62,000	62,000	
			Punteggio	5,000	5,000				

ddl Ed 

FILTRI PER LEGIONELLA LOTTO UNICO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BIOH	GADOMED					ANNOTAZIONI / MOTIVAZIONI
9) Dichiarazione del fabbricante, rilasciata in conformità alla normativa europea da laboratorio accreditato e certificato, attestante l'efficacia del filtro alla rimozione di Brevundimonas spp, Legionella spp, e Aspergillus spp.	10	Q5	S/NO	NO	SI					BIOH: LA DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA VALIDA IN QUANTO È RIFERITA AD UN FILTRO GENERICO, INOLTRE LO STUDIO ALLEGATO NON TESTA BREVUNDIMONAS, LEGIONELLA, PSEUDOMONAS.
			Punteggio	0,000	10,000					
10) Dichiarazione del fabbricante, rilasciata in conformità alla normativa europea da laboratorio accreditato e certificato, attestante che il filtro, durante il periodo di esercizio, non rilascia sostanze o residui chimici che possano alterare la composizione dell'acqua diminuita e dei batteri Pseudomonas spp, Legionella spp, e Aspergillus spp.	4	Q5	S/NO	NO	NO					ENTRAMBE LE DITTE NON PRODUCONO UNA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA LABORATORIO ACCREDITATO E CERTIFICATO.
			Punteggio	0,000	0,000					
11) Installazione dei filtri in un tempo inferiore alle 24 ore solari dalla richiesta.	4	Q4	TEMPO (ORE)	N.D.	1,250	BASE GARA	24,000	VALORE MINIMO	1,250	BIOH: NON SPECIFICA LA TEMPSTICA RICHIESTA
			Coefficienti	#VALOREI	1,000					
12) Gestione dei filtri richiesti in caso di emergenza in un tempo inferiore alle 12 ore solari dalla richiesta.	4	Q4	Punteggio	0,000	4,000					
			TEMPO (ORE)	3,000	2,000	BASE GARA	12,000	VALORE MINIMO	2,000	
13) Sistema informatico per la reportistica, fornito dalla Ditta aggiudicataria, capace di garantire l'invio e la conservazione "certificata e	5	Q5	Coefficienti	0,900	1,000					
			Punteggio	3,600	4,000					
			S/NO	SI	SI					

M
R

FILTRI PER LEGIONELLA LOTTO UNICO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BIOH	GADOMED	BASE	MIN	MAX	ANNOTAZIONI / MOTIVAZIONI
non modificabile" dei dati su PC, con possibilità di trasferimento dei dati ai sistemi informatici aziendali anche non dotati del software dedicato.			<i>Punteggio</i>	5,000	5,000				
			CONTROLLI (%)	20	25				
14) Controlli microbiologici di cui al punto 10) dei requisiti, su una percentuale di filtri superiore al 10%.	7	Q3	<i>Coefficienti</i>	0,667	1,000	10,000	20,000	25,000	GADOMED: PROPONE CONTROLLI MICROBIOLOGICI IN UNA PERCENTUALE PARI AL 25%, BIOH PARI AL 20%
			<i>Punteggio</i>	4,667	7,000				
Totale punteggio di qualità	70,000			29,119	57,000				
Totale punteggio di qualità riparametrato				35,760	70,000				

