ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
REGIONE LIGURIA

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella tel. 010/54888536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Estensore del documento: Patrizia Villa tel. 010/54888544
e-mail: patrizia.villa@regione.liguria.it

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per ortopedia, bendaggi funzionali, materiale per sala gessi e materiale per traumatologia d'urgenza"
occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria

Verbale seduta "DIALOGO TECNICO"

A seguito delle osservazioni che sono giunte a questa Centrale Regionale di Acquisto (di seguito più brevemente indicata Centrale), il giorno 16 del mese di Giugno dell'anno duemila quindici, alle ore 14.30 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio n. 64, 2° piano - Genova, si è riunita la Commissione Tecnica in merito alla bozza di capitolato tecnico della gara in oggetto al fine di esaminare i contributi ricevuti e rendere maggiormente concorrenziale la procedura, in attuazione del Considerando n. 8 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo.

La Centrale procede a verbalizzare nel presente verbale gli argomenti trattati e le conclusioni condivise che troveranno la loro formalizzazione nella documentazione di gara.

Ove non è stata indicata motivazione specifica di "scioglimento o non accoglimento" delle osservazioni presentate si intende che la Commissione ha accettato/respinto le medesime per salvaguardare il massimo di concorrenzialità della procedura.

Si dà atto che sono presenti:
Per la Centrale:
- Dott. Maurizio Crovetto
- Sig.ra Patrizia Villa

Per la Commissione tecnica:
- Sig. Piero VALLI — Coordinatore Infermieristico IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST
- Sig. Eugenio BARISONE — Coordinatore Infermieristico Ospedale Evangelico Internazionale
- Dott.ssa Francesca FILAURO — Dirigente Farmacista E.O. Ospedale Galliera
- Assente per motivi di lavoro — Dott. Marco STELLA Dirigente Medico Divisione di Traumatologia d'urgenza dell'IRCCS Ospedale San Martino-Ist.

A seguito del suesposto dialogo tecnico pubblicato il 30/04/2016 con scadenza 22/05/2015 sono pervenute diverse osservazioni/contributi dalle seguenti ditte:

1) 3M ITALIA SRL
2) BSN MEDICAL SRL
3) BENEFIS SRL
4) COREMEC
5) DASER SRL
6) EUROFARM SPA
7) FARMAC ZABBAN SPA
8) HACHIKO MEDICAL SRL
9) LOHMANN & RAUSCHER SRL
10) MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL
11) OTTOBOCK ITALIA SRL
12) SANTEX SPA

Di seguito vengono elencati i contributi pervenuti e le risposte della Commissione Tecnica:

**** QUESITO N.1:***

- Lotto 2:
si richiede di separare le 2 voci del lotto in due lotti separati, onde consentire una più ampia partecipazione alla gara. Il nostro suggerimento è quello di creare un lotto di bende rigide e semirigide con fibre di vetro ed un ulteriore lotto riservato alle bende senza fibre di vetro.

RISPOSTA:
La Commissione ritiene di accettare di separare le 2 voci del lotto n. 2

**** QUESITO N.2:***

- Parametri di valutazione del lotto 2 – subcriterio A2) tempo di presa
Si richiede di modificare il criterio di valutazione del suddetto parametro in quanto non ci risulta che esistano in letteratura delle evidenze a favore di un tempo di presa più lungo. Privilegiare quindi bende gessate che raggiungono la massima polimerizzazione tra 45' e 1h15' non ha alcun fondamento.
Nel gesso sintetico infatti, avere un tempo di presa finale più breve è un beneficio sia per il paziente, che può caricare prima, sia per l'operatore, che può garantire dei tempi più rapidi nell'avvicendamento dei pazienti, con la sicurezza della massima resistenza dell'apparecchio gessato.

RISPOSTA:
La Commissione ritiene di confermare il capitolato

**** QUESITO N.3:***

Lotto 2 (voce A e voce B): uniformare la lunghezza a 3.6m invece che 3m, misura maggiormente utilizzata dalle aziende concorrenti;

RISPOSTA:
La Commissione ritiene di accettare di correggere in metri 3,5 tutte le voci del lotto n. 2

**** QUESITO N.4:***

Lotto 3 (voce A e voce B): - separare il lotto in due distinti per garantire la massima partecipazione;
- correggere le misure **cm. x cm. (errate) in cm x m (altezza x lunghezza);**

RISPOSTA:
La Commissione ritiene di accettare di separare le 2 voci del lotto n. 3

QUESITO N.5:

Lotto 4: la misura "m 4" non è conforme alle misure dei prodotti presenti sul mercato;

RISPOSTA:
La Commissione ritiene di accettare di correggere la misura a metri 3

QUESITO N.6:

Lotto 6: ridurre il numero di misure per razionalizzare gli acquisti e garantire la massima partecipazione;

RISPOSTA:
La Commissione ritiene di confermare il capitolato

QUESITO N.7:

Lotto 7: Il supporto deve essere elastico o non elastico?

RISPOSTA:
Il supposto deve essere NON ELASTICO

QUESITO N.8:

Lotto 22: creare un lotto distinto rispetto al 22 che preveda un supporto dello stesso genere ma con possibilità di scegliere versione destra/sinistra e misure diverse.

RISPOSTA:
La Commissione ritiene di correggere la versione in "ambidestro e/o destra/sinistra

QUESITO N.9:

LOTTO 4

Griglia valutazione lotto 4: sommando i punti (sub peso) assegnati alle varie caratteristiche del prodotto (sub criterio) risulta un totale di 74 punti anziché 50.

RISPOSTA:
La Commissione ritiene che a seguito di mero errore materiale i punteggi in progressione saranno variati in 20/20/10 per un totale di 50 punti

QUESITO N.10:

LOTTO 17 Tutore rigido ginocchio in estensione per poter offrire un prodotto adeguato secondo noi è necessario riportare le **misure** del tutore in **centimetri** e non tanto piccola, media, large, x large.

RISPOSTA:
La Commissione ritiene di confermare il capitolato

QUESITO N.11:

LOTTO 22 Supporto per polso ed avambraccio la dicitura misura universale è troppo generica, sarebbe meglio riportare le misure in larghezza ed in lunghezza del dispositivo.

RISPOSTA:
Vedere risposta al * Quesito n.8

QUESITO N.12:

LOTTO 2 VOCE A - B

IL TEMPO DI SOLIDIFICAZIONE PER LE BENDE SINTETIHE E' DI CIRCA 3-5 MINUTI.

IL PUNTEGGIO CHE ATTRIBUITE (22 PUNTI) VA ASSEGNATO PER QUESTO TEMPO.....

RISPOSTA:
La Commissione precisa che in condizione standard si intende senza attivazione in acqua o sostanze alternative

QUESITO N.13:

SI RICHIEDE CHE LA TOLLERANZA SIA DEL +/-20%

RISPOSTA:
La Commissione ritiene di confermare il capitolato

QUESITO N.14:

SI RICHIEDE CHE LA BENDA SALVAPELLE – LOTTO 8 – ABBIA UNA LUNGHEZZA DI MT 27

RISPOSTA:
La Commissione ritiene di correggere la lunghezza da 20 a 25 metri

QUESITO N.15:

LOTTO 3
BENDE ADESIVE BIELASTICHE
Voce "A": Le bende sono in cotone 100%, lunghezza in tensione mt 4,5, altezze 6-8-10 cm
Voce "B": Le bende sono in cotone 100%, lunghezza in tensione mt 4,5, altezze 6-8-10 cm

RISPOSTA:
La Commissione ritiene di correggere le altezza da cm 5 a cm 5,5 e suddividere il lotto come da risposta al quesito n. 4

QUESITO N.16:

rce pv

LOTTO 4

COTONE GERMANIA NON STERILE

Il termine moderno del dispositivo oggi è OVATTA AGUGLIATA per ortopedia e deriva proprio dal metodo di lavorazione "agugliatura" della materia utilizzata.

Esistono due tipologie di ovatta agugliata con due quotazioni differenti:

- Sintetica, formata da fibre di poliestere, il dispositivo in questo caso è idrorepellente.
- Sintetica misto viscosa, la viscosa è una fibra artificiale derivante da fibre naturali come la cellulosa, il dispositivo è idrofilo

Si consiglia l'acquisto con prezzo al kg essendoci in commercio bende con lunghezze diverse.

RISPOSTA:

La Commissione ritiene di confermare il capitolato

**** QUESITO N.17:***

LOTTO 7

BENDE IMPREGNATE ALLA COLLA DI ZINCO

Gli ingredienti della pasta all'ossido di zinco sono: acqua, glicerolo, paraffina liquida, ossido di zinco, microcare OHB, microcare MHB, soluzione di idrossietilcellulosa. Rapporto armatura del tessuto è 9,5/7 – lunghezza in tensione mt 5 x 10 cm

RISPOSTA:

La Commissione ritiene di confermare il capitolato ad eccezione della lunghezza minimo portata a metri 5

**** QUESITO N.18:***

LOTTO 8

BENDE SALVAPELLE IN SCHIUMA DI POLIURETANO

L'elasticità solamente in senso longitudinale è di mt 27,5

RISPOSTA:

La Commissione ritiene di confermare il capitolato

**** QUESITO N.19:***

LOTTO 13

BENDAGGIO PER RIDUZIONE FRATTURE CLAVICOLARI

Il bendaggio per riduzione fratture clavicolari è in poliestere rivestito di maglina. Chiusure con gancio e velcro. Regolazione e chiusura posteriore.

RISPOSTA:

La Commissione ritiene di indicare che il bendaggio dovrà essere poliuretano/poliestere confermando il capitolato

**** QUESITO N.20:***

LOTTO 15

BENDAGGI PER IMMOBILIZZAZIONE BRACCIO-SPALLA

Il sistema di supporto e immobilizzazione è ambidestro e ha una gamma completa di misure.

RISPOSTA:

La Commissione ritiene di confermare il capitolato

**** QUESITO N.21:***

LOTTO 16

COLLARE CERVICALE TIPO PHILADELPHIA

Le misure del collare sono le seguenti:

S: 25,4-33,0 CM

M: 33,0-40,6 CM

L: 40,6-48,3 CM

RISPOSTA:

La Commissione ritiene di confermare il capitolato

**** QUESITO N.22:***

LOTTO 17

TUTORE RIGIDO GINOCCHIO IN TENSIONE

Le stecche della ginocchiera non sono regolabili ma sono amovibili.
L'imbottitura interna è un schiuma.

RISPOSTA:

La Commissione ritiene di confermare il capitolato

**** QUESITO N.23:***

LOTTO 22

SUPPORTO PER POLSO E AVAMBRACCIO

Il dispositivo è composto, oltre che da un supporto di alluminio, da nylon felpato morbido incollato a poliuretano espanso per una buona traspirazione.
E' disponibile destro o sinistro.

RISPOSTA:

Vedere risposta al * Quesito n.8

QUESITO N.24:

LOTTO 2

VOCE "A" BENDE SINTETICHE IN FIBRA DI VETRO

VOCE "B" BENDE SINTETICHE SENZA FIBRA DI VETRO

a) La lunghezza delle bende richieste alle voci A e B è di 3metri, la scrivente non è a conoscenza che siano in commercio bende sintetiche sia in fibra di vetro sia senza fibra di vetro della lunghezza da Voi indicata e richiesta. Pertanto si consiglia di indicare una lunghezza dai 3,6 ai 4,5metri ed eventualmente prendere in considerazione una valutazione economica a metro lineare, cioè in base alla lunghezza che debba comunque essere compresa tra 3,6 e 4,5 metri in quanto sono entrambe misure disponibili sul mercato dai vari fornitori e comunque considerate range minimo necessario per fare un bendaggio;
La possibilità di offrire bende con diversa lunghezza (3,6 – 4,5 metri) consentirebbe a tutte le aziende di partecipare e una valutazione al metro lineare permetterebbe a Codesta Amministrazione di ottenere un miglior risultato economico.

b) 3. si chiede di specificare se per entrambe le voci (A e B) trattasi di bende rigide o semirigide o meglio per immobilizzazioni rigide o semirigide;

RISPOSTA:

Vedere risposta al * Quesito n.3, ribadendo che trattasi di bende rigide

QUESITO N.25:

LOTTO 12

STECCA ARTIFICIALE IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIURETANICA RACCHIUSI IN UNA MAGLIA PROTETTIVA IN ROTOLO

1. **voce1:**
   è riportata due volte l'altezza probabilmente per un mero errore di scrittura in quanto l'altezza di 15cm è chiesta alla 4^ voce;

2. **voce 1 e 3:**
   le altezze di 7 e 12 sono disponibili sul mercato con esattezza nelle misure di 7,5 e 12,5 cm, pertanto le misure andrebbero aggiornate o prevista la tolleranza per evitare chiarimenti e lungaggini;

3. **tutte le voci:**
   la lunghezza delle stecche è stata espressa in cm, probabilmente è stata riportata, per mero errore di scrittura, la misura in cm e non in metri;

4. **voce 5:**
   stecca in rotolo con altezza 20 cm x lunghezza 2,3 metri, la scrivente non dispone di rotoli da 2,3metri ma di rotoli da 4,5 metri pertanto si chiede di poter prevedere una lunghezza minima (2,3 metri) e poter offrire anche lunghezze maggiori in quanto la stecca viene utilizzata secondo necessità e quindi per l'effettiva lunghezza e sarebbe opportuno una valutazione a metro lineare per un miglior confronto tra i prodotti offerti e un miglior risultato per Codesta Amministrazione.
   Ciò nell'interesse di ampliare la partecipazione a più aziende.
   Qualunque sia la scelta si chiede comunque di poter prevedere alla scrivente di partecipare con una lunghezza superiore a quanto previsto in questa fase in quanto non pregiudica il corretto utilizzo del prodotto bensì potrebbe prodursi in un vantaggio economico per l'Amministrazione.

RISPOSTA:

1. La Commissione conferma l'errore di scrittura
2. La Commissione conferma il capitolato precisando che la tolleranza era già prevista
3. La lunghezza sarà espressa in metri
4. La Commissione dispone la correzione in "lunghezza da 3 a 5 metri circa"

**** QUESITO N.26:***

Lotto 2 voce A e B - Bende sintetiche con e senza fibra di vetro
Chiediamo la possibilità di ampliare la misura della lunghezza con il seguente range 3-3.5 m.

RISPOSTA:
La Commissione ritiene di confermare il capitolato

Fze R/

QUESITO N.27:

Lotto 3 voce A e B – Bende adesive bielastiche ed elastiche
Per entrambe le voci si chiede di confermare che le altezze richieste sono di 6cm, 8cm e 10cm tutte di lunghezza in tensione di 4 metri.
Consigliamo inoltre di aggiungere la caratteristica "prive di lattice " poichè entrambe le tipologie di bendaggio vengono applicate direttamente sulla pelle del paziente.

RISPOSTA:

La Commissione ritiene di confermare il capitolato aggiungendo la dicitura "prive di lattice" per tutti i lotti

QUESITO N.28:

Lotto 12
Per non precludere la nostra partecipazione al seguente lotto chiediamo di modificare il range di misure in modo tale da poter offrire anche le nostre stecche che presentano le seguenti dimensioni:
5cmx3.6m; 7.5cm x3.6m; 10cmx3.6m; 12.5cmx3.6m; 15cmx3.6m

RISPOSTA:

La Commissione ritiene di modificare la lunghezza in metri 2,3

QUESITO N.29:

lotto n. 11 "stecche zimmer per immobilizzazione dita":

viene indicato il requisito "radiotrasparenti", si segnala però che l'alluminio (costituente la parte rigida della stecca) non è radiotrasparente

i formati standard presentano in genere lunghezza 500 mm circa, si chiede di verificare la correttezza delle lunghezze richieste (200 e 400 mm)

RISPOSTA:

La Commissione ritiene di cancellare la dicitura "radiotrasparente", inoltre di correggere la lunghezza tra i 400 e 500 mm

QUESITO N.30:

Come da Vostra richiesta inviamo i nostri contributi in merito all'avviso di dialogo tecnico da voi inviato:

- **Le nostre bende gessate sia a presa rapida, sia sintetiche in fibra di vetro che senza fibra di vetro sono conformi alle misure da voi richieste nell'avviso di dialogo tecnico.**
- **In merito ai parametri di valutazione, abbiamo però riscontrato che l'attribuzione del punteggio massimo al tempo di presa a partire dai 45' non consente una necessaria modellazione da parte dell'operatore a seguito dell'applicazione della benda gessata. Ci sembra un tempo non congruo con il tipo di lavorazione, il tecnico ortopedico necessita infatti di un tempo maggiore per poter realizzare un modello di gesso congruo e preciso e poter rilevare parti ossute, sensibili e problematiche del moncone**

RISPOSTA:

La Commissione ritiene di confermare il capitolato

QUESITO N.31:

- LOTTO N. 4 - COTONE DI GERMANIA NON STERILE

La lunghezza delle bende è espressa in metri 4.
Normalmente questa misura del dispositivo viene venduta a peso (kg.). Chiediamo conferma che i fabbisogni saranno considerati in kg.
Diversamente, nel caso i fabbisogni fossero al momento della gara espressi per numero di bende (e non per kg.), preghiamo considerare che la lunghezza standard della benda è di metri 3 ca.

RISPOSTA:
La Commissione ritiene di confermare il capitolato e Vedere risposta al * Quesito n.5

QUESITO N.32

- LOTTO N. 9 - MAGLIA TUBOLARE DI TIPO STANDARD - NON STERILE

Nelle Vs. *"caratteristiche di minima"* il dispositivo viene previsto nella versione con l'85% di cotone e il 15% di materiale elastico. Segnaliamo che il dispositivo "Maglia tubolare" di norma è presente sul mercato nella versione in solo cotone, che comunque, per il tipo di lavorazione, conferisce ugualmente al prodotto adeguata elasticità nell'uso.
Preghiamo quindi quantomeno di accettare entrambe le versioni, ossia quella misto cotone/sintetico e quella in solo cotone.

RISPOSTA:
La Commissione ritiene di correggere il capitolato con "100% cotone e/o materiale anallergico"

****

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo del committente (www.acquistiliguira.it) e sarà parte integrante della documentazione di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

La seduta è tolta alle ore 16.30.

Per la Centrale:

- Dott. Maurizio Crovetto
- Sig.ra Patrizia Villa

Per la Commissione tecnica:

- Sig. Piero VALLI
-
- Sig. Eugenio BARISONE
- Dott.ssa Francesca FILAURO