

Agenzia Sanitaria Regionali della Liguria

REGISTRO UFFICIALE

GENTEALE REGIONALE DI ACQUISTO

3330

REGIONE LIGURNA

Dirigente responsabile: dott. Riccardo Zanella

del 18 wayo 2013 Entrata

OGGETTO:

procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di per l'affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia in ambito ospedaliero occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno – Lotti n. 3. Importo presunto di gara € 1.350.686,00 (IVA esclusa).

Numero gara: 4860799.

Verbale di apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Verbale di aggiudicazione provvisoria. Seduta pubblica

Il giorno 18/07/2013, alle ore 10,00, presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64 Il piano, si è riunito il Seggio di gara della procedura in oggetto, nominato con determinazione del Direttore dell'Area Centrale regionale di Acquisto n. 34 del 6/5/2013, per la comunicazione degli esiti della valutazione tecnica, la lettura dei punteggi tecnici, l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e l'aggiudicazione provvisoria.

Sono presenti i componenti del Seggio nelle persone dei Signori.:

Dott. Riccardo ZANELLA	Dirigente ARS – Centrale Regionale di Acquisto – RUP della procedura	Presidente
Dott. Riccardo Capitani	Collaboratore Amm.vo ARS – Centrale Regionale di Acquisto	Componente
Sig. Ivo Gagliolo	Coadiutore Amm.vo ARS - Centrale Regionale di Acquisto	Componente e Segretario

In rappresentanza delle Ditte partecipanti sono presenti i Signori:

Nominativo	Ditta	Procura (si/no)
Giusto Angelo	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	SI
D'Angelo Giovanna	SVAS BIOSANA SPA	NO
	SANOFI AVENTIS SPA	===
Bianchi Gianvincenzo	BAYER SPA	SI
=====	CHEMIL SRL	===
====	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	
	BC TRADE SRL	===

la cui identità è nota ai presenti, muniti delle necessarie procure (*) che la Centrale si riserva di acquisire agli atti in caso di dichiarazione a verbale.

Verbalizza l'Ufficiale Rogante della Centrale, dr. Luigi Moreno Costa

La seduta è pubblica.

La Commissione rende noti ai presenti i punteggi di valutazione della qualità assegnati a seguito dell'esame delle offerte tecniche.

A.Menarini	Bayer	Bc Trade	Chemil	Roche	SVAS Biosana

M



Centrale Regionale di Acquisto

	A.Menarini	Bayer	Bc∘Trade	Chemil	Roche	SVAS Biosana
lotto 1	Nova StatStrip	Breeze 2	Fora Comfort		Accu Check	Glucolab
10110	ļ		Pro GD 40	i	compact	Autocoding Infopia
	p.30,749	p. 31, 621	p. 21,593		p. 49,000	escluso
lotto 2	Nova StatStrip	44 Pa-16-1-	Fora Comfort		Accu check	
			Pro GD 40		Aviva	
	p.34,591		p.21,955		p. 41,917	
lotto 3		Manua		Sterilance	Accu-check	
				Flex 2	Safe T Pro	
					Plus	
				p. 35,00	p. 45,00	

Come previsto dal disciplinare di gara, non vengono ammesse alla successiva fase di valutazione economica

- le offerte prive delle caratteristiche tecniche ritenute indispensabili pena esclusione e cioè per il lotto 1 l'offerta della società SVAS Biosana non possedendo il glucometro campionato uno dei requisiti previsti dal capitolato tecnico come essenziale ed essendo pervenuta la campionatura richiesta per gli ulteriori riscontri in data 15/07/2013 (prot. gen. n. 3259), oltre il termine fissato (ore 12,00 del 12/7/2013);
- le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico maggiore o uguale a p. 36,00 nel lotto 1(A. Menarini, Bayer, BC Trade) e nel lotto 2 (A. Menarini, BC Trade).

Il Presidente del Seggio ricorda che l'aggiudicazione avverrà in base al metodo disposto all'art. 83 del D.Lgs nº 163/06 e s.m.i, ossia a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (comunemente detto qualità/prezzo) sulla base degli elementi valutativi indicati nel Capitolato Tecnico e del prezzo offerto.

Il prezzo offerto è riferito al valore unitario del dispositivo, come precisato nell'allegato F2.

Per l'attribuzione del relativo punteggio saranno attribuiti, all'offerta con il prezzo più basso fino a un massimo di punti 40 nei lotti 1 e 2; p. 55 nel lotto 3. Gli altri punteggi saranno attribuiti secondo le formule previste dal Disciplinare gara.

Il Presidente ricorda altresì che, pena esclusione dalla gara, i prezzi proposti dalle ditte dovranno essere per ciascun prodotto incluso nei lotti di cui alla Sezione "A" del disciplinare uguali o migliori rispetto ai prezzi base ivi indicati.

Ciò determinato, previa positiva verifica della integrità del plico contenente le buste di offerta economica e regolarità delle buste e dei sigilli apposti sulle medesime, il Presidente procede all'operazione di apertura delle offerte economiche (busta n. 2) e alla verifica della presenza su tutte le offerte degli elementi previsti dal disciplinare di gara (sottoscrizione della scheda offerta, presenza del bollo, documento di identità del sottoscrittore etc.).

Per i lotti 1 e 2 si procederà all'apertura della sola offerta economica presentata dalla società Roche; per il lotto 3 all'apertura delle offerte Roche e Chemil.

In caso di parità tra più offerte, l'aggiudicazione sarà a favore del prodotto a cui è stato attribuito un punteggio di qualità maggiore, e in caso di ulteriore parità si procederà ad una richiesta di miglioramento ai Rappresentanti muniti di procura delle Ditte interessate concorrenti; qualora non siano presenti entrambe le Ditte che hanno presentato offerta uguale, sarà effettuato un sorteggio.

L'operazione avviene in tempo reale attraverso la compilazione di un foglio di calcolo opportunamente predisposto.

Il riepilogo degli esiti di ogni lotto è riportato nelle schede allegate.

Per quanto sopra esposto, risultano aggiudicatarie in via provvisoria, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii, salvo verifica dell'anomalia dell'offerta, le seguenti ditte:

Centrale Regionale di Acquisto

Lotto 1	Aggiudicatario :	Roche	Accu check Compact Meter	p.	85,000
Lotto 2	Aggiudicatario:	Roche	Accu-check Aviva	p.	77,917
Lotto 3	Aggiudicatario:	Roche	Accu-check Safe T Pro Plus	p.	100,000

La seduta è chiusa alle ore 10,13. Il presente verbale, composto da n. 9 fogli (compresi allegati), viene acquisito agli atti per gli adempimenti consequenziali. Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:

Dott. Riccardo Zanella

Componenti:

Dott. Riccardo Capitani

Componente e Segretario: Sig. Ivo Gagliolo

L'Ufficiale Rogante Dott. Luigi Moreno Costa

- Lorro 1	Max punti-	Parametri di Parametri di Valutaziones valori Pa Dase di gara	Bese di para	BAVER	Promos-and-	A.MENARINI DIAGNOSTICS	Acourance A	SVAS BIOSANA SVAS BIOSANA
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti	Assenta un requisito essenziale
		Coefficiente di variazione	CV > 4% = 0;	5,800%	n.d.	3,600%	2,400%	
		livelio basso Punleggio	CV minimo = 2	0,000	0.000	0,500	2,000	
		Coefficiente di variazione livello medio	CV > 4% = 0; CV minimo = 2	4,300%	n.d.	n.d.	2,000%	
		Punleggia	Cy minimo = 2	0,000	0,000	0,000	2,000	
Test di precisione	10	Coefficiente di variazione livello medio-alto	CV > 4% = 0; CV minimo = 2.	3,300%	n.d.	2,800%	1,700%	
	,-	Punleggia		0,609	0,000	1,043	2,000	
		Coefficiente di variazione livello atto	CV > 4% = 0; CV minimo = 2	3,200%	n.d.	n.d.	1,500%	
		Punteggio Coefficiente di variazione	CV > 4% = 0;	0,640	0,000	0,000	2,000	
		molto elevato	CV minimo = 2	2,400%	n.d.	2,400%	1,500%	
		Punteggio	% max = 10;	1,280	0,000	1,280	2,000	
		ricadenti nel range +/- 5 mg	% minima = 0	81% 3,056	54%	n.d.	78% 10,000	
Test di accuratezza	20	% valori	% max = 10;	54%	40%	n.d.	76%	
		ricadenti nel range +/- 5 mg	% minima = 0	3,889	0,000	0,000	10,000	
Correlazione lineare	5	Correlazione lineare	CL < 0,970 =0 CL maselma = 1	0,987	0,9786	0,9858	0,9970	Non Ammessa
		Punleggio		3,148	1,593	2,926	5,000	per
Gestione delle interferenze dovute a galattosio e bilirubina	5	galattosio e bilirubina = 5 solo galattosio = 2 solo bilirubina = 2 nassuna assenza = 0		galattosio e bilirubina	galattosio e bilirublna	galattosio e bilirubina	Bilirublna	mancanza di un requisito
		Puntegglo		5,000	5,000	5,000	2,000	essenziale
Misurazione del chetoni	. 5	al = 5; na = 0		no	no	si	no	
		Punleggio		0,000	0,000	5,000	0,000	
Misurazione su sangue arterioso e/o venoso	3	solo venoso = 1 solo arterioso = 1 arterioso+venoso≌ 3 nessuna possibilita = 0		arterioso+ venoso	arterioso + venoso	erlarioso+ venoso	Nessuna Possibilità	
		Punteggio Espuisione automatica = 10		3,000	3,000	3,000	0,000	
Sicurezza ed igienicità per gli utilizzatori (espulsione automatica	10	se no max p,5 media valutazione commissari Ponzani		internalizzazione	espulsione automatica	espulsione automatica	internalizzazione	
della striscia o internalizzazione)		Minuto						
Totale punteggio di qualità	60,00			31,621	21,593	30,749	49,000	
				Non raggiunge la soglia di idoneità		Non raggiunge la soglia di idoneità		
Quantità e prezzo unitario		1,047,000,00	0,15				0,145	
Base gara per lotto		,	6,980.000	· · · · · ·		-	1.012.100,00	
		Ribasso percentuale						
2 222	Ribasso max			-			3,333	
3,333 3,333	Ribasso max							
Punteggio offerta	IND4220 MEG							
economica economica	40,00						36,000	
Punteggio totale	100,00	rungs (1771) (ala militaria de la marco de la militaria de la			And the second s	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ge ana	
Laurekkio rotale	TOO,OO	Alex () with the property of the control of the co	The second secon	The second secon	A property of the control of the con	colectinoser blescentill	85,000	

A Sy

irainetetaj vzlone: valori ase di gara	Baseidligara	BC TRADE	A.MENARINI DIAGNOSTICS	ROCHE
		Fora Comford Pro GB 40	Nova Stat Sing	#Acquicheck
		presenti	presenti	presenti
ciente di variazione livello basso	CV > 4% = 0; CV minimo = 2	n,d,	3,600%	nd
Punfeggio		0,000	2,000	0,000
ciente di variazione	CV > 4% = 0;	n.d.	2,000 nd	3,000%
livello medio	CV minimo = 2	0,000 -	0.000	2,000
clente di variazione	CV > 4% = 0;	n,d,	2,800%	3,000%
ello medio-alto Punteggio	CV minimo ≃ 2	0,000	2,000	1,667
clente di variazione	CV > 4% = 0;	n,d,	nd	2,700%
livello alto	CV minimo = 2			
Punteggio	OV > 40′ = 0.	- ↓ 0,000 -	0,000	2,000
ciente di variazione molto elevato	CV > 4% = 0; CV minimo = 2	n,d,	2,400%	3,000%
Puntegglo .		0,000	2,000	1,250
% valori	% max = 10;	54,4%	n,d,	81%
nti nel range +/- 5 mg Punteggio	% minima = 0	0,000	0.000	10,000
% valori	% max = 10;	40%	n.d.	62%
ntl nel range +/- 5 mg	% minima = 0	0,000	0,000	10,000
relazione lineare	CL < 0,970 =0 CL massima = 1	0,9786	0,9858	0,9920
Punteggio		- 1,955	3,591	5,000
galattosio = 5 suna assenza = 0		galattoslo	galattoslo	nessuna possibilità
Punfeggio		5,000	5,000	0,000
si = 5; no = 0 Punteggio		no 0,000	si 5,000	no 0.000
plo venoso = 1 lo arterioso = 1 rioso+venoso= 3 una possibilita = 0	gibiga sipatus dalah <u>19</u> 44 upat 31 (2015) 34 (31	arterioso+ venoso	arterioso+ venoso	arterioso+ venoso
Punteggio		3,000	3,000	3,000
one automatica = 10 o max p.5 media azlone commissari		Espulsione automatica	Espulsione automatica	no
Ponzani				. 1
Minuto				1
Pedrazzi				1
dia Commissari	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	700-1-00-00-0		1
Punteggio		10,000	10,000	5,000
sione automatica = 2 tabella =1 no = 0		conversione automatica	conversione automatica	conversione automatica
Punteggio		2,000	2,000	2,000
		21,955	34,591	41,917
		Non raggiunge la soglia di idoneità	Non raggiunge la soglia di Idoneltà	
44400.00	0,15			0,149
14.100,00	94.000	-	-	14.006,00
				0,667
				36,000

M



LOTHO3	Max-punti	Parametri di Valutazione - valoai a base di gara	Base di gara	CHEMIC	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
				Flex:2	Acciu Check Safe 1 Pro Plus
				presenti	presenti
Personalizzazione digitopuntura	20	Numero opzioni multiple regolazione	valori >/=3 -> Q2	3,00	3,00
		Punteggio		20,000	20,000
		Minuto		0,50	1,00
D. C. 10. II	45	Pedrazzi	-	1,00	1,00
Praticità d'uso	15	Ponzani	-	0,50	1,00
		Media commissari Punteggio		0,667 10,000	1,00 15,000
Sistemi di sicurezza operatore presenza protezione ago prima deil'utilizzo	10	presenti due parametri = 10 punti; presente un solo parametro 5 punti; assenti entrambi i parametri = 0		1 parametro	2 parametri
		Punteggio		5,000	10,000
Totale punteggio di qualità	45,00			35,000	45,000
Quantità e prezzo unitario		5,265,200	0,055	0,052	0,045
Base gara per lotto			289.586,00	273.790,40	236.934,00
		Ribasso percentuale		5,45	18,18
18,182	Ribasso max				
11,818	Ribasso med				
Punteggio offerta economica	55,00			22,846	55,000
Punteggio totale	100,00			57,846	100,000

+

ALLEGATO F2 - OFFERTA ECONOMICA

Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., EÉ 100. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - N° gara 4860799

Lotto 1: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto adulto in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive)

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	
	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA	UNMILIONEDODICIMILACENTO/00		FRCE
_	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (GxH) IN EURO	€1.012.100,00		STRUMENTI E CONTROLLI A TITOLO DI SCONTO MERCE
I	PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	0,145		MEN II E CON IRO
ø	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER 4 ANNI (N. STRISCE REATTIVE)	6.980.000		SIKO
Ц	PREZZO A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (EURO)	0,150		
Ш	CODICE	W01010601	W02010601 02	W01010601 08
٥	NUMERO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO DISPOSITIVI MEDIGI:	N.A.	N.A.	N.A.
၁	CODICE	05919967171	05512441001	. 05888948190
В	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	ACCU-CHEK COMPACT 102 STRISCE	ACCU-CHEK COMPACT METER HOSPITAL KIT	ACCU-CHEK CONTROL
A	LOTTO 1		←	τ

offerta n' 31594/13/RT2

dei 04/04/2013

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad € 5.060,55 = (cinquemilasessanta/55)

Nota 1: il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta e dovrà essere indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

WOCHE DIAGNOSTICS SpA

Via G.B. Stucchi, 110

IL PROCESSION

Wassimo Balestri

IL PROCURATORE Maria Grazia Bellott

ALLEGATO F2 - OFFERTA ECONOMICA

Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - Nº gara 4860799

Lotto 2: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto in età neonatale in ambito ospedallero (glucometro + strisce reattive)

	,	<u> </u>		
· ·	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA	QUATTORDICIMILASEI/00		ikte
. -	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (GXH) IN EURO	€ 14.006,00		STRUMENTI E CONTROLLI A TITOLO DI SCONTO MERCE
I	PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	0,149		EN II E CON I KO
g	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER 4 ANNI (N. STRISCE REATTIVE)	94.000		o Kros
ட	PREZZO A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (EURO)	0,150		
ш	CODICE	W01010601 01	W02010601	W01010601 08
D	NUMERO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI	N.A.	N.A.	N.A.
C	CODICE	06991564001	06454062001	04455215001
В	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	ACCU-CHEK AVIVA 12X50STRISCE	ACCU-CHEK AVIVA METER	ACCU-CHEK AVIVA CONTROL
٨	10П0		7	7

offerta n° 31594/13/RT2

del 04/04/2013

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è parì ad € 70,03

Nota 1: il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta e dovra essere indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

ROCHE DIAGNOSTICS SPA Via G.B. Stucchi, 110 Monza

IL PROCURATORE Massimo Balestri

IL PROCURATORE María Grazia Beliotti

ALLEGATO F2 - OFFERTA ECONOMICA

Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA,SS,LL., EE,OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - N° gara 4860799

Lotto 3: Dispositivo monouso per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia.

~	ISIVO IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA	DUECENTOTRENTASEIMILANOVECE NTOTRENTAQUATTRO/00
_	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (GxH) IN EURO	€ 236.934,00
I	PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	0,045
Ø	PREZZO A QUANTITATIVO BASE D'ASTA COMPLESSIVO IVA ESCLUSA STIMATO PER 4 ANNI (EURO) (N. pungidito)	5.265.200
u.	PREZZO A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (EURO)	0,055
E	CODICE	V0104
D	NUMERO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI	59342/R
Û	CODICE PRODOTTO	03603539150
82	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	ACCU-CHEK SAFE T PRO PLUS
∢	LOTT0	-

offerta n° 31594/13/RT2

del 04/04/2013

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad € 1.184,67 = (millecentoottantaquattro/67) Nota 1: il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta e dovrà essere indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

ROCHE DIAGNOSTICS SPA Via G.B. Stucchi, 110 Monza

IL PROCURATORE Massimo Balestri

IL PROCURATORE Maria Grazia Bellotti