

OGGETTO	<p>Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del Servizio di lavanoio a favore di tutte le AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S della Regione Liguria.</p> <p>Numero gara: 5680786</p> <p>Verbale della Commissione Giudicatrice</p>
----------------	---

Il giorno 6 luglio 2015, alle ore 10:00 presso la sala "Archivio", 2° piano, nella sede dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 27 del 04/02/2014 ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:


COGNOME	NOME	STRUTTURA	INCARICO
Picco	dr.ssa Rosella	IRCCS Ist. G. Gaslini	Presidente
Lionetto	dr.ssa Rita	E.O. Ospedali Galliera	Componente
Lombardi	sig.ra Irene	ASL 1 Imperiese	Componente
Mentore	dr. Bruno	ASL 4 Chiavarese	Componente
Tiso	dr.ssa Daniela	ASL 3 Genovese	Componente

Il Presidente della Commissione dà preliminarmente atto che la campionatura e la documentazione della gara è stata correttamente conservata nella sala "Archivio" al secondo piano della sede della Centrale, detta sala è rimasta chiusa a chiave.

La Commissione dà atto che i plichi contenenti le offerte tecniche delle concorrenti sono correttamente conservati e sigillati e riprende i lavori di valutazione.

Il presidente della Commissione dà lettura della nota (prot. N.174/2015/AT/rg, acquisita agli atti di ARS con prot. 5613 del 02/07/2015), a firma del dott. Alessandro Tozzo, Amministratore delegato della ditta Molnlycke Health Care S.r.l. con la quale viene richiesta la riammissione al Lotto 3, dal quale era stata esclusa nella riunione del 25 giugno.

La Commissione pur prendendo atto dei contenuti dell'istanza, conferma le decisioni precedentemente assunte a proposito dell'esclusione della Molnlycke Health Care e riportate nei verbali del 22/06/2015 e 25/06/2015.



La Commissione riprende la valutazione dei kit chirurgici e in particolare del **Kit 13 – Set anca** della ditta 3M: il materiale campionato corrisponde a quanto prescritto dal Capitolato e risulta adeguato e conforme.

Kit 36 – Set trapianti: il materiale campionato dalle due ditte, le relative piegature ed etichettature sono conformi alle richieste del Capitolato.

Si rileva che la qualità della drappeggiabilità, dell'assorbenza, e delle bande adesive dei prodotti 3M è migliore rispetto a quelle della Hartmann.

Si rileva, infine, che i kit offerti dalla ditta Hartmann sono contenuti in un doppio imballo di cartone.

La commissione procede quindi a valutare la campionatura in relazione alla "qualità intrinseca dei prodotti".

Le risultanze della valutazione sono allegare al presente verbale.

La seduta è tolta alle ore 13:15.

I plichi vengono ricomposti, sigillati e siglati dai membri della Commissione.

Il Presidente provvede a chiudere a chiave la sala "archivio" e affidare la chiave al RUP.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente:
dr.ssa Rosella PICCO




I Componenti:
dr.ssa Rita Lionetto




sig.ra Irene Lombardi



dr. Bruno Mentore



dr.ssa Daniela Tiso




Per la Centrale

sig. Ivo Gagliolo



dr.ssa Cristina Casilli



Qualità intrinseca dei prodotti

Picco

3M	1	Hartmann	0,95
----	---	----------	------

Motivazioni

Leggera qualità superiore del prodotto 3M, migliore sistema di imballaggio del prodotto Hartmann.

Firma

Lombardi

3M	1	Hartmann	0,9
----	---	----------	-----

Leggera qualità superiore del prodotto 3M, migliore sistema di imballaggio del prodotto Hartmann. La ditta 3M offre un prodotto molto più drappeggiabile.

Tiso

3M	1	Hartmann	0,95
----	---	----------	------

La ditta 3M presenta una maggiore attenzione al dettaglio

Lionetto

3M	1	Hartmann	0,9
----	---	----------	-----

Imballaggio migliore per Hartmann, ma drappeggiabilità, morbidezza e adesività della banda migliori per 3M

Mentore

3M	0,9	Hartmann	0,8
----	-----	----------	-----

La ditta 3M presenta una maggiore attenzione al dettaglio e alla qualità del TNT.