

Dirigente responsabile: dott.ssa Silvia SIMONETTI tel. 010/4102214
e-mail: silvia.simonetti@regione.liguria.it
Funzionario referente: dott.ssa Paola BURLANDO tel. 010/4102577
e-mail: paola.burlando@regione.liguria.it
Estensore del documento: Sig. Roberto BORETTI tel. 010/4102570
e-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it

Procedura negoziata per la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di anni due – Lotto Unico . Numero gara: 930665

**Verbale della Commissione Giudicatrice.
Sanatoria offerta presentata
Seduta del 07/06/2011**

Il giorno sette del mese di Giugno dell'anno duemilaundici, alle ore 10,00, presso la Sala riunioni dell'ospedale Villa Scassi (palazzina uffici amministrativi), si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con deliberazione n. 31 del 15/04/2011 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la verifica della documentazione presentata dalle Ditte concorrenti ai fini della assegnazione dei punteggi relativamente al parametro qualità. Sono presenti i Signori:


Dr. Paolo STRADA	Direttore S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale A.O.U. San Martino – Genova	PRESIDENTE
Dr.ssa Fiamma ROLLANDI	Direttore S.C. I Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Ospedale di La Spezia – ASL 5 Spezzino	COMPONENTE
Dr. Andrea TOMASINI	Direttore S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ASL 2 Savonese	COMPONENTE

E' presente altresì la dr.ssa Silvia Simonetti, dirigente della Centrale, che svolge le funzioni di segretario della Commissione, assistita dalla dr.ssa Paola Burlando collaboratore amm.vo esperto della Centrale e dal Sig. Roberto Boretti Assistente Amm.vo della Centrale.

La seduta non è pubblica.

La Commissione Giudicatrice dà preliminarmente atto:

- che il giorno 24/05/2011 alle ore 11,00 presso il Centro Trasfusionale dell'A.U.O. San Martino si è proceduto alla valutazione della campionatura dei prodotti offerti dalla Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. come da verbale prot. n.776 del 25/05/2011 e che dallo stesso risultavano escluse dalla valutazione del punteggio di qualità le Ditte MacoPharma S.r.l. e Fenwal Europe Sprl;
- che successivamente la Centrale Acquisti, nell'esercizio dei propri poteri di controllo, ha riscontrato l'assenza di un requisito minimo pena esclusione nell'offerta presentata dalla Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. in merito allo Scompositore;
- che la Centrale Acquisti, per poter procedere all'aggiudicazione della fornitura, ha richiesto alle Ditte Fresenius Kabi Italia S.r.l. con nota n.798 del 27/05/2011, MacoPharma S.r.l. con nota n.799 del 27/05/2011 e Fenwal Europe Sprl con nota n. 800 del 27/05/2011 di sanare la loro situazione presentando prodotti conformi al Capitolato;



La Commissione per razionalizzare i propri lavori stabilisce di effettuare la valutazione della documentazione, procedendo per singole Ditte nel seguente ordine:

1. MacoPharma S.r.l.;
2. Fenwal Europe Sprl;
3. Fresenius Kabi Italia S.r.l..

La Commissione stabilisce inoltre la procedura che verrà seguita all'apertura dei plichi sigillati:

- a. il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei plichi pervenuti procederà, ad aprire gli stessi;
- b. verrà accertato che in tutti i plichi (**Busta 3**) sia presente la documentazione indispensabile, pena esclusione, richiesta nel Disciplinare di Gara. In mancanza di tale documentazione non si procederà alla valutazione degli item di punteggio;
- c. si passerà quindi ad esaminare accuratamente la documentazione tecnica dei prodotti offerti presentata da ciascuna Ditta concorrente al fine di verificare la conformità al capitolato tecnico;
- d. verrà appuntato, contestualmente all'esame della documentazione, sulla scheda all'uopo predisposta per ciascuna ditta:
 - la presenza o meno della documentazione minima essenziale pena esclusione;
 - la sussistenza di tutti i requisiti minimi pena esclusione;
 - il dato qualitativo del prodotto offerto in corrispondenza di ogni item previsto per ciascun parametro attribuendo il valore che determina l'attribuzione del punteggio;
- e. verrà determinato, alla fine della valutazione tecnica della documentazione, il punteggio ottenuto da ciascuna mediante la sommatoria dei punti attribuiti per singolo item qualitativo.

Alle ore 10,00 del 07/06/2011 inizia l'esame della documentazione tecnica per la verifica della sussistenza dei requisiti minimi pena esclusione di ogni singola Ditta.

Al termine delle operazioni di verifica la Commissione stabilisce di ammettere le Ditte MacoPharma S.r.l. e Fresenius Kabi al prosieguo delle operazioni di gara in quanto sono presenti tutti i requisiti tecnici previsti a pena esclusione (come da schede allegate) e di convocarle per la campionatura delle attrezzature presso l'A.O.U. San Martino per il giorno **16/06/2011**.

La Commissione stabilisce invece di ammettere con riserva la Ditta Fenwal Europe Sprl al prosieguo delle operazioni di gara in quanto non ha presentato nuovi prodotti bensì nuove schede tecniche dei medesimi prodotti già a suo tempo offerti.

La Commissione stabilisce di riconvocare una seconda seduta per il giorno 16/06/2011.

La seduta è tolta alle ore 12,00 circa



Verbale della Commissione Giudicatrice.
Seduta del 16/06/2011

Il giorno sedici del mese di Giugno dell'anno duemilaundici, alle ore 9,30, presso la il Centro Trasfusionale dell'A.O.U San Martino si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con deliberazione n. 31 del 15/04/2011 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la verifica della documentazione presentata dalle Ditte concorrenti ai fini della assegnazione dei punteggi relativamente al parametro qualità. Sono presenti i Signori:

Dr. Paolo	STRADA	Direttore S.C. Immunometria e Medicina Trasfusionale A.O.U. San Martino – Genova	PRESIDENTE
Dr.ssa Fiamma	ROLLANDI	Direttore S.C. Immunometria e Medicina Trasfusionale Ospedale di La Spezia – ASL 5 Spezzino	COMPONENTE
Dr. Andrea	TOMASINI	Direttore S.C. Immunometria e Medicina Trasfusionale ASL 2 Savonese	COMPONENTE

E' presente altresì la dr.ssa Silvia Simonetti, dirigente della Centrale, che svolge le funzioni di segretario della Commissione, assistita dal Sig. Roberto Boretti Assistente Amm.vo della Centrale.

Il Presidente della Commissione illustra alle ditte presenti le modalità di svolgimento della seduta odierna che si articolerà nel modo seguente:

per ogni ditta vengono prelevati 2 donatori di sangue con le sacche delle seguenti tipologie tipo 1 tipo 3 e tipo 4

Una volta prelevate, sulla bilancia fornita dalla ditta le sacche del tipo 1 e 4 sono state sottoposte a centrifugazione con protocollo approvato dalle ditte.

Le sacche centrifugate sono state scomposte dai vari separatori direttamente dai rappresentanti alla presenza dei Commissari. Si è provveduto ad eseguire il C di Q sul plasma e sulle emazie leucodeplete per verificare la rispondenza ai requisiti minimi di gara. Le unità prelevate con la sacca tipo 3 sono state prima leucodeplete e poi centrifugate e trattate come sopra.


Nella stessa mattina si è verificato anche la capacità leucodepletiva e la resa piastrinica dell'apparato di cui al punto 7 con buffy coat prelevati il giorno precedente presso il S.I.T. di San Martino.

I controlli di qualità eseguiti su analizzatore automatico e con metodica citofluorimetrica hanno dimostrato la rispondenza dei dispositivi offerti ai requisiti minimi di gara.

La Commissione ha potuto prendere ampia visione delle capacità degli apparati offerti.

La Commissione decide quindi di assegnare il punteggio di qualità come segue:

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX



A) CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE (MAX P.TI 25)	Dati Rilevati			PUNTI max	Punteggio			note
	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Sprl		Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Sprl	
Bilancia (MAX PUNTI 15)								
Semplicità d'uso e leggibilità del display *				1,5	1,5	1	0,5	
Possibile funzionamento anche a batteria	si	si	si	2	2	2	2	
Sensore di presenza del tubo nella clamp	si*	si	si	1	1	0,5	0,5	*doppio sensore
Modalità di trasmissione dei dati (se in tempo reale o differito, automatico o manuale) *	si	si + memory card	tutto	1,5	1	1,5	1	
Presenza di saldatore per tubi *	Si	si	no	2,5	2,5	2,5	0	
Ore di autonomia in caso di funzionamento a batteria	6	11	6	2,5	1,36	2,5	1,36	
Numero di donazioni memorizzabili prima del blocco della bilancia *	500 (Variabile su dati)	1000	199	2,5	1,25	2,5	0,50	
Tempo di ricarica della batteria *	4	8	2	1,5	0,75	0,38	1,5	
Totale Punti				15	11,36	12,88	7,36	
Scorrifensore (MAX P.TI 10)								
Numero di saldatori incorporati nello strumento per la saldatura dei tubi dei vari emocomponenti *	6	5	4	2	2	1,67	1,33	
Minuti necessari per una separazione standard (sacca tripla top and bottom) *	4,21	2,2	4,25	2	1,05	2,00	1,04	dato ottenuto dalla media dei tempi di n° 2 separazioni
Numero di emocomponenti effettivamente pesati *	3	4	3	2	1,5	2	1,5	
Numero di programmi reimpostabili *	50	50	50	1	1	1	1	
Modalità di trasmissione dei dati *	Wireless	Wireless	Wireless	1	1	1	1	
Possibile utilizzo anche con sacche diverse	Si	Si	Si	1	1	1	1	
Numero di dati registrabili (operatore, CDM lotto etc.) *	infinito	infinito	Infinito	1	1	1	1	
Totale Punti				10	8,55	9,67	7,87	

B) CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI (MAX P.TI 6) CARATTERISTICA	Dati Rilevati		Fenwal Europe Sprl	PUNTI max	Punteggio	
	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.			Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.
Caratteristica del copriago di sicurezza (praticità e sicurezza)				2	2	1
Caratteristica dei dispositivi di campionamento (caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi)				2	0	0
Caratteristiche del confezionamento (facilità di apertura e resistenza dell'involucro)		*	**	2	2	1,5
Totale Punti				6	4	2,5
C) CONTENUTI DEL PROGETTO (MAX P.TI 9)						
Assistenza tecnica (max p.ti 5)	Dati Rilevati		Fenwal Europe Sprl	PUNTI max	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.
Numero di visite di manutenzione preventiva/anno oltre le due visite minime/anno *	1	1	1	1	1	1
Presenza di hot-line per la soluzione dei problemi	lun sab 8.30-17,30	lun sab 7-18	lun sab 8-18	1	1	1
Assistenza presente anche al Sabato	si +dom*	no	si	2	2	0
Dichiarazione di disponibilità del fornitore a modificare i parametri di impostazione dei macchinari a fronte di nuove necessità operative dei SIT	si	si	si	1	1	1
Totale Punti				5	5	3
Formazione (max p.ti 4)	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Sprl	PUNTI max	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.
Ore di formazione al momento della fornitura *	illim	illim	illim	1	1	1
Numero di sedi e di operatori dove viene offerta la formazione *	illim	illim	illim	2	2	2
Ore di formazione ulteriori in corso di fornitura (totale annuo)*	illim	illim	illim	1	1	1
Totale Punti				4	4	4
				PUNTI Max 40	32,91	32,04
				AMMESSA	si	si

* involucro rigido e tagliente
** involucro meno resistente

assistenza anche la domenica

Handwritten signatures and initials.

* Il punteggio sarà attribuito con criterio proporzionale (max due decimali)

A titolo esemplificativo:

"Numero di visite di manutenzione preventiva/anno oltre le due visite minime/anno" max p.ti 1

maggior numero di interventi = maggior punteggio

minor numero di interventi = minor punteggio

Centrale Regionale di Acquisto

La commissione stabilisce di convocare la seduta per l'apertura delle offerte economiche il giorno 27 giugno 2011 alle ore 9,30 presso gli uffici della Centrale Acquisti e da mandato agli uffici della Centrale Acquisti di darne formale comunicazione alle ditte offerenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

La seduta è tolta alle ore 16,30 circa.


- **Presidente :**

Dr. Paolo STRADA



- **Componenti:**

Dr.ssa Fiamma ROLLANDI



Dr. Andrea TOMASINI



- **Segretario:**

Dott.ssa Silvia SIMONETTI

