CRA
Centrale Regionale di Acquisto
Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA tel. 010/8492536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it

REGIONE LIGURIA
Consorzio
Centrale Regionale Acquisti
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo n. 2375
del 18/12/2012

REGIONE LIGURIA

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di suture chirurgiche da destinare a AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi 36 (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) - Lotti n. 19. Numero gara 4222910.

Verbale della Commissione giudicatrice

PRIMA SEDUTA RISERVATA
20/11/2012

I giorno venti del mese di novembre dell'anno duemiladodici, alle ore 10,00 presso i locali della sede operativa della Centrale Regionale di Acquisto - Ospedale Villa Scassi (Genova), si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento della fornitura di suture chirurgiche da destinare a AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi 36 (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) - Lotti n. 19. Numero gara 4222910.

Sono presenti i Signori

Prof. Sergio BONDANZA	Direttore Dipartimento Chirurgia e Direttore S.C. Chirurgia generale Nord ASL 3 "Genovese"	Presidente
Prof. Ferdinando CAFIERO	Direttore S.C. Oncologia chirurgica IRCCS AOU San Martino/IST	Componente
Dott. Giovanni DARDANO	Direttore S.C. Chirurgia Generale Osp. Lavagna ASL 4 "Chiavarese"	Componente
Dott. Marco FILAURO	Direttore del dipartimento di chirurgia generale e delle malattie dell'apparato digerente, E.O. Ospedali Galliera	Componente
Dott. Emanuele ROMAIRONE	Dirigente Medico, Chirurgia Oncologica IRCCS AOU San Martino/IST	Componente

Sono altresì presenti in rappresentanza della Centrale Regionale di Acquisto il RUP della procedura Dott. Riccardo Zanella dirigente della Centrale, il dr. Attilio Profumo collaboratore amministrativo e il sig. Ivo Gagliolo

Lo scopo della seduta è quello di determinare le modalità di operatività della procedura di valutazione.

Il Dr. Zanella ricorda ai presenti che

- con deliberazione n. 37 del 24/5/2012 si è provveduto ad indire la gara in argomento ed all'approvazione del Capitolato speciale e delle norme di partecipazione;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del 13/07/2012;
- la seduta per l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa si è svolta il giorno 20/7/2012;

Dalla verifica della documentazione amministrativa è emersa l'idoneità della documentazione presentata e pertanto l'ammissione delle sottoelencate ditte alla fase di valutazione tecnica:

Ditta	Documentazione amministrativa	Lotti per i quali la Ditta presenta offerta
B. Braun Milano S.p.A.	Idonea	1,2,3,4,5,6,7,8, 11,12,13, 16
Covidien Italia S.p.A.	Idonea	1,2,3, 7,8, 10,11,12,13,14, 16, 19
Distrex S.p.A.	Idonea	12
Ergon Sutramed S.p.A	Idonea	1,2, 7,8, 11,12, 16,17
Johnson & Johnson Medical S.p.A.	Idonea	2,3, 5,6,7,8,9, 11,12,13, 15, 16,17, 19

La Società Distrex ha regolarizzato la propria posizione amministrativa inviando il documento mancante
Per quanto riguarda le verifiche di cui all'art. 48 comma 1 - del D.Lgs 163/2006 relativamente al concorrente estratto, Johnson e Johnson Medical S.p.A. la Centrale dispone già della documentazione comprovante la capacità economico-finanziaria, per averla acquisita agli atti in precedenti procedure di gara.
Ai presenti viene consegnata una copia del capitolato tecnico.
Il RUP fa presente che il lotto n. 18 è andato deserto; il lotto con maggiore partecipazione è il lotto n. 12 (cinque offerte); i lotti 2, 7, 8, 11, 16 hanno ricevuto quattro offerte; i lotti 1, 3, 13 hanno ricevuto tre offerte; i lotti 5, 6, 17, 19 due offerte; i lotti 4, 9, 10, 14, 15 sono monofferta.

Il carico di lavoro istruttorio dipenderà oltre che dal numero di offerte presentate dal numero di riferimenti di campionatura da esaminare e valutare.
Le campionature richieste nei singoli lotti sono le seguenti:

Lotto	Campionatura
1	1004, 1005
2	2005, 2007, 2010, 2021
3	3001, 3003, 3005, 3016
4	4005
5	5001
6	6013, 6016, 6021, 6026
7	7011, 7021, 7026, 7037, 7053, 7062
8	8002, 8003, 8009
9	9116, 9222, 9310
10	10101, 10207, 10222
11	11007, 11015, 11024, 11030, 11033
12	12010, 12014
13	13002, 13014, 13024
14	14002
15	15002
16	16013, 16026, 16031, 16035, 16037
17	17001
19	19001

A questo punto il RUP invita la Commissione giudicatrice a visionare lo stato di conservazione della campionatura e della documentazione tecnica. Entrambe risultano adeguatamente custodite in

spazio chiuso a chiave. Documentazione e campionatura risultano integre nei confezionamenti originali.

Il RUP ricorda che la procedura di gara è una procedura basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa , cioè una gara qualità/prezzo.
Sono stati previsti dalla Commissione tecnica numerosi parametri di valutazione da applicare prevalentemente con il sistema del confronto a coppie. Ciascun Commissario cioè dovrà dare una propria valutazione comparativa per ogni parametro e per ogni riferimento campionato sulla base di confronti con tutti gli altri riferimenti. La valutazione comparativa potrà avere come esito un pareggio (1:1) oppure una prevalenza minima (2:0), media (3:0, 4:0), massima (5:0), assoluta (6:0).
Alcuni parametri (di natura più empirica) prevedono invece la valutazione del singolo commissario su una scala da 0,0 (valore minimo) a 1,0 (valore massimo).
Vengono consegnati ai presenti i prospetti di valutazione su cui ogni commissario appunterà il proprio giudizio numerico. La valutazione anche se resa in forma individuale deve essere comunque effettuata in seduta collegiale (collegio perfetto).
La gara prevede valutazioni sia per gli aghi che per i fili.
Sarà richiesto ai Commissari, nel caso di identici confronti a coppia (cioè ripetuti tra i medesimi riferimenti in più lotti), una unica valutazione che poi sarà replicata per tutti i confronti.

Al momento non è dato sapere il numero di confronti che si renderanno necessari perché non sono noti i riferimenti offerti da parte dei singoli concorrenti. Una volta aperta la documentazione tecnica e conosciuti i riferimenti offerti sarà possibile programmare al meglio i confronti.
Per i lotti in cui è stata presentata una unica offerta i commissari saranno chiamati a esprimere una valutazione da 0 a 1 per il complesso dei riferimenti presentati; non è necessario in questo caso la valutazione separata per ciascun singolo riferimento.
Un apposito foglio di calcolo provvederà a mediare le valutazioni di tutti i componenti, a effettuare le operazioni di riparametrazione, a calcolare le soglie di ammissione.
Tutta la procedura sarà tracciabile. Determinati i punteggi grezzi dal confronto a coppie si procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste economiche e all'applicazione del metodo ELECTRE per la determinazione dell'offerta migliore.
Per quanto riguarda le modalità operative i Commissari, visti anche i parametri di valutazione, stabiliscono quanto segue:

- <u>sede</u>
  non sono necessari spazi dedicati in camera operatoria. Le sedute riservate di valutazione si svolgeranno presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto

- <u>tempi di svolgimento delle sedute</u>
  si concorderanno di volta in volta le sedute con cadenza orientativamente settimanale

- <u>materiali da utilizzare</u>
  si verificherà la possibilità di utilizzo di idoneo materiale di natura sintetica, fermo restando che in caso di provata inadeguatezza si ricorrerà a tessuto animale (es. cotenna maiale)

- <u>modalità operative di svolgimento delle prove di valutazione (distinte per i due componenti ago/filo)</u>

FILO

- **A1 GRADO DI MEMORIA DEL FILO**
  Viene aperta la bustina, estratto l'ago con il porta aghi, posato il filo asciutto su un piano e portato il filo alla massima estensione come solitamente si effettua in camera operatoria.

- **A2 SCORREVOLEZZA DEL FILO**
  Viene simulata su apposito supporto (tessuto animale o materiale sintetico) una sutura continua con più punti.

- **A3 TENUTA NODO E RESISTENZA ALLA TRAZIONE**
  Si tratta di una dimensione di valutazione "empirica" che accerta la tenuta del nodo e la resistenza alla trazione del filo. Viene eseguito un nodo intorno ad un occhiello e esercitata una trazione al di sotto del medesimo per verificarne la tenuta. Durante la trazione ne viene valutata altresì la resistenza.

AGO

- **B1 CAPACITA' DI PENETRAZIONE**
  Per valutare la capacità di penetrazione dell'ago si effettua una prova di due passaggi del medesimo ago in un materiale idoneo (tessuto animale o materiale sintetico).

- **B2 RESISTENZA ALLE DEFORMAZIONI E ALL'USO RIPETUTO**
  L'ago deve mantenere il più possibile immutate le caratteristiche di curvatura, anche dopo molteplici passaggi. L'ago non deve deformarsi precocemente costringendo a sostituzioni premature.
  Per valutare la resistenza alle deformazioni si effettua una prova di almeno 10 passaggi del medesimo ago in un materiale idoneo (tessuto animale o materiale sintetico).

- **B3 RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI ELASTICHE (PIEGATURE)**
  L'ago viene serrato in due portaaghi, uno in prossimità della punta, l'altro in prossimità dell'attacco, facendo una serie di movimenti di abduzione, adduzione. Viene valutato, a parità di sollecitazioni, il livello di piegatura/rottura determinato nell'ago.

- **B4 STABILITA' SUL PORTA AGHI**
  La presenza di scanalature o un modesto appiattimento dell'ago consente un migliore incastro con i solchi all'interno delle branche del porta aghi.
  La prova consiste nel simulare una sutura in un blocco di materiale di maggiore densità (plastica morbida, pelle sintetica, una sezione di elenco telefonico) rispetto a un tessuto/membrana naturale e nell'apprezzare eventuali differenze di serraggio dovute alle caratteristiche di profilatura dell'ago durante la fase di sutura.

- **B5 CORRISPONDENZA CALIBRO AGO FILO E QUALITA DELLA GIUNZIONE**
  Quanto maggiore è la corrispondenza dei calibri tra la coda dell'ago e il filo, tanto maggiore sarà il punteggio attribuibile.
  Quanto più morfologicamente regolare è l'assemblaggio ago-filo tanto maggiore sarà il punteggio attribuibile.
  La valutazione si svolge mediante apprezzamento visivo e prova pratica di distacco del filo dall'ago.

I commissari comunicano la propria disponibilità per il giorno 3 dicembre per l'apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica.

La seduta è tolta alle ore 16,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISIONE GIUDICATRICE	
Prof. Sergio	BONDANZA
Prof. Ferdinando	CAFIERO
Dott. Giovanni	DARDANO
Dott. Marco	FILAURO
Dott. Emanuele	ROMAIRONE

PER LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO	
Dott. Riccardo	ZANELLA
Dott. Attilio	PROFUMO
Sig. Ivo	GAGLIOLO