

**AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel. 010/5488561
e-mail: luligmoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Antonella Gessaga tel. 010/5488542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di indire una procedura di Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di GENERATORI DI Tc^{99m} - Lotto unico, occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e II.R.C.C.S della Regione Liguria e Ausl Valle d'Aosta

Verbale seduta "Consultazione preliminare di mercato"

A seguito delle richieste di chiarimenti che sono giunte a questa Centrale Regionale di Acquisto (di seguito più brevemente indicata Centrale) entro il giorno 17/04/2017, il giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2019, alle ore 12.00 presso la Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio n. 64, 2° piano - Genova, si è svolta la "consultazione preliminare di mercato", in merito alla procedura di gara in oggetto al fine di risolvere le criticità emerse in fase istruttoria dovute alla complessità dei prodotti oggetto di gara e di fornire alla Centrale gli strumenti di conoscenza del mercato per valutare in modo completo i bisogni delle varie Aziende sanitarie della Regione Liguria ed effettuare scelte consapevoli sia in termini di scelta tecnica sia in relazione al concreto oggetto dell'acquisto tra le molteplici offerte del mercato libero, in attuazione dell'art. 66 D. Lgs. n. 50/2016.

E' fondamentale chiarire che il momento in cui si svolge la presente "consultazione preliminare di mercato" è quello antecedente all'indizione della gara.

La Centrale procede a verbalizzare nel presente verbale gli argomenti trattati e le conclusioni condivise che troveranno la loro formalizzazione nella documentazione di gara.

Si dà atto che sono presenti:

Per la Centrale:

- Dott. Luigi Moreno Costa
- Dott.ssa Antonella Gessaga

Per la Commissione tecnica:

- Prof. Gianmario Sambuceti



AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel. 010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Referente: Dott.ssa Antonella Gessaga tel. 010/5488542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di indire una procedura di Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di GENERATORI DI Tc^{99m} - Lotto unico, occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e II.R.C.C.S della Regione Liguria e Ausl Valle d'Aosta

Verbale seduta "Consultazione preliminare di mercato"

A seguito delle richieste di chiarimenti che sono giunte a questa Centrale Regionale di Acquisto (di seguito più brevemente indicata Centrale) entro il giorno 17/04/2017, il giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2019, alle ore 12.00 presso la Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio n. 64, 2° piano - Genova, si è svolta la "consultazione preliminare di mercato", in merito alla procedura di gara in oggetto al fine di risolvere le criticità emerse in fase istruttoria dovute alla complessità dei prodotti oggetto di gara e di fornire alla Centrale gli strumenti di conoscenza del mercato per valutare in modo completo i bisogni delle varie Aziende sanitarie della Regione Liguria ed effettuare scelte consapevoli sia in termini di scelta tecnica sia in relazione al concreto oggetto dell'acquisto tra le molteplici offerte del mercato libero, in attuazione dell'art. 66 D. Lgs. n. 50/2016.

E' fondamentale chiarire che il momento in cui si svolge la presente "consultazione preliminare di mercato" è quello antecedente all'indizione della gara.

La Centrale procede a verbalizzare nel presente verbale gli argomenti trattati e le conclusioni condivise che troveranno la loro formalizzazione nella documentazione di gara.


Si dà atto che sono presenti:

Per la Centrale:

- Dott. Luigi Moreno Costa
- Dott.ssa Antonella Gessaga

Per la Commissione tecnica:

- Prof. Gianmario Sambuceti



Quesito 1

-con riferimento a quanto riportato nel Capitolato Tecnico pag. 2 "Penali" il tenore delle richieste lascia intravedere una componente qualitativa discriminante che genererebbe l'applicazione delle penali, il che non trova riscontro nel criterio di aggiudicazione previsto dal Capitolato e cioè di offerta al prezzo più basso.

Ciò considerato si chiede di variare la modalità di aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo.

Risposta:

La disciplina delle penali è stata modificata come risulta dal Capitolato Tecnico.

Quesito 2

- si chiede di specificare l'attività richiesta per ogni generatore in Mo99 o almeno in 99Tc/99Mo;

Risposta:

Vedere allegato A1.

Quesito 3

- si chiede di specificare per ogni U.O. il giorno e l'orario di consegna richiesto per il generatore pre-scelto (al fine di una miglior ottimizzazione della produzione presso i nostri Siti di Produzione);

Risposta:

Vedi risposta al quesito n. 4

Quesito 4

- si chiede di riportare i giorni di consegna richiesti (da 4 a 10) prima della data di taratura alle attuali condizioni di taratura previste per i generatori attualmente in commercio e prodotti presso i nostri siti di Produzione;

Risposta:

Il giorno della consegna è libera scelta del fornitore purchè:

1) avvenga in giorno feriale (da lunedì al venerdì)

2) sia concordata con l'U.O. richiedente



3) sia precedente alla taratura di numero di giorni ≥ 4 e ≤ 10 .

4) è stato corretto il capitolato al punto 3 dei Requisiti di minima.

Quesito 5

- si chiede di specificare se trattasi di refuso la fornitura di n. 4 (quattro) porta flaconi schermati all'anno per ogni U.O. (essendo i flaconi schermati multi-uso e con una durata superiore all'anno). Si fa presente che gli stessi hanno un altissimo costo che inevitabilmente tenderebbero a lievitare sensibilmente il prezzo dei generatori da quotare;

Risposta:

E' stato corretto il capitolato al punto 5 dei Requisiti di minima.

Quesito 6

- le penali indicate ci risultano eccessive rispetto al costo del generatore; si chiede pertanto di indicare una % secondo la normativa di legge vigente.

Risposta:


Si accoglie e si applica la penale dell'1‰ per ogni giorno di ritardo, come previsto dalla normativa.

Quesito 7

-si segnala che i vial da 20 ml non sono più presenti in commercio.

Risposta:

E' stato corretto il capitolato al punto 4 dei Requisiti di minima.



Quesito 8

1) PENALI

Con riferimento all'art. "Penali" del Capitolato Tecnico, si è riscontrato che le penali previste in caso di ritardato o mancato adempimento alle prestazioni del contratto non sono conformi a legge e non limitate nel loro ammontare complessivo.

Si invita codesta spettabile Amministrazione a voler confermare che si sia trattato di una mera svista redazionale e che, invece, devono ritenersi comunque applicabili i limiti quantitativi giornalieri e complessivi di cui al nuovo art. 113-bis comma 2 del D Lgs 50/2016 come modificato dal D lgs 56/2017 e segnatamente in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque complessivamente non superiori al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Risposta:

Vedi risposta al quesito n. 6.

Quesito 9

2) REQUISITI TECNICI

All'interno dei requisiti tecnici si chiede di modificare la richiesta dell'indicazione dell'ora di produzione e scadenza, consentendo di dichiarare solo la data (giorno) di produzione e scadenza degli stessi in quanto prodotti aventi una emivita tale da rendere trascurabile l'ora di produzione e scadenza.

Risposta

E' stato corretto il capitolato a pag. 1.


Quesito 10

3) CONSEGNA DEI PRODOTTI

L'art. "Consegna dei prodotti" del Capitolato Tecnico prevede che "Nessun ulteriore onere aggiuntivo dovrà essere riconosciuto per imballo e trasporto".

Si precisa che per i prodotti radioattivi vengono trasportati tramite corrieri autorizzati con mezzi idonei, come previsto dalle apposite norme (ADR), con un notevole aggravio di costi e comportando pertanto che le spese di trasporto, per i soli prodotti radioattivi, siano a carico del destinatario, come peraltro già praticato attualmente. Si chiedono quindi chiarimenti in merito alle modalità con le quali vadano indicate

le tariffe di trasporto nella formulazione dell'offerta economica, tenendo conto del fatto che tale costo è da imputarsi a 'consegna' indipendentemente dal numero di colli consegnati.



Risposta

Il prodotto è inteso a consegna. Quindi il prezzo complessivo di ogni generatore deve comprendere il costo del trasporto. Quest'ultimo infatti è a carico del venditore.

Quesito 11

4) REQUISITI DI MINIMA PENA ESCLUSIONE

Punto 8

Con riferimento al ritiro dei generatori esausti di cui al punto 8 dei requisiti di minima pena esclusione, si precisa che la scrivente è in grado di effettuare il servizio di ritiro finalizzato al recupero e alla rilavorazione dei contenitori in Piombo al fine di minimizzare l'impatto ambientale. Si chiede pertanto di confermare l'ammissibilità del servizio ai fini della rilavorazione.

Punto 4

Si segnala che al momento ci risultano presenti sul mercato due tipologie di generatori: una di questa presenta fiale a corredo di volume pari a 5/6 ml ed in opzione è possibile fornire anche fiale per eseguire eluizioni da 9-11 ml o da 14-16 ml; l'altra tipologia presenta a corredo fiale per eseguire eluizioni o da 5 ml o da 11 ml con la possibilità di fornire in opzione anche fiale per eluizione di 25 ml di volume. Di norma sono sufficienti per l'eluizione solo le fiale a corredo e pertanto quelle opzionali vengono di norma fornite solo su specifica richiesta dell'utilizzatore: in merito a questo punto si suggerisce quindi di modificare il capitolato, specificando che i generatori dovranno essere forniti con un corredo di almeno 10 fiale per l'eluizione con range da 5 a 25 ml (che consentono due eluizioni al giorno per 5 giorni lavorativi) con volumi da concordare con i singoli reparti utilizzatori secondo l'organizzazione degli stessi.

Risposta

Punto 8: Il prodotto esausto è da considerarsi completo della relativa schermatura.

La gestione degli esausti è completa responsabilità del soggetto ritirante

Punto 4: Vedi risposta al quesito n. 7.

Quesito 12

Punto 9

I due generatori oggi disponibili sul mercato producono entrambi un eluato impiegabile per gran parte delle marcature anche oltre le 48 ore dall'ultima eluizione. Ciò quindi consente di poter gestire i generatori di tecnezio senza dover utilizzare ulteriori device; si chiede pertanto di voler modificare il capitolato, specificando che gli eluatori dovranno essere forniti solo in caso di specifica richiesta del reparto, se necessario, per lo svolgimento delle attività dello stesso. Con ciò si vuol evitare la possibilità di una proposta discrezionale da parte dell'offerente e allo stesso tempo la proposta/fornitura di device che possono risultare non necessari da gran parte degli utilizzatori.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Risposta

Il capitolato è stato modificato al punto 9 dei Requisiti di minima.

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo del committente (www.acquistiliguria.it) e sarà parte integrante della documentazione di gara.

La seduta è tolta alle ore 13.15.

Letto, confermato e sottoscritto,

Prof. Gianmario Sambuceti

Dott. Fabrizio Bisi

Dott. Roberto Chittolini