

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA - tel.010/548-8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it

Referente: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI - tel. 010/548-8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
per l'affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia capillare in ambito
ospedaliero per le Aziende Sanitarie della Regione Liguria
per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)
Lotto unico - N. gara 5881144**

Seconda seduta pubblica

25 settembre 2015

Verbale di apertura delle offerte tecniche

Il giorno 25 settembre 2015, alle ore 9.20 presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 177 del 23.7.2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la verifica della conformità agli atti di gara della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle Ditte concorrenti nonché per la valutazione di qualità e l'attribuzione dei relativi punteggi ai fini dell'aggiudicazione provvisoria della fornitura oggetto di gara. Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Struttura	
SPITALERI	Antonino	S.S. Sicurezza Laboratorio ASL n. 3 Genovese	in qualità di Presidente
VERSARI	Giorgio	S.S. Diabetologia e Malattie Metaboliche A.S.L. n. 4 Chiavarese	in qualità di Componente
REBORA	Clara	Infermiere Professionale Centro di Diabetologia Pediatrica Istituto Giannina Gaslini	in qualità di Componente

E' presente il dott. Riccardo Zanella della Centrale, RUP della procedura che svolge anche le funzioni di Ufficiale Rogante, assistito da personale della Centrale e precisamente dalla Dott.ssa Tiziana Tazzoli, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione e dalla Dott.ssa Cristina CASILLI.
La seduta è pubblica.

In rappresentanza delle Ditte offerenti sono presenti i Signori:

DITTA	NOMINATIVO
ABBOTT srl	Fiorineschi Tommaso
BIOCHEMICALS SYSTEMS INTERNATIONAL srl	

Centrale Regionale di Acquisto

BIOSEVEN srl	Nicolis Giovanni, Greta Santoro
MENARINI DIAGNOSTICS spa	Salvadori Alessandro, Ghiozzo Federica, Ciuccoli Angelo, Borghese Alessandro
ROCHE DIAGNOSTICS spa	Maffei Alessandro, Consonni Federica
SANOFI spa	Maghei Sergio, Olivieri Maurizio

Il RUP dà preliminarmente atto che le Ditte MENARINI e BIOCHEMICAL SYSTEMS, ammesse con riserva come da verbale prot. n. 2067 del 6.3.2015, hanno regolarizzato la loro posizione come di seguito specificato:

- Ditta MENARINI – ha provveduto, entro il termine assegnato del 16 marzo 2015 ore 12:00, ad integrare le dichiarazioni rese dai soggetti obbligati ex art. 38, comma 1, lett. f) e h) e comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 ed al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 ed è pertanto regolarmente ammessa al prosieguo della presente procedura di gara;
- Ditta BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL – ha provveduto, entro il termine assegnato del 16 marzo 2015 ore 12:00, ad inviare copia del documento di identità in corso di validità della Sig.ra Edi Mondani ai fini della regolarizzazione ex art. 71, comma 3, del DPR n. 445/2000 ed è pertanto ammessa al prosieguo della gara;

In merito alla Ditta SANOFI spa il RUP precisa quanto segue:

- la ditta non ha provveduto a trasmettere entro il termine assegnato del 16 marzo 2015, a corredo della documentazione amministrativa presentata:
 - l'attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, del D. Lgs. n. 163/2006 di € 140,00 codice CIG 6069510E16;
 - garanzia a corredo dell'offerta ex art. 75 D. Lgs. n. 163/2006;
 - dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 per il caso l'offerente risultasse aggiudicatario;
 - copia della documentazione di gara sottoscritta per accettazione in calce ad ogni pagina dal Legale Rappresentante/Procuratore Speciale
 - scheda fornitore (allegato F3) debitamente compilata e firmata
- peraltro la Ditta SANOFI spa è esclusa dalla presente procedura di gara.

Il RUP dà inoltre atto che le verifiche disposte ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, sulla ditta sorteggiata (ROCHE DIAGNOSTICS spa) hanno dato esito positivo per quanto riguarda:

- il fatturato degli esercizi 2011-2012-2013
- le principali forniture eseguite negli ultimi tre anni 2011-2012-2013.

In considerazione del positivo esito delle verifiche di cui sopra, la Commissione decide di passare all'esame della documentazione tecnica.

Il RUP puntualizza che le buste tecniche sono state custodite in armadio chiuso a chiave, in luogo chiuso.

A questo punto il Presidente invita le ditte a verificare l'integrità delle singole buste.

I convenuti designano la Sig.ra Consonni Federica alla verifica dell'integrità delle singole buste.

Il RUP comunica che, in ottemperanza all'art. 120 D.P.R. n. 207/2010, come modificato dall'art. 12 D.L. n. 52/2012 convertito con legge 6/7/2012, n. 94 e secondo i criteri stabiliti dalla sentenza del Consiglio di Stato (Quinta Sezione, ordinanza 17 maggio 2011 n. 2987), la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche si svolge in seduta pubblica. Si procederà poi in seduta riservata alla valutazione delle relative offerte tecniche.

Prima di procedere all'apertura delle buste sigillate contenenti la documentazione tecnica il Presidente della Commissione illustra ai presenti le modalità di riscontro della documentazione tecnica e della campionatura. Saranno sommariamente confrontati gli atti presentati da ciascuna Ditta con l'elenco dei documenti tecnici allegato dalle medesime in purificazione all'elenco di documenti tecnici richiesto dal disciplinare di gara.

L'operazione non deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto. E' ammessa la divulgazione della denominazione dei prodotti offerti.

Si procederà quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura per verificarne la conformità a quanto richiesto negli atti di gara.

Gli Uffici della Centrale hanno provveduto a predisporre, per ciascuna ditta partecipante, apposite schede sia per la verifica della conformità tecnica che della campionatura, sulle quali appuntare la rispondenza degli atti presentati dalle ditte alla documentazione richiesta dal disciplinare di gara e dai relativi allegati.

Il RUP ricorda ai presenti i documenti tecnici richiesti dal Disciplinare:

1. scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti;
2. dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'Allegato F4), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti;
3. catalogo, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B";
4. copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici la Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alle Direttive 93/42;
5. copia della certificazione attestante la conformità del prodotto offerto alla Norma ISO 22870 (2006) oppure alla Norma ISO 15197 (2013) come precisato in sede di chiarimenti;
6. dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;
7. dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e Codici CND;
8. dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore;
9. copia offerta economica dei prodotti offerti, priva dei prezzi (c.d. offerta silente);
10. elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata.

Il Presidente della Commissione giudicatrice procede, secondo il criterio sopra riportato:

- all'apertura delle buste contenenti le documentazioni tecniche;
- alla verifica della presenza di tutti i documenti tecnici predisposti dalle Ditte offerenti;
- alla verifica della campionatura presentata;
- alla lettura del nome commerciale del prodotto offerto;
- alla compilazione delle schede predisposte per singola ditta e allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (elenco documenti prodotti ed elenco campionature presentate – all. 1 e 2).

Alle ore 9:30 inizia l'esame della verifica della sussistenza della documentazione tecnica a partire dalla ditta Abbott srl.

Centrale Regionale di Acquisto

Abbott s.r.l.

Dall'esame della documentazione e della campionatura presentata dalla ditta Abbott s.r.l. si evidenziano le seguenti situazioni:

Prodotto presentato: Freestyle Optium Neo H e relative strisce: cod. 7135580

La documentazione tecnica risulta completa e conforme.

Biochemical Systems

Dall'esame della documentazione e della campionatura presentata dalla ditta Biochemical Systems si evidenziano le seguenti situazioni:

Prodotto presentato: U Right TD 4279 Meter: cod. 1267070 con relative strisce

La documentazione tecnica risulta completa e conforme.

Bioseven

Dall'esame della documentazione e della campionatura presentata dalla ditta Bioseven si evidenziano le seguenti situazioni:

Prodotto presentato: Linea D oro HR Bio 044 – Bio 045 con relative strisce

La documentazione tecnica risulta completa e conforme.

Menarini

Dall'esame della documentazione e della campionatura presentata dalla ditta Menarini si evidenziano le seguenti situazioni:

A una prima sommaria verifica non è presente idonea documentazione relativa al possesso della certificazione 22870 o ISO 15197.

In particolare l'autocertificazione del produttore di conformità del prodotto offerto non è riferita alla norma ISO 15197. Menarini ha allegato però una relazione, su carta intestata del produttore Nova Biomedical, non sottoscritta attestante la "concordancy" con la norma ISO 15197 (2013).

La Commissione ritiene di ammettere con riserva di successiva regolarizzazione l'offerta Menarini alla fase di valutazione tecnica.

Prodotto presentato: Startstrip Glusensor con relative strisce

Roche

Dall'esame della documentazione e della campionatura presentata dalla ditta Roche si evidenziano le seguenti situazioni:

Prodotto presentato: Accucheck Active meter only

La documentazione tecnica risulta completa e conforme.

La verifica della conformità delle offerte tecniche e della campionatura viene completata alle ore 10:00.

L'esito della verifica di conformità delle offerte tecniche e della campionatura e la valutazione a quanto richiesto dagli atti di gara è riportato nelle schede allegate (ALLEGATO 1).

A seguito del riscontro della documentazione tecnica e della campionatura presentata sono state ammesse al prosieguo della procedura tutte le ditte concorrenti. La seduta pubblica termine alle ore 10:00

Il Presidente informa tutti i presenti che la seduta pubblica viene aggiornata alle ore 14:00 per la comunicazione degli esiti della valutazione tecnica, e l'eventuale apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice, procede quindi, in seduta riservata non pubblica, all'esame dettagliato della documentazione tecnica e della relativa campionatura presentata dalle Ditte ammesse al prosieguo della gara,

Centrale Regionale di Acquisto

verificando che quanto proposto dalle Ditte concorrenti risponda alle caratteristiche tecniche indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.

Alle ore 10:05 inizia, quindi, la valutazione delle offerte tecniche presentate, da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.

Gli Uffici della Centrale hanno predisposto apposite schede sulle quali saranno appuntate le valutazioni della Commissione.

La Commissione giudicatrice procede quindi alla verifica di quanto stabilito prendendo in esame le offerte secondo il seguente ordine:

ABBOTT srl
BIOCHEMICALS SYSTEMS INTERNATIONAL srl
BIOSEVEN srl
MENARINI DIAGNOSTICS spa
ROCHE DIAGNOSTICS spa

Per quanto riguarda l'offerta Menarini Diagnostics spa la Commissione, esaminata nel dettaglio la documentazione presentata, rileva la mancanza agli atti di idonea certificazione di conformità del prodotto offerto alla norma ISO 15197 (2013) o in alternativa alla norma ISO 22870 (2006) da' mandato al RUP di chiedere una integrazione della documentazione inviata.

Menarini Diagnostics dovrà fornire un documento di compiuta attestazione della conformità del prodotto offerto a una delle due norme ISO citate.

I lavori vengono interrotti alle ore 13,35 per la pausa ristoro.

Alle ore 14,10 vengono riammessi alla seduta i rappresentanti delle ditte offerenti.




Il Presidente della Commissione giudicatrice comunica che è stata chiesta una integrazione della documentazione tecnica alla società Menarini, in merito alla conformità del prodotto offerto alle norme ISO di riferimento, fissando come termine improrogabile il 1° ottobre prossimo venturo.

La Commissione aggiorna perciò i propri lavori in seduta pubblica per la lettura dei punteggi tecnici al 5 ottobre p.v. ore 16,00 e prosegue le proprie attività di valutazione in seduta riservata

Alle ore 14,25 i rappresentanti delle Ditte presenti si allontanano dalla Sala della riunione.

Il presente verbale composto da n. 11 fogli (compresi gli allegati), viene acquisito agli atti per gli adempimenti consequenziali.

Letto, firmato e sottoscritto:

Cognome	Nome	Funzione	
SPITALERI	Antonino	Presidente	
VERSARI	Giorgio	Componente	
REBORA	Clara	Componente	
ZANELLA	Riccardo	Ufficiale rogante e RUP	
TAZZOLI	Tiziana	ARS Funzionario referente	
CASILLI	Cristina	ARS Assistente amm.vo	

ALLEGATO 1

**Gara a procedura aperta
per la fornitura di sistemi per la misurazione della
glicemia capillare occorrenti
alle AA.SS.LL./EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per un
ulteriore anno)**

Verifica documentazione tecnica

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top, and several smaller initials or marks below it.

Ditta: ABBOTT spa**FREE STYLE OPTIUM NEO H**

1	scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti	✓
2	dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'Allegato F4), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti	✓
3	catalogo, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B"	✓
4	copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42	✓
5	Copia della certificazione attestante la conformità del prodotto offerto alle norme ISO 15189 e 22870 o alla Norma ISO 15197	ISO 15197 ✓ (2013)
6	Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006	✓
7	Dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e codici CND	✓
8	Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	✓
9	Copia offerta economica dei prodotti offerti, priva dei prezzi (c.d. offerta silente)	✓
10	Elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata	✓

CAMPIONATURA:

1	n. 1 Glucometro in confezione originale	✓
2	n. 1 copia manuale d'suo del glucometro	✓
3	n. 1 confezione originale strisce reattive	✓
4	Foglietti illustrativi (bugiardino) strisce reattive	✓

Ditta: BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SRL

U-RIGHT TD 4270 METER

1	scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti	✓
2	dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'Allegato F4), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti	✓
3	catalogo, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B"	✓
4	copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42	✓
5	Copia della certificazione attestante la conformità del prodotto offerto alle norme ISO 15189 e 22870 o alla Norma ISO 15197 (2013)	✓ 15197 (2013)
6	Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006	✓
7	Dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e codici CND	✓
8	Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	✓
9	Copia offerta economica dei prodotti offerti, priva dei prezzi (c.d. offerta silente)	✓
10	Elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata	✓

CAMPIONATURA:

1	n. 1 Glucometro in confezione originale	✓
2	n. 1 copia manuale d'uso del glucometro	✓
3	n. 1 confezione originale strisce reattive	✓
4	Foglietti illustrativi (bugiardino) strisce reattive	✓

Handwritten signatures and initials.

Ditta: BIOSEVEN srl

LINEA D'ORO BIO 045

1	scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti	✓
2	dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'Allegato F4), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti	✓
3	catalogo, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B"	✓
4	copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42	✓
5	Copia della certificazione attestante la conformità del prodotto offerto alle norme ISO 15189 e 22870 o alla Norma ISO 15197 (2013)	ISO ✓ 15197
6	Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006	✓
7	Dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e codici CND	✓
8	Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	✓
9	Copia offerta economica dei prodotti offerti, priva dei prezzi (c.d. offerta silente)	✓
10	Elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata	✓

CAMPIONATURA:

1	n. 1 Glucometro in confezione originale	✓
2	n. 1 copia manuale d'uso del glucometro	✓
3	n. 1 confezione originale strisce reattive	✓
4	Foglietti illustrativi (bugiardino) strisce reattive	✓

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top and several initials below it.

Ditta: MENARINI DIAGNOSTICS srl

STAT STRIP GLU SENSOR

1	scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti	✓
2	dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'Allegato F4), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti	✓
3	catalogo, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B"	✓
4	copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42	✓
5	Copia della certificazione attestante la conformità del prodotto offerto alle norme ISO 15189 e 22870 o alla Norma ISO 15197 (2013)	del campione
6	Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006	✓
7	Dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e codici CND	✓
8	Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	✓
9	Copia offerta economica dei prodotti offerti, priva dei prezzi (c.d. offerta silente)	✓
10	Elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata	✓

CAMPIONATURA:

1	n. 1 Glucometro in confezione originale	✓
2	n. 1 copia manuale d'suo del glucometro	✓
3	n. 1 confezione originale strisce reattive	✓
4	Foglietti illustrativi (bugiardino) strisce reattive	✓

Ditta: ROCHE DIAGNOSTICS spa*ACCU CHECK ACTIVE*

1	scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti	✓
2	dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell' Allegato F4), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti	✓
3	catalogo , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B"	✓
4	copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42	✓
5	Copia della certificazione attestante la conformità del prodotto offerto alle norme ISO 15189 e 22870 o alla Norma ISO 15197 (2013)	ISO 15197 (2013)
6	Dichiarazione , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006	✓
7	Dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e codici CND	✓
8	Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	✓
9	Copia offerta economica dei prodotti offerti, priva dei prezzi (c.d. offerta silente)	✓
10	Elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata	✓

CAMPIONATURA:

1	n. 1 Glucometro in confezione originale	✓
2	n. 1 copia manuale d'suo del glucometro	✓
3	n. 1 confezione originale strisce reattive	✓
4	Foglietti illustrativi (bugiardino) strisce reattive	✓

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top and several smaller initials below it.