arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.I.0017401.10-09-2018

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Sergio Righetti tel. 010/548 8545
e-mail: sergiogiacomo.righetti@regione.liguria

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in service della fornitura di laser ad olmio per litotrissia per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per ulteriori anni due) - Lotto unico - Numero gara 6903339.

Verbale di valutazione della documentazione tecnica dell'8 maggio

Il giorno 8 del mese di Maggio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 15:00 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - si è riunita, in seduta non pubblica, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società ritenute idonee relativamente alla "Gara a procedura aperta per la fornitura di Laser a olmio per litotrissia per le necessità delle AA.SS.LL. e AA.OO della Regione Liguria".

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

cognome	*nome*	*incarico e struttura di provenienza*
BANCHERO	Dr. Riccardo	Dirigente Medico UO Clinica Urologica - Ospedale Policlinico San Martino IRCCS
CAVIGLIA	Dr. Carlo	Dirigente Medico della SC di Urologia del polo Ospedaliero di Sestri Levante – ASL 4
RAZORE	Dr.ssa Barbara	Inf. Ped. UO SO Chirurgia - Istituto Giannina Gaslini

E' altresì presente il dott. Luigi Moreno Costa Dirigente della Centrale, RUP della procedura, dalle ore 16,15 alle ore 17,30, assistito dal sig. Sergio Righetti con mere funzioni verbalizzanti.

La Commissione procede alle valutazioni relative ai requisiti di idoneità sulla base della documentazione tecnica fornita (mod F4 e schede tecniche) delle Società Carlo Bianchi Snc e Dimed Srl

La Commissione aggiorna i propri lavori al 15/05/2018 alle ore 15:00

La seduta è tolta alle ore 17,30

Verbale del giorno 15 maggio 2018

Il giorno 15 del mese di Maggio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 15:00 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - si è riunita, in seduta non pubblica, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società ritenute idonee relativamente alla "Gara a procedura aperta per la fornitura di Laser a olmio per litotrissia per le necessità delle AA.SS.LL. e AA.OO della Regione Liguria".

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

cognome	*nome*	*incarico e struttura di provenienza*
BANCHERO	Dr. Riccardo	Dirigente Medico UO Clinica Urologica - Ospedale Policlinico San Martino IRCCS
CAVIGLIA	Dr. Carlo	Dirigente Medico della SC di Urologia del polo Ospedaliero di Sestri Levante – ASL 4
RAZORE	Dr.ssa Barbara	Inf. Ped. UO SO Chirurgia - Istituto Giannina Gaslini

E' altresì presente sig. Sergio Righetti con mere funzioni verbalizzanti.

La Commissione procede alle valutazioni relative ai requisiti di idoneità sulla base della documentazione tecnica fornita (mod F4 e schede tecniche) delle Società Dornier Med Tech Srl e Urology Diagnostic Srl.

La Commissione aggiorna i propri lavori al 29.05.2018 alle ore 15,00

La seduta è tolta alle ore 17,30

Verbale del giorno 29 maggio 2018

Il giorno 29 del mese di Maggio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 15:00 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - si è riunita, in seduta non pubblica, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società ritenute idonee relativamente alla "Gara a procedura aperta per la fornitura di Laser a olmio per litotrissia per le necessità delle AA.SS.LL. e AA.OO della Regione Liguria".

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

cognome	*nome*	*incarico e struttura di provenienza*
BANCHERO	Dr. Riccardo	Dirigente Medico UO Clinica Urologica - Ospedale Policlinico San Martino IRCCS
CAVIGLIA	Dr. Carlo	Dirigente Medico della SC di Urologia del polo Ospedaliero di Sestri Levante – ASL 4
RAZORE	Dr.ssa Barbara	Inf. Ped. UO SO Chirurgia - Istituto Giannina Gaslini

E' altresì presente il dott. Luigi Moreno Dirigente della Centrale, RUP della procedura, assistito dal sig. Sergio Righetti con mere funzioni verbalizzanti.

La Commissione sulla base dei requisiti di idoneità della documentazione tecnica fornita (mod F4 e schede tecniche) valutati nelle sedute precedenti decide di richiedere alla Società Dimed Srl in quale parte della documentazione di gara offerta sono presenti i seguenti punti riportati nell'Allegato F4 (Voce D Protezionistica: richieste e caratteristiche obbligatorie pena esclusione):

- *Il fascio di puntamento presenta uno spot omogeneo e circolare con un diametro il più possibile equivalente a quello dello spot del Laser di trattamento e comunque non superiore ad 1,5 volte il diametro di uscita della fibra ottica*

- *Lo scostamento tra centro dello spot di puntamento e dello spot di trattamento è il minimo possibile e comunque non superiore al 50% del diametro dello Spot più piccolo*

- *Lo spot del Laser di trattamento presenta simmetria circolare ed uniformità di energia e potenza su tutto lo spot.*

La Società Dimed Srl infatti dichiara di essere in possesso dei requisiti obbligatori richiesti ma non indica riferimenti idonei all'individuazione degli stessi.

La Commissione quindi procede ad effettuare le valutazioni sugli item qualitativi individuati nel capitolato tecnico.

La Commissione aggiorna i propri lavori al 10/07/2018 alle ore 17,00

La seduta è tolta alle ore 17,30.

Verbale del giorno 10 luglio 2018

Il giorno 10 del mese di Luglio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 17:00 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - si è riunita, in seduta non pubblica, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società ritenute idonee relativamente alla "Gara a procedura aperta per la fornitura di Laser a olmio per litotrissia per le necessità delle AA.SS.LL. e AA.OO della Regione Liguria".

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

cognome	*nome*	*incarico e struttura di provenienza*
BANCHERO	Dr. Riccardo	Dirigente Medico UO Clinica Urologica - Ospedale Policlinico San Martino IRCCS
CAVIGLIA	Dr. Carlo	Dirigente Medico della SC di Urologia del polo Ospedaliero di Sestri Levante – ASL 4
RAZORE	Dr.ssa Barbara	Inf. Ped. UO SO Chirurgia - Istituto Giannina Gaslini

E' altresì presente il dott. Luigi Moreno Costa Dirigente della Centrale, RUP della procedura, assistito dal sig. Sergio Righetti con mere funzioni verbalizzanti.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria svolta nella precedente seduta giudica esaustiva la risposta fornita dalla Società Dimed Srl in data 05/06/2018 (ns prot. 10968 del 06/06/2018) in merito alla nota di richiesta di chiarimenti (ns prot. n.10449 del 30.05.2018) e aggiorna i propri lavori al giorno 7 settembre 2018 al fine di effettuare la prova pratica prevista dal Capitolato tecnico relativa alle apparecchiature presentate dalle Società, secondo il seguente calendario:

Carlo Bianchi Snc	Ore 10,00
Dimed Srl	Ore 10,30
Dornier Med Tech Italia Srl	Ore 11,00
Urology Diagnostic Srl	Ore 11,30

La seduta è tolta alle ore 18,15

BR

Verbale del giorno 7 settembre 2018

Il giorno 7 del mese di Settembre dell'anno duemiladiciotto, alle ore 10:00 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - si è riunita, in seduta , la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società ritenute idonee relativamente alla "Gara a procedura aperta per la fornitura di Laser a olmio per litotrissia per le necessità delle AA.SS.LL. e AA.OO della Regione Liguria".

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

cognome	*nome*	*incarico e struttura di provenienza*
BANCHERO	Dr. Riccardo	Dirigente Medico UO Clinica Urologica - Ospedale Policlinico San Martino IRCCS
CAVIGLIA	Dr. Carlo	Dirigente Medico della SC di Urologia del polo Ospedaliero di Sestri Levante – ASL 4
RAZORE	Dr.ssa Barbara	Inf. Ped. UO SO Chirurgia - Istituto Giannina Gaslini

E' altresì presente il dott. Luigi Moreno Costa Dirigente della Centrale, RUP della procedura, assistito dal sig. Sergio Righetti con mere funzioni verbalizzanti.

Con note prot. n. 13846 del 16/07/2018 sono state convocate le seguenti ditte, Carlo Bianchi Snc, Dimed Srl, Dornier Med Tech Italia Srl, Urology Diagnostic Srl.

Sono presenti i procuratori delle ditte sopraindicate che illustrano in sessione singola, non aperta al pubblico, l'apparecchiatura offerta in sede di gara.

Carlo Bianchi Snc – sigg. Sabrina Caviglioli, Pietro Trombetta, Roberto Altini – Alessandro Schibinzi	Ore 10,00
Dimed Srl – sigg. Massimo Gambino, Fabio Petrocchi	Ore 10,30
Dornier Med Tech Italia Srl – Massimiliano Rossi	Ore 11,00
Urology Diagnostic Srl – Nicola Nucci, Giorgio Zaninetti	Ore 11,30

La commissione, dopo aver verificato la conformità delle apparecchiature a quelle offerte procede quindi alle valutazioni relative alla prova pratica integrando i punteggi assegnati nelle precedenti sedute, come riportato nelle schede allegate quali parti integranti e sostanziali del presente verbale.

Il Presidente ringrazia i componenti della Commissione per la collaborazione prestata e consegna nelle mani del RUP il presente verbale per l'acquisizione agli atti.

La seduta è tolta alle ore 14,10

Letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Riccardo Banchero Presidente

Dr. Carlo Caviglia

Dr.ssa Barbara Razore

RUP: Dott. Luigi Moreno Costa

Segretario: Sig. Sergio Righetti

Laser ad olmio per litotrissia	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara		Carlo Bianchi Snc	Dimed Srl	Dornier Med Tech Italia Srl	Urology Diagnostic Srl	
				Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	
				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	
CARATTERISITICHE TECNICHE		Criterio di attribuzione del punteggio						
Minor peso (KG	2	Q4*		53,00	95,00	63,00	86,00	
			Punteggio	2,000	0,623	1,672	0,918	
Minor volume occupato ((m³))	2	Q4*		100000	333000	179087	200928	
			Punteggio	2,000	0,445	1,472	1,326	
Minor potenza assorbita (KW)	2	Q4*		0,0035	2,00	2,80	2,20	
			Punteggio	2,000	1	0,334	0,691	
Minor rumore emesso (dbA)	2	Q4*		70	55	75	58	
			Punteggio	1,143	2,000	0,857	1,829	
Classi di rischio: migliore la classe 3B rispetto alla classe IV	1	Q1	Banchero	1,00	1,00	1,00	1,00	
			Caviglia	1,00	1,00	1,00	1,00	
			Razore	1,00	1,00	1,00	1,00	
			Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	1,00	
			riportata a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	
			Punteggio	1,000	1,000	1,000	1,000	
Caratteristiche prestazionali migliorative e ulteriori funzioni rispetto a quelle richieste di base PROVA PRATICA	10	Q1	Banchero	0,20	1,00	0,40	0,30	Dai risultati della prova pratica sono emerse le seguenti caratteristiche che hanno determinato un maggior punteggio attribuito alla ditta DIMED: doppio pedale con due funzioni, fibre con 15 procedure per ogni fibra e chiusura in metallo ermetica, oltre ad una minore rumorosità e maneggevolezza complessiva
			Caviglia	0,20	0,60	0,40	0,40	
			Razore	0,20	0,70	0,60	0,40	
			Media coefficienti	0,20	0,77	0,47	0,37	
			riportata a 1	0,26	1,00	0,61	0,48	
			Punteggio	2,000	7,667	4,667	3,667	
Caratteristiche e dimensioni del display touch-screen PROVA PRATICA	3	Q2	Punteggio	0,00	7,25	2,75	1,50	
Dotazione di sistemi di segnalazione anomalie e allarmi oltre quelli previsti di base/norma PROVA PRATICA	3	Q1	Banchero	0,10	1,00	0,50	0,50	Dai risultati della prova pratica sono emerse le seguenti caratteristiche che hanno determinato un maggior punteggio attribuito alla ditta DIMED: sistema di controllo da remoto e autodiagnosi per riparazione guasti
			Caviglia	0,40	0,60	0,40	0,50	
			Razore	0,20	0,70	0,60	0,50	
			Media coefficienti	0,23	0,77	0,50	0,50	
			riportata a 1	0,30	1,00	0,65	0,65	
			Punteggio	0,700	2,300	1,500	1,500	
Preavviso acustico di emissione PROVA PRATICA	3	Q5		SI	SI	SI	SI	
			Punteggio	3,000	3,000	3,000	3,000	
Facilità e praticità di utilizzo del sistema del pannello di comando PROVA PRATICA	6	Q2	Punteggio	0,00	17,00	4,50	4,50	
Facilità montaggio e smontaggio fibre PROVA PRATICA	6	Q2	Punteggio	4,00	8,00	4,67	6,00	
Caratteristiche migliorative del Dispositivo di puntamento (es. colore) PROVA PRATICA	7	Q1	Banchero	0,20	0,90	0,50	0,50	Dai risultati della prova pratica sono emerse le seguenti caratteristiche che hanno determinato un maggior punteggio attribuito alla ditta DIMED: maggiore versatilità di regolazione della luce guida del sistema di puntamento
			Caviglia	0,30	0,50	0,50	0,50	
			Razore	0,30	0,40	0,60	0,50	
			Media coefficienti	0,27	0,60	0,53	0,50	
			riportata a 1	0,44	1,00	0,89	0,83	
			Punteggio	1,867	4,200	3,733	3,500	
FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA E POST GARANZIA		Criterio di attribuzione del punteggio						
Tempo di consegna apparecchiatura sostitutiva in giorni lavorativi	12	Q4*	ORE	24,00	24,00	24,00	48,00	
			Punteggio	12,000	12,000	12,000	3,429	
Caratteristiche migliorative del servizio di assistenza tecnica rispetto ai requisiti minimi	2	Q1	Banchero	0,60	0,60	0,60	0,60	
			Caviglia	0,50	0,50	0,50	0,50	
			Razore	0,50	0,60	0,60	0,50	
			Media coefficienti	0,53	0,57	0,57	0,53	
			riportata a 1	0,94	1,00	1,00	0,94	
			Punteggio	1,067	1,133	1,133	1,067	
Orario di disponibilità	2	Q2	Punteggio	2,00	1,00	0,00	2,00	
Assistenza on line	2	Q5		SI	SI	SI	SI	
			Punteggio	2,000	2,000	2,000	2,000	
Programma di formazione proposto (Allegare)	5	Q1	Banchero	0,80	0,60	0,60	0,60	
			Caviglia	1,00	0,60	0,60	0,60	
			Razore	0,90	0,60	0,60		
			Media coefficienti	0,90	0,60	0,60	0,40	
			riportata a 1	1,00	0,67	0,67	0,44	
			Punteggio	4,500	3,000	3,000	2,000	
Totale punteggio di qualità	70,00			41,276	73,428	48,285	39,926	
Totale punteggio di qualità riparametrato				39,349	70,000	46,031	38,062	

1)

Laser ad olmio per litotrissia Parametro da valutare:	**Q2 Caratteristiche e dimensioni del display touch-screen**

Dott. ***BANCHERO***

CARLO BIANCHI	0	DIMED	4
CARLO BIANCHI	0	DORNIER	2
CARLO BIANCHI	0	UROLOGY	2
DIMED	4	DORNIER	0
DIMED	4	UROLOGY	0
DORNIER	2	UROLOGY	0

CARLO BIANCHI	0
DIMED	12
DORNIER	4
UROLOGY	2

Dott. ***CAVIGLIA***

CARLO BIANCHI	0	DIMED	3
CARLO BIANCHI	0	DORNIER	2
CARLO BIANCHI	0	UROLOGY	2
DIMED	1	DORNIER	0
DIMED	1	UROLOGY	0
DORNIER	1	UROLOGY	0

CARLO BIANCHI	0
DIMED	5
DORNIER	3
UROLOGY	2

Dott.SSA ***RAZORE***

CARLO BIANCHI	0	DIMED	4
CARLO BIANCHI	0	DORNIER	2
CARLO BIANCHI	0	UROLOGY	2
DIMED	4	DORNIER	0
DIMED	4	UROLOGY	0
DORNIER	2	UROLOGY	0

CARLO BIANCHI	0
DIMED	12
DORNIER	4
UROLOGY	2

DITTA	Media valori
CARLO BIANCHI	0,000
DIMED	9,667
DORNIER	3,667
UROLOGY	2,000

Punteggio max parametro
3

Valore max media
4,000

DITTA	Punteggio attribuito
CARLO BIANCHI	0,000
DIMED	7,250
DORNIER	2,750
UROLOGY	1,500

2)

Laser ad olmio per litotrissia Parametro da valutare:	**Q2 Facilità e praticità di utilizzo del sistema del pannello di comando**

Dott. ***BANCHERO***

CARLO BIANCHI	0	DIMED	5
CARLO BIANCHI	0	DORNIER	2
CARLO BIANCHI	0	UROLOGY	2
DIMED	4	DORNIER	0
DIMED	4	UROLOGY	0
DORNIER	1	UROLOGY	1

CARLO BIANCHI	0
DIMED	13
DORNIER	3
UROLOGY	3

Dott. ***CAVIGLIA***

CARLO BIANCHI	0	DIMED	4
CARLO BIANCHI	0	DORNIER	2
CARLO BIANCHI	0	UROLOGY	2
DIMED	2	DORNIER	0
DIMED	2	UROLOGY	0
DORNIER	1	UROLOGY	1

CARLO BIANCHI	0
DIMED	8
DORNIER	3
UROLOGY	3

Dott.SSA ***RAZORE***

CARLO BIANCHI	0	DIMED	5
CARLO BIANCHI	0	DORNIER	2
CARLO BIANCHI	0	UROLOGY	2
DIMED	4	DORNIER	0
DIMED	4	UROLOGY	0
DORNIER	1	UROLOGY	1

CARLO BIANCHI	0
DIMED	13
DORNIER	3
UROLOGY	3

DITTA	Media valori
CARLO BIANCHI	0,000
DIMED	11,333
DORNIER	3,000
UROLOGY	3,000

Punteggio max parametro
6

Valore max media
4,000

DITTA	Punteggio attribuito
CARLO BIANCHI	0,000
DIMED	17,000
DORNIER	4,500
UROLOGY	4,500

3)

Laser ad olmio per litotrissia Parametro da valutare:	Q2 Facilità montaggio e smontaggio fibre

Dott. ***BANCHERO***

CARLO BIANCHI	1	DIMED	1
CARLO BIANCHI	1	DORNIER	1
CARLO BIANCHI	1	UROLOGY	1
DIMED	1	DORNIER	1
DIMED	1	UROLOGY	1
DORNIER	1	UROLOGY	1

CARLO BIANCHI	3
DIMED	3
DORNIER	3
UROLOGY	3

Dott. ***CAVIGLIA***

CARLO BIANCHI	0	DIMED	2
CARLO BIANCHI	0	DORNIER	1
CARLO BIANCHI	0	UROLOGY	1
DIMED	2	DORNIER	0
DIMED	2	UROLOGY	0
DORNIER	0	UROLOGY	2

CARLO BIANCHI	0
DIMED	6
DORNIER	1
UROLOGY	3

Dott.SSA ***RAZORE***

CARLO BIANCHI	1	DIMED	1
CARLO BIANCHI	1	DORNIER	1
CARLO BIANCHI	1	UROLOGY	1
DIMED	1	DORNIER	1
DIMED	1	UROLOGY	1
DORNIER	1	UROLOGY	1

CARLO BIANCHI	3
DIMED	3
DORNIER	3
UROLOGY	3

DITTA	Media valori
CARLO BIANCHI	2,000
DIMED	4,000
DORNIER	2,333
UROLOGY	3,000

Punteggio max parametro
6

Valore max media
3,000

DITTA	Punteggio attribuito
CARLO BIANCHI	4,000
DIMED	8,000
DORNIER	4,667
UROLOGY	6,000

4)

Laser ad olmio per litotrissia Parametro da valutare:	**Q2 Orario di disponibilità**

Dott. ***BANCHERO***

CARLO BIANCHI	1	DIMED	0
CARLO BIANCHI	2	DORNIER	0
CARLO BIANCHI	1	UROLOGY	1
DIMED	2	DORNIER	0
DIMED	0	UROLOGY	1
DORNIER	0	UROLOGY	2

CARLO BIANCHI	4
DIMED	2
DORNIER	0
UROLOGY	4

Dott. ***CAVIGLIA***

CARLO BIANCHI	1	DIMED	0
CARLO BIANCHI	2	DORNIER	0
CARLO BIANCHI	1	UROLOGY	1
DIMED	2	DORNIER	0
DIMED	0	UROLOGY	1
DORNIER	0	UROLOGY	2

CARLO BIANCHI	4
DIMED	2
DORNIER	0
UROLOGY	4

Dott.SSA ***RAZORE***

CARLO BIANCHI	1	DIMED	0
CARLO BIANCHI	2	DORNIER	0
CARLO BIANCHI	1	UROLOGY	1
DIMED	2	DORNIER	0
DIMED	0	UROLOGY	1
DORNIER	0	UROLOGY	2

CARLO BIANCHI	4
DIMED	2
DORNIER	0
UROLOGY	4

DITTA	Media valori
CARLO BIANCHI	4,000
DIMED	2,000
DORNIER	0,000
UROLOGY	4,000

Punteggio max parametro
2

Valore max media
4,000

DITTA	Punteggio attribuito
CARLO BIANCHI	2,000
DIMED	1,000
DORNIER	0,000
UROLOGY	2,000