

RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Prot. n. 6507 del 09/06/2016

Procedura aperta per la fornitura di Materiale e attrezzature per laboratorio analisi occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni cinque (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni) - Lotti n. 19 Numero gara 6090293.

*Verbale di valutazione
Terza seduta della Commissione Giudicatrice del:
9 Giugno 2016*

Il giorno nove del mese di giugno dell'anno duemila sedici, alle ore 8,30 presso la Sede Operativa dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto – Via G. D'Annunzio n° 64 – II° piano, si è riunita, in seduta non pubblica, la Commissione Giudicatrice, nominata con la determinazione n° 64 del 10/03/2016, per procedere a constatare la regolarità della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti alla gara per la fornitura di "Materiale e attrezzature per laboratorio analisi occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni cinque (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni)" Lotti n. 19 - Numero gara 6090293, composta da:

COGNOME Nome	Incarico e struttura di provenienza	Ruolo
Dott. MORI Marco	Direttore S.C. Laboratorio Analisi- E.O. Ospedali Galliera	Presidente
Dott. SPITALERI Antonino	Responsabile S.S. Laboratorio di Analisi P. A. Micone - ASL 3 Genovese	Componente
Dott. TRIPODI Gino	Dirigente facente funzioni di Struttura Complessa Laboratorio Centrale di Analisi – I.R.C.C.S. G. Gaslini di Genova	Componente

E' presente il Collaboratore Amm.vo Loredana Lotti assistita dall'Assistente Amm.vo della Centrale Roberto Boretti che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

La Commissione Giudicatrice riprende il lavoro di verifica della presenza delle caratteristiche di minima e la valutazione qualitativa interrotto il giorno 01/06/2016, stabilendo di procedere all'esame della documentazione come di seguito riportato:

LOTTI	DITTA
Lotto 17 "HPLC"	Bio – Rad Laboratories S.r.l.
	ThermoFisher Scientific S.p.A.
Lotto 4 "Sistema di misurazione della Velocità di Eritrosedimentazione"	Alifax S.r.l.
	Diesse Diagnostica Senese S.p.A.

Gli Uffici della centrale hanno predisposto apposite schede, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, sulle quali saranno appuntate le valutazioni della Commissione.

La Commissione Giudicatrice inizia il lavoro di verifica procedendo con la disamina della documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti per il lotto 17 "HPLC".

Dall'esame della documentazione tecnica prodotta (relazione tecnica e offerta silente) la Commissione Giudicatrice rileva che, nell' offerta tecnica della Ditta ThermoFisher Scientific S.p.A. per il lotto 17 – HPLC, non risulta presente l'allegato F2-offerta silente, riferito alla strumentazione offerta per l'ASL 5 Spezzina.

A seguito di quanto rilevato, la Commissione Giudicatrice demanda agli Uffici della Centrale la richiesta alla Ditta interessata dei necessari chiarimenti in merito; nel contempo la disamina della documentazione

tecnica presentata dalle ditte offerenti per il lotto 17 – HPLC viene sospesa e rinviata a seduta successiva all'ottenimento, da parte della Ditta ThermoFisher Scientific S.p.A., del supplemento informativo richiesto.

La Commissione Giudicatrice prosegue quindi alla disamina della documentazione tecnica presentata per il lotto 4 "Sistema di misurazione della Velocità di Eritrosedimentazione".

Dall'attività della Commissione Giudicatrice emerge quanto segue:

LOTTO	DITTA	RISULTATO
Lotto 17 "HPLC"	Bio – Rad Laboratories S.r.l.	Sospeso
	ThermoFisher Scientific S.p.A.	
Lotto 4 "Sistema di misurazione della Velocità di Eritro Sedimentazione"	Alifax S.r.l.	Idonea
	Diesse Diagnostica Senese S.p.A.	Idonea

La Commissione Giudicatrice interrompe la seduta alle ore 10,55 e rimanda i lavori ad una successiva seduta fissata per il giorno 15 giugno 2016 alle ore 8,30.

Terminata la seduta tutta la documentazione tecnica viene raccolta in plichi opportunamente chiusi e conservati nella stanza "Archivio", debitamente chiusa a chiave, sita al II° piano della sede operativa dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto – Via G. D'Annunzio n° 64.

La seduta è tolta alle ore 11,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:

Dott. Marco MORI




Componenti:

Dott. Antonino SPITALERI




Dott. Gino TRIPODI




Per la Centrale Regionale di Acquisto:

Loredana LOTTI



Roberto BORETTI



GARA PER MATERIALE E ATTREZZATURE PER LABORATORIO ANALISI

LOTTO 4 - CIG 6308770183 - Sistema di misurazione della Velocità di Eritro Sedimentazione

CARATTERISTICHE MINIME	Alifax S.r.l.	Diesse Diagnostica Senese S.p.A.
Caratteristiche di minima indispensabili della strumentazione		
1. Sistema strumentale con utilizzazione di provette chiuse e lettura automatica, dotato di lettore di codice a barre per l'identificazione dei campioni.	PRESENTE	PRESENTE
2. Aderenza e/o correlazione con metodo Westergren	PRESENTE	PRESENTE
3. Miscelazione secondo norme internazionali	PRESENTE	PRESENTE
4. Alta ripetibilità del dato in tempo reale e a distanza di 24 ore	PRESENTE	PRESENTE
5. Utilizzo di campioni pediatrici (volume minimo 1 ml)	PRESENTE	PRESENTE
6. Raccolta dei dati numerici, dei grafici	PRESENTE	PRESENTE
7. Archivio storico	PRESENTE	PRESENTE

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
lli.

GARA PER MATERIALE E ATTREZZATURE PER LABORATORIO ANALISI

LOTTO 4 - CIG 65067701R3 - Sistemi di misurazione della Velocità di Entry Sedimentazione

OFFERTE CONCORRENTI	
Allegato 1	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 2	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 3	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 4	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 5	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 6	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 7	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 8	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 9	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 10	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 11	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 12	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 13	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 14	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 15	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 16	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 17	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 18	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 19	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 20	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 21	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 22	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 23	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 24	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 25	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 26	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 27	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 28	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 29	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 30	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 31	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 32	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 33	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 34	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 35	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 36	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 37	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 38	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 39	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 40	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 41	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 42	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 43	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 44	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 45	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 46	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 47	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 48	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 49	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 50	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 51	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 52	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 53	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 54	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 55	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 56	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 57	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 58	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 59	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 60	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 61	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 62	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 63	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 64	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 65	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 66	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 67	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 68	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 69	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 70	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 71	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 72	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 73	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 74	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 75	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 76	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 77	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 78	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 79	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 80	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 81	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 82	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 83	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 84	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 85	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 86	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 87	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 88	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 89	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 90	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 91	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 92	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 93	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 94	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 95	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 96	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 97	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 98	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 99	Offerta di partecipazione alla gara
Allegato 100	Offerta di partecipazione alla gara

Criterio di Valutazione Tecnica	Punteggio massimo per questo criterio	Criterio di Valutazione	Allegato 1	Punteggio	NOTE	Criterio di Valutazione	Punteggio massimo per questo criterio	Punteggio	NOTE
Criterio di Valutazione Tecnica						Criterio di Valutazione Tecnica			
a.5 Tipologia di metodica	5		Dott. MORI Marco Dott. SPITALERI Antonino Dott. TRUPONE Gino MEDIA COEFF.	6.5 6.7 6.7 0.633 0.633	5,067	Dott. MORI Marco Dott. SPITALERI Antonino Dott. TRUPONE Gino MEDIA COEFF.	3 3 3 1,000 1,000	8,000	più aderente alla metodica di riferimento classica
a.7 Possibilità di utilizzare gli stessi rack dei più comuni sistemi ematologici	5		Dott. MORI Marco Dott. SPITALERI Antonino Dott. TRUPONE Gino MEDIA COEFF.	3 3 3 3,000 3,000	8,000	Dott. MORI Marco Dott. SPITALERI Antonino Dott. TRUPONE Gino MEDIA COEFF.	3 3 3 1,000 1,000	8,000	

Handwritten signatures and initials:
 - A large stylized signature, possibly "Mori".
 - Initials "H" and "Lh".
 - A signature that looks like "R".

GARA PER MATERIALE E ATTREZZATURE PER LABORATORIO ANALISI

LOTTO 4 - CIG 63087701B3 - Sistema di misurazione della Velocità di Eritro Sedimentazione

DITTE CONCORRENTI
Alifax S.r.l.
Diessa Diagnostica Senese S.p.A.

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA
Caratteristiche strumentali oggetto di valutazione
a.1 Capacità di carico (Q3*)
a.4 Produttività oraria (Q3*)

Valore Alifax S.r.l.	Punteggio massimo per sotto-criterio	Punteggio	NOTE
60	10	0,789	
190	8	8,000	

Valore Diessa Diagnostica Senese S.p.A.	Punteggio massimo per sotto-criterio	Punteggio	NOTE
200	10	10,000	
180	8	6,261	

Handwritten signature and initials:
 A large stylized signature, possibly "R. Di", with the initials "li" written above it.

GARA PER MATERIALE E ATTREZZATURE PER LABORATORIO ANALISI

LOTTO 4 - CIG 63087701B3 - Sistema di misurazione della Velocità di Eritro Sedimentazione

DITTE CONCORRENTI
Alifax S.r.l.
Diasee Diagnostica Senese S.p.A.

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA

Valore Alifax S.r.l.	Punteggio massimo per sotto-criterio	Punteggio	NOTE
-------------------------	--	-----------	------

Valore Diasee Diagnostica Senese S.p.A.	Punteggio massimo per sotto-criterio	Punteggio	NOTE
---	--	-----------	------

Caratteristiche strumentali oggetto di valutazione

Caratteristiche strumentali oggetto di valutazione

Caratteristiche strumentali oggetto di valutazione

a.3) Volume minimo del campione necessario
--

0,8	6	6	
-----	---	---	--

2	6	1,5	L'Azienda non dichiara il volume minimo della provetta madre e, pertanto, viene assunto quello del prelievo standard per emocromo (2
---	---	-----	--

a.5) TAT analitico (Qd*)

320	5	5	unità di misura = secondi
-----	---	---	---------------------------

3200	5	1,071428571	unità di misura = secondi
------	---	-------------	---------------------------



GARA PER MATERIALE E ATTREZZATURE PER LABORATORIO ANALISI

LOTTO 4 - CIG 63087701B3 - Sistema di misurazione della Velocità di Eritro Sedimentazione

DITTE CONCORRENTI
Alifax S.r.l.
Diesse Diagnostica Senese S.p.A.

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA	Punteggio massimo per sotto-criterio se presente	Punteggio per sotto-criterio se Assente	Punteggio Alifax S.r.l.	NOTE	Punteggio Diesse Diagnostica Senese S.p.A.	NOTE
Caratteristiche strumentali oggetto di valutazione						
a.7) Utilizzo della provetta da emocromo	5	0	5		5	
a.8) Sistema di processo ed eliminazione del campione in provetta chiusa	3	0	3		3	
a.9) Operatività dell'interfaccia simultaneamente all'avvio del dosaggio	2	0	2		2	
a.10) Determinazione componenti mal funzionanti (autodiagnosi)	3	0	3		3	
a.11) Disponibilità di guida informatica	2	0	2		2	
a.12) Valutazione del valore dell'ematocrito dei campioni	8	0	8		8	

Chi
R
SS


GARA PER MATERIALE E ATTREZZATURE PER LABORATORIO ANALISI

LOTTO 4 - CIG 63087701B3 - Sistema di misurazione della Velocità di Eritro Sedimentazione

	Caratteristiche strumentali oggetto di valutazione	Max 70 punti	Criterio di valutazione	Alifax S.r.l.	Diesse Diagnostica Senese S.p.A.
a.1	Capacità di carico	10	Q3*	0,789	10,000
a.2	Utilizzo della provetta da emocromo	5	Q5	5,000	5,000
a.3	Volume minimo del campione necessario	6	Q4	6,000	1,500
a.4	Produttività oraria	8	Q3*	8,000	6,261
a.5	TAT analitico	5	Q4*	5,000	1,071
a.6	Tipologia di metodica	8	Q1	5,067	8,000
a.7	Possibilità di utilizzare gli stessi rack dei più comuni sistemi ematologici	8	Q1	8,000	8,000
a.8	Sistema di processo ed eliminazione del campione in provetta chiusa	3	Q5	3,000	3,000
a.9	Operatività dell'interfaccia simultaneamente all'avvio del dosaggio	2	Q5	2,000	2,000
a.10	Determinazione componenti mal funzionanti (autodiagnosi)	3	Q5	3,000	3,000
a.11	Disponibilità di guida informatica	2	Q5	2,000	2,000
a.12	Valutazione del valore dell'ematocrito dei campioni	8	Q5	8,000	8,000
TOTALE				55,856	57,832

RIPARAMETRIZZAZIONE DEFINITIVA

Alifax S.r.l.	Diesse Diagnostica Senese S.p.A.
67,608	70,000

llm

SS