

Dirigente Responsabile:

Funzionario referente:

Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561 e-mall: <u>luigimoreno.costa@regione.liguria.lt</u> Ilma PORCU tel. 010/548 8557

e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.lt

Agenzia Sanitaria Regiona

della Liguria
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

REGISTRO UFFICIALE

Protocollo n.

del

Entrata

Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un ACCORDO QUADRO per la fornitura di "Materiale per Osteosintesi – Fratture Femore Tibia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.CC.S. della Regione Liguria per la durata di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

### DIALOGO TECNICO

Verbale di presa visione dei contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al "Dialogo tecnico"

Il giorno 28 del mese di Ottobre dell'anno duemilaquattordici, alle ore 15,30 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, si è riunita in seduta non pubblica la Commissione tecnica della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di "Materiale per Osteosintesi – Fratture Femore Tibia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per visionare i contributi presentati, entro il 26/09/2014, dagli operatori economici partecipanti al Dialogo tecnico trasmesso per la pubblicazione sul sito della GUUE in data 11 Settembre 2014.

Sono presenti i componenti della Commissione tecnica – nominata con determinazione n. 38 del 21/02/2014 - composta dai Dottori:

BALDINI

Dott. Roberto

Dirigente U.O. Farmacia - IRCCS A.O.U. San Martino/IST Genova

ROSETTANI

Dott. Roberto

Dirigente Medico - Ortopedia ASL 4 "Chiavarese"

SANTOLINII

Dott. Federico

Dirigente Medico - S.C. Ortopedia e Traumatologia – IRCCS A.O.U.

San Martino/IST Genova.

Sono altresì presenti per la Centrale Regionale di Acquisto il Dirigente Responsabile dott. Luigi Moreno Costa ed il Collaboratore Amm.vo Esperto Ilma Porcu.

La Commissione tecnica dà preliminarmente atto che in data 29/09/2014:

 aveva provveduto esaminare le osservazioni formulate entro il termine previsto del 26 Settembre 2014 alle ore 12,00 dagli operatori economici in ordine al "Dialogo tecnico" - pubblicato in data 11/09/2014 relativo alla procedura di gara de qua

 aveva rinviato ad una successiva riunione l'approfondimento dei punti evidenziati dal quesito sotto riportato:

> ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria

KI



### 13. OPERATORE ECONOMICO

### QUESITO 34

Le procedure finalizzate ad accordi quadro a cui abbiamo sinora partecipato, per esempio quelle della regione Lombardia, avevano fondamentalmente tre caratteristiche:

- 1) I lotti erano descritti in modo semplice ma efficace, privi di tutte le caratteristiche più di mercato che di sostanza
- 2) Tutte le aziende che avevano i requisiti tecnici, praticamente la totalità, ottenevano tutte il punteggio utile per essere ammesse alla valutazione economica;
- 3) Le condizioni di vendita erano fissate dall'ente appaltante.

In questo modo si è ottenuto che gli operatori sanitari avessero a disposizione una gamma molto vasta di prodotti da utilizzare, si è dato modo a molte aziende di offrire i propri prodotti e nello stesso tempo, avendo fissato i prezzi massimi, un importante risparmio per la sanità regionale. Troppo trasparente e democratico.

Il Capitolato Tecnico della gara in oggetto, ad oggi e nel caso in cui non venisse modificato, riporta una descrizione dei lotti così minuziosa, attenta, maniacale, particolareggiata che non lascerebbe spazio ad errori di interpretazione. Nei lotti delle placche, ad esempio, avete descritto i prodotti di due note aziende americane, manca solo la fotografia ed il nome dell'azienda!

E se non bastasse nella Terza fase-valutazione di qualità- sezione A, viene e specificato che" la mancanza anche di una sola delle caratteristiche tecniche definite indispensabili e/o essenziali e e/o obbligatorie comporterà l'esclusione dalla procedura.

Criteri di valutazione, un esempio:

la finitura vale 20 su 60: come la valutate? A occhio? Qual è il trattamento di superfice migliore? La placca la volete sabbiata? Satinata? Lucidata chimicamente? Spazzolata? Oppure è meglio colorata, di giallo o di verde? E chi ha le competenze per decidere? Gli stessi che hanno ben specificato che l'acciaio delle placche deve essere amagnetico? Ma perché, esiste anche un acciaio 316 LVM magnetico?!

La nostra azienda possiede il certificato di qualità ISO 13:485, norma che prevede una serie lunghissima di procedure per il controllo che inizia dalle materie prime fino al prodotto finito. I nostri prodotti hanno tutti il marchio CE

La nostra azienda, italiana, studia, sviluppa, produce e quindi crea occupazione e ricchezza in Italia dove anche, suo malgrado, paga le tasse, perché non ha ancora una sede in Svizzera. I costi della sanità sono sostenuti dalle tasse dei lavoratori e delle aziende italiane, non dalle multinazionali, sveglia!!!

Siamo così ottusi che anche in momenti così difficili per l'occupazione non riusciamo a difendere il nostro lavoro neppure con i soldi dei contribuenti ... andate a vendere in Francia o Germania e poi ci dite ...

A titolo d'esempio, alleghiamo il capitolato tecnico delle gara di osteosintesi dell'anno 2011 (accordo quadro-capofila AO DESENZANO), come chiaro esempio di lotti "aperti" e quindi di gara incentrata ad incrementare il livello di concorrenza e a rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione.

Comunichiamo sin da ora che, se il Capitolato Tecnico non verrà radicalmente rivisto, non potremo partecipare a questa procedura; ovviamente procederemo nelle sedi appropriate al fine di tutelare gli interessi della nostra azienda.

#### **RISPOSTA QUESITO 34:**

La Commissione tecnica prende atto delle osservazioni formulate dall'operatore economico in questione e procede a rispondere ai vari punti evidenziati che per praticità vengono indicati come punti a), b), c), d), e), f) e g).

Punto a): Il Capitolato Tecnico della gara in oggetto, ad oggi e nel caso in cui non venisse modificato, riporta una descrizione dei lotti così minuziosa, attenta, maniacale, particolareggiata che non lascerebbe spazio ad errori di interpretazione. Nei lotti delle placche, ad esempio, avete descritto i prodotti di due note aziende americane, manca solo la fotografia ed il nome dell'azienda!


Il Capitolato tecnico è stato predisposto tenendo conto delle specifiche esigenze evidenziate dagli operatori delle varie Aziende sanitarie della Regione Liguria e che rispecchiano le necessità dell'utenza locale.

A seguito del Dialogo tecnico sono state prese in esame tutte le osservazioni formulate, in forma costruttiva, dagli operatori economici. Gran parte delle stesse sono state accettate e si è proceduto alla modifica sta della descrizione dei lotti che della relativa documentazione di gara

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it

o web www.acquistiliguria.it



Punto b): E se non bastasse nella Terza fase-valutazione di qualità- sezione A, viene e specificato che" la mancanza anche di una sola delle caratteristiche tecniche definite indispensabili e/o essenziali e e/o obbligatorie comporterà l'esclusione dalla procedura.

La Centrale Regionale di Acquisto al fine di confrontare in modo uniforme ed imparziale le offerte degli operatori economici ha ritenuto di porre talune caratteristiche tecniche di base necessarie ad individuare dispositivi tra di loro raffrontabili e di procedere ad una valutazione premiante su caratteristiche migliorative.

Punto c): Criteri di valutazione, un esempio:

la finitura vale 20 su 60: come la valutate? A occhio? Qual è il trattamento di superfice migliore? La placca la volete sabbiata? Satinata? Lucidata chimicamente? Spazzolata? Oppure è meglio colorata, di giallo o di verde? E chi ha le competenze per decidere? Gli stessi che hanno ben specificato che l'acciaio delle placche deve essere amagnetico? Ma perché, esiste anche un acciaio 316 LVM magnetico?!

La Commissione tecnica, quale organo a ciò deputato dalla legislazione vigente in materia di appalti, ha ritenuto di predisporre una serie di parametri di valutazione premianti alcune caratteristiche tecniche a suo giudizio ritenute di eccellenza.

La Commissione tecnica, viste le osservazioni formulate dall'operatore economico, specifica che per "Finitura" non si intende una finitura di superficie ma ad esempio: il rapporto e la tenuta dei componenti, il profilo dei mezzi di sintesi, la presenza o assenza di angoli acuti, il baso profilo quando necessario, la presenza di slot all'interno dei chiodi per ridurre o modificare il profilo, la presenza o meno di scanalature per aumentare quando necessario la tenuta.

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, valuterà - sulla base dei criteri stabiliti dalla legislazione vigente e adottati dalla Commissione tecnica - la documentazione tecnica presentata in sede di gara e la campionatura (che sarà illustrata dagli operatori economici in sedute ad hoc convocate) la qualità dei prodotti offerti attribuendo agli stessi i pesi stabiliti dalla Commissione tecnica e dettagliatamente precisati nella "Sezione B- Capitolato tecnico".

Anche in questo caso, prendendo atto delle osservazioni formulate dagli operatori economici partecipanti al Dialogo tecnico, si è proceduto a perfezionare sia i parametri di valutazione che i relativi pesi.

Punto d): La nostra azienda possiede il certificato di qualità ISO 13:485, norma che prevede una serie lunghissima di procedure per il controllo che inizia dalle materie prime fino al prodotto finito. I nostri prodotti hanno tutti il marchio CE.

La Centrale Regionale di Acquisto ritiene che la richiesta sia della certificazione di qualità dell'azienda che del marchio CEE dei prodotti offerti sia di garanzia sull'affidabilità dei dispositivi aggiudicati.

Punto e): La nostra azienda, italiana, studia, sviluppa, produce e quindi crea occupazione e ricchezza in Italia dove anche, suo malgrado, paga le tasse, perché non ha ancora una sede in Svizzera. I costi della sanità sono sostenuti dalle tasse dei lavoratori e delle aziende italiane, non dalle multinazionali, sveglia!!!

Siamo così ottusi che anche in momenti così difficili per l'occupazione non riusciamo a difendere il nostro lavoro neppure con i soldi dei contribuenti ... andate a vendere in Francia o Germania e poi ci dite ...

I compiti istituzionali della Centrale Regionale di Acquisto, in quanto organo tecnico e non politico, sono limitati alla ricerca delle migliori condizioni economiche/qualitative di fornitura nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Punto f): A titolo d'esempio, alleghiamo il capitolato tecnico delle gara di osteosintesi dell'anno 2011 (accordo quadro- capofila AO DESENZANO), come chiaro esempio di lotti "aperti" e quindi di gara incentrata ad incrementare il livello di concorrenza e a rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione.

La Centrale Regionale di Acquisto ritiene che l'Accordo quadro risponda alle esigenze di garantire una pluralità di aggiudicatari.

Una formula che preveda di considerare idonei tutti i fornitori che superino una determinata soglia potrebbe - in caso di un "Dumping" sul prezzo da parte di un concorrente - portare ad un unico aggiudicatario.

Punto g): Comunichiamo sin da ora che, se il Capitolato Tecnico non verrà radicalmente rivisto, non potremo partecipare a questa procedura; ovviamente procederemo nelle sedi appropriate al fine di tutelare gli interessi della nostra azienda.

La Centrale Regionale di Acquisto ritiene che sia nel pieno diritto dell'operatore economico scrivente rivendicare i propri diritti nelle sedi opportune per tutelare i propri interessi ma ritiene che sarebbe stato più costruttivo - ai fini dell'indizione della gara in questione – proporre delle modifiche più specifiche sulla documentazione di gara resa pubblica nell'ambito del Dialogo tecnico.

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Geno

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.dcquistiliguria.it



\*\*\*\*\*\*\*\*\*

La Commissione tecnica ritiene di inserire in gara anche il seguente lotto:

33

### FISSATORI MONOASSIALI CON VITI

Caratteristiche:

Fissatore caratterizzato da un corpo centrale con unità di compressione distrazione incorporato, da barre su cui si possano alloggiare dei morsetti per viti.

Le viti si dovranno posizionare in numero variabile e liberamente orientabili.

Il fissatore dovrà poter ospitare viti di diametro diverso.

Inoître il fissatore dovrà rendere possibile la riduzione indipendente su ciascun piano dello spazio

Le operazioni si concludono alle ore 17,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Roberto BALDINI

Dott. Roberto ROSETTANI

Dott. Federico SANTOLINI

Dott. Luigi Moreno COSTA

Ilma PORCU



CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO



Dirigente Responsabile:

Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561 e-mail: <u>luigimoreno.costa@regione.liguria.it</u>

Funzionario referente:

Ilma PORCU tel. 010/548 8557 e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it

Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un ACCORDO QUADRO per la fornitura di "Materiale per Osteosintesi – Fratture Femore Tibia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.CC.S. della Regione Liguria per la durata di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

### DIALOGO TECNICO

Verbale di presa visione dei contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al "Dialogo tecnico"

Il giorno 29 del mese di Settembre dell'anno duemilaquattordici, alle ore 16,00 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, si è riunita in seduta non pubblica la Commissione tecnica della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di "Materiale per Osteosintesi – Fratture Femore Tibia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per visionare i contributi presentati, entro il 26/09/2014, dagli operatori economici partecipanti al Dialogo tecnico trasmesso per la pubblicazione sul sito della GUUE in data 11 Settembre 2014.

Sono presenti i componenti della Commissione tecnica – nominata con determinazione n. 38 del 21/02/2014 - composta dai Dottori:

BALDINI

Dott. Roberto

Dirigente U.O. Farmacia - IRCCS A.O.U. San Martino/IST Genova

ROSETTANI

Dott. Roberto

Dirigente Medico - Ortopedia ASL 4 "Chiavarese"

Risulta assente il dott. Federico Santolini, Dirigente S.C. Ortopedia e Traumatologia IRCSS A.O.U. San Martino /IST Genova", per precedenti impegni professionali assunti.

Sono altresì presenti per la Centrale Regionale di Acquisto il Dirigente Responsabile dott. Luigi Moreno Costa ed il Collaboratore Amm.vo Esperto Ilma Porcu.

La Commissione tecnica dà preliminarmente atto che:

• In data 04/08/2014 (prot. di arrivo n. 5819 del 05/08/2014) aveva trasmesso il documento tecnico per l'indizione della procedura di gara di che trattasi.

 In data 11/09/2014 è stato pubblicato l'avviso di "Dialogo tecnico" volto a invitare gli operatori economici, che fossero interessati alla procedura di gara de qua finalizzata, a formulare osservazioni per il perfezionamento della documentazione di gara di prossima indizione.

> ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it



• In data 26 Settembre 2014 alle ore 12,00 è scaduto il termine per la formulazione da parte degli operatori economici dei propri contributi.

La Commissione tecnica procede quindi all'esame delle varie osservazioni formulate dagli operatori economici:

### 1. OPERATORE ECONOMICO

### QUESITO 1

Lotto 1

Riconducibile ad un unico fornitore per le caratteristiche da Voi segnalate e più precisamente, "dovrà poter prevedere di adottare un accesso per via anterograda in regione trocanterica con curvatura del chiodo di 5° e antiversione di 12°".

### **RISPOSTA QUESITO 1:**

La Commissione tecnica non ravvisa nelle specifiche tecniche previste alcun elemento limitativo alla partecipazione degli operatori economici e pertanto le ribadisce nella loro totalità.

### QUESITO 2

Documentazione amministrativa

Avete segnalato il triennio 2010-2012 e 2011-2013, immaginiamo che quello corretto sia 2011-2013.

#### **RISPOSTA QUESITO 2:**

Si provvede alla correzione dell'errore segnalato precisando che il triennio richiesto sarà: 2011-2012-2013.

### QUESITO 3

Capitolato tecnico

Avete indicato la durata del contratto, 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi, per un importo complessivo quinquennale di € xxxxxxxxx.

### **RISPOSTA QUESITO 3:**

Si provvede alla correzione dell'errore segnalato precisando che l'importo complessivo che verrà indicato sarà quadriennale.

## 2. OPERATORE ECONOMICO

#### QUESITO 4

La bozza capitolato tecnico, nell'individuare l'oggetto della fornitura, presenta un'eccessiva specificità nelle caratteristiche, per singolo lotto, tale da poter incidere sul principio di libera concorrenza.

### **RISPOSTA QUESITO 4:**

La Commissione tecnica non ravvisa nelle specifiche tecniche previste alcun elemento limitativo alla partecipazione degli operatori economici e pertanto le ribadisce nella loro totalità.

### QUESITO 5

La bozza capitolato tecnico, strutturandosi in macro lotti comprendenti diverse tipologie di prodotti, potrebbe precludere la partecipazione alla procedura alle ditte che commercializzano solo alcuni di essi.

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiligurià

stiliguria it

### **RISPOSTA QUESITO 5:**

La Commissione tecnica non ravvisa nelle specifiche tecniche previste alcun elemento limitativo alla partecipazione degli operatori economici e pertanto le ribadisce nella loro totalità.

# 3. OPERATORE ECONOMICO

### QUESITO 6

Documentazione amministrativa - busta 1, rif. A

Art. 41 comma 3 dice che nel caso non si riesca, per giustificati motivi, a presentare le referenze richieste, si può provare la propria capacità finanziaria con qualsiasi documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Cosa intende per "qualsiasi altro documento idoneo"?

#### **RISPOSTA QUESITO 6:**

Questa Stazione appaltante per "qualsiasi altro documento idoneo" intende che, ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei contratti pubblici, la dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000;

### QUESITO 7

Disciplinare di gara: Sistema di aggiudicazione e selezione de concorrenti - Rif. 6 pag. 11 E' giusto interpretare che per il secondo aggiudicatario gli acquisti verranno fatti in maniera autonoma dalle singole AA.SS.LL., in base alle necessità, sulla base della graduatoria dei 2/3 degli aggiudicatari?

#### **RISPOSTA QUESITO 7:**

Così come previsto dal Disciplinare di gara (Art. 6 - Sistema di aggiudicazione e selezione dei concorrenti):

- una convenzione sarà stipulata con il Fornitore che avrà presentato la migliore offerta in gara per un importo pari al 60% dell'importo totale di aggiudicazione del singolo lotto aggiudicato:
- una convenzione sarà stipulata con ciascuno dei 2/3 dei Fornitori che avranno presentato offerte idonee
  in gara per un importo pari al 40% dell'importo totale di aggiudicazione del singolo lotto aggiudicato
  secondo un criterio di rotazione che, tenuto conto delle risultanze degli atti di gara, premi la posizione in
  graduatoria o in relazione alle peculiari caratteristiche del singolo appalto risponda alle specifiche
  documentate esigenze della stazione appaltante secondo i criteri ex art. 287 D.P.R. n. 207/2010 (in
  particolare esigenze clinico-terapeutiche del processo assistenziale).

In particolare, l'individuazione del sistema di rotazione che rimanda ai criteri ex art. 287 D.P.R. 207/2010 (specifiche esigenze della stazione appaltante) dovrà essere motivato da ragioni squisitamente tecniche, debitamente documentate e comprovate, legate ad elementi opzionali o comunque aggiuntivi/distintivi non riscontrabili nelle offerte accreditate in posizione migliore nella graduatoria di merito

### QUESITO 8

Capitolato tecnico – Lotto 1


E' da considerarsi integrazione alla gara "Materiale osteosintesi – Distretto Colio/Femore" svoltasi a fine 2012?

#### **RISPOSTA QUESITO 8:**

La Commissione tecnica precisa che il lotto in questione non è un'integrazione della precedente gara in quanto è rivolto al trattamento delle fratture diafisarie.

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.i



### QUESITO 9

Capitolato tecnico Pag. 10

E' la prima volta che troviamo in un capitolato la dicitura "Gli operatori economici non potranno partecipare a più lotti offrendo lo stesso prodotto", tenendo conto che la componentistica di alcuni device sono per necessità gli stessi (es. fissatori esterni).

**RISPOSTA QUESITO 9:** 

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e stabilisce che gli operatori economici non potranno partecipare a più lotti offrendo lo stesso sistema ma è consentita la partecipazione a più lotti qualora i singoli elementi rientrino nella componentistica di diversi devices.

# 4. OPERATORE ECONOMICO

#### **QUESITO 10**

Quanto ad alcuni lotti (a mero titolo esemplificativo i numeri 9 e 22) rileviamo come essi siano stati formulati in maniera eccessivamente generica in quanto ricomprendono una gamma ampia di prodotti.

Siffatta formulazione permette la partecipazione solo a poche grandi aziende escludendo tutte le altre piccole e medie imprese del settore e limitando pertanto la concorrenza anche considerando che non sono ammesse offerte parziali e/o alternative. La circostanza rilevata contrasta con i principi fondamentali dell'azione amministrativa nonché con il principio ispiratore del presente dialogo tecnico.

Solo a titolo esemplificativo il lotto n. 9 prevede le placche e viti per grandi frammenti, le viti corticale e le viti da spongiosa, etc.. Si tratta di una gamma tanto ampia da ricomprendere dispositivi idonei ad una infinita varietà di interventi.

Lo stesso lotto, inoltre, prevede le placche peri protesiche ausiliari. Tutte queste tipologie possono essere oggetto di lotti separati.

### **RISPOSTA QUESITO 10:**

La Commissione tecnica ritiene di confermare il lotto così come definito in quanto la ampia gamma di placche prevista dovrà soddisfare le esigenze clinico/chirurgiche degli utilizzatori.

### QUESITO 11

Analogamente per il lotto 22 ove le "placche e viti per grandi frammenti" possono essere oggetto di lotto separato.

### **RISPOSTA QUESITO 11:**

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 10".

### QUESITO 12

Infine si rileva una peculiarità riscontrata all'articolo 7 "Modalità di svolgimento della gara" all'ultimo capoverso ove si richiede procura speciale notarile per i rappresentati delle Ditte presenti alle sedute pubbliche I°, II° e IV° fase.

Si tratta di un eccesso di formalismo potendosi ritenere sufficiente, ai sensi di legge, specifica delega accompagnata dal documento di riconoscimento del delegante.

### **RISPOSTA QUESITO 12:**

Tutti i rappresentati delle Ditte offerenti possono partecipare ai lavori nelle sedute pubbliche della I°, II°, IV° fase con o senza delega accompagnata dal documento di riconoscimento.

Nelle predette fasi l°, ll°, lV° fase **SOLO** i rappresentanti delle Ditte offerenti muniti di procura speciale notarile potranno rilasciare dichiarazioni a verbale e impegnarsi per la Ditta che rappresentano qualira ciò

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it



fosse necessario; ad esempio in caso di rilancio dell'offerta economica in presenza di pari risultanza in graduatoria.

### 5. OPERATORE ECONOMICO

### QUESITO 13

La bozza capitolato tecnico, nell'individuare l'oggetto della fornitura, presenta un'eccessiva specificità nelle caratteristiche, per singolo lotto, tale da poter incidere sul principio di libera concorrenza;

### **RISPOSTA QUESITO 13:**

La Commissione tecnica non ravvisa nelle specifiche tecniche previste alcun elemento limitativo alla partecipazione degli operatori economici e pertanto le ribadisce nella loro totalità.

### QUESITO 14

La bozza capitolato tecnico, strutturandosi in macro lotti comprendenti diverse tipologie di prodotti, potrebbe precludere la partecipazione alla procedura alle ditte che commercializzano solo alcuni di essi

#### **RISPOSTA QUESITO 14:**

La Commissione tecnica non ravvisa nelle specifiche tecniche previste alcun elemento limitativo alla partecipazione degli operatori economici e pertanto le ribadisce nella loro totalità.

# 6. OPERATORE ECONOMICO

### QUESITO 15

Con riferimento al Lotto 1, si segnala la Vostra richiesta di set alesatori potrebbe risultare penalizzante e riduttiva, in quanto non sono strumenti riconducibili ad un utilizzo per inchiodamento endomidollare (ex: revisione anca) e generalmente la dotazione della sala operatoria ne prevede l'acquisto (e non la visione/depositi).

La richiesta di strumentario alesatori riduce la possibilità di rispondere alle sole Aziende che dispongono di strumentario alesatori che NON SONO un set DEDICATO al Chiodo in questione ma invece un SET GENERICO e MULTIFUNZIONE.

### **RISPOSTA QUESITO 15:**

La Commissione tecnica precisa che il set di alesatori dovrà far parte dello strumentario in quanto necessario ed indispensabile per il posizionamento dei chiodi.

Sarà a discrezione degli operatori economici fornire un set generico e multifunzione invece che un set dedicato.

### QUESITO 16

Si segnalano le seguenti difformità di numerazione tra il "Disciplinare di gara" e il "Capitolato tecnico" in quest'ultimo manca infatti il lotto 28. A quale bisogna attenersi per indicare i lotti corretti ai quali si intende partecipare?

### **RISPOSTA QUESITO 16:**

Per un errore materiale nella stesura pubblicata manca il lotto 28 essendo stata indicata la sequenza numerica passando dal lotto 27 al lotto 29. Si riporta la seguente numerazione corretta dei lotti:

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria

4

		FISSATORI
Lotto	Descrizione	Caratteristiche
24	FISSATORI CIRCOLARI	Caratteristiche: Apparato per la compressione distrazione circolare per il trattamento delle fratture, l'allungamento e la correzione delle deformità degli arti. Composto da:  Semianelli Archi Fili transossei Fiches Bulloni e morsetti Aste filettate Aste telescopiche Placche Dadi Giunti.
25	FISSATORI MONOASSIALI	Caratteristiche: Fissatore monoassiale dotato di fiches di presa all'osso idonee per femore e gamba, morsetto che consenta movimenti su tutti i piani, corpo di raccordo tra i morsetti.  Dovrà poter consentire manovre di compressione e di distrazione nonchè la dinamizzazione totale o parziale controllata dell'arto.  Dovrà aver la possibilità di aggiungere morsetti dedicati per le fratture metafisarie.  Possibilità di poter aggiungere morsetti per terzo frammento.
26	FISSATORI POLIASSIALI	Caratteristiche: Dotato di elementi di presa all'osso (fiches) per femore e tibia, morsetti universali ibridi con raccordo vite/barra, morsetti di collegamento barra/barra, morsetti lineari per utilizzare più viti, aste di collegamento e di raccordo in varle misure. Dovrà essere RM compatibile.
27	FISSATORI IBRIDI	Caratteristiche:  Dotato di anelli periarticolari con fill e viti dedicati, corpo di collegamento al morsetto per fissatore assiale, fissatore assiale.
28	SISTEMA DI TRASPORTO A SLITTA	Caratteristiche:  Per applicazioni traumatologiche e ortopediche le slitte dovranno disporre di morsetti scorrevoli su di esse e morsetti dedicati per correzioni progressive sui vari piani comprese le rotazioni.
29	FISSATORI TEMPORANEI	Caratteristiche:  Dotato di elementi di presa all'osso (fiches) per femore e tibia, morsetti universali ibridi con raccordo vite/barra, morsetti di collegamento barra/barra, morsetti lineari per utilizzare più viti, aste di collegamento e di raccordo in varie misure.  Dotato di sistema di bloccaggio manuale.  Dovrà essere RM compatibile.
30	FISSATORI PERTROCANTERICI	Caratteristiche: Fissatore monoblocco e compatto per fratture pertrocanteriche che consenta posizionamento di viti parallele nel collo del femore e viti a livello diafisario.
31	FISSATORI MONOUSO IN KIT	Caratteristiche: Dovrà essre pre assemblato, radiotrasparente, fornito in kit sterile con dotazione di strumentario per l'applicazione.
32	FISSATORI ESAPODALI	Caratteristiche: Apparato per la compressione distrazione circolare per il trattamento delle fratture, l'allungamento e la correzione delle deformità degli arti. Componibile con:  Semianelli, anelli interi, semicircolari o frazioni di anelli  Fili transossei  Fiches  Bulloni e morsetti  Aste telescopiche. Il sistema dovrà fornire accesso gratuito al software di elaborazione.

Nota bene: Le descrizioni delle caratteristiche tecniche relative ai lotti 25 e 32 sono state predisposte tenendo conto delle variazioni scaturite dalle risposte ai quesiti rispettivamente "17" e "32".

 $\bigcirc$ 

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiligut



# . OPERATORE ECONOMICO

### QUESITO 17

Lotto 25 - Fissatori monoassiali

La caratteristica del "morsetto mobile su tutti i piani", identifica un solo fissatore specifico di una azienda; si consiglia pertanto, di inserire la caratteristica che il fissatore consenta di ottenere i movimenti su tutti i piani.

### **RISPOSTA QUESITO 17:**

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la caratteristica:

- > da "morsetto mobile su tutti i piani"
- a "morsetto che consenta movimenti su tutti i piani".

### QUESITO 18

Lotto 26 - Fissatori poliassiali

Lotto 29 - Fissatori temporanei

Al fini di poter avere una più ampia possibilità di partecipazione alla gara da parte di più Aziende, e quindi maggiore concorrenza, si consiglia di inserire la dicitura "possibilità di avere dei morsetti lineari per utilizzare più viti".

### **RISPOSTA QUESITO 18:**

La Commissione tecnica accoglie parzialmente l'osservazione; stabilisce che non vengano variate le caratteristiche tecniche già previste nei lotti 26 e 29 ma stabilisce che le specifiche suggerite saranno valutate dalla Commissione giudicatrice come migliorie tecniche:

	LOTTO 26	
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO : MAX 60 PESO : Peso complessivo	ATTRIBUZIONE DEL PESO
STRUMENTARIO	20 cosi suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Efficienza nell'utilizzo	18	Attribuzione del peso rapportata ai seguenti parametri: precisione, semplicità, manegevolezza, identificazione dei componenti, facilità di pulizia e di sterilizzazione.
Container	2	Attribuzione del peso in relazione alla facilità di apertura del container.
CARATTERISTICHE PRODOTTO	Peso complessivo 35 cos) suddiviso	CRITERIO
Sub critério	Sub peso	
Finitura	12	Attribuzione del peso in relazione alla finitura e alla tenuta del serraggio dei vari elementi con maggiore ampiezza di movimenti ed alla diversa tipologia del materiale della barra.
Possibilità di correzione dei movimenti disguinti su i diversi piani	12 12 1	Attribuzione del peso in relazione alla possibilità di correggere ogni piano singolarmente, eventuale dotazione di unità di riduzione.
Possibilità di avere del morsetti lineari per utilizzare più vili	6.0	Attribuzione del peso in relazione alla possibilità di avere dei morsetti lineari per utilizzare più viti
Presenza di barra di dinamizzazione	5	Attribuzione del peso in relazione alla presenza/assenza del requisito.
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in мр.	5	Attribuzione del peso in relazione alla presenza documentata nella documentazione di gara dei dato relativo alla resistenza alla fatica del prodotto espressa in mp.  In caso di valore fornito in diversa unità di misura verrà considerato come "mp zero (0)".
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA	Peso complessivo	
Sub criterio	cost suddiviso	CRITERIO

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it

4



Numero casistica, con follow-up clinico ≥ 36 mesi, pubblicata su riviste scientifiche con impact factor maggiore a 1.	5	Attribuzione del viti/placche/sister osteosintesi dall'	mi utilizza	ti in Italia	per '	impianti	di di
inaggiore a r.							

	LOTTO 29	
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
STRUMENTARIO	20 così suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Efficienza nell'utilizzo	18	Attribuzione del peso rapportata ai seguenti parametri: precisione, semplicità, manegevolezza, identificazione dei componenti, facilità di pulizia e di sterilizzazione.
Container	2	Attribuzione del peso in relazione alla facilità di apertura del container.
CARATTERISTICHE PRODOTTO	Peso complessivo 35 cosi suddiviso	CRITERIO
Sub-criterio	Sub peso	The Real Property of the Property of the Control of
Finitura	12 2 (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Attribuzione del peso in relazione alla finitura e alla tenuta del serraggio del vari elementi con maggiore ampiezza di movimenti ed alla diversa tipologia del materiale della barra.
Possibilità di correzione dei movimenti disguinti su i diversi piani	12	Attribuzione del peso in relazione alla possibilità di correggere ogni piano singolarmente, eventuale dotazione di unità di riduzione.
Possibilità di avere dei morsetti lineari per utilizzare più viti	6.00	Attribuzione del peso in relazione alla possibilità di avere dei morsetti lineari per utilizzare più viti.
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in Mp.	5	Attribuzione del peso in relazione alla presenza documentata nella documentazione di gara del dato relativo alla resistenza alla fatica del prodotto espressa in Mp.  In caso di valore fornito in diversa unità di misura verrà considerato come "Mp zero (0)".
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA	Peso complessivo 5 così suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Numero casistica, con follow-up clinico ≥ 36 mesi, pubblicata su riviste scientifiche con impact factor maggiore a 1.	5	Attribuzione del peso in relazione al numero di viti/placche/sistemi utilizzati in Italia per impianti di osteosintesi dall'01/01/2013 al 31/12/2013.

# OPERATORE ECONOMICO

### QUESITO 19

Si richiede l'opportunità di voler includere eventuali sistemi che non risultano stati inseriti nella documentazione di gara da Voi fornita dedicati al trattamento di patologie di natura specifica:

Fratture femore

Chiodi di materiale composito con elevata percentuale di carbonio radiotrasparente per il trattamento delle fratture patologiche del femore.

### **RISPOSTA QUESITO 19:**

La Commissione tecnica ribadisce le specifiche tecniche già previste per il lotto 19 al fine di garantire la massima partecipazione.

> ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.

### QUESITO 20

Si richiede l'opportunità di voler includere eventuali sistemi che non risultano stati inseriti nella documentazione di gara da Voi fornita dedicati al trattamento di patologie di natura specifica:

Fratture femore

Placche a stabilità angolare e non poliassiali in materiale composito di carbonio con elevata percentuale di carbonio radiotrasparente per il trattamento delle fratture del femore.

#### **RISPOSTA QUESITO 20:**

La Commissione tecnica ribadisce le specifiche tecniche già previste per il lotto 20 al fine di garantire la massima partecipazione.

### QUESITO 21

Si richiede l'opportunità di voler includere eventuali sistemi che non risultano stati inseriti nella documentazione di gara da Voi fornita dedicati al trattamento di patologie di natura specifica:

Fratture tibia

Chiodi di materiale composito con elevata percentuale di carbonio radiotrasparente per il trattamento delle fratture patologiche della tibia.

#### **RISPOSTA QUESITO 21:**

La Commissione tecnica ribadisce le specifiche tecniche già previste per il lotto 21 al fine di garantire la massima partecipazione.

### QUESITO 22

Si richiede l'opportunità di voler includere eventuali sistemi che non risultano stati inseriti nella documentazione di gara da Voi fornita dedicati al trattamento di patologie di natura specifica: Fratture tibia

Placche a stabilità angolare e non poliassiali in materiale composito di carbonio con elevata percentuale di carbonio radiotrasparente per il trattamento delle fratture della tibia e della fibula distale e diafisaria.

### **RISPOSTA QUESITO 22:**

La Commissione tecnica ribadisce le specifiche tecniche già previste per il lotto 22 al fine di garantire la massima partecipazione.

# 9. OPERATORE ECONOMICO

### QUESITO 23

Lotto 1

Punto 3) - I gradi di curvatura indicati sono molto specifici e quindi vincolanti

Punto 4) - Non è specificata la lunghezza, neanche indicativa

Punto 6) - Viene indicata solo la misura 130°. Non è chiaro se la richiesta sia per un chiodo pertrocanterico corto, lungo o endomidollare.

#### **RISPOSTA QUESITO 23:**

La Commissione tecnica ritiene che la tolleranza prevista del ± 10 % per le misure dei diametri e delle lunghezze dei dispositivi vada estesa anche per i gradi di curvatura.

La Commissione tecnica ritiene di precisare che la dicitura:

> da: "VALIDO PER TUTTI I LOTTI: Le misure dei diametri e delle lunghezze sono indicativi e si accetterà una tolleranza del ± 10%."

> a: "VALIDO PER TUTTI I LOTTI: Le misure dei diametri, delle lunghezze, degli spessori nonche dei gradi di curvatura: dei dispositivi sono indicativi e si accetterà una tolleranza del ± 10%.".

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it



. Y

### QUESITO 24

Lotti 2 e 3

Il valore di gradi di valgismo è molto specifico e quindi vincolante.

### **RISPOSTA QUESITO 24:**

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 23".

### QUESITO 25

Lotto 5

La lunghezza del chiodo flessibile è molto specifico e quindi vincolante.

#### **RISPOSTA QUESITO 25:**

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 23".

### QUESITO 26

Lotto 8

Lo spessore delle placche è molto specifico e quindi vincolante.

#### **RISPOSTA QUESITO 26:**

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 23".

### QUESITO 27

Lotto 13

Il numero dei fori è molto specifico e quindi vincolante.

### **RISPOSTA QUESITO 27:**

La Commissione tecnica ribadisce le specifiche tecniche già previste per il lotto 13.

### QUESITO 28

Lotto 21

La larghezza indicata dei fori è molto specifica e quindi vincolante. La richiesta dell'intero sistema completo in unico lotto, appare essere vincolante.

### **RISPOSTA QUESITO 28:**

La Commissione tecnica ribadisce le specifiche tecniche già previste per il lotto 21 in quanto la larghezza dei fori è quella necessaria per l'alloggiamento delle viti idonee.

# 10. OPERATORE ECONOMICO

### QUESITO 29

Desideriamo sottoporVi la seguente integrazione di materiale rispetto a quella da Voi specificata:

Placche anatomiche a stabilità angolare in titanio per tibia prossimale, laterale e mediale, con possibilità di compressione assiale graduata oltre 2 mm..

### **RISPOSTA QUESITO 29:**

La Commissione tecnica accoglie parzialmente l'osservazione; stabilisce che non vengano variate le caratteristiche tecniche già previste ma stabilisce che la specifica suggerita sarà valutata dalla Commissione giudicatrice come miglioria tecnica:



ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it

Mal

LOTTI Placche					
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60 Peso complessivo	ATTRIBUZIONE DEL PESO  CRITERIO			
STRUMENTARIÓ	25 cosi suddiviso				
Sub criterio	Sub peso				
Efficienza nell'utilizzo	13	Attribuzione del peso rapportata al seguenti parametri: precisione, semplicità, manegevolezza, identificazione del componenti, facilità di pulizia e di sterilizzazione.			
Maschere dedicate	8,122	Attribuzione del peso In relazione alla presenza di maschere e prove dedicate.			
Miglioria técnica		Attribuzione del peso in relazione alla presenza della possibilità di compressione assiale graduata ottre 2 mm.			
Container	2	Attribuzione del peso in relazione alla facilità di apertura del container.			
CARATTERISTICHE PRODOTTO	Peso complessivo 30	CRITERIO			
Sub criterio	sub peso	UNITERIO			
Finitura	20	Attribuzione del peso in relazione alla finitura della vite/chiodo nel corpo principale.			
Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo principale	5	Attribuzione del peso in relazione al perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo principale.			
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in мр.	5	Attribuzione del peso in relazione alla presenza documentata nella documentazione di gara del dato relativo alla resistenza alla fatica del prodotto espressa in mp.  In caso di valore fornito in diversa unità di misura verrà considerato come "mp zero (0)".			
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA	Peso complessive  5  cosi suddiviso	CRITERIO			
Sub criterio	Sub peso				
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al materiale di consumo monouso	3	Attribuzione del peso in relazione alla presenza del requisito.			
Numero casistica, con follow-up clinico ≥ 36 mesi, pubblicata su riviste scientifiche con impact factor maggiore a 1	2	Attribuzione del peso in relazione al numero di viti/placche/sistemi utilizzati in Italia per impianti di osteosintesi dall'01/01/2013 al 31/12/2013.			

#### OFFSITO 30

Desideriamo sottoporVi la seguente integrazione di materiale rispetto a quella da Voi specificata: Placche anatomiche a stabilità angolare in titanio per femore distale con possibilità di compressione assiale graduata oltre 2 mm..

### **RISPOSTA QUESITO 30:**

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 29".

# 11. OPERATORE ECONOMICO

### QUESITO 31

Lotto 25

Chiediamo di variare la voce "MORSETTO MOBILE SU TUTTI I PIANI" con "MORSETTO MOBILE ORIENTABILE SU PIU' PIANI".

### **RISPOSTA QUESITO 31:**

La Commissione tecnica conferma la risposta data al "QUESITO 17" e ribadisce la caratteristica sotto riportata:

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it

8

M

"morsetto che consenta movimenti su tutti i piani".

### QUESITO 32

Lotto 32

Chiediamo di variare la descrizione "SEMIANELLI", in quanto non permetta la partecipazione di più aziende, con SISTEMA CIRCOLARE COMPONIBILE CON ANELLI INTERI, SEMICIRCOLARI O FRAZIONI DI ANELLO.

### **RISPOSTA QUESITO 32:**

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la caratteristica:

- > da "Composto da : Semianelli"
- > a "Componibile con: Semianelli, anelli interi, semicircolari o frazioni di anelli".

# 12. OPERATORE ECONOMICO

#### QUESITO 33

Chiediamo se potete essere più precisi in merito alle placche da tibia.

### **RISPOSTA QUESITO 33:**

La Commissione tecnica ribadisce le specifiche tecniche già previste per i lotti relativi alle placche in quanto ritiene di avere ricompreso tutte le caratteristiche necessarie alla descrizione dei dispositivi in argomento.

# 13. OPERATORE ECONOMICO

### QUESITO 34

Le procedure finalizzate ad accordi quadro a cui abbiamo sinora partecipato, per esempio quelle della regione Lombardia, avevano fondamentalmente tre caratteristiche:

- 1) I lotti erano descritti in modo semplice ma efficace, privi di tutte le caratteristiche più di mercato che di sostanza
- 2) Tutte le aziende che avevano i requisiti tecnici, praticamente la totalità, ottenevano tutte il punteggio utile per essere ammesse alla valutazione economica;
- 3) Le condizioni di vendita erano fissate dall'ente appaltante.

In questo modo si è ottenuto che gli operatori sanitari avessero a disposizione una gamma molto vasta di prodotti da utilizzare, si è dato modo a molte aziende di offrire i propri prodotti e nello stesso tempo, avendo fissato i prezzi massimi, un importante risparmio per la sanità regionale. Troppo trasparente e democratico.

Il Capitolato Tecnico della gara in oggetto, ad oggi e nel caso in cui non venisse modificato, riporta una descrizione dei lotti così minuziosa, attenta, maniacale, particolareggiata che non lascerebbe spazio ad errori di interpretazione. Nei lotti delle placche, ad esempio, avete descritto i prodotti di due note aziende americane, manca solo la fotografia ed il nome dell'azienda!

E se non bastasse nella Terza fase-valutazione di qualità- sezione A, viene e specificato che" la mancanza anche di una sola delle caratteristiche tecniche definite indispensabili e/o essenziali e e/o obbligatorie comporterà l'esclusione dalla procedura.

Criteri di valutazione, un esempio:

la finitura vale 20 su 60: come la valutate? A occhio? Qual è il trattamento di superfice migliore? La placca la volete sabbiata? Satinata? Lucidata chimicamente? Spazzolata? Oppure è meglio colorata, di giallo o di verde? E chi ha le competenze per decidere? Gli stessi che hanno ben specificato che l'acciaio delle placche deve essere amagnetico? Ma perché, esiste anche un acciaio 316 LVM magnetico?!

La nostra azienda possiede il certificato di qualità ISO 13:485, norma che prevede una serie lunghissima di procedure per il controllo che inizia dalle materie prime fino al prodotto finito. I nostri prodotti hanno tutti il marchio CE.

iguria.it

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova

La nostra azienda, italiana, studia, sviluppa, produce e quindi crea occupazione e ricchezza in Italia dove anche, suo malgrado, paga le tasse, perché non ha ancora una sede in Svizzera. I costi della sanità sono sostenuti dalle tasse dei lavoratori e delle aziende italiane, non dalle multinazionali, sveglia!!!

Siamo così ottusi che anche in momenti così difficili per l'occupazione non riusciamo a difendere il nostro lavoro neppure con i soldi dei contribuenti ... andate a vendere in Francia o Germania e poi ci dite ...

A titolo d'esempio, alleghiamo il capitolato tecnico delle gara di osteosintesi dell'anno 2011 (accordo quadro-capofila AO DESENZANO), come chiaro esempio di lotti "aperti" e quindi di gara incentrata ad incrementare il livello di concorrenza e a rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione.

Comunichiamo sin da ora che, se il Capitolato Tecnico non verrà radicalmente rivisto, non potremo partecipare a questa procedura; ovviamente procederemo nelle sedi appropriate al fine di tutelare gli interessi della nostra azienda.

### **RISPOSTA QUESITO 34:**

La Commissione tecnica prende atto delle osservazioni formulate dall'operatore economico in questione e rimanda ad una successiva riunione l'approfondimento dei vari punti evidenziati.

Le operazioni si concludono alle ore 18,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Roberto BALDINI

Dott. Roberto ROSETTANI

Dott. Luigi Moreno COSTA

Ilma PORCU

Term

28-10-14

James

Mon

and a second control of the second control of the second control of the second control of the second control of