



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel.010 5488561

luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Referente

Dott.ssa Francesca De Martini - tel. 010 5488543

francesca.demartini@regione.liguria.it

Procedura aperta per la fornitura di sistemi per l'automonitoraggio della glicemia e dispositivi correlati, per i pazienti diabetici delle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo 4 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n. 5. Numero gara 6893703.

Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata.

SEDUTA DEL 08-03-2018

Il giorno 08/03/2018, alle ore 14,00 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 39 del 31/01/2018 e n. 52 del 07/02/2018 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

- Dott. Guglielmo Ghisoni – Dirigente medico S.S.D. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie metaboliche ASL 3 Genovese, in qualità di Presidente
- Sig.ra Clara Rebora – infermiera Professionale (dedicata al DH) – Centro di Diabetologia Pediatrica – Istituto Giannina Gaslini, in qualità di componente
- Dott. Alessandro Brega – Dirigente farmacista S.C. Farmacia ASL 4 Chiavarese, in qualità di componente.

E' presente la Dott.ssa Francesca De Martini della Centrale, collaboratore amministrativo, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

Si ricorda che la ditta Meter Srl era stata ammessa con riserva nella seduta pubblica di apertura delle buste delle offerte tecniche e si prende atto che la riserva viene sciolta, a seguito della nota presentata dalla stessa Ditta, acquisita agli atti con prot. 3942 del 28-02-2018.

Si prende quindi atto che, a seguito del riscontro della documentazione tecnica presentata, sono state ammesse al prosieguo della procedura tutte le ditte concorrenti.

In considerazione del positivo esito delle verifiche, di cui sopra, la Commissione decide di passare all'esame della documentazione tecnica ai fini della successiva valutazione di idoneità.

Si prende atto che il Disciplinare di gara ed i relativi allegati prevedono che la procedura verrà esperita con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponderando perciò l'elemento prezzo con i parametri di qualità definiti in sede di capitolato tecnico e che ai parametri di qualità sono assegnati in ogni lotto 70 punti.

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Beu
AB
ek



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

La Commissione Giudicatrice prende preliminarmente atto che la documentazione tecnica è stata adeguatamente custodita in locali chiusi della Centrale Regionale di Acquisto.

Sarà esaminata preliminarmente la presenza della caratteristiche definite indispensabili dal capitolato tecnico (pena esclusione) e solo successivamente si passerà alla valutazione degli item soggetti a valutazione qualitativa.

Gli Uffici della centrale hanno predisposto apposite schede sulle quali saranno appuntate le valutazioni della Commissione.

La Commissione Giudicatrice procede quindi all'esame delle offerte tecniche presentate dalle Ditte per il lotto 5 (Lancette pungidito monouso e dispositivo di sparo).

Si inizia l'esame della documentazione tecnica riscontrando, punto per punto, i requisiti tecnici minimi pena esclusione richiesti dal Capitolato Tecnico di Gara.

Relativamente al Lotto 5 hanno presentato offerta le seguenti Ditte:

BENEFIS	BIOCHEMICAL	CHEMIL	MED TRUST	METER	PIKDARE
----------------	--------------------	---------------	------------------	--------------	----------------

Dall'esame della documentazione tecnica in relazione ai requisiti minimi prescritti dal Capitolato Tecnico, è emerso quanto segue:

BENEFIS	BIOCHEMICAL	CHEMIL	MED TRUST	METER	PIKDARE
B-SOFT LANCETTE	SOFT TWIST 32G LANCETTE	CHEMIL SOFT 30G	WELLION LANCET 33G	FORA TENDER 30G	PIC DIGITEST
idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo

La Commissione Giudicatrice prosegue a dare il giudizio di qualità per tutte le Ditte risultate idonee per il lotto 5 e riporterà i dati sulle tabelle di calcolo, predisposte dalla Centrale, per la determinazione dei relativi punteggi secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara.

Terminata la verifica delle offerte tecniche del lotto 5, le stesse vengono raccolte in un plico, consegnato alla Centrale per la custodia, insieme alle altre offerte non ancora analizzate, in luogo chiuso e controllato.

La seduta è tolta alle ore 18.15 ed aggiornata per la prossima seduta al 20/03/2018 alle ore 9.00.

Seduta del 20.03.2018

Il giorno 20/03/2018, alle ore 9,00 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 39 del 31/01/2018 e n. 52 del 07/02/2018 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

- Dott. Guglielmo Ghisoni – Dirigente medico S.S.D. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie metaboliche ASL 3 Genovese, in qualità di Presidente
- Sig.ra Clara Reborà – infermiera Professionale (dedicata al DH) – Centro di Diabetologia Pediatrica – Istituto Giannina Gaslini, in qualità di componente
- Dott. Alessandro Brega – Dirigente farmacista S.C. Farmacia ASL 4 Chiavarese, in qualità di componente.

E' presente la Dott.ssa Francesca De Martini della Centrale, collaboratore amministrativo, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

In apertura dei lavori, il Presidente della Commissione Giudicatrice procede alla rilettura del verbale del 8/03/2018 e dà inizio all'esame delle offerte tecniche presentate dalle Ditte per il lotto 3 (Sistemi di automisurazione della glicemia per pazienti con diabete tipo 2 non insulinotrattati).

La Commissione Giudicatrice, pertanto, inizia l'esame della documentazione tecnica riscontrando, punto per punto, i requisiti tecnici minimi pena esclusione richiesti dal Capitolato Tecnico di Gara.

Relativamente al Lotto 3 hanno presentato offerta le seguenti Ditte:

ABBOTT	ASCENSIA	BEURER	BIOCHEMICAL	MED TRUST	METER	PIKDARE	SVAS
---------------	-----------------	---------------	--------------------	------------------	--------------	----------------	-------------

Dall'esame della documentazione tecnica in relazione ai requisiti minimi prescritti dal Capitolato Tecnico, è emerso quanto segue:

ABBOTT	ASCENSIA	BEURER	BIOCHEMICAL
FREESTYLE OPTIUM NEO+STRISCIA FREESTYLE OPTIUM	CONTOUR TS(ref.1904-rep.84511129)+STRISCIA CONTOUR TS(ref.1912-rep.84511137)	GL43+STRISCIA GL42/GL43	OGCARE CON RETROILLUMINAZIONE+STRISCIA OGCARE
idoneo	idoneo	idoneo	idoneo

La seduta è tolta alle ore 13.00 per pausa ristoro, per riprende alle ore 14.15.

Continuando l'esame della documentazione tecnica in relazione ai requisiti minimi prescritti dal Capitolato Tecnico, è emerso quanto segue:

MED TRUST	METER	PIKDARE	SVAS
WELLION LUNA DUO+STRISCIA WELLION LUNA	FORA DIAMOND PRIMA +STRISCIA FORA DIAMOND	PIC GLUCO TEST(STRUMENTO+STRISCIA)	GLUCOLAB AUTOCODING (STRUMENTO+STRISCIA)
idoneo	idoneo	idoneo	idoneo

Handwritten signatures and initials:
 (Large signature)
 GR AB



Terminata l'idoneità del lotto 3, la Commissione Giudicatrice decide di iniziare l'idoneità del lotto 1 (Sistemi di automisurazione della glicemia con funzionalità avanzate per pazienti con diabete tipo 1 e tipo 2 insulinotrattati).

Relativamente al Lotto 1 hanno presentato offerta le seguenti Ditte:

ASCENSIA	BIOCHEMICAL	JOHNSON	ROCHE	TESI
----------	-------------	---------	-------	------

Dall'esame della documentazione tecnica in relazione ai requisiti minimi prescritti dal Capitolato Tecnico, è emerso quanto segue:

ASCENSIA	ROCHE
CONTOUR NEXT ONE(ref.7807-rep.84664065)+STRISCIA COUNTOUR NEXT(ref.7306A-REP.84507319)	ACCU-CHECK GUIDE(STRUMENTO+STRISCIA)
idoneo	idoneo

Relativamente alla ditta Johnson, la Commissione chiede delle delucidazioni su quanto dichiarato nella documentazione presentata, relativamente al requisito minimo 1.12(marcatura CE App) e dà mandato alla Centrale di inviare una nota.

In attesa della risposta della ditta Johnson, la valutazione dell'idoneità viene rimandata alla prossima seduta.

Le offerte vengono raccolte in un plico, consegnato alla Centrale per la custodia, insieme alle altre offerte non ancora analizzate, in luogo chiuso e controllato.

La seduta è tolta alle ore 17.50 ed aggiornata per la prossima seduta al 27/03/2018 alle ore 9.00.

Seduta del 27.03.2018

Il giorno 27/03/2018, alle ore 9,00 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 39 del 31/01/2018 e n. 52 del 07/02/2018 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

- Dott. Guglielmo Ghisoni – Dirigente medico S.S.D. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie metaboliche ASL 3 Genovese, in qualità di Presidente
- Sig.ra Clara Rebora – infermiera Professionale (dedicata al DH) – Centro di Diabetologia Pediatrica – Istituto Giannina Gaslini, in qualità di componente
- Dott. Alessandro Brega – Dirigente farmacista S.C. Farmacia ASL 4 Chiavarese, in qualità di componente.



E' presente la Dott.ssa Francesca De Martini della Centrale, collaboratore amministrativo, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

In apertura dei lavori, il Presidente della Commissione Giudicatrice procede alla rilettura del verbale del 20/03/2018.

Si dà lettura della risposta della Ditta Johnson, acquisita agli atti con prot. 5968 del 27/03/2018 e si procede con la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle altre Ditte per il lotto 1 (Sistemi di automisurazione della glicemia per pazienti con diabete tipo 2 non insulinotrattati).

Dall'esame della documentazione tecnica in relazione ai requisiti minimi prescritti dal Capitolato Tecnico, è emerso quanto segue:

JOHNSON	TESI
ONETOUCH VERIO FLEX+STRISCIA ONETOUCH VERIO	TD- 4183+STRISCIA TD-4370
idoneo	idoneo

La seduta è tolta alle ore 13.30 per pausa ristoro, per riprende alle ore 14.30.

Relativamente alla ditta Biochemical, la Commissione chiede delle delucidazioni su quanto dichiarato nella documentazione presentata, relativamente al requisito minimo 1.11(software) e dà mandato alla Centrale di inviare una nota.

In attesa della risposta della ditta Biochemical, la valutazione dell'idoneità viene rimandata alla prossima seduta.

Si procede quindi ad attribuire i giudizi di qualità alle ditte Ascensia, Roche, Johnson e Tesi che saranno riportati sulle tabelle di calcolo, predisposte dalla Centrale, per la determinazione dei relativi punteggi secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara.

Le offerte vengono raccolte in un plico, consegnato alla Centrale per la custodia, insieme alle altre offerte non ancora analizzate, in luogo chiuso e controllato.

La seduta è tolta alle ore 17.30 ed aggiornata per la prossima seduta al 10/04/2018 alle ore 9.00.



Seduta del 10.04.2018

Il giorno 10/04/2018, alle ore 9,00 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 39 del 31/01/2018 e n. 52 del 07/02/2018 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

- Dott. Guglielmo Ghisoni – Dirigente medico S.S.D. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie metaboliche ASL 3 Genovese, in qualità di Presidente
- Sig.ra Clara Rebora – infermiera Professionale (dedicata al DH) – Centro di Diabetologia Pediatrica – Istituto Giannina Gaslini, in qualità di componente
- Dott. Alessandro Brega – Dirigente farmacista S.C. Farmacia ASL 4 Chiavarese, in qualità di componente.

E' presente la Dott.ssa Francesca De Martini della Centrale, collaboratore amministrativo, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

In apertura dei lavori, il Presidente della Commissione Giudicatrice procede alla rilettura del verbale del 27/03/2018.

Si dà lettura della risposta inviata dalla ditta Biochemical relativa al lotto 1, acquisita agli atti con prot. nn. 6102 del 28/03/2018, e si procede all'esame della documentazione tecnica in relazione ai requisiti minimi prescritti dal Capitolato Tecnico, da cui è emerso quanto segue:

BIOCHEMICAL
VSTRUST TD-4279(STRUMENTO E STRISCIA)
idoneo

e si prosegue a dare i giudizi di qualità del lotto 1 che saranno riportati sulle tabelle di calcolo, predisposte dalla Centrale, per la determinazione dei relativi punteggi secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara.

La seduta è tolta alle ore 12.45 per pausa ristoro, per riprende alle ore 13.45 con l'incontro con tutte le Ditte idonee del lotto 1 (Sistemi di automisurazione della glicemia con funzionalità avanzate per pazienti con diabete tipo 1 e tipo 2 insulinotrattati).

Tutte le ditte, che hanno presentato offerta nel lotto 1, sono state convocate per una dimostrazione sui seguenti punti:

- Software di scarico dei dati in lingua italiana con versione per il paziente
- Software di scarico dei dati in lingua italiana con versione per il Centro di diabetologia
- Scarico su cartella informatizzata diabetologica o su piattaforma digitale (esempio my star, diasend o equivalenti)

-
- Demo dell'App utilizzabile con i comuni sistemi operativi degli smartphone/tablet in commercio e classificata come dispositivo medico a marcatura CE.

Terminate le singole dimostrazioni, la Commissione procede a dare i giudizi di qualità su alcuni requisiti sopra menzionati che saranno riportati sulle tabelle di calcolo, predisposte dalla Centrale, per la determinazione dei relativi punteggi secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara.

Le offerte vengono raccolte in un plico, consegnato alla Centrale per la custodia, insieme alle altre offerte non ancora analizzate, in luogo chiuso e controllato.

La seduta è tolta alle ore 18.15 ed aggiornata per la prossima seduta al 18/04/2018 alle ore 9.00.

Seduta del 18.04.2018

Il giorno 18/04/2018, alle ore 9,00 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 39 del 31/01/2018 e n. 52 del 07/02/2018 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

- Dott. Guglielmo Ghisoni – Dirigente medico S.S.D. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie metaboliche ASL 3 Genovese, in qualità di Presidente
- Sig.ra Clara Reborà – infermiera Professionale (dedicata al DH) – Centro di Diabetologia Pediatrica – Istituto Giannina Gaslini, in qualità di componente
- Dott. Alessandro Brega – Dirigente farmacista S.C. Farmacia ASL 4 Chiavarese, in qualità di componente.

E' presente la Dott.ssa Francesca De Martini della Centrale, collaboratore amministrativo, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.


In apertura dei lavori, il Presidente della Commissione Giudicatrice procede alla rilettura dei verbali delle precedenti sedute ed invita a finire la valutazione del lotto 3 ((Sistemi di automisurazione della glicemia per pazienti con diabete tipo 2 non insulinottrattati).

La Commissione Giudicatrice prosegue quindi a dare il giudizio di qualità per tutte le Ditte risultate idonee per il lotto 3 e riporta i dati sulle tabelle di calcolo, predisposte dalla Centrale, per la determinazione dei relativi punteggi secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara, allegate al presente verbale.

Si riprende il lotto 1 ((Sistemi di automisurazione della glicemia con funzionalità avanzate per pazienti con diabete tipo 1 e tipo 2 insulinottrattati) e la Commissione chiede il supporto del Dott. Baldini, farmacista della Centrale per un'ulteriore verifica sulla marcatura CE delle App. Il Dott. Baldini conferma l'esistenza del requisito a seguito di verifica su NSIS.

La Commissione riprende a dare i giudizi di qualità del lotto 1 che saranno riportati sulle tabelle di calcolo, predisposte dalla Centrale, per la determinazione dei relativi punteggi secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara.

La seduta è tolta alle ore 13.00 per pausa ristoro, per riprende alle ore 14.00.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

La Commissione prosegue a dare i giudizi di qualità del lotto 1 e rinvia alla prossima seduta la conclusione dei punteggi che saranno riportati sulle tabelle di calcolo, predisposte dalla Centrale, per la determinazione dei relativi punteggi secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara, allegato al presente verbale quali parti integranti e sostanziali.

Le offerte vengono raccolte in un plico, consegnato alla Centrale per la custodia, insieme alle altre offerte non ancora analizzate, in luogo chiuso e controllato.

La Commissione si riserva di fare ulteriori verifiche ed approfondimenti sul lavoro finora svolto e riportato sulle tabelle allegato al presente verbale.

La seduta è tolta alle ore 18.45 ed aggiornata per la prossima seduta al 24/04/2018 alle ore 9.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:Dott.
Guglielmo Ghisoni

Componente:Sig.ra
Clara Reborà


Componente:Dott.
Alessandro Brega

Per la Centrale:
Dott.ssa Francesca
De Martini

Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The first signature is 'Guglielmo Ghisoni', the second is 'Clara Reborà', and the third is 'Alessandro Brega'.

A handwritten signature, 'Francesca De Martini', written over a horizontal line.

LOTTO 1		Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di para	Commissione Giudicatrice	ASCENSIA	BIOCHEMICAL	JOHNSON	ROCHE	TESI
MODELLI OFFERTI					CONTOUR NEXT ONE (ref. L7867) (no. 84664069) STRISCIA CONTOUR NEXT (ref. 7356A-REP. 84627319)	VSTRUST TD-4379 (STRUMENTO E STRISCIA)	ONETOUCH VERIO FLEX+STRISCIA ONETOUCH VERIO	ACCU-CHECK GUIDE (STRUMENTO+STRISCIA)	TD-4183+STRISCIA TD-4379
Requisiti minimi pena esclusione (Allegato F4)					presente	presente	presente	presente	presente
1a	Accuratezza dei valori entro ± 5 mg/dl per glicemie <100 mg/dl	12	< 40%=0 punti; 40-49.9%=2 punti; 50-59.9%=4 punti; 60-69.9%=6 punti; 70-79.9%=8 punti; 80-89.9%=10 punti; 90-100%=12 punti.	Punteggio	12	10	10	12	10
1b	Accuratezza dei valori entro $\pm 5\%$ per glicemie ≥ 100 mg/dl	12	< 40%=0 punti; 40-49.9%=2 punti; 50-59.9%=4 punti; 60-69.9%=6 punti; 70-79.9%=8 punti; 80-89.9%=10 punti; 90-100%=12 punti.	Punteggio	8	6	6	8	10
1c	Ripetibilità (tra lotti diversi): CV in tutti gli intervalli glicemici ≥ 100 mg/dl	5	$\geq 4.1\%=0$ punti; 3.1-4%=2 punti; 2.1-3%=4 punti; $\leq 2\%=5$ punti	Punteggio	5	4	5	4	4
1d	Precisione intermedia (tra giorni diversi): CV in tutti gli intervalli glicemici ≥ 100 mg/dl	5	$\geq 4.1\%=0$ punti; 3.1-4%=2 punti; 2.1-3%=4 punti; $\leq 2\%=5$ punti	Punteggio	5	4	4	4	2
1e	Range ematocrito limite inferiore <25	2	si=2; no=0	Punteggio	2	0	2	2	2
1f	Range ematocrito limite superiore > 55	2	si=2; no=0	Punteggio	2	0	2	2	2
1g	Dialogo in wifi o mediante bluetooth con App utilizzabile con i comuni sistemi operativi degli smartphone in commercio, con invio dati immediato a sistema di visualizzazione ed elaborazione dei dati glicemici	14	Visualizzazione del trend= 3 punti; no=0	Punteggio	3	3	3	3	3
			Diario delle glicemie= 2 punti; no=0	Punteggio	2	2	2	2	2
			Medie dei valori= 1 punto; no=0	Punteggio	1	1	1	1	1
			Inserimento eventi= 1 punto; no=0	Punteggio	1	1	1	1	1
			Calcolatore di bolle= 0-4 punti (in base alle caratteristiche del calcolatore e degli studi a supporto), con criterio Q1, utilizzando una scala di valori del tipo: "eccellente=coeff. 1.0, ottimo=coeff. 0.7, buono=coeff. 0.5, discreto=coeff. 0.3, sufficiente=coeff. 0.0"	Punteggio					
			Segnalazione indici di variabilità glicemica= 3 punti	Punteggio	3	3	3	3	0
1h	Assenza di materiale di scarto dopo l'esecuzione della singola determinazione della glicemia	3	si=3; no=0	Punteggio	0	0	0	0	0
1i	Misurazione della chetonemia	4	si=4; no=0	Punteggio	0	4	0	0	4
1l	Possibilità di riapplicare 2a goccia di sangue	1	si=1; no=0	Punteggio	1	0	0	0	0
1m	Scadenza striscia a confezione aperta, come scadenza naturale	3	si=3; no=0	Punteggio	3	3	0	3	3
1n	Display retroilluminato o ad alto contrasto	2	si=2; no=0	Punteggio	2	2	2	2	2
1o	Presenza di messaggi descrittivi di testo sul display e non solo codice errore	2	si=2; no=0	Punteggio	0	0	0	2	0
1p	Impossibilità di utilizzo con strisce scadute	1	si=1; No=0	Punteggio	0	0	0	0	0
1q	Presenza di un customer care dedicato ai pazienti con orari e giorni di apertura superiori a quelli richiesti	2	Min 8 ore die=0 Maggiore 9 ore die=1 Week end (sabato e festivi)=1	Punteggio	1	2	1	1	2
Totale punteggio di qualità grezzo		70.00			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Handwritten signatures and initials:    

LOTTO 3		Max. punti	Fattibilità di validazione - valori e range di data	Commissione Giudicatrice	ABBOTT	ASCENSA	BEURER	BIOCHEMICAL	MED TRUST	METER	PIKDARE	SVAS	
MODELLI OFFERTI					FREESTYLE OPTIUM NEO-STRESCIA FREESTYLE OPTIUM	CONTOUR TRIMETRICIA (p. 84811129)-STRESCIA CONTOUR TRIMETRICIA (p. 84811137)	GL43-STRESCIA GL43 GL43	DOCCARE CON RETROILLUMINAZIONE-STRESCIA DOCCARE	WELLION LUNA DUO-STRESCIA WELLION LUNA	FORA DAVIDAD FORA-STRESCIA FORA DAVIDAD	PG GLECC TESTI (STRUYEN TO-STRESCIA)	GLUCOLAB AUTOCODING (STRUMENTO-STRESCIA)	
					presente	presente	presente	presente	presente	presente	presente	presente	
Requisiti minimi pena esclusione (Allegato F4)													
3a	Accuratezza dei valori entro ± 10 mg/dl per glicemie <100 mg/dl	15	$< 70\%=0$ punti; $70-79.9\%=5$ punti; $80-89.9\%=10$ punti; $90-100\%=15$ punti.	Punteggio	15	10	15	15	0	10	15	10	
3b	Accuratezza dei valori entro $\pm 10\%$ per glicemie ≥ 100 mg/dl	15	$< 70\%=0$ punti; $70-79.9\%=5$ punti; $80-89.9\%=10$ punti; $90-100\%=15$ punti.	Punteggio	15	15	15	15	10	5	15	10	
3c	Range ematocrito limite inferiore <35	2	si=2; no=0	Punteggio	2	2	2	2	2	2	2	2	
3d	Range ematocrito limite superiore > 55	2	si=2; no=0	Punteggio	2	2	2	2	2	2	2	2	
3e	Possibilità di riapplicare 2a goccia di sangue	1	si=1; no=0	Punteggio	1	0	0	0	0	0	0	0	
3f	Scadenza striscia a confezione aperta, come scadenza naturale	3	si=3; no=0	Punteggio	3	3	0	0	0	0	0	0	
3g	Spegnimento del glucometro	3	Manuale=0 punti; automatico=3 punti	Punteggio	3	3	3	3	3	3	3	3	
3h	Visualizzazione livello carica batteria o icona/segnalazione batteria scarica	3	si=3; no=0	Punteggio	3	3	3	3	3	3	3	3	
3i	Funzionalità solo con strisce non scadute o avviso striscia scaduta	5	si=5; no=0	Punteggio	0	0	0	0	0	0	0	0	
3j	Sistema di sicurezza con espulsione della striscia o possibilità di eseguire il test da parte di esterni senza toccare la striscia usata, in sicurezza	4	si=4; no=0	Punteggio	0	0	0	4	4	4	0	4	
3m	Display retroilluminato o ad alto contrasto	3	si=3; no=0	Punteggio	3	3	3	3	3	3	3	3	
3n	Numeri grandi e chiaramento leggibili	5	si=5; no=0	Punteggio	5	5	5	5	5	5	5	5	
3o	Segnali acustici di rilevazione del dato	3	si=3; no=0	Punteggio	0	3	3	3	3	3	3	3	
3p	Presenza di messaggi descrittivi di testo sul display e non solo codici errore	4	si=4; no=0	Punteggio	0	0	0	0	0	0	0	0	
3q	Presenza di un customer care dedicato ai pazienti con orari e giorni di apertura superiori a quelli richiesti	2	Min 8 ore die=0 Maggiore 9 ore die=1 Week end (sabato o festivi)=1	Punteggio	0	1	2	2	0	2	2	2	
Totale punteggio di qualità grezzo						52,00	50,00	53,00	57,00	35,00	42,00	53,00	47,00

LOTTO 5		Max punti	Parametri di valutazione: valori a base di gara	Commissione Giudicatrice	BENEFIS	BIOCHEMICAL	CHEMIL	MED TRUST	METER	PIKDARE
MODELLI OFFERTI					B-SOFT LANCETTE	SOFT TWIST 33G LANCETTE	CHEMIL SOFT 30G	WELLION LANCET 33G	FORA TENDER 30G	PIC DIGITEST
Requisiti minimi pena esclusione (Allegato F4)					presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti
5a	Livelli di penetrazione del pungidito	30	<3 livelli=0 punti; 3 livelli=10 punti; 4/6 livelli=20 punti; ≥ 7 livelli=30 punti	Punteggio	20	30	30	30	30	20
5b	Gauge della lancetta	30	23G=0 punti; 24/26G=10 punti; 27/29G=20 punti; ≥ 30G=30 punti	Punteggio	30	30	30	30	30	30
5c	Nessun materiale pungente di scarto	5	si=5; no=0	Punteggio	0	0	0	0	0	0
5d	Compatibilità della lancetta con altre penne	5	si=5; no=0	Punteggio	5	5	5	5	5	5
Totale punteggio di qualità grezzo		79,00			55,00	65,00	65,00	65,00	65,00	55,00