

# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

## AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

[www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it)

Dirigente RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA  
Referente: Dott.ssa Francesca De Martini

**Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi per laboratorio di Neurofisiopatologia" occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, I.R.C.C.S San Martino, Istituto Gaslini per un periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi).  
Lotti n. 36. Numero gara 7215896.**

## VERBALE SEDUTA RISERVATA 25/10/2019

Il giorno 25/10/2019, alle ore 14:00 presso la Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 59 del 21/02/2019 e successiva Determinazione 67 del 25/02/2019, per le valutazioni di idoneità e di qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Sono presenti, quali Componenti della Commissione Giudicatrice, i Dottori:

- |                             |                  |            |
|-----------------------------|------------------|------------|
| ▪ Dott.ssa Daniela AUDENINO | Dirigente Medico | Presidente |
| ▪ Dott. Davide FAGA         | Dirigente Medico | Componente |
| ▪ Dott.ssa Lizia RENI       | Dirigente Medico | Componente |


Per la Centrale sono presenti il Rup della gara Dott. Luigi Moreno Costa e la Dott.ssa Francesca De Martini che funge da segretario verbalizzante.

La Componente dr.ssa Lizia Reni, assente nella precedente riunione del 17/06/2019, riesaminata la documentazione e viste le risultanze agli atti, concorda e fa proprie le valutazioni effettuate nella suddetta riunione, acquisita agli atti con verbale n.13.338 del 17/06/2019.

La Commissione Giudicatrice, quindi, prosegue in seduta collegiale con le valutazioni delle offerte tecniche, riprendendo il lavoro svolto nella precedente seduta del 17/06/2019 (Verbale prot. 13.338/19 stessa data). La Commissione conferma le valutazioni effettuate e sotto riportate, ad eccezione dei lotti 9 e 16 in cui ritiene di escludere tutte le Ditte partecipanti ai lotti per la mancanza di sterilità di ciascuna offerta, quale requisito minimo richiesto nel Capitolato tecnico.

## LOTTO 1

BIONEN SAS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	NO	Non è presente la destinazione d'uso relativa ai "Potenzioli Evocati".



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

2 di 21

## SPES MEDICA SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	SI	

## AMBU S.R.L.

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	SI	

## EMS SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	SI	

## FIAB SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	NO	Nella documentazione tecnica presentata non è stata rinvenuta la destinazione d'uso relativa ai "Potenziali Evocati". Non risulta che il prodotto sia indicato per "PE".

## SEI EMG SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	SI	


## LOTTO 2

## BIONEN SAS

Lotto 2	SI	
---------	----	--

## SPES MEDICA SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 2	SI	



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

3 di 21

## AMBU S.R.L.

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 2	SI	

## EMS SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 2	SI	

## FIAB SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 2	SI	

## LOTTO 3

## SPES MEDICA SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 3	SI	

## BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 3	SI	

## LOTTO 4

## SPES MEDICA SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 4	SI	

## CEA SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it) PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

pag. 3 di pag. 21



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Lotto 4	SI	4 di 21
---------	----	---------

PDT COSMETICI SRL		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 4	SI	

BIONEN SAS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 4	NO	NON RISULTA REQUISITO IDROSOLUBILE.

## LOTTO 5

BIONEN SAS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	NO	Non risulta che il prodotto sia indicato per ENG. Non risulta che la consistenza del prodotto impedisca lo scivolamento dell'elettrodo a temperatura tra 18° e 25°.

SPES MEDICA SRL		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	NO	NON RISULTA REQUISITO IDROSOLUBILE.

SEI EMG SRL		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	SI	

CEA SPA		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	SI	

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997


Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it) PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

pag. 4 di pag. 21

*Beu*



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

5 di 21

## FIAB SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	SI	

## PDT COSMETICI SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	SI	

## LOTTO 6

## SPES MEDICA SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 6	SI	

## SEI EMG SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 6	SI	

## LOTTO 7

## SPES MEDICA SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 7	SI	

## BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 7	SI	

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997


Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it)

PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

pag. 5 di pag. 21



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

6 di 21

## LOTTO 8

### AMBU S.R.L.

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 8	SI	

### SPES MEDICA SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 8	SI	

### BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 8	SI	

### FIAB SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 8	NO	Mancano le prime 2 lunghezze previste dal Capitolato (25 x 0,30 mm) e (25 x 0,45 mm), pur applicando la percentuale di tolleranza prevista dal Capitolato: (+/- 10%).

## LOTTO 9

### AMBU S.R.L.

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 9	NO	Dimensioni non conformi al Capitolato. Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato.

### EMS SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 9	NO	Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato.


A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it) PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

pag. 6 di pag. 21



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

7 di 21

## FIAB SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 9	NO	Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato.

## SEI EMG SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 9	NO	Dimensioni non conformi al Capitolato. Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato.

## MEDTRONIC ITALIA SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 9	NO	Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato.

## SPES MEDICA SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 9	NO	Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato.


## BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 9	NO	Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato.

## LOTTO 10

## SYNOPO SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 10	NO	I valori di diametro e la superficie della punta isolata dell'elettrodo attivo non soddisfano i requisiti del Capitolato. Stessa carenza anche per l'elettrodo indifferente. La lunghezza del cavetto da scheda tecnica risulta 61 cm mentre il capitolato richiede 100 cm, quindi non è soddisfatto il requisito.



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

8 di 21

## LOTTO 11

### SEI EMG SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 11	SI	

### AMBU S.R.L.

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 11	NO	Nucleo interno in AG e non nel materiale richiesto da Capitolato

### FIAB SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 11	NO	Nucleo interno in Titanio e non nel materiale richiesto da Capitolato.

### SPES MEDICA SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 11	NO	Nucleo interno (Sensore) in Acciaio e non nel materiale richiesto da Capitolato.

### SYNOPO SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 11	NO	Nucleo interno (elettrodo centrale) in Acciaio e non nel materiale richiesto da Capitolato.

### BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 11	NO	Il prodotto offerto ("PREMIUM") non risulta dotato di nucleo interno in Platino o NiCr. Il cavo di collegamento non risulta schermato. La lunghezza del cavo non risulta sia compresa tra 100 e 150 cm. Non risulta che la lunghezza dell'ago sub punto c) del Capitolato sia compresa tra 60 e 75 mm.


A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it) PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

pag. 8 di pag. 21



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

9 di 21

## LOTTO 12

### SPES MEDICA SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 12	SI	

### SYNOPO SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 12	SI	

## LOTTO 13

### BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Manca la lunghezza MAX di 40 mm richiesta dal Capitolato.

### AMBU S.R.L.


LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Presente solo una misura di lunghezza unica (12 mm) mentre il capitolato richiede diverse misure tra 12 e 40 mm.

### EMS SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Presente solo una misura di lunghezza unica (13 mm) mentre il capitolato richiede diverse misure tra 12 e 40 mm.

### FIAB SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Non presenti le lunghezze dal min. al max. come richiesto dal Capitolato.



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

10 di 21

## MEDTRONIC ITALIA SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Presente solo una misura di lunghezza unica (13 mm) mentre il capitolato richiede diverse misure tra 12 e 40 mm.

## SEI EMG SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Non presenti le lunghezze dal min. al max. come richiesto dal Capitolato.

## SPES MEDICA SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Non presenti le lunghezze dal min. al max. come richiesto dal Capitolato.

## SYNOPO SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Non presenti le lunghezze dal min. al max. come richiesto dal Capitolato.


## LOTTO 14

## AMBU S.R.L.

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 14	SI	

## BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 14	SI	



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

11 di 21

## EMS SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 14	SI	

## MEDTRONIC ITALIA SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 14	SI	

## SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 14	SI	

## SEI EMG SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 14	SI	

## LOTTO 15

## BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 15	SI	

## EMS SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 15	SI	

## FIAB SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 15	SI	


A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it) PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

pag. 11 di pag. 21



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

12 di 21

## SEI EMG SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 15	SI	

## SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 15	SI	

## LOTTO 16

## EMS SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 16	NO	MANCA REQUISITO STERILE RICHIESTO DAL CAPITOLATO. MANCA REQUISITO "BIOCOMPATIBILE".

## MEDTRONIC ITALIA SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 16	NO	MANCA REQUISITO STERILE RICHIESTO DAL CAPITOLATO.


## SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 16	NO	MANCA REQUISITO STERILE RICHIESTO DAL CAPITOLATO.

## LOTTO 17

## BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 17	SI	



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

13 di 21

## FIAB SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 17	SI	

## SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 17	SI	

## LOTTO 18

## AMBU S.R.L.

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 18	NO	Mancano lunghezze cavo 250 e 300 cm. Manca diametro coppetta da 6 mm.

## BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 18	NO	Manca il diametro 6 mm. Non risultano le lunghezze del cavetto di 100, 150, 200, 250 e 300 cm. Non risulta l'idoneità all'utilizzo con collodio e acetone.

## FIAB SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 18	SI	

## SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 18	NO	Manca cavetto di 300 cm. Manca diametro elettrodo 6 mm.


A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it) PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

pag. 13 di pag. 21



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

14 di 21

## LOTTO 19

### BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 19	NO	Non risulta che il terminale a bottone sia siliconato e con guaina di rinforzo isolante. Non risulta la presenza delle lunghezze del cavetto di 150 e 200 cm.

### FIAB SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 19	NO	Manca terminale a bottone siliconato e guaina di rinforzo isolante

### SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 19	NO	Manca terminale a bottone siliconato e manca la lunghezza cavo di 300cm

## LOTTO 20

### BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 20	NO	Non presente il terminale a spinotto a molla di diametro 2 mm, disponibile a 90°. Non presente il requisito che il cavetto sia siliconato, con guaina di rinforzo isolante.

### SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 20	NO	MANCA TERMINALE A BOTTONE SILICONATO. NON INDICATA LA LUNGHEZZA CAVO COME RICHIESTO DAL CAPITOLATO. MANCA ANGOLAZIONE 90°.

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997


Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it)

PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

pag. 14 di pag. 21



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

15 di 21

## LOTTO 21

### BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 21	NO	NON È INDICATO CHE LA LUNGHEZZA SIA COMPRESA TRA 15 E 25 MM.

### SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 21	SI	

## LOTTO 22

### BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 22	NO	Non è sufficientemente regolabile.


### SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 22	SI	

### SEI EMG SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 22	SI	

## LOTTO 23



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

16 di 21

BIONEN SAS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 23	SI	

SPES		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 23	SI	


FIAB SPA		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 23	SI	
<b>LOTTO 24</b>		

BIONEN SAS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 24	SI	

SPES		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 24	SI	

<b>LOTTO 25</b>		
-----------------	--	--

BIONEN SAS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 25	SI	



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

17 di 21

SPES		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 25	SI	

## LOTTO 26

BIONEN SAS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 26	SI	


SPES		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 26	SI	

SEI EMG SRL		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 26	SI	

## LOTTO 27

BIONEN SAS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 27	SI	

SPES		
------	--	--



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

18 di 21

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 27	SI	

## LOTTO 28

### EMS SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 28	SI	

### SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 28	SI	

### SYNOPO SPA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 28	SI	

## LOTTO 29

### AMBU S.R.L.

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 29	SI	

### EMS SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 29	SI	

### SPES



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

19 di 21		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 29	SI	

SYNOPO SPA		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 29	SI	

## LOTTO 30


EMS SRL		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 30	NO	LUNGHEZZA DELLA PUNTA ESPOSTA SUPERIORE A 48 MM

SPES		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 30	NO	LUNGHEZZA DEL MANIPOLO INFERIORE A 18 CM

## LOTTO 31

MEDTRONIC ITALIA SPA		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 31	SI	

## LOTTO 32



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

20 di 21

## EMS SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 32	SI	

## SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 32	SI	

## LOTTO 33

## EMS SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 33	SI	

## LOTTO 34

## SEI EMG SRL

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 34	SI	

## SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 34	SI	

## LOTTO 35 – NON PARTECIPATO

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – C.F. / P. IVA 02421770997


Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it)

PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

pag. 20 di pag. 21



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

21 di 21

## LOTTO 36

BIONEN SAS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 36	SI	

La Commissione dà mandato alla Centrale di escludere tutte le Ditte non idonee per mancanza di requisiti minimi richiesti nel Capitolato tecnico.

La seduta è tolta alle ore: 16.45

Letto, confermato e sottoscritto,

**La Commissione Giudicatrice:**

**Presidente**

Dott.ssa Daniela AUDENINO

**Componente**

Dott. Davide FAGA

**Componente**

Dott.ssa Lizia RENI

**La Centrale Regionale di Acquisto:**

**Il RUP della gara**

Dott. Luigi Moreno Costa

Dott.ssa Francesca De Martini