**Alisa**

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTOwww.acquistiliguria.it

Dirigente RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA
Referente: Dott. Riccardo Capitani

**Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi per laboratorio di Neurofisiopatologia" occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, I.R.C.C.S San Martino, Istituto Gaslini per un periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi).
Lotti n. 36. Numero gara 7215896.**

VERBALE SEDUTA RISERVATA 14/06/2019

Il giorno 14/06/2019, alle ore 14:30 presso la Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 59 del 21/02/2019 e successiva Determinazione 67 del 25/02/2019, per le valutazioni di idoneità e di qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Sono presenti, quali Componenti della Commissione Giudicatrice, i Dottori:

▪ Dott.ssa Daniela AUDENINO	Dirigente Medico	Presidente
▪ Dott.ssa Lizia RENI	Dirigente Medico	Componente
▪ Dott. Davide FAGA	Dirigente Medico	Componente

La Commissione Giudicatrice decide quindi di proseguire con le valutazioni delle offerte tecniche, riprendendo dal punto in cui erano terminati i lavori nelle precedente seduta del 06/06/2019 (Verbale prot. 12556/19), previa revisione e riordino delle tabelle di valutazione dei requisiti di idoneità.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

2 di 23

BIONEN SAS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 25		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.
Lotto 26		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802. Non è dato evincere dalla documentazione tecnica presentata se il materiale degli anelli sia in acciaio inox come richiesto dal Capitolato. Non è dato altresì evincere se il cavo sia schermato, come richiesto dal Capitolato.
Lotto 27		Non è dato evincere dalla documentazione tecnica presentata se il materiale degli elettrodi sia in acciaio inox come richiesto dal Capitolato. Inoltre lo stimolatore risulta dalla scheda tecnica composto da feltro e metallo e non corrisponde ai requisiti richiesti dal Capitolato.
Lotto 36		La documentazione tecnica presentata – risulta presente solo il foglietto d'uso - non consente di evincere le specifiche richieste dal Capitolato a titolo di idoneità.

LOTTO 1

BIONEN SAS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	NO	Non è presente la destinazione d'uso relativa ai "Potenziali Evocati".


A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 2 di pag. 23



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

3 di 23

SPES MEDICA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	SI	

AMBU

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	SI	

EMS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	SI	

FIAB

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	NO	Nella documentazione tecnica presentata non è stata rinvenuta la destinazione d'uso relativa ai "Potenziali Evocati". Non risulta che il prodotto sia indicato per "PE".

SEI EMG

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	SI	

LOTTO 2

BIONEN		
Lotto 2	SI	

SPES MEDICA		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 2	SI	


AMBU		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 2	SI	

EMS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 2	SI	

FIAB		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 2	SI	

LOTTO 3

SPES MEDICA



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

5 di 23

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 3	SI	

BIONEN

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 3	SI	

LOTTO 4

SPES MEDICA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 4	SI	

CEA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 4	SI	

PDT

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 4	SI	

BIONEN

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
-------	----------------	--


A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 5 di pag. 23



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

6 di 23

Lotto 4	NO	NON RISULTA REQUISITO IDROSOLUBILE.
---------	----	-------------------------------------

LOTTO 5

BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	NO	Non risulta che il prodotto sia indicato per ENG. Non risulta che la consistenza del prodotto impedisca lo scivolamento dell'elettrodo a temperatura tra 18° e 25°.

SPES MEDICA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	NO	NON RISULTA REQUISITO IDROSOLUBILE.

SEI

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	SI	

CEA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	SI	

FIAB

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti


A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 6 di pag. 23



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Lotto 5	SI	7 di 23
---------	----	---------

PDT

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	SI	

LOTTO 6

SPES MEDICA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 6	SI	

SEI

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 6	SI	

LOTTO 7

SPES MEDICA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 7	SI	

BIONEN SAS


A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 7 di pag. 23



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

8 di 23

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 7	SI	

LOTTO 8

AMBU

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 8	SI	

SPES MEDICA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 8	SI	


BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 8	SI	

FIAB

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 8	NO	Mancano le prime 2 lunghezze previste dal Capitolato (25 x 0,30 mm) e (25 x 0,45 mm), pur applicando la percentuale di tolleranza prevista dal Capitolato: (+/- 10%).

LOTTO 9



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

9 di 23

AMBU

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 9	NO	Dimensioni non conformi al Capitolato. Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato.

EMS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 9	SI	Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato.

FIAB

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 9	SI	Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato.

SEI EMG


LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 9	NO	Dimensioni non conformi al Capitolato. Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato.

MEDTRONIC

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 9	SI	Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato.

SPES MEDICA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 9	SI	Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

10 di 23

BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 9	SI	Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato.

NOTA: la Commissione Giudicatrice rileva che il requisito della sterilità manca in tutti i prodotti offerti; tuttavia la Commissione Giudicatrice non ritenendo tale requisito necessario ai fini dell'utilizzo clinico, dichiara l'ammissibilità dei prodotti come indicato in tabella nel Lotto 9.

LOTTO 10

SYNOPO

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 10	NO	I valori di diametro e la superficie della punta isolata dell'elettrodo attivo non soddisfano i requisiti del Capitolato. Stessa carenza anche per l'elettrodo indifferente. La lunghezza del cavetto da scheda tecnica risulta 61 cm mentre il capitolato richiede 100 cm, quindi non è soddisfatto il requisito.

LOTTO 11

SEI EMG

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 11	SI	

AMBU

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti


A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 10 di pag. 23



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

11 di 23

Lotto 11	NO	Nucleo interno in AG e non nel materiale richiesto da Capitolato
----------	----	--

FIAB

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 11	NO	Nucleo interno in Titanio e non nel materiale richiesto da Capitolato.

SPES MEDICA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 11	NO	Nucleo interno (Sensore) in Acciaio e non nel materiale richiesto da Capitolato.

SYNOPO

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 11	NO	Nucleo interno (elettrodo centrale) in Acciaio e non nel materiale richiesto da Capitolato.

BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 11	NO	Il prodotto offerto ("PREMIUM") non risulta dotato di nucleo interno in Platino o NiCr. Il cavo di collegamento non risulta schermato. La lunghezza del cavo non risulta sia compresa tra 100 e 150 cm. Non risulta che la lunghezza dell'ago sub punto c) del Capitolato sia compresa tra 60 e 75 mm.

LOTTO 12

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997


Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 11 di pag. 23



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

12 di 23

SPES MEDICA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 12	SI	

SYNOPO

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 12	SI	

LOTTO 13

BIONEN SAS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Manca la lunghezza MAX di 40 mm richiesta dal Capitolato.

AMBU

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Presente solo una misura di lunghezza unica (12 mm) mentre il capitolato richiede diverse misure tra 12 e 40 mm.

EMS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Presente solo una misura di lunghezza unica (13 mm) mentre il capitolato richiede diverse misure tra 12 e 40 mm.

FIAB		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Non presenti le lunghezze dal min. al max. come richiesto dal Capitolato.

MEDTRONIC		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Presente solo una misura di lunghezza unica (13 mm) mentre il capitolato richiede diverse misure tra 12 e 40 mm.

SEI EMG		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Non presenti le lunghezze dal min. al max. come richiesto dal Capitolato.

SPES MEDICA		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Non presenti le lunghezze dal min. al max. come richiesto dal Capitolato.

SYNOPO		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 13	NO	Non presenti le lunghezze dal min. al max. come richiesto dal Capitolato.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

14 di 23

LOTTO 14

AMBU

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 14	SI	

BIONEN

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 14	SI	

EMS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 14	SI	

MEDTRONIC


LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 14	SI	

SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 14	SI	

SEI EMG

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 14	SI	



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

15 di 23

LOTTO 15

BIONEN

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 15	SI	

EMS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 15	SI	

FIAB

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 15	SI	

SEI EMG

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 15	SI	


SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 15	SI	

LOTTO 16

EMS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

16 di 23

Lotto 16	NO	MANCA REQUISITO STERILE RICHIESTO DAL CAPITOLATO. MANCA REQUISITO "BIOCOMPATIBILE".
----------	----	--

MEDTRONIC

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 16	SI	MANCA REQUISITO STERILE RICHIESTO DAL CAPITOLATO.

SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 16	SI	MANCA REQUISITO STERILE RICHIESTO DAL CAPITOLATO.

NOTA: la Commissione Giudicatrice rileva che il requisito della sterilità manca in tutti i prodotti offerti; tuttavia la Commissione Giudicatrice non ritenendo tale requisito necessario ai fini dell'utilizzo clinico, dichiara l'ammissibilità dei prodotti come indicato in tabella nel Lotto 16.

LOTTO 17


BIONEN

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 17	SI	

FIAB

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 17	SI	

SPES



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

17 di 23

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 17	SI	

LOTTO 18

AMBU

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 18	NO	Mancano lunghezze cavo 250 e 300 cm. Manca diametro coppetta da 6 mm.

BIONEN

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 18	NO	Manca il diametro 6 mm. Non risultano le lunghezze del cavetto di 100, 150, 200, 250 e 300 cm. Non risulta l'idoneità all'utilizzo con collodio e acetone.

FIAB

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 18	SI	

SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 18	NO	Manca cavetto di 300 cm. Manca diametro elettrodo 6 mm.

LOTTO 19**BIONEN**

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 19	NO	Non risulta che il terminale a bottone sia siliconato e con guaina di rinforzo isolante. Non risulta la presenza delle lunghezze del cavetto di 150 e 200 cm.

FIAB

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 19	NO	MANCA TERMINALE A BOTTONE SILICONATO E GUAINA DI RINFORZO ISOLANTE.


SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 19	NO	MANCA TERMINALE A BOTTONE SILICONATO. MANCA LA LUNGHEZZA CAVO DI 300 CM.

LOTTO 20**BIONEN**

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 20	NO	Non presente il terminale a spinotto a molla di diametro 2 mm, disponibile a 90°. Non presente il requisito che il cavetto sia siliconato, con guaina di rinforzo isolante.

SPES



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

19 di 23

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 20	NO	MANCA TERMINALE A BOTTONE SILICONATO. NON INDICATA LA LUNGHEZZA CAVO COME RICHIESTO DAL CAPITOLATO. MANCA ANGOLAZIONE 90°.

LOTTO 21

BIONEN

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 21	NO	NON È INDICATO CHE LA LUNGHEZZA SIA COMPRESA TRA 15 E 25 MM.

SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 21	SI	


LOTTO 22

BIONEN

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 22	NO	Non è sufficientemente regolabile.

SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

20 di 23

Lotto 22	SI	
----------	----	--

SEI

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 22	SI	

LOTTO 23

BIONEN


LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 23	SI	

SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 23	SI	

FIAB

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 23	SI	



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

21 di 23

LOTTO 24

BIONEN

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 24	SI	

SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 24	SI	


LOTTO 25

BIONEN

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 25	SI	

SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 25	SI	



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

22 di 23

LOTTO 26

BIONEN

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 26	SI	

SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 26	SI	

SEI

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 26	SI	

LOTTO 27

BIONEN

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 27	SI	

SPES

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 27	SI	

La Commissione decide di raccogliere tutte le informazioni tecniche disponibili per la successiva formulazione delle eventuali richieste di chiarimento e/o comunicazioni di eventuale esclusione, al fine di razionalizzare in modo sistematico le comunicazioni stesse per opportuna uniformità nel procedimento valutativo. Pertanto le valutazioni di idoneità sono temporanee in attesa delle ulteriori verifiche.

La Commissione si aggiorna alla prossima riunione per il 17/06/2019 ore 9,30.


La seduta è tolta alle ore: 18,30.

Letto, confermato e sottoscritto,
14/06/2019

La Commissione Giudicatrice


Presidente

Dott.ssa Daniela AUDENINO



Componente

Dott.ssa Lizia RENI



Componente

Dott. Davide FAGA

