



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

www.acquistiliguria.it

Dirigente RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA
Referente: Dott. Riccardo Capitani

**Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi per laboratorio di Neurofisiopatologia" occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, I.R.C.C.S San Martino, Istituto Gaslini per un periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi).
Lotti n. 36. Numero gara 7215896.**

VERBALE SEDUTA RISERVATA 22/03/2019

Il giorno 22/03/2019, alle ore 09:30 presso la Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 59 del 21/02/2019 e successiva Determinazione 67 del 25/02/2019, per le valutazioni di idoneità e di qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Sono presenti, quali Componenti della Commissione Giudicatrice, i Dottori:

▪ Dott.ssa Daniela AUDENINO	Dirigente Medico	Presidente (entra h. 10,10)
▪ Dott.ssa Lizia RENI	Dirigente Medico	Componente
▪ Dott. Davide FAGA	Dirigente Medico	Componente

È presente il Collaboratore amministrativo della Centrale dott. Riccardo Capitani per supporto amministrativo.

La Commissione dà preliminarmente atto che con Determinazione n. 383 del 22/10/2018 si è proceduto all'indizione della gara di cui in epigrafe, che in data 04/12/2018 si è tenuta la seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa tramite la piattaforma Sintel come da verbale prot. 23412/2018, e con Determinazione n. 29 del 28/01/2019 sono state ammesse tutte le Ditte offerenti alle fasi successive della procedura; in data 11/03/2019 in seduta pubblica la medesima Commissione giudicatrice si è riunita per l'apertura tramite Piattaforma Sintel delle Buste Tecniche, come da Verbale prot. 5393 del 11/03/2019.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

2 di 6


La Commissione rileva che in base agli atti di cui sopra, risultano ammesse le offerte delle seguenti Ditte:

DITTA	ID SINTEL	LOTTI PARTECIPATI	CAMPIONATURE
BIONEN SAS	1542974213964	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36.	22936/2018
AMBU SRL	1542978692042	1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 29.	23175/2018
FIAB SPA	1543313955850	1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23.	23116/2018
SEI EMG s.r.l.	1543071004373	1, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 26, 34.	22885/2018
CEA SPA	1543425073611	4, 5.	22490/2018
E.M.S. S.R.L.	1543407114801	1, 2, 9, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32, 33.	23201/2018
SPES MEDICA SRL	1543564442733	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34.	23082/2018
PDT COSMETICI SRL	1543567044526	4, 5.	23299/2018
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1543567319018	9, 13, 14, 16, 31.	23067/2018
SYNOPO SPA	1543568911061	10, 11, 12, 13, 28, 29.	23174/2018

La Commissione dà atto che l'appalto sarà aggiudicato, così come definito dal Disciplinare e dal Capitolato tecnico, secondo i seguenti criteri:

- per i Lotti dal n. 1 al n. 16: in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice (qualità/prezzo);
- per i Lotti dal n. 17 al n. 36: in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del Codice (idoneità/prezzo).

La Commissione Giudicatrice, alle ore 10,15, decide di procedere alle valutazioni di idoneità, iniziando in ordine per Ditta offerente, elencando le risultanze nelle sottostanti tabelle. Successivamente la Commissione procederà, per i lotti risultati idonei, alle valutazioni per i punteggi di qualità.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

3 di 6

BIONEN SAS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1		Chiarimento: nella documentazione tecnica presentata non è stata rinvenuta la destinazione d'uso relativa ai "Potenziali Evocati". Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia dato evincere che il prodotto sia indicato per "PE". Si chiede inoltre di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.
Lotto 2		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.
Lotto 3		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802. Si chiede di specificare dove sia indicato nella documentazione tecnica presentata che gli elettrodi sono in silicone morbido, saldati al PIN e a sua volta al cavo paziente. Si chiede di specificare in quale punto della documentazione tecnica presentata si possa evincere l'inserimento diretto sulla testina del sistema registrante sia tramite cavo adattatore.
Lotto 4		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia dato evincere che il prodotto sia indicato per "PE". Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica sia dato evincere che il prodotto sia idrosolubile.
Lotto 5		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia dato evincere che il prodotto sia indicato per ENG. Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia dato evincere che il prodotto sia adesivo. Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia dato evincere che la consistenza impedisca lo scivolamento dell'elettrodo a temperatura tra 18° e 25°.
Lotto 7		Si chiede di indicare in quale punto della


A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 3 di pag. 6



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

4 di 6

		<p>documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.</p> <p>Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il prodotto sia teflonato.</p> <p>Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che sia fornito un cavetto integrato isolato per tutta la lunghezza tranne la punta.</p>
Lotto 8		<p>Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.</p> <p>Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che l'ago sia isolato per tutta la lunghezza tranne la punta.</p> <p>Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia indicato che l'ago presenti una superficie registrante limitata all'area delle smussature esposte ad al lato interno della cannula.</p>
Lotto 9		<p>Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.</p>
Lotto 11		<p>Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.</p> <p>Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che il prodotto offerto ("PREMIUM") sia dotato di nucleo interno in Platino o NiCr.</p> <p>Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che il cavo di collegamento sia schermato.</p> <p>Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che la lunghezza del cavo sia compresa tra 100 e 150 cm.</p> <p>Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che la lunghezza dell'ago sub punto c) del Capitolato sia compresa tra 60 e 75 mm.</p>
Lotto 13		<p>Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che sia presente anche un ago di lunghezza 40 mm.</p> <p>Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che sia presente l'attacco touch proof.</p>


A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 4 di pag. 6



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

5 di 6

Lotto 14		Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che sia presente l'attacco touch proof.
Lotto 15		Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che sia presente l'attacco touch proof. Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata la lunghezza dell'ago, compresa tra 10 e 22 mm.
Lotto 17		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.
Lotto 18		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802. Si chiede di precisare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata la presenza nel prodotto offerto del diametro 6 mm (nell'offerta silente non risulta). Si chiede di precisare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata la presenza delle lunghezze del cavetto di 100, 150, 200, 250 e 300 cm. Si chiede di precisare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata l'idoneità all'utilizzo con collodio e acetone.
Lotto 19		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802. Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata si possa evincere che il terminale a bottone sia siliconato e con guaina di rinforzo isolante. Si chiede di precisare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata la presenza delle lunghezze del cavetto di 150 e 200 cm.
Lotto 20		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802. Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il terminale sia a spinotto a molla di diametro 2 mm, disponibile sia a 90° che a 180°. Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il cavetto sia siliconato, con guaina di rinforzo isolante.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

6 di 6

Lotto 21		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che la lunghezza sia compresa tra 15 e 25 mm.
----------	--	--

La Commissione decide di proseguire nella prossima riunione la valutazione degli ulteriori Lotti :


Lotto 22		
Lotto 23		
Lotto 24		
Lotto 25		
Lotto 26		
Lotto 27		
Lotto 36		

La seduta è tolta alle ore: 14,25.

Letto, confermato e sottoscritto,
22/03/2019
La Commissione Giudicatrice


Presidente

Dott.ssa Daniela AUDENINO




Componente

Dott.ssa Lizia RENI



Componente

Dott. Davide FAGA



Il Collaboratore Amministrativo
Dott. Riccardo Capitani

