



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

www.acquistiliguria.it

Dirigente RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA
Referente: Dott. Riccardo Capitani

**Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi per laboratorio di Neurofisiopatologia" occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, I.R.C.C.S San Martino, Istituto Gaslini per un periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi).
Lotti n. 36. Numero gara 7215896.**

VERBALE SEDUTA RISERVATA 17/06/2019

Il giorno 17/06/2019, alle ore 09:50 presso la Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 59 del 21/02/2019 e successiva Determinazione 67 del 25/02/2019, per le valutazioni di idoneità e di qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.


Sono presenti, quali Componenti della Commissione Giudicatrice, i Dottori:

- | | | |
|-----------------------------|------------------|------------|
| ▪ Dott.ssa Daniela AUDENINO | Dirigente Medico | Presidente |
| ▪ Dott. Davide FAGA | Dirigente Medico | Componente |

La Commissione Giudicatrice decide quindi di proseguire con le valutazioni delle offerte tecniche, riprendendo dal punto in cui erano terminati i lavori nelle precedente seduta del 06/06/2019 (Verbale prot. 12556/19), previa revisione e riordino delle tabelle di valutazione dei requisiti di idoneità.

BIONEN SAS

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563
MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

2 di 26

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 25 | | Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802. |
| Lotto 26 | | Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802. Non è dato evincere dalla documentazione tecnica presentata se il materiale degli anelli sia in acciaio inox come richiesto dal Capitolato. Non è dato altresì evincere se il cavo sia schermato, come richiesto dal Capitolato. |
| Lotto 27 | | Non è dato evincere dalla documentazione tecnica presentata se il materiale degli elettrodi sia in acciaio inox come richiesto dal Capitolato. Inoltre lo stimolatore risulta dalla scheda tecnica composto da feltro e metallo e non corrisponde ai requisiti richiesti dal Capitolato. |
| Lotto 36 | | La documentazione tecnica presentata – risulta presente solo il foglietto d'uso - non consente di evincere le specifiche richieste dal Capitolato a titolo di idoneità. |

LOTTO 1

| BIONEN SAS | | |
|------------|----------------|--|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 1 | NO | Non è presente la destinazione d'uso relativa ai "Potenziali Evocati". |

| SPES MEDICA | | |
|-------------|----------------|--|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 1 | SI | |


| AMBU | | |
|---------|----------------|--|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 1 | SI | |

| EMS | | |
|---------|----------------|--|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 1 | SI | |

| FIAB | | |
|---------|----------------|---|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 1 | NO | Nella documentazione tecnica presentata non è stata rinvenuta la destinazione d'uso relativa ai "Potenziali Evocati". Non risulta che il prodotto sia indicato per "PE". |

| SEI EMG | | |
|---------|----------------|--|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 1 | SI | |

LOTTO 2



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

4 di 26

BIONEN

| | | |
|---------|----|--|
| Lotto 2 | SI | |
|---------|----|--|

SPES MEDICA

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 2 | SI | |

AMBU

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 2 | SI | |

EMS

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 2 | SI | |

FIAB

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 2 | SI | |

LOTTO 3

SPES MEDICA

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|-------|----------------|--|
| | | |

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 4 di pag. 26

| | | |
|---------|----|--|
| Lotto 3 | SI | |
|---------|----|--|

| BIONEN | | |
|---------|----------------|--|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 3 | SI | |

LOTTO 4

| SPES MEDICA | | |
|-------------|----------------|--|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 4 | SI | |

| CEA | | |
|---------|----------------|--|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 4 | SI | |

| PDT | | |
|---------|----------------|--|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 4 | SI | |

| BIONEN | | |
|---------|----------------|--|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 4 | NO | NON RISULTA REQUISITO IDROSOLUBILE. |

LOTTO 5**BIONEN SAS**

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 5 | NO | Non risulta che il prodotto sia indicato per ENG. Non risulta che la consistenza del prodotto impedisca lo scivolamento dell'elettrodo a temperatura tra 18° e 25°. |

SPES MEDICA

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 5 | NO | NON RISULTA REQUISITO IDROSOLUBILE. |

SEI


| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 5 | SI | |

CEA

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 5 | SI | |

FIAB

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 5 | SI | |



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

7 di 26

PDT

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 5 | SI | |

LOTTO 6

SPES MEDICA

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 6 | SI | |

SEI

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 6 | SI | |


LOTTO 7

SPES MEDICA

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 7 | SI | |

BIONEN SAS

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 7 | SI | |



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

8 di 26

LOTTO 8

AMBU

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 8 | SI | |

SPES MEDICA

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 8 | SI | |


BIONEN SAS

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 8 | SI | |

FIAB

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|---|
| Lotto 8 | NO | Mancano le prime 2 lunghezze previste dal Capitolato (25 x 0,30 mm) e (25 x 0,45 mm), pur applicando la percentuale di tolleranza prevista dal Capitolato: (+/- 10%). |

LOTTO 9



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

9 di 26

AMBU

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 9 | NO | Dimensioni non conformi al Capitolato. Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato. |

EMS

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 9 | SI | Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato. |

FIAB

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 9 | SI | Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato. |

SEI EMG

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 9 | NO | Dimensioni non conformi al Capitolato. Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato. |

MEDTRONIC

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 9 | SI | Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato. |

SPES MEDICA

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 9 | SI | Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato. |



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

10 di 26

BIONEN SAS

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|---------|----------------|--|
| Lotto 9 | SI | Manca la Sterilità richiesta dal Capitolato. |

NOTA: la Commissione Giudicatrice rileva che il requisito della sterilità manca in tutti i prodotti offerti; tuttavia la Commissione Giudicatrice non ritenendo tale requisito necessario ai fini dell'utilizzo clinico, dichiara l'ammissibilità dei prodotti come indicato in tabella nel Lotto 9, **COME DA CHIARIMENTO N.1, PROT. 21597 DEL 07/11/2018.**

LOTTO 10

SYNOPO


| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 10 | NO | I valori di diametro e la superficie della punta isolata dell'elettrodo attivo non soddisfano i requisiti del Capitolato. Stessa carenza anche per l'elettrodo indifferente. La lunghezza del cavetto da scheda tecnica risulta 61 cm mentre il capitolato richiede 100 cm, quindi non è soddisfatto il requisito. |

LOTTO 11

SEI EMG

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 11 | SI | |

AMBU



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

11 di 26

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 11 | NO | Nucleo interno in AG e non nel materiale richiesto da Capitolato |

FIAB

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 11 | NO | Nucleo interno in Titanio e non nel materiale richiesto da Capitolato. |

SPES MEDICA


| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 11 | NO | Nucleo interno (Sensore) in Acciaio e non nel materiale richiesto da Capitolato. |

SYNOPO

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 11 | NO | Nucleo interno (elettrodo centrale) in Acciaio e non nel materiale richiesto da Capitolato. |

BIONEN SAS

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 11 | NO | Il prodotto offerto ("PREMIUM") non risulta dotato di nucleo interno in Platino o NiCr. Il cavo di collegamento non risulta schermato. La lunghezza del cavo non risulta sia compresa tra 100 e 150 cm. Non risulta che che la lunghezza dell'ago sub punto c) del Capitolato sia compresa tra 60 e 75 mm. |



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

12 di 26

LOTTO 12

SPES MEDICA

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 12 | SI | |

SYNOPO

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 12 | SI | |

LOTTO 13

BIONEN SAS


| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 13 | NO | Manca la lunghezza MAX di 40 mm richiesta dal Capitolato. |

AMBU

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 13 | NO | Presente solo una misura di lunghezza unica (12 mm) mentre il capitolato richiede diverse misure tra 12 e 40 mm. |

EMS

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 13 | NO | Presente solo una misura di lunghezza unica (13 mm) mentre il capitolato richiede diverse misure tra |



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

13 di 26

| | | |
|--|--|-------------|
| | | 12 e 40 mm. |
|--|--|-------------|

FIAB

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 13 | NO | Non presenti le lunghezze dal min. al max. come richiesto dal Capitolato. |

MEDTRONIC

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 13 | NO | Presente solo una misura di lunghezza unica (13 mm) mentre il capitolato richiede diverse misure tra 12 e 40 mm. |

SEI EMG


| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 13 | NO | Non presenti le lunghezze dal min. al max. come richiesto dal Capitolato. |

SPES MEDICA

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 13 | NO | Non presenti le lunghezze dal min. al max. come richiesto dal Capitolato. |

SYNOPO

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 13 | NO | Non presenti le lunghezze dal min. al max. come richiesto dal Capitolato. |



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

14 di 26

LOTTO 14

AMBU

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 14 | SI | |

BIONEN

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 14 | SI | |

EMS

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 14 | SI | |

MEDTRONIC

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 14 | SI | |

SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 14 | SI | |

SEI EMG

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 14 | SI | |


A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 14 di pag. 26



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

15 di 26

LOTTO 15

BIONEN

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 15 | SI | |

EMS

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 15 | SI | |

FIAB

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 15 | SI | |

SEI EMG


| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 15 | SI | |

SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 15 | SI | |

LOTTO 16

EMS



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

16 di 26

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 16 | NO | MANCA REQUISITO STERILE RICHIESTO DAL CAPITOLATO. MANCA REQUISITO "BIOCOMPATIBILE". |

MEDTRONIC

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 16 | SI | MANCA REQUISITO STERILE RICHIESTO DAL CAPITOLATO. |

SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 16 | SI | MANCA REQUISITO STERILE RICHIESTO DAL CAPITOLATO. |

NOTA: la Commissione Giudicatrice rileva che il requisito della sterilità manca in tutti i prodotti offerti; tuttavia la Commissione Giudicatrice non ritenendo tale requisito necessario ai fini dell'utilizzo clinico, dichiara l'ammissibilità dei prodotti come indicato in tabella nel Lotto 16.


LOTTO 17

BIONEN

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 17 | SI | |

FIAB

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 17 | SI | |



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

17 di 26

SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 17 | SI | |

LOTTO 18

AMBU

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 18 | NO | Mancano lunghezze cavo 250 e 300 cm. Manca diametro coppetta da 6 mm. |

BIONEN


| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 18 | NO | Manca il diametro 6 mm. Non risultano le lunghezze del cavetto di 100, 150, 200, 250 e 300 cm. Non risulta l'idoneità all'utilizzo con collodio e acetone. |

FIAB

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 18 | SI | |

SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 18 | NO | Manca cavetto di 300 cm. Manca diametro elettrodo 6 mm. |



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

18 di 26

LOTTO 19

BIONEN

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 19 | NO | Non risulta che il terminale a bottone sia siliconato e con guaina di rinforzo isolante. Non risulta la presenza delle lunghezze del cavetto di 150 e 200 cm. |

FIAB

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 19 | NO | MANCA TERMINALE A BOTTONE SILICONATO E GUAINA DI RINFORZO ISOLANTE. |


SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 19 | NO | MANCA TERMINALE A BOTTONE SILICONATO. MANCA LA LUNGHEZZA CAVO DI 300 CM. |

LOTTO 20

BIONEN

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 20 | NO | Non presente il terminale a spinotto a molla di diametro 2 mm, disponibile a 90°. Non presente il requisito che il cavetto sia siliconato, con guaina di rinforzo isolante. |



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

19 di 26

| SPES | | |
|----------|----------------|--|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 20 | NO | MANCA TERMINALE A BOTTONE SILICONATO. NON INDICATA LA LUNGHEZZA CAVO COME RICHIESTO DAL CAPITOLATO. MANCA ANGOLAZIONE 90°. |

LOTTO 21


| BIONEN | | |
|----------|----------------|--|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 21 | NO | NON È INDICATO CHE LA LUNGHEZZA SIA COMPRESA TRA 15 E 25 MM. |

| SPES | | |
|----------|----------------|--|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 21 | SI | |

LOTTO 22

| BIONEN | | |
|----------|----------------|--|
| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
| Lotto 22 | NO | Non è sufficientemente regolabile. |

| SPES | | |
|------|--|--|
|------|--|--|



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

20 di 26

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 22 | SI | |

SEI

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 22 | SI | |

LOTTO 23

BIONEN


| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 23 | SI | |

SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 23 | SI | |

FIAB

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 23 | SI | |



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

21 di 26

LOTTO 24

BIONEN

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 24 | SI | |

SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 24 | SI | |


LOTTO 25

BIONEN

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 25 | SI | |

SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 25 | SI | |



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

22 di 26

LOTTO 26

BIONEN

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 26 | SI | |

SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 26 | SI | |

SEI

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 26 | SI | |


LOTTO 27

BIONEN

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 27 | SI | |

SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 27 | SI | |



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

23 di 26

LOTTO 28

EMS

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 28 | NO ????? | Distanza tra le punte non conforme al Capitolato. |

SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|---|
| Lotto 28 | NO ?????? | Distanza tra le punte non conforme al Capitolato. |

SYNOPO

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 28 | SI ????? | |

LOTTO 29

AMBU

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 29 | SI | |

EMS

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 29 | SI | |

SPES



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

24 di 26

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 29 | SI | |

SYNOPO

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 29 | SI | |

LOTTO 30

EMS

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 30 | NO | LUNGHEZZA DELLA PUNTA ESPOSTA SUPERIORE A 48 MM |


SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 30 | NO | LUNGHEZZA DEL MANIPOLO INFERIORE A 18 CM |

LOTTO 31

MEDTRONIC

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 31 | SI | |



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

25 di 26

LOTTO 32

EMS

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 32 | SI | |

SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 32 | SI | |

LOTTO 33

EMS

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 33 | SI | |

LOTTO 34

SEI

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 34 | SI | |

SPES

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 34 | SI | |

LOTTO 35 – NON PARTECIPATO

LOTTO 36

BIONEN

| LOTTO | IDONEO (SI/NO) | Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti |
|----------|----------------|--|
| Lotto 36 | SI | |

La Commissione decide di raccogliere tutte le informazioni tecniche disponibili per la successiva formulazione delle eventuali richieste di chiarimento e/o comunicazioni di eventuale esclusione, al fine di razionalizzare in modo sistematico le comunicazioni stesse per opportuna uniformità nel procedimento valutativo. Pertanto le valutazioni di idoneità sono temporanee in attesa delle ulteriori verifiche.

Vista l'assenza della dr.ssa Reni, le valutazioni finali della seduta odierna saranno rivedute e rivalutate dalla Commissione in collegialità, nelle sedute successive.

La Commissione si aggiorna alla prossima riunione per il xxxxxxxx.


La seduta è tolta alle ore: ~~12,00~~ 13,00.

Letto, confermato e sottoscritto,
14/06/2019

La Commissione Giudicatrice

Presidente

Dott.ssa Daniela AUDENINO



Componente

Dott. Davide FAGA

