

# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

[www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it)

Dirigente RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA  
Referente: Dott. Riccardo Capitani

**Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi per laboratorio di Neurofisiopatologia" occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, I.R.C.C.S San Martino, Istituto Gaslini per un periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi).  
Lotti n. 36. Numero gara 7215896.**

## VERBALE SEDUTA RISERVATA 06/05/2019

Il giorno 06/05/2019, alle ore 09:10 presso la Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 59 del 21/02/2019 e successiva Determinazione 67 del 25/02/2019, per le valutazioni di idoneità e di qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.


Sono presenti, quali Componenti della Commissione Giudicatrice, i Dottori:

▪ Dott.ssa Daniela AUDENINO	Dirigente Medico	Presidente (entra h. 9,15)
▪ Dott.ssa Lizia RENI	Dirigente Medico	Componente
▪ Dott. Davide FAGA	Dirigente Medico	Componente

La Commissione dà preliminarmente atto che con Determinazione n. 383 del 22/10/2018 si è proceduto all'indizione della gara di cui in epigrafe, che in data 04/12/2018 si è tenuta la seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa tramite la piattaforma Sintel come da verbale prot. 23412/2018, e con Determinazione n. 29 del 28/01/2019 sono state ammesse tutte le Ditte offerenti alle fasi successive della procedura; in data 11/03/2019 in seduta pubblica la medesima Commissione giudicatrice si è riunita per l'apertura tramite Piattaforma Sintel delle Buste Tecniche, come da Verbale prot. 5393 del 11/03/2019.

La Commissione rileva che in base agli atti di cui sopra, risultano ammesse le offerte delle seguenti Ditte:

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997  
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162  
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563  
MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it) PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)  
pag. 1 di pag. 10



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

2 di 10

DITTA	ID SINTEL	LOTTE PARTECIPATI	CAMPIONATURE
BIONEN SAS	1542974213964	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36.	22936/2018
AMBU SRL	1542978692042	1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 29.	23175/2018
FIAB SPA	1543313955850	1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23.	23116/2018
SEI EMG s.r.l.	1543071004373	1, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 26, 34.	22885/2018
CEA SPA	1543425073611	4, 5.	22490/2018
E.M.S. S.R.L.	1543407114801	1, 2, 9, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32, 33.	23201/2018
SPES MEDICA SRL	1543564442733	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34.	23082/2018
PDT COSMETICI SRL	1543567044526	4, 5.	23299/2018
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1543567319018	9, 13, 14, 16, 31.	23067/2018
SYNOPO SPA	1543568911061	10, 11, 12, 13, 28, 29.	23174/2018

La Commissione dà atto che l'appalto sarà aggiudicato, così come definito dal Disciplinare e dal Capitolato tecnico, secondo i seguenti criteri:

- per i Lotti dal n. 1 al n. 16: in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice (qualità/prezzo);
- per i Lotti dal n. 17 al n. 36: in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del Codice (idoneità/prezzo).

I Componenti presenti della Commissione danno atto che le risultanze delle valutazioni effettuate nella presente seduta dovranno essere sottoposte, in occasione della successiva seduta utile, alla Commissione riunita in collegialità per le ulteriori valutazioni del caso e per le relative conclusioni in merito.

La Commissione Giudicatrice decide quindi di proseguire con le valutazioni delle offerte tecniche, riprendendo dal punto in cui erano terminati i lavori nella precedente seduta del 22/03/2019 (Verbale prot. 6501/19), previa consultazione interna tra i Componenti sui criteri interpretativi relativamente al capitolato tecnico quale lex specialis della procedura.


A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it) PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

pag. 2 di pag. 10



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

3 di 10

BIONEN SAS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	NO	Nella documentazione tecnica presentata non è stata rinvenuta la destinazione d'uso relativa ai "Potenziali Evocati". Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia dato evincere che il prodotto sia indicato per "PE". Si chiede inoltre di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.
Lotto 2	NO	Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.
Lotto 3	NO	Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802. Si chiede di specificare dove sia indicato nella documentazione tecnica presentata che gli elettrodi sono in silicone morbido, saldati al PIN e a sua volta al cavo paziente. NON SILICONE Si chiede di specificare in quale punto della documentazione tecnica presentata si possa evincere l'inserimento diretto sulla testina del sistema registrante sia tramite cavo adattatore.
Lotto 4	NO	Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia dato evincere che il prodotto sia indicato per "PE". NON il prodotto sia idrosolubile.
Lotto 5	NO	Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia dato evincere che il prodotto sia indicato per ENG. Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia dato evincere che il prodotto sia adesivo. Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia dato evincere che la consistenza impedisca lo scivolamento dell'elettrodo a temperatura tra 18° e 25°.
Lotto 7		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN


A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it) PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

pag. 3 di pag. 10



		<p>42802.</p> <p>Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il prodotto sia teflonato.</p> <p>Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che sia fornito un cavetto integrato isolato per tutta la lunghezza tranne la punta.</p>
Lotto 8		<p>Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.</p> <p>Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che l'ago sia isolato per tutta la lunghezza tranne la punta.</p> <p>Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia indicato che l'ago presenti una superficie registrante limitata all'area delle smussature esposte ad al lato interno della cannula.</p>
Lotto 9		<p>Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.</p>
Lotto 11		<p>Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.</p> <p>Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che il prodotto offerto ("PREMIUM") sia dotato di nucleo interno in Platino o NiCr.</p> <p>Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che il cavo di collegamento sia schermato.</p> <p>Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che la lunghezza del cavo sia compresa tra 100 e 150 cm.</p> <p>Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che la lunghezza dell'ago sub punto c) del Capitolato sia compresa tra 60 e 75 mm.</p>
Lotto 13		<p>Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che sia presente anche un ago di lunghezza 40 mm.</p> <p>Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che sia presente l'attacco touch proof.</p>
Lotto 14		<p>Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che sia</p>



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

5 di 10

		presente l'attacco touch proof.
Lotto 15		Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata che sia presente l'attacco touch proof. Si chiede di indicare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata la lunghezza dell'ago, compresa tra 10 e 22 mm.
Lotto 17		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.
Lotto 18		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802. Si chiede di precisare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata la presenza nel prodotto offerto del diametro 6 mm (nell'offerta silente non risulta). Si chiede di precisare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata la presenza delle lunghezze del cavetto di 100, 150, 200, 250 e 300 cm. Si chiede di precisare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata l'idoneità all'utilizzo con collodio e acetone.
Lotto 19		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802. Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata si possa evincere che il terminale a bottone sia siliconato e con guaina di rinforzo isolante. Si chiede di precisare dove si possa evincere nella documentazione tecnica presentata la presenza delle lunghezze del cavetto di 150 e 200 cm.
Lotto 20		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802. Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il terminale sia a spinotto a molla di diametro 2 mm, disponibile sia a 90° che a 180°. Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il cavetto sia siliconato, con guaina di rinforzo isolante.
Lotto 21		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it) PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

pag. 5 di pag. 10



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria


6 di 10

		che la lunghezza sia compresa tra 15 e 25 mm.
--	--	---

Lotto 22	SI	
Lotto 23	SI	
Lotto 24		La documentazione tecnica presentata non consente di evincere le specifiche richieste dal Capitolato a titolo di idoneità. Viene riportata nell'unico documento – foglietto illustrativo – la dizione “ <i>Specifiche Tecniche: Per una lista completa delle specifiche tecniche, contattateci o visitate il nostro sito web</i> ”.
Lotto 25		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.
Lotto 26		Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802. Non è dato evincere dalla documentazione tecnica presentata se il materiale degli anelli sia in acciaio inox come richiesto dal Capitolato. Non è dato altresì evincere se il cavo sia schermato, come richiesto dal Capitolato.
Lotto 27		Non è dato evincere dalla documentazione tecnica presentata se il materiale degli elettrodi sia in acciaio inox come richiesto dal Capitolato. Inoltre lo stimolatore risulta dalla scheda tecnica composto da feltro e metallo e non corrisponde ai requisiti richiesti dal Capitolato.
Lotto 36		La documentazione tecnica presentata – risulta presente solo il foglietto d'uso - non consente di evincere le specifiche richieste dal Capitolato a titolo di idoneità.

Per quanto riguarda il requisito del connettore a norma DIN 42802, la Commissione ritiene che tale caratteristica corrisponda alla presenza di connettore “touch-proof”, che risulta presente nelle schede presentate e che si può evincere dalla documentazione fotografica e dalla campionatura.

SPES MEDICA		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	SI	



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

7 di 10


AMBU		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	SI	

EMS		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	SI	

FIAB		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1	NO	Nella documentazione tecnica presentata non è stata rinvenuta la destinazione d'uso relativa ai "Potenziati Evocati". Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia dato evincere che il prodotto sia indicato per "PE". Si chiede inoltre di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.

SEI EMG		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 1		Si chiede inoltre di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia precisato che il connettore sia conforme alla norma DIN 42802.

SPES MEDICA		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 2	SI	



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

8 di 10

## AMBU

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 2	SI	

## EMS

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 2	SI	MANCA NUMERO DIN

## FIAB

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 2	SI	NON PRECISATO NUMERO din

## SPES MEDICA


LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 3	NO	NON CONNETTORE TOUCH PROOF , NO din

## BIONEN

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 3	NO	NON CONNETTORE TOUCH PROOF , NO din

## SPES MEDICA

LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 4	OK	



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

9 di 10

CEA		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 4	OK	

PDT		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 4	NO	MANCA SPECIFICA IDROSOLUBILE

BIONEN		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 4	NO	NON BIODEGRADABILE

SPES MEDICA		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	NO	Non idrosolubile

SEI		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	SI	

CEA		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	NO	Nella documentazione tecnica presentata non è stata rinvenuta la destinazione


A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it) PEC: [cra@pec.alisa.liguria.it](mailto:cra@pec.alisa.liguria.it)

pag. 9 di pag. 10



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

10 di 10

FIAB		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 5	NO	Nella documentazione tecnica presentata non è stata rinvenuta la destinazione

SPES MEDICA		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 6	SI ???	ERRATO IL REQUISITO RICHIESTO DIN CHE DOVREBBE ESSERE 45322

SEI		
LOTTO	IDONEO (SI/NO)	Motivazioni non idoneità / Richieste Chiarimenti
Lotto 6	SI ???	ERRATO IL REQUISITO RICHIESTO DIN CHE DOVREBBE ESSERE 45322

La Commissione decide di raccogliere tutte le informazioni tecniche disponibili per la successiva formulazione delle necessarie richieste di chiarimento e/o comunicazioni di eventuale esclusione, al fine di razionalizzare in modo sistematico le comunicazioni stesse per opportuna uniformità nel procedimento valutativo. Pertanto le valutazioni di idoneità o non sono temporanee in attesa delle ulteriori verifiche.

La seduta è tolta alle ore: 13,35.

Letto, confermato e sottoscritto,  
6/5/2019  
La Commissione Giudicatrice

**Presidente**

Dott.ssa Daniela AUDENINO

**Componente**

Dott.ssa Lizia RENI

**Componente**

Dott. Davide FAGA