

www.alisa.liguria.it

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella tel. 010/5488536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Antonella Gessaga tel. 010/5488542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

OGGETTO:	Procedura di gara per l'affidamento della fornitura di "Fornitura di Suturatrici circolari e lineari" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di tre anni (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n. 14 - Numero gara 6308271
	Verbale di rivalutazione delle offerte tecniche relativa al lotto n.1. Seduta riservata

Seduta del 19/10/2016

Il giorno 19/10/2016, alle ore 17.05 circa presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 98 del 13/04/2016 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Ferdinando	Prof. Cafiero	Direttore S.C. Chirurgia IRCCS San Martino	Presidente
Pietro	Dott. Bisagni	Direttore S.C. Chirurgia ASL3 Genovese	Componente
Giovanni	Dott. Dardano	Direttore S.C. Chirurgia ASL4 Chiavarese	Componente

E' presente il dott. Riccardo Zanella della Centrale, RUP della procedura, assistito dal dott. Maurizio Crovetto, Collaboratore Amministrativo della Centrale.

Il Dott. Zanella dà lettura della nota pervenuta in data 13/10/2016 (nostro protocollo n. 429 del 18/10/2016) da parte della Società Pirinoli Enrico & c. srl, allegata al presente verbale, e comunica ai presenti le ragioni per cui si è ritenuto necessario effettuare una rivalutazione delle offerte tecniche delle suturatrici circolari monouso, incluse nel lotto n. 1.

La Società Pirinoli, nella nota sopra citata, chiede che venga rettificato il punteggio tecnico-qualificativo attribuito al prodotto PURPLE SURGICAL INTERNATIONAL (da codice PS9CSA24S a codice PS9CSA32S) per il lotto n.1 e che tale punteggio venga perequato al punteggio tecnico-qualitativo riconosciuto alle suturatrici circolari PANTHER HEALTHCARE offerte dalla Euroclone spa, in quanto si tratterebbe di "prodotti identici".

www.alisa.liguria.it

La Commissione decide di passare all'esame della documentazione tecnica e della campionatura ai fini dell'eventuale rivalutazione qualitativa delle caratteristiche per quanto riguarda il lotto n. 1 - Suture circolari - della Società Pirinoli e Euroclone.

La Commissione, dopo attenta valutazione, decide di attribuire al prodotto offerto della Società Pirinoli il medesimo punteggio già attribuito al prodotto offerto dalla Società Euroclone. Si tratta infatti, ancorché i dispositivi oggetto di valutazione siano stati prodotti da produttori e in stabilimenti diversi, di dispositivi identici quanto a fattezze e funzionamento, pur essendo dotati di registrazione ministeriale differente.

La Commissione ritiene opportuno, essendo i due prodotti identici, chiedere alla Centrale di fare una segnalazione al Ministero della Sanità, visti i due diversi produttori e siti di produzione dichiarati.

Si allega al presente verbale la tabella relativa al lotto n. 1 con le modifiche di cui sopra.

Tutta la documentazione viene raccolta in un plico, per la custodia, insieme alle altre offerte in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

Il presente verbale consta di 5 (cinque) pagine compresi gli allegati.

La seduta è tolta alle ore 17,30.

Letto, confermato e sottoscritto,

Presidente: Prof. Ferdinando Cafiero

Componente: Dott. Pietro Bisagni

Componente: Dott. Giovanni Dardano

Per la Centrale
RUP: Dott. Riccardo Zanella

Dott. Maurizio Crovetto

The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed on the left: Prof. Ferdinando Cafiero, Dott. Pietro Bisagni, Dott. Giovanni Dardano, Dott. Riccardo Zanella, and Dott. Maurizio Crovetto. The signatures are in black ink and vary in style, with some being more cursive and others more blocky.

LOTTO 1 Suturatrici circolari curve	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	CARLO BIANCHI	COVIDIEN	EUROCLONE	INNOVAMEDICA	JOHNSON & JOHNSON	PIRINOLI	VIGLIA
Requisiti essenziali				Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali
				presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti
Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	8	Caflero	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	1,000	0,600	0,600
		Bisagni	0,600	0,600	0,600	0,600	1,000	0,600	0,600	
		Dardano	0,600	0,600	0,600	0,600	1,000	0,600	0,600	
		Media coefficienti	0,600	0,600	0,600	0,600	1,000	0,600	0,600	
		riportata a 1	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	0,60	0,60	
		Punteggio	4,800	4,800	4,800	4,800	8,000	4,800	4,800	
Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	8	Caflero	0,700	0,600	0,600	0,600	0,900	0,600	0,600	
		Bisagni	0,700	0,600	0,600	0,600	0,900	0,600	0,600	
		Dardano	0,700	0,600	0,600	0,600	0,900	0,600	0,600	
		Media coefficienti	0,700	0,600	0,600	0,600	0,900	0,600	0,600	
		riportata a 1	0,78	0,67	0,67	0,67	1,00	0,67	0,67	
		Punteggio	5,600	5,333	5,333	5,333	8,000	5,333	5,333	
Sicurezza (sistemi che evitano l'azionamento non corretto e/o non voluto del dispositivo)	8	Caflero	0,500	0,600	0,600	0,600	0,900	0,600	0,600	
		Bisagni	0,500	0,600	0,600	0,600	0,900	0,600	0,600	
		Dardano	0,500	0,600	0,600	0,600	0,900	0,600	0,600	
		Media coefficienti	0,500	0,600	0,600	0,600	0,900	0,600	0,600	
		riportata a 1	0,58	0,67	0,67	0,67	1,00	0,67	0,67	
		Punteggio	4,444	5,333	5,333	5,333	8,000	5,333	5,333	
Praticità d'uso: a. sistema di verifica chiusura: gradualità di compressione del tessuto; b. In fase di azionamento: scorrevolezza	20	all'unanimità	CARLO BIANCHI	0	COVIDIEN	3	INNOVAMEDICA	0	J & J	4
		CARLO BIANCHI	1	COVIDIEN	0	INNOVAMEDICA	1	PIRINOLI	0	
		CARLO BIANCHI	1	INNOVAMEDICA	1	INNOVAMEDICA	2	VIGLIA	0	
		CARLO BIANCHI	0	J & J	4	J & J	4	PIRINOLI	0	
		CARLO BIANCHI	0	PIRINOLI	0	J & J	4	VIGLIA	0	
		CARLO BIANCHI	2	VIGLIA	0	PIRINOLI	0	VIGLIA	0	
		COVIDIEN	3	EUROCLONE	0					
		COVIDIEN	3	INNOVAMEDICA	0					
		COVIDIEN	1	J & J	1					
		COVIDIEN	3	PIRINOLI	0					
		COVIDIEN	4	VIGLIA	0					
		EUROCLONE	1	INNOVAMEDICA	1					
		EUROCLONE	0	J & J	4					
		EUROCLONE	0	PIRINOLI	1					
		EUROCLONE	0	VIGLIA	0					
		Punti grezzi	5,00	17,00	5,00	5,00	21,00	5,00	0,00	
		Riportati a 1	0,238	0,610	0,238	0,238	1,000	0,238	0,000	
		Punteggio	4,762	16,190	4,762	4,762	20,000	4,762	0,000	
Verifica dell'esito della sutura (linearità del taglio e tenuta della sutura)	14	Caflero	0,700	0,700	0,700	0,700	0,600	0,700	0,500	
		Bisagni	0,700	0,700	0,700	0,700	0,600	0,700	0,500	
		Dardano	0,700	0,700	0,700	0,700	0,600	0,700	0,500	
		Media coefficienti	0,700	0,700	0,700	0,700	0,600	0,700	0,500	
		riportata a 1	0,78	0,78	0,78	0,78	1,00	0,78	0,65	
		Punteggio	10,889	10,889	10,889	10,889	14,000	10,889	7,778	
Confezionamento, Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale	2	Caflero	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Bisagni	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Dardano	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Media coefficienti	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		riportata a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Punteggio	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Totale punteggio di qualità	60,000			33,117	44,546	33,117	33,117	60,000	33,117	25,244
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			33,117	44,546	33,117	33,117	60,000	33,117	25,244

AZE W PRK AD


STRUMENTI CHIRURGICI
PIRINOLI ENRICO

ARS Agenzia Regionale Sanitaria
Centrale Regionale di Acquisto
VIA D'ANNUNZIO 64
16121 GENOVA

TORINO, 13.10.2016

ALLA C.A. DOTT. RICCARDO ZANELLA

OGGETTO : PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di SUTURATRICI CIRCOLARI E LINEARI.
Segnalazione anomalia di valutazione per le Suture Circolari Lotto n.1

Spettabile Amministrazione,

a seguito dell'incontro tenuto in data odierna e della conseguente verifica informale della valutazione tecnica relativa alla "PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di SUTURATRICI CIRCOLARI E LINEARI

ribadiamo

di non comprendere la disparità di valutazione ed il divario di punteggio attribuito - relativamente al Lotto 1 - tra le Suture Circolari monouso a marchio PURPLE SURGICAL INTERNATIONAL offerte dalla scrivente PIRINOLI ENRICO & C. SRL , (da codice PS9CSA24S a codice PS9CSA32S) e le Suture Circolari monouso a marchio PANTHER HEALTHCARE offerte dalla EUROCLONE S.P.A, prodotti tra loro identici.

La stessa similitudine tra le suture a marchio PURPLE e le suture offerte dalla EUROCLONE S.P.A. è stata rilevata e confermata dalla Commissione Tecnica offerte ai lotti 2, 3, 4, 12 e 13 per i quali è stato attribuito lo stesso identico punteggio tecnico-qualitativo per i prodotti dei due marchi offerti.



Con la presente chiediamo pertanto la rettifica del punteggio tecnico-qualitativo attribuito alle Suturatrici Circolari monouso PURPLE SURGICAL perequandolo al punteggio tecnico-qualitativo riconosciuto alle Suturatrici Circolari monouso PANTHER HEALTHCARE offerte dalla EUROCLONE al Lotto n.1.

Confidiamo nel positivo accoglimento delle nostre osservazioni e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

PIRINOLI ENRICO & C. S.r.l.

L'Amministratore unico

Enrico Pirinoli

