

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

www.acquistiliguria.it

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Tazzoli
Funzionario referente: Dott. Maurizio Crovetto

gara a Procedura aperta, ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016, per la per la fornitura di SUTURATRICI circolari e lineari per chirurgia open e per chirurgia laparoscopica occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria e Valle d'Aosta per un periodo di anni tre con l'opzione di proroga per un ulteriore anno. Lotti n. 24 - Numero gara 7940172.

SEDUTA RISERVATA Il Verbale di valutazione della documentazione tecnica

Il giorno 28/04/2021, alle ore 9,00 circa presso la Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte di gara inerenti la procedura indicata in epigrafe, numero gara 7940172.

Sono presenti gli esperti nominati con determinazione n. 077 del 10/02/2021, nelle persone dei signori:

Funzione	Componenti	Azienda/ruolo nell'ente
Presidente	Dott. Claudio Bianchi	Responsabile SSD Chirurgia Multispecialistica Ospedale S. Andrea ASL 5
Componente	Dott. Solajd Pohja	Dirigente Medico SC Urologia Ospedale San Bartolomeo ASL 5
Componente	Dott. Enrico Ciferri	Dirigente Medico SC Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreatica E.O. Ospedali Galliera

Per la Centrale è presente il Dott. Maurizio Crovetto che svolge le funzioni di segretario.

I lavori iniziano con la presa d'atto che il RUP ha richiesto, così come indicato dalla Commissione nella scorsa seduta, un supporto tecnico istruttorio per quanto riguarda il lotto n. 23 al Direttore della Chirurgia Vascolare dell'Ospedale Policlinico San Martino, ma al momento non è stata ricevuta alcuna risposta.

La Commissione indica anche il nominativo del Responsabile della Chirurgia Toracica dell'Ospedale San Martino al quale poter chiedere il supporto necessario, e decide, nel frattempo, di soprassedere sul lotto in questione che verrà affrontata in altra seduta.

I lavori proseguono con la valutazione delle caratteristiche di minima dei lotti n. 11 - 12 - 13 - 16 - 18 e l'assegnazione dei punteggi tecnici per i lotti n. 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 24; la Centrale ha predisposto apposite schede di valutazione, sia per le caratteristiche di minima sia per i punteggi qualità, che sono state, di lotto in lotto, compilate dalla Commissione, e che vengono allegate al presente verbale.



Le risultanze del lavoro sono di seguito riassunte:


lotto	Ditta	punteggio
24	Innovamedica	37,10

lotto	Ditta	punteggio	punteggio riparametrato
11	Innovamedica	36,70	36,70
	Medtronic Italia	70,00	70,00

lotto	Ditta	punteggio	punteggio riparametrato
12	Euroclone	48,50	48,50
	Innovamedica	28,70	esclusa
	Medtronic Italia	70,00	70,00
13	Carlo Bianchi	55,00	63,11
	Medtronic Italia	61,00	70,00
	Tau Medica	31,43	esclusa
16	ESPO Erresse	33,27	esclusa
	Medtronic Italia	70,00	70,00
	Tau Medica	29,47	esclusa
18	Innovamedica	esclusa	esclusa
	Johnson & Johnson	67,00	70,00
	Medi Line	40,84	42,67

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale, per complessive n. 21 (ventuno) pagine, compresi gli allegati, agli atti della Centrale.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

3 di 3

La seduta è tolta alle ore 13,40 e aggiornata, salvo imprevisti non preventivabili a priori, per il giorno 11 maggio alle ore 9,00 circa.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Dott. Claudio Bianchi

I Componenti

Dott. Solajd Pohja

Dott. Enrico Ciferri

Il segretario


Dott. Maurizio Crovetto

LOTTO N. 11

[illegible]

25

me



EDTRONIC

SCHEDA VALUTAZIONE CARATTERISTICHE MINIME DI IDONEITA'

LOTTO N. 13

NOME LOTTO	CARATTERISTICHE DA VALUTARE	CARLO BIANCHI	MEDTRONIC	TAU MEDICA
DISPOSITIVI PER CONFEZIONAMENTO BORSA DI TABACCO	- monouso e sterile	OK	OK	OK
	- in due misure	OK	OK	OK
	- con punti metallici e filo di sutura	OK	OK	OK

SCHEDA VALUTAZIONE CARATTERISTICHE MINIME DI IDONEITA'

LOTTO N. 16

NOME LOTTO	CARATTERISTICHE DA VALUTARE	ESPO ERRESSE	MEDTRONIC	TAU MEDICA
SUTURATORI CUTANEE TESTINA FISSA	- monopaziente e sterile	OK	OK	OK
	- con sistema di precarica	OK	OK	OK
	- contenenti almeno 35 punti in acciaio misura regolare e/o larga	OK	OK	OK

SCHEDA VALUTAZIONE CARATTERISTICHE MINIME DI IDONEITA'

LOTTO N. 18

NOME LOTTO	CARATTERISTICHE DA VALUTARE	INNOVAMEDICA	JOHNSON & JOHNSON	MEDI LINE
SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA STELO E LAMA INTEGRATI E CARICATORE SEPARATO	SUB A) Sutratrice lineare taglia e cuci per chirurgia laparotomica e laparoscopica stelo e lama integrati	STELO NON INTEGRATO		
	- monopaziente e sterile			
	- ricaricabile			
	- varie lunghezze della linea di sutura			
	- punti in doppia o tripla fila sfalsati per ogni linea di sutura in titanio/lega di titanio			
	- con altezze diverse del punto chiuso per tessuti di vario spessore			
	- possibilità di articolazione fino a 45° sul proprio asse			
	- stelo rotante 360° di varie lunghezze di cui almeno uno stelo corto ($\leq 28\text{cm}$) e uno standard ($> 35\text{cm}$)			
	- complete di caricatore assemblato con la sutratrice o in confezione separata			
	- lama per anastomosi e transezione			
	- sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale di cariche già utilizzate			
	- codice colore			

	SUB B) Caricatore - monouso e sterile - con varie lunghezze della linea di sutura, compatibile con le suturatrici sub A) - con punti in titanio/lega di titanio - con altezze diverse del punto chiuso per tessuti di vario spessore	✓	OK OK OK	OK OK OK
--	---	---	----------------	----------------

OK

OK

OK

LOTTO 11 SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 30 E CARICATORE PER UTILIZZO VASCOLARE

LOTTO 11 SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 30 E CARICATORE PER UTILIZZO VASCOLARE									
Caratteristiche oggetto di valutazione					INNOVAMEDICA		MEDTRONIC		
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		
				presenti		presenti			
1	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	Q1	10	BIANCHI	0,00	esposizione di parti metalliche sulla chiusura che potrebbero lacerare i guanti	1,00	eccellente	
				POHJA	0,30		1,00		
				CIFERRI	0,30		1,00		
				Media coefficienti	0,20	1,00			
				riportata a 1	0,20	1,00			
				Punteggio	2,00	10,00			
				BIANCHI	0,00	mancanza impugnatura antiscivolo	1,00		
				POHJA	0,30		1,00		
				CIFERRI	0,30		1,00		
				Media coefficienti	0,20	1,00			
riportata a 1	0,20	1,00							
Punteggio	2,00	10,00							
2	2) Manegevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	Q1	10	BIANCHI	1,00	eccellente	1,00	eccellente	
				POHJA	1,00		1,00		
				CIFERRI	1,00		1,00		
				Media coefficienti	1,00	1,00			
				riportata a 1	1,00	1,00			
				Punteggio	10,00	10,00			
				BIANCHI	1,00	eccellente	1,00		
				POHJA	1,00		1,00		
				CIFERRI	1,00		1,00		
				Media coefficienti	1,00	1,00			
riportata a 1	1,00	1,00							
Punteggio	10,00	10,00							
3	3) Sicurezza (sistemi che evitino l'azionamento non corretto e/o non voluto del dispositivo)	Q1	10	BIANCHI	1,00	eccellente	1,00	eccellente	
				POHJA	1,00		1,00		
				CIFERRI	1,00		1,00		
				Media coefficienti	1,00	1,00			
				riportata a 1	1,00	1,00			
				Punteggio	10,00	10,00			
				BIANCHI	1,00	eccellente	1,00		
				POHJA	1,00		1,00		
				CIFERRI	1,00		1,00		
				Media coefficienti	1,00	1,00			
riportata a 1	1,00	1,00							
Punteggio	9,00	9,00							
4	4) Praticità d'uso: sistema di verifica chiusura (uniformità e parallelismo delle ganasce)	Q1	9	BIANCHI	0,00	chiusura difficoltosa per la presenza di tre leve. L'antiscivolo mancante crea problemi all'utilizzo	1,00	eccellente	
				POHJA	0,00		1,00		
				CIFERRI	0,30		1,00		
				Media coefficienti	0,10	1,00			
				riportata a 1	0,10	1,00			
				Punteggio	9,00	9,00			
				BIANCHI	0,00	chiusura difficoltosa per la presenza di tre leve. L'antiscivolo mancante crea problemi all'utilizzo	1,00		
				POHJA	0,00		1,00		
				CIFERRI	0,30		1,00		
				Media coefficienti	0,10	1,00			
riportata a 1	0,10	1,00							
Punteggio	8	8							
5	5) Praticità d'uso: in fase di azionamento (scorrevolezza);	Q1	8	BIANCHI	0,00	chiusura difficoltosa per la presenza di tre leve. L'antiscivolo mancante crea problemi all'utilizzo	1,00	eccellente	
				POHJA	0,00		1,00		
				CIFERRI	0,30		1,00		
				Media coefficienti	0,10	1,00			
				riportata a 1	0,10	1,00			
				Punteggio	8	8			
				BIANCHI	0,00	chiusura difficoltosa per la presenza di tre leve. L'antiscivolo mancante crea problemi all'utilizzo	1,00		
				POHJA	0,00		1,00		
				CIFERRI	0,30		1,00		
				Media coefficienti	0,10	1,00			
riportata a 1	0,10	1,00							
Punteggio	8	8							




22

				riportata a 1	0,10		1,00	
				Punteggio	0,80		8,00	
				BIANCHI	0,30		1,00	
				POHJA	0,30	difficoltoso per la presenza del cappuccio di sicurezza	1,00	eccellente
				CIFERRI	0,30		1,00	
				Media coefficienti	0,30		1,00	
				riportata a 1	0,30		1,00	
				Punteggio	2,40		8,00	
				BIANCHI	1,00		1,00	
				POHJA	1,00		1,00	eccellente
				CIFERRI	1,00		1,00	
				Media coefficienti	1,00		1,00	
				riportata a 1	1,00		1,00	
				Punteggio	10,00		10,00	
				BIANCHI	0,00		1,00	
				POHJA	0,00	labelling anonimo	1,00	eccellente
				CIFERRI	0,30		1,00	
				Media coefficienti	0,10		1,00	
				riportata a 1	0,10		1,00	
				Punteggio	0,50		5,00	
				Totale punteggio di qualità	70,000		70,00	
				Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000		70,00	

LOTTO 12 SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 45 E 90 E CARICATORE				EUROCLONE		INNOVAMEDICA		MEDTRONIC		
Caratteristiche oggetto di valutazione				Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso	presenti		presenti		presenti		
1	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	Q1	10	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,50 0,50 0,50 0,50 5,00	manipolo ingombrante e impegnativo per una mano piccola	0,00 0,30 0,30 0,20 2,00	esposizione di parti metalliche sulla chiusura che potrebbero lacerare i guanti	1,00 1,00 1,00 1,00 10,00	eccellente
2	2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	Q1	10	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,50 0,50 0,50 0,50 5,00	poco maneggevole	0,00 0,30 0,30 0,20 2,00	mancanza impugnatura antiscivolo	1,00 1,00 1,00 1,00 10,00	eccellente
3	3) Sicurezza (sistemi che evitino l'azionamento non corretto e/o non voluto del dispositivo)	Q1	10	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	1,00 1,00 1,00 1,00 10,00	eccellente	1,00 1,00 1,00 1,00 10,00	eccellente	1,00 1,00 1,00 1,00 10,00	eccellente
4	4) Praticità d'uso: sistema di verifica chiusura (uniformità e parallelismo delle ganasce)	Q1	9	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	1,00 1,00 1,00 1,00 9,00	eccellente	1,00 1,00 1,00 1,00 9,00	eccellente	1,00 1,00 1,00 1,00 9,00	eccellente
5	5) Praticità d'uso: in fase di azionamento (scorrevolezza);	Q1	8	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	1,00 1,00 1,00 1,00 8,00	eccellente	0,00 0,00 0,30 0,10 0,80	chiusura difficoltosa per la presenza di tre leve. L'antiscivolo mancante crea problemi all'utilizzo	1,00 1,00 1,00 1,00 8,00	eccellente
6	6) Praticità d'uso: inserimento caricatore	Q1	8	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	eccellente	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	difficoltoso per la presenza del cappuccio di sicurezza	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	eccellente

ne
de
de

				<i>Punteggio</i>	8,00		2,40		8,00	
				BIANCHI	0,30		0,30		1,00	eccellente
				POHLA	0,00	apparente asimmetria dei punti. Punti deformati	0,00		1,00	
				CIFERRI	0,30		0,30		1,00	
				Media coefficienti	0,20		0,20		1,00	
				riportata a 1	0,20		0,20		1,00	
				<i>Punteggio</i>	2,00		2,00		10,00	
				BIANCHI	0,30	difficile individuazione delle cariche di diverse misure	0,00	labelling anonimo	1,00	eccellente
				POHLA	0,30		0,00		1,00	
				CIFERRI	0,30		0,30		1,00	
				Media coefficienti	0,30		0,10		1,00	
				riportata a 1	0,30		0,10		1,00	
				<i>Punteggio</i>	1,50		0,50		5,00	
				Totale punteggio di qualità	70,000		28,70		70,00	
				Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000		esclusa		70,00	






**LOTTO 13 DISPOSITIVI PER CONFEZIONAMENTO BORSA DI
TABACCO**

LOTTO 13 DISPOSITIVI PER CONFEZIONAMENTO BORSA DI TABACCO									
Caratteristiche oggetto di valutazione				CARLO BIANCHI		MEDTRONIC		TAU MEDICA	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso	Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali	
				presenti		presenti		presenti	
1	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	Q1	16	BIANCHI 1,00 POHJA 1,00 CIFERRI 1,00 Media coefficienti 1,00 riportata a 1 1,00 Punteggio 16,00	eccellente	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 8,00	eccellente	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	facile dissassemblamento delle branchie. Filo trasparente (poco visibile) e libero
2	2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	Q1	16	BIANCHI 0,70 POHJA 0,70 CIFERRI 0,70 Media coefficienti 0,70 riportata a 1 1,00 Punteggio 16,00	ottimo	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,71	ottimo	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 11,43	il filo libero ingombrava e rende difficoltose le manovre
3	3) Sicurezza (sistemi che evitano l'azionamento non corretto e/o non voluto del dispositivo, affidabilità sistema di chiusura)	Q1	12	BIANCHI 0,50 POHJA 0,50 CIFERRI 0,50 Media coefficienti 0,50 riportata a 1 0,50 Punteggio 6,00	tendenza al dissassemblamento delle due branchie	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00	eccellente	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	il dissassemblamento delle branchie rende inefficace il sistema di sicurezza
4	4) Completezza della confezione della borsa di tabacco e sicurezza della sua tenuta	Q1	12	BIANCHI 0,70 POHJA 0,70 CIFERRI 0,70 Media coefficienti 0,70 riportata a 1 1,00 Punteggio 12,00	ottimo	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00	ottimo	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00	ottimo
5	5) offerta di misure in numero superiore al minimo indicato in capitolato (due)	Q3	9	BIANCHI 1,00 POHJA 1,00 Media coefficienti 0,00 riportata a 1 0,00 Punteggio 2,00	eccellente	1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00	eccellente	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00	difficoltosa identificazione dell'esterno per lingua e
a) Confezionamento									
								minimo	
								2	

Handwritten letters: *pl*, *z*, *re*

VALORI UNITARI									
6	Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	Q1	5	CIFERRI	1,00	1,00	0,00		
				Media coefficienti riportata a 1	1,00	1,00	0,00		
				Punteggio	5,00	5,00	0,00		
Totale punteggio di qualità			70,000		55,00	61,00	31,43		
Totale punteggio di qualità riparametrato			70,000		63,11	70,00	esclusa		


re

LOTTO 16 SUTURATRICI CUTANEE TESTINA FISSA									
Caratteristiche oggetto di valutazione				ESPO ERRESSE		MEDTRONIC		TAU MEDICA	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso	Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali	
1	1) Ergonomia (adeguato meccanismo di espulsione, facilità a mantenere l'allineamento tra incisione e suturatrice)	Q1	13	presenti		presenti		presenti	
2	2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	Q1	13	BIANCHI	0,00	scarsissima visualizzazione di allineamento tra incisione e suturatrice	eccellente	0,00	scarsissima visualizzazione di allineamento tra incisione e suturatrice
				POHLA	0,00			0,30	
				CIFERRI	0,50			0,50	
				Media coefficienti	0,17			0,27	
				riportata a 1	0,17			0,27	
3	3) Uniformità di chiusura dei punti	Q1	13	Punteggio	2,17	sistema di chiusura troppo ampio	eccellente	3,47	l'azionamento della leva di chiusura può provocare lesioni del quarto della mano operatrice sulla plastica del caricatore che è allo stesso livello
				BIANCHI	0,00			0,00	
				POHLA	0,30			0,00	
				CIFERRI	0,30			0,00	
				Media coefficienti	0,20			0,00	
4	4) Caratteristiche del meccanismo di azionamento e dimensioni dei punti	Q1	13	riportata a 1	0,20	eccellente	eccellente	0,00	eccellente
				Punteggio	2,60			0,00	
				BIANCHI	1,00			1,00	
				POHLA	1,00			1,00	
				CIFERRI	1,00			1,00	
5	5) Assenza di inceppamenti	Q1	13	Media coefficienti	1,00	inzeppamenti frequenti sul tessuto di prova	eccellente	1,00	inzeppamenti frequenti sul tessuto di prova
				riportata a 1	1,00			1,00	
				Punteggio	13,00			13,00	
				BIANCHI	0,00			0,00	
				POHLA	0,00			0,00	
5	5) Assenza di inceppamenti	Q1	13	CIFERRI	0,00	inzeppamenti frequenti sul tessuto di prova	eccellente	0,00	inzeppamenti frequenti sul tessuto di prova
				Media coefficienti	0,00			0,00	
				riportata a 1	0,00			0,00	
				Punteggio	0,00			0,00	
				BIANCHI	0,00			0,00	

6	6) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	Q1	5	BIANCHI	0,50	confezionamento anonimo	1,00	eccellente	0,00	Presente solo il confezionamento sterile. scatola non presentata e quindi non valutabile
				POHJA	0,50		1,00		0,00	
				CIFERRI	0,50		1,00		0,00	
				Media coefficienti riportata a 1	0,50		1,00		0,00	
				Punteggio	2,50		5,00		0,00	
	Totale punteggio di qualità		70,000		33,27		70,00		29,47	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		esclusa		70,00		esclusa	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



LOTTO 18 SUTURATRICE LINEARE TAGLIAE CUCI PER CHIRURGIA
LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA STELO E LAMA INTEGRATI E
CARICATORE SEPARATO

Caratteristiche oggetto di valutazione			INNOVAMEDICA		JOHNSON & JOHNSON		MEDI LINE	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO			CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO		Peso complessivo punti 70		così suddiviso	
1	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	Q1	5	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	1,00 1,00 0,70 0,90 1,00 5,00	1,00 1,00 0,70 0,90 1,00 5,00	eccellente (ottimo per un componente - mancanza antisvolto) 0,00 0,70 0,50 0,40 0,44 2,22	manipolo ingombrante - difficile utilizzo per una mano piccola parti metalliche esposte sulla leva difficile da utilizzare con una mano
2	2) gamma dei caricatori (ottenuta dalla somma di tutte le possibili combinazioni di lunghezze e tipologie disponibili indicate in offerta)	Q3*	6	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	1,00 0,70 0,50 0,73 1,00 8,00	10,00 3,00	12,00 6,00	rotazione articolazione complessa (non intuitiva)
3	3) Maneggevolezza (facilità di introduzione e movimentazione, rotazione e articolazione)	Q1	8	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00	eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente	eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente	eccellente
4	4) facilità di inserimento e sostituzione del caricatore	Q1	8	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	1,00 0,70 0,70 0,80 1,00 8,00	ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo	ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo	ottimo
5	5) facilità di introduzione e scorrimento e qualità di chiusura delle branche	Q1	7	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	1,00 0,70 0,70 0,80 1,00 7,00	eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente	eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente	eccellente
6	6) facilità di attivazione del meccanismo di sutura e sezione	Q1	7	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	1,00 0,70 0,70 0,80 1,00 7,00	eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente	eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente	eccellente

8
MIN - 20%

[Handwritten signatures and notes]

				riportata a 1 Punteggio BIANCHI POHJA CIERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio BIANCHI POHJA CIERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio		1,00		0,36	
						7,00		2,52	
						1,00	eccellente	0,00	l'apertura delle branche non è regolabile ed è impossibile attivarle con una mano sola
						1,00		0,00	
						1,00		0,30	
7	7) facilità di apertura ed estrazione e dimensioni ridotte degli orifizi di introduzione	Q1	8			1,00		0,10	
						1,00		0,10	
						8,00		0,80	
						1,00	eccellente	0,30	punti non uniformi nella rimessa interna
						1,00		0,30	
						1,00		0,30	
8	8) corretto allineamento (punti equidistanti) e la regolarità nella chiusura dei punti (corretta chiusura delle agrafts)	Q1	8			1,00		0,30	
						1,00		0,30	
						8,00		2,40	
						1,00		1,00	
						1,00	eccellente	1,00	eccellente
						1,00		1,00	
						1,00		1,00	
9	9) qualità del taglio intesa come integrità della linea di sezione.	Q1	8			1,00		1,00	
						1,00		1,00	
						8,00		8,00	
						1,00		0,30	stomig ingombrante. Poco intuitivo. Difficile identificazione immediata del prodotto
						1,00	eccellente	0,30	
						1,00		0,30	
10	10) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	Q1	5			1,00		0,30	
						1,00		0,30	
						5,00		1,50	
	Totale punteggio di qualità		70,000			67,00		40,84	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000			70,00		42,67	

LOTTO 24 SUTURATRICE LINEARE RETTA CON TAGLIO				INNOVAMEDICA	
Caratteristiche oggetto di valutazione				Valutazioni individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso	presenti	
1	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	Q1	10	BIANCHI 0,700 POHJA 0,700 CIFERRI 0,700 Media coefficienti 0,700	buona ergonomia
2	2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	Q1	10	Punteggio 7,000 BIANCHI 0,700 POHJA 0,700 CIFERRI 0,700 Media coefficienti 0,700	piuttosto pesante
3	3) Sicurezza (sistemi che evitino l'azionamento non corretto e/o non voluto del dispositivo, adeguata protezione della lama)	Q1	10	Punteggio 0,000 BIANCHI 0,500 POHJA 0,500 CIFERRI 0,500 Media coefficienti 0,500	la lama a volte (2 volte su 3) rimane esposta al termine dell'utilizzo
4	4) Praticità d'uso: sistema di verifica chiusura (uniformità e parallelismo delle ganasce)	Q1	9	Punteggio 4,500 BIANCHI 0,700 POHJA 0,700 CIFERRI 0,700 Media coefficienti 0,700	non è presente il meccanismo di verifica di chiusura
5	5) Praticità d'uso: in fase di azionamento (scorrevolezza)	Q1	8	Punteggio 5,600	

6	6) Praticità d'uso: inserimento caricatore	Q1	8	<table><tr><td>BIANCHI</td><td>1,000</td></tr><tr><td>POHJA</td><td>1,000</td></tr><tr><td>CIFERRI</td><td>1,000</td></tr><tr><td>Media coefficienti</td><td>1,000</td></tr><tr><td>Punteggio</td><td>8,000</td></tr></table>	BIANCHI	1,000	POHJA	1,000	CIFERRI	1,000	Media coefficienti	1,000	Punteggio	8,000	
BIANCHI	1,000														
POHJA	1,000														
CIFERRI	1,000														
Media coefficienti	1,000														
Punteggio	8,000														
7	7) Verifica dell'esito della sutura (linearità del taglio e tenuta della sutura)	Q1	10	<table><tr><td>BIANCHI</td><td>0,000</td></tr><tr><td>POHJA</td><td>0,000</td></tr><tr><td>CIFERRI</td><td>0,000</td></tr><tr><td>Media coefficienti</td><td>0,000</td></tr><tr><td>Punteggio</td><td>0,000</td></tr></table>	BIANCHI	0,000	POHJA	0,000	CIFERRI	0,000	Media coefficienti	0,000	Punteggio	0,000	Apparentemente asimmetrica. Linea di sutura interna troppo vicina alla linea di taglio
BIANCHI	0,000														
POHJA	0,000														
CIFERRI	0,000														
Media coefficienti	0,000														
Punteggio	0,000														
8	8) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	Q1	5	<table><tr><td>BIANCHI</td><td>1,000</td></tr><tr><td>POHJA</td><td>1,000</td></tr><tr><td>CIFERRI</td><td>1,000</td></tr><tr><td>Media coefficienti</td><td>1,000</td></tr><tr><td>Punteggio</td><td>5,000</td></tr></table>	BIANCHI	1,000	POHJA	1,000	CIFERRI	1,000	Media coefficienti	1,000	Punteggio	5,000	
BIANCHI	1,000														
POHJA	1,000														
CIFERRI	1,000														
Media coefficienti	1,000														
Punteggio	5,000														
Totale punteggio di qualità			70,000		37,100										
Totale punteggio di qualità riparametrato			70,000		70,000										

