

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Genova, 18/05/2021

Prot. n. NP/2021/147636

Allegati:

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Tazzoli
Funzionario referente: Dott. Maurizio Crovetto

gara a Procedura aperta, ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016, per la per la fornitura di SUTURATRICI circolari e lineari per chirurgia open e per chirurgia laparoscopica occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria e Valle d'Aosta per un periodo di anni tre con l'opzione di proroga per un ulteriore anno. Lotti n. 24 - Numero gara 7940172.

SEDUTA RISERVATA
III Verbale di valutazione della documentazione tecnica

Il giorno 18/05/2021, alle ore 9,30 circa presso la SUAR, via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte di gara inerenti la procedura indicata in epigrafe, numero gara 7940172.

Sono presenti gli esperti nominati con determinazione n. 077 del 10/02/2021, nelle persone dei signori:

Funzione	Componenti	Azienda/ruolo nell'ente
Presidente	Dott. Claudio Bianchi	Responsabile SSD Chirurgia Multispecialistica Ospedale S. Andrea ASL 5
Componente	Dott. Solajd Pohja	Dirigente Medico SC Urologia Ospedale San Bartolomeo ASL 5
Componente	Dott. Enrico Ciferri	Dirigente Medico SC Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreatica E.O. Ospedali Galliera

Per la SUAR è presente il Dott. Maurizio Crovetto che svolge le funzioni di segretario.

Preso atto della Legge Regionale 5/03/2021, n. 2 avente ad oggetto "Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione" con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. sono svolte, a far data dal 1° Maggio 2021, da SUAR quale Stazione Unica Appaltante Regionale. Pertanto, per effetto del trasferimento di competenze, le procedure di gara già avviate alla suddetta data sono portate a termine dalla SUAR.

I lavori iniziano con la presa d'atto che il RUP ha richiesto, così come indicato dalla Commissione nella scorsa seduta, un nuovo supporto tecnico istruttorio per quanto riguarda il lotto n. 23 al Direttore del Dipartimento di Chirurgia Toracica dell'Ospedale Policlinico San Martino, ma al momento non è stata ricevuta alcuna risposta.

La Commissione decide, nel frattempo, di soprassedere sul lotto in questione che verrà affrontato in altra seduta.

I lavori proseguono con la presa d'atto che la ditta Alea srl ha comunicato che il prodotto offerto per il lotto n. 15 non è più disponibile e quindi ha richiesto di essere esclusa dal lotto in questione.

Si prosegue pertanto con la valutazione delle caratteristiche di minima dei lotti n. 10 - 14 - 15 e l'assegnazione dei punteggi tecnici per gli stessi lotti. Le risultanze sono state riassunte nelle apposite schede di valutazione, sia per le caratteristiche di minima sia per i punteggi qualità, compilate, lotto per lotto dalla Commissione, e allegate al presente verbale.

Le risultanze del lavoro sono di seguito riassunte:

lotto	Ditta	punteggio	punteggio riparametrato
10	ALEA	45,27	45,27
	EUROCLONE	43,87	43,87
	INNOVAMEDICA	30,37	NON AMMESSO
	MEDTRONIC	70,00	70,00

lotto	Ditta	punteggio	punteggio riparametrato
14	ALEA	36,77	36,77
	AORTA	49,70	49,70
	CARLO BIANCHI	36,23	36,23
	EUROCLONE	37,10	37,10
	INNOVAMEDICA	47,60	47,60
	MEDI LINE	38,43	38,43
	MEDTRONIC	70,00	70,00
	TAU MEDICA	36,63	36,63


lotto	Ditta	punteggio	punteggio riparametrato
15	ALEA	ESCLUSA	ESCLUSA
	AORTA	68,08	70,00
	INNOVAMEDICA	64,11	65,91

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale, per complessive n. 15 (quindici) pagine, compresi gli allegati, agli atti della Centrale.


La seduta è tolta alle ore 12,30 circa e aggiornata, salvo imprevisti non preventivabili a priori, per il giorno 26 maggio alle ore 9,00 circa.

Letto, confermato e sottoscritto,


Il Presidente Dott. Claudio Bianchi

.....


I Componenti Dott. Solajd Pohja

.....


Dott. Enrico Ciferri

.....


Il segretario Dott. Maurizio Crovetto

.....


SCHEDA VALUTAZIONE CARATTERISTICHE MINIME DI IDONEITA'

LOTTO N. 10

OK OK OK OK



NOME LOTTO	CARATTERISTICHE DA VALUTARE	ALFA	EUROCLONE	INNOVAMEDICA	MEDTRONIC
SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 30 E 60 E CARICATORE	<p>Sub A e sub B; Sutura lineare retta senza lama 30 e 60 con caricatore compreso</p> <ul style="list-style-type: none"> - monopaziente e sterile - ricaricabile - lunghezza della linea di sutura: sub A) di 30,0 mm sub B) di 60,0 mm - con altezza del punto chiuso non regolabile - con punti in titanio/lega di titanio per tessuti standard e spessi - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale - codice colore - chiusura parallela delle ganasce 	OK	OK	OK	OK
		OK	OK	OK	OK

OK
OK
OK
OK

Sub C Sub D: Caricatore				
	- monouso e sterile			
	- compatibile con le suturatrici 30 (sub C) e con le suturatrici 60 (sub D)	OK	OK	OK
	- con punti in titanio/lega di titanio per tessuti standard e spessi			
	La suturatrice dovrà essere fornita già munita di relativo caricatore, o precaricata o separata			OK

SCHEDA VALUTAZIONE CARATTERISTICHE MINIME DI IDONEITA'

LOTTO N. 14

NOME LOTTO	CARATTERISTICHE DA VALUTARE	ALEA	AORTA	CARLO BIANCHI	EURO CLONE	INNOVA MEDICA	MEDI LINE	MEDTRONIC	TAU MEDICA
KIT PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA PATOLOGIA PROCTOLOGICA 31,5-34,5	composto da: - n. 1 sutratrice circolare con diametro esterno compreso tra 31,5 mm e 34,5 mm, con punti in titanio/lega di titanio - accessori necessari all'utilizzo: anoscopio fenestrato, otturatore/dilatatore (introduttore), dilatatore con alette, con o senza uncino per la trazione dei fili. caratteristiche: - monouso e sterile - doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio/lega di titanio - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

SCHEDA VALUTAZIONE CARATTERISTICHE MINIME DI IDONEITA'

LOTTO N. 15

NOME LOTTO	CARATTERISTICHE DA VALUTARE	AORTA	INNOVAMEDICA
KIT PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA PATOLOGIA PROCTOLOGICA 35,5-36,5	composto da:		
	- n. 1 suturatrice circolare con diametro esterno compreso tra 35,5 a 36,5 mm, con punti in titanio/lega di titanio	OK	OK
	- accessori necessari all'utilizzo: anoscopio fenestrato, otturatore/dilatatore (introduttore), dilatatore con alette, con o senza uncino per la trazione dei fili.	OK	OK
	caratteristiche:		
	- monouso e sterile	OK	OK
	- doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio/lega di titanio	OK	OK
	- sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale	OK	OK

LOTTO 10 SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 30 E 60 E CARICATORE				ALEA		EUROCLONE		INNOVAMEDICA		MEDTRONIC	
Caratteristiche oggetto di valutazione				Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso	presenti		presenti		presenti		presenti	
1	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	Q1	10	BIANCHI	0,50						
				POHJA	0,70	buona ergonomia					
				CIFERRI	0,50		manipolo ingombrante e impegnativo per una mano piccola	0,00	esposizione di parti metalliche sulla chiusura che potrebbero lacerare i guanti	1,00	eccellente
				Media coefficienti	0,57			0,30		1,00	
				riportata a 1	0,57			0,20		1,00	
				Punteggio	5,67			2,00		10,00	
2	2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	Q1	10	BIANCHI	0,50	impugnatura antiscivolo solo abbozzata					
				POHJA	0,50		poco maneggevole	0,30	manca impugnatura antiscivolo	1,00	eccellente
				CIFERRI	0,50			0,30		1,00	
				Media coefficienti	0,50			0,20		1,00	
				riportata a 1	0,50			0,20		1,00	
				Punteggio	5,00			2,00		10,00	
3	3) Sicurezza (sistemi che evitano l'azionamento non corretto e/o non voluto del dispositivo)	Q1	10	BIANCHI	0,70	ottimo					
				POHJA	0,70		eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente
				CIFERRI	0,70		eccellente	1,00		1,00	
				Media coefficienti	0,70			1,00		1,00	
				riportata a 1	0,70			1,00		1,00	
				Punteggio	7,00			10,00		10,00	
4	4) Praticità d'uso: sistema di verifica chiusura (uniformità e parallelismo delle ganasce)	Q1	9	BIANCHI	0,50	buono					
				POHJA	0,70	ottimo			eccellente	1,00	eccellente
				CIFERRI	0,70	ottimo				1,00	
				Media coefficienti	0,63					1,00	
				riportata a 1	0,63					1,00	
				Punteggio	5,70			9,00		9,00	
5	5) Praticità d'uso: in fase di azionamento (scorrevolezza);	Q1	8	BIANCHI	0,70	ottimo			chiusura difficoltosa per la presenza di tre leve. L'antiscivolo mancante crea problemi all'utilizzo	1,00	eccellente
				POHJA	0,70	ottimo				1,00	
				CIFERRI	1,00	eccellente				1,00	
				Media coefficienti	0,80					1,00	
				riportata a 1	0,80					1,00	
				Punteggio	6,40			0,80		8,00	

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page.

6	6) Praticità d'uso: inserimento caricatore	Q1	8	<table><tr><td>BIANCHI</td><td>0,50</td><td>buono</td><td>0,50</td><td>buono</td><td>0,30</td><td rowspan="5">difficoltoso per la presenza del cappuccio di sicurezza</td><td>1,00</td></tr><tr><td>POHJA</td><td>1,00</td><td>eccellente</td><td>1,00</td><td>eccellente</td><td>0,30</td><td>1,00</td></tr><tr><td>CIFERRI</td><td>1,00</td><td>eccellente</td><td>1,00</td><td>eccellente</td><td>0,30</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Media coefficienti</td><td>0,83</td><td></td><td>0,83</td><td></td><td>0,30</td><td>1,00</td></tr><tr><td>riportata a 1</td><td>0,83</td><td></td><td>0,83</td><td></td><td>0,30</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">Punteggio</td><td></td><td>6,67</td><td></td><td>2,40</td><td></td><td>8,00</td></tr></table>	BIANCHI	0,50	buono	0,50	buono	0,30	difficoltoso per la presenza del cappuccio di sicurezza	1,00	POHJA	1,00	eccellente	1,00	eccellente	0,30	1,00	CIFERRI	1,00	eccellente	1,00	eccellente	0,30	1,00	Media coefficienti	0,83		0,83		0,30	1,00	riportata a 1	0,83		0,83		0,30	1,00	Punteggio			6,67		2,40		8,00	
BIANCHI	0,50	buono	0,50	buono	0,30	difficoltoso per la presenza del cappuccio di sicurezza	1,00																																										
POHJA	1,00	eccellente	1,00	eccellente	0,30		1,00																																										
CIFERRI	1,00	eccellente	1,00	eccellente	0,30		1,00																																										
Media coefficienti	0,83		0,83		0,30		1,00																																										
riportata a 1	0,83		0,83		0,30		1,00																																										
Punteggio			6,67		2,40		8,00																																										
7	7) Verifica dell'esito della sutura (linearietà del taglio e tenuta della sutura)	Q1	10	<table><tr><td>BIANCHI</td><td>0,50</td><td>buono</td><td>0,30</td><td rowspan="5">apparente asimmetria dei punti. Punti deformati</td><td>0,30</td><td rowspan="5">apparente asimmetria dei punti. Punti deformati</td><td>1,00</td></tr><tr><td>POHJA</td><td>0,70</td><td>ottimo</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>CIFERRI</td><td>1,00</td><td>eccellente</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Media coefficienti</td><td>0,73</td><td></td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>1,00</td></tr><tr><td>riportata a 1</td><td>0,73</td><td></td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">Punteggio</td><td></td><td>7,33</td><td></td><td>2,00</td><td></td><td>10,00</td></tr></table>	BIANCHI	0,50	buono	0,30	apparente asimmetria dei punti. Punti deformati	0,30	apparente asimmetria dei punti. Punti deformati	1,00	POHJA	0,70	ottimo	0,00	0,00	1,00	CIFERRI	1,00	eccellente	0,30	0,30	1,00	Media coefficienti	0,73		0,20	0,20	1,00	riportata a 1	0,73		0,20	0,20	1,00	Punteggio			7,33		2,00		10,00					
BIANCHI	0,50	buono	0,30	apparente asimmetria dei punti. Punti deformati	0,30	apparente asimmetria dei punti. Punti deformati	1,00																																										
POHJA	0,70	ottimo	0,00		0,00		1,00																																										
CIFERRI	1,00	eccellente	0,30		0,30		1,00																																										
Media coefficienti	0,73		0,20		0,20		1,00																																										
riportata a 1	0,73		0,20		0,20		1,00																																										
Punteggio			7,33		2,00		10,00																																										
8	8) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	Q1	5	<table><tr><td>BIANCHI</td><td>0,30</td><td rowspan="5">difficile identificazione dello strumento</td><td>0,30</td><td rowspan="5">difficile individuazione delle cariche di diverse misure</td><td>0,50</td><td rowspan="5">scarsa visibilità della misura della carica</td><td>1,00</td></tr><tr><td>POHJA</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td>1,00</td></tr><tr><td>CIFERRI</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td>0,50</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Media coefficienti</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td>0,43</td><td>1,00</td></tr><tr><td>riportata a 1</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td>0,43</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">Punteggio</td><td></td><td>1,50</td><td></td><td>2,17</td><td></td><td>5,00</td></tr></table>	BIANCHI	0,30	difficile identificazione dello strumento	0,30	difficile individuazione delle cariche di diverse misure	0,50	scarsa visibilità della misura della carica	1,00	POHJA	0,30	0,30	0,30	1,00	CIFERRI	0,30	0,30	0,50	1,00	Media coefficienti	0,30	0,30	0,43	1,00	riportata a 1	0,30	0,30	0,43	1,00	Punteggio			1,50		2,17		5,00									
BIANCHI	0,30	difficile identificazione dello strumento	0,30	difficile individuazione delle cariche di diverse misure	0,50	scarsa visibilità della misura della carica		1,00																																									
POHJA	0,30		0,30		0,30			1,00																																									
CIFERRI	0,30		0,30		0,50			1,00																																									
Media coefficienti	0,30		0,30		0,43			1,00																																									
riportata a 1	0,30		0,30		0,43		1,00																																										
Punteggio			1,50		2,17		5,00																																										
Totale punteggio di qualità			70,000	45,27	43,87	30,37	70,00																																										
Totale punteggio di qualità			70,000	45,27	43,87	30,37	70,00																																										

**LOTTO 14 KIT PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA
PATOLOGIA PROCTOLOGICA 31,5-34,5**

Caratteristiche oggetto di valutazione				ALEA		AORTA		CARLO BIANCHI		EUROCLONE
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso	Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali
1	1) Ergonomia (facilità di introduzione e di impugnatura)	Q1	14	presenti		presenti		presenti		presenti
2	2) Sicurezza (sistemi di controllo automatico o manuale di sicurezza)	Q1	17	BIANCHI	0,30					
				POHJA	0,30	mancaza di grip- Manico e leva scivoloosi		0,30	mancaza di grip- Manico e leva scivoloosi	0,30
				CIFERRI	0,50			0,50		0,50
				Media coefficienti	0,37			0,37		0,37
				riportata a 1	0,37			0,37		0,37
				Punteggio	5,13			5,13		5,13
				BIANCHI	0,50	sensazione di fragilità del dispositivo preposto		0,50	assenza di meccanismo di sicurezza esterno	0,50
				POHJA	0,50			0,50		0,50
				CIFERRI	0,50	1,00	eccellente	0,50		0,50
				Media coefficienti	0,50	0,80		0,50		0,50
3	3) Manegevolezza (minor peso, trasparenza dell'anoscopio operatore)	Q1	17	riportata a 1	0,50	0,80		0,50		0,50
				Punteggio	8,50			8,50		8,50
				BIANCHI	0,50	buona manegevolezza		0,50		0,50
				POHJA	0,30	meccanismo chiusura troppo rigido		0,50	meccanismo di sicurezza troppo piccolo	0,30
				CIFERRI	0,50	buona manegevolezza		0,50	buona manegevolezza	0,50
				Media coefficienti	0,43			0,50		0,43
				riportata a 1	0,43	0,57		0,50		0,43
				Punteggio	7,37			8,50		7,37
				BIANCHI	0,70	ottimo		0,70	ottimo	0,70
				POHJA	0,70	ottimo		0,70	ottimo	0,70
4	4) Verifica della completezza del resecato	Q1	17	CIFERRI	1,00	eccellente		1,00	eccellente	1,00
				Media coefficienti	0,80			0,80		0,80
				riportata a 1	0,80			0,80		0,80
				Punteggio	13,60			13,60		13,60

[Handwritten signature and initials]





Handwritten signature and initials.

5	5) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti- caduta accidentale.	Q1	5	BIANCHI	0,50	misura non riportata sulla confezione. Etichetta in italiano	0,70	ottimo	0,00	confezionamento anonimo.	0,50	
				POHJA	0,30		0,70		ottimo		0,00	0,50
				CIFERRI	0,50		1,00		eccellente		0,30	0,50
				Media coefficienti riportata a 1	0,43		0,80		0,10		0,50	
				Punteggio	2,17		4,00		0,50		2,50	
Totale punteggio di qualità					36,77		49,70		36,23		37,10	
Totale punteggio di qualità riparametrato					36,77		49,70		36,23		37,10	

[Handwritten signature and initials]

	INNOVA MEDICA		MEDI LINE		MEDTRONIC		TAU MEDICA			
	Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali			
	presenti		presenti		presenti		presenti			
manca di grip. Mantico e leva scivolosi	0,30	mantico senza grip. parti metalliche sovrapposte buono	0,30	manca di grip. Mantico e leva scivolosi	1,00	eccellente	0,50	discreto gripping	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	1) Ergonomia (facilità di introduzione e di impugnatura)
	0,30		0,30		1,00		0,50			
	0,50		0,30		1,00		0,70			
	0,37		0,30		1,00		0,57			
	0,37		0,30		1,00		0,57			
	5,13		4,20		14,00		7,93			
sicurezza manuale si sblocca a strumento aperto. sistema di sicurezza un po' rigido e di piccole dimensioni	0,50	pulsante di sicurezza di minori dimensioni	0,50	buono	1,00	eccellente	0,30	scala di gradazione del punto con barra non allineata (storta)	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	2) Sicurezza (sistemi di controllo automatico o manuale di sicurezza)
	1,00		0,70		1,00		0,30			
	1,00		0,70		1,00		0,30			
	0,83		0,63		1,00		0,30			
	0,83		0,63		1,00		0,30			
	14,17		10,77		17,00		5,10			
buona maneggevolezza	0,50	buona maneggevolezza	0,50	buona maneggevolezza	1,00		0,50	buona maneggevolezza	BIANCHI	3) Maneggevolezza (minor peso, trasparenza dell'anoscopio operatore)
meccanismo chiusura troppo rigido	0,50	buona maneggevolezza	0,30	meccanismo chiusura troppo rigido	1,00	eccellente	0,50		POHJA CIFERRI	
buona maneggevolezza	0,70	ottima maneggevol.	0,50	buona maneggevolezza	1,00		0,50		Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	
	0,57		0,43		1,00		0,50			
	0,57		0,43		1,00		0,50			
	9,63		7,37		17,00		8,50			
ottimo	0,50	minore regolarità dei puni	0,70	ottimo	1,00	eccellente	0,70	ottimo	BIANCHI POHJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	4) Verifica della completezza del rescato
	1,00		0,70		1,00		0,70			
eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente		
	0,83		0,80		1,00		0,80			
	0,83		0,80		1,00		0,80			
	14,17		13,60		17,00		13,60			

identificazione non immediata. Misura non stampata sulla confezione	0,70	ottimo	0,50	identificazione non immediata. Misura non stampata sulla confezione	1,00	eccellente	0,30	misura non riportata sulla confezione	BIANCHI		5) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.
	1,00	eccellente	0,50		1,00		0,30		POHJA		
	1,00	eccellente	0,50		1,00		0,30		CIFERRI		
	0,90		0,50		1,00		0,30		Media coefficienti riportata a 1		
	0,90		0,50		1,00		0,30				
	4,50		2,50		5,00		1,50		Punteggio		
47,60		38,43		70,00		36,63		Totale punteggio di qualità			
47,60		38,43		70,00		36,63		Totale punteggio di qualità riparametrato			







LOTTO 15 KIT PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA PATOLOGIA PROCTOLOGICA 35,5-36,5

Caratteristiche oggetto di valutazione				AORTA		INNOVAMEDICA		ALEA	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso	Valutazioni individuali		Valutazioni individuali			
1	1) Ergonomia (facilità di introduzione e di impugnatura)	Q1	14	present -		present -			
				BIANCHI	0,70	ottimo	0,30	manico senza grip, parti metalliche sovrapposte	
				POHJA	0,50	materiale antiscivolo solo abbozzato	0,30		
				CIFERRI	0,70	ottimo	0,50		
				Media coefficienti	0,63		0,37		
				riportata a 1	1,00		0,58		
				Punteggio	14,00		8,11	pulsante di sicurezza di minori dimensioni	
				BIANCHI	0,70	ottimo	0,50		
				POHJA	0,70	ottimo	1,00		
				CIFERRI	1,00	eccellente	1,00		
				Media coefficienti	0,80		0,83		
				riportata a 1	0,96		1,00	buona maneggevolezza	
				Punteggio	16,32		17,00		
				BIANCHI	0,50	tasto di rotazione ingombrante	0,50		
				POHJA	0,50	meccanismo di sicurezza troppo piccolo	0,50		
				CIFERRI	0,70	ottimo	0,70		
				Media coefficienti	0,57		0,57	buona maneggevolezza	
				riportata a 1	1,00		1,00		
				Punteggio	17,00		17,00		
				BIANCHI	0,70	ottimo	0,50		
				POHJA	0,70	buono	1,00	eccellente	
				CIFERRI	1,00	eccellente	1,00		
				Media coefficienti	0,80		0,83		
				riportata a 1	0,96		1,00		
				Punteggio	16,32		17,00		
2	2) Sicurezza (sistemi di controllo automatico o manuale di sicurezza)	Q1	17						
3	3) Maneggevolezza (minor peso, trasparenza dell'anoscopio operatore)	Q1	17						
4	4) Verifica della completezza del resecato	Q1	17						

[Handwritten signature and initials]

5	5) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	Q1	5	BIANCHI	0,70	ottimo	0,70	ottimo
				POHJA	0,70	ottimo	1,00	eccellente
				CIFERRI	1,00	eccellente	1,00	eccellente
				Media coefficienti riportati a 1	0,89		0,90	
				Punteggio	4,44		5,00	
	Totale punteggio di qualità		70,000		68,08		64,11	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		70,00		65,91	



Handwritten signatures and initials are visible in the bottom right corner of the page, partially obscured by the redaction box.