

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Genova, 26/05/2021

Prot. n. NP/2021/157025

Allegati:

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Tazzoli
Funzionario referente: Dott. Maurizio Crovetto

gara a Procedura aperta, ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016, per la per la fornitura di SUTURATRICI circolari e lineari per chirurgia open e per chirurgia laparoscopica occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria e Valle d'Aosta per un periodo di anni tre con l'opzione di proroga per un ulteriore anno. Lotti n. 24 - Numero gara 7940172.

SEDUTA RISERVATA IV Verbale di valutazione della documentazione tecnica

Il giorno 26/05/2021, alle ore 8,45 circa presso la SUAR, via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte di gara inerenti la procedura indicata in epigrafe, numero gara 7940172.

Sono presenti gli esperti nominati con determinazione n. 077 del 10/02/2021, nelle persone dei signori:

Funzione	Componenti	Azienda/ruolo nell'ente
Presidente	Dott. Claudio Bianchi	Responsabile SSD Chirurgia Multispecialistica Ospedale S. Andrea ASL 5
Componente	Dott. Solajd Pohja	Dirigente Medico SC Urologia Ospedale San Bartolomeo ASL 5
Componente	Dott. Enrico Ciferri	Dirigente Medico SC Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreatica E.O. Ospedali Galliera

Per la SUAR è presente il Dott. Maurizio Crovetto che svolge le funzioni di segretario.

I lavori iniziano con la valutazione delle caratteristiche di minima dei lotti n. 1 - 6 - 7 - 19 e l'assegnazione dei punteggi tecnici per gli stessi lotti. Le risultanze sono state riassunte nelle apposite schede di valutazione, sia per le caratteristiche di minima sia per i punteggi qualità, compilate, lotto per lotto dalla Commissione, e allegate al presente verbale.

Le risultanze del lavoro sono di seguito riassunte:

lotto	Ditta	punteggio	punteggio riparametrato
1	AORTA	33,65	33,65
	B.BRAUN	29,23	29,23
	CARLO BIANCHI	39,19	39,19
	EUROCLONE	escluso	escluso
	INNOVAMEDICA	32,59	32,59
	JOHNSON & JOHNSON	70,00	70,00

lotto	Ditta	punteggio	punteggio riparametrato
6	ALEA	34,49	34,49
	AORTA	41,09	41,09
	B.BRAUN	57,40	57,40
	CARLO BIANCHI	52,07	52,07
	EUROCLONE	57,40	57,40
	INNOVAMEDICA	34,75	34,75
	JOHNSON & JOHNSON	41,25	41,25
	MEDTRONIC	70,00	70,00

lotto	Ditta	punteggio	punteggio riparametrato
7	B.BRAUN	57,40	57,40
	CARLO BIANCHI	52,07	52,07
	EUROCLONE	57,40	57,40
	INNOVAMEDICA	34,75	34,75
	JOHNSON & JOHNSON	41,25	41,25
	MEDTRONIC	70,00	70,00


lotto	Ditta	punteggio	punteggio riparametrato
19	Innovamedica	37,44	37,44
	Medtronic Italia	70,00	70,00

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale, per complessive n. 24 (ventiquattro) pagine, compresi gli allegati, agli atti della Centrale.

La seduta è tolta alle ore 12,40 circa e aggiornata, salvo imprevisti non preventivabili a priori, per il giorno 10/06/2021 alle ore 9,00 circa.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Dott. Claudio Bianchi

Handwritten signature of Claudio Bianchi in black ink, written over a dotted line.

I Componenti Dott. Solajd Pohja

Handwritten signature of Solajd Pohja in black ink, written over a dotted line.

Dott. Enrico Ciferri

Handwritten signature of Enrico Ciferri in black ink, written over a dotted line.

Il segretario Dott. Maurizio Crovetto

Handwritten signature of Maurizio Crovetto in black ink, written over a dotted line.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SCHEDA VALUTAZIONE CARATTERISTICHE MINIME DI IDONEITA'

LOTTO N. 1

NOME LOTTO	CARATTERISTICHE DA VALUTARE	AORTA	B.BRAUN	CARLO BIANCHI	EUROCLONE	INNOVA MEDICA	JOHNSON & J.
SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA testina staccabile non ribaltabile	<ul style="list-style-type: none">- monouso e sterile- stelo corto: di lunghezza < a 20 cm (tolleranza \pm 2cm)- diametro esterno di almeno 4 differenti misure tra i seguenti riferimenti: 21mm, 25mm, 29mm, 31mm e 33mm (tolleranza per ogni misura \pm 1mm)- testina staccabile non ribaltabile e bisturi incorporato in acciaio chirurgico- doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio/lega di titanio- sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale- codice colore	SI	SI	SI	SI di testina non e V332 (e richiesta non ribaltabile)	SI	SI

SCHEDA VALUTAZIONE CARATTERISTICHE MINIME DI IDONEITA'

LOTTO N. 6



NOME LOTTO	CARATTERISTICHE DA VALUTARE	ALEA	AORTA	B. BRAUN	CARLO BIANCHI	EUROCLONE	INNOVA MEDICA	JOHNSON & J.	MEDITRONIC
SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 55-65 E 75-85 E CARICATORE doppia fila di punti	<p>Sub A e sub B: Sutura lineare retta con lama 55-65 e 75-85 con caricatore compreso</p> <p>- monopaziente e sterile</p> <p>- ricaricabile</p> <p>- lunghezza della linea di sutura: sub A) compresa tra 55,0 mm e 65,0 mm sub B) compresa tra 75,0 mm e 85,0 mm</p> <p>- con altezze diverse del punto chiuso</p> <p>- con punti in doppia fila sfalsata in titanio/lega di titanio</p> <p>- complete di caricatore assemblato con la sutratrice o in confezione separata</p> <p>- lama per anastomosi e transezione (sulla sutratrice o integrata nel caricatore)</p>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

<p>- sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale di cariche già utilizzate</p> <p>- codice colore (blu e verde)</p> <p>- chiusura dello strumento tramite approssimazione parallela</p> <p>Sub C e sub D: Caricatore</p> <p>- monouso e sterile</p> <p>- compatibile con le suturatrici 55-65 (sub C) e con le suturatrici 75-85 (sub D)</p> <p>- con altezze diverse del punto chiuso</p> <p>- con punti in titanio/lega di titanio</p> <p>La sutratrice dovrà essere fornita già munita di relativo caricatore, o precaricata o separata</p>							
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

SCHEDA VALUTAZIONE CARATTERISTICHE MINIME DI IDONEITA'

LOTTO N. 7

NOME LOTTO	CARATTERISTICHE DA VALUTARE	B.BRAUN	CARLO BIANCHI	EURO CLONE	INNOVA MEDICA	JOHNSON & J.	MEDTRONIC
SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 95- 105 E CARICATORE doppia fila di punti	Sub A: Sutura trice lineare retta con lama 95-105 con caricatore compreso						
	- monopaziente e sterile						
	- ricaricabile						
	- lunghezza della linea di sutura compresa tra 95,0 mm e 105,0 mm						
	- con altezze diverse del punto chiuso						
	- con punti in doppia fila sfalsata in titanio/lega di titanio	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	- complete di caricatore assemblato con la sutura trice o in confezione separata						
	- lama per anastomosi e transezione (sulla sutura trice o integrata nel caricatore)						
	- sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale di cariche già utilizzate						
	- codice colore (blu e verde)						
	- chiusura dello strumento tramite approssimazione parallela						

	Sub B: Caricatore - monouso e sterile - compatibile con le suture 95-105 - con altezze diverse del punto chiuso - con punti in titanio/lega di titanio La suturatrice dovrà essere fornita già munita di relativo caricatore, o precaricata o separata					
		SI	SI	SI	SI	SI





re

[illegible]

2

	<ul style="list-style-type: none">- con altezze diverse del punto chiuso per tessuti di vario spessore- codice colore <p>SUB C) Caricatore per sutratrice a carica rinforzata</p> <ul style="list-style-type: none">- monouso e sterile- con varie lunghezze della linea di sutura, compatibile con le suturatrici sub A)- con punti in titanio/lega di titanio- con altezze diverse del punto chiuso per tessuti di vario spessore	<div>OK</div> <div>OK</div> <div>OK</div> <div>OK</div> <div>OK</div> <div>OK</div>	<div>OK</div> <div>OK</div> <div>OK</div> <div>OK</div> <div>OK</div> <div>OK</div>
--	--	---	---

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LOTTO 1 SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA testina staccabile non ribaltabile

Caratteristiche oggetto di valutazione			AORTA		B.BRAUN		CARLO BIANCHI	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO			Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali	
CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO			presenti		presenti		presenti	
Peso complessivo punti /70 così suddiviso:								
1	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	Q1	13	BIANCHI	0,50			
				POHJA	0,50	buona ergonomia, la leva di sicurezza di piccole dimensioni	0,30	0,50
				CIFERRI	0,70		0,30	0,50
				Media coefficienti	0,57		0,30	0,50
				riportata a 1	0,63		0,33	0,56
				Punteggio	8,19		4,33	7,22
2	2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	Q1	13	BIANCHI	0,50	gripping presente ma solo accennato	0,30	0,30
				POHJA	0,50		0,30	0,30
				CIFERRI	0,50		0,30	0,30
				Media coefficienti	0,50		0,30	0,30
				riportata a 1	0,50		0,30	0,30
				Punteggio	6,50		3,90	3,90
3	3) Praticità d'uso. Sistema di verifica chiusura: gradualità di compressione del tessuto	Q1	13	BIANCHI	0,50	buono	0,30	0,70
				POHJA	0,50		0,30	0,70
				CIFERRI	0,70		0,30	0,70
				Media coefficienti	0,57		0,30	0,70
				riportata a 1	0,57		0,30	0,70
				Punteggio	7,37		3,90	9,10
4	4) Praticità d'uso. In fase di azionamento: scorrevolezza	Q1	13	BIANCHI	0,50	rigidità del sistema	0,50	0,70
				POHJA	0,50		0,50	0,70
				CIFERRI	0,50		0,50	0,70
				Media coefficienti	0,50		0,50	0,70
				riportata a 1	0,50		0,50	0,70
				Punteggio	6,50		6,50	9,10
5	5) Verifica dell'esito della sutura (linearietà del taglio e tenuta della sutura)	Q1	13	BIANCHI	0,30	irregolarità nella sutura in tutte e tre le prove effettuate	0,70	0,70
				POHJA	0,30		0,70	0,50
				CIFERRI	0,00		0,70	0,50
				Media coefficienti	0,20		0,70	0,57
				riportata a 1	0,20		0,70	0,57
				Punteggio	2,60		9,10	7,37





6	6) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	Q1	5	BIANCHI	0,50	misura indicata sulla conf ma molto piccola	0,30	identificazione solo su un lato corto della conf	0,50	misura indicata sulla conf ma molto piccola
				POHLA	0,50		0,30		0,50	
				CIFERRI	0,50		0,30		0,50	
				Media coefficienti	0,50		0,30		0,50	
				riportata a 1	0,50		0,30		0,50	
				Punteggio	2,50		1,50		2,50	
	Totale punteggio di qualità		70,000		33,65		29,23		39,19	
	Totale punteggio di qualità		70,000		33,65		29,23		39,19	
	Totale punteggio di qualità		70,000		33,65		29,23		39,19	

[Handwritten signatures and initials]

EUROCLONE	INNOVAMEDICA		JOHNSON & JOHNSON		
	Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		
	presenti		presenti		
	0,50		1,00	eccellente	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)
	0,30	scarsa qualità del materiale	1,00	eccellente	
	0,50		0,70	mancaanza di alette sulla chiusura	
	0,43		0,90		2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)
	0,48		1,00		
	6,26		13,00		
	0,30		1,00		3) Praticità d'uso. Sistema di verifica chiusura: gradualità di compressione del tessuto
	0,30	mancaanza di gripping	1,00	eccellente	
	0,30		1,00		
	0,30		1,00		4) Praticità d'uso. In fase di azionamento: scorrevolezza
	0,30		1,00		
	3,90		13,00		
	0,70	ottimo	1,00		5) Verifica dell'esito della sutura (linearietà del taglio e tenuta della sutura)
	0,70	ottimo	1,00	eccellente	
	0,50	buono	1,00		
	0,63		1,00		
	0,63		1,00		
	8,23		13,00		
	0,70		1,00		
	0,70	ottimo	1,00		
	0,70		1,00		
	0,70		1,00		
	9,10		13,00		
	0,30		1,00		
	0,30	irregolarità nella sutura in tutte e tre le prove effettuate	1,00	eccellente	
	0,00		1,00		
	0,20		1,00		
	0,20		1,00		
	2,60		13,00		

0,50	misura indicata sulla confezione molto piccola	1,00	eccellente. Labelling corretto su tutti i lati	6) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti- caduta accidentale.
0,50		1,00		
0,50		1,00		
0,50		1,00		
0,50		1,00		
2,50		5,00		
32,59		70,00		Totale punteggio di qualità
32,59		70,00		Totale punteggio di qualità riparametrato





LOTTO 6 SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 55-65 E 75-85 E									
CARICATORE doppia fila di punti									
Caratteristiche oggetto di valutazione				ALEA		AORTA		B.BRAUN	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti /70	presenti		presenti		presenti	
			così suddiviso						
1	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	Q1	10	BIANCHI 0,30 POHJA 0,30 CIFERRI 0,30 Media coefficienti riportata a 1 Punteggio 3,00	Non ha la possibilità di utilizzo per i manconi	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5,00	Non ha la possibilità di utilizzo per i manconi. Buona adattabilità	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 7,00	ottimo
2	2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	Q1	10	BIANCHI 0,30 POHJA 0,30 CIFERRI 0,30 Media coefficienti riportata a 1 Punteggio 3,00	manca di gripping. Mancanza dell'aggancio delle due branche	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 3,00	Mancanza dell'aggancio delle due branche	0,70 0,70 1,00 0,80 0,80 8,00	ottimo gripping
3	3) Sicurezza (sistemi che evitano l'azionamento non corretto e/o non voluto del dispositivo)	Q1	10	BIANCHI 0,30 POHJA 0,30 CIFERRI 0,30 Media coefficienti riportata a 1 Punteggio 4,29	manca un sistema che impedisca l'azionamento accidentale	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 3,00	manca un sistema che impedisca l'azionamento accidentale	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 10,00	il sistema non impedisce l'azionamento accidentale, ma segnala se la ricarica è già utilizzata impedendo la chiusura dello strumento
4	4) Praticità d'uso: sistema di verifica chiusura (uniformità e parallelismo delle ganasce)	Q1	9	Media coefficienti riportata a 1 Punteggio 2,70	manca l'aggancio posteriore, questo rende difficile l'uniformità e il parallelismo delle ganasce	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 3,00	manca l'aggancio posteriore, questo rende difficile l'uniformità e il parallelismo delle ganasce	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 6,30	ottima praticità
5	5) Praticità d'uso: in fase di azionamento (scorrevolezza);	Q1	8	BIANCHI 0,50 POHJA 0,50 CIFERRI 0,50 Media coefficienti riportata a 1 Punteggio 4,00	sistema piuttosto rigido	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 5,60	ottimo	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 5,60	ottimo

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

6	6) Praticità d'uso: inserimento caricatore	Q1	8	<table><tr><td>BIANCHI</td><td>1,00</td><td rowspan="4">eccellente</td><td>1,00</td><td rowspan="4">eccellente</td><td>1,00</td><td rowspan="4">eccellente</td></tr><tr><td>POHLA</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>CIFERRI</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Media coefficienti</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>riportata a 1</td><td>1,00</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td>Punteggio</td><td>8,00</td><td></td><td>8,00</td><td></td><td>8,00</td><td></td></tr></table>	BIANCHI	1,00	eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente	POHLA	1,00	1,00	1,00	CIFERRI	1,00	1,00	1,00	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	riportata a 1	1,00		1,00		1,00		Punteggio	8,00		8,00		8,00					
BIANCHI	1,00	eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente																																			
POHLA	1,00		1,00		1,00																																				
CIFERRI	1,00		1,00		1,00																																				
Media coefficienti	1,00		1,00		1,00																																				
riportata a 1	1,00		1,00		1,00																																				
Punteggio	8,00		8,00		8,00																																				
7	7) Verifica dell'esito della sutura (linearità del taglio e tenuta della sutura)	Q1	10	<table><tr><td>BIANCHI</td><td>0,70</td><td rowspan="4">ottimo</td><td>1,00</td><td rowspan="4">eccellente</td><td>1,00</td><td rowspan="4">eccellente</td></tr><tr><td>POHLA</td><td>0,70</td><td>ottimo</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>CIFERRI</td><td>1,00</td><td>eccellente</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Media coefficienti</td><td>0,80</td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>riportata a 1</td><td>0,80</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td>Punteggio</td><td>8,00</td><td></td><td>10,00</td><td></td><td>10,00</td><td></td></tr></table>	BIANCHI	0,70	ottimo	1,00	eccellente	1,00	eccellente	POHLA	0,70	ottimo	1,00	1,00	CIFERRI	1,00	eccellente	1,00	1,00	Media coefficienti	0,80		1,00	1,00	riportata a 1	0,80		1,00		1,00		Punteggio	8,00		10,00		10,00		
BIANCHI	0,70	ottimo	1,00	eccellente	1,00	eccellente																																			
POHLA	0,70		ottimo		1,00			1,00																																	
CIFERRI	1,00		eccellente		1,00			1,00																																	
Media coefficienti	0,80				1,00		1,00																																		
riportata a 1	0,80		1,00		1,00																																				
Punteggio	8,00		10,00		10,00																																				
8	8) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	Q1	5	<table><tr><td>BIANCHI</td><td>0,30</td><td rowspan="4">Manca la misura della sutura/ricca. Di non immediata identificazione</td><td>0,50</td><td rowspan="4">Di non immediata identificazione</td><td>0,50</td><td rowspan="4">Di non immediata identificazione</td></tr><tr><td>POHLA</td><td>0,30</td><td>0,50</td><td>0,50</td></tr><tr><td>CIFERRI</td><td>0,30</td><td>0,50</td><td>0,50</td></tr><tr><td>Media coefficienti</td><td>0,30</td><td>0,50</td><td>0,50</td></tr><tr><td>riportata a 1</td><td>0,30</td><td></td><td>0,50</td><td></td><td>0,50</td><td></td></tr><tr><td>Punteggio</td><td>1,50</td><td></td><td>2,50</td><td></td><td>2,50</td><td></td></tr></table>	BIANCHI	0,30	Manca la misura della sutura/ricca. Di non immediata identificazione	0,50	Di non immediata identificazione	0,50	Di non immediata identificazione	POHLA	0,30	0,50	0,50	CIFERRI	0,30	0,50	0,50	Media coefficienti	0,30	0,50	0,50	riportata a 1	0,30		0,50		0,50		Punteggio	1,50		2,50		2,50					
BIANCHI	0,30	Manca la misura della sutura/ricca. Di non immediata identificazione	0,50	Di non immediata identificazione	0,50	Di non immediata identificazione																																			
POHLA	0,30		0,50		0,50																																				
CIFERRI	0,30		0,50		0,50																																				
Media coefficienti	0,30		0,50		0,50																																				
riportata a 1	0,30		0,50		0,50																																				
Punteggio	1,50		2,50		2,50																																				
Totale punteggio di qualità			70,000		34,49		41,09		57,40																																
Totale punteggio di qualità riparametrato			70,000		34,49		41,09		57,40																																

CARLO BIANCHI		EUROCLONE		INNOVA MEDICA		JOHNSON & JOHNSON		MEDTRONIC	
Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali	
presenti		presenti		presenti		presenti		presenti	
0,50		0,70		0,30		0,30		1,00	
0,50	impugnatura in plastica, non in gomma	0,70	ottimo	0,30	Non ha la possibilità di utilizzo per i manichi	0,30	Non ha la possibilità di utilizzo per i manichi	1,00	eccellente
0,50		0,70		0,30		0,30		1,00	
0,50		0,70		0,30		0,30		1,00	
0,50		0,70		0,30		0,30		1,00	
5,00		7,00		3,00		3,00		10,00	
0,50		0,50	un po' scivoloso	0,30		0,50		1,00	
0,50	gripping presente ma limitato	0,70	gripping presente	0,30	manca di gripping. Mancanza dell'aggancio delle due branche	0,30	manca di gripping. Mancanza dell'aggancio delle due branche	1,00	eccellente
0,50		1,00	eccellente	0,30		0,30		1,00	
0,50		0,73		0,30		0,37		1,00	
0,50		0,73		0,30		0,37		1,00	
5,00		7,33		3,00		3,67		10,00	
0,70	il sistema non impedisce l'azionamento accidentale, ma segnala se la ricarica è già utilizzata impedendo la chiusura dello strumento	0,70	il sistema non impedisce l'azionamento accidentale, ma segnala se la ricarica è già utilizzata impedendo la chiusura dello strumento	0,30	manca un sistema che impedisca l'azionamento accidentale	0,30	manca un sistema che impedisca l'azionamento accidentale	0,70	il sistema non impedisce l'azionamento accidentale, ma segnala se la ricarica è già utilizzata impedendo la chiusura dello strumento
0,70		0,70		0,30		0,30		0,70	
1,00		1,00		0,43		0,43		1,00	
10,00		10,00		4,29		4,29		10,00	
0,70		0,70		0,30	manca l'aggancio posteriore, questo rende difficile l'uniformità e il parallelismo delle ganasce	0,30	manca l'aggancio posteriore, questo rende difficile l'uniformità e il parallelismo delle ganasce	1,00	eccellente
0,70	ottima praticità	0,70	ottima praticità	0,30		0,30		1,00	
0,70		0,70		0,30		0,30		1,00	
0,70		0,70		0,30		0,30		1,00	
6,30		6,30		2,70		2,70		9,00	
0,70		0,70		0,30		0,70		1,00	
0,70	ottimo	0,70	ottimo	0,30	sistema rigido	0,70	ottimo	1,00	
0,70		0,70		0,50		0,70		1,00	
0,70		0,70		0,37		0,70		1,00	
0,70		0,70		0,37		0,70		1,00	
5,60		5,60		2,93		5,60		8,00	
<p>1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)</p> <p>2) Manegevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)</p> <p>3) Sicurezza (sistemi che evitano l'azionamento non corretto e/o non voluto del dispositivo)</p> <p>4) Praticità d'uso: sistema di verifica chiusura (uniformità e parallelismo delle ganasce)</p> <p>5) Praticità d'uso: in fase di azionamento (scorrevolezza);</p>									





1,00	eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente	eccellente	6) Praticità d'uso: inserimento caricatore
1,00		1,00		1,00		1,00			
1,00		1,00		1,00		1,00			
1,00	eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente	eccellente	7) Verifica dell'esito della sutura (linearietà del taglio e tenuta della sutura)
1,00		1,00		1,00		1,00			
1,00		1,00		1,00		1,00			
8,00	eccellente	8,00	eccellente	8,00	eccellente	8,00	eccellente	eccellente	8) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.
1,00		1,00		1,00		1,00			
1,00		1,00		1,00		1,00			
1,00	eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente	eccellente	Totale punteggio di qualità
1,00		1,00		1,00		1,00			
1,00		1,00		1,00		1,00			
1,00	eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente	eccellente	Totale punteggio di qualità
1,00		1,00		1,00		1,00			
1,00		1,00		1,00		1,00			
10,00	eccellente	10,00	eccellente	10,00	eccellente	10,00	eccellente	eccellente	Totale punteggio di qualità
0,50		0,70		0,50		0,70			
0,30		0,50		0,50		0,70			
0,50	eccellente	0,70	eccellente	0,50	eccellente	1,00	eccellente	eccellente	Totale punteggio di qualità
0,43		0,63		0,50		0,80			
0,43		0,63		0,50		1,00			
0,43	eccellente	0,63	eccellente	0,50	eccellente	1,00	eccellente	eccellente	Totale punteggio di qualità
0,43		0,63		0,50		1,00			
0,43		0,63		0,50		1,00			
2,17	eccellente	3,17	eccellente	2,50	eccellente	4,00	eccellente	eccellente	Totale punteggio di qualità
2,17		3,17		2,50		4,00			
2,17		3,17		2,50		4,00			
52,07	eccellente	57,40	eccellente	34,75	eccellente	41,25	eccellente	eccellente	Totale punteggio di qualità
52,07		57,40		34,75		41,25			
52,07		57,40		34,75		41,25			
52,07	eccellente	57,40	eccellente	34,75	eccellente	41,25	eccellente	eccellente	Totale punteggio di qualità
52,07		57,40		34,75		41,25			
52,07		57,40		34,75		41,25			

LOTTO 7 SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 95-105 E CARICATORE doppia fila di punti					B. BRAUN		CARLO BIANCHI	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni individuali		Valutazioni individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti	
1	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	Q1	10	BIANCHI PO-HJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 7,00	ottimo	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5,00	impugnatura in plastica, non in gomma
2	2) Manegevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	Q1	10	BIANCHI PO-HJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,70 0,70 1,00 0,80 0,80 8,00	ottimo gripping	0,50 0,50 0,50 0,50 5,00	gripping presente ma limitato
3	3) Sicurezza (sistemi che evitino l'azionamento non corretto e/o non voluto del dispositivo)	Q1	10	BIANCHI PO-HJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 10,00	il sistema non impedisce l'azionamento accidentale, ma segnala se la ricarica è già utilizzata impedendo la chiusura dello strumento	0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 10,00	il sistema non impedisce l'azionamento accidentale, ma segnala se la ricarica è già utilizzata impedendo la chiusura dello strumento
4	4) Praticità d'uso: sistema di verifica chiusura (uniformità e parallelismo delle ganasce)	Q1	9	BIANCHI PO-HJA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 6,30	ottima praticità	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 6,30	ottima praticità

5	5) Praticità d'uso: in fase di azionamento (scorrevolezza);	Q1	8	BIANCHI	0,70	ottimo	0,70	ottimo
				POHJA	0,70		0,70	
				CIFERRI	0,70		0,70	
				Media coefficienti	0,70		0,70	
				riportata a 1	0,70		0,70	
6	6) Praticità d'uso: inserimento caricatore	Q1	8	Punteggio	5,60	eccellente	5,60	eccellente
				BIANCHI	1,00		1,00	
				POHJA	1,00		1,00	
				CIFERRI	1,00		1,00	
				Media coefficienti	1,00		1,00	
7	7) Verifica dell'esito della sutura (linearietà del taglio e tenuta della sutura)	Q1	10	riportata a 1	1,00	eccellente	1,00	eccellente
				Punteggio	8,00		8,00	
				BIANCHI	1,00		1,00	
				POHJA	1,00		1,00	
				CIFERRI	1,00		1,00	
8	8) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	Q1	5	Media coefficienti	0,50	Di non immediata identificazione	0,43	Di non immediata identificazione
				riportata a 1	0,50		0,43	
				Punteggio	2,50		2,17	
				BIANCHI	0,50		0,50	
				POHJA	0,50		0,30	
Totale punteggio di qualità			70,000		57,40		52,07	
Totale punteggio di qualità riparametrato			70,000		57,40		52,07	

[Handwritten signatures and initials]

EUROCLONE		INNOVAMEDICA		JOHNSON & JOHNSON		MEDTRONIC	
Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali	
presenti		presenti		presenti		presenti	
0,70	ottimo	0,30	Non ha la possibilità di utilizzo per i manici	0,30	Non ha la possibilità di utilizzo per i manici	1,00	eccellente
0,70		0,30		0,30		1,00	
0,70		0,30		0,30		1,00	
0,70		0,30		0,30		1,00	
0,70		0,30		0,30		1,00	
7,00		3,00		3,00		10,00	
0,50	un po' scivoloso	0,30	mancanza di gripping. Mancanza dell'aggancio delle due branche	0,50	mancanza di gripping. Mancanza dell'aggancio delle due branche	1,00	eccellente
0,70	gripping presente	0,30		0,30		1,00	
1,00	eccellente	0,30		0,30		1,00	
0,73		0,30		0,37		1,00	
0,73		0,30		0,37		1,00	
7,33		3,00		3,67		10,00	
0,70	il sistema non impedisce l'azionamento accidentale, ma segnala se la ricarica è già utilizzata impedendo la chiusura dello strumento	0,30	mancanza un sistema che impedisca l'azionamento accidentale	0,30	mancanza un sistema che impedisca l'azionamento accidentale	0,70	il sistema non impedisce l'azionamento accidentale, ma segnala se la ricarica è già utilizzata impedendo la chiusura dello strumento
0,70		0,30		0,30		0,70	
0,70		0,30		0,30		0,70	
1,00		0,43		0,43		1,00	
10,00		4,29		4,29		10,00	
0,70	ottima praticità	0,30	mancanza l'aggancio posteriore, questo rende difficile l'uniformità e il parallelismo delle ganasce	0,30	mancanza l'aggancio posteriore, questo rende difficile l'uniformità e il parallelismo delle ganasce	1,00	eccellente
0,70		0,30		0,30		1,00	
0,70		0,30		0,30		1,00	
0,70		0,30		0,30		1,00	
0,70		0,30		0,30		1,00	
6,30		2,70		2,70		9,00	

1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)

2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)

3) Sicurezza (sistemi che evitano l'azionamento non corretto e/o non voluto del dispositivo)

4) Praticità d'uso: sistema di verifica chiusura (uniformità e parallelismo delle ganasce)

0,70	ottimo	0,30	sistema rigido	0,70	ottimo	1,00	eccellente	5) Praticità d'uso: in fase di azionamento (scorrevolezza);
0,70		0,30		0,70		1,00		
0,70		0,50		0,70		1,00		
0,70		0,37		0,70		1,00		
0,70	eccellente	0,37	eccellente	0,70	eccellente	1,00	eccellente	6) Praticità d'uso: inserimento caricatore
5,60		2,93		5,60		8,00		
1,00		1,00		1,00		1,00		
1,00		1,00		1,00		1,00		
1,00	eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente	1,00	eccellente	7) Verifica dell'esito della sutura (linearietà del taglio e tenuta della sutura)
1,00		1,00		1,00		1,00		
1,00		1,00		1,00		1,00		
1,00		1,00		1,00		1,00		
8,00	eccellente	8,00	sutura irregolare	8,00	eccellente	8,00	eccellente	8) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.
1,00		0,50		1,00		1,00		
1,00		1,00		1,00		1,00		
1,00		1,00		1,00		1,00		
1,00	eccellente	0,83	Di non immediata identificazione	1,00	ottima identificazione	1,00	eccellente identificazione	Totale punteggio di qualità
1,00		0,83		1,00		1,00		
10,00		8,33		10,00		10,00		
0,70		0,50		0,70		1,00		
0,50	su etichetta applicata	0,50	Di non immediata identificazione	0,70	ottima identificazione	1,00	eccellente identificazione	Totale punteggio di qualità
0,70		0,50		1,00		1,00		
0,63		0,50		0,80		1,00		
3,17		2,50		4,00		5,00		
57,40		34,75		41,25		70,00		Totale punteggio di qualità
57,40		34,75		41,25		70,00		Totale punteggio di qualità
57,40		34,75		41,25		70,00		Totale punteggio di qualità

**LOTTO 19 SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI PER CHIRURGIA
LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA MANIPOLI INDIPENDENTE E
CARICATORE SEPARATO CON LAMA**

LOTTO 19 SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA MANIPOLO INDIPENDENTE E CARICATORE SEPARATO CON LAMA								
Caratteristiche oggetto di valutazione				Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO			CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso				
1	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	Q1	5	BIANCHI POHLA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,50	manipolo senza antiscivolo	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00	eccellente
2	2) gamma dei caricatori (ottenuta dalla somma di tutte le possibili combinazioni di lunghezze e tipologie disponibili indicate in offerta)	Q3*	6		6,00 0,26		32,00 6,00	4,8 MIN - 20%
3	3) Manegevolezza (facilità di introduzione e movimentazione, rotazione e articolazione)	Q1	8	BIANCHI POHLA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 2,40	meccanismo di articolazione non intuitivo	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00	eccellente
4	4) facilità di inserimento e sostituzione del caricatore	Q1	8	BIANCHI POHLA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 2,40	pulsante unload sullo stelo e di piccole dimensioni	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00	eccellente
5	5) facilità di introduzione e scorrimento e qualità di chiusura delle branche	Q1	7	BIANCHI POHLA CIFERRI Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,70 0,70 0,70 0,70 0,84 5,88	ottimo	1,00 1,00 0,50 0,83 1,00 7,00	eccellente eccellente difficoltosa chiusura tessuti spessi

4,8
MIN -
20%

6	6) facilità di attivazione del meccanismo di sutura e sezione	Q1	7	<table><tr><td>BIANCHI</td><td>0,50</td><td rowspan="4">impugnatura scivolosa non facilita il sistema di sutura</td><td>1,00</td><td rowspan="4">eccellente</td></tr><tr><td>POHLA</td><td>0,50</td><td>1,00</td></tr><tr><td>CIFERRI</td><td>0,50</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Media coefficienti</td><td>0,50</td><td>1,00</td></tr><tr><td>riportata a 1</td><td>0,50</td><td></td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td>Punteggio</td><td>3,50</td><td></td><td>7,00</td><td></td></tr></table>	BIANCHI	0,50	impugnatura scivolosa non facilita il sistema di sutura	1,00	eccellente	POHLA	0,50	1,00	CIFERRI	0,50	1,00	Media coefficienti	0,50	1,00	riportata a 1	0,50		1,00		Punteggio	3,50		7,00	
BIANCHI	0,50	impugnatura scivolosa non facilita il sistema di sutura	1,00	eccellente																								
POHLA	0,50		1,00																									
CIFERRI	0,50		1,00																									
Media coefficienti	0,50		1,00																									
riportata a 1	0,50		1,00																									
Punteggio	3,50		7,00																									
7	7) facilità di apertura ed estrazione e dimensioni ridotte degli orifizi di introduzione	Q1	8	<table><tr><td>BIANCHI</td><td>1,00</td><td rowspan="4">eccellente</td><td>1,00</td><td rowspan="4">eccellente</td></tr><tr><td>POHLA</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>CIFERRI</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Media coefficienti</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>riportata a 1</td><td>1,00</td><td></td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td>Punteggio</td><td>8,00</td><td></td><td>8,00</td><td></td></tr></table>	BIANCHI	1,00	eccellente	1,00	eccellente	POHLA	1,00	1,00	CIFERRI	1,00	1,00	Media coefficienti	1,00	1,00	riportata a 1	1,00		1,00		Punteggio	8,00		8,00	
BIANCHI	1,00	eccellente	1,00	eccellente																								
POHLA	1,00		1,00																									
CIFERRI	1,00		1,00																									
Media coefficienti	1,00		1,00																									
riportata a 1	1,00		1,00																									
Punteggio	8,00		8,00																									
8	8) corretto allineamento (punti equidistanti) e la regolarità nella chiusura dei punti (corretta chiusura delle agrafts)	Q1	8	<table><tr><td>BIANCHI</td><td>0,50</td><td rowspan="4">mancato allineamento delle rime di chiusura</td><td>1,00</td><td rowspan="4">eccellente</td></tr><tr><td>POHLA</td><td>0,50</td><td>1,00</td></tr><tr><td>CIFERRI</td><td>0,50</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Media coefficienti</td><td>0,50</td><td>1,00</td></tr><tr><td>riportata a 1</td><td>0,50</td><td></td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td>Punteggio</td><td>4,00</td><td></td><td>8,00</td><td></td></tr></table>	BIANCHI	0,50	mancato allineamento delle rime di chiusura	1,00	eccellente	POHLA	0,50	1,00	CIFERRI	0,50	1,00	Media coefficienti	0,50	1,00	riportata a 1	0,50		1,00		Punteggio	4,00		8,00	
BIANCHI	0,50	mancato allineamento delle rime di chiusura	1,00	eccellente																								
POHLA	0,50		1,00																									
CIFERRI	0,50		1,00																									
Media coefficienti	0,50		1,00																									
riportata a 1	0,50		1,00																									
Punteggio	4,00		8,00																									
9	9) qualità del taglio intesa come integrità della linea di sezione.	Q1	8	<table><tr><td>BIANCHI</td><td>1,00</td><td rowspan="4">eccellente</td><td>1,00</td><td rowspan="4">eccellente</td></tr><tr><td>POHLA</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>CIFERRI</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Media coefficienti</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>riportata a 1</td><td>1,00</td><td></td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td>Punteggio</td><td>8,00</td><td></td><td>8,00</td><td></td></tr></table>	BIANCHI	1,00	eccellente	1,00	eccellente	POHLA	1,00	1,00	CIFERRI	1,00	1,00	Media coefficienti	1,00	1,00	riportata a 1	1,00		1,00		Punteggio	8,00		8,00	
BIANCHI	1,00	eccellente	1,00	eccellente																								
POHLA	1,00		1,00																									
CIFERRI	1,00		1,00																									
Media coefficienti	1,00		1,00																									
riportata a 1	1,00		1,00																									
Punteggio	8,00		8,00																									
10	10) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	Q1	5	<table><tr><td>BIANCHI</td><td>0,30</td><td rowspan="4">l'apertura del confezionamento primario presenta lo stelo e non il manipolo</td><td>1,00</td><td rowspan="4">eccellente</td></tr><tr><td>POHLA</td><td>0,30</td><td>1,00</td></tr><tr><td>CIFERRI</td><td>0,30</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Media coefficienti</td><td>0,30</td><td>1,00</td></tr><tr><td>riportata a 1</td><td>0,30</td><td></td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td>Punteggio</td><td>1,50</td><td></td><td>5,00</td><td></td></tr></table>	BIANCHI	0,30	l'apertura del confezionamento primario presenta lo stelo e non il manipolo	1,00	eccellente	POHLA	0,30	1,00	CIFERRI	0,30	1,00	Media coefficienti	0,30	1,00	riportata a 1	0,30		1,00		Punteggio	1,50		5,00	
BIANCHI	0,30	l'apertura del confezionamento primario presenta lo stelo e non il manipolo	1,00	eccellente																								
POHLA	0,30		1,00																									
CIFERRI	0,30		1,00																									
Media coefficienti	0,30		1,00																									
riportata a 1	0,30		1,00																									
Punteggio	1,50		5,00																									
Totale punteggio di qualità				70,00	37,44	70,00																						
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,00	37,44	70,00																						