

SEZIONE A

CAPITOLATO TECNICO

PROTESI D'ANCA

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI

A. Requisiti minimi e indispensabili, pena esclusione

1. Distintamente per ciascun lotto, i requisiti tecnici, minimi ed indispensabili, sono descritti dettagliatamente nell'allegato prospetto di individuazione dei lotti.
2. Tutti i prodotti devono possedere il codice CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi).
3. Tutti i prodotti devono essere conformi alla Direttiva 93/42 CE concernente i dispositivi medici, recepita con D. Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e successive integrazioni e/o modifiche ed essere conformi alla normativa vigente con particolare riferimento alla F.U.I. in vigore.
4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta i prodotti offerti dovranno essere vendibili al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e, pertanto essere in possesso di tutte le autorizzazioni, certificazioni e numero di repertorio di legge.

B. Confezionamento

1. Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana e conformi alla Direttiva CE sopra riportata.
2. Tutti i prodotti devono essere confezionati in idonei imballaggi che garantiscano un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

In particolare sono richiesti tre tipi di imballaggio:

- ✓ un primo imballaggio per il trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda;
- ✓ un secondo imballaggio, diverso da quello precedente, idoneo allo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. Esso dovrà garantire agli operatori un facile prelievo dell'articolo ed il controllo sulla quantità residua. L'imballo per l'uso in ambiente asettico deve essere tale da garantire la protezione del contenuto dall'umidità e dalla polvere, evitando in siffatta maniera qualsiasi tipo di contaminazione;
- ✓ la confezione del singolo prodotto, costituita da materiale conforme a quanto richiesto dalla Farmacopea Europea. La confezione deve permettere un'apertura facile e sicura al fine di non contaminare il contenuto. Le dimensioni dovranno essere adeguate al contenuto.

3. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne.

In particolare sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- ✓ la descrizione del prodotto comprensiva del nome;
- ✓ il numero di codice del prodotto;
- ✓ il nome del produttore;
- ✓ il metodo di sterilizzazione;
- ✓ il lotto di sterilizzazione;
- ✓ la data di scadenza della sterilità e/o la durata;
- ✓ la dicitura chiara "sterile";
- ✓ la dicitura chiara "monouso";
- ✓ marchio CE con numero identificativo dell'organismo notificato.

c. Sterilizzazione: sistemi e metodologie conformi alle normative vigenti, nazionali e comunitarie

INDICE PROTESI D'ANCA

ENDOPROTESI:

Lotti 1 - 2	Pagina	4
Lotto 3	Pagina	7

PROTESI TOTALE D'ANCA:

Stelo cementato retto Lotto 4	Pagina	10
Stelo cementato anatomico Lotti 5	Pagina	10
Cotili cementati Lotti 6 - 7	Pagina	13

PROTESI TOTALE D'ANCA:

<i>steli anca non cementati</i>		
Steli retti non cementati a press-fit Lotti 8 - 9 - 10 - 11 - 12	Pagina	16 - 17
Steli corti non cementati Lotti 13 - 14	Pagina	20
Stelo anca non cementato per displasia Lotto 15	Pagina	23

PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE:

<i>steli anca da revisione</i>		
Stelo revisione monoblocco non cementato pfit diafisario Lotto 16	Pagina	26
Stelo revisione monoblocco non cementato pfit metadiafisario Lotto 17	Pagina	26
<i>Cotili anca da revisione</i>		
Cotili da revisione emisferico non cementato Lotto 18	Pagina	29
Anello di sostegno Lotto 19	Pagina	31
Griglie di sostegno Lotti 20	Pagina	33

ENDOPROTESI

LOTTO 1
Stelo cementato + testa unipolare

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo cementato per pazienti con bassa richiesta funzionale	P090804010101	€ 180,00
sub B	Testa unipolare	P090804050102	€ 150,00

LOTTO 2
Stelo cementato + testa biarticolare

	Descrizione	CND	Base d'asta Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo cementato per pazienti con bassa richiesta funzionale	P090804010101	€ 180,00
sub B	Testa in metallo	P090804050202	€ 100,00
sub C	Cupola biarticolare	P0908040503	€ 115,00

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

LOTTI 1 - 2

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA (Riservata alla Commissione giudicatrice)

max 60 punti

CRITERI VALUTATIVI

Tipologia di confezionamento	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rigido ➤ Morbido, deformabile 	punti 2 punti 0	Q5

Possibilità di apertura della confezione	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Massima facilità ➤ Limitata facilità 	punti 2 punti 0	Q5

Stelo femorale	Range punti 0-15	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Gamma delle taglie	Punti 7	Q3(*)
➤ Tipologia del materiale	Punti 8	Q2

testa femorale	Range punti 0-15	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Tipologia di materiale	Punti 5	Q2
➤ Gamma delle lunghezze	Punti 5	Q3(*)
➤ Gamma diametri	Punti 5	Q3(*)

Strumentario	Range punti 0-20	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Affidabilità e precisione nell'identificazione dei componenti	Punti 5	Q2
➤ Container (facilità di apertura)	Punti 5	Q2
➤ Facilità di pulizia e sterilizzazione	Punti 5	Q2
➤ Possibilità di effettuare impianti con navigazione computerizzata	Punti 5	Q2

Assistenza post-vendita	Range punti 0-6	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Caratteristiche del servizio post-vendita e del progetto di curva di apprendimento e aggiornamento (la valutazione verrà effettuata sulla base di apposita relazione/progetto da inserire nella documentazione tecnica)	Punti 6	Q2

LOTTO 3

Stelo doppia mobilità

	Descrizione	CND	Base d'asta Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo cementato per pazienti con bassa richiesta funzionale	P090804010101	€ 170,00
sub B	Stelo non cementato per pazienti con bassa richiesta funzionale	P090804010201	€ 400,00
sub C	Testa in metallo	P090804050202	€ 120,00
sub D	Cotile doppia mobilità cementato	P090803010102	€ 70,00
sub E	Cotile doppia mobilità non cementato	P090803010201	€ 600,00

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

LOTTO 3

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione giudicatrice)

max 60 punti

CRITERI VALUTATIVI

Tipologia di confezionamento	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rigido ➤ Morbido, deformabile 	punti 2 punti 0	Q5

Possibilità di apertura della confezione	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Massima facilità ➤ Limitata facilità 	punti 2 punti 0	Q5

Stelo femorale	Range punti 0-10	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Gamma delle taglie	Punti 4	Q3(*)
➤ Tipologia del materiale di rivestimento (tipo macrostruttura plasma spray etc.)	Punti 6	Q2

testa femorale	Range punti 0-10	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Tipologia di materiale	Punti 5	Q2
➤ Gamma delle lunghezze	Punti 2,5	Q3(*)
➤ Gamma diametri	Punti 2,5	Q3(*)

www.alisa.liguria.it

Cotile	Range punti 0-10	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Tipologia di materiale	Punti 4	Q2
➤ Gamma diametri	Punti 2	Q3(*)
➤ Direzione dei fori - quantità dei fori - alloggiamento della vita all'interno del foro	Punti 4	Q2

Strumentario	Range punti 0-20	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Affidabilità e precisione nell'identificazione dei componenti	Punti 5	Q2
➤ Container (facilità di apertura)	Punti 5	Q2
➤ Facilità di pulizia e sterilizzazione	Punti 5	Q2
➤ Possibilità di effettuare impianti con navigazione computerizzata	Punti 5	Q2

Assistenza post-vendita	Range punti 0-6	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Caratteristiche del servizio post-vendita e del progetto di curva di apprendimento e aggiornamento (la valutazione verrà effettuata sulla base di apposita relazione/progetto da inserire nella documentazione tecnica)	Punti 6	Q2

LOTTO 4
Stelo cementato retto

	Descrizione	CND	Base d'asta Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo retto lucido e/o macrostrutture	P090804010101	€ 220,00
sub B	Testa in metallo	P090804050202	€ 120,00
sub C	Testa in ceramica	P090804050201	€ 266,40

LOTTO 5
Stelo cementato anatomico

	Descrizione	CND	Base d'asta Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo retto lucido e/o macrostrutture	P090804010102	€ 334,00
sub B	Testa in metallo	P090804050202	€ 120,00
sub C	Testa in ceramica	P090804050201	€ 266,40

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

LOTTI 4 - 5

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA (Riservata alla Commissione giudicatrice)

max 60 punti

CRITERI VALUTATIVI

Tipologia di confezionamento	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rigido ➤ Morbido, deformabile 	punti 2 punti 0	Q5

Possibilità di apertura della confezione	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Massima facilità ➤ Limitata facilità 	punti 2 punti 0	Q5

Stelo femorale	Range punti 0-15	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Gamma delle taglie	Punti 7	Q3(*)
➤ Tipologia del materiale di rivestimento (tipo macrostruttura plasma spray etc.)	Punti 8	Q2

testa femorale	Range punti 0-15	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Tipologia di materiale	Punti 5	Q2
➤ Gamma delle lunghezze	Punti 5	Q3(*)
➤ Gamma diametri	Punti 5	Q3(*)

A. Li. Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

www.alisa.liguria.it

Strumentario	Range punti 0-20	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Affidabilità e precisione nell'identificazione dei componenti	Punti 5	Q2
➤ Container (facilità di apertura)	Punti 5	Q2
➤ Facilità di pulizia e sterilizzazione	Punti 5	Q2
➤ Possibilità di effettuare impianti con navigazione computerizzata	Punti 5	Q2

Assistenza post-vendita	Range punti 0-6	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Caratteristiche del servizio post-vendita e del progetto di curva di apprendimento e aggiornamento (la valutazione verrà effettuata sulla base di apposita relazione/progetto da inserire nella documentazione tecnica)	Punti 6	Q2

COTILI CEMENTATI

LOTTO 6 Cotile cementato polietilene

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
A	Cotile cementato polietilene	P090803010102	€ 70,00

LOTTO 7 Cotile cementato polietilene ritentivo

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
A	Cotile cementato in polietilene ritentivo	P090803010102	€ 70,00

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

LOTTI 6 - 7

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione giudicatrice)

max 60 punti

CRITERI VALUTATIVI

Tipologia di confezionamento	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rigido ➤ Morbido, deformabile 	punti 2 punti 0	Q5

Possibilità di apertura della confezione	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Massima facilità ➤ Limitata facilità 	punti 2 punti 0	Q5

Cotile	Range punti 0-30	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Gamma delle taglie	Punti 10	Q3(*)
➤ Tipologia del materiale di rivestimento (tipo macrostruttura plasma spray etc.)	Punti 20	Q2

Strumentario	Range punti 0-20	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Affidabilità e precisione nell'identificazione dei componenti	Punti 5	Q2
➤ Container (facilità di apertura)	Punti 5	Q2
➤ Facilità di pulizia e sterilizzazione	Punti 5	Q2
➤ Possibilità di effettuare impianti con navigazione computerizzata	Punti 5	Q2

www.alisa.liguria.it

Assistenza post-vendita	Range punti 0-6	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Caratteristiche del servizio post-vendita e del progetto di curva di apprendimento e aggiornamento (la valutazione verrà effettuata sulla base di apposita relazione/progetto da inserire nella documentazione tecnica)	Punti 6	Q2

PROTESI TOTALI D'ANCA

STELI ANCA NON CEMENTATI

LOTTO 8

Stelo retto non cementato a press-fit

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo retto a press-fit metafisario angolo 125°-145° "tipo Spotorno" o equivalenti	P090804010201	€ 630,00
sub B	Testa in metallo	P090804050202	€ 120,00
sub C	Testa in ceramica	P090804050201	€ 266,40
sub D	Cotile a press-fit con metallo trabecolare	P090803010201	€ 600,00
sub E	Inserito in polietilene di lunga durata "cross-linked"	P0908030401	€ 150,00

LOTTO 9

Stelo retto non cementato a press-fit

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo retto a press-fit metafisario angolo 125°-145° senza causare dismetria	P090804010201	€ 630,00
sub B	Testa in metallo	P090804050202	€ 120,00
sub C	Testa in ceramica	P090804050201	€ 266,40
sub D	Cotile emisferico a press-fit	P090803010201	€ 600,00
sub E	Inserito in polietilene stabilizzato con vitamina E	P0908030401	€ 150,00

LOTTO 10

Stelo retto non cementato a press-fit

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo retto a press-fit metadiafisario	P090804010201	€ 630,00
sub B	Testa in metallo	P090804050202	€ 120,00
sub C	Testa in ceramica	P090804050201	€ 266,40
sub D	Cotile a press-fit	P090803010201	€ 600,00
sub E	Inserito in polietilene di lunga durata "cross-linked"	P0908030401	€ 150,00

LOTTO 11
Stelo anatomico

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo anatomico	P090804010202	€ 1.100,00
sub B	Testa in metallo	P090804050202	€ 120,00
sub C	Testa in ceramica	P090804050201	€ 266,40
sub D	Cotile a press-fit	P090803010201	€ 600,00
sub E	Inserito in polietilene di lunga durata "cross-linked"	P0908030401	€ 150,00
sub F	Inserito in ceramica di lunga durata	P0908030402	€ 298,00

LOTTO 12
Stelo retto a conservazione trocantere

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo retto a conservazione trocantere tipo "Zweymuller" o equivalente	P090804010201	€ 630,00
sub B	Testa in metallo	P090804050202	€ 120,00
sub C	Testa in ceramica	P090804050201	€ 266,40
sub D	Cotile a press-fit	P090803010201	€ 600,00
sub E	Inserito in polietilene di lunga durata "cross-linked"	P0908030401	€ 150,00

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

LOTTI 8 - 9 - 10 - 11 - 12

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA (Riservata alla Commissione giudicatrice)

max 60 punti

CRITERI VALUTATIVI

Tipologia di confezionamento	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rigido ➤ Morbido, deformabile 	punti 2 punti 0	Q5

Possibilità di apertura della confezione	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Massima facilità ➤ Limitata facilità 	punti 2 punti 0	Q5

Stelo femorale	Range punti 0-10	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Gamma delle taglie	Punti 4	Q3(*)
➤ Tipologia del materiale di rivestimento (tipo macrostruttura plasma spray etc.)	Punti 6	Q2

testa femorale	Range punti 0-10	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Tipologia di materiale	Punti 5	Q2
➤ Gamma delle lunghezze	Punti 2,5	Q3(*)
➤ Gamma diametri	Punti 2,5	Q3(*)

A. Li. Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

www.alisa.liguria.it

Cotile	Range punti 0-10	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Gamma delle taglie	Punti 2	Q3(*)
➤ Tipologia del materiale di rivestimento (tipo macrostruttura plasma spray etc.)	Punti 4	Q2
➤ Direzione dei fori - quantità dei fori - alloggiamento della vite all'interno del foro	Punti 4	Q2

Strumentario	Range punti 0-20	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Affidabilità e precisione nell'identificazione dei componenti	Punti 5	Q2
➤ Container (facilità di apertura)	Punti 5	Q2
➤ Facilità di pulizia e sterilizzazione	Punti 5	Q2
➤ Possibilità di effettuare impianti con navigazione computerizzata	Punti 5	Q2

Assistenza post-vendita	Range punti 0-6	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Caratteristiche del servizio post-vendita e del progetto di curva di apprendimento e aggiornamento (la valutazione verrà effettuata sulla base di apposita relazione/progetto da inserire nella documentazione tecnica)	Punti 6	Q2

STELI CORTI NON CEMENTATI**LOTTO 13**
Stelo corto non cementato

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo non cementato a risparmio parziale di collo	P090804010204	€ 1.200,00
sub B	Testa in metallo	P090804050202	€ 120,00
sub C	Testa in ceramica	P090804050201	€ 266,40
sub D	Cotile con macrostruttura	P090803010201	€ 600,00
sub E	Inserito in polietilene di lunga durata "cross-linked"	P0908030401	€ 150,00

LOTTO 14
Stelo corto non cementato

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo non cementato a risparmio totale di collo	P090804010204	€ 1.200,00
sub B	Testa in metallo	P090804050202	€ 120,00
sub C	Testa in ceramica	P090804050201	€ 266,40
sub D	Cotile con macrostruttura	P090803010201	€ 600,00
sub E	Inserito in polietilene di lunga durata "cross-linked"	P0908030401	€ 150,00

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

LOTTI 13 - 14

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA (Riservata alla Commissione giudicatrice)

max 60 punti

CRITERI VALUTATIVI

Tipologia di confezionamento	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rigido ➤ Morbido, deformabile 	punti 2 punti 0	Q5

Possibilità di apertura della confezione	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Massima facilità ➤ Limitata facilità 	punti 2 punti 0	Q5

Stelo femorale	Range punti 0-10	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Gamma delle taglie	Punti 4	Q3(*)
➤ Tipologia del materiale di rivestimento (tipo macrostruttura plasma spray etc.)	Punti 6	Q2

testa femorale	Range punti 0-10	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Tipologia di materiale	Punti 5	Q2
➤ Gamma delle lunghezze	Punti 2,5	Q3(*)
➤ Gamma diametri	Punti 2,5	Q3(*)

Cotile	Range punti 0-10	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Gamma delle taglie	Punti 5	Q3(*)
➤ Tipologia del materiale di rivestimento (tipo macrostruttura plasma spray etc.)	Punti 5	Q2

Strumentario	Range punti 0-20	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Affidabilità e precisione nell'identificazione dei componenti	Punti 5	Q2
➤ Container (facilità di apertura)	Punti 5	Q2
➤ Facilità di pulizia e sterilizzazione	Punti 5	Q2
➤ Possibilità di effettuare impianti con navigazione computerizzata	Punti 5	Q2

Assistenza post-vendita	Range punti 0-6	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Caratteristiche del servizio post-vendita e del progetto di curva di apprendimento e aggiornamento (la valutazione verrà effettuata sulla base di apposita relazione/progetto da inserire nella documentazione tecnica)	Punti 6	Q2

STELI NON CEMENTATI**LOTTO 15****Stelo anca non cementato per displasia**

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo retto non cementato a sezione conica	P090804010201	€ 630,00
sub B	Testa in metallo	P090804050202	€ 120,00
sub C	Testa in ceramica	P090804050201	€ 266,40
sub D	Cotile con macrostruttura	P090803010201	€ 600,00
sub E	Inserito in polietilene di lunga durata "cross-linked"	P0908030401	€ 150,00

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

LOTTO 15

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA
(Riservata alla Commissione giudicatrice)

max 60 punti

CRITERI VALUTATIVI

Tipologia di confezionamento	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rigido ➤ Morbido, deformabile 	punti 2 punti 0	Q5

Possibilità di apertura della confezione	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Massima facilità ➤ Limitata facilità 	punti 2 punti 0	Q5

Stelo femorale	Range punti 0-10	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Gamma delle taglie	Punti 4	Q3(*)
➤ Tipologia del materiale di rivestimento (tipo macrostruttura plasma spray etc.)	Punti 6	Q2

testa femorale	Range punti 0-10	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Tipologia di materiale	Punti 5	Q2
➤ Gamma delle lunghezze	Punti 2,5	Q3(*)
➤ Gamma diametri	Punti 2,5	Q3(*)

Cotile	Range punti 0-10	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Gamma delle taglie	Punti 2	Q3(*)
➤ Tipologia del materiale di rivestimento (tipo macrostruttura plasma spray etc.)	Punti 4	Q2
➤ Direzione dei fori - quantità dei fori - alloggiamento della vita all'interno del foro	Punti 4	Q2

Strumentario	Range punti 0-20	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Affidabilità e precisione nell'identificazione dei componenti	Punti 5	Q2
➤ Container (facilità di apertura)	Punti 5	Q2
➤ Facilità di pulizia e sterilizzazione	Punti 5	Q2
➤ Possibilità di effettuare impianti con navigazione computerizzata	Punti 5	Q2

Assistenza post-vendita	Range punti 0-6	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Caratteristiche del servizio post-vendita e del progetto di curva di apprendimento e aggiornamento (la valutazione verrà effettuata sulla base di apposita relazione/progetto da inserire nella documentazione tecnica)	Punti 6	Q2

PROTESI TOTALI D'ANCA DA REVISIONE**STELI ANCA DA REVISIONE****LOTTO 16****Stelo revisione monoblocco non cementato press fit diafisario**

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo non cementato da revisione a press-fit diafisario di forma conica stellata	P0908040302	€ 874,30
sub B	Testa in metallo	P090804050202	€ 120,00
sub C	Testa in ceramica da revisione	P090804050201	€ 266,40

LOTTO 17**Stelo revisione modulare non cementato press fit metadiafisario**

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Stelo non cementato lungo a press-fit metadiafisario da revisione	P0908040302	€ 874,30
sub B	Corpo prossimale	P09088099	€ 40,00
sub C	Testa in metallo	P090804050202	€ 120,00
sub D	Testa in ceramica da revisione	P090804050201	€ 266,40

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

LOTTE 16 - 17

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione giudicatrice)

max 60 punti

CRITERI VALUTATIVI

Tipologia di confezionamento	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rigido ➤ Morbido, deformabile 	punti 2 punti 0	Q5

Possibilità di apertura della confezione	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Massima facilità ➤ Limitata facilità 	punti 2 punti 0	Q5

Stelo femorale	Range punti 0-15	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Gamma delle taglie	Punti 7	Q3(*)
➤ Tipologia del materiale di rivestimento (tipo macrostruttura plasma spray etc.)	Punti 8	Q2

testa femorale	Range punti 0-15	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Tipologia di materiale	Punti 5	Q2
➤ Gamma delle lunghezze	Punti 5	Q3(*)
➤ Gamma diametri	Punti 5	Q3(*)

A. Li. Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

www.alisa.liguria.it

Strumentario	Range punti 0-20	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Affidabilità e precisione nell'identificazione dei componenti	Punti 5	Q2
➤ Container (facilità di apertura)	Punti 5	Q2
➤ Facilità di pulizia e sterilizzazione	Punti 5	Q2
➤ Possibilità di effettuare impianti con navigazione computerizzata	Punti 5	Q2

Assistenza post-vendita	Range punti 0-6	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Caratteristiche del servizio post-vendita e del progetto di curva di apprendimento e aggiornamento (la valutazione verrà effettuata sulla base di apposita relazione/progetto da inserire nella documentazione tecnica)	Punti 6	Q2

PROTESI TOTALI D'ANCA DA REVISIONE**COTILI ANCA DA REVISIONE****LOTTO 18****Cotile da revisione emisferico non cementato**

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Cotile press-fit da revisione con macroporosità (<i>preferibilmente in tantalio</i>)	P090803010201	€ 600,00
sub B	Insero in polietilene	P0908030401	€ 150,00
sub C	Insero ritentivo di lunga durata "cross-linked"	P0908030401	€ 150,00
sub D	Spessore per deficienze ossee con modularità interna ed esterna	P09088099	€ 191,00

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

LOTTE 18

SCHEDE VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione giudicatrice)

max 60 punti

CRITERI VALUTATIVI

Tipologia di confezionamento	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rigido ➤ Morbido, deformabile 	punti 2 punti 0	Q5

Possibilità di apertura della confezione	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Massima facilità ➤ Limitata facilità 	punti 2 punti 0	Q5

Cotile	Range punti 0-30	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Gamma delle taglie	Punti 5	Q3(*)
➤ Tipologia del materiale: tantalio	Punti 15	Q5
➤ Direzione dei fori - quantità dei fori - alloggiamento della vite all'interno del foro	Punti 10	Q2

Strumentario	Range punti 0-20	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Affidabilità e precisione nell'identificazione dei componenti	Punti 5	Q2
➤ Container (facilità di apertura)	Punti 5	Q2
➤ Facilità di pulizia e sterilizzazione	Punti 5	Q2
➤ Possibilità di effettuare impianti con navigazione computerizzata	Punti 5	Q2

Assistenza post-vendita	Range punti 0-6	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Caratteristiche del servizio post-vendita e del progetto di curva di apprendimento e aggiornamento (la valutazione verrà effettuata sulla base di apposita relazione/progetto da inserire nella documentazione tecnica)	Punti 6	Q2

ANELLI E GRIGLIE DI SOSTEGNO**LOTTO 19**
Anello di sostegno

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Anello con varie possibilità di ancoraggio	P09088001	€ 300,00

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

LOTTO 19

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA
(Riservata alla Commissione giudicatrice)

max 60 punti

CRITERI VALUTATIVI

Tipologia di confezionamento	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rigido ➤ Morbido, deformabile 	punti 2 punti 0	Q5

Possibilità di apertura della confezione	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Massima facilità ➤ Limitata facilità 	punti 2 punti 0	Q5

Anello di sostegno	Range punti 0-30	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Gamma delle tipologia	Punti 5	Q3(*)
➤ Gamma diametri	Punti 5	Q3(*)
➤ Composizione (gabbia complessa)	Punti 20	Q2

Strumentario	Range punti 0-20	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Affidabilità e precisione nell'identificazione dei componenti	Punti 5	Q2
➤ Container (facilità di apertura)	Punti 5	Q2
➤ Facilità di pulizia e sterilizzazione	Punti 5	Q2
➤ Possibilità di effettuare impianti con navigazione computerizzata	Punti 5	Q2

Assistenza post-vendita	Range punti 0-6	Modalità di attribuzione del punteggio
➤ Caratteristiche del servizio post-vendita e del progetto di curva di apprendimento e aggiornamento (la valutazione verrà effettuata sulla base di apposita relazione/progetto da inserire nella documentazione tecnica)	Punti 6	Q2

LOTTO 20
Griglia di vario tipo

	Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
sub A	Griglia di vario tipo	P09088002	€ 400,00

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

LOTTO 20

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA
(Riservata alla Commissione giudicatrice)

max 60 punti

CRITERI VALUTATIVI

Tipologia di confezionamento	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
> Rigido	punti 2	Q5
> Morbido, deformabile	punti 0	

Possibilità di apertura della confezione	Range punti 0-2	Modalità di attribuzione del punteggio
> Massima facilità	punti 2	Q5
> Limitata facilità	punti 0	

Griglia	Range punti 0-30	Modalità di attribuzione del punteggio
> Gamma delle tipologie	Punti 5	Q3(*)
> Gamma diametri	Punti 5	Q3(*)
> Tipologia di composizione	Punti 15	Q2
> Gamma di profondità	Punti 5	Q3(*)

Strumentario	Range punti 0-20	Modalità di attribuzione del punteggio
> Affidabilità e precisione nell'identificazione dei componenti	Punti 5	Q2
> Container (facilità di apertura)	Punti 5	Q2
> Facilità di pulizia e sterilizzazione	Punti 5	Q2
> Possibilità di effettuare impianti con navigazione computerizzata	Punti 5	Q2

Assistenza post-vendita	Range punti 0-6	Modalità di attribuzione del punteggio
> Caratteristiche del servizio post-vendita e del progetto di curva di apprendimento e aggiornamento (la valutazione verrà effettuata sulla base di apposita relazione/progetto da inserire nella documentazione tecnica)	Punti 6	Q2

I dispositivi che non raggiungeranno il punteggio riparametrato di 31/60 non saranno ammessi alle successive fasi di gara.

Si precisa che le basi d'asta indicate sono state individuate tenuto conto dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici pubblicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)