ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
REGIONE LIGURIA

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo zanella tel. 010/548 8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Sergio Righetti tel. 010/548 8545
e-mail: sergiogiacomo.righetti@regione.liguria.it

Genova, 25/02/2015
Prot. n. 1684

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo Neurochirurgia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO. , I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni uno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lotti n. 14.
N° gara 5871208.
Risposte alle ultime richieste di chiarimenti pervenute.

In risposta alle sottoelencate richieste di chiarimenti formulati in relazione alla gara in oggetto, sulla base della istruttoria compiuta, si comunica quanto segue:

QUESITO N. 20

DOMANDA: Alla luce delle vostre risposte alle richieste di chiarimento n. 8 e n. 13 relativi entrambi al lotto10:
"Occorre offrire sistema con le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico"
Si evince che il prodotto da offrire per tale lotto è l'intero sistema di drenaggio esterno. Si richiede pertanto di rivedere la base d'asta unitaria relativa al lotto 10 stesso, dal momento che quella dichiarata nell'Allegato A1 "fabbisogni quadriennali e prezzi a base d'asta" risulta fuori mercato rispetto a un drenaggio esterno completo come descritto nel capitolato tecnico.

RISPOSTA: Si riporta la descrizione del dispositivo presente nel Capitolato tecnico
"Camera graduata, almeno 100 ml, sistema antimicrobico con filtro antibatterico e/o antireflusso, rubinetto a tre vie distale e prossimale alla camera di raccolta, sacca di deflusso con capacita' almeno di 500 ml, rimovibile e sostituibile, linee centimetrate di riferimento, facilmente montabile al letto del paziente o all' asta delle flebo, semplice regolazione del punto zero (asta o puntatore laser)" , descrizione che non corrisponde a un sistema di drenaggio esterno completo.
Si conferma la base d'asta unitaria indicata (€ 15,00)

QUESITO N. 21

DOMANDA: in riferimento alla gara in oggetto con la presente sono a richiedere il seguente chiarimento

relativo al Lotto n. 1 voce c) Resina Acrilica:
- come caratteristica minima viene richiesto che nelle confezioni deve essere esplicitamente dichiarato l'uso per lacune craniche.
E' possibile dimostrare tale requisito anche attraverso una dichiarazione rilasciata dal produttore, dalle istruzioni per l'uso, o da altro documento che non sia la confezione?

RISPOSTA: ***L'attestazione di uso per le lacune craniche può risultare da un documento ufficiale inserito nella confezione o da una dichiarazione esplicita del Produttore.***

QUESITO N. 22

DOMANDA: Relativamente ai lotti n. 4 e n. 6, si richiede di chiarire se debba essere applicata la stessa percentuale di sconto a tutte le configurazioni possibili di valvole offerte, quali ad esempio quelle micro, con antisifone, angolate, rette e con serbatoio, oppure se le stesse debbano tutte essere offerte ad uno stesso prezzo. Tale quesito viene posto in considerazione del fatto che i prezzi di listinodelle diverse configurazioni di valvole in questione sono estremamente differenti tra di loro.

RISPOSTA: ***E' richiesta una quotazione <u>unica</u> per tutte le diverse tipologie di valvole.***

QUESITO N. 23

DOMANDA: Relativamente al lotto 10, chiarito dalla Vs. Amministrazione che si debba offrire il sistema con le caratteristiche descritte nel capitolato, si evidenzia che l'importo dello stesso e della relativa base d'asta risultano essere, a parere della Scrivente, non congrui rispetto a quelli che sono i prezzi di mercato di tale sistema. Alla luce di quanto evidenziato, si richiede pertanto di voler riconsiderare sia l'importo che la base d'asta del lotto in questione.

RISPOSTA: ***vedi risposta al quesito n. 20.***

QUESITO N. 24

DOMANDA: Relativamente al lotto 13, si chiede di specificare se l'offerta economica possa avere uno sconto differente per i prodotti sub 13 a) rispetto a quelli sub 13 b).

RISPOSTA: No, lo sconto deve essere il medesimo.

QUESITO N. 25

DOMANDA: Infine, si chiede se sia possibile partecipare al lotto 1b) con un prodotto costituito da peek

(politeretherketone) it-optima, che, per le superiori proprietà chimiche, fisiche e meccaniche del materiale, viene fornito in un unico voletto non sterile ma risterilizzabile per n. volte senza che l'impianto stesso subisca alterazioni di tipo morfologico-funzionali di struttura chimica e/o fisica. Questo consentirà di proporre l'impianto in quantità singola riducendo sensibilmente i costi a carico dell'Ente e fornendo un sistema comunque prontamente ricaricabile in sala operatoria.

RISPOSTA: Si conferma il capitolato tecnico. Non è ammessa la opzione proposta.

QUESITO N. 26

DOMANDA: Si chiedono chiarimenti relativamente a quanto riportato nel Disciplinare di gara:
-Punto 4 modalità di presentazione dell'offerta il plico deve contenere n.4 buste (doc. amministrativa, offerta economica, doc. tecnica e campionatura): poiché la campionatura è abbastanza voluminosa, è possibile inviare un plico contenente le tre buste (Doc. amministrativa, offerta economica e doc. tecnica) e un plico a parte contenente la sola campionatura?
-busta 3 documentazione tecnica – viene richiesto che "tutti gli atti vengano sottoscritti dalla ditta concorrente con timbro, firma e data del legale rappresentante e rilasciati con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, corretti da copia del documento di identità del dichiarante", si chiede di confermare quanto segue:
- tutta la documentazione tecnica presentata deve essere timbrata, firmata e datata su ogni pagina o solo sull'ultima pagina?
- ad ogni documento prodotto deve essere allegata copia del documento d'identità (compresi schede tecniche, catalogo, elenco documentazione tecnica presentata)?

RISPOSTA: E' possibile inviare a parte la campionatura.
Per la documentazione tecnica edita a stampa e rilegata a libro è sufficiente timbro e firma su prima e ultima pagina.
Ogni altro documento deve essere sottoscritto in ogni pagina e corredato da un documento di identità del sottoscrittore. E' sufficiente un unico documento per tutti gli atti.

QUESITO N. 27

DOMANDA: Nel lotto n. 10 – sacca di raccolta liquorale ermetica – il base d'asta unitario viene fissato ad € 15,00. In base alla considerazione che una "Sacca di raccolta liquorale ermetica" ha una quotazione di mercato maggiore, siamo quindi a richiedervi se vi è stato un errore nella valutazione dei prezzi fissati a base d'asta o nei quantitativi previsti

RISPOSTA: Vedi risposta al quesito n. 20.

QUESITO N. 28

DOMANDA: Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede il seguente chiarimento relativamente ai lotti n. 7 e 8. Il catetere ventricolare deve necessariamente essere in silicone o può essere anche in altro materiale?

RISPOSTA: Può essere offerto in altro materiale equivalente biocompatibile.

QUESITO N. 29

DOMANDA: Nel Capitolato Tecnico viene richiesto, come caratteristica minimale, pena esclusione:

Lotto 10: Sacca di raccolta liquorale ermetica dotata di camera graduata di almeno 100 ml
Lotto 14:- I cateteri a più lumi con trasduttore fisso in punta per la misurazione della pressione intracranica intraventricolare devono essere utilizzabili indifferentemente in sede intraventricolare e intraparenchimale
- I cateteri per la misurazione della pressione intracranica intraparenchimale devono essere utilizzabili indifferentemente in sede intraparenchimale o subdurale senza necessità di vite di fissaggio

Dette caratteristiche, identificano – per quanto è dato a sapere dalla scrivente – inequivocabilmente un solo fornitore presente sul mercato.
Si chiede cortesemente di confermare l'irrinunciabilità di dette caratteristiche o, viceversa, di rettificare le medesime in modo da consentire a più Aziende presenti sul Mercato di partecipare alla Gara in questione.

RISPOSTA: per quanto riguarda il lotto 10 si conferma il capitolato tecnico.
Per quanto riguarda il lotto 14 si provvede a rettificare il capitolato tecnico al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura.

Tutta la documentazione relativa alla presente gara è disponibile sul sito www.acquistiliguria.it.

I chiarimenti sopra riportati saranno recepiti nel capitolato tecnico con determinazione che sarà adottata in data di domani 26 febbraio 2015.

In considerazione delle modifiche apportate al capitolato, con la medesima determinazione,

il termine per la presentazione delle offerte sarà differito al 09/03/2015 ore 12,00,

fermo restando che i versamenti dei contributi all'AVCP – ANAC e l'acquisizione del PASSOE dovranno comunque essere effettuati entro le ore 12,00 del 5/3/2015

IL DIRIGENTE-RUP
(Dott. Riccardo Zanella)