Dirigente RUP: Dott. Riccardo ZANELLA - 010 548.8536
riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Riccardo CAPITANI – 010.548.8540
riccardo.capitani@regione.liguria.it

Genova, 30/05/2014

Prot. n°. 3806

**OGGETTO:** **gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l'acquisizione in service di sistemi infusionali occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. – Lotti n. 5. Numero gara: 5355464.**
**Risposte ai quesiti pervenuti fino a tutto il 28/05/2014 – Dal n. 56 al n. 58 .**

In risposta ai sottoelencati quesiti, formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

---

**QUESITO N. 56**

**DOMANDA:**
*(rif. 3738/2014)*

Chiediamo un chiarimento in merito alla compilazione dell'allegato **F8** ove viene richiesto di dichiarare nei propri confronti e in quelli dei proprio famigliari conviventi (compreso il coniuge eventualmente non convivente ).

In proposito, ci preme precisare che il comma 3 del menzionato articolo 85 si riferisce espressamente ai soli familiari "conviventi".

Inoltre, proprio la Prefettura di Milano, cui è rimessa l'istruttoria relativa all'Informativa Antimafia nel caso di specie ha reso disponibile sul proprio sito internet una serie di chiarimenti interpretativi sulla norma in questione espressamente precisando che "per <<familiari conviventi>> si intende <<chiunque conviva>> con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. 159/2011, purchè maggiorenne".

***RISPOSTA:***

*Si conferma che ai fini delle dichiarazioni di cui all'Allegato F8, è sufficiente la dichiarazione relativa ai familiari conviventi.*

---

**QUESITO N. 57**

**Allegato F4BIS – LOTTO 1 – PUNTO 3** "Deflussore con sacca per enterale" – Requisito m2: Il deflussore deve essere dotato di filtro antibatterico: –

**DOMANDA:**
*(rif. 3740/2014)*

Si chiede se è possibile fornire un deflussore con sacca saldata collabibile e in tal caso rendere il requisito non applicabile. Tale filtro, infatti, è necessario nei deflussori destinati alla connessione con flaconi rigidi, dove lo svuotamento del flacone richiede l'ingresso d'aria nel sistema. La presenza di una sacca pre-connessa configura invece un sistema chiuso e rende la presenza del filtro non necessaria.

In caso di risposta negativa, si chiede se è accettabile offrire un deflussore dotato di filtro antibatterico e, separatamente, la sacca stand alone.

***RISPOSTA:***

In attesa da commissione tecnica – rif. 3741/2014

**QUESITO N. 58**

**DOMANDA:**
*(rif. 3740/2014)*

**Allegato F4BIS**: si precisa che l'ultima versione del documento presenta ancora refusi rispetto ai chiarimenti forniti. Pertanto la scrivente, considerate le tempistiche ristrette, indicherà tali incongruenze nella colonna "Note di dettaglio", facendo riferimento al chiarimento di competenza.

***RISPOSTA:***

*Si è provveduto a rettificare l'Allegato F4 bis in conformità alle variazioni apportate al Capitolato tecnico. In caso di eventuali refusi, in caso di difformità tra il Capitolato e l'Allegato F4 Bis, dovrà essere considerato prevalente quanto indicato nel Capitolato Tecnico.*

Si ricordano i recapiti dei funzionari della Centrale incaricati della presente procedura:

Dirigente RUP: Dott. Riccardo ZANELLA - 010.548.8536 - riccardo.zanella@regione.liguria.it;
Funzionario referente: Dott. Riccardo CAPITANI – 010.548.8540 - riccardo.capitani@regione.liguria.it .

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE/RUP
(Dott. Riccardo ZANELLA)