



Consorzio Centrale Regionale di Acquisto

Dirigente responsabile: dott. ssa Silvia SIMONETTI
Funzionario referente: dott. ssa Paola BURLANDO

Prot. gen. n. 1174 del 25/08/2011

Deliberazione n. 57 del 25/08/2011

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di ulteriori due anni - Lotto unico.

Aggiudicazione definitiva.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge della Regione Liguria 03/04/2007 n. 14 che ha previsto l'istituzione, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, di una Centrale Regionale di Acquisto;

Vista altresì la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 805 del 04/07/2008 con la quale la Centrale è stata costituita in forma di Consorzio tra gli Enti sanitari liguri, approvandone contestualmente lo statuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2602 e ss. C.C.;

Richiamata la deliberazione della Centrale n° 14 del 10/02/2011 con la quale si è provveduto all'indizione della Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di ulteriori due anni, con il criterio di aggiudicazione di cui all' art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa) ed alla contestuale approvazione del Capitolato Tecnico e delle norme di partecipazione;

Dato atto che nella succitata delibera n. 14 del 10/02/2011 si è stabilito di inviare lettera di invito a presentare offerta alle seguenti ditte:

Fresenius Kabi Italia S.r.l.
MacoPharma Italia S.r.l.
Grifols Italia S.p.A.
Fenwal Europe Sprl;

Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12,00 del giorno 13/03/2011, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:



Ditta	Indirizzo	Estremi di arrivo documentazione di gara
MacoPharma S.r.l.	V.le De Gasperi 85, 20017 Rho (MI)	Prot.n. 366 del 08/03/2010
Fenwal Europe Sprl	V. Patecchio 4, 20141 Milano (MI)	Prot.n. 372 del 09/03/2010
Fresenius Kabi Italia S.r.l.	V. Santi 293, 41032 Cavezzo (MO)	Prot.n. 373 del 09/03/2010

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 31 del 15/04/2011 con la quale si è provveduto, di concerto con la Agenzia Sanitaria Regionale, a nominare la Commissione giudicatrice della gara in oggetto;

Preso atto che in data 11 Marzo 2011 si è riunito il seggio di gara in seduta pubblica, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare di gara, per lo svolgimento delle operazioni relative all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa per la verifica dei documenti richiesti e che in tale seduta si è stabilito di ammettere le ditte MacoPharma S.r.l. e Fresenius Kabi Italia S.r.l. al prosieguo della gara e di ammettere la Ditta Fenwal Europe Sprl con riserva, a causa di una irregolarità nell'attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti, così come indicato nel verbale del 11/03/2011, prot. n. 392 (**allegato n. 1**);

Dato atto che in data 22/03/2011 si è nuovamente riunito il seggio di gara in seduta pubblica e che in tale occasione si è proceduto allo scioglimento della riserva di ammissione della Ditta Fenwal Europe Sprl in quanto suddetta Società, con nota ns prot. n. 395 del 14/03/2011, aveva presentato un nuovo documento che regolarizzava il versamento dell'importo del contributo sugli appalti, così come indicato nel verbale del 22/03/2011, prot. n. 430 (**allegato n. 2**);

Preso atto dei verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice:

- di verifica della documentazione presentata al fine di accertare la presenza dei requisiti minimi pena esclusione, tenutasi in data 03/05/2011 (verbale prot. 776 del 25/05/2011, **allegato n.3**);
- di valutazione della documentazione tecnica presentata e campionatura delle attrezzature tenutasi in data 24/05/2011. (verbale prot. 776 del 25/05/2011, **allegato n.3**);
- di rinnovazione delle operazioni di verifica della documentazione tecnica, a seguito della richiesta fatta a tutte le Ditte partecipanti di offerta in sanatoria di prodotti conformi al capitolato, e campionatura delle attrezzature, tenutesi rispettivamente in data 07/06/2011 e in data 16/06/2011 (verbale prot. n. 929 del 16/06/2011, **allegato n.4**);
- di revisione della valutazione delle offerte tecniche, tenutasi in data 28/07/2011, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute da tutte le Ditte partecipanti, in cui sono state effettuate le valutazioni definitive di idoneità tecnica sui prodotti presentati, rettificando in alcuni casi i punteggi già attribuiti (laddove una più attenta valutazione rendeva necessarie minime correzioni) o ribadendo le motivazioni alla base dei punteggi precedentemente assegnati (verbale prot. n. 1064 del 29/07/2011, **allegato 5**) e il cui risultato è riepilogato nel seguente schema:

Nome Ditta	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Sprl
Punteggio di qualità	33,66	34,54	27,98
AMMESSA	SI	SI	SI

Preso atto del Verbale della seduta pubblica del seggio di gara di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 17/08/2011 (prot. n. 1161 del 17/08/2011, **allegato n. 6**) il cui risultato è riepilogato nello schema seguente:

Nome Ditta	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Sprl
Punteggio di qualità (A)	33,66	34,54	27,98
Prezzo Offerto €.	5.416.950,00	5.967.780,00	5.386.752,00
Punteggio Relativo al prezzo (B)	59,67	54,16	60,00
Totale Punteggio (A+B)	93,33	88,70	87,98
Posizione in classifica	AGGIUDICATARIO	2 ° Classificato	3° Classificato
Prezzo di aggiudicazione €.	5.416.950,00		

Rilevato che in sede di apertura dell'offerte economiche si è rilevata una irregolarità nella compilazione della scheda di offerta della Ditta Fresenius Kabi al riferimento n. 6bis, peraltro confermata pubblicamente dal procuratore della suddetta Ditta Dott. Ferioli (come da verbale prot. n. 1161 del 17/08/2011):

Dato atto che il 17/08/2011 e il 18/08/2011 sono pervenute rispettivamente le note prot. 719 e 720 della Ditta Fresenius con le quali sono state meglio esplicitate la natura dell'errore materiale di compilazione nei dettagli dei riferimenti e venivano declinati i prezzi corretti dei singoli riferimenti;

Considerato che:

- l'errore di trascrizione del prezzo di un riferimento non inficia l'offerta economica riferita a un valore complessivo;
- il medesimo errore è di facile riconoscibilità;
- la rettifica indicata da Fresenius è univocamente riconducibile al quantum dell'offerta economica;

e ritenuti pertanto sufficienti gli elementi di chiarimento presentati dalla suddetta Società con le note citate;

Preso atto che gli Uffici della Centrale hanno provveduto ad acquisire nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di gara dai concorrenti risultati primi e secondi classificati la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006;

Considerato che la documentazione probatoria fornita dalle Società di cui al punto precedente risulta conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla lex specialis della gara e pertanto idonea a confermare il possesso dei requisiti dichiarati;

Preso altresì atto che la Ditta risultata prima classificata ha presentato con nota n. 324/2011 acquisita agli atti con prot. n. 1172 del 23/08/2011 le motivazioni di giustificazione ex artt. 86-88 D. Lgs n. 163/2006 e che la Centrale ha ritenuto le medesime idonee a confermare la validità dell'offerta;

Rilevato che non esistono per la fornitura in oggetto convenzioni nazionali CONSIP, né prezzi massimi di riferimento ministeriale (ai sensi art. 1 comma 796 lettera v Legge n. 296/2006) e ritenuto pertanto di poter sciogliere la riserva di non aggiudicazione ex punto 8) del disciplinare di gara in quanto non ricorrono nel caso di specie i presupposti richiesti dalla normativa vigente;

Ritenuto di procedere alla aggiudicazione definitiva della fornitura de qua, in conformità al verbale di aggiudicazione provvisoria allegato alla presente deliberazione;

Su proposta del Dirigente responsabile,

DELIBERA:

- 1) Di approvare i verbali di gara allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto come in premessa specificato, relativi all'aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di ulteriori due anni - Lotto unico.
- 2) Di dare atto che i prodotti aggiudicati e i relativi prezzi sono riepilogati nel prospetto che segue:

Rif	Descrizione	Denominazione prodotto	Codice prodotto attribuito dal fornitore	Prezzo unitario (IVA esclusa) in €.	Quantitativi Settennali	Importo Settennale (IVA esclusa) in €.
1	Sacche triple T&B 450 ml	Compoflex®	T2771	5,50	185.850	1.022.175,00
2	Sacca standard quadrupla 450 ml	Compoflex®	T2464	5,90	34.300	202.370,00
3	Sacche quadruple con filtro S.I.I	Composelect®	T4060	13,00	8.750	113.750,00
4	Sacche quadruple T&B con filtro sulle emazie conc.	Composelect®	T4054	13,00	185.500	2.411.500,00
5	Sacca singola 450 ml da autodonazione	Compoflex®	T2109	3,50	26.250	91.875,00
6	Sacca per aliquota (8 aliquote)	BioBag Paedi 8S	A3AB0030	6,00	3.500	21.000,00
7	Sistemi per pool di pit	BioP Pool SS	A2CE0520	15,00	35.000	525.000,00
8	Soluzione conservante pit	CompoSol PS	E2083	3,00	44.800	134.400,00
9	Sacca transfer 300 ml/400ml	BioBag RCC 300ml perforatore	A3CA0050	1,40	1.400	1.960,00
	Sacca transfer 600 ml	BioBag RCC 600ml	A3AB0020	1,40	34.300	48.020,00
	Sacca Transfer 1.000 ml	BioBag RCC 1000ml	A3AB0040	3,00	32.900	98.700,00
10	Sacca alta diffusione di O2 per conc. pit	BioBag PLT 1000ml	A3BB0020	6,00	14.700	88.200,00
Rif	Descrizione	Denominazione prodotto	Codice prodotto attribuito dal fornitore	Canone Noleggio annuale (IVA esclusa)	Quantitativi Settennali	Importo Settennale (IVA esclusa) in €.
11	Bilancia fissa con carrellino	CompoGuard Complete	9028301	595,46	41	170.898,00
12	Bilancia portatile con batteria	CompoGuard Complete	9028301	595,47	64	266.770,00
13	Scompositori	Compomat G5	9025501	721,71	24	121.247,00
14	Saldatori da banco	Composeal Universal	9024061	313,40	15	32.907,00
15	Saldatori portatili con batteria	Composeal Mobilea	9024051	242,41	39	66.178,00
Totale offerta settennale						5.416.950,00

- 3) Di procedere alla aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l., per un importo pari a € 5.416.950,00.
- 4) Di dare atto:
 - che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, alla prestazione della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006, alla presentazione del DURC;
 - che il termine dilatorio per la stipulazione della convenzione del lotto unico della gara ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (art. 79 comma 5-ter) è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data di trasmissione dell'informativa di aggiudicazione definitiva effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della gara;
- 5) Di dare altresì atto che la garanzia fidejussoria da prestare da parte dell'aggiudicatario è determinata nel seguente importo, pari al 10% dell'importo totale presunto della fornitura (IVA 20% esclusa):

Lotto	Ditta aggiudicataria	Prezzo offerto annuale (IVA 20% esclusa)	Importo totale presunto della fornitura quinquennale (Euro, iva esclusa)	Importo garanzia fideiussoria da versare	Importo garanzia fideiussoria ridotto del 50% con certificazione di Qualità CE (Euro)
Unico	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	773.850,00	3.869.250,00	386.925,00	193.462,50

- 6) Di dare atto che sia la convenzione quadro da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria, sia gli ordinativi di fornitura da sottoscrivere a cura di ciascuna Azienda, saranno redatti in base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione;
- 7) Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto a tutte le ditte concorrenti;
- 8) Di disporre la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara in argomento sul sito Web Aziendale www.acquistiliguria.it - sezione "Gare";
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 5 (cinque) pagine, oltre agli allegati.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giorgio SACCO

ALLEGATI:
1-6 Verbali
7 Offerte Economiche
8 -9 Comunicazioni Fresenius

SS/PB

ALLEGATO N. 1

ALLA DELIBERAZIONE N. 57 DEL 25/08/2011


Verbale I seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa

Seduta del 11/03/2011



Centrale Regionale di Acquisto

Dirigente Responsabile: Dott. Ssa Silvia SIMONETTI tel. 010/4102214
e-mail: silvia.simonetti@villascassi.it
Funzionario referente: Dott.ssa Paola BURLANDO tel. 010/4102577
e-mail: paola.burlando@villascassi.it



Procedura negoziata per la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di anni due - Lotto Unico . Numero gara: 930665

PRIMA SEDUTA PUBBLICA Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno undici del mese di Marzo dell'anno duemilaundici, alle ore 10.00 presso la Sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara della Centrale Regionale di Acquisto per la verifica della sussistenza della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma. 2 del D. Lgs. n. 163/2006 che ha per oggetto la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria. La fornitura è composta da un lotto unico.

Sono presenti in rappresentanza della Centrale Regionale di Acquisto i Signori:

- | | | | |
|-------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| ➤ SIMONETTI | Dott.ssa Silvia | Dirigente Responsabile | in qualità di Presidente |
| ➤ BURLANDO | Dott.ssa Paola | Collaboratore Amm.vo Esperto | in qualità di Componente |
| ➤ BORETTI | Roberto | Assistente Amm.vo | in qualità di Segretario |

In rappresentanza delle Ditte offerenti sono presenti i Signori:

Nominativo	Ditta
Marco VASANTI	MacoPharma S.r.l.
Stefano PEROSINO	Fresenius Kabi Italia S.r.l.

muniti delle necessarie deleghe/procure (presentate in originale o in copia autenticata) allegate in copia quali parti integranti e sostanziali del presente verbale.

Il seggio di gara dà preliminarmente atto che:

- con deliberazione n. 14 del 03/02/2011 si è provveduto ad indire la gara in argomento ed all'approvazione del Capitolato speciale e delle norme di partecipazione;
- che la scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 03/03/2011 è stata prorogata alle ore 12.00 del 10/03/2011.

Il seggio di gara accerta che entro il termine delle ore 12,00 del 10/03/2011 sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

Consorzio Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Corso Scassi, 1 - 16134 Genova - C.F. e P.I. 01829030996
Tel +39 010 4102336 - Fax +39 010 4102417 - Sito web www.acquistiliguria.it

Centrale Regionale di Acquisto

Ditta	Indirizzo	Estremi di arrivo documentazione di gara
MacoPharma S.r.l.	V.le De Gasperi 85, 20017 Rho (MI)	Prot.n. 366 del 08/03/2010
Fenwal Europe Sprl	V. Patecchio 4, 20141 Milano (MI)	Prot.n. 372 del 09/03/2010
Fresenius Kabi Italia S.r.l	V. Santi 293, 41032 Cavezzo (MO)	Prot.n. 373 del 09/03/2010

Il seggio di gara, dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei plichi pervenuti, procede ad aprire gli stessi che, come prescritto dalle norme di partecipazione, risultano contenere le buste sigillate contenenti la documentazione amministrativa (**Busta 1**), l'offerta economica (**Busta 2**), la documentazione tecnica (**Busta 3A**) e la campionatura dispositivi.

Viene altresì accertato che per ciascuna Ditta sono state predisposte apposite schede, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, riportanti un elenco della documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di gara (**Busta n. 1**).

Si procederà al raffronto di tali schede con la documentazione presentata dalle Ditte.

Sulle schede predisposte la Centrale appunterà negli appositi spazi la conformità della documentazione inviata a quella richiesta dal Disciplinare di gara.

Il seggio di gara procede pertanto all'apertura delle sole buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la sussistenza della documentazione presentata dalle Ditte partecipanti in accordo alle prescrizioni del Disciplinare di gara.

Dalla verifica della sussistenza della documentazione amministrativa è emerso quanto segue:

Ditta	Documentazione amministrativa	Ammissione fase di valutazione di idoneità tecnica
MacoPharma S.r.l.	Idonea	Ammessa
Fenwal Europe Sprl	Idonea con riserva	Ammessa con riserva
Fresenius Kabi Italia S.r.l	Idonea	Ammessa

La Ditta Fenwal Europe Sprl è ammessa con riserva poiché l'attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti non riporta il codice identificativo ai fini fiscali e il codice CIG come previsto dal Disciplinare di gara.

Il seggio di gara, verificata la normativa in materia, comunica ai rappresentanti delle Ditte presenti che richiederà ufficialmente alla Ditta Fenwal Europe Sprl la regolarizzazione della documentazione presentata entro il 18/03/2011, pena l'esclusione dalla gara.

In attesa della regolarizzazione della documentazione amministrativa il seggio di gara non procede, pertanto, al sorteggio della Ditta che avrebbe dovuto presentare, ai sensi dell'art. 48 - comma 1 - del D.Lgs 163/2006, la documentazione comprovante la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dalla Ditta e rinvia a data successiva (che sarà comunicata alle Ditte) suddetta operazione.

Le buste contenenti la documentazione tecnica saranno successivamente esaminate dalla Commissione giudicatrice che provvederà alla verifica, in seduta non pubblica, della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ai fini dell'idoneità delle Ditte al prosieguo delle fasi di gara.

Centrale Regionale di Acquisti

Le buste contenenti le offerte economiche vengono raccolte in un unico plico opportunamente chiuso e vistato sui lembi di chiusura dalla Centrale e dai rappresentanti delle Ditte.
Detto plico sarà riposto per la conservazione in armadio con serratura collocato in luogo chiuso.

Il seggio di gara stabilisce di aggiornare a data successiva il 18/03/2011 gli adempimenti relativi a:

- lo scioglimento della riserva di ammissione della Ditta Fenwal Europe spri;
- il sorteggio, tra le ditte ammesse al proseguo delle operazioni di gara, per il controllo del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dalle Ditte stesse, ex art. 48 comma 2 D. Lgs. 163/2006.

La seduta è tolta alle ore 11,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:

SIMONETTI

Dott.ssa Silvia



Componente:

BURLANDO

Dott.ssa Paola



Segretario:

BORETTI

Roberto



Procedura negoziata per la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di anni due – Lotto Unico.

Verifica documentazione amministrativa

DITTA: MACOPHARMA S.R.L.

a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK

b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Lotto	Importo della garanzia 2% (punto b)	Importo della garanzia 1% (punto c)
LOTTO UNICO	€ 116.000,00	€ 58.000,00

d) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

M
P
S

- e) **Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti** dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto Unico – CIG 08825195B6	€ 200,00
-------------------------------------	-----------------

- nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- solo per gli operatori economici esteri ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0300 04806788) (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

OK

- f) **Dichiarazione (Allegato E1)**, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OK

- g) **Dichiarazione (Allegato E2)** di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet www.acquistiliguria.it - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

OK

- h) **Scheda fornitore (Allegato F3)** debitamente compilata e firmata.

OK

M

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h), i) sarà motivo di **esclusione dalla gara**. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di **esclusione dalla gara**.

OK

SS

Procedura negoziata per la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di anni due – Lotto Unico .

Verifica documentazione amministrativa

DITTA: FENWAL EUROPE SPRL

a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK

b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Lotto	Importo della garanzia 2% (punto b)	Importo della garanzia 1% (punto c)
LOTTO UNICO	€ 116.000,00	€ 58.000,00

OK

d) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

M
T
S

- e) **Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti** dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto Unico – CIG 08825195B6	€ 200,00
-------------------------------------	-----------------

- nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione.
- nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollellini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
- solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788); (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

OK
 Si ottiene di chiacchierati

- f) **Dichiarazione (Allegato E1)**, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OK

- g) **Dichiarazione (Allegato E2)** di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet www.acquistiliguria.it - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

OK

- h) **Scheda fornitore (Allegato F3)** debitamente compilata e firmata.

OK

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h), i) sarà motivo di **esclusione dalla gara**. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di **esclusione dalla gara**.

SS

Procedura negoziata per la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di anni due – Lotto Unico.

Verifica documentazione amministrativa

DITTA: FRESENIUS KABI ITALIA S.R.LQ

- a) **Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).**

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK

- b) **Garanzia a corredo dell'offerta**, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

- c) **Certificazione di qualità** conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

OK

Lotto	Importo della garanzia 2% (punto b)	Importo della garanzia 1% (punto c)
LOTTO UNICO	€ 116.000,00	€ 58.000,00

- d) **Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia** fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

[Handwritten signature]

- e) **Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti** dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto Unico – CIG 08825195B6	€ 200,00
-------------------------------------	-----------------

- nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

OK

- f) **Dichiarazione (Allegato E1)**, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OK

- g) **Dichiarazione (Allegato E2)** di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet www.acquistiliguria.it - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

OK

- h) **Scheda fornitore (Allegato F3)** debitamente compilata e firmata.

OK

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h), i) sarà motivo di **esclusione dalla gara**. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'**inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara**.

M

SS

ALLEGATO N. 2

ALLA DELIBERAZIONE N. 57 DEL 25/08/2011

Verbale II seduta pubblica

Scioglimento riserva e sorteggio ex art. 48 del 22/03/2011

Procedura negoziata per la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di anni due – Lotto Unico . Numero gara: 930665

SECONDA SEDUTA PUBBLICA

Scioglimento riserva ammissione ditta Fenwal Europe Sprl e sorteggio fra le ditte ammesse per il controllo dei requisiti ex art. 48 comma 2 D. Lgs. 163/2006.

Il giorno ventidue del mese di Marzo dell'anno duemilaundici, alle ore 09,30 presso la Sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara della Centrale Regionale di Acquisto per lo scioglimento della riserva di ammissione della Ditta Fenwal Europe sprl e per il sorteggio, tra le ditte ammesse al proseguo delle operazioni di gara, per il controllo del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dalle Ditte stesse, ex art. 48 comma 2 D. Lgs. 163/2006.

Sono presenti in rappresentanza della Centrale Regionale di Acquisto i Signori:

- | | | | |
|-------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| ➤ SIMONETTI | Dott.ssa Silvia | Dirigente Responsabile | in qualità di Presidente |
| ➤ BURLANDO | Dott.ssa Paola | Collaboratore Amm.vo Esperto | in qualità di Componente |
| ➤ BORETTI | Roberto | Assistente Amm.vo | in qualità di Segretario |

In rappresentanza delle Ditte offerenti è presente il Signor:

Nominativo	Ditta
Paolo DELL'ERA	Fenwal Europe sprl

munito della necessaria delega/procura (presentate in originale o in copia autenticata) allegata in copia quali parti integranti e sostanziali del presente verbale.

Dalla verifica della sussistenza della documentazione amministrativa della prima seduta pubblica, la Ditta Fenwal Europe Sprl era stata ammessa con riserva poiché l'attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti non riportava il codice identificativo ai fini fiscali e il codice CIG come previsto dal Disciplinare di gara.

Dato atto che, con nota prot. n. 395 del 14/03/2011, la Ditta Fenwal Europe sprl presentava nuovo documento regolarizzando il versamento dell'importo CIG all'Autorità di Vigilanza, si procede allo scioglimento della riserva di ammissione.



Centrale Regionale di Acquisto

Ai sensi dell'art. 48 - comma 1 - del D.Lgs 163/2006 si procede quindi al sorteggio fra le Ditte risultate ammesse al prosieguo della gara.

Il seggio di gara, pertanto, invita il Sig. Dell'Era Paolo rappresentante della Ditta FENWAL EUROPE SPRL a procedere al sorteggio, che estrae la Ditta Macopharma srl.

Il seggio di gara si impegna a comunicare ufficialmente al Rappresentante della Ditta estratta che, entro il termine previsto dal Disciplinare di gara (10 gg.: scadenza del termine ore 24 del 01 Aprile p.v.), dovrà produrre, pena esclusione, la documentazione comprovante la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dalla Ditta, attraverso la presentazione dell'estratto dei bilanci dal quale si evinca il fatturato degli esercizi 2007-2008-2009.

La seduta è tolta alle ore 09,50.

Alle ore 9,55, a seggio di gara ufficialmente chiuso, si presentava con regolare delega per la Ditta Fresenius Kabi il Sig. Manuel ARNAUDO al quale vengono comunicati informalmente i risultati del sorteggio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:

SIMONETTI

Dott.ssa Silvia



Componente:

BURLANDO

Dott.ssa Paola



Segretario:

BORETTI

Roberto



ALLEGATO N. 3

ALLA DELIBERAZIONE N. 57 DEL 25/08/2011


Verbale valutazione della documentazione tecnica

Sedute del 03/05/2011 e 24/05/2011



Centrale Regionale di Acquisto

Dirigente Responsabile: Dott. Ssa Silvia SIMONETTI tel. 010/4102214
e-mail: silvia.simonetti@villascassi.it
Funziario referente: Dott.ssa Paola BURLANDO tel. 010/4102577
e-mail: paola.burlando@villascassi.it



Procedura negoziata per la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di anni due - Lotto Unico . Numero gara: 930665

Verbale della Commissione Giudicatrice.

Verifica della documentazione presentata al fini della presenza dei requisiti minimi pena esclusione e della assegnazione dei punteggi relativamente al parametro qualità.

Seduta del 03/05/2011

Il giorno tre del mese di Maggio dell'anno duemilaundici, alle ore 09,30, presso la Sala riunioni dell'ospedale Villa Scassi (palazzina uffici amministrativi), si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con deliberazione n. 31 del 15/04/2011 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la verifica della documentazione presentata dalle Ditte concorrenti ai fini della assegnazione dei punteggi relativamente al parametro qualità. Sono presenti i Signori:

Dr. Paolo STRADA	Direttore S.C. Immunometria e Medicina Trasfusionale A.O.U. San Martino - Genova	PRESIDENTE
Dr.ssa Fiamma ROLLANDI	Direttore S.C. Immunometria e Medicina Trasfusionale Ospedale di La Spezia - ASL 5 Spezzino	COMPONENTE
Dr. Andrea TOMASINI	Direttore S.C. Immunometria e Medicina Trasfusionale ASL 2 Savonese	COMPONENTE

E' presente altresì la dr.ssa Silvia Simonetti, dirigente della Centrale, che svolge le funzioni di segretario della Commissione, assistita dalla dr.ssa Paola Burlando collaboratore amm.vo esperto della Centrale e dal Sig. Roberto Boretti Assistente Amm.vo della Centrale.

La seduta non è pubblica.

La Commissione Giudicatrice dà preliminarmente atto:

- che il giorno 11/03/2011, alle ore 10,00 presso la Sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara della Centrale Regionale di Acquisto composto dalla Dott.ssa Silvia Simonetti, Dirigente Responsabile della Centrale, in qualità di Presidente, dalla Dott.ssa Paola Burlando in qualità di Componente e dal sig. Roberto Boretti in qualità di Segretario, per la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti. In tale seduta le Ditte MacoPharma Srl e Fresenius Kabi Italia sono state ammesse al prosieguo della procedura di gara, mentre la Ditta Fenwal Europe Spri è stata ammessa con riserva poiché l'attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti non riportava il codice identificativo ai fini fiscali e il codice CIG previsto dal Disciplinare di gara, come indicato nel verbale redatto il 11/03/2011;
- con nota n. 391 del 11/03/2011 è stato richiesto alla Ditta Fenwal Europe Spri di sanare la suddetta irregolarità e che la stessa con nota prot. n. 395 del 14/03/2011 ha provveduto ad inviare copia del bonifico comprovante il versamento del CIG in maniera corretta;
- che il giorno 22/03/2011, alle ore 10,00 presso la Sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), si è nuovamente riunito in seduta pubblica il seggio di gara della Centrale Regionale di Acquisto composto dalla Dott.ssa Silvia Simonetti, Dirigente Responsabile della Centrale, in qualità di Presidente, dalla Dott.ssa Paola Burlando in qualità di Componente e dal sig.

Consorzio Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Corso Scassi, 116 - I.R. Genova - I.L.F. e R. - 01826030996

tel +39 010 4102336 Fax +39 010 4102407

Centrale Regionale di Acquisto

Roberto Boretti in qualità di Segretario, per lo scioglimento della riserva di ammissione della Ditta Fenwal Europe Spri e il sorteggio tra le Ditte ammesse ai sensi dell'art. 48, comma 1.

- che la ditta MacoPharma Srl, sorteggiata ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e informata con nota prot. n. 429 del 22/03/2011 dell'esito del sorteggio, ha prodotto la documentazione richiesta pena esclusione dal disciplinare di gara acquista agli atti con prot. n. 450 del 24/03/2011 e cioè:
 - estratto dei bilanci dal quale si evinca il fatturato degli esercizi 2007-2008-2009;
 - documentazione probatoria relativa alle principali forniture eseguite negli ultimi tre anni 2007-2008-2009

In considerazione del positivo assolvimento degli adempimenti amministrativi la Commissione decide di passare all'esame della documentazione tecnica.

Per comodità di procedura il Segretario riassume ai Commissari lo stato delle offerte pervenute così come esse risultano dalle istanze di partecipazione e come riassunto nella tabella seguente:

Ditta	Lotti per i quali la Ditta presenta offerta
MacoPharma S.r.l.	UNICO
Fenwal Europe Spri	UNICO
Fresenius Kabi Italia S.r.l.	UNICO

La Commissione prende atto che il Disciplinare di gara e relativi allegati (Capitolato tecnico e Capitolato Speciale) prevedono che la procedura verrà esperita con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponderando perciò l'elemento prezzo con i parametri di qualità definiti in sede di capitolato tecnico e che ai parametri di qualità sono assegnati **40 punti**.

Prima di procedere all'apertura delle buste sigillate contenenti la documentazione tecnica (**Busta 3**) la Commissione prende atto che gli Uffici della Centrale, sulla base del Disciplinare di gara e dell'allegato Capitolato tecnico (sez. A del Disciplinare di gara), hanno predisposto apposite schede ove appuntare i dati tecnici essenziali risultanti dall'esame della documentazione e relativi punteggi.

La Commissione per razionalizzare i propri lavori stabilisce di effettuare la valutazione della documentazione, procedendo per singole Ditte nel seguente ordine:

1. MacoPharma S.r.l.;
2. Fenwal Europe Spri;
3. Fresenius Kabi Italia S.r.l.

La Commissione stabilisce inoltre la procedura che verrà seguita all'apertura dei plichi sigillati:

- a. il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei plichi pervenuti procederà, ad aprire gli stessi;
- b. verrà accertato che in tutti i plichi (**Busta 3**) sia presente la documentazione indispensabile, pena esclusione, richiesta nel Disciplinare di Gara. In mancanza di tale documentazione non si procederà alla valutazione degli item di punteggio;
- c. si passerà quindi ad esaminare accuratamente la documentazione tecnica presentata da ciascuna Ditta (**Busta 3**) concorrente al fine di verificare la presenza di tutti i requisiti minimi richiesti pena esclusione e di attribuire il punteggio qualitativo;
- d. verrà appuntato, contestualmente all'esame della documentazione, sulla scheda all'uopo predisposta per ciascuna ditta:
 - la presenza o meno della documentazione minima essenziale pena esclusione;
 - la sussistenza di tutti i requisiti minimi pena esclusione;

- il dato qualitativo del prodotto offerto in corrispondenza di ogni item previsto per ciascun parametro attribuendo il valore che determina l'attribuzione del punteggio;
- e. verrà determinato, alla fine della valutazione tecnica della documentazione, il punteggio ottenuto da ciascuna mediante la sommatoria dei punti attribuiti per singolo item qualitativo.

Alle ore 10,00 del 03/05/2011 inizia l'esame della documentazione tecnica per la verifica della sussistenza dei requisiti minimi pena esclusione di ogni singola Ditta.

Al termine delle operazioni di la Commissione stabilisce di ammettere la Ditta Fresenius Kabi al prosieguo delle operazioni di gara in quanto sono presenti tutti i requisiti tecnici previsti a pena esclusione (come da schede allegate) e di convocarla per la campionatura delle attrezzature presso l'A.O.U. San Martino per il giorno **24/05/2011**.

La Commissione stabilisce invece di non ammettere alla valutazione del punteggio di qualità la Ditta Macopharma con le seguenti motivazioni:

- 1) rif. n. 3 "sacche quaduple per la raccolta di sangue intero con filtro in linea per sangue intero ml 450" e rif n 4 "Sacche quaduple T&B per la raccolta sangue intero da 450 ml con filtro in linea emazie concentrate":

- un requisito minimo pena esclusione richiedeva una efficienza di rimozione leucociti $> 4 \log$.
Nelle schede tecniche presentate dalla Ditta questo dato non è riportato;

- un requisito minimo pena esclusione richiedeva leucociti residui $< 1 \times 10^5$ WBC/unità.
Nella catalogo presentato dalla Ditta è indicata una quantità di leucociti residui $< 2 \times 10^5$ WBC/unità;

Inoltre si rileva una discordanza tra quanto dichiarato dalla Ditta e il contenuto delle schede tecniche.

- 2) Rif. n. 7 "Sistemi per pool di BC":

un requisito minimo pena esclusione richiedeva un residuo leucocitario medio $< 1,5 \times 10^5$ WBC/Unità.
Nella catalogo presentato dalla Ditta è indicato una quantità di leucociti residui $< 2 \times 10^5$ WBC/unità;

Inoltre si rileva una discordanza tra quanto dichiarato dalla Ditta e il contenuto delle schede tecniche.

La commissione inoltre, riscontrata la difficoltà a reperire alcune informazioni all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta Fenwall, da mandato agli uffici della Centrale di richiedere alla Ditta l'invio di una comunicazione nella quale sia indicato con precisione dove sia possibile reperire all'interno dei documenti presentati le informazioni necessarie per la valutazione compiuta della documentazione tecnica e si riserva di e di convocarla per la campionatura delle attrezzature presso l'A.O.U. San Martino a data da definire.

La Commissione stabilisce di riconvocare una seconda seduta per il giorno 24/05/2011.

La seduta è tolta alle ore 13,00 circa

Seduta del 24/05/2011

Alle ore 9,30 presso il Centro Trasfusionale dell'A.U.O. San Martino si riunisce nuovamente la Commissione Giudicatrice per ultimare la valutazione della Documentazione Tecnica e per la prova pratica delle attrezzature della Ditta Fresenius.

La Commissione prende atto preliminarmente della nota inviata dalla Centrale alla Ditta Fenwall (prot. n.686 del 03/05/2011 allegata al presente verbale) con la quale era stato richiesto di indicare dove fosse possibile

reperire, all'interno dei documenti presentati in sede di gara, alcune informazioni necessarie per la valutazione della documentazione tecnica.

Prende altresì atto della risposta della suddetta Ditta, acquisita agli atti con prot. n. 716 del 09/05/2011 (allegata al presente verbale) nella quale si rileva che la Ditta in alcuni casi si è limitata a indicare ove reperire le informazioni richieste nella documentazione presentata, ma in altri casi ha fornito ulteriori informazioni che non possono essere accettate in quanto pervenute successivamente. La Commissione dall'esame della risposta pervenuta la Commissione stabilisce di non ammettere alla valutazione del punteggio di qualità la Ditta Fenwall per le seguenti motivazioni:

- 1) La risposta in merito alla **rimovibilità e facile pulizia del piatto della bilancia** non è esaustiva, poiché alla pagina n.15 del progetto (come indicato dalla Ditta) non si evincono queste caratteristiche;
- 2) La risposta in merito alla **possibilità di programmazione** riporta l'elenco indicato nel disciplinare di gara. Al contrario la documentazione tecnica presentata non contempla la lavorazione di:
 - **Concentrato eritrocitario;**
 - **Concentrato eritrocitario privo di buffy coat**
 - **Pool di piastrine da buffy coat;**
 - **Autotrasfusione;**
 - **Emocomponenti per uso prenatale, neonatale e pediatrico.**
- 3) In merito **all'efficienza di rimozione piastrine** per le sacche rif. n 3 e 4, che dovrebbe essere >90%, questo dato è stato inserito nella risposta data dalla Ditta Fenwall, ma non è stato reperito in alcun documento presentato dalla Ditta. Tale dichiarazione non può essere accettata in quanto non facente parte dei documenti presentati in sede di gara.

Al termine di queste valutazioni risulta quindi ammessa alla valutazione del punteggio di qualità solo la Ditta Fresenius.

Alle ore 11, 00 la Commissione procede quindi alla verifica del funzionamento delle attrezzature installate dalla Ditta Fresenius.

Si dà atto che si è proceduto al prelievo di sangue da donatori in data 23/05/2011 e nella mattina del 24/05/2011 (a seconda della tipologia di emocomponenti da lavorare) e le relative sacche vengono messe a disposizione per le prove pratiche.

Viene quindi illustrato dagli incaricati della Ditta Fresenius il funzionamento delle Bilance, dei Saldatori, dello Scompositore, del sistema informatico e del software per il controllo di qualità.

La commissione stabilisce che i prodotti presentati sono conformi a quanto richiesto in sede di gara e procede ad attribuire il relativo punteggio di qualità.

La commissione stabilisce di convocare la seduta per l'apertura delle offerte economiche il giorno 7 giugno 2011 alle ore 10 presso gli uffici della Centrale Acquisti e da mandato agli uffici della Centrale Acquisti di darne formale comunicazione alle ditte offerenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

• **Presidente:**

Dr. Paolo STRADA




• **Componenti:**

Dr.ssa Fiamma ROLLANDI



Dr. Andrea TOMASINI



• **Segretario:**

Dott.ssa Silvia SIMONETTI



	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Sprl	Fresenius Kabi Italia S.r.l
a) scheda informativa in lingua italiana dei prodotti offerti ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4, la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle " Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi";	OK	OK	OK
b) scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa di cui al punto a) e nella documentazione tecnica di cui al presente punto e che non dovranno presentare discordanze o incoerenze tra loro.	OK	OK	OK
c) copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42.	OK	OK	OK
d) dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;	NON PRESENTATA	NON PRESENTATA	NON PRESENTATA

[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]

A) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE (pena esclusione):

1) BILANCE DA PRELIEVO INFORMATIZZATE	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. Attuazione Direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo offerto;	OK	OK	OK
conformità alle norme tecniche per gli apparecchi elettromedicali con riferimento alla sicurezza e alla compatibilità elettromagnetica;	OK	OK	OK
manuale di istruzione in lingua italiana;	OK	OK	OK
apparecchiature di tecnologia avanzata, nuove, non ricondizionate, comprese di eventuali arredi necessari e/o contenitori;	OK	OK	OK
piatto basculante, rimovibile e facilmente pulibile;	OK	NO	OK
allarmi visivi e acustici di flusso lento, assenza di flusso, di incremento di peso eccessivo e di fine donazione;	OK	OK	OK
lettore di codice a barre per l'acquisizione di dati associati ad ogni raccolta programmabile secondo le diverse esigenze dei Centri Trasfusionali;	OK	OK	OK
visualizzazione a display durante la procedura del volume raccolto, del flusso, della durata e possibilità di modificarlo durante la donazione;	OK	NO	OK
interfacciamento bidirezionale per la completa gestione delle informazioni relative alla donazione da ricevere/ trasmettere al sistema gestionale informatico di Struttura, tale da garantire la completa gestione e tracciabilità della donazione;	OK	OK	OK
trasmissione dati in radiofrequenza;	OK	OK	OK

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2) SCOMPOSITORI PER SACCHE DI SANGUE AUTOMATICI INFORMATIZZATI	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
conformità alla normativa vigente europea. La Ditta deve fornire copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo offerto, data del rilascio;	OK	OK	OK
conformità alle norme tecniche per gli apparecchi elettromedicali con riferimento alla sicurezza e alla compatibilità elettromagnetica;	OK	OK	OK
manuale di istruzione in lingua italiana;	OK	OK	OK
alimentazione elettrica a rete;	OK	OK	OK
possibilità di programmare almeno la produzione di emocomponenti elencati nella introduzione;	OK	INCOMPLETA	OK
utilizzo con sacche standard e/o top & bottom anche con filtro in linea integrato;	OK	OK	OK
lettore di codice a barre;	OK	OK	OK
saldatura automatica a fine produzione;	OK	OK	OK
pesatura automatica di vari emocomponenti prodotti (almeno emazie e plasma);	OK	OK	OK
interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale di struttura per avere la possibilità di importazione/esportazione dei dati per la consultazione dei processi relativi ad ogni singola separazione;	OK	OK	OK
apparecchiature di tecnologia avanzata, nuove e di recente produzione, non ricondizionate, comprese di eventuali arredi necessari e/o contenitori.	OK (2007)	OK (1998-2001)	OK (2004)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3) SISTEMA INFORMATICO CONNESSO ALLE APPARECCHIATURE	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
Il software per la gestione della raccolta deve garantire la totale tracciabilità di tutte le operazioni effettuate e dei dati di processo con particolare riferimento a data e ora di prelievo, volume donazione programmato, volume donazione effettivamente ottenuto, durata donazione, numero identificativo della donazione, lotto della sacca, identità della bilancia, dell'operatore, delle provette;	OK	OK	OK
Il software per la gestione del frazionamento deve garantire la totale tracciabilità delle operazioni effettuate e dei dati di processo: data e ora, durata delle procedure, programmi utilizzati, pesi dei singoli prodotti, identificazione dell'operatore, tipo e lotto della sacca, numero della donazione.	OK	OK	OK

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI DISPOSITIVI (pena esclusione):

1) Sacche triple T&B per la raccolta di sangue intero 450 ml	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
conformità alla Farmacopea Ufficiale XI ed.;	OK	OK	OK
conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. Attuazione direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo offerto, data del rilascio;	OK	OK	OK
anticoagulante: CPD (citrato-fosfato- glucosio);	OK	OK	OK
soluzione additiva di conservazione di emazie fino a 42 gg: SAG-Mannitolo o equivalente;	OK	OK	OK
sistema di campionamento costituito da mini sacca tale da consentire la deviazione del primo volume di sangue della donazione (almeno 30 ml) per l' esecuzione dei test diagnostici, tale da garantire la totale assenza di contaminazione da anticoagulante nei campioni biologici e la riduzione della contaminazione batterica degli emocomponenti. Il sistema deve possedere camicia preassemblata compatibile con qualsiasi tipo di provetta;	OK	OK	OK
tratto di tubo tra ago e sistema di campionamento libero da CPD;	OK	OK	OK
aghi di elevata qualità da 16G;	OK	OK	OK
copri ago di sicurezza preassemblato;	OK	OK	OK
conservazione dei buffy-coat a 5 giorni;	OK	OK	OK
confezione singola trasparente;	OK	OK	OK
etichettatura secondo la normativa vigente;	OK	OK	OK
latex free.	OK	OK	OK
2) Sacca Standard quadrupla per la raccolta di sangue intero 450 ml	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
conformità alla Farmacopea Ufficiale XI ed.;	OK	OK	OK
conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. Attuazione direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo offerto, data del rilascio;	OK	OK	OK
anticoagulante: CPD (citrato-fosfato- glucosio);	OK	OK	OK
soluzione additiva di conservazione di emazie fino a 42 gg: SAG-Mannitolo o equivalente;	OK	OK	OK
sistema di campionamento costituito da mini sacca tale da consentire la deviazione del primo volume di sangue della donazione (almeno 30 ml) per l' esecuzione dei test diagnostici, tale da garantire la totale assenza di contaminazione da anticoagulante nei campioni biologici e la riduzione della contaminazione batterica degli emocomponenti. Il sistema deve possedere camicia preassemblata compatibile con qualsiasi tipo di provetta;	OK	OK	OK
tratto di tubo tra ago e sistema di campionamento libero da CPD;	OK	OK	OK
aghi di elevata qualità da 16G;	OK	OK	OK

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]

Centrale Regionale di Acquisto

copri ago di sicurezza preassemblato;	OK	OK	OK
conservazione dei buffy-coat a 5 giorni;	OK	OK	OK
confezione singola trasparente;	OK	OK	OK
etichettatura secondo la normativa vigente;	OK	OK	OK
latex free.	OK	OK	OK
3) Sacche quaduple per la raccolta sangue intero con filtro in linea per sangue intero ml 450:	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
conformità alla Farmacopea Ufficiale XI ed.;	OK	OK	OK
conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. Attuazione direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo offerto, data del rilascio;	OK	OK	OK
anticoagulante: CPD (citrato-fosfato- glucosio);	OK	OK	OK
soluzione additiva di conservazione di emazie fino a 42 gg. SAG-Mannitolo o equivalente;	OK	OK	OK
sistema di campionamento costituito da mini sacca tale da consentire la deviazione del primo volume di sangue della donazione (almeno 30 ml) per l' esecuzione dei test diagnostici, tale da garantire la totale assenza di contaminazione da anticoagulante nei campioni biologici e la riduzione della contaminazione batterica degli emocomponenti. Il sistema deve possedere camicia preassemblata compatibile con qualsiasi tipo di provetta;	OK	OK	OK
tratto di tubo tra ago e sistema di campionamento libero da CPD;	OK	OK	OK
aghi di elevata qualità da 16G;	OK	OK	OK
copri ago di sicurezza preassemblato;	OK	OK	OK
conservazione dei buffy-coat a 5 giorni;	OK	OK	OK
confezione singola trasparente;	OK	OK	OK
etichettatura secondo la normativa vigente;	OK	OK	OK
latex free.	OK	OK	OK
efficienza rimozione leucociti: > 4 log;	NON DICHIARATO	OK	OK
leucociti residui < 1 x 10 ⁹ WBC/unità;	<2 x 10 ⁵	<1 x 10 ⁴	<1 x 10 ⁵
rimozione piastrine > 90%;	>95%	NON DICHIARATO	>90%
recupero eritrocitario > 90%;	>90%	>90%	>95%
corpo del filtro di consistenza morbida o rigida;	MORBIDO	RIGIDO	RIGIDO
4) Sacche quaduple T&B per la raccolta sangue intero da 450 ml con filtro in linea emazie concentrate :	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
conformità alla Farmacopea Ufficiale XI ed.;	OK	OK	OK
conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. Attuazione direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del	OK	OK	OK

Centrale Regionale di Acquisto

dispositivo offerto, data del rilascio;			
anticoagulante: CPD (citrato-fosfato- glucosio);	OK	OK	OK
soluzione additiva di conservazione di emazie fino a 42 gg: SAG-Mannitolo o equivalente;	OK	OK	OK
sistema di campionamento costituito da mini sacca tale da consentire la deviazione del primo volume di sangue della donazione (almeno 30 ml) per l' esecuzione dei test diagnostici, tale da garantire la totale assenza di contaminazione da anticoagulante nei campioni biologici e la riduzione della contaminazione batterica degli emocomponenti. Il sistema deve possedere camicia preassemblata compatibile con qualsiasi tipo di provetta;	OK	OK	OK
tratto di tubo tra ago e sistema di campionamento libero da CPD;	OK	OK	OK
aghi di elevata qualità da 16G;	OK	OK	OK
copri ago di sicurezza preassemblato;	OK	OK	OK
conservazione dei buffy-coat a 5 giorni;	OK	OK	OK
confezione singola trasparente;	OK	OK	OK
etichettatura secondo la normativa vigente;	OK	OK	OK
latex free.	OK	OK	OK
efficienza rimozione leucociti: > 4 log;	NON DICHIARATO	OK	OK
leucociti residui < 1×10^5 WBC/unità;	$< 2 \times 10^5$	$< 1 \times 10^4$	$< 1 \times 10^5$
rimozione piastrine > 90%;	>95%	NON DICHIARATO	>90%
recupero eritrocitario > 90%;	>90%	>90%	>95%
corpo del filtro di consistenza morbida;	MORBIDO	RIGIDO	MORBIDO
5) Sacche singole per predeposito/salasso 450 ml	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
conformità alla Farmacopea Ufficiale XII ed.;	OK	OK	OK
conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. Attuazione direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo offerto, data del rilascio;	OK	OK	OK
anticoagulante: CPDA-1;	OK	OK	OK
sistema di campionamento costituito da mini sacca tale da consentire la deviazione del primo volume di sangue della donazione (circa 30 ml) per l' esecuzione dei test diagnostici, tale da garantire la totale assenza di contaminazione da anticoagulante nei campioni biologici e la riduzione della contaminazione batterica degli emocomponenti. Il sistema deve possedere camicia preassemblata compatibile con qualsiasi tipo di provetta;	OK	OK	OK
dispositivo per infusione rapida di liquidi;	OK	OK	OK
aghi di elevata qualità;	OK	OK	OK
copriago di sicurezza preassemblato;	OK	OK	OK

Controllo Regionale di Acquisto

confezione singola trasparente;	OK	OK	OK
etichettatura secondo la normativa vigente;	OK	OK	OK
Latex free.	OK	OK	OK
6) Sacche per aliquote	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
sistema preassemblato per preparare fino a 4 od 8 aliquote di emocomponenti;	4	4	8
volume sacche 100 ml;	150ML	150ML	100ML
tubi compatibili con sistemi di connessione sterile;	OK	OK	OK
etichettatura conforma al quadro legislativo;	OK	OK	OK
Latex free;	OK	OK	OK
confezionamento singolo.	OK	OK	OK
7) Sistemi per pool di BC	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
Sistema preassemblato per il trasferimento e la lavorazione dei BC, adibito alla produzione ed alla filtrazione di concentrati piastrinici;	OK	OK	OK
residuo leucocitario medio $<1,5 \times 10^5$ WBC/Unità;	$<2 \times 10^5$	$<1 \times 10^4$	$<5 \times 10^4$
recupero piastrinico medio $> 85\%$;	$>95\%$	$>90\%$	$>95\%$
linee preconnesse con perforatori/tubi per assemblare fino a 6 BC e la sol. additiva;	OK	OK	OK
volume sacca raccolta del concentrato piastrinico: 1000 ml;	1300	1300	1000
tubi compatibili con sistemi di connessione sterile;	OK	OK	OK
lotti e tipologia sistema indicati anche con codice posizionati in modo da rimanere visibili anche dopo etichettatura;	OK	OK	OK
etichettatura conforma al quadro legislativo.	OK	OK	OK
8) Soluzione conservante per plt	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
Volume soluzione 300 mL;	OK	OK	OK
Ph 7.2;	OK	OK	OK
tubi compatibili con sistemi connessione sterile;	OK	OK	OK
lotto e tipologia prodotto indicati anche con codice a barre;	OK	OK	OK
etichettatura conforme alla normativa vigente;	OK	OK	OK
confezionamento singolo.	OK	OK	OK
9) Sacche Transfer 300 o 400/600/1.000 ml	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
conformità alla Farmacopea Ufficiale XII ed.;	OK	OK	OK
conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. Attuazione direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo offerto, data del rilascio;	OK	OK	OK
confezione singola trasparente;	OK	OK	OK

Centrale Regionale di Acquisto

Latex free;	OK	OK	OK
presenza di perforatore;	OK	OK	OK
etichettatura secondo la normativa vigente.	OK	OK	OK
10) Sacche ad alta diffusione di 02 per la conservazione del concentrato piastrinico fino a 7 giorni	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
conformità alla Farmacopea Ufficiale XII ed.;	OK	OK	OK
conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. Attuazione direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo offerto, data del rilascio;	OK	OK	OK
confezione singola trasparente;	OK	OK	OK
Latex free;	OK	OK	OK
presenza di perforatore o tubo per connessione sterile;	OK	OK	OK
etichettatura secondo la normativa vigente.	OK	OK	OK

C) PROGETTO (requisiti minimi pena esclusione)

1) FORNITURA APPARECCHIATURE:	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
Apparecchiature: nuove di fabbrica, non ricondizionate e di ultima generazione. Le stesse dovranno avere un livello correlato alle necessità dei Centri Trasfusionali interessati e possedere una tecnologia avanzata, in base alle specifiche tecniche-organizzative dei diversi Centri Trasfusionali interessati;	OK	OK	OK
tutte le apparecchiature e le attrezzature per lo svolgimento dell'attività dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro (D.P.R.459 del 24 Luglio 1996 e ss.mm.ii., D.Lgs.81 del 30/04/08);	OK	OK	OK
sulla base dei quantitativi minimi indicati nell'allegato A1 al presente capitolato, il numero ed il tipo di apparecchiature che si intende installare presso ciascun centro di utilizzo, nonché il numero di codice ed il nome commerciale delle stesse;	OK	OK	OK
le caratteristiche tecniche, funzionali e la potenzialità delle apparecchiature proposte (allegando altresì depliant illustrativi), nonché dichiarazione di conformità ai requisiti minimi richiesti;	OK	OK	OK
la gamma completa delle procedure che le apparecchiature proposte sono in grado di effettuare;	OK	OK	OK
le specifiche input/output di collegamento con il sistema computerizzato di gestione dei Centri Trasfusionali, le eventuali opere edili o altri accorgimenti necessari per l'installazione;	OK	OK	OK
gli impianti elettrici o idraulici, stabilizzatori, gruppi di continuità da realizzarsi, l'eventuale necessità di condizionamento dei locali specificando temperatura ed umidità;	OK	OK	OK
quant'altro la Ditta ritenga indispensabile per il buon funzionamento delle apparecchiature proposte;	OK	OK	OK
le referenze (elenco ed anno di consegna delle principali e più significative installazioni di apparecchiature dello stesso tipo di quelle proposte);	OK	OK	OK
le referenze (elenco ed anno di consegna delle principali e più significative installazioni in bidirezionalità);	OK	OK	OK
la disponibilità ad effettuare prove pratiche del sistema proposto presso il Centro Trasfusionale della A.O.U. San Martino (strumentazione, prodotti e materiali di consumo);	OK	OK	OK
la documentazione tecnico-scientifica disponibile;	OK	OK	OK
l'accreditamento e certificazione (norme UNI ENI ISO 9001/3 e ss.mm.ii.)	OK	OK	OK
2) FORNITURA DISPOSITIVI:	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
numero di codice e nome commerciale dei prodotti offerti; tipo di confezione offerta;	OK	OK	OK
validità assicurata in rapporto alla data di scadenza dei dispositivi al momento della consegna e comunque non inferiore a mesi 12;	OK	OK	OK
i dispositivi devono essere conformi alle normative vigenti europee.	OK	OK	OK
3) ASSISTENZA TECNICA:	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
	OK	OK	OK

Consorzio Regionale di Acquisto

4) DOCUMENTAZIONE.	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
	OK	OK	OK
5) MANUTENZIONE	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
Installazione.	OK	OK	OK
Manutenzione preventiva.	OK	OK	OK
Manutenzione ordinaria (o programmata)	OK	OK	OK
Manutenzione Correttiva (su "guasto").	OK	OK	OK
Numero interventi	OK	OK	OK
Tempo di risoluzione guasto	OK	OK	OK
6) RISORSE INFORMATICHE PER L'INTERFACCIAMENTO CON IL GESTIONALE DEI CENTRI TRASFUSIONALI	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
	OK	OK	OK
7) AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
	OK	OK	OK
8) CARATTERISTICHE HARDWARE PER INTERFACCIAMENTO	Maco Pharma	Fenwal Europe	Fresenius Kabi
	OK	OK	OK

Ditta: Fresenius Kabi Italia S.r.l

A) CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE (MAX P.TI 25)

Bilancia (MAX PUNTI 15)	PUNTI max	Punti Attribuiti
Semplicità d'uso e leggibilità del display *	1,5	1,5
Possibile funzionamento anche a batteria	2	2
Sensore di presenza del tubo nella clamp	1	1
Modalità di trasmissione dei dati (se in tempo reale o differito, automatico o manuale) *	1,5	1,5
Presenza di saldatore per tubi *	2,5	2,5
Ore di autonomia in caso di funzionamento a batteria	2,5	2,5
Numero di donazioni memorizzabili prima del blocco della bilancia *	2,5	2,5
Tempo di ricarica della batteria *	1,5	1,5
Totale Punti	15	15

Scompositore (MAX P.TI 10)	PUNTI max	Punti Attribuiti
Numero di saldatori incorporati nello strumento per la saldatura dei tubi dei vari emocomponenti *	2	2
Minuti necessari per una separazione standard (sacca tripla top and bottom) *	2	1,5
Numero di emocomponenti effettivamente pesati *	2	1
Numero di programmi reimpostabili *	1	1
Modalità di trasmissione dei dati *	1	1
Possibile utilizzo anche con sacche diverse	1	1
Numero di dati registrabili (operatore, CDM lotto etc.) *	1	1
Totale Punti	10	8,5

B) CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI (MAX P.TI 6)

CARATTERISTICA	PUNTI max	Punti Attribuiti
Caratteristica del copriago di sicurezza (praticità e sicurezza)	2	2
Caratteristica dei dispositivi di campionamento (caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi)	2	2
Caratteristiche del confezionamento (facilità di apertura e resistenza dell'involucro)	2	2
Totale Punti	6	6

C) CONTENUTI DEL PROGETTO (MAX P.TI 9)

Assistenza tecnica (max p.ti 5)	PUNTI max	Punti Attribuiti
Numero di visite di manutenzione preventiva/anno oltre le due visite minime/anno *	1	1
Presenza di hot-line per la soluzione dei problemi	1	1
Assistenza presente anche al Sabato	2	2
Dichiarazione di disponibilità del fornitore a modificare i parametri di impostazione dei macchinari a fronte di nuove necessità operative dei SIT	1	1
Totale Punti	5	5

Formazione (max p.ti 4)	PUNTI max	Punti Attribuiti
Ore di formazione al momento della fornitura *	1	1
Numero di sedi e di operatori dove viene offerta la formazione *	2	2
Ore di formazione ulteriori in corso di fornitura (totale annuo)*	1	1
Totale Punti	4	4

Totale Punti Qualità	PUNTI Max	Punti Attribuiti
	40	38,5
AMMESSA	SI	

ALLEGATO N. 4

ALLA DELIBERAZIONE N. 57 DEL 25/08/2011

**Verbale valutazione della documentazione tecnica presentata
a sanatoria e campionatura sistemi**

Sedute del 07/06/2011 e 16/06/2011

Dirigente responsabile: dott.ssa Silvia SIMONETTI tel. 010/4102214
e-mail: silvia.simonetti@regione.liguria.it
Funzionario referente: dott.ssa Paola BURLANDO tel. 010/4102577
e-mail: paola.burlando@regione.liguria.it
Estensore del documento: Sig. Roberto BORETTI tel. 010/4102570
e-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it

Procedura negoziata per la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di anni due - Lotto Unico . Numero gara: 930665

**Verbale della Commissione Giudicatrice.
Sanatoria offerta presentata
Seduta del 07/06/2011**

Il giorno sette del mese di Giugno dell'anno duemilaundici, alle ore 10,00, presso la Sala riunioni dell'ospedale Villa Scassi (palazzina uffici amministrativi), si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con deliberazione n. 31 del 15/04/2011 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la verifica della documentazione presentata dalle Ditte concorrenti ai fini della assegnazione dei punteggi relativamente al parametro qualità. Sono presenti i Signori:

Dr. Paolo STRADA	Direttore S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale A.O.U. San Martino - Genova	PRESIDENTE
Dr.ssa Fiamma ROLLANDI	Direttore S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Ospedale di La Spezia - ASL 5 Spezzino	COMPONENTE
Dr. Andrea TOMASINI	Direttore S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ASL 2 Savonese	COMPONENTE

E' presente altresì la dr.ssa Silvia Simonetti, dirigente della Centrale, che svolge le funzioni di segretario della Commissione, assistita dalla dr.ssa Paola Burlando collaboratore amm.vo esperto della Centrale e dal Sig. Roberto Boretti Assistente Amm.vo della Centrale.

La seduta non è pubblica.

La Commissione Giudicatrice dà preliminarmente atto:

- che il giorno 24/05/2011 alle ore 11,00 presso il Centro Trasfusionale dell'A.U.O. San Martino si è proceduto alla valutazione della campionatura dei prodotti offerti dalla Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. come da verbale prot. n.776 del 25/05/2011 e che dallo stesso risultavano escluse dalla valutazione del punteggio di qualità le Ditte MacoPharma S.r.l. e Fenwal Europe Sprl;
- che successivamente la Centrale Acquisti, nell'esercizio dei propri poteri di controllo, ha riscontrato l'assenza di un requisito minimo pena esclusione nell'offerta presentata dalla Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. in merito allo Scompositore;
- che la Centrale Acquisti, per poter procedere all'aggiudicazione della fornitura, ha richiesto alle Ditte Fresenius Kabi Italia S.r.l. con nota n.798 del 27/05/2011, MacoPharma S.r.l. con nota n.799 del 27/05/2011 e Fenwal Europe Sprl con nota n. 800 del 27/05/2011 di sanare la loro situazione presentando prodotti conformi al Capitolato;



La Commissione per razionalizzare i propri lavori stabilisce di effettuare la valutazione della documentazione, procedendo per singole Ditte nel seguente ordine:

1. MacoPharma S.r.l.;
2. Fenwal Europe Sprl;
3. Fresenius Kabi Italia S.r.l..

La Commissione stabilisce inoltre la procedura che verrà seguita all'apertura dei plichi sigillati:

- a. il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei plichi pervenuti procederà, ad aprire gli stessi;
- b. verrà accertato che in tutti i plichi (**Busta 3**) sia presente la documentazione indispensabile, pena esclusione, richiesta nel Disciplinare di Gara. In mancanza di tale documentazione non si procederà alla valutazione degli item di punteggio;
- c. si passerà quindi ad esaminare accuratamente la documentazione tecnica dei prodotti offerti presentata da ciascuna Ditta concorrente al fine di verificare la conformità al capitolato tecnico;
- d. verrà appuntato, contestualmente all'esame della documentazione, sulla scheda all'uopo predisposta per ciascuna ditta:
 - la presenza o meno della documentazione minima essenziale pena esclusione;
 - la sussistenza di tutti i requisiti minimi pena esclusione;
 - il dato qualitativo del prodotto offerto in corrispondenza di ogni item previsto per ciascun parametro attribuendo il valore che determina l'attribuzione del punteggio;
- e. verrà determinato, alla fine della valutazione tecnica della documentazione, il punteggio ottenuto da ciascuna mediante la sommatoria dei punti attribuiti per singolo item qualitativo.


Alle ore 10.00 del 07/06/2011 inizia l'esame della documentazione tecnica per la verifica della sussistenza dei requisiti minimi pena esclusione di ogni singola Ditta.

Al termine delle operazioni di verifica la Commissione stabilisce di ammettere le Ditte MacoPharma S.r.l. e Fresenius Kabi al prosieguo delle operazioni di gara in quanto sono presenti tutti i requisiti tecnici previsti a pena esclusione (come da schede allegate) e di convocarle per la campionatura delle attrezzature presso l'A.O.U. San Martino per il giorno **16/06/2011**.

La Commissione stabilisce invece di ammettere con riserva la Ditta Fenwal Europe Sprl al prosieguo delle operazioni di gara in quanto non ha presentato nuovi prodotti bensì nuove schede tecniche dei medesimi prodotti già a suo tempo offerti.

La Commissione stabilisce di riconvocare una seconda seduta per il giorno 18/06/2011.

La seduta è tolta alle ore 12,00 circa.



ALCUNE CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE (MAX P.TI 28)	Dati Rilevati			PUNTI max	Punteggio			note
	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Sprl		Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Sprl	
Bilancia (MAX PUNTI 15)								
Semplicità d'uso e leggibilità del display *	si	si	si	1,5	1,5	1	0,5	
Possibile funzionamento anche a batteria	si*	si	si	2	2	2	2	
Sensore di presenza del tubo nella clamp	si	si + memory card	tutto	1,5	1	0,5	0,5	*doppio sensore
Modalità di trasmissione dei dati (se in tempo reale o differito, automatico o manuale) *	Si	si	no	2,5	2,5	2,5	0	
Presenza di saldatore per tubi *	6	11	6	2,5	1,36	2,5	1,36	
Ore di autonomia in caso di funzionamento a batteria	500 (Variabile su dati)	1000	199	2,5	1,25	2,5	0,50	
Numero di donazioni memorizzabili prima del blocco della bilancia *	4	8	2	1,5	0,75	0,38	1,5	
Tempo di ricarica della batteria *				15	11,36	12,88	7,36	
Totale Punti								
Compositore (MAX P.TI 10)								
Numero di saldatori incorporati nello strumento per la saldatura dei tubi dei vari emocomponenti *	6	5	4	2	2	1,67	1,33	
Minuti necessari per una separazione standard (sacca tripla top and bottom) *	4,21	2,2	4,25	2	1,05	2,00	1,04	
Numero di emocomponenti effettivamente pesati *	3	4	3	2	1,5	2	1,5	
Numero di programmi reimpostabili *	50	50	50	1	1	1	1	
Modalità di trasmissione dei dati *	Wireless	Wireless	Wireless	1	1	1	1	
Possibile utilizzo anche con sacche diverse	Si	Si	Si	1	1	1	1	
Numero di dati registrabili (operatore, CDM lotto etc.) *	infinito	infinito	Infinito	1	1	1	1	
Totale Punti				10	8,55	9,67	7,87	

dato ottenuto dalla media dei tempi di n° 2 separazioni

B) CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI (MAX P.TI 6)	Dati Rilevati		PUNTI max	Punteggio	
	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.		Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.
CARATTERISTICA					
Caratteristica del copriago di sicurezza (praticità e sicurezza)			2	2	1
Caratteristica dei dispositivi di campionamento (caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi)			2	0	0
Caratteristiche del confezionamento (facilità di apertura e resistenza dell'involucro)		**	2	2	1,5
Totale Punti			6	4	2,5
C) CONTENUTO DEL PROGETTO (MAX P.TI 8)	Dati Rilevati		PUNTI max	Punteggio	
	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.		Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.
Assistenza tecnica (max p.ti 6)					
Numero di visite di manutenzione preventiva/anno oltre le due visite minime/anno *	1	1	1	1	1
Presenza di hot-line per la soluzione dei problemi	lun sab 8.30-17.30	lun sab 7-18	1	1	1
Assistenza presente anche al Sabato	si +d.m*	no	2	2	0
Dichiarazione di disponibilità del fornitore a modificare i parametri di impostazione dei macchinari a fronte di nuove necessità operative del SIT	si	si	1	1	1
Totale Punti			5	5	3
Formazione (max p.ti 4)	Dati Rilevati		PUNTI max	Punteggio	
	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.		Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.
Ore di formazione al momento della fornitura *	illim	illim	1	1	1
Numero di sedi e di operatori dove viene offerta la formazione *	illim	illim	2	2	2
Ore di formazione ulteriori in corso di fornitura (totale annuo)*	illim	illim	1	1	1
Totale Punti			4	4	4
			PUNTI Max 40	32,91	32,04
			AMMESSA	si	si

* involucro rigido e tagliente
 ** involucro meno resistente

assistenza anche la domenica

Handwritten signatures and initials.

Centrale Regionale di Acquisti

La commissione stabilisce di convocare la seduta per l'apertura delle offerte economiche il giorno 27 giugno 2011 alle ore 9,30 presso gli uffici della Centrale Acquisti e da mandato agli uffici della Centrale Acquisti di darne formale comunicazione alle ditte offerenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

La seduta è tolta alle ore 16,30 circa.

• **Presidente :**

Dr. Paolo STRADA



• **Componenti:**

Dr. ssa Fiamma ROLLANDI




Dr. Andrea TOMASINI



• **Segretario:**

Dott. ssa Silvia SIMONETTI



ALLEGATO N. 5

ALLA DELIBERAZIONE N. 57 DEL 25/08/2011

Verbale di revisione delle valutazioni sulle offerte tecniche

Seduta del 28/07/2011

CRA

Centrale Regionale di Acquisti

REGIONE LIGURIA
Consorzio
Centrale Regionale Acquisti



Dirigente responsabile: dott.ssa Silvia SIMONETTI tel. 010/4102214
e-mail: silvia.simonetti@regione.liguria.it
Funzionario referente: dott.ssa Paola BURLANDO tel. 010/4102577
e-mail: paola.burlando@regione.liguria.it
Estensore del documento: Sig. Roberto BORETTI tel. 010/4102570
e-mail: roberto.boretto@regione.liguria.it

REGISTRO UFFICIALE

Protocollo n. 1064

del 29/04/2011

Procedura negoziata per la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di anni due - Lotto Unico . Numero gara: 930665

**Verbale della Commissione Giudicatrice.
Revisione della valutazione offerte tecniche
Seduta del 28/07/2011**

Il giorno ventotto del mese di luglio dell'anno duemilaundici, alle ore 17,00, presso il Centro Trasfusionale dell'A.U.O. San Martino, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con deliberazione n. 31 del 15/04/2011 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la revisione della valutazione delle offerte tecniche ai fini della assegnazione dei punteggi relativamente al parametro qualità. Sono presenti i Signori:

Dr. Paolo STRADA	Direttore S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale A.O.U. San Martino - Genova	PRESIDENTE
Dr.ssa Fiamma ROLLANDI	Direttore S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Ospedale di La Spezia - ASL 5 Spezzino	COMPONENTE
Dr. Andrea TOMASINI	Direttore S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ASL 2 Savonese	COMPONENTE

La seduta non è pubblica.

La Commissione Giudicatrice dà preliminarmente atto:

- che il giorno 16/06/2011 presso il Centro Trasfusionale dell'A.U.O. San Martino si è proceduto alla valutazione della campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte Fresenius Kabi Italia S.r.l., MacoPharma S.r.l. e Fenwal Europe Spri
- che a seguito della campionatura sono stati attribuiti i punteggi relativi al parametro qualità, come da Verbale prot. 929 del 16/06/2011, pubblicato sul sito informatico della Centrale,
- che successivamente alla pubblicazione di suddetto verbale sono pervenute alla Centrale le seguenti comunicazioni da parte delle Ditte concorrenti (che si allegano al presente verbale):
 - richiesta di chiarimenti da parte della Ditta MacoPharma S.r.l. con note n. 170611 del 17/06/2011 (ns. prot. n. 939 del 20/06/2011) e n. 200611 del 21/06/2011 (ns. prot. 951 del 21/06/2011);
 - richiesta di revisione dei punteggi da parte della Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. con nota n. GD/CF/bg/555/2011 del 17/06/2011 (ns. prot. 943 del 20/06/2011);
 - richiesta di revisione dei punteggi Ditta Fenwal Europe Spri con nota del 23/06/2011 (ns. prot. 961 del 27/06/2011).
- che suddette comunicazioni sono state trasmesse dalla Centrale ai componenti della Commissione Giudicatrice per le opportune valutazioni.

La Commissione procede pertanto all'analisi di quanto indicato nelle suddette comunicazioni delle Ditte Concorrenti e di seguito si riporta nei rilievi delle Ditte e relative valutazioni della Commissione.

Consorzio Centrale Regionale Acquisti

Via S. Bartolomeo 40 - 16126 Genova - C.F. n. 01820050996

Tel. +39 010 4102336 - Fax +39 010 4102337

A) Ditta MacoPharma S.r.l.:

Quesito 1) Pur dichiarando di avere riscontrato l'assenza di un requisito minimo -pena esclusione - nell'offerta presentata dalla ditta Fresenius Kabi in merito allo scompositore, non sono state da Voi verbalizzate le specifiche di tale requisito minimo, al contrario di quanto ampiamente e dettagliatamente pubblicato circa le motivazioni di esclusione delle ditte Fenwal e MacoPharma.

Vi chiediamo quindi di venire a conoscenza dei motivi dell'esclusione.

La Commissione comunica che il requisito minimo assente che ha determinato l'esclusione dello scompositore offerto dalla Ditta Fresenius è la sua natura di "strumento da laboratorio" e non di "dispositivo medico", così come richiesto dal Capitolato Tecnico della gara.

Si precisa, tuttavia, che i motivi di esclusione delle Ditte Fenwal e MacoPharma sono stati inseriti nel Verbale del 03/05/2011 in quanto rilevati dalla Commissione Giudicatrice stessa, mentre il motivo di esclusione della Ditta Fresenius è stato rilevato dalla Stazione Appaltante, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, successivamente alla redazione di suddetto Verbale.

Quesito 2) Dall'analisi del punteggio di qualità del suddetto verbale si fa presente quanto segue:

- Per la bilancia alla voce "semplicità d'uso e leggibilità del display" chiediamo dei chiarimenti circa la differenza di punteggio attribuitoci rispetto al punteggio massimo. In quanto come si evince dalla documentazione allegata, il ns. display è panoramico di 1/4 di VGA (pari a 9x12 cm) è tra i più grandi sul mercato, e visualizza, in maniera chiara e semplice, tutte le informazioni utili all'operatore.
- Per la bilancia alla voce "sensore di presenza del tubo nella clamp" chiediamo che ci venga riconosciuto il punteggio massimo previsto in quanto la ns. bilancia, come dimostrato anche nell'allegato "F4", presenta n. 2 (due) sensori di presenza tubo.
- Per "contenuti del progetto": alla voce "assistenza tecnica presente anche il sabato" avete indicato "NO" e ci avete attribuito "ZERO" punti, quando invece nell'allegato "F4" ed anche nel ns. progetto tecnico (in estratto allegato) era chiaramente indicata la disponibilità anche il sabato.
- Per la bilancia alla voce "tempo di ricarica della batteria": si fa presente che la ns. bilancia viene ricaricata durante l'utilizzo con alimentazione a rete, pertanto le n. 8 ore di ricarica non sono da considerarsi "ferma macchina".

- La Commissione ha assegnato il punteggio valutando entrambi i parametri "semplicità d'uso e leggibilità del display" della bilancia e ritiene di non dover variare il punteggio precedentemente assegnato.
- Dall'analisi del Capitolato Tecnico, il requisito richiesto era la presenza di almeno 1 sensore. Poiché tutti prodotti offerti presentano questa caratteristica, la Commissione stabilisce di variare il punteggio precedentemente attribuito e di assegnare 1 punto a tutte le Ditte Offerenti relativamente a questo parametro.
- Per quanto riguarda l'assistenza tecnica al sabato, la Commissione, pur rilevando che la Ditta MacoPharma ha presentato un progetto poco leggibile e con dei punti contraddittori che possono essere oggetto di valutazioni non sempre univoche (ad esempio a pagina 46, si dichiara che l'assistenza specialistica è da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e nella pagina successiva si fa riferimento all'assistenza anche al sabato, ma non è chiaro se la stessa sia solo telefonica o anche comprensiva dell'intervento tecnico) ritiene di rivedere il punteggio assegnato e di attribuire alla Ditta MacoPharma il punteggio massimo previsto di punti 2 per questo parametro.
- La Commissione precisa che per "tempo di ricarica della batteria" s'intende il tempo di ricarica a batteria scarica, pertanto ritiene di non dover modificare il punteggio attribuito.

Quesito 3) Da quanto emerge dalle documentate informazioni tecnico/commerciali in ns. possesso, non ci risulta che la concorrenza:

- disponga di un "doppio sensore fisico" per la rilevazione della di presenza del tubo nella clamp,
- la bilancia non possa essere ricaricata durante l'alimentazione in rete.

- La Commissione ribadisce che il requisito richiesto era la presenza di almeno 1 sensore e pertanto è stato assegnato 1 punto a ciascuna Ditta Offerente.

- Per quanto riguarda la possibilità di ricarica durante l'alimentazione in rete, questo elemento non risulta essere tra i requisiti richiesti e pertanto non è stato oggetto di attribuzione di punteggio di qualità da parte della Commissione.

Quesito B) Contenuto dei dispositivi

Nelle caratteristiche migliorative, noi vi abbiamo offerto come nuovo prodotto, la sacca cod. "LQT6281LR" provvista di un luer per la reiniezione: accessorio da Voi richiesto nel capitolato tecnico rif. al Bando del 31/07/2010. Questo accessorio a ns. parere dovrebbe essere considerato come caratteristica migliorativa rispetto a i requisiti minimi.

La Commissione conferma che il dispositivo presentato in seconda istanza, cod. LQT6281LR, sostituisce il precedente, che non presentava i requisiti minimi richiesti e che aveva determinato l'esclusione della Ditta MacoPharma dalla procedura di gara. Tuttavia il Capitolato Tecnico della Procedura Negoziata prevedeva, in ordine ai dispositivi, l'attribuzione di punteggio per i seguenti parametri:

- * caratteristiche copri ago di sicurezza – punti 2,
- * caratteristiche dei dispositivi di campionamento – punti 2,
- * caratteristiche del confezionamento – punti 2.

L'esistenza di un luer per reiniezione non è una caratteristica soggetta a punteggio di qualità ed inoltre il riferimento al Capitolato Tecnico del bando del 26/07/2010 è irrilevante in quanto, la procedura aperta è andata deserta.

Quesito C) Nella voce "assistenza anche al sabato" avete assegnato 2 punti (valore massimo) alla Ditta che ha offerto assistenza anche la Domenica.

La Vostra richiesta era limitata al sabato e quindi la nostra proposta risponde al 100% alle Vs. esigenze; se avevate la necessità dell'assistenza anche nella giornata di domenica avreste dovuto inserirlo come richiesta in sede di gara e noi Vi avremmo potuto dare la ns. disponibilità.

Non riteniamo giusto premiare chi offre qualcosa che non era richiesto, cioè una variante della vostra formale richiesta.

Dall'analisi del Capitolato La Commissione ha verificato che la presenza di assistenza anche la Domenica non è un parametro soggetto ad attribuzione di punteggio di qualità e pertanto vengono assegnati punti 2 a tutte le Ditt Offerenti in quanto tutte presentano l'assistenza al sabato prevista dal Capitolato.

B) Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l..

Quesito 1) Nella prova pratica ufficiale eseguito in data 16/06/2011 Fresenius ha mostrato la Bilancia Compoguard Complete con saldatore integrato.

Questo prodotto di fascia più alta, in conformità a quanto richiesto nel capitolato tecnico tra le caratteristiche della bilancia, è stato regolarmente presentato e descritto nella documentazione tecnica di gara e indicato anche nell'offerta. A merito di questo Fresenius ha ottenuto il massimo del punteggio previsto di 2,5 punti.

Contrariamente, sempre in occasione delle suddette prove ufficiali, sia la ditta Fenwal che Macopharma hanno mostrato un saldatore indipendente e non integrato nella bilancia.

Avendo Bectel ottenuto un punteggio pari a 0 punti e visto che quanto mostrato in prova deve corrispondere a quanto offerto, al fine di una corretta valutazione da parte della commissione tecnica, riteniamo adeguata che anche Macopharma debba ottenere lo stesso punteggio di 0 punti.

La Commissione conferma di aver verificato durante la Campionatura che la bilancia offerta dalla Ditta MacoPharma presenta una pinza saldante direttamente collegata alla bilancia da prelievo e pertanto il punteggio assegnato risulta corretto.

Quesito 2) Sempre in riferimento alla valutazione della bilancia, alla voce "Tempo di ricarica della batteria" per la ditta Fresenius troviamo indicato 4 ore. In realtà sulla nostra documentazione tecnica di gara (Questionario Tecnico Vs. Atf. F4 a pag 3-5 Progetto Tecnico a pag 8 - Scheda Tecnica a pag 2) risulta indicato <2 ore. Alla



Centrale Regionale di Acquisti

In luce di quanto riteniamo si debba rivedere la valutazione tecnica con l'assegnazione a Fresenius del punteggio massimo riconosciuto anche a Fenwal di 1,5 punti.

La Commissione ha riscontrato che, per mero errore materiale, è stato rilevato un tempo di ricarica batteria di 4 ore anziché il tempo di ricarica batteria inferiore alle 2 ore indicato dalla Ditta. Si ritiene pertanto di dover attribuire il punteggio corretto (parametrato ai tempi delle altre Ditte offerenti) pari a punti 1,5.

C) Ditta Fenwal Europe Sprl;

Caratteristiche della apparecchiature: bilancia

Alla voce numero di donazioni memorizzabili prima del blocco della bilancia vengono indicate per la bilancia offerta da Fenwal n. 199 e viene attribuito allo stessa un punteggio di 0,30 mentre per la bilancia offerta da Fresenius vengono indicate 500 (variabile su dati) con un punteggio di 1,25.

Come si evince dalla documentazione tecnica in Vs possesso, la bilancia BagMixer Plus è in grado di memorizzare 500 procedure (variabile su dati) e pertanto il punteggio attribuito allo scrivente è da considerarsi errato. Di conseguenza chiediamo alla Commissione di correggere il punteggio corrispondente.

La Commissione rileva che, per mero errore materiale, è stato indicato in 199 il numero delle donazioni memorizzabili. Il dato corretto risulta effettivamente essere di 500 donazioni memorizzabili, pertanto si stabilisce di variare il punteggio precedentemente assegnato e di attribuire 1,25 punti alla Ditta Fenwal per il parametro in oggetto.

In aggiunta, chiediamo alla suddetta commissione i seguenti chiarimenti ed eventuali adeguamenti di punteggio per quanto concerne le caratteristiche dei prodotti offerti da Fenwal e nello specifico:

Bilancia

Fenwal è stata l'unica azienda a presentare un sistema (bilancia + carrello) che prevede, tramite la pressione di un solo pulsante, l'attivazione della bilancia ed in modo completamente automatico l'abbassamento del carrello fino ad una altezza stabilita idonea al prelievamento di sangue. Inoltre, in modo sempre completamente automatico e cioè senza nessun intervento da parte dell'operatore, al termine del prelievamento e cioè al raggiungimento del volume di sangue predefinitamente impostato, la bilancia si ferma ed il carrello risale in posizione di partenza.

Il carrello dispone di caviglie sovraccarichi di appoggio atte a "semplificare e migliorare" le operazioni dell'operatore. Per queste caratteristiche, che riteniamo essere migliorative rispetto ai requisiti minimi previsti, non ci viene riconosciuto alcun punteggio ed anzi, nella valutazione complessiva del sistema veniamo penalizzati rispetto alle bilance presentate dalle altre aziende.

La Commissione rileva che il Capitolato Tecnico al punto A (caratteristiche delle apparecchiature - bilancia) non menziona le caratteristiche del carrello tra i parametri oggetto di valutazione di qualità e pertanto correttamente non è stato attribuito alcun punteggio a questo elemento.

Semplicità d'uso e leggibilità del display

il display della bilancia risulta essere di chiara ed immediata lettura di tutte le informazioni necessarie all'operatore durante le operazioni di prelievamento. Tali bilance sono attualmente installate presso altri centri e non abbiamo riscontrato delle difficoltà di lettura da Voi menzionate.

La Commissione giudicatrice ha valutato congiuntamente i parametri di "semplicità d'uso e la leggibilità del display". Dal confronto con i prodotti presentati dalle altre Ditte è emerso un punteggio di 0,5.

Sensore di presenza del tubo nella clamp: come richiesto da capitolato è presente sensore di presenza del tubo nella clamp. Nel capitolato non è indicato/richiesto se uno o più di uno.

Come già rilevato in precedenza, dall'analisi del Capitolato il requisito richiesto era la presenza di almeno 1 sensore. Poiché tutti i prodotti offerti presentano questa caratteristica, la Commissione stabilisce di variare il punteggio precedentemente attribuito e di assegnare 1 punto a tutte le Ditte Offerenti relativamente a questo parametro.

Handwritten signature and stamp of the Commission.

Modalità trasmissione dei dati: per quanto concerne la trasmissione dei dati, quanto offerto da Fenwal risponde perfettamente a quanto da voi richiesto e come per il punto precedente il capitolato non prevede punti aggiuntivi per modalità diverse o supplementari da quelle da voi richieste.

La Commissione ritiene che la Memory card non sia solo un modo di archiviazione dei dati delle donazioni, ma rappresenti una diversa modalità di trasmissione dati. Infatti nelle bilance senza memory card vi è l'obbligo di connettere le stesse con un data base via web o di riportare l'intera bilancia in sede per scaricare i dati immagazzinati, la presenza della memory card permette di trasmettere i dati senza movimentare l'intera bilancia e questo rappresenta un vantaggio e una modalità differente nel concetto di trasmissione dati e pertanto soggetta valutazione di qualità così come previsto dal capitolato.

Presenza di saldatori per tubi: per quanto riguarda la presenza di saldatore per tubi, la presente per segnalare che il capitolato non parlava di saldatore per tubi "integrato" alla bilancia, ma più genericamente di presenza di saldatore per tubi, cosa che Fenwal ha pienamente soddisfatto la richiesta del capitolato tramite i saldatori portatili a batteria ricaricabile modello Handseal, posizionati lateralmente alla bilancia da prelievo.

La Commissione ritiene che la presenza di un saldatore per tubi integrato con la Bilancia sia un' indubbio valore aggiunto allo strumento, soprattutto nel momento della movimentazione della stessa e in particolare in caso di prelievi nei centri di raccolta mobili. Ritiene pertanto di confermare il punteggio massimo attribuito alle Ditte MacoPharma e Fresenius che hanno offerto una bilancia con questa caratteristica. Tuttavia, la Commissione stabilisce che l'offerta della Ditta Fenwal, risponde alla caratteristica richiesta per la bilancia, vale a dire la "presenza di saldatore per tubi", ma il punteggio attribuito viene penalizzato per l'assenza di integrazione con la bilancia e pertanto vengono assegnati punti 0,5.

Scompositore

Minuti necessari per una scomposizione di sacche triple

La scrivente richiede la revisione del punteggio attribuito ed eventuale spiegazione del perché sono state prese in considerazione soltanto due separazioni. Durante le prove tecniche sono stati misurati i tempi di separazione per 3 configurazioni di sacche (tripla Top & Bottom e le relative configurazioni con filtri per leucodeplezione di sangue intero e di enzimi concentrati). Trascurando le sacche con filtro integrato per sangue intero che vengono scomposte per plasma ed enzimi concentrate, le altre due configurazioni risultano essere identiche in termini di lavorazione e scomposizione e dunque riteniamo che siano valutabili entrambe. Tuttavia, anche prendendo in considerazione i tempi di separazione per la configurazione più semplice, ovvero sacca tripla Top & Bottom per la media dei tempi registrati ed inoltrati alla Commissione, risulta dai nostri calcoli un totale di 4:05 invece che di 4:25 così come da verbale. Chiediamo pertanto una revisione del relativo punteggio.

La Commissione conferma che la scomposizione delle 2 sacche triple t&b, come risulta dal rapporto dello scompositore Fenwal, si è svolta con due tempistiche differenti: 3' 56" la prima e 4' e 54" la seconda. Il calcolo del tempo medio è stato effettuato nel seguente modo $(3'56'' + 4'54'')/2 = (8' 50'')/2 = 4'25''$. Si ritiene pertanto che il punteggio attribuito in precedenza sia corretto.

Dispositivi e loro caratteristiche

Caratteristiche del copriago di sicurezza (praticità e sicurezza): chiediamo chiarimenti in merito ai parametri valutati ed alla attribuzione di un punteggio inferiore rispetto ad altre aziende. In termini di sicurezza il nostro copriago risulta conforme alle normative in vigore.

La Commissione ha preso in considerazione come parametri di riferimento "la praticità e la sicurezza": i due elementi sono stati valutati congiuntamente. Da tale valutazione ne è conseguito il punteggio assegnato al dispositivo di Fenwal.

Caratteristiche dei dispositivi di campionamento (caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi): ci preme sottolineare che il dispositivo di campionamento presente nelle sacche Fenwal si distingue da tutti gli altri presenti in commercio per la rapidità di prelievo e la qualità del campione. Il dispositivo di campionamento prevede che la provetta venga inserita ruotandola con conseguente maggiore ergonomicità e praticità per l'operatore che non è costretto a ripiegarsi sulla sacca o ad accomodare la stessa per l'inserimento della provetta. In aggiunta, data la

particolare posizione della provetta, il flusso d'ingresso del sangue all'interno è molto più graduale rispetto alla convenzionale chiusa per gravità. Tale modalità consente di evitare problemi di emolisi e quindi determina una migliore qualità dei campioni. Chiediamo pertanto il riconoscimento di tale caratteristica migliorativa rispetto ai requisiti del dispositivo in questione.

La Commissione giudicatrice ha ritenuto che i dispositivi di campionamento presentati dalle tutte le Ditte partecipanti non presentassero elementi migliorativi rispetto a quanto stabilito dal Capitolato.

Caratteristiche del confezionamento (facilità di apertura e resistenza dell'involucro): chiediamo alla Spettabile Commissione quali parametri ed a quali prove sono stati sottoposti gli involucri delle sacche per doverli ritenere "meno resistenti". Chiediamo alla Commissione chiarimenti in merito e consideriamo tale giudizio non confluenza al confezionamento ed involucro delle sacche Fenwal.

I parametri di riferimento presi in considerazione sono la facilità di apertura e la resistenza dell'involucro; due elementi che la Commissione ha valutato congiuntamente. Da tale valutazione ne è conseguito il punteggio assegnato al dispositivo di Fenwal, in quanto l'involucro è stato giudicato poco resistente.

Contenuti del Progetto

Assistenza Tecnica - Assistenza anche il sabato: dal Capitolato Tecnico (pagina 13) si evince che "Gli interventi dovranno avvenire entro 24 ore solari al massimo colla chiamata (festivi esclusi)". Vorremo comprendere per quale motivo viene riconosciuta alla ditta Fresenius un punteggio più elevato per aver offerto Assistenza Tecnica anche la domenica, notoriamente riconosciuta come giornata festiva e quindi non prevista tra i requisiti per l'intervento tecnico.

Per quanto riguarda l'assistenza tecnica alla Domenica La Commissione ha verificato che non è un parametro soggetto ad attribuzione di punteggio di qualità e ritiene pertanto anche per la Ditta Fenwal di rivedere il punteggio assegnato e di attribuirne il punteggio massimo previsto di punti 2 per questo parametro.

Alla luce di quanto sopra illustrato la Commissione decide quindi rivedere e correggere (ove ritenuto opportuno) i punteggi di qualità precedentemente assegnati e illustrati nell'allegata tabella al presente verbale.

La commissione stabilisce di convocare la seduta per l'apertura delle offerte economiche il giorno 17 agosto alle ore 10,00 presso gli uffici della Centrale Acquisti e da mandato agli uffici della Centrale Acquisti di darne formale comunicazione alle ditte offerenti.
Letto, confermato e sottoscritto.

La seduta è tolta alle ore 18,30 circa.


• Presidente:

Dr. Paolo STRADA



• Componenti:

Dr.ssa Fiamma ROLLANDI



Dr. Andrea TOMASINI



• IL SEGRETARIO

Dr.ssa Silvia SIMONETTI



A) CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE (MAX P.TI 25)	Offri Rilevati			PUNTI	Puntaggio attribuito			note
Bilancia (MAX PUNTI 15)	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Spri	MAX	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Spri	
Semplicità d'uso e leggibilità del display *				1,5	1,5	1	0,5	
Possibile funzionamento anche a batteria	x	x	x	2	2	2	2	
Sensore di presenza del lubo nella clamp	x	x	x	1	1	1	1	
Modalità di trasmissione dei dati (se in tempo reale o differito, automatico o manuale) *	W	W + Bluetooth	W	1,5	1	1,5	1	la tecnologia con il sistema di dati spostata a bilancia ma con la funzione per il sistema che non
Presenza di saldatore per tubi	0	0	0	2,5	2,5	2,5	0,5	
Ore di autonomia in caso di funzionamento a batteria	5	11	8	2,5	1,36	2,5	1,36	
Numero di donazioni memorizzabili prima del blocco della bilancia *	500 (Mandata via via)	1000	500	2,5	1,25	2,5	1,25	
Tempo di ricarica della batteria *	2	6	2	1,5	1,5	0,36	1,5	
Totale Punti				15	12,11	13,38	9,11	
Scompositore (MAX P.TI 10)	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Spri	PUNTI MAX	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Spri	
Numero di saldature incorporate nella saldatura per la saldatura dei tubi dei vari componenti *	3	5	4	2	2	1,67	1,33	
Minuti necessari per una separazione standard (secca tripla top and bottom) *	12"	20"	12"	2	1,05	2,00	1,04	dato ottenuto da la media dei tempi di separazione
Numero di errocipointi e inefficacemente pesali *	3	2	3	2	1,5	2	1,5	
Numero di programmi reimpostabili *	20	50	10	1	1	1	1	
Modalità di trasmissione dei dati *	Wireless	Wireless	Wireless	1	1	1	1	
Possibile utilizzo anche con sacche diverse	Si	Si	Si	1	1	1	1	
Numero di dati registrabili (operatore, CDM lotto etc) *	10000	10000	10000	1	1	1	1	
Totale Punti				10	8,55	9,67	7,87	
B) CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI (MAX P.TI 5)	Offri Rilevati			PUNTI	Puntaggio attribuito			
CARATTERISTICA	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Spri	MAX	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Spri	
Caratteristica del coprigo di sicurezza (precisione e sicurezza)				2	2	1	1	Caratteristica di MacoPharma e Fenwal più precisa e regolamentata in caso di una caduta di sangue
Caratteristica dei dispositivi di campionamento (caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi)	Assente	Assente	Assente	2	0	0	0	
Caratteristiche del confezionamento (facilità di apertura e resistenza dell'involucro)	Prontamente accessibile e a portata di mano	Prontamente accessibile	Prontamente accessibile	2	2	1,5	1	
Totale Punti				5	4	2,5	2	
C) CONTENUTI DEL PROGETTO (MAX P.TI 8)	Offri Rilevati			PUNTI	Puntaggio attribuito			
Assistenza tecnica (max p.ti 5)	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Spri	MAX	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Spri	
Numero di visite di manutenzione preventiva/anno oltre le due visite minime/anno *	3	1	1	1	1	1	1	
Presenza di hotline per la soluzione dei problemi	Un Kabi 24h/24h	Un Kabi 24h	Un Kabi 24h	1	1	1	1	
Assistenza presente anche al Sabato	x	x	x	2	2	2	2	
Dichiarazione di disponibilità con telefono a modulare i parametri di impostazione dei macchinari a fronte di nuove necessità operative del SIT	x	x	x	1	1	1	1	
Totale Punti				5	5	5	5	
Formazione (max p.ti 4)	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Spri	PUNTI MAX	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Spri	
Ore di formazione ai momenti della funzione *	0 ore	0 ore	0 ore	1	1	1	1	
Numero di sedi e di operatori dove viene offerta la formazione *	0 sedi	0 sedi	0 sedi	2	2	2	2	
Ore di formazione offerte in corso di fornitura (bilancio annuo) *	0 ore	0 ore	0 ore	1	1	1	1	
Totale Punti				4	4	4	4	
				PUNTI Max 40	33,66	34,54	27,98	
				AMMESSA	SI	SI	SI	

* il punteggio sarà attribuito con criteri proporzionali (max due decimi)
 A titolo esemplificativo:
 Numero di visite di manutenzione preventiva/anno oltre le due visite minime/anno: max p.ti 1
 maggior numero di interventi = maggior punteggio
 minor numero di interventi = minor punteggio

Handwritten signature: Francesco Ferrarini
Handwritten signature: Franco Ferrarini
Handwritten signature: Franco Ferrarini

ALLEGATO N. 6

ALLA DELIBERAZIONE N. 57 DEL 25/08/2011

Verbale di apertura delle offerte economiche


Seduta del 17/08/2011



Centrale Regionale di Acquisto

Dirigente Responsabile: Dott. Ssa Silvia SIMONETTI tel. 010/4102214
e-mail: silvia.simonetti@villascassi.it
Funziionario referente: Dott.ssa Paola BURLANDO tel. 010/4102577
e-mail: paola.burlando@villascassi.it

REGIONE LIGURIA
Consorzio
Centrale Regionale Acquisti



REGISTRO UFFICIALE

Protocollo n. 1161
del 14/08/2011

Procedura negoziata per la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di anni due - Lotto Unico . Numero gara: 930665

TERZA SEDUTA PUBBLICA

Verbale di apertura buste offerte economiche. Aggiudicazione provvisoria

Il giorno diciassette del mese di Agosto dell'anno duemilaundici, alle ore 10,00 presso la Sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara della Centrale Regionale di Acquisto per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma. 2 del D. Lgs. n. 163/2006 che ha per oggetto la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria.

Il seggio di gara è così composto:

STRADA	Dr. Paolo	Direttore S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale A.O.U. San Martino - Genova	Presidente della Commissione Giudicatrice
SIMONETTI	Dott.ssa Silvia	Dirigente della Centrale	in qualità di Componente
BURLANDO	Dott.ssa Paola	Collaboratore Amm.vo Esperto della Centrale	in qualità di Segretario

E' presente altresì il Sig. Roberto BORETTI assistente amm.vo della Centrale.

In rappresentanza delle Ditte offerenti sono presenti i Signori:

Nominativo	Ditta
Marco VASANTI	MacoPharma S.r.l.
Paolo DELL'ERA	Ferwal Europe
Claudio FERIOLI	Fresenius Kabi Italia S.r.l.

muniti delle necessarie deleghe/procure (presentate in originale o in copia autenticata) allegare in copia quali parti integranti e sostanziali del presente verbale.

Il seggio di gara dà preliminarmente atto che:

- successivamente alla pubblicazione del verbale di valutazione tecnica prot. 929 del 16/06/2011 sono pervenute alla Centrale delle richieste di chiarimenti e/o revisione dei punteggi da parte delle Ditte concorrenti;
- suddette comunicazioni sono state trasmesse dalla Centrale ai componenti della Commissione Giudicatrice per le opportune valutazioni;
- la Commissione Giudicatrice si è riunita in giorno 28/07/2011 per valutare suddette richieste;
- che in tale data è stato redatto un verbale, prot. n. 1064 del 29/07/2011, nel quale sono indicate le valutazioni della Commissione e, ove ritenuto necessario, le revisioni dei punteggi precedentemente assegnati.

Consorzio Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Corso Scassi, 1 - 16137 Genova - I.C.F. e P.I. 01829030996
Tel. +39 010 8102334 - fax +39 010 4102417 - Sito web www.acquistiliguria.it

Il Presidente della Commissione Giudicatrice da quindi pubblica lettura del suddetto verbale e dei punteggi assegnati a ciascuna Ditta per il parametro qualità, le cui risultanze sono sinteticamente riepilogate nella tabella che segue:

Nome Ditta	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Sprl
Punteggio di qualità	33,66	34,54	27,98
AMMESSA	SI	SI	SI

Il Presidente della Commissione Giudicatrice ricorda che l'aggiudicazione avverrà in base al metodo disposto all'art. 83 del D.Lgs n° 163/06 e s.m.i, ossia a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (comunemente detto qualità/prezzo) sulla base degli elementi valutativi indicati nel Capitolato Speciale e del prezzo offerto.

Il prezzo offerto si intende per l'intero lotto (cfr. offerta scheda economica) ed è determinato dalla somma dei prezzi unitari dei singoli riferimenti in cui è articolato il lotto moltiplicati per i consumi settennali indicati nel capitolato tecnico e nelle schede di offerta.

Per l'attribuzione del relativo punteggio al prezzo più basso saranno attribuiti punti 60. Gli altri punteggi saranno attribuiti secondo la seguente formula:

$$p = (60 \times P_m) / P$$

(p = punteggio; P = prezzo dell'offerta presa in considerazione; P_m = prezzo dell'offerta più bassa)

Il Presidente ricorda altresì che il prezzo proposto dalle ditte dovrà essere indicativamente quello proposto a base d'asta e che la Centrale di Acquisto si è riservata la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione o ad aggiudicazione parziale nel caso in cui, in fase procedimentale, si accerti l'inopportunità dell'aggiudicazione.

Ciò determinato, previa positiva verifica della integrità del plico contenente le buste di offerta economica e la regolarità delle buste e dei sigilli appostivi, il Presidente procede all'operazione d'apertura delle offerte economiche (busta n. 2) e alla verifica della presenza su tutte le offerte degli elementi previsti dal disciplinare di gara (sottoscrizione della scheda offerta, presenza del bollo, etc).

Indi il Presidente della Commissione procede:

1. alla lettura dei prezzi proposti, dai concorrenti ammessi a questa fase di gara (in caso di difformità nell'offerta tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la Centrale).
2. a determinare, in base alla formula descritta, il punteggio relativo al Prezzo.
3. a individuare la Ditta che ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.
In caso di parità tra più offerte, l'aggiudicazione sarà a favore del prodotto a cui è stato attribuito un punteggio di qualità maggiore, e in caso di ulteriore parità si procederà ad una richiesta di miglioramento ai Legali Rappresentanti delle Ditte interessate concorrenti; qualora nessuna delle Ditte che hanno presentato offerta uguale sia presente, o, anche se presente, non voglia migliorare l'offerta, sarà effettuato un sorteggio.
4. a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

L'operazione avviene in tempo reale attraverso la compilazione di un foglio di calcolo opportunamente predisposto.

Il risultato delle suddette operazioni è riepilogato nella tabella che segue:

Nome Ditta	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	MacoPharma S.r.l.	Fenwal Europe Srl
Punteggio di qualità (A)	33,66	34,54	27,98
Prezzo Offerto €.	5.416.950,00	5.967.780,00	5.386.752,00
Punteggio Relativo al prezzo (B)	59,67	54,16	60,00
Totale Punteggio (A+B)	93,33	88,70	87,98
Posizione in classifica	AGGIUDICATARIO	2 ° Classificato	3 ° Classificato
Prezzo di aggiudicazione €.	5.416.950,00		

*M

A conclusione delle operazioni di apertura delle offerte economiche, il procuratore della Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. comunica che, fermo restando l'importo globale dell'offerta economica, nel dettaglio dei riferimenti è presente un mero errore di compilazione (ininfluente sull'offerta) per il quale Fresenius Kabi provvederà a formale comunicazione per ogni ulteriore adempimento amministrativo.

La seduta è tolta alle ore 11,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:
STRADA

Dott. Paolo



Componente:
SIMONETTI

Dott.ssa Silvia



Segretario:
BURLANDO

Dott.ssa Paola



Nel corso della lettura dei prezzi dei singoli riferimenti offerti dalla Ditta Fresenius Kabi si rileva una voce aggiunta al riferimento n° 6bis.

All. : 3 Offerte economiche

ALLEGATO N. 7

ALLA DELIBERAZIONE N. 57 DEL 25/08/2011

Offerte economiche presentate dalle ditte

FULL SERVICE DI SISTEMI DI RACCOLTA E FRAZIONAMENTO DI SANGUE INTERO

PRODOTTO OFFERTO										OFFERTA ECONOMICA		
Rif.	Denominazione prodotto	Codice prodotto attribuito dal fornitore	N° di repertorio	Fornitore	Classif. C.N.D.	Quantitativo settimanale	Prezzo unitario (IVA 20% esclusa)	Importo complessivo settimanale in cifre (IVA 20% esclusa)	Importo complessivo settimanale in lettere (IVA 20% esclusa)			
Lotto unico	1. Sacche triple T&B 450 ml	T2771	16512/R	Fresenius Kabi	B0101020201	165.850	€ 5,50	Quattromilionesettecentocinquantotto miliovettoquattrocentocinquanta euro/00	€ 4.768.950,00	Cinquemilioni quattrocentosedicimilianovecentocinquante euro/00		
	2. Sacca standard quadrupla 450 ml	T2484	15972/R	Fresenius Kabi	B0101020202	34.300	€ 5,90					
	3. Sacche quadruple con filtro S.I.	T4060	16497/R	Fresenius Kabi	B0101020101	6.750	€ 13,00					
	4. Sacche quadruple T&B con filtro sulla ammassia coana.	T4054	16604/R	Fresenius Kabi	B0101020101	185.600	€ 13,00					
	5. Sacca singola 450 ml da autoconfezionazione	T2109	16603/R	Fresenius Kabi	B0101010201	26.250	€ 3,50					
	6. Sacca per aliquota (8 aliquote)	BioBag Padi 8S	A3AB0030	5548/R	Fresenius Kabi	B010201	3.900				€ 6,00	
	6 bis. Sacca per aliquota (4 aliquote)					7.000	€ 15,00					
	7. Sistemi per pool di plt	BioP Pool SS	A2CE0520	10642/R	Fresenius Kabi	B02010202	35.000				€ 6,00	
	8. Soluzione conservante plt	CompSolPS	E2063	36323/R	Fresenius Kabi	B010298	44.800				€ 3,00	
	9. Sacca transfer 300 ml(400ml)	BioBag RCC 300 ml Perforatore	A3CA0050	16693/R	Fresenius Kabi	B010201	1.400				€ 1,40	
	Sacca transfer 600 ml	BioBag RCC 600 ml	16709/R	Fresenius Kabi	B010201	34.300	€ 1,40					
	Sacca Transfer 1.000 ml	BioBag RCC 1000 ml	16701/R	Fresenius Kabi	B010201	32.900	€ 3,00					
10. plt	Sacca alta diffusione di 02 per conc. plt	BioBag PLT 1000 ml	16699/R	Fresenius Kabi	B010202	14.700	€ 6,00					
PRODOTTO OFFERTO										OFFERTA ECONOMICA		
Rif.	Denominazione prodotto	Codice prodotto attribuito dal fornitore	N° di repertorio	Fornitore	Classif. C.N.D.	Quantitativo settimanale	Canone noleggio annuale (IVA esclusa)	Canone noleggio complessivo settimanale in cifre (IVA esclusa)	Canone noleggio complessivo settimanale in lettere (IVA esclusa)			
11	Bilancia fissa con carrello Complete	902B301	90513/R	Fresenius Kabi	B66	41	€ 24.414,00	€ 668.000,00	Seicentocinquanteottomila euro/00			
12	Bilancia portatile con batteria Complete	902B301	90513/R	Fresenius Kabi	B99	64	€ 38.110,00					
13	Scompositori Compomat G4	902B321	N.A.	Fresenius Kabi	N.A.	24	€ 17.321,00					
14	Saldatori da banco UNIVERSAL	9024061	N.A.	Fresenius Kabi	N.A.	15	€ 4.701,00					
15	Saldatori portatili con batteria Compomat MOBILEA	9024051	178603/R	Fresenius Kabi	B99	39	€ 9.454,00					
Totale base asta lotto riferimenti 1,2,3,4,6,6, (o 6 bis) 7,8,9,10, 11,12,13,14,15								€ 5.415.950,00 (*)	Cinquemilioni quattrocentosedicimilianovecentocinquante euro/00			

Nota 1: è obbligatoria l'offerta di tutti i singoli riferimenti del lotto

Nota 2: dovrà essere indicato sia il prezzo complessivo offerto per la fornitura di dispositivi e il canone noleggio complessivo delle attrezzature, sia il prezzo/canone noleggio offerto per i singoli riferimenti

Nota 3: l'offerta potrà essere presentata per il rif. 6 o 6 bis, in tal caso il quantitativo deve essere pari a 7000 pezzi.

(*) IMPORTO TOTALE SETTENNALE DISPOSITIVI MONOUSO (Rif. 11 da 1 a 10) + NOLEGGIO SETTENNALE APPARECCHIATURE (Rif. 11 da 11 a 15)

Fresenius Kabi Italia Srl
 Direttore Generale
Roberto Ferioli

Timbro e firme leggibile
 del legato rappresentante della Offita partecipante
 per la sottoscrizione dell'offerta economica

Luigi...

Data CAVEZZO, 14/02/2011

OFFERTA GD/CF/bg/125/2011

Fresenius Kabi Italia srl
 Via Camagre, 41
 37063 Isola della Scala VR
 C.F. e P.I. 03524D50238

Fresenius Kabi Italia Srl
 Linea Translation Technology ed Infusion Technology
 Unità locale di Via Santi 293
 41032 Cavezzo (MO)
 Tel. 0535.45411 - Fax 0585.45415

FULL SERVICE DI SISTEMI DI RACCOLTA E FRAZIONAMENTO DI SANGUE INTERO

PRODOTTO/OFFERTO					OFFERTA ECONOMICA				
Rif.	Denominazione prodotto	Codice prodotto attribuito dal fornitore	N° di riferimento	Fornitore	Classif. C.N.D.	Quantitativo settimanale	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Importo complessivo settimanale in cifre (IVA esclusa)	Importo complessivo settimanale in lettere (IVA esclusa)
1	Sacche triple T&B 450 ml	MRT626RLR	13E20/R	MACO PHARMA	30101020201	185.850	€ 6,20		
2	Sacca standard quadrupla 450 ml	MQE6289LR	36384/R	MACO PHARMA	30101020202	34.300	€ 6,60		
3	Sacche quadruple con filtro S.L.I.	DQE6281LR	53470/R	MACO PHARMA	30101020101	8.750	€ 13,00		
4	Sacche quadruple T&B con filtro sulle ermaie conc.	LQT626MLR	69479/R	MACO PHARMA	30101020101	185.900	€ 12,80		
5	Sacca singola 450 ml da autodonazione	MSE650BLR	11368/R	MACO PHARMA	30101010301	28.250	€ 4,00		
6	Sacca per aliquota (8 aliquote)	VGX0001XU	82521	MACO PHARMA	3015003	7.000	€ 5,50	€ 4.391.740,00	quattromilioni ottocenton ovantunomilasotto centocinquantaquattro/00
7	Sistemi per paci di pi	ATSBC1EPL	52975	PALL ITALIA	302310202	35.000	€ 18,00		
8	Soluzione conservante pi	SSP1030U	82524	MACO PHARMA	309	44.800	€ 3,60		
9	Sacca transfer 300 ml/400ml	VSE2001XR	82503	MACO PHARMA	3010201	1.400	€ 1,00		
	Sacca transfer 600 ml	VSE4101XR	82503	MACO PHARMA	3010201	34.300	€ 1,00		
	Sacca Transfer 1.000 ml	VSE6002XR	82503	MACO PHARMA	3010201	32.900	€ 1,00		
10	Sacca alla diffusione di C2 per paci pi	VSE8007XQ	369376	MACO PHARMA	3010202	70.700	€ 1,00		
PRODOTTO/OFFERTO					OFFERTA ECONOMICA				
Rif	Denominazione prodotto	Codice prodotto attribuito dal fornitore	N° di riferimento	Fornitore	Classif. C.N.D.	Quantitativo settimanale	Canone noleggio annuale (IVA esclusa)	Canone noleggio complessivo settimanale in cifre (IVA esclusa)	Canone noleggio complessivo settimanale in lettere (IVA esclusa)
11	Bilancia fissa con carrello	DOC0000	88516	MCT IFR	7127349	41	€ 700,00	€ 1076.040,00	unmilionesettanta seimilaquaranta/00
12	Bilancia portatile con batteria	DOC0000	88516	MCELLER	2127349	64	€ 7.600		
13	Scompositori	MAG.DR.10	46728	DE CON	2127349	24	€ 330,00		
14	Salgatori da banco	HWELD T.DS.00	50229	DE CON	30180	15	€ 330,00		
15	Salgatori portatili con batteria	HWELD T.DS.00	50253	DE CON	30180	39	€ 330,00	€ 5.967.780,00	cinquemilioni novemilasettecento settemilasettecento ottanta/00
					Totale base asta lotto riferimenti 1,2,3,4,5, (o 6 bis) 7,8,9,10, 11,12,13,14,15				

Nota 1: è obbligatoria l'offerta di tutti i singoli riferimenti del lotto.

Nota 2: dovrà essere indicato sia il prezzo complessivo offerto per la fornitura di dispositivi e il canone noleggio complessivo delle attrezzature, sia il prezzo/canone noleggio offerto per i singoli riferimenti

Nota 3: l'offerta potrà essere presentata per il rif. 8 o 6 bis. In tal caso il quantitativo deve essere pari a 7000 pezzi.

(*) si intende canone noleggio annuale (UMI/RFO) (IVA esclusa)

cal lep...
MACO PHARMA
 per la fornitura di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero
 cal lep...
MACO PHARMA
 per la fornitura di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero
 Rus Lorthois
 59420 MOUVAUX
 Tél. 03 20 11 84 30
 Fax 03 20 11 84 04

Presidente CoA
 Ronald de L'Espérance-Chancel
[Signature]

Data: 14/02/2011

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

FULL SERVICE DI SISTEMI DI RACCOLTA E FRAZIONAMENTO DI SANGUE INTERO

PRODOTTO OFFERTO										OFFERTA ECONOMICA		
Rif.	Denominazione prodotto	Codice prodotto attribuito dal fornitore	N° di repertorio	Fornitore	Classif. C.N.D.	Quantitativo settimanale	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Importo complessivo settimanale in cifre (IVA esclusa)	Importo complessivo settimanale in lettere (IVA esclusa)			
1	Sacche Inpia T&B 450 ml	LGR6344B	58531/R	Fenwal	B0101020201	185.850	5,90					
2	Sacca standard quadrupla 450 ml	LGR6486B	58529/R	Fenwal	B0101020202	34.300	5,25					
3	Sacche quadruple con filtro S.I.I	LGR6497B	58559/R	Fenwal	B0101020101	6.750	11,80					
4	Sacche quadruple T&B con filtro sulle emazie conc.	LGR6489B	58559/R	Fenwal	B101020101	185.500	11,50					
5	Sacca singola 450 ml da autoriduzione	LGR8121	TBC	Fenwal	B0101020299	26.250	6,00		Consumabili Euro			
6	Sacca per aliquota (8 aliquote)	Non offerto				3.500		Consumabili €	Quattrocentoquarantotto euro e quarantotto centesimi			
6 bis	Sacca per aliquota (4 aliquote)	transfer quac. 4x750		Fenwal	B0380	7.000	3,00	4.445.322,00	quarantotto euro e quarantotto centesimi			
7	Sistemi per pool di pill	R4R7012	78706/R	Fenwal	B02010202	35.000	13,60					
8	Soluzione conservante pit T-Sol 500ml	RDB7846	78611/R	Fenwal	B019001	44.900	2,70					
9	Sacca transfer 300 ml/400ml	R4R2074	78706/R	Fenwal	B0380	1.400	1,20					
9	Sacca transfer 600 ml	R4R2021	78706/R	Fenwal	B0380	34.300	1,40					
9	Sacca Transfer 1.000 ml	R4R2031	78706/R	Fenwal	B0380	32.900	1,50					
10	Sacca alta diffus one di O2 per conc. pit	R4R7004	141552/R	Fenwal	B010202	14.700	1,50					
PRODOTTO OFFERTO												
Rif.	Denominazione prodotto	Codice prodotto attribuito dal fornitore	N° di repertorio	Fornitore	Classif. C.N.D.	Quantitativo settimanale	Canone noleggio annuale (IVA esclusa)	Canone noleggio complessivo settimanale in cifre (IVA esclusa)	Canone noleggio complessivo settimanale in lettere (IVA esclusa)			
11	Bilancia fissa con carrellino	300Mixer Plus R20+Eng	MCE-510VR-Emp End	Fenwal	nd	41	23.370,00					
12	Bilancia portatile con batteria	300 Mixer Plus R20+Eng	MCE-510VR e incar nd	Fenwal	nd	64	36.480,00					
13	Scompositori	Archimede+Rhd Mod	MCE150M e Interf.	Fenwal	B0180	24	54.240,00					
14	Saldaatori da banco	Optiseal	FDR4363	Fenwal	Z12011308	15	6.750,00	941.430,00	Euro			
15	Saldaatori portatili con batteria	Handyseal	FDR4368	Fenwal	Z12011308	39	13.650,00		Novemcentoquarantunomila quattrocentocinquanta/00			
Totale complessivo								€ 5.386.752,00	Euro			

Nota 1: è obbligatoria l'offerta di tutti i singoli riferimenti del lotto.

Nota 2: dovrà essere indicato sia il prezzo complessivo offerto per la fornitura di dispositivi e il canone noleggio complessivo delle attrezzature, sia il prezzo/canone noleggio offerto per i singoli riferimenti.

Nota 3: l'offerta potrà essere presentata per il n. 6 o 6 bis. In tal caso il quantitativo deve essere pari a 7000 pezzi.

OFFER 37/2011 - FENWAL EUROPE SPRL

Data 02/03/2011

Fenwal Europe Spri
Serge Mugard x
Leale Rappresentante

Timbro e firma leggibile
del legale rappresentante della Ditta partecipante
per la sottoscrizione dell'offerta economica

ALLEGATO N. 8

ALLA DELIBERAZIONE N. 57 DEL 25/08/2011

Comunicazioni Fresenius



**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi Italia S.r.l.
Società a responsabilità limitata con Unico Socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Fresenius Kabi Italia S.p.A.

Spettabile
Centrale Regionale di Acquisto
Ufficio Protocollo (Stanza 8)
C.so Scassi
16149 Genova

Cavezzo, 17/08/2011

Ns.Rif. GD/CF/bg/719/2011

Oggetto: Dichiarazione sanatoria offerta
Procedura negoziata, ai sensi dell'art.57, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di anni due. Lotto Unico. Importo indicativo € 5.800.000,00 (IVA esclusa).
Numero gara 930665 - CIG 08825195B6

Come già anticipato in sede di apertura delle offerte economiche, si fa presente che, per mero errore materiale, il prezzo indicato per il riferimento n. 6bis doveva essere indicato al riferimento n. 7 (€ 15,00) e al riferimento n. 6bis (prodotto non offerto), non doveva essere indicato alcun prezzo

Pertanto il prezzo complessivo offerto pari ad € 5.416.950,00 è perfettamente congruente con le suddette rettifiche.

Fidando in una favorevole accoglienza della presente, porgiamo cordiali saluti.

Fresenius Kabi Italia Srl

Amministratore Delegato
Dott. Giuseppe Degrandi

Un Procuratore
Ing. Claudio Ferlotti



ALLEGATO N. 9

ALLA DELIBERAZIONE N. 57 DEL 25/08/2011

Comunicazioni Fresenius



**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi Italia S.p.A.
Società a partecipazione paritetica fra Fresenius S.p.A. e Kabi S.p.A.
Fresenius Kabi Italia S.p.A. è un'entità controllata
di Fresenius Kabi Italia S.p.A.

REGIONE LIGURIA
Consorzio
Centrale Regionale Acquisti
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo n. 1165
del 18/08/2011

Spettabile
Centrale Regionale di Acquisto
Ufficio Protocollo (Stanza 8)
C.so Scassi
16149 Genova

Cavezzo, 18/08/2011

Ns.Rif. GD/CF/hg/720/2011

Oggetto: Conferma Prezzi dei riferimenti
Procedura negoziata, ai sensi dell'art.57, comma 2, del D.Lgs. n.
163/2006, per l'affidamento della fornitura in full service di sistemi di
raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti per le necessità
delle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo
di anni cinque con opzione di rinnovo di anni due. Lotto Unico. Importo
indicativo € 5.800.000,00 (IVA esclusa).
Numero gara 930665 - CIG 08825195B6
Vs. Rif.to Prot. n. 1164 del 18/08/2011

A seguito Vs. richiesta di conferma prezzi dei riferimenti in relazione alla gara in
oggetto, alleghiamo alla presente prospetto completo di: riferimenti Lotto, codici prodotti,
descrizione prodotti, CND, RDM, q.tà settennali, prezzi singoli ed importi totali.

Fidando in una favorevole accoglienza della presente, porgiamo cordiali saluti.

Fresenius Kabi Italia Srl

Amministratore Delegato
Dott. Giuseppe Degrandi

Un Procuratore
Ing. Claudio Foroli

RIF. TO	Codice prodotto	Descrizione	CND	RDM	Q.tà settimanale	Prezzo unitario (IVA 20% esclusa)	Importo complessivo settimanale (IVA 20% esclusa)
1	T2771	CompoFlex®	B0101020201	16512/R	185.850	€ 5,50	€ 1.022.175,00
2	T2464	CompoFlex®	B0101020202	15972/R	34.300	€ 5,90	€ 202.370,00
3	T4060	CompoSelect®	B0101020101	16497/R	8.750	€ 13,00	€ 113.750,00
4	T4054	CompoSelect®	B0101020101	16504/R	185.500	€ 13,00	€ 2.411.500,00
5	T2109	CompoFlex®	B0101010201	16503/R	26.250	€ 3,50	€ 91.875,00
6	A3AB0030	BioBag Paredi 8S	B010201	5546/R	3.500	€ 6,00	€ 21.000,00
Gbis	/	/	/	/	7.000	€ 0,00	€ 0,00
7	A2CE0520	Biop Pool SS	B02010202	10642/R	35.000	€ 15,00	€ 525.000,00
8	E2083	CompoSol PS	B010299	36323/R	44.800	€ 3,00	€ 134.400,00
9	A3CA0050	BioBag RCC 300 ml Perforatore	B010201	16693/R	1.400	€ 1,40	€ 1.960,00
10	A3AB0020	BioBag RCC 600 ml	B010201	16709/R	34.300	€ 1,40	€ 48.020,00
11	A3AB0040	BioBag RCC 1000 ml	B010201	16701/R	32.900	€ 3,00	€ 98.700,00
12	A3BB0020	BioBag FLT 1000 ml	B010202	16699/R	14.700	€ 6,00	€ 88.200,00
IMPORTO TOTALE SETTENNALE MATERIALE MONOUSO IVA 20% ESCLUSA							€ 4.758.950,00
RIF. TO	Codice prodotto	Descrizione	Codice CND	RDM	Q.tà settimanale	Canone noleggio annuale (IVA 20% esclusa)	Canone noleggio settimanale (IVA 20% esclusa)
11	9028301	CompoGuard Complete	B99	90513/R	41	€ 24.414,00	
12	9028301	CompoGuard Complete	B99	90513/R	64	€ 38.110,00	
13	9028221	CompoMat G4	N.A.	N.A.	24	€ 17.321,00	€ 658.000,00
14	9024061	CompoSol Universal	N.A.	N.A.	15	€ 4.701,00	
15	9024051	CompoSol MOBILEA	B99	178603/R	39	€ 9.454,00	
IMPORTO TOTALE SETTENNALE (MATERIALE MONOUSO + NOLEGGIO) IVA 20% ESCLUSA							€ 5.416.950,00

Ns. Rif.to Offerta GD/CF/125/2011 del 14/02/2011

Fresenius Kabi Italia srl
Via Cetràgore, 41
37063 Isola della Scala VR
C.F. e P.I. 03524050238

Fresenius Kabi Italia Srl
Lineo Transfusion Technology ed Infusion Technology/
Unità locale di Via Sardi 293
41032 Carvezzo (MO)
Tel. 0535.46411 - Fax 0535.45415

Fresenius Kabi Italia Srl
Amministrazione Clienti
D. Gussone - 0535.46411

[Handwritten signature]

Fresenius Kabi Italia Srl
DIRETTORE GENERALE
D. Gussone - 0535.46411

[Handwritten signature]