

# **SCHEDA COLLAUDO**

**Procedura negoziata ex art. 56, comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di sistema per la diagnostica in IFA di malattie autoimmuni. Lotto unico.**

**N° gara: 6530761 CIG: 6817298447**

LABORATORIO ANALISI P.O.  
**S.C. Laboratorio Analisi**  
**ASL 1 Imperiese**

RESPONSABILE \_\_\_\_\_

Genova li \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente scheda di collaudo deve essere compilata a cura del Responsabile del Laboratorio Analisi in tutte le sue parti e poi inviata alla Struttura Complessa Provveditorato per l'avvio della fornitura o per le necessarie contestazioni

PARAMETRI			
1.	Precisione	SI	NO
2.	Accuratezza	SI	NO
3.	Carry over	SI	NO
4.	Operatività test continuo	SI	NO
5.	Affidabilità	SI	NO
6.	Rispondenza a pieno carico della macchina	SI	NO

Nella seguente tabella sono indicati il numero di referti annui indicati nel capitolato, le confezioni offerte per eseguire tali test. Sugli altri spazi si devono indicare il numero di esami repertati con le confezioni ordinate, e di conseguenza se la resa delle confezioni è rispondente a quanto dichiarato in offerta

Test	Numero test annui	Numero confezioni offerte per anno	Numero confezioni ordinate per i primi tre mesi	Esami refertati nei primi tre mesi	Offerta rispondente
Anti NUCLEO (ANA)	4100				
Anti ds-DNA	750				
Anti Tessuto (AMA-ASMA-LKM-APCA)	1400				
Anti ENDOMISIO	500				
Anti cute	50				
ANCA	900				
Opzionali					
ICA/GAD: substrato pancreas di primate e cervelletto di primate	100				
ANTI FATTORE INTRINSECO:	50				
ANTICORPI MALATTIE CRONICHE INFIAMMATORIE INTESTINALI:	250				
Anti Chlamydia trachomatis	80				
Anticorpi anti Echinococcus granulosus	40				

A seguito delle sopraelencate rilevazioni si dichiara che il sistema proposto dalla Ditta \_\_\_\_\_ sia CONFORME/NON CONFORME a quanto proposto con offerta prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Conseguentemente il periodo di prova è da considerarsi **SUPERATO/NON SUPERATO**

