

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE


Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di “dispositivi di Cardiocirurgia e Cardiologia Interventistica”

occorrenti al Policlinico San Martino della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) -

Lotti n. 9

Numero gara

7128517



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di **dispositivi di Cardiochirurgia e Cardiologia Interventistica** occorrenti al Policlinico San Martino della regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 9.

Le tipologie dei prodotti oggetto di gara, le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione della fornitura sono specificate nei paragrafi seguenti.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA

Il contratto di fornitura, della durata di 36 mesi, con opzione di ulteriori 12 mesi, avrà decorrenza, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla stipula della Convenzione e comunque si intenderà risolto con l'attivazione della piattaforma ANAC prevista dall'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' escluso ogni tacito rinnovo dei contratti.

Se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto non si fosse ancora provveduto ad affidare la fornitura per il periodo successivo, la Ditta aggiudicataria, su richiesta della Centrale di Acquisto, dovrà proseguire la fornitura per un periodo di 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza, comunque non oltre la conclusione della nuova procedura di acquisto.

ART. 3 - QUANTITATIVI PRESUNTI E VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

I quantitativi sono calcolati sulle necessità presunte del Policlinico San Martino e, pertanto, non possono ritenersi impegnativi o vincolanti per l'Azienda medesima né tantomeno per la Centrale di Acquisto essendo i consumi indicati non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla natura dell'attività sanitaria aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte a livello nazionale o regionale.

Di conseguenza la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo.


In caso si rendesse necessario, in corso di esecuzione del contratto, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ed alle stesse condizioni del contratto, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo (art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016).

Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 4 - IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo quadriennale presunto della fornitura è pari a **€ 12.687.100,00 (IVA esclusa)**.

L'importo sopra indicato è l'importo massimo stimato ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, tiene conto dell'importo aggregato presunto della fornitura per i 36 mesi della durata della fornitura inclusa l'opzione di rinnovo di 12 mesi prevista nel bando e nei documenti di gara.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

ART. 5 - PREZZI D'AGGIUDICAZIONE. PREZZI ANAC

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.

I prezzi proposti dalla Ditta dovranno essere, pena l'esclusione dalla procedura di gara, uguali o inferiori (sia per singolo riferimento che per lotto) rispetto ai prezzi a base d'asta indicati nell'All. 3-A al Capitolato Tecnico.

ART. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

A. Requisiti minimi e indispensabili, pena esclusione

1. Distintamente per ciascun lotto, i requisiti tecnici, minimi ed indispensabili, sono descritti dettagliatamente nel prospetto di individuazione dei lotti di cui al successivo paragrafo.
2. Tutti i prodotti devono possedere il codice CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi).
3. Tutti i prodotti devono essere conformi alla Direttiva 93/42 CE concernente i dispositivi medici, recepita con D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e successive integrazioni e/o modifiche ed essere conformi alla normativa vigente con particolare riferimento alla F.U.I. in vigore.
4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta i prodotti offerti dovranno essere vendibili al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e, pertanto essere in possesso di tutte le autorizzazioni, certificazioni e numero di repertorio di legge.

B. Confezionamento

1. Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana e conformi alla Direttiva CE sopra riportata.
2. Tutti i prodotti devono essere confezionati in idonei imballaggi che garantiscano un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

In particolare sono richiesti tre tipi di imballaggio:


- ✓ un primo imballaggio per il trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda;
- ✓ un secondo imballaggio, diverso da quello precedente, idoneo allo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. Esso dovrà garantire agli operatori un facile prelievo dell'articolo ed il controllo sulla quantità residua. L'imballo per l'uso in ambiente asettico deve essere tale da garantire la protezione del contenuto dall'umidità e dalla polvere, evitando in siffatta maniera qualsiasi tipo di contaminazione;
- ✓ la confezione del singolo prodotto, costituita da materiale conforme a quanto richiesto dalla Farmacopea Europea. La confezione deve permettere un'apertura facile e sicura al fine di non contaminare il contenuto. Le dimensioni dovranno essere adeguate al contenuto.

3. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne.

In particolare sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- ✓ la descrizione del prodotto comprensiva del nome;
- ✓ il numero di codice del prodotto;
- ✓ il nome del produttore;
- ✓ il metodo di sterilizzazione;

4



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

- ✓ il lotto di sterilizzazione;
- ✓ la data di scadenza della sterilità e/o la durata;
- ✓ la dicitura chiara "sterile";
- ✓ la dicitura chiara "monouso";
- ✓ marchio CE con numero identificativo dell'organismo notificato.

A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto

Il Dirigente RUP

Dott. Luigi Moreno Costa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate

LOTTO 1
CANNULA PER PERFUSIONE SELETTIVA CEREBRALE

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
Cannula ad uso esclusivo per perfusione selettiva cerebrale <u>anterograda</u> , a doppio lume, con palloncino di posizionamento all'estremità distale della cannula gonfiabile attraverso il secondo lume; materiale in silicone modellabile. Sterile, monouso.	C03010402	€. 95,00
MISURE RICHIESTE: Misure varie.		

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:


CRITERI VALUTATIVI

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Minore atraumaticità della punta arteriosa	Punti 30	Q1	30		

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Maggiore stabilità del pallone all'interno del vaso	Punti 20	Q1	20		

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Malleabilità	Punti 10	Q1	10		

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Disponibilità numero misure (disponibilità diversi diametri)	Punti 10	Q3*		10	



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

LOTTO 2 SISTEMA EMOSTATICO VASCOLARE (TOURNIQUET)

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
In materiale plastico, sterile, monouso, con apparato per la retrazione delle suture, privo di lattice. In confezione sterile, preferibilmente comprensiva di 3-5 laccl.	C90010301	€. 12,00
MISURE RICHIESTE: misure D.I. 4-5 mm x lunghezza <= 20 cm		

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)


max 70 punti

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI VALUTATIVI

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Malleabilità e resistenza	Punti 35	Q1	35		

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Tenuta allo scivolamento	Punti 35	Q1	35		



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

LOTTO 3 BISTURI MONOUSO PER MICROCHIRURGIA

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
Bisturi monouso con lama per microchirurgia tipo Beaver . Lama retta, punta arrotondata taglio bifrontale lunghezza totale 3cm circa. Dotato di sistema di sicurezza nel rispetto della normativa (D.L. 19/2014 – Direttiva 2010/32/EU). Confezionato singolarmente e fornito sterile.	V0101	€. 6,00

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)


max 70 punti

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI VALUTATIVI

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Qualità del taglio/incisione	Punti 45	Q1	45		

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Minima devianza dalla lunghezza richiesta	Punti 25	Q4		25	



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

LOTTO 4

Tubo retto con valvola aortica interamente biologico

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
Tubo biologico retto con alloggio di valvola biologica stentless, privo di altro materiale protesico artificiale. Anello di sutura con caratteristiche atte a garantire una ottima adattabilità all'anulus nativo e facilitare il posizionamento delle suture. Ottimali prestazioni emodinamiche, compatibilità con risonanza magnetica nucleare, valido follow-up per durata e rischio tromboembolico. MISURE RICHIESTE: 21mm-23mm-25mm-27mm-29mm DESTINAZIONE D'USO: sostituzione della valvola aortica nativa danneggiata o malfunzionante o protesi valvolare aortica precedentemente impiantata, associata a sostituzione della radice aortica danneggiata ed eventualmente dell'aorta ascendente patologica, specie nel paziente anziano e/o in caso di infezione della valvola aortica e/o della radice aortica (endocardite).	P070303	€. 4.500,00

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI VALUTATIVI

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Facilità di impianto ➤ Anello di ancoraggio facile da suturare ➤ Anello di ancoraggio facilmente adattabile a superficie biologica	Punti 30	Q1	30		

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Documentazione sull'utilizzo clinico del prodotto (riviste peer-reviewed, internazionali, di cardiocirurgia, max. 5 pubblicazioni)	Punti 10	Q1	10		


A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Rapporto area utile/area di impianto	Punti 25	Q2	25		

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Misure	Punti 5	Q3*		5	



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

LOTTO 5 Biovalsalva

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
Condotto valvolato con riproduzione dei seni di Valsalva costituito da una protesi vascolare in poliestere, associato a valvola cardiaca biologica porcina senza stent, ed anello di sutura con caratteristiche atte a garantire una ottima adattabilità all'anulus nativo e facilitare il posizionamento delle suture. Ottimali prestazioni emodinamiche, compatibilità con risonanza magnetica nucleare, valido follow-up per durata e rischio tromboembolico. MISURE RICHIESTE: ampia gamma di misure DESTINAZIONE D'USO: sostituzione della valvola aortica nativa danneggiata o malfunzionante o protesi valvolare aortica precedentemente impiantata, associata a sostituzione della radice aortica danneggiata ed eventualmente dell'aorta ascendente patologica, specie nel paziente anziano, in tutte quelle circostanze in cui risulti aumentata la distanza degli osti coronarici, o gli stessi risultino poco mobilizzabili.	P070399	€. 3.600,00

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI VALUTATIVI

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Facilità di impianto ➤ Anello di ancoraggio facile da suturare ➤ Anello di ancoraggio facilmente adattabile a superficie biologica	Punti 30	Q1	30		

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Documentazione sull'utilizzo clinico del prodotto (riviste peer-reviewed, internazionali, di cardiocirurgia, max. 5 pubblicazioni)	Punti 10	Q1	10		


A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it




Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Rapporto area utile/area di impianto	Punti 25	Q2	25		

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Misure	Punti 5	Q3*		5	



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

LOTTO 6

Radice aortica biologica completa

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
Radice aortica interamente biologica dotata di anello di sutura rinforzato con caratteristiche atte a garantire una ottima adattabilità all'anulus nativo e facilitare il posizionamento delle suture. Ottimali prestazioni emodinamiche, compatibilità con risonanza magnetica nucleare, valido follow-up per durata e rischio tromboembolico. MISURE INDISPENSABILI: 21mm-23mm-25mm-27mm DESTINAZIONE D'USO: sostituzione della valvola aortica nativa danneggiata o malfunzionante o protesi valvolare aortica precedentemente impiantata, associata a sostituzione della radice aortica danneggiata, specie nel paziente anziano e/o in caso di infezione della valvola aortica e/o della radice aortica (endocardite).	P070399	€. 2.500,00

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI VALUTATIVI

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Facilità di impianto ➤ Anello di ancoraggio facile da suturare ➤ Anello di ancoraggio facilmente adattabile a superficie biologica	Punti 30	Q1	30		

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Documentazione sull'utilizzo clinico del prodotto (riviste peer-reviewed, internazionali, di cardiocirurgia, max. 5 pubblicazioni)	Punti 10	Q1	10		

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Rapporto area utile/area di impianto	Punti 25	Q2	25		

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Misure	Punti 5	Q3*		5	

LOTTO 7

Bioprotesi valvolare aortica montata su supporto metallico espandibile con pallone

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
Caratteristiche tecnico qualitative minime ed indispensabili: Sistema adatto al trattamento transfemorale, transaortico e transapicale. Dati in letteratura su longevità della bioprotesi almeno 5 anni MISURE INDISPENSABILI: almeno 4 misure disponibili La confezione deve comprendere tutto il materiale occorrente per la compressione della valvola sul supporto e per l'espansione della stessa, dell'introduttore dedicato e del pallone per valvuloplastica.	P0703010302	€. 19.800,00

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)


max 70 punti

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI VALUTATIVI

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Gonnellina sigillante per ridurre grado di paravalvular leak residuo	Punti 20	Q5			20

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Stent in cromo cobalto per ottenere prevedibilità dell'impianto	Punti 20	Q5			20



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Interferenza con il sistema di conduzione e necessità di pacemaker (attraverso la letteratura proposta)	Punti 15	Q4*		15	
	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Presenza di marker per il preciso posizionamento della bioprotesi	Punti 15	Q5			15

LOTTO 8

Bioprotesi valvolare aortica montata su supporto metallico autoespandibile o espandibili con sistema meccanico

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
Caratteristiche tecnico qualitative minime ed indispensabili: Sistema comprensivo degli accessori richiesti per l'impianto	P0703010302	€. 17.000,00
L'offerta deve comprendere un supporto autoespandibile o un sistema a rilascio meccanico che consenta la ricatturabilità (parziale e totale) e la riposizionabilità.		

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI VALUTATIVI

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Ricatturabilità	Punti 5	Q3*		5	

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Range di misure di anello valvolare trattabile	Punti 20	Q3*		20	



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Possibilità di gonnellina sigillante per ridurre paravalvular leak residuo	Punti 20	Q5			20

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Dati in letteratura su longevità della bioprotesi oltre 5 anni, documentati con studi di follow up	Punti 15	Q3*		15	

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Numero di accessi arteriosi praticabili	Punti 10	Q5			10

LOTTO 9

Guida ad alto supporto per impiantare protesi valvolare aortica

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
Caratteristiche tecnico qualitative minime ed indispensabili: Guida pre-curvata a doppia curva specifica per impianti percutanei di valvola aortica, almeno della lunghezza di 260 cm, almeno 2 tipi di curve distali.	C0499	€. 150,00

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA


(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI VALUTATIVI

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Atraumaticità intracavitaria	Punti 20	Q1	20		



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Stabilità in vsn	Punti 30	Q1	30		

	PUNTI MAX	IDENTIFICATIVO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
➤ Mancata interferenza con la valvola mitrale	Punti 30	Q1	20		

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it