

<b>OGGETTO:</b>	procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in full service di sistemi analitici per l'esecuzione di test di biologia molecolare per la ricerca di HCV HIV HBV finalizzata alla validazione di unità di sangue ad uso trasfusionale e plasma per la produzione di emoderivati occorrenti alle aziende sanitarie liguri per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori anni due) – Lotto unico. N° gara 4668332 <b>Verbale di valutazione dell'idoneità tecnica. Seduta riservata.</b>
-----------------	--

Il giorno 5/7/2013, alle ore 15,00, presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto, in via D'Annunzio 64 si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con deliberazione n. 45 del 07/06/2013 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione di idoneità delle offerte tecniche presentata dalle Ditte concorrenti.  
Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

COGNOME	Nome	Incarico e struttura	Presidente
Strada	Dr. Paolo	Direttore U.O. Trasfusionale IRCCS AOU S. Martino-IST	in qualità di Presidente
Cagetti	Dr. Giampaolo	Direttore Strutture Trasfusionali Asl 3 Genovese	in qualità di Componente
Morelli	Dr. Federico	Direttore S.C. Medicina Trasfusionale Asl 4 Chiavarese	in qualità di Componente

E' presente anche il RUP della procedura, dr. Riccardo ZANELLA.

La Commissione rileva l'idoneità del luogo in cui sono stati custoditi i plichi della documentazione tecnica, documentazione che risulta perfettamente integra, nello stato in cui è stata consegnata al RUP il 1/7/2013.

Viene dato atto che a seguito del riscontro della documentazione tecnica presentata sono state ammesse al prosieguo della procedura entrambe le ditte concorrenti e che la Commissione ha chiesto di acquisire le seguenti informazioni in merito al punto 14 "Controllo di qualità esterno".

Ditta Novartis srl

Si offre la disponibilità a fornire la VEQ di diverse ditte, ma non è desumibile dalla documentazione prodotta se vengono offerti i 12 controlli annuali richiesti. Si chiedono chiarimenti in merito

Ditta Roche spa

Non è presente il materiale illustrativo delle VEQ offerte che riporti la programmazione degli invii. Si invita a completare la documentazione.

I chiarimenti e le integrazioni documentali richieste sono pervenute all'ARS – CRA entro il termine fissato (ore 12,00 di oggi) e sono state acquisite agli atti con prot. n. 3040 e 3044.




---

Centrale Regionale di Acquisto


Sulla base degli elementi precisati, che confermano e meglio esplicitano i contenuti dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice all'unanimità formula il proprio giudizio di idoneità sulle offerte presentate, in tutto e per tutto rispondenti ai requisiti fissati dal Capitolato tecnico per l'aggiudicazione della fornitura.

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta, consegna i materiali documentari al RUP affinché provveda alla loro custodia, rassegna il presente verbale agli atti della Centrale per la fissazione della seduta pubblica per l'aggiudicazione provvisoria.

La seduta è tolta alle ore 15,55

Letto, confermato e sottoscritto.


Presidente: Dr. Paolo Strada



Componente: Dr. Giampaolo Cagetti



Componente: Dr. Federico Morelli



Il Dirigente RUP: Dr. Riccardo Zanella

