

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).

Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 87

IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE SAGOMATO PER SACRO

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile con conformazione per sacro ,di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica, a base di sostanze idrocolloidali disperse in matrice adesiva ipoallergenica e ricoperta da un film in poliuretano trasparente, impermeabile o semimpermeabile			
Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione			
La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotondamenti in seguito a mobilitazione del paziente.			
Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2 24/48 h) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2 nelle 24/48 h)			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (minore permeabilità, maggiore punteggio)	5	
3) Adattabilità e conformabilità alle zone cutanee di applicazione	10	
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	10	
5) Stabilità nella permanenza in situ (minor tendenza all'arrotolamento)	10	
6) Atraumaticità alla rimozione	20	
7) Maneggevolezza: confezionamento e facilità di applicazione	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MEDICAZIONI AVANZATE” OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 86 IDROGEL CON ANTISETTICO PHMB			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
a base di polimeri idrofili ad elevato contenuto di acqua minimo 70% (idrogel);			
utilizzate per il trattamento di lesioni asciutte o con tessuti necrotici o fibrinosi (detersione autolitica).			
Il gel deve avere consistenza tale da non scivolare sul letto della lesione, contenente PHMB.			
Confezionato in un tubo applicatore, richiudibile, da massimo 25 gr.			
La consistenza deve essere tale da consentire un corretto posizionamento garantendo una buona adesione senza scivolamento dal letto della ferita.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 85

CUTE PORCINA medicazione biosintetica derivata dalla cute porcina o prodotto equivalente.

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
è indicata per il trattamento di lesioni cutanee di primo e secondo grado.			
L'uso nel trattamento di ustioni, ulcere da decubito, ulcere vascolari croniche, abrasioni e zone donatrici, riduce il dolore la perdita di liquidi.			
è particolarmente indicato quale copertura e medicazione in quei casi dove si hanno importanti perdite di sostanza cutanea quali le grandi ustioni, gli scuoiamenti, le ulcere ed in tutti quei casi dove si richiede una accelerazione del processo di cicatrizzazione.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).

Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 84**MEDICAZIONE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE CON CLOREXIDINA GLUCONATA**

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione trasparente di fissaggio monouso sterile con annesso gel di clorexidina gluconata per mantenere disinfettato in punto di inserzione tra il Gripper ed il reservoir del Port			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 83 MEDICAZIONE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione trasparente di fissaggio monouso sterile in poliuretano con bordo rinforzato, che assicuri una buona tenuta a protezione dell'accesso venoso centrale e fenestratura non adesiva che permetta di rimuovere il Gripper in totale sicurezza, riducendo il rischio di dislocamento.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 82
TRATTAMENTO A LUCE BLU

CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
trattamento per attivazione del processo di guarigione delle lesioni cutanee da utilizzare con lampada in comodato d'uso.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 81 MEDICAZIONI IN TNT ALLUMINIZZATO NON ADERENTE STERILE PER TRACHEOSTOMIA			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
MEDICAZIONI IN TNT ALLUMINIZZATO NON ADERENTE STERILE PER TRACHEOSTOMIA			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 80 MEDICAZIONE IN TESSUTO IN POLIESTERE E AG			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione avanzata per la gestione delle dermatiti causate dallo sfregamento tra superfici cutanee atte a drenare l'evaporazione dell'umidità presente fra le pliche cutanee con effetto antimicrobico e antifungino			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 79 MEDICAZIONE TUBOLARE IN FILM DI POLIURETANO CON STRISCE ADESIVE DI FISSAGGIO			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione secondaria per il mantenimento della chiusura ermetica nel trattamento di lesioni agli arti inferiori.			
Misure S, M, L			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 78 MEDICAZIONE INTERATTIVA CON SUPPORTO IN POLIACRILATO O IN POLIESTERE			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile per lesioni acute e croniche infette o colonizzate criticamente quando necessita una barriera antimicrobica.			
Per lesioni con essudato medio/abbondanti.			
Permanenza fino a 7 giorni in situ			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 77 MEDICAZIONE INTERATTIVA CON SUPPORTO IN POLIACRILATO O IN POLIESTERE			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile con matrice TLC-NCSF			
La medicazione deve essere in grado di gestire i diversi livelli di essudato grazie alle diverse formulazioni utilizzata per la gestione locale del piede diabetico			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 76
MATRICE DI TESSUTO DERMICO A BASE DI COLLAGENE DI TIPO III

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Matrice di tessuto dermico acellulare derivato da derma bovino o derma ovino ricco di collagene di tipo III.			
E' indicata nella gestione delle lesioni croniche e del piede diabetico, lesioni a spessore parziale e a tutto spessore (quali le grandi ustioni) e nei casi in cui si richiede una accelerazione del processo di cicatrizzazione.			
Utilizzato come scaffold per la riparazione dermica.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

**LOTTO 75
UNGUENTO A BASE DI COLLAGENASI ED ACIDO IALURONICO**

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Da utilizzare nella fase di preparazione del letto della ferita, per promuovere il processo di guarigione e proteggere il tessuto neo-formato grazie all'acido ialuronico			
Da utilizzarsi nel trattamento locale delle ulcere con tessuto necrotico o fibrinoso di cui favorire lo sbrigliamento.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 74 MEDICAZIONE A BASE DI OLII IPEROSSIDATI PER MAMMELLA			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
per il trattamento di ferite chirurgiche, post chirurgiche e ulceri/ lesioni da radioterapia, della mammella, in grado di ridurre la carica batterica grazie alle proprietà ossidative (numero minimo di perossidi 200 Meq/kg)			
il prodotto deve essere ipoallergenico			
deve avere una prolungata permanenza in situ fino a 3gg (attività documentata)			
deve avere un elevato potere ossidante grazie ad un rilascio controllato di ossigeno nel tempo (quantificazione dei perossidi) (attività documentata)			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

**LOTTO 73
GEL A BASE DI IPEROSSIDATI PER LESIONI DEL CAVO ORALE**

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
per il trattamento di lesioni del cavo orale, in grado di ridurre la carica batterica grazie alle proprietà ossidative (numero minimo di perossidi 200 Meq/kg) e favorire i processi endogeni di rigenerazione tissutale.			
il prodotto deve essere ipoallergenico			
deve avere un elevato potere ossidante grazie ad un rilascio controllato di ossigeno nel tempo (quantificazione dei perossidi) (attività documentata)			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 72 MEDICAZIONE A BASE DI OLII IPEROSSIDATI			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
per il trattamento di lesioni cutanee fistolose, in grado di ridurre la carica batterica grazie alle proprietà ossidative (numero minimo di perossidi 200 Meq/kg) e stimolare il processo delle lesioni non healing			
il prodotto deve essere ipoallergenico			
deve avere una prolungata permanenza in situ fino a 3gg (attività documentata)			
deve avere un elevato potere ossidante grazie ad un rilascio controllato di ossigeno nel tempo (quantificazione dei perossidi) (attività documentata)			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 71 OLIO PROTETTIVO SPRAY			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
con effetto altamente idratante, di rapida azione desquamante per pelli mature e secche, idoneo per la gestione delle xerosi.			
Conforme a Direttiva Europea in materia di cosmetici			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 70 CREMA BARRIERA a base di ossido di zinco			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
in grado di creare una sottile barriera per proteggere la cute integra.			
Impermeabile ai liquidi.			
Permeabile al vapore acqueo ed ossigeno in modo tale da non favorire la macerazione cutanea.			
Priva di sostanze irritanti e aggressive.			
Utilizzabile anche in ambito pediatrico.			
Dispositivo medico o prodotto cosmetico.			
Confezione in tubo maggiore o uguale a 60 ml.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 69 PRODOTTO PER LA DETERSIONE E IRRIGAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Soluzione pronta all'uso a base di Propilbetaina e poliesanide (PHMB), per la detersione e idratazione di lesioni.			
In grado di disgregare il biofilm batterico e ritardarne la riformazione disgregando la matrice mucopolisaccaridica sintetizzata dalle colonie batteriche presenti sul letto di ferita.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

**LOTTO 68
MEDICAZIONE IDROATTIVA**

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione super assorbente a base di poliacrilati imbevuta con soluzione di Ringer .			
In grado di rimuovere necrosi e fibrina e di assorbire l'essudato.			
Da utilizzare per sbrigliamento e detersione.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 67 MEDICAZIONE spray antisettica contenente sulfadiazina argantica.			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
MEDICAZIONE spray antisettica contenente sulfadiazina argantica.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 66
MEDICAZIONI A BASE DI ACIDO IALURONICO FIBROINA E ALGINATO

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, costituita da una base di acido ialuronico.			
E' indicata nel trattamento delle ulcere venose, aree di espianto cutaneo.			
Medicazione altamente assorbente in tessuto fibroso, interamente composta da acido ialuronico, fibroina, alginati.			
A contatto con la lesione si trasforma in un gel idrofilico, che, conformandosi alla ferita, contribuisce la formazione di un microambiente in grado di promuovere il processo di riparazione tissutale.			
Il gel idrofilico mantiene un ambiente umido sulla superficie della ferita promuovendo una cicatrizzazione rapida ed indolore.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 65 MEDICAZIONI CON MATRICE MODULANTE LE PROTEASI CONTENENTE ARGENTO

CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione contenente argento, indicata per far ripartire il processo di cicatrizzazione, sia nelle ferite acute che croniche, quando questo sia in stallo			
Medicazione composta da una matrice bioassorbibile e biodegradabile bilanciante l'ambiente della ferita attraverso: modulazione delle proteasi (MMPs ed elastasi), protezione dei fattori di crescita endogeni, assorbimento dei radicali liberi, stimolazione della chemiotassi, riduzione delle citochine infiammatorie e protezione dei fibroblasti.			
La matrice inoltre deve essere in grado di fornire protezione da infezioni e dai fattori ostacolanti il processo di cicatrizzazione.			
Indicata su ferite infette o colonizzate.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 64 MEDICAZIONI A BASE DI ACIDO IARULONICO E COLLEGENE EQUINO			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione bioattiva a base di collagene equinoeterologo e acido iarulonico coadiuvante i processi fisiologici di cicatrizzazione, sia nelle ferite acute che croniche, da moderatamente a molto essudanti, con proprietà emostatiche.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 63 MEDICAZIONI A BASE DI COLLAGENE E CELLULOSA CON MATRICE MODULANTE LE PROTEASI			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile per lesioni croniche/acute granuleggianti deterse, a base di collagene (non inferiore al 55%) e cellulosa, in grado di riequilibrare il microambiente delle lesioni essudanti, andando ad interagire ed inibire la metalloproteasi (attività documentata da lavori scientifici)			
con proprietà emostatiche			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 62 MEDICAZIONI A BASE DI COLLAGENE			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile a base di collagene di originale animale conforme alle normative vigenti, indicata per il trattamento di ulcere			
Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, costituita da una base di collagene minimo 90%.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 61 MEDICAZIONE STERILE			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
formata da una matrice di Alginato di calcio con argento ionico sottoforma di pasta altamente conformabile per il trattamento di tutte le lesioni infette			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 60 MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA INTESSUTA CON FIBRE DI NYLON CONTENENTE AG IONICO			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di ustioni, con colonizzaziazione critica/infezione.			
medicazione costituita da fibre idrocolloidali di CMC Na pura intessuta con fibre di Nylon,con ioni Ag.			
deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24 h).			
La medicazione deve gelificare a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione.			
La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento			
La medicazione deve essere arricchita da fibre in Nylon per minimizzare il restringimento della medicazione e frizione e forze di taglio sulla cute.			
La medicazione deve garantire il più possibile una minima deformazione volumetrica.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

**LOTTO 59
GEL CON ANTISETTICO PHMB**

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
gel per la detersione e idratazione di lesioni croniche a base di PHMB atto a garantire la decontaminazione duratura del letto della lesione tra una medicazione e l'altra			
idoneo alla prevenzione della formazione del biofilm batterico.			
Confezionato in un tubo facilmente richiudibile, da massimo 50gr.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 58 SCHIUMA POLIURETANO DRENANTE ATRAUMATICA SENZA AG			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione in schiuma di poliuretano sottile indicata per drenare e trasferire essudati di ferite estese e/o molto essudanti.			
Non deve essere provvista di un film di poliuretano esterno e lo strato di contatto con il letto di ferita deve essere in soffice silicone con microaderenza selettiva.			

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 57 DERMA SOSTITUTIVO COLLAGENE LIQUIDO PER TUNNELIZZAZIONI			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Matrice dermica fluida avanzata formata da granulato di collagene reticolato di tendine flessore di bovino e da glicosaminoglicano che viene reidratato con soluzione salina ed utilizzato nelle lesioni con difficile accesso e nelle lesioni tunnelizzate			
Funge da supporto per l'invasione cellulare e la crescita capillare.			
in siringa			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Porosità ideale tra 70 e 120mm=20, desumibile da scheda tecnica. si/no	25	
2) Conservazione a temperatura ambiente si/no	10	
3) Tempo di degradazione ideale 3-4 settimane=20 desumibile da scheda tecnica, si/no	25	
4) Letteratura scientifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 56 DERMA SOSTITUTIVO COLLAGENE SILICONE MONO STRATO			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
La matrice di rigenerazione dermica deve essere composta da una matrice porosa di collagene di tipo 1 di tendine bovino sotto forma di reticolo incrociato e glico-saminoglicano			
La matrice a strato unico è un dispositivo avanzato per perdite di sostanza composto da una matrice porosa di collagene di tipo 1 di tendine bovino sotto forma di reticolo incrociato e glic			
La matrice monostrato consente: una chiusura immediata della ferita tramite innesto autologo che permette l'attivazione dei processi di cicatrizzazione; il posizionamento sotto innesto autologo.			
Campi di applicazione: Trattamento di ustioni profonde;trattamento fascite necrotizzante; ricostruzione di traumi con perdita di sostanza;ricostruzione post-oncologica; chiusura di siti donatori;cicatrici retraenti da esiti di ustioni, ulcere croniche degli arti inferiori e Piede Diabetico;epidermolisi bullosa;ferite chirurgiche (sito donatore/ impianti, trattamenti successivi alla chirurgia di Mohs);ferite acute			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Porosità ideale tra 70 e 120mm=20, desumibile da scheda tecnica. si/no	25	
2) Conservazione a temperatura ambiente si/no	10	
3) Tempo di degradazione ideale 3-4 settimane=20 desumibile da scheda tecnica, si/no	25	
4) Letteratura scientifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 55 DERMA SOSTITUTIVO COLLAGENE SILICONE A DOPPIO STRATO			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
La matrice di rigenerazione dermica deve essere composta da una matrice porosa di collagene di tipo 1 di tendine bovino sotto forma di reticolo incrociato e glico-saminoglicano ed uno strato semipermeabile di polisiloxano (silicone);			
La matrice a doppio strato è un dispositivo avanzato per perdite di sostanza composto da una matrice porosa di collagene di tipo 1 di tendine bovino sotto forma di reticolo incrociato e glucosaminoglicano ed uno strato semi-permeabile di polisiloxano (silicone), è una matrice per la rigenerazione dermica permanente ed un sostituto temporaneo dell'epidermide in silicone.			
una chiusura fisiologica ed immediata della ferita che permette l'attivazione dei processi di cicatrizzazione			
una rigenerazione definitiva di un derma funzionale ed autologo.			
Campi di applicazione: Trattamento di ustioni profonde; trattamento fascite necrotizzante; ricostruzione di traumi con perdita di sostanza; ricostruzione post-oncologica; chiusura di siti donatori; cicatrici retraenti da esiti di ustioni, ulcere croniche degli arti inferiori e Piede Diabetico; epidermolisi bullosa; ferite chirurgiche (sito donatore/ impianti, trattamenti successivi alla chirurgia di Mohs); ferite acute			
Si richiede meshato e standard			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Porosità ideale tra 70 e 120mm=20, desumibile da scheda tecnica. si/no	25	
2) Conservazione a temperatura ambiente si/no	10	
3) Tempo di degradazione ideale 3-4 settimane=20 desumibile da scheda tecnica, si/no	25	
4) Letteratura scientifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 54 MEDICAZIONE PLURISTRATIFICATA AD ALTO ASSORBIMENTO SAP (POLIMERI SUPER ASSORBENTI)			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
per lesioni da mediamente ad altamente essudanti, almeno tristratificata(desumibile da scheda tecnica).			
deve gestire essudati abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24h)			
La medicazione, con poliacrilati, deve lasciar penetrare gli essudati e permetterne la distribuzione omogenea nello strato assorbente.			
Deve inoltre favorire l'atraumaticità alla rimozione.			
Il lato a contatto della ferita deve essere in TNT.			
Utilizzabile sotto compressione senza rilasciare liquidi o creare decubiti.			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	20	
2) Mantenimento dell'integrità della medicazione a saturazione della stessa	20	
3) Maneggevolezza e conformabilità	10	
4) Atraumaticità alla rimozione	10	
5) presenza di cellulosa	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 53 MEDICAZIONE PER DEBRIDEMENT MECCANICO DELLE LESIONI			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Deve essere composta da un Pad monouso sterile, atto alla rimozione dell'essudato e dei detriti.			
In grado di ridurre la carica batterica sul letto della ferita attraverso la rimozione meccanica per strofinamento.			
Deve essere attivo nella stimolazione della formazione di tessuto sano senza danneggiarlo, essere atraumatico e indolore			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Presenza di formato per cavità sì/no	20	
2) Efficacia sbrigliamento	20	
3) Atraumaticità	20	
4) Maneggevolezza	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 52 MEDICAZIONE IDROBALANCE IN BIOCELLULOSA CON PHMB			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione per ferite con essudato debole o medio, in grado di gestire la colonizzazione critica,			
regola l'umidità grazie alla particolare struttura realizzata con le fibre biosintetiche			
è in grado di assorbire e rilasciare umidità a seconda della condizione della ferita e della quantità di essudato			
L'essudato in eccesso viene assorbito, l'umidità viene rilasciata dalla medicazione alla ferita oppure entrambi i processi si verificano contemporaneamente			
La medicazione deve avere un'azione antisettica controllata e prolungata grazie alla presenza al suo interno del PHMB			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità antisettiche dimostrate	20	
2) Maneggevolezza e conformabilità	15	
3) Facilità d'applicazione e atraumaticità alla rimozione	15	
4) modalità e tempi di rilascio dell'antisettico e diminuzione della carica batterica	10	
5) Tempo di permanenza in situ (maggiore tempo, maggiore punteggio), dato dichiarato in scheda tecnica	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 51 MEDICAZIONE ANTIMICROBICA ATOSSICA E BIOCOMPATIBILE A CAPTAZIONE BATTERICA			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
medicazione sterile rivestita da un derivato degli acidi grassi DACC (dialchilcarbaoilcloruro)			
la medicazione deve essere in grado di legare e rimuovere i batteri ed altri microrganismi da ferite con colonizzazione critica/infezione creando le condizioni ideali per la guarigione			
la medicazione deve essere in grado di gestire i diversi livelli di essudato grazie alle differenti formulazioni			
la formulazione ritagliabile non deve sfilacciarsi e lasciare residui sul letto di ferita			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità e meccanismo di captazione batterica	20	
2) Maneggevolezza e conformabilità	10	
3) Facilità d'applicazione e atraumaticità alla rimozione	10	
4) Assenza di residui di medicazione sul letto della lesione nei formati ritagliabili	15	
5) Tempo di permanenza in situ (maggiore tempo, maggiore punteggio), dato dichiarato in scheda tecnica	15	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 50 MEDICAZIONE ANTIMICROBICA			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
in garza/zaffo/rotolo (cotone 100%) contenente PHMB atossica e biocompatibile con attività antibatterica comprovata contenente PHMB			
Tale medicazione andrebbe a sostituire l'utilizzo della garza iodoformica nei pazienti intolleranti, permettendo di mantenere la stessa azione antisettica ma riducendo il numero di medicazioni.			
per lesioni con essudato medio/abbondante.			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Composizione e modalità rilascio PHMB sul letto di ferita	15	
2) Maneggevolezza e conformabilità	10	
3) Facilità d'applicazione e atraumaticità alla rimozione	15	
4) Assenza di residui di medicazione sul letto della lesione	15	
5) Tempo di permanenza in situ (maggiore tempo, maggiore punteggio), dato dichiarato in scheda tecnica	15	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 49 MEDICAZIONE IN POLIURETANO STERILE CON ANTISETTICO			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazioni per il controllo della carica batterica			
medicazioni pretagliate per essere posizionate nel punto d'inserzione dei fissatori esterni			
misura di 2,5 cm con foro centrale di 4 mm almeno			
contenenti soluzione antisettica Ag, clorexidina, altro antisettico			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Controllo carica batterica	25	
2) Tempo di permanenza in situ (maggiore tempo, maggiore punteggio), dato dichiarato in scheda tecnica	25	
3) Maneggevolezza e facilità di applicazione	20	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 48 SPRAY PROTETTIVO PREVENZIONE LDP E CUTE FRAGILE			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
a base di acidi grassi iperossigenati e olii essenziali, per la prevenzione delle lesioni da pressione, il trattamento della cute fragile e il trattamento delle lesioni da pressione di primo stadio.			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Maneggevolezza e facilità di applicazione	20	
2) Durata dopo prima apertura	10	
3) Percentuale di acidi grassi (maggiore quantità, maggior punteggio)	20	
4) Tempo di permanenza in situ (maggiore tempo, maggiore punteggio), dato dichiarato in scheda tecnica	20	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 47 PRODOTTO PER LA PROTEZIONE E LA CURA DELLA CUTE			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
film barriera in forma liquida a base di silicone e/o acrilati			
privo di alcool o di altre sostanze irritanti			
Il prodotto deve poter essere applicato su cute lesa.			
Deve essere attivo almeno fino a 70 ore			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Maneggevolezza e facilità di applicazione	10	
2) Traspirabilità	20	
3) Capacità di formare un adeguato strato effetto barriera	20	
4) Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione (maggiore tempo, maggiore punteggio), dato dichiarato in scheda tecnica	20	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 46 MEDICAZIONE IN POLIESANIDE			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile in garza di cotone impregnata di PHMB. Utilizzata per ferite colonizzate o infette per scarso/medio essudato.			
Utilizzata per ferite colonizzate o infette per scarso/medio essudato.			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità antisettica dimostrata e dichiarata in scheda tecnica	20	
2) Mantenimento ambiente umido	10	
3) Struttura a maglia per passaggio essudato	10	
4) Flessibile e conformabile sulla cute	10	
5) Non aderente al letto di ferita e atraumatico alla rimozione	10	
6) Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione (maggiore tempo, maggiore punteggio), dato dichiarato in scheda tecnica	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 45 MEDICAZIONE A BASSA ADERENZA CON CLOREXIDINA			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione primaria sterile, costituita da garza in cotone o fibre sintetiche imbibita in emulsione di petrolo o altra sostanza grassa e impregnata con antisettico alla clorexidina			
con struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentano il passaggio dell'essudato e dei gas pur mantenendo l'ambiente umido			
tale struttura deve inoltre prevenire l'intrusione del tessuto di granulazione impedendo quindi l'aderenza al letto della ferita			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità antisettica dimostrata e dichiarata in scheda tecnica	20	
2) Mantenimento ambiente umido	10	
3) Struttura fitta e regolare	10	
4) Flessibile e conformabile sulla cute	10	
5) Non aderente al letto di ferita e atraumatico alla rimozione	10	
6) Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione (maggiore tempo, maggiore punteggio), dato dichiarato in scheda tecnica	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 44 MEDICAZIONE PRIMARIA STERILE			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Costituita da garza in cotone o fibre sintetiche imbibita in emulsione di petrolato o altra sostanza grassa			
struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentano il passaggio dell'essudato e dei gas pur mantenendo l'ambiente umido			
tale struttura deve prevenire l'intrusione del tessuto di granulazione impedendo quindi l'aderenza al letto della ferita			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Mantenimento ambiente umido	20	
2) Struttura a maglia per passaggio essudato	10	
3) Flessibile e conformabile sulla cute	10	
4) Non aderente al letto di ferita e atraumatico alla rimozione	20	
5) Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione (maggiore tempo, maggiore punteggio), dato dichiarato in scheda tecnica	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 43 MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI CON ARGENTO			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile a bassa aderenza costituita da garza imbibita di sostanza grassa e impregnata all'argento			
proprietà antibatterica e atraumatica			
struttura fitta e regolare in fibra sintetica e non di cotone			
capacità di prevenire l'intrusione del tessuto di granulazione impedendone quindi, l'aderenza al letto della ferita			
Deve essere in grado di mantenere l'ambiente umido, essere permeabile ai gas ed ai secreti e ridurre la carica batterica grazie all'azione antimicro-bica dell'argento.			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità antisettica dimostrata e dichiarata in scheda tecnica	20	
2) Mantenimento ambiente umido	10	
3) Struttura fitta e regolare	10	
4) Flessibile e conformabile sulla cute	10	
5) Non aderente al letto di ferita e atraumatico alla rimozione	10	
6) Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione (maggiore tempo, maggiore punteggio), dato dichiarato in scheda tecnica	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 42 MEDICAZIONE A BASSA ADERENZA CON TRIBROMOFENATO BISMUTO			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione primaria sterile, costituita da garza in cotone o fibre sintetiche imbibita in emulsione di petrolato o altra sostanza grassa e impregnata con antisettico Tribromofenato bismuto			
con struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentano il passaggio dell'essudato e dei gas pur mantenendo l'ambiente umido			
tale struttura deve inoltre prevenire l'intrusione del tessuto di granulazione impedendo quindi l'aderenza al letto della ferita			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità antisettica dimostrata e dichiarata in scheda tecnica	20	
2) Mantenimento ambiente umido	10	
3) Struttura fitta e regolare	10	
4) Flessibile e conformabile sulla cute	10	
5) Non aderente al letto di ferita e atraumatico alla rimozione	10	
6) Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione (maggiore tempo, maggiore punteggio), dato dichiarato in scheda tecnica	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 41 MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI CON IODOPOVIDONE			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione non aderente a base di iodio povidone composta da una trama in poliestere o in rayon o silicone, (non cotone) imbevuto in una soluzione al 10% di iodio povidone che consenta il drenaggio degli essudati e la traspirazione della ferita evitandone la macerazione.			
Deve essere permeabile ai gas e secreti, desumibile in scheda tecnica			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità antisettica dimostrata e dichiarata in scheda tecnica	20	
2) Mantenimento ambiente umido	10	
3) Struttura fitta e regolare	10	
4) Flessibile e conformabile sulla cute	10	
5) Non aderente al letto di ferita e atraumatico alla rimozione	10	
6) Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione (maggiore tempo, maggiore punteggio), dato dichiarato in scheda tecnica	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 40 RETE ELASTICA POLIAMMIDICA CON STRATO DI CONTATTO IN SILICONE			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
La medicazione deve essere a formulazione elastomerica a microaderenza, la struttura porosa permette all'essudato di passare verticalmente verso la medicazione secondaria assorbente, senza interferire con il tessuto di granulazione			
Il prodotto deve poter restare in situ per più giorni in modo da ridurre il traumatismo soprattutto nelle lesioni neoplastiche e zone d'innesto cutaneo.			
Durante il tempo di permanenza della medicazione, questa deve permettere l'irrigazione della ferita senza alterare la sua aderenza			
deve permettere l'ispezione della ferita senza perdere la peculiarità di essere riposizionata senza perdere la sua aderenza			
Deve essere permeabile ai gas e secreti, desumibile in scheda tecnica			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di ispezione e riposizionamento senza perdita aderenza	15	
2) Capacità di irrigazione della ferita senza perdita aderenza	15	
3) Maneggevolezza e conformabilità	15	
4) Atraumaticità alla rimozione	15	
5) Tempo di permanenza in uso, durata minima della medicazione= 5 giorni (maggiore tempo, maggiore punteggio), dato dichiarato in scheda tecnica	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 39 GARZA IN POLIESTERE			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione antisetetica a base di carbone vegetale puro impregnato di Ag elementare ed inserito tra due superfici in TnT termosaldate			
La medicazione deve essere in grado di gestire l'infezione (grazie all'Ag non a rilascio sul letto di ferita) , i cattivi odori e legare le endotossine.			
La tramatura del TnT deve essere soffice in modo da favorire la conformabilità e l'atraumaticità della medicazione.			
la tramatura del carbone contenente all'interno deve essere fitta e non deve sfilacciarsi .			
La medicazione non deve avere verso di applicazione in modo da permetterne il migliore utilizzo anche nelle ferite cavarie.			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità gestione odore	20	
2) Maneggevolezza e conformabilità	10	
3) Facilità e atraumaticità alla rimozione	10	
4) Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione (robustezza della termosaldatura e dello strato in TNT)	15	
5) Capacità antisetetica	15	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 38 GARZA IN POLIESTERE			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
a cessione controllata di nanocristalli d'Ag per tre o sette gg, per il trattamento di tutte le lesioni infette.			
Può essere utilizzata come medicazione primaria o secondaria			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Tempo di permanenza desumibile da scheda tecnica(maggiore permanenza, maggiore punteggio)	10	
2) Composizione e modalità di rilascio argento su letto di ferita, desumibile da scheda tecnica	20	
3) Maneggevolezza e conformabilità	20	
4) Atraumaticità alla rimozione	20	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 37 MEDICAZIONE ASSORBENTE POSTOPERATORIA CON STRATO DI SILICONE SU BORDO ED INTERA SUPERFICIE			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione post operatoria con tampone assorbente in poliestere e fibre in poliacrilato.			
Il tampone deve presentare una tecnologia che ne garantisca la flessibilità per tutti i distretti anatomici e una capacità di dilatazione, almeno tristratificata(desumibile da scheda tecnica)			
Deve essere permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi			
Deve essere ispezionabile e studiato appositamente per le ferite chirurgiche			
Deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti evitando la macerazione della cute peri-incisionale			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2)			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	5	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	5	
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	6	
5) Adattabilità e conformabilità alla lesione	12	
6) Capacità di ispezione e di riposizionamento senza perdita di aderenza e atraumaticità alla rimozione	10	
7) Numerosità di strati: 4 strati=3, ≥5 strati=10, documentata in scheda tecnica	10	
8) Presenza di tampone perforato con tagli a Y	12	
9) Letteratura scientifica (vedi articolo 4 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 36 MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA IMPERMEABILE ASSORBENTE			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di ferite chirurgiche, costituita da un tampone assorbente in Carbossimetilcellulosa sodica pura e copertura impermeabile, adesiva in idrocolloide, almeno tristratificata(desumibile da scheda tecnica)			
deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24/48h)			
richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2			
La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute peri-incisionale anche sotto compressione			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2)			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (minore permeabilità, maggiore punteggio)	5	
3) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	5	
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	10	
5) Atraumaticità alla rimozione	20	
6) Conformabilità ed elasticità della medicazione	20	
7) Letteratura scientifica (vedi articolo 4 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 35 MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA IMPERMEABILE ASSORBENTE CON ANTISETTICO ALL'AG E CMC			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione antisettica ad alto potere assorbente per la gestione di ferite chirurgiche, costituita da un tampone assorbente in Carbossimetilcellulosa sodica pura contenente ioni Ag, e copertura impermeabile, adesiva in idrocolloide, almeno tristratificata(desumibile da scheda tecnica)			
deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24/48h)			
richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2			
La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute peri-incisionale anche sotto compressione			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2)			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (minore permeabilità, maggiore punteggio)	5	
3) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	5	
4)Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata)	10	
5) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	10	
6) Atraumaticità alla rimozione	10	
7) Conformabilità ed elasticità della medicazione	20	
8) Letteratura scientifica (vedi articolo 4 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 34 SOLUZIONE SALINA SPRAY PER DETERSIONE FERITE			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Soluzione salina sterile per la detersione delle ferite cutanee acute e croniche.			
la formulazione spray permette di detergere tutti i tipi di lesione cutanea, anche cavitaria fornendo un getto di pressione adeguato e differenziato per non danneggiare il tessuto neoformato.			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Maneggevolezza e facilità di utilizzo	22	
2) Funzionalità dell'erogatore spray, erogazione continua per una migliore gestione dell'operatore.	23	
3) Possibilità di variare l'intensità del getto	25	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 33 MEDICAZIONE SPRAY CON AG + ACIDO IALURONICO			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
favorente la cicatrizzazione			
contenente argento almeno 1% in combinazione con acido ialuronico unitamente a principi favorenti l'idratazione cutanea.			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Modalità rilascio argento sul letto della ferita (desumibile da scheda tecnica)	10	
2) Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (desumibile da scheda tecnica)	15	
3) Capacità riparazione tissutale	20	
4) Presenza di vitamina E(si/no)	10	
5) Funzionalità dell'erogatore spray	10	
6) Letteratura scientifica (vedi articolo 4 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 32 IDROCOLLOIDI EXTRA SOTTILI SENZA BORDO			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazioni sterili di spessore sottile inferiore 0,6 mm trasparenti/traslucida			
costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile			
Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni superficiali in fase scarsamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione			
La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilitazione del paziente.			
Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento (gr/cm2 24/48 h) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2 nelle 24/48 h)			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (minore permeabilità, maggiore punteggio)	5	
3) Adattabilità e conformabilità alle zone cutanee di applicazione	15	
4) Stabilità nella permanenza in situ e resistenza alla trazione	15	
5) Atraumaticità alla rimozione	20	
6) Maneggevolezza: confezionamento e facilità di applicazione	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 31 IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE SAGOMATO TALLONE GOMITO			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile con conformazione per tallone/gomito, di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica, a base di sostanze idrocolloidali disperse in matrice adesiva ipoallergenica e ricoperta da un film in poliuretano trasparente, impermeabile o semimpermeabile			
Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione			
La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilitazione del paziente			
Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2 24/48 h) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2 nelle 24/48 h)			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (minore permeabilità, maggiore punteggio)	5	
3) Adattabilità e conformabilità alle zone cutanee di applicazione	10	
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	10	
5) Stabilità nella permanenza in situ (minor tendenza all'arrotolamento)	10	
6) Atraumaticità alla rimozione	20	
7) Maneggevolezza: confezionamento e facilità di applicazione	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 30 IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazioni sterili di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile			
Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione			
La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente.			
Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2 24/48 h) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2 nelle 24/48h)			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (minore permeabilità, maggiore punteggio)	5	
3) Adattabilità e conformabilità alle zone cutanee di applicazione	10	
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	10	
5) Stabilità nella permanenza in situ (minor tendenza all'arrotolamento)	10	
6) Atraumaticità alla rimozione	20	
7) Maneggevolezza: confezionamento e facilità di applicazione	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 29 IDROCOLLOIDI SENZA BORDO ADESIVO			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazioni sterili di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile.			
Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione			
La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilitazione del paziente			
Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2 24/48 h) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2 nelle 24/48h)			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica	5	
3) Adattabilità e conformabilità alle zone cutanee di applicazione	15	
4) Stabilità nella permanenza in situ e resistenza alla trazione	15	
5) Atraumaticità alla rimozione	20	
6) Maneggevolezza: confezionamento e facilità di applicazione	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 28 MEDICAZIONE ASSORBENTE IN FIBRE ALGINATO			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione primaria sterile a base di fibre di alginato di calcio o calcio/sodio (sodio max 30%) o calcio/zinco con funzione assorbente /gelificante per il trattamento di lesioni essudanti e/o sanguinanti piane e cavitare.			
La medicazione deve risultare altamente conformabile alla lesione e altamente assorbente (richiesto dato di assorbimento liquidi g/cm2/24/48 h) con assorbimento rapido che impedisca la macerazione della cute perilesionale			
La rimozione della medicazione deve avvenire in modo compatto e senza perdite di residui			
La medicazione deve garantire il più possibile una minima deformazione volumetrica.			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	20	
2) Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	10	
3) Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e assenza di residui sul letto di lesione)	10	
4) Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	5	
5) Test per deformazione, intesa come variazione di superficie, che si può verificare in una medicazione a contatto con l'essudato, rispetto alla sua superficie originaria. La Commissione procederà a misurare la superficie della medicazione a secco e dopo immersione in una soluzione acquosa per un periodo pari a 30 minuti. Il test terrà conto del decremento in superficie che potrebbe vanificare l'efficacia della medicazione, lasciando priva di protezione una parte della lesione.)	20	
6) Letteratura scientifica (vedi articolo 4 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 27 MMEDICAZIONE ASSORBENTE IN FIBRE DI ALGINATO CONTENENTE AG			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile antimicrobica contenente Ag a base di fibre di alginato di calcio o calcio/sodio (sodio max 20%)o calcio/zinco con funzione assorbente /gelificante per il trattamento di lesioni infette, essudanti e/o sanguinanti piane e cavitare			
Medicazione altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24/48 h)per la gestione di lesioni altamentente essudanti e sanguinanti			
La medicazione deve essere in grado di gestire l'infezione in quanto deve avere un'attività antisettica prolungata (richiesta documentazione) con assorbimento rapido che impedisca la macerazione della cute perilesionale			
La rimozione della medicazione deve avvenire in modo compatto e senza perdite di residui			
La medicazione deve garantire il più possibile una minima deformazione volumetrica.			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	10	
2) Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	10	
3) Capacità antisettica dimostrata e dichiarata (anche su biofilm) e mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata)	15	
4) Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e assenza di residui sul letto di lesione)	10	
5) Test per deformazione, intesa come variazione di superficie, che si può verificare in una medicazione a contatto con l'essudato, rispetto alla sua superficie originaria. (La Commissione procederà a misurare la superficie della medicazione a secco e dopo immersione in una soluzione acquosa per un periodo pari a 30 minuti. Il test terrà conto del decremento in superficie che potrebbe vanificare l'efficacia della medicazione, lasciando priva di protezione una parte della lesione.)	15	
6) Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	5	
7) Letteratura scientifica (vedi articolo 4 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 26 MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA DA FIBRE GELIFICANTI DIVERSA DA CMC			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24/48 h)			
La medicazione deve gelificare a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione.			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione			
non deve rilasciare essudato sul letto della ferita			
La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento			
La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti			
La medicazione deve garantire il più possibile una minima deformazione volumetrica.			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	20	
2) Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	10	
3) Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e assenza di residui sul letto di lesione)	10	
4) Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	5	
5) Test per deformazione, intesa come variazione di superficie, che si può verificare in una medicazione a contatto con l'essudato, rispetto alla sua superficie originaria. (La Commissione procederà a misurare la superficie della medicazione a secco e dopo immersione in una soluzione acquosa per un periodo pari a 30 minuti. Il test terrà conto del decremento in superficie che potrebbe vanificare l'efficacia della medicazione, lasciando priva di protezione una parte della lesione.)	20	
6) Letteratura scientifica (vedi articolo 4 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 25 MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti.			
deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24 h)			
La medicazione deve gelificare a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione.			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione			
non deve rilasciare essudato sul letto della ferita			
La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento			
La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti			
La medicazione deve garantire il più possibile una minima deformazione volumetrica.			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	20	
2) Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	10	
3) Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e assenza di residui sul letto di lesione)	10	
4) Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	5	
5) Test per deformazione, intesa come variazione di superficie, che si può verificare in una medicazione a contatto con l'essudato, rispetto alla sua superficie originaria. (La Commissione procederà a misurare la superficie della medicazione a secco e dopo immersione in una soluzione acquosa per un periodo pari a 30 minuti. Il test terrà conto del decremento in superficie che potrebbe vanificare l'efficacia della medicazione, lasciando priva di protezione una parte della lesione.)	20	
6) Letteratura scientifica (vedi articolo 4 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 24 MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA IN FIBRA CONTENENTE IONI AG			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti, con colonizzazione critica/infezione			
medicazione costituita da fibre idrocolloidali di CMC Na pura (≥95%), con ioni Ag			
La medicazione deve essere attiva anche sul biofilm (preferibilmente contenente EDTA e benzetonio cloruro), oltre all'argento.			
deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24/48 h)			
La medicazione deve gelificare a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione.			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita			
La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento			
La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti			
La medicazione deve garantire il più possibile una minima deformazione volumetrica.			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	10	
2) Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	10	
3) Capacità antisettica dimostrata e dichiarata (anche su biofilm) e mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata)	15	
4) Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e assenza di residui sul letto di lesione)	10	
5) Test per deformazione, intesa come variazione di superficie, che si può verificare in una medicazione a contatto con l'essudato, rispetto alla sua superficie originaria. (La Commissione procederà a misurare la superficie della medicazione a secco e dopo immersione in una soluzione acquosa per un periodo pari a 30 minuti. Il test terrà conto del decremento in superficie che potrebbe vanificare l'efficacia della medicazione, lasciando priva di protezione una parte della lesione.)	15	
6) Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	5	
7) Letteratura scientifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 23 IDROGEL CON ARGENTO			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
a base di polimeri idrofili ad elevato contenuto di acqua minimo 70% (idrogel)			
utilizzate per il trattamento di lesioni asciutte o con tessuti necrotici o fibrinosi (detersione autolitica)			
Il gel deve avere consistenza tale da non scivolare sul letto della lesione			
contenente AG			
Confezionato in un tubo facilmente richiudibile, da massimo 25gr			
La consistenza deve essere tale da consentire un corretto posizionamento garantendo una buona adesione senza scivolamento dal letto della ferita			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) % d'acqua contenuta come indicatore di debridment , idratazione del fondo della ferita	20	
2) % di AG contenuto (maggiore %, maggior punteggio)	5	
3) Permanenza in situ (Viscosità)	20	
4) Maneggevolezza, confezionamento, tubo facilmente richiudibile	25	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 22 IDROGEL			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
a base di polimeri idrofili ad elevato contenuto di acqua minimo 70% (idrogel)			
utilizzate per il trattamento di lesioni asciutte o con tessuti necrotici o fibrinosi (detersione autolitica)			
Il gel deve avere consistenza tale da non scivolare sul letto della lesione			
può contenere alginato o CMC			
Confezionato in un tubo facilmente richiudibile, da massimo 25gr			
La consistenza deve essere tale da consentire un corretto posizionamento garantendo una buona adesione senza scivolamento dal letto della ferita			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) % d'acqua contenuta come indicatore di debridment , idratazione del fondo della ferita	20	
2) Assenza di componenti che possano causare bruciore (si/no)	5	
3) Permanenza in situ (Viscosità)	20	
4) Maneggevolezza, confezionamento, tubo facilmente richiudibile	25	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 21 SCHIUMA POLIURETANO ALL'ARGENTO SENZA BORDO ADESIVO			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano senza bordo adesivo contenente argento, con strato di contatto in soffice silicone a microaderenza selettiva			
Lo strato di contatto con la lesione in silicone, deve essere distribuito su tutta la superficie della medicazione e deve assicurare una rimozione atraumatica della medicazione.			
richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2			
richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h			
richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2			
La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione.			
La medicazione deve essere ritagliabile senza alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l'essudato sul letto della ferita e senza diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	3	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	3	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	3	
4) Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (maggiore tempo, maggiore punteggio, desumibile da scheda tecnica)	10	
5) Capacità di ridurre la colonizzazione batterica (maggiore quantità di argento espressa in mg/cm2, maggior punteggio)	12	
6) Adattabilità e conformabilità alla lesione	8	
7) Capacità di assorbimento senza rilascio dell'essudato e miglior modalità di saturazione	10	
8) Capacità di ispezione e di riposizionamento senza perdita di aderenza e atraumaticità alla rimozione	6	
9) Presenza di carbone	10	
10) Letteratura scientifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 20 SCHIUMA ALL'ARGENTO CON BORDO ADESIVO			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano con bordo adesivo contenente argento, con strato di contatto in sofficie silicone a microaderenza selettiva			
La medicazione in schiuma di poliuretano, permeabile al vapore e ai gas ma impermeabile a virus e batteri, deve contenere argento, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica)			
Lo strato di contatto con la lesione in silicone, deve essere distribuito su tutta la superficie della medicazione e deve assicurare una rimozione atraumatica della medicazione			
richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2			
richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h			
richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2			
La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	3	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	3	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	3	
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	5	
5) Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (maggiore tempo, maggiore punteggio, desumibile da scheda tecnica)	10	
6) Adattabilità e conformabilità alla lesione	8	
7) Capacità di assorbimento senza rilascio dell'essudato e miglior modalità di saturazione	8	
8) Capacità di ispezione e di riposizionamento senza perdita di aderenza e atraumaticità alla rimozione	6	
9) Numerosità di strati: 4 strati=3, ≥5 strati=10, documentata in scheda tecnica	10	
10) Letteratura scientifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	4	
11) Presenza di carbone	10	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 19 SCHIUMA POLIURETANO MEDIO-ALTA ASSORBENZA CON BORDO ADESIVO AL SILICONE SU TUTTA LA SUPERFICIE PER SPECIFICHE SEDI

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
medicazione assorbente in schiuma flessibile con i bordi conformabile per lesioni anatomiche ascellari, inguinali della mammella in generale per pieghe anatomiche, con strato di silicone su tutta la superficie			
Composta da strato esterno in film di poliuretano, permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano con bordo al silicone che garantisce l'atraumaticità alla rimozione con un maggiore rispetto della cute fragile			
Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato medio/alto, con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), almeno tristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica)			
deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h)			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24/48h g/cm2)			
La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione.			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i bordi della medicazione, pur ottimizzando l'area del tampone			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	5	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	5	
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	8	
5) Adattabilità e conformabilità alla lesione	12	
6) Capacità di assorbimento senza rilascio dell'essudato e miglior modalità di saturazione	8	
7) Capacità di ispezione e di riposizionamento senza perdita di aderenza e atraumaticità alla rimozione	6	
8) Numerosità di strati: 4 strati=3, ≥5 strati=10, documentata in scheda tecnica	10	
9) Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione e la presenza in situ	6	
10) Letteratura scientifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 18 SCHIUMA POLIURETANO CON STRATO DI SILICONE SU TUTTA LA SUPERFICIE CON BORDO ADESIVO			
CARATTERISTICHE MINIME LOTTO 18 sub A) (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Schiuma poliuretano a media-alta assorbenza con strato di silicone su tutta la superficie con bordo composta da strato esterno in film di poliuretano, permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie, compreso il bordo, che ne garantisce una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute per microaderenza selettiva.			
Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato medio-alto, con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);			
deve essere in grado di gestire il medio-alto assorbimento (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h)			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2)			
La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i bordi della medicazione, pur ottimizzando l'area del tampone; inoltre la medicazione non deve arruolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento.			
dichiarare la misura del tampone centrale in cm			

CARATTERISTICHE MINIME LOTTO 18 sub B) (vedere Allegato A1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Schiuma di poliuretano sottile a basso assorbimento con strato di silicone su tutta la superficie con bordo composta da strato esterno in film di poliuretano, permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie, compreso il bordo, che ne garantisce una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute per microaderenza selettiva.			
Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato scarso, con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), almeno tristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica);			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2)			
La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione.			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i bordi della medicazione, pur ottimizzando l'area del tampone; inoltre la medicazione non deve arruolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento.			
dichiarare la misura del tampone centrale in cm			
Spessore max 2,4 mm			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	5	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	5	
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	8	
5) Adattabilità e conformabilità alla lesione	8	
6) Capacità di assorbimento senza rilascio dell'essudato e miglior modalità di saturazione	8	
7) Capacità di ispezione e di riposizionamento senza perdita di aderenza e atraumaticità alla rimozione	8	
8) Numerosità di strati: 4 strati=3, ≥5 strati=10, documentata in scheda tecnica	10	
9) Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione e la presenza in situ	8	
10) Letteratura scientifica anche a supporto utilizzo in prevenzione (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 17 SCHIUMA POLIURETANO CON STRATO DI SILICONE SU TUTTA LA SUPERFICIE SENZA BORDO ADESIVO			
CARATTERISTICHE MINIME LOTTO 17 sub A) (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Schiuma poliuretano a media-alta assorbenza con strato di silicone su tutta la superficie senza bordo adesivo composta da strato esterno in film di poliuretano, permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie che ne garantisca una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute per microaderenza selettiva.			
Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato medio/alto, con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), almeno tristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica);			
deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h)			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48 h g/cm2)			
La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbenza e ritenzione sotto compressione.			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dell'essudato verso i bordi della medicazione, pur ottimizzando l'area del tampone;			
La medicazione deve essere ritagliabile senza alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l'essudato sul letto della ferita e senza diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento			

CARATTERISTICHE MINIME LOTTO 17 sub B) (vedere Allegato A1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Schiuma poliuretano a media-alta assorbenza con strato di silicone su tutta la superficie con bordo composta da strato esterno in film di poliuretano, permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie, compreso il bordo, che ne garantisca una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute per microaderenza selettiva.			
Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato medio-alto, con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);			
deve essere in grado di gestire il medio-alto assorbimento (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h)			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2)			
La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbenza e ritenzione sotto compressione			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i bordi della medicazione, pur ottimizzando l'area del tampone; inoltre la medicazione non deve arrotondarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento.			
dichiarare la misura del tampone centrale in cm			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	5	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	5	
4) Adattabilità e conformabilità alla lesione	9	
5) Capacità di assorbimento senza rilascio dell'essudato e miglior modalità di	10	
6) Capacità di ispezione e di riposizionamento senza perdita di aderenza	8	
7) Atraumaticità alla rimozione	8	
8) Misure per copertura di aree ampie (es. schiena) >600 cm2=10	10	
9) Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione e la presenza in situ	5	
10) Letteratura scientifica anche a supporto utilizzo in prevenzione (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 16

MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA AD ALTRE TECNOLOGIE SENZA BORDO ADESIVO BASSO-MEDIO ASSORBIMENTO CON ARGENTO IONICO

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile antisettica a base di schiume di poliuretano associate ad altre tecnologie contenenti argento ionico per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con colonizzazione critica/infezione con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2) adesivo, almeno tristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica)			
deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h)			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24/48 g/cm2)			
La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione.			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i bordi della medicazione, pur ottimizzando l'area del tampone			
non deve rilasciare essudato sul letto della ferita			
non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento			
La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l'essudato sul letto della ferita e senza diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	5	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	5	
4) Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (maggiore tempo, maggiore punteggio, desumibile da scheda tecnica)	6	
5) Presenza di margini smussati che non devono arrotondarsi	6	
6) Numerosità di strati: 4 strati=5, ≥5 strati=10, documentata in scheda tecnica	10	
7) Atraumaticità alla rimozione	10	
8) Conformabilità in termini di capacità di aderire in zone anatomiche difficili	8	
9) Capacità di assorbimento senza rilascio dell'essudato e miglior modalità di saturazione	10	
10) Letteratura scientifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 15 MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA AD ALTRE TECNOLOGIE, CON BORDO ADESIVO BASSO-MEDIO ASSORBIMENTO CON ARGENTO IONICO			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile antisettica, a base di schiume di poliuretano associate ad altre tecnologie, contenenti argento ionico, per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con colonizzazione critica/infezione, con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2) adesivo, almeno tristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica)			
deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48 h)			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24/48h g/cm2)			
La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione.			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i bordi della medicazione, pur ottimizzando l'area del tampone			
la medicazione non deve arrotondarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente			
non deve rilasciare essudato sul letto della ferita			
non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	5	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	5	
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	8	
5) Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (maggiore tempo, maggiore punteggio, desumibile da scheda tecnica)	6	
6) Numerosità di strati: 4 strati=5, ≥5 strati=10, documentata in scheda tecnica	10	
7) Atraumaticità alla rimozione	8	
8) Conformabilità in termini di capacità di aderire al letto della lesione	8	
9) Capacità di assorbimento senza rilascio dell'essudato e miglior modalità di saturazione	10	
10) Letteratura scientifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 14 MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO PER TRACHEOSTOMIA			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano con taglio idoneo a utilizzo su tracheostomia o inserzione drenaggi.			
per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante, con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2) pluristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica)			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2)			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i bordi della medicazione, pur ottimizzando l'area del tampone			
Deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento, senza rilasciare essudato sul letto della ferita			
non deve deformarsi né delaminare con l'essudato			
La conformazione della medicazione deve essere tale da permettere l'adattamento della stessa alla zona circostante alla cannula (es. taglio lineare, taglio a croce, taglio a Y, ecc)			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	6	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	6	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	6	
4) Maggiore adattabilità a cannule tracheostomiche di diverso calibro	10	
5) Maggiore capacità di fissaggio della cannula	10	
6) Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione e la permanenza in situ (non deve deformarsi o arrotondarsi)	10	
7) Maggiore facilità di applicazione e di rimozione	10	
8) Atraumaticità	12	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 13 MEDICAZIONE STERILE CON SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA PER TALLONE-GOMITO CON BORDO ADESIVO MEDIO-ALTO ASSORBIMENTO			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile conformata per talloni/gomiti ,a base di schiume di poliuretano almeno tristratificata per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), adesiva			
deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h)			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2)			
La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbenza e ritenzione sotto compressione.			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione			
la medicazione non deve arrotondarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente			
non deve rilasciare essudato sul letto della ferita			
non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento			
spessore minimo 4,4 mm			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	6	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	6	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	6	
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	10	
5) Presenza di diverse misure (più misure, più punteggio)	7	
6) Utilizzabile sia in prevenzione che in trattamento, rinvenibile nella documentazione tecnica (si/no)	10	
7) Numerosità di strati: >=4 strati= 10 punti, documentata in scheda tecnica	10	
8) Conformabilità in termini di capacità di aderire al letto della lesione	10	
9) Letteratura scientifica anche a supporto utilizzo in prevenzione (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 12 MEDICAZIONE STERILE CON SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA PER TALLONE-GOMITO SENZA BORDO ADESIVO DA POTER ESSERE IMPIEGATA ANCHE IN PREVENZIONE			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile conformata per talloni/gomiti , a base di schiume di poliuretano almeno tristratificata per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), adesiva			
deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h)			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2)			
La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbenza e ritenzione sotto compressione.			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i bordi della medicazione, pur ottimizzando l'area del tampone			
non deve rilasciare essudato sul letto della ferita			
non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento nell'utilizzo in prevenzione deve essere in grado di ridistribuire le pressioni in modo efficace (allegare documentazione a supporto)			
spessore minimo 4,40 mm			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	6	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	6	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	6	
4) Presenza di diverse misure (più misure, più punteggio)	9	
5) Priva di cuciture o residui di lavorazione che possano favorire il decubito	9	
6) Utilizzabile sia in prevenzione che in trattamento, rinvenibile nella documentazione tecnica (si/no)	10	
8) Sistema di fissaggio da documentazione tecnica (si/no)	9	
9) Conformabilità in termini di capacità di aderire alle zone di applicazione	10	
10) Letteratura scientifica anche a supporto utilizzo in prevenzione (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 11 MEDICAZIONE STERILE A MEDIO-ALTO ASSORBIMENTO IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON BORDO ADESIVO E STRATO DI SILICONE SU TUTTA LA SUPERFICIE SAGOMATA PER ZONA SACRALE			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile conformata per sacro, a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante, con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), adesiva, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica)			
deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h)			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2)			
La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento.			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i bordi della medicazione, pur ottimizzando l'area del tampone			
la medicazione non deve arrotondarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente			
non deve rilasciare essudato sul letto della ferita			
non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	5	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	5	
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	8	
5) Capacità di ispezione e di riposizionamento senza perdita di aderenza	5	
6) Numerosità di strati: 4 strati=3, ≥5 strati=10, documentata in scheda tecnica	10	
7) Atraumaticità alla rimozione	6	
8) Conformabilità in termini di capacità di aderire al letto della lesione	9	
9) Capacità di assorbimento senza rilascio dell'essudato e miglior modalità di saturazione	12	
10) Letteratura scientifica anche a supporto utilizzo in prevenzione (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 10 MEDICAZIONE STERILE A MEDIO-ALTO ASSORBIMENTO IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON BORDO ADESIVO E STRATO DI SILICONE SU TUTTA LA SUPERFICIE SAGOMATA PER ZONA SACRALE			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano associate ad altre tecnologie per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), adesiva, almeno tristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica)			
deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h)			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2)			
La medicazione deve mantenere il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione.			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso verso i bordi della medicazione, pur ottimizzando l'area del tampone			
non deve rilasciare essudato sul letto della ferita			
senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento			
I margini non devono arrotondarsi.			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	5	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	5	
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	8	
5) Capacità di ispezione e di riposizionamento senza perdita di aderenza	5	
6) Numerosità di strati: 4 strati=3, ≥5 strati=10, documentata in scheda tecnica	10	
7) Atraumaticità alla rimozione	6	
8) Conformabilità in termini di capacità di aderire al letto della lesione	9	
9) Capacità di assorbimento senza rilascio dell'essudato e miglior modalità di saturazione	12	
10) Letteratura scientifica anche a supporto utilizzo in prevenzione (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 9 MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA AD ALTRE TECNOLOGIE, CON BORDO ADESIVO BASSO-MEDIO ASSORBIMENTO

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano associate ad altre tecnologie per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), adesiva, almeno tristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica)			
deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h)			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2)			
La medicazione deve mantenere il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i bordi della medicazione, pur ottimizzando l'area del tampone			
la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente			
non deve rilasciare essudato sul letto della ferita			
non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	6	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	6	
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	8	
5) Numerosità di strati: 4 strati=5, ≥5 strati=10, documentata in scheda tecnica	10	
6) Atraumaticità alla rimozione	9	
7) Conformabilità in termini di capacità di aderire al letto della lesione	9	
8) Capacità di assorbimento senza rilascio dell'essudato e miglior modalità di saturazione	12	
9) Letteratura scientifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 8 MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO NON ADERENTI SENZA BORDO ADESIVO ALTO ASSORBIMENTO

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante, con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), almeno tristratificate			
deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h)			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24/48h g/cm2)			
La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione			
La medicazione deve essere ritagliabile			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	6	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	6	
4) Presenza di margini smussati che non devono arrotondarsi	8	
5) Numerosità di strati: 4 strati=5, ≥5 strati=10, documentata in scheda tecnica	10	
6) Atraumaticità alla rimozione	9	
7) Conformabilità in termini di capacità di aderire in zone anatomiche difficili	9	
8) Capacità di assorbimento senza rilascio dell'essudato e miglior modalità di saturazione	12	
9) Letteratura scientifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 7 MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO NON ADERENTI CON BORDO ADESIVO ALTO ASSORBIMENTO			
CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante, con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), adesiva, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica)			
deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h)			
deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24/48 h g/cm2)			
La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione.			
L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i bordi della medicazione, pur ottimizzando l'area del tampone			
la medicazione non deve arrotondarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente			
non deve rilasciare essudato sul letto della ferita			
non deve deformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Capacità di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore assorbimento, maggiore punteggio)	5	
2) Gestione dei fluidi TFHC (g/cm2 nelle 24 h), documentata in scheda tecnica, (maggiore dato, maggiore punteggio)	6	
3) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica (maggiore permeabilità, maggiore punteggio)	6	
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi	8	
5) Numerosità di strati: 4 strati=5, ≥5 strati=10, documentata in scheda tecnica	10	
6) Atraumaticità alla rimozione	9	
7) Conformabilità in termini di capacità di aderire al letto della lesione	9	
8) Capacità di assorbimento senza rilascio dell'essudato e miglior modalità di saturazione	12	
9) Letteratura scientifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 6 MEDICAZIONE TRASPARENTE DI FISSAGGIO MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO CENTRALE , PICC e Midline,cateteri percutanei (CON TAGLIO AD U) con antisettico			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Supporto trasparente in poliuretano con taglio a U permeabile al vapore acqueo,			
impermeabile ai liquidi e ai microrganismi			
ad alta traspirabilità			
contenente tampone con antisettico a lento rilascio			
massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto			
presenza di rinforzo in tessuto non tessuto			
dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di medicazione			
confezionata in busta singola			
La medicazione deve resistere alle forze di taglio e stiramento deve essere atraumatica alla rimozione			
MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/m2			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2/24 h)	10	
2) Maneggevolezza nell'applicazione	5	
3) Miglior adattabilità e adesività alla superficie cutanea	10	
4) Minor grado di macerazione ed arrossamento cutaneo	20	
5) Adeguata permanenza in situ in base alle linee guida CDC Atlanta	5	
6) Atraumaticità alla rimozione	15	
7) Letteratura scientifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnico)	5	
	70	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 5 ILM SEMIPERMEABILE IN POLIURETANO NON STERILE (IN ROTOLO)

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "x"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Film di poliuretano con strato adesivo acrilico, trasparente o semitrasparente, in modo da rendere possibile l'ispezione della zona trattata senza procedere alla rimozione del prodotto stesso.			
Permeabile a vapori e gas			
impermeabile ai liquidi e ai batteri			
La medicazione deve resistere alle forze di taglio e stiramento			
Deve essere atraumatica alla rimozione.			
Confezione non sterile.			
MVTR non inferiore ai 750 gr/24h/m2			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2/24 h)	10	
2) Maneggevolezza nell'applicazione	5	
3) Miglior adattabilità e adesività alla superficie cutanea	10	
4) Minor grado di macerazione ed arrossamento cutaneo	20	
5) Tempo minimo di permanenza della medicazione pari a 72-96h in situ	5	
6) Atraumaticità alla rimozione	20	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 4 MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U) - PEDIATRICO

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "x"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Supporto trasparente in poliuretano senza taglio a U permeabile al vapore acqueo			
impermeabile ai liquidi e ai microrganismi			
ad alta traspirabilità			
massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto ad alta adesività			
dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di inserzione			
confezionata in busta singola			
Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo			
MVTR non inferiore ai 1400 gr/24h/m2			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2/24 h)	10	
2) Maneggevolezza nell'applicazione	5	
3) Miglior adattabilità e adesività alla superficie cutanea	10	
4) Minor grado di macerazione ed arrossamento cutaneo	20	
5) Tempo minimo di permanenza della medicazione pari a 72-96h in situ	5	
6) Atraumaticità alla rimozione	20	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).
Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 3 MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U)

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "x"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Supporto trasparente in poliuretano senza taglio a U permeabile al vapore acqueo			
impermeabile ai liquidi e ai microrganismi			
ad alta traspirabilità			
massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto ad alta adesività			
dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di inserzione			
confezionata in busta singola			
Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo			
MVTR non inferiore ai 3000 gr/24h/m2			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2/24 h)	10	
2) Maneggevolezza nell'applicazione	5	
3) Miglior adattabilità e adesività alla superficie cutanea	10	
4) Minor grado di macerazione ed arrossamento cutaneo	20	
5) Tempo minimo di permanenza della medicazione pari a 72-96 h in situ	5	
6) Atraumaticità alla rimozione	20	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI AVANZATE" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).

Lotti 87 Numero gara: 8518194

LOTTO 2

MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U) - PEDIATRICO

CARATTERISTICHE MINIME (vedere Allegato B1 caratteristiche minime)	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Supporto trasparente in poliuretano con taglio a U permeabile al vapore acqueo			
impermeabile ai liquidi e ai microrganismi			
ad alta traspirabilità (MVTR non inferiore ai 1300gr/24h/m2)			
massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto			
presenza di rinforzo in tessuto non tessuto			
dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di medicazione			
confezionata in busta singola			
Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo			

CRITERI QUALITATIVI (VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2/24 h)	10	
2) Maneggevolezza nell'applicazione	5	
3) Miglior adattabilità e adesività alla superficie cutanea	10	
4) Minor grado di macerazione ed arrossamento cutaneo	20	
5) Tempo minimo di permanenza della medicazione pari a 72-96 h in situ	5	
6) Atraumaticità alla rimozione	20	

MODELLO 5-bis QUESTIONARIO TECNICO			
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MEDICAZIONI AVANZATE” OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 87 Numero gara: 8518194			
LOTTO 1 MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U)			
CARATTERISTICHE MINIME <i>(vedere Allegato B1 caratteristiche minime)</i>	CONFERMARE LA PRESENZA CON UNA "X"	DATI SPECIFICI DEL PRODOTTO OFFERTO (A CURA DEL CONCORRENTE)	Indicare eventuale riferimento e n. pagina del documento in cui il dato è contenuto
Supporto trasparente in poliuretano con taglio a U permeabile al vapore acqueo			
impermeabile ai liquidi e ai microrganismi			
ad alta traspirabilità			
massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto			
presenza di rinforzo in tessuto non tessuto			
dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di medicazione			
confezionata in busta singola			
Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo			
MVTR non inferiore ai 3000 gr/24h/m2			

CRITERI QUALITATIVI <i>(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi)</i>	Punteggio massimo	Descrivere e/o indicare eventuale riferimento a documento e n. pagina in cui le informazioni sono contenute
1) Permeabilità al vapore MVTR (g/m2/24 h)	10	
2) Maneggevolezza nell'applicazione	5	
3) Miglior adattabilità e adesività alla superficie cutanea	10	
4) Minor grado di macerazione ed arrossamento cutaneo	20	
5) Tempo minimo di permanenza della medicazione pari a 72-96h in situ	5	
6) Atraumaticità alla rimozione	20	