ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
REGIONE LIGURIA

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella XXXXX tel. 010.5488536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Antonella Gessaga tel. 010.5488542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Genova,

Prot. n.

Al Dott.
Giorgio Sacco
Direttore dell'Area
Centrale Regionale d'Acquisto

SEDE

Oggetto: Procedura di gara per la fornitura di materiale monouso e semi-disposable per Videolaparoscopia. Dialogo tecnico.

Si trasmette, in allegato, lo schema delle risposte alle segnalazioni e considerazioni espresse dalle ditte fornitrici in fase di dialogo tecnico, pubblicato con avviso nota prot. n. 5825 del 05/08/2014.

La Commissione Tecnica ha vagliato e approvato lo schema allegato durante la riunione del 09/09/2014.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE/RUP
(Dott. Riccardo Zanella)

Dott. Maurizio Crovetto
Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Antonella Gessaga
Assistente Amministrativo

All: n.1

GARA VIDEOLAPAROSCOPIA – FASE DEL DIALOGO TECNICO - RIEPILOGO OSSERVAZIONI

DISCIPLINARE TECNICO DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA MONOUSO

Quesito n. 1

Lotto 3
Trocar a punta smussa con possibilità di accesso sotto visione
La definizione di "punta smussa" non è appropriata al tipo trocar richiesto ma andrebbe sostituita con "punta dilatante".
La descrizione così come formulata "con possibilità di accesso sotto visione" risulta essere ripetitiva in quanto nel lotto 1 viene già indicato questa tipologia di trocar (trocar ottico).
Si segnala inoltre come il disciplinare non ha previsto un lotto per il "Trocar a punta dilatante" senza lama, pur essendo oggi uno dei modelli maggiormente utilizzati in laparoscopia.

Risposta:

Si rettifica la descrizione del lotto espungendo la precisazione "con possibilità di accesso sotto visione".

La descrizione del lotto è stata modificata, inserendo "trocar senza lama".

Non si ritiene di prevedere un lotto per il "Trocar a punta dilatante".

Quesito n. 2

Lotto 4
Trocar a punta smussa tipo Hasson
A ns. conoscenza, per questa tipologia di trocar i diametri disponibili sul mercato riguardano soltanto le seg. misure:
- 11 mm lunghezza 100mm;
- 12 mm lunghezza 100 mm.

Risposta:

L'osservazione è accolta. Si provvede ad una rettifica del capitolato tecnico.

Quesito n. 3

Lotto 6
Trocar da 15 mm
Andrebbe specificata la tipologia del trocar (con lama o senza lama)

Risposta:

L'osservazione viene accolta.

Quesito n. 4

Lotto 4

Considerato il limitato utilizzo del trocar di Hasson da 5 mm, si chiede se è possibile dividere il lotto in trocar di Hasson di diametro 10/12 mm e quello di diametro 5 mm.

Risposta:

L'osservazione è accolta. Si provvede ad una rettifica del capitolato tecnico.

Quesito n. 5

Lotto 17

Avendo a disposizione un sistema semi-disposable di tampone dissettore, si chiede se è possibile partecipare al lotto, o in alternativa creare un lotto all'interno del disciplinare dei dispositivi per laparoscopia semi-disposable.

Risposta:

Non si ritiene di modificare il capitolato tecnico.

Quesito n. 6

Lotto 36

Si chiede se è possibile scorporare il lotto in due lotti:
Dispositivo di accesso per chirurgia "single-incision" di strumenti multipli per accesso addominale.
Dispositivo di accesso per chirurgia "single incision" di strumenti multipli per accesso transanale.

Risposta:

Si ritiene di accogliere l'osservazione ed il lotto viene diviso.

Quesito n. 7

Lotti 11, 12
Avendo a disposizione il sacchetto laparoscopico con diametro 5 mm si chiede se è possibile creare un nuovo lotto.

Risposta:

Non si ritiene di accogliere in quanto di uso corrente.

Quesito n. 8

sui lotti 1 2 3 4 6 monouso e sui lotti 1 2 3 4 semidisposable chiediamo di modificare la dicitura da lunghezza 100 mm a 100/110 mm.

Risposta:

Si accetta di correggere il capitolato tecnico, inserendo la tolleranza 100/110.

Quesito n. 9

Sui lotti 1 2 3 4 6 monouso scorporare le misure pediatriche 60/75 mm sia diametro 5 mm che 10/12 mm.

Risposta:

L'osservazione viene accolta e viene modificato il capitolato tecnico.

Quesito n. 10

Monouso
LOTTO 3 : si richiede di eliminare la dicitura "accesso sotto visione" a favore della generica punta smussa o dilatante

Risposta:

Vedere risposta a quesito n.1

Quesito n. 11

LOTTO 4: si richiede di scorporare la voce 3 lunghezza 150mm

Risposta:

Vedere risposta a quesito n.2

Quesito n. 12

LOTTO 7 si richiede di modificare la descrizione della cannula in zigrinata satinata o liscia e di adeguare i parametri di valutazione allo specifico lotto avente caratteristiche differenti dagli altri.

Risposta:

Si conferma il capitolato tecnico.

Quesito n. 13

LOTTO 11 si richiede di modificare la misura in 8x15mm e la tolleranza in piu o meno 20%.

Risposta:

Si modifica il capitolato tecnico prevedendo una differenziazione per volumi.

Quesito n. 14

LOTTO 12 si richiede di modificare la misura in 13x15 e la tolleranza in piu o meno 20% e di prevedere un eventuale ulteriore lotto per il sacchetto con calibro dello stelo 15mm e capienza volumetrica suuperiore a 1 litro

Risposta:

Si accoglie. Vedere risposta al quesito n. 13.

Quesito n. 15

LOTTO 13 : si richiede di scorporare il lotto in due lotti distinti

Risposta:

Si modifica il capitolato tecnico.

Quesito n. 16

LOTTO 25: si richiedono maggiori dettagli sulla punta dello strumento

Risposta:

Si ritiene di confermare il capitolato.

Quesito n. 17

DISCIPLINARE TECNICO DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA MONOUSO

LOTTO N.1 – TROCAR OTTICO

Si chiede di scindere il lotto così come segue, se possibile :

a. un lotto con le misure:
   - diametro mm. 5 lunghezza 100 mm.
   - diametro mm.10/12 lunghezza 100 mm. con riduttore 5-12 mm
b. un altro lotto con le misure:
   - diametro mm. 5 lunghezza 60/75 mm.
   - diametro mm.10/12 lunghezza 60/75

Risposta:

Si accoglie. Si veda risposta al quesito n. 9.

Quesito n. 18

LOTTO N.2 – TROCAR a LAMA PIATTA

Si osserva che alla Pos. 5 è richiesto trocar a lama piatta diametro 10/12 lunghezza 60/75 mm: si tratta di misura ultra particolare : si chiede, se possibile di scorporare tale tipologia di trocar , diversamente la nostra società non potrebbe partecipare per questo lotto

Risposta:

Si accoglie. Vedere risposta al quesito n. 9.

Quesito n. 19

LOTTO N.3 – TROCAR a PUNTA SMUSSA con POSSIBILITA' di ACCESSO SOTTO VISIONE

Si osserva che alla Pos. 5 è richiesto trocar a lama piatta diametro 10/12 lunghezza 60/75 mm: si chiede, se possibile di scorporare le seguenti tipologie di trocars:

- diametro mm.10/12 lunghezza 60/75 mm
- diametro mm.10/12 lunghezza 150 mm

Risposta:

L'osservazione viene accolta parzialmente solo per quanto riguarda le lunghezze 60/75 mm. Vedere anche risposta al quesito n. 9.

Quesito n. 20

LOTTO N.4 – TROCAR a PUNTA SMUSSA TIPO HASSON

Si chiede di scindere il lotto così come segue, se possibile :

a. un lotto con le misure:
   - diametro mm. 5 lunghezza 100 mm.
   - diametro mm.10/12 lunghezza 100 mm. con riduttore 5-12 mm
b. un altro lotto con la misure:
   - diametro mm. 5/10 lunghezza 150 mm. (diversamente PRECLUDEREBBE LA NOSTRA tale misura particolare "chiuderebbe" il lotto)

Risposta:

L'osservazione è accolta. Si provvede ad una rettifica del capitolato tecnico.

Quesito n. 21

LOTTO N.12 – SACCHETTO PER RIMOZIONE REPERTI CHIRURGICI, apertura automatica manovrabile dall'esterno , stelo compatibile con trocar mm. 10-12 :

- Viene indicata la misura mm.130x230 : si chiede se possibile di rettificare la misura in 130x200 mm. tolleranza +/- 10% e di indicare anche la capacità del sacchetto

Risposta:

Viene accolta. Vedere risposte ai quesiti n. 13 e 14.

Quesito n. 22

Lotto 4: si chiede di separare le 3 voci o di aggiudicare a voci singole per non limitare la concorrenza.

Risposta:

L'osservazione è accolta. Si provvede ad una rettifica del capitolato.

Quesito n. 23

Lotto 12: le misure indicate limitano la concorrenza, si chiede di indicare la capienza.

Risposta:

Viene accolta. Vedere risposte ai quesiti n. 13 e 14.

Quesito n. 24

Lotto 13: le misure indicate sono poco indicative del prodotto richiesto; si chiede di indicare la capienza.

Risposta:

L'osservazione viene accolta. Si rettifica il capitolato tecnico. Vedere risposta al quesito n. 15.

Quesito n. 25

Lotto 26: si chiede di togliere la dicitura "*bloccaggio disattivabile*" per non limitare la concorrenza.
Lotto 29: come il lotto 26
Lotto 30: come il lotto 26

Risposta:

La richiesta è parzialmente accolta con modifica del capitolato tecnico, espungendo l'aggettivo "disattivabile".

Quesito n. 26

lotto 2 -3
chiediamo la possibilità di riformulare i lotti sopra indicati dando la possibilità di partecipazione a tutte le aziende che non possiedono le singole cannule.

Risposta:

L'osservazione non viene accolta, in quanto le singole cannule, nelle misure individuate, permettono un utilizzo strategicamente rilevante.

Quesito n. 27

lotto 7
nei "criteri videolaparoscopia monouso" vinene attribuito un punteggio di max 4 punti per dispositivo di pulizia dell'ottica incorporato,
ci sembra particolarmente eccessivo in quanto tale dispositivo sarà proposto da poche aziende se non addirittura una soltanto con una maggiorazione del prezzo per un dispositivo anche se utile ma non indispensabile.

Risposta:

Non si accoglie. Il parametro è ritenuto qualitativamente significativo.

Quesito n. 28

lotto 23
si chiede di poter dividere il lotto in sistemi per lavaggio e aspirazione a gravità; da sistemi per lavaggio e aspirazione compatibili con le apparecchiature dei reparti, e se possibile indicare i tipi e modelli delle apparecchiature presenti presso le S.O.

Risposta:

Si conferma il capitolato tecnico.

Quesito n. 29

per i lotti 24 - 25 - 31 -32
si prega precisare cosa si intende per "....tipologia della connessione alla fonte di energia..."

Risposta:

Si intendono le caratteristiche dello spinotto (stabilità, semplicità e sicurezza).

Quesito n. 30

lotto 36
si chiede la possibilità di dividere il lotto tra accesso addominale e accesso transanale.

Risposta:

Accolta. Vedi risposta al quesito n. 6.

Quesito n. 31

La scrivente Azienda, dopo attenta analisi della Bozza del Capitolato tecnico pubblicato in merito alla fornitura in oggetto, in qualità di importatore e distributore a livello Nazionale di un Retrattore epatico monouso, innovativo e di recentissima immissione sul mercato italiano, chiede che la descrizione relativa al LOTTO 9 del Disciplinare tecnico Dispositivi per laparoscopia monouso, possa prevedere anche forme della punta diverse da quella rettangolare.

Risposta:

Si accoglie modificando il capitolato tecnico.

Quesito n. 32

Dispositivi per laparoscopia monouso - Lotto 15: Cateteri colangiografia. Accetterete cateteri di lunghezza inferiore a 30 cm +- 10%? Il prodotto proposto dalla Cook Italia srl (C-RIC-100) avrebbe una lunghezza di 17.5 cm. Sarebbe possibile comunicare le quantita' presunte per tale lotto? Solo in caso di un quantitativo rilevante, la Ns ditta e' disposta a produrre il dispositivo richiesto in modo tale da predisporre la messa a stock e velocizzare i termini di consegna.

Risposta:

Non si accoglie. Si confermano le misure del capitolato.

Quesito n. 33

Dispositivi per laparoscopia monouso – Lotto 33: Cestelli di dormia. Accetterete estrattori di lunghezza superiore a 60 cm? I prodotti proposti dalla Cook Italia srl (NTSE-045065-UDH, NTSE-030115-UDH-M6), avrebbero una lunghezza rispettiva di 65 cm e di 115 cm.

Risposta:

Non accolta. Si conferma il capitolato tecnico.

Quesito n. 34

Lotto 2

Trocar a lama piatta

- cosa si intende per trocar a lama piatta a becco di flauto?
- diametro mm10/12, lunghezza 60/75 mm: non disponibile (disponibile 100 mm e 150mm)

Risposta:

Si modifica il capitolato tecnico per la parte relativa alle lunghezze. Si conferma il capitolato tecnico per la definizione riportata "a becco di flauto" in quanto di uso comune.

Quesito n. 35

Lotto 1

La linea di trocar ottici proposti dalla ditta non comprende le misure indicate nel capitolato ma altre varie misure.

Risposta:

Non accolta. Si conferma il capitolato tecnico. Le misure richieste sono ritenute essenziali.

Quesito n. 36

LOTTO 2

La linea di trocar Genicon dispone di lama CONICO PIRAMIDALE
La linea di Trocar ottici Genicon non comprende il diametro 10/12 mm con lunghezza 60/75 mm e 150 mm

Risposta:

Non accolta. Vedi risposta quesito n. 19.

Quesito n. 37

LOTTO 11 e 12

I sacchetti per rimozione reperti chirurgici GENISTRONG hanno le seguenti misure

SMALL	CAPACITA 150 ML - Introduttore 10 mm - 67 x 90mm
MEDIUM	CAPACITA 290 ML - Introduttore 10 mm - 73 x 175mm
LARGE	CAPACITA 1000 ML - Introduttore 12 mm - 106 x 205mm
EXTRA LARGE	CAPACITA 2000 ML - Introduttore 15 mm - 150 x290mm

Risposta:

Accolta, si modifica il capitolato. Vedi risposta ai quesiti n. 13 e 14.

Quesito n. 38

LOTTO 23

I Sistemi di aspirazione/irrigazione monouso Genicon sono disponibili sia per gravità che per pompa elettrica
ed inoltre con stelo da 10 mm

GENI-Flow Sistemi aspirazione/irrigazione monouso	
700-005-005	Kit irrigazione /aspirazione 5 mm x 28 cm - cannula 8 fori monouso (deflussore doppio)

700-005-010	Set monouso di aspirazione / irrigazione, con 8 fori terminali 5 mm x 33 cm (deflussore singolo)
700-010-005	Kit irrigazione / aspirazione 10 mm x 33 cm - cannula 16 fori monouso (doppio deflussore)
700-000-005	Manipolo irrigazione / aspirazione (senza cannula)
700-105-010	Set monouso di aspirazione / irrigazione, con 2 cannule da 5mm X33cm e 10 mm x 33 cm (deflussore doppio)
700-000-010	Kit irrigazione / aspirazione cannula 5 mm x 33 cm - cannula 8 fori (deflussore singolo)

Powered Systems	
710-300-000	Kit irrigazione / aspirazione per pompa elettrica 5 mm x 33 cm - cannula 8 fori monouso (deflussore singolo)
710-305-033	Kit irrigazione / aspirazione per pompa elettrica 5 mm x 33 cm - cannula 8 fori monouso (doppio deflussore)
717-000-000	Pompa elettrica di irrigazione

Risposta:

Le osservazioni non sono comprensibili.

Quesito n. 39

LOTTO 24	
533-005-905	Dissettore Maryland senza blocco, 5 mm x 33 cm monouso senza blocco

LOTTO 29	
533-005-925	Pinza Babcock con blocco, 5 mm x 33 cm monouso

LOTTO 30	
533-005-940	Grasper atraumatico largo senza blocco, 5 mm x 33 cm monouso
533-005-945	Grasper atraumatico largo con blocco, 5 mm x 33 cm monouso

LOTTO 31	
533-005-910	Forbice Metzenbaum lame da 16 mm, 5 mm x 33 cm monouso senza blocco
533-105-910	Forbice Metzenbaum lame da 16 mm, 5 mm x 33 cm monouso con stelo completamente isolato

Risposta:

Le osservazioni non sono comprensibili.

Quesito n. 40

In riferimento al Disciplinare Tecnico Dispositivi per laparoscopia monuso si rileva quanto segue:
Lotto 13
1) Nel lotto vengono indicate le misure in mm mentre è ipotizzabile siano da intendersi in cm e si chiede conferma.
2) Lazienda da noi rappresentata produce sacchetti per rimozione reperti non manovrabile dallesterno nelle seguenti misure:
mm 50 con misura/volume 200 ml
mm 100 con misura/volume 800 ml
mm 130 con misura/volume 1200 ml
Chiediamo pertanto se è possibile inserire una tolleranza per aprire la partecipazione a questo lotto anche alla nostra azienda, che dispone di un dispositivo come da Voi richiesto, che è leader tra i più utilizzati.

Risposta:

Si accoglie l'osservazione e si modifica il capitolato tecnico. Vedere risposta ai quesiti n. 13 e 14.

Quesito n. 41

- monouso lotti 2, 3, 4, 6: nella descrizione viene richiesta la "possibilità di rimozione della valvola per estrazione pezzi". Si chiede conferma che con il termine "valvola" ci si riferisca al "riduttore" presente sui soli diametri 10/12 mm e 15 mm.

Risposta:

Si conferma che con il termine "valvola" si intende "riduttore".

Quesito n. 42

- monouso lotti 1, 2, 3, 4, 6, 7: nella descrizione viene richiesto il "dispositivo per attacco insufflatore". Si chiede conferma che con tale definizione ci si riferisca ad un sistema dotato di rubinetto di insufflazione.

Risposta:

Si conferma che deve essere dotato di un sistema con rubinetto di insufflazione.

Quesito n. 43

- monouso lotto 22: ai fini dei incrementare il livello di concorrenza, si fa presente che il nostro applicatore di clip misura large - regolarmente utilizzato nelle Aziende sanitarie liguri - presenta diametro 12 mm.

Risposta:

Si accoglie. Viene accettata misura 10/12 mm.

Quesito n. 44

- monouso lotto 11: ai fini di incrementare il livello di concorrenza, si fa presente che il nostro sacchetto - regolarmente utilizzato nelle Aziende sanitarie - presenta misura 100*150 e quindi non rientra nel range richiesto

Risposta:

Si accoglie l'osservazione e si modifica il capitolato tecnico. Vedere risposta ai quesiti n. 13 e 14.

Quesito n. 45

- monouso lotto 5: ai fini di incrementare il livello di concorrenza, si fa presente che non abbiamo disponibile la misura " diametro 10"

Risposta:

Si accoglie. Viene accettata misura 10/12 mm.

Quesito n. 46

- monouso lotto 4: ai fini di incrementare il livello di concorrenza, si fa presente che non abbiamo le misure "diametro mm 5 lunghezza 100" e " diametro 5/10 lunghezza 150"

Risposta:

Accolta. Si modifica il disciplinare tecnico.

Quesito n. 47

- monouso lotto 2: ai fini di incrementare il livello di concorrenza, si fa presente che non abbiamo disponibile la misura "diametro mm 10/12 lunghezza 60/75 mm"

Risposta:

Accolta. Si modifica il disciplinare tecnico.

Quesito n. 48

In merito ai criteri valutativi osserviamo che in relazione ai lotti dal 24 al 35 e 37 (strumenti) non risulta presente alcun parametro che misuri la performance dello strumento in termini di qualità della funzione (es. taglio, presa), come invece avviene per gli altri lotti.

Risposta:

L'osservazione non viene accolta. Si confermano i criteri valutativi.

Quesito n. 49

chiede che la descrizione relativa al LOTTO 9 del Disciplinare tecnico Dispositivi per laparoscopia monouso, possa prevedere anche forme della punta diverse da quella rettangolare.

Risposta:

La richiesta viene accolta. Si modifica il capitolato tecnico. Vedi anche risposta al quesito n. 30.

Quesito n. 50

Lotti 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15 punto 2 – Assistenza alla vendita: in quale caso i prodotti devono essere sostituiti? Quali sono i riferimenti di legge da poter consultare?

Risposta:

Si conferma il capitolato tecnico. La casistica è quella indicata nel capitolato. Trattasi di obbligazioni contrattuali.

Quesito n. 51

Lotto 3 punto 3 – Caratteristiche tecnico/funzionali: comunichiamo che tale sistema risulta esclusivo e specifico, per questo motivo vi informiamo che il nostro prodotto sará penalizzato

Risposta:

L'osservazione non è pertinente. Nei parametri qualitativi è consentito valorizzare anche caratteristiche esclusive.

Quesito n. 52

Lotti 1,2,3: é possibile aggiungere la tolleranza ± 10% in lunghezza, in modo da garantire la massima pluralitá di offerta. Esempio = lunghezza 60/75mm± 10%

Risposta:

L'osservazione viene accolta. Il capitolato tecnico è stato modificato. Vedere risposta al quesito n. 8.

Quesito n. 53

Lotto 4: per il trocar con diametro 5/10, si chiede conferma che la lunghezza sia 150mm. La versione standard in commercio di questo trocar ha una lunghezza di 100mm

Risposta:

La richiesta viene accolta.

Quesito n. 54

Lotto 19: Si chiede se tale sistema dovrá essere solamente un telo di protezeione o dovrá avere capacitá di retrazione

Risposta:

Si conferma il capitolato tecnico.

Quesito n. 55

Quesito 1: in riferimento al lotto 1 la descrizione del lotto è sovrapponibile a quella del lotto 3, che è anche maggiormente dettagliata. Si chiede inoltre la conferma delle due descrizioni o un'eventuale differenziazione in modo da poter aprire ad una gamma di prodotti maggiore.

Risposta:

L'osservazione è accolta. Si modifica il capitolato tecnico.

Quesito n. 56

Quesito 2: in riferimento al lotto 4 la descrizione del lotto e delle misure riduce la partecipazione ad un numero ristretto di aziende e ad un utilizzo vincolato di tecnica chirurgica, proponiamo pertanto l'inserimento di due sublotti con caratteristiche aperte tipo:

sub lotto A: trocar con sistema di ancoraggio a palloncino con diametro almeno di 10, 12 mm.

sub lotto B: trocar con sistema di ancoraggio cutaneo con dispositivo di fissaggio filettato di diametro almeno 12 mm.

Risposta:

Non viene accolta la richiesta di sdoppiare il lotto. Il capitolato tecnico è stato comunque modificato. Vedi anche risposta al quesito n. 2.

Quesito n. 57

Quesito 3: in riferimento al lotto 5, i diametri richiesti (10mm -12mm -15mm) riducono la partecipazione ad una sola azienda, chiediamo se è possibile inserire una tolleranza di 0,5 mm sulle misure dei diametri descritti.

Risposta:

L'osservazione è stata accolta modificando il capitolato tecnico.

Quesito n. 58

Quesito 4: in riferimento al lotto 12, , i diametri richiesti (10mm -12mm) riducono la partecipazione a due sole aziende, si chiede se è possibile aprire maggiormente il lotto inserendo la misura 15 mm nei trocar compatibili.

Risposta:

Vedi risposta al quesito n. 13 e 14.

Quesito n. 59

Quesito 5: in riferimento al lotto 13, la descrizione delle misure (10 mm e 15 mm) precluderebbe la partecipazione della nostra azienda all'intero lotto, si chiede se è possibile dividere il lotto in 2 distinti (come nel caso dei lotti 11 e 12). Si chiede inoltre se le misure mm 10 e mm 15 siano riferite al trocar da utilizzare o al diametro del sacchetto.

Risposta:

Vedi risposta al quesito n. 15.

Quesito n. 60

Quesito 6: in riferimento al lotto 36, si chiede se è possibile modificare la dicitura "disponibile in almeno due modelli" in una dicitura meno stringente e che permette una maggior concorrenza quale: "certificato per procedure addominali e transanali". Si propone inoltre l'ampliamento di misure inserendo anche la misura 15 mm.

Risposta:

L'osservazione è stata accolta. Il lotto è stato diviso.

DISCIPLINARE TECNICO DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA SEMI-DISPOSABLE

Quesito n. 1

Lotto 2, punto B: si chiede conferma che il punto B sia inerente al lotto 2. Sembrerebbe una ripetizione del lotto n.1 e risulterebbe incongruente con la descrizione del lotto 2

Risposta:

Si accoglie l'osservazione e si modifica il capitolato tecnico.

Quesito n. 2

Lotto 4: si chiede conferma che la misura citata nella descrizione, ossia Trocar di Hasson 3mm risulta corretta. Tale misura limiterebbe la nostra partecipazione al lotto

Risposta:

Accolta. Si modifica capitolato tecnico.

Quesito n. 3

DISCIPLINARE TECNICO

Lotto 1

Trocar semi-disposable ~~con camicia~~ con valvola monouso, introduttore e camicia poliuso

- Sostituire camicia monouso con camicia poliuso
- Aggiungere per la lunghezza la misura 55 mm.

Le camicie ~~monouso~~ poliuso dovranno essere presentate nelle seguenti misure:

- diametro mm5, lunghezza 95 mm
- diametro mm 10/12, lunghezza 105 con riduttore mm 5-12
- diametro mm 5/10/12, lunghezza 150mm
- diametro mm 5 lunghezza 55/60/70/75 mm

Gli introduttori poliuso dovranno essere presentati nelle seguenti misure:

- diametro mm5, lunghezza 105 mm
- diametro mm 10/12, lunghezza 105 con riduttore mm 5-12
- diametro mm 5/10/12, lunghezza 150mm
- diametro mm 5 lunghezza 55/60/70/75 mm

Risposta:

Sono accolte esclusivamente le osservazioni riguardanti la tolleranza sulle lunghezze.

Quesito n. 4

Lotto 3

Il Trocar ottico non è non disponibile con diametro 8mm e con lunghezza 70mm

Riposta:

Accolta. Si modifica il capitolato.

Quesito n. 5

Lotto 4
Trocar semi-disposable tipo Hasson con camicia e introduttore poliuso (sostituire ogni qualvolta sia indicato erroneamente come monouso), valvola monouso.
Diametro disponibile 10/12 mm, lunghezza 105 sia per camicie che introduttori

Risposta:

Accolta. Si modifica il capitolato.

Quesito n. 6

Lotto 10
Strumentario semi-disposable
Non sono disponibili la forbice da 5mm e babcock

Risposta:

L'osservazione non è accolta. Si conferma il capitolato.

Quesito n. 7

- in merito ai criteri di valutazione del semi-disposable, relativamente ai lotti 10 e 11, mancano a ns. avviso punteggi per questi punti:
  - facilità di montaggio e smontaggio del dispositivo
  - numero di tagli garantiti della forbice monouso
  - ergonomicità delle impugnature

Risposta:

Si accolgono le osservazioni, i punteggi saranno rivisti.

Quesito n. 8

Lotti 1 e 2
Si chiede di specificare la differenza tra la punta dilatante nel punto A e la punta smussa nel punto B. Inoltre, visto che la gamma richiesta è troppo ampia e limita la partecipazione di più aziende, si chiede se le richieste delle camice e degli introduttori possono essere riformulate come segue:
"Le camice monouso dovranno essere presentate **possibilmente** nelle seguenti misure:"
"Gli introduttori poliuso dovranno essere presentati **possibilmente** nelle seguenti misure".

Risposta:

Si rettifica la descrizione per quanto concerne il punto primo. Si sostituisce "punta dilatante" con "lama piatta".

Per quanto riguarda la dicitura "possibilmente" si ritiene di non accogliere l'osservazione.

Quesito n. 9

Lotto 3
La misura del diametro da 3 mm riduce la possibilità di partecipazione di più aziende.

Risposta:

L'osservazione viene accolta. Si modifica il capitolato tecnico.

Quesito n. 10

Lotto 11
L'indicazione della doppia lunghezza ed il numero dei puntali riduca la possibilità di partecipazione di più aziende. Si chiede se è possibile riformulare la richiesta dei puntali come segue:
"Disponibilità di alcuni dei seguenti puntali".

Risposta:

Si rettifica il capitolato tecnico, eliminando lunghezza 400 +/- 10%.

Non viene accolta la richiesta di inserire la frase "disponibilità di alcuni dei seguenti puntali".

Quesito n. 11

DISPOSITIVI SEMI-DISPOSABLE:

LOTTO 2 verificare incongruenza per quanto riguarda la camicia richiesta alla voce b monuso mentre nella descrizione del lotto si parla di camicia poliuso e stessa cosa per introduttore

Risposta:

Vedere risposta quesito n.1.

Quesito n. 12

sui lotti 1 2 3 4 6 monouso e sui lotti 1 2 3 4 semidisposable chiediamo di modificare la dicitura da lunghezza 100 mm a 100/110 mm.

Risposta:

L'osservazione è accolta modificando il capitolato tecnico, inserendo la tolleranza 100/110.

Quesito n. 13

DISCIPLINARE TECNICO DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA SEMI-DISPOSABI

LOTTO N.11 – STRUMENTARIO SEMI-DISPOSABLE

Si chiede di scindere il lotto così come segue, se possibile :

a. un lotto con le seguenti tipologie di terminali:

- Pinza da dissezione retta da 5 mm
- Pinza da dissezione curva da 5 mm
- Pinza da presa tipo Johanne da 5 mm.
- Forbice tipo Metzembaum da 5 mm.
- Forbice retta 5 mm.
- Forbice tipo Mini-Metzembaum da 5 mm.
- Dissettore tipo Maryland
- Pinza da presa fenestrata

b. un lotto con le restanti tipologie di terminali:

- Pinza da presa tipo Grasper da 5 mm.
- Forbice uncinata
- babcock

Risposta:

Non si accoglie.

Quesito n. 14

Disciplinare tecnico dispositivi per laparoscopia semi-disposable
Lotto 3: chiediamo di eliminare il diametro 3mm e le lunghezze 70 e 150mm nella descrizione del lotto visto che poi non sono richieste quando specificano le cannule

Risposta:

Si accoglie. Vedi risposta al quesito n. 4.

Quesito n. 15

Lotto 10: per una maggiore concorrenza oltre allo stelo monouso chiediamo di concedere la possibilità di offrire lo stelo multiuso (o valutare l'inserimento in gara di un lotto con strumenti multiuso); chiediamo di eliminare nelle voci dei puntali la forbice uncinata in quanto limita la concorrenza e, oltretutto, l'uso di tale dispositivo è limitato; inoltre la dicitura forbice da 5mm è superflua perché già specificate sotto.

Risposta:

Accolta. Per quanto riguarda la definizione "forbice uncinata" viene rimossa dal capitolato tecnico.

Quesito n. 16

Non è chiaro così si intenda per "sistema di calibrazione massima chiusura".

Risposta:

Si intende un sistema che abbia la possibilità di effettuare chiusure parziali o complete.

Quesito n. 17

Lotto 5 se si intendono applicatori poliuso su cui si caricano le clip singolarmente:
1) Viene indicata quale misura essenziale per le clip anche la misura small mentre non esistono applicatori poliuso per laparoscopia per questa misura o per lo meno le aziende produttrici più importanti del settore non ne dispongono. L'impiego minimo di tale clip in videolaparoscopia non giustificherebbe la realizzazione di uno strumento dedicato.

Risposta:

L'osservazione è accolta. Il capitolato viene modificato.

Quesito n. 18

2) La dicitura zigrinatura interna alle ganasce è da intendersi quale scanalatura interna alle ganasce? La scanalatura interna alla ganascia costituisce la sede dove viene alloggiata la clip. La zigrinatura può, invece, individuare una tecnica adottata da qualche azienda per ottenere l'effetto ritentivo dell'applicatore sulla clip mentre esistono sistemi di costruzione più efficaci per garantire tale effetto.

Risposta:

Accolta. Il capitolato è stato modificato.

Quesito n. 19

Lotto 6 se si intendono applicatori poliuso su cui si caricano le clip singolarmente:
1) Viene indicata quale misura essenziale per le clip anche la misura medium mentre non esistono applicatori poliuso per laparoscopia per questa misura o per lo meno le aziende produttrici più importanti del settore non ne dispongono. Limpiego minimo di tale clip in videolaparoscopia non giustificherebbe la realizzazione di uno strumento dedicato.
2) La dicitura zigrinatura interna alle ganasce è da intendersi quale scanalatura interna alle ganasce? La scanalatura interna alle ganasce costituisce la sede dove viene alloggiata la clip. La zigrinatura può, invece, individuare una tecnica adottata da qualche azienda per ottenere leffetto ritentivo dellapplicatore sulla clip mentre esistono sistemi di costruzione più efficaci per garantire tale effetto.
3) Si fa presente che esistono gamme di applicatori differenti da azienda ad azienda, ovvero applicatori retti ed applicatori curvi, da utilizzarsi a seconda dellimpiego e potrebbe essere interessante considerarli.

Risposta:

Punto 1) Accolta con dicitura ML

Punto 2) Accolta. Il capitolato è stato modificato.

Punto 3) Non accolta, in quanto la ditta deve fornire la più ampia gamma di applicatori.