

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento della fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Liguria per un periodo di tre anni (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 7 – n. gara 7101986.

Chiarimento n. 1 ai quesiti pervenuti a seguito dell'indizione di gara

QUESITO 1

In particolare, in riferimento all'art. 18 del Disciplinare di Gara (i.e. Commissione Giudicatrice Apertura delle Buste B e C – Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche), a pagina 52, riga 10, viene riportato: *“La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del Codice...”*, si chiede di voler indicare quale sia tale soglia minima di sbarramento in quanto non si evince dal Disciplinare di Gara stesso nè dagli altri documenti di gara.

Risposta:

Trattasi di refuso.

Il testo corretto del periodo in questione è il seguente:

“Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la Commissione procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del concorrente anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi previsti la verifica abbia avuto esito negativo.

La commissione, individuati gli operatori che non sono stati ammessi, li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori”.

Si procede alla modifica del Disciplinare di gara.

QUESITO 2

In merito invece a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico Prestazionale e in particolare: *“Requisiti minimi obbligatori, pena esclusione”* relativamente a: **Lotto n. 1, punto 5; Lotto 2-sub-lotto 2a) punto 3.5; Lotto 3-sub lotto 3a), punto 3.4; Lotto 5, punto 6 i.e.** *“Presenza di protesi di prova corrispondenti a tutte le misure (1:1)”*, si chiede di voler specificare se in offerta va semplicemente dichiarata/dimostrata la disponibilità di protesi di prova in rapporto 1:1 a tutte le misure richieste ovvero se tali protesi di prova debbano anche essere offerte e – in tale ultimo caso – se per le stesse vada indicato u prezzo di cessione ovvero debbano essere offerte a titolo gratuito, anche in considerazione di quanto prescritto dal Disciplinare di Gara all'art. 21, pag. 55 i.e. ove si legge che *“Saranno altresì esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino: ... - Offerte con prezzi unitari offerti pari a Euro 0,00000 (zero)”* Si chiede infine di precisare se sia necessario inviare campionatura anche delle protesi di prova, per i lotti in cui sono previste.

Risposta:

La Ditta concorrente deve dichiarare in fase di presentazione dell'offerta l'impegno a fornire, a titolo gratuito, protesi di prova – come richiesto nella documentazione di gara – in rapporto 1:1 per tutte le misure che verranno richieste in fase di esecuzione del contratto.

Pertanto le campionature presentate non dovranno includere le protesi di prova; la Ditta concorrente dovrà attenersi a quanto indicato all'art. 3.2 del Capitolato Tecnico prestazionale.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Dott. Luigi Moreno COSTA